



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-2738-19-1

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2738-19-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CDH Prótesis e Implantes S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CDH, nombre descriptivo SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral, de acuerdo con lo solicitado por CDH Prótesis e Implantes S.R.L., con los Datos Identificatorios característicos que figuran Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2020-10670088-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1006-15”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766-Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El Sistema de Separadores Intervertebrales está indicado para proveer inmovilidad y estabilidad a los segmentos espinales en pacientes con madurez esquelética, para favorecer la fusión en el tratamiento de las inestabilidades agudas o crónicas de toda la columna (occipitocervical, torácica y lumbosacra), o deformidades de la columna torácica y lumbo sacra, afectadas por distintas patologías a través de una vía quirúrgica anterior o posterior.

Modelo/s:

Cubos Intersomaticos

9-135 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 5mm

9-136 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 6mm

9-137 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 7mm

9-138 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 8mm

9-139 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 9mm

9-155 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 5mm

9-156 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 6mm

9-157 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 7mm

9-158 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 8mm

9-159 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 9mm

9-135-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 5mm

9-136-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 6mm

9-137-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 7mm

9-138-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 8mm

9-139-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 9mm

9-1310-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 10mm

9-1311-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 11mm

9-1312-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 12mm

9-155-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 5mm

9-156-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 6mm

9-157-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 7mm

9-158-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 8mm

9-159-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 9mm

9-1510-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 10mm

9-1511-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 11mm

9-1512-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 12mm

9-08200 CUBO LUMBAR 8x20x0°

9-08250 CUBO LUMBAR 8x25x0°

9-09200 CUBO LUMBAR 9x20x0°

9-09250 CUBO LUMBAR 9x25x0°

9-10200 CUBO LUMBAR 10x20x0°

9-10250 CUBO LUMBAR 10x25x0°

9-11200 CUBO LUMBAR 11x20x0°

9-11250 CUBO LUMBAR 11x25x0°

9-12200 CUBO LUMBAR 12x20x0°

9-12250 CUBO LUMBAR 12x25x0°

9-08204 CUBO LUMBAR 8x20x4°

9-08254 CUBO LUMBAR 8x25x4°

9-09204 CUBO LUMBAR 9x20x4°

9-09254 CUBO LUMBAR 9x25x4°

9-10204 CUBO LUMBAR 10x20x4°

9-10254 CUBO LUMBAR 10x25x4°

9-11204 CUBO LUMBAR 11x20x4°

9-11254 CUBO LUMBAR 11x25x4°

9-12204 CUBO LUMBAR 12x20x4°

9-12254 CUBO LUMBAR 12x25x4°

9-13204 CUBO LUMBAR 13x20x4°

9-13254 CUBO LUMBAR 13x25x4°

9-14204 CUBO LUMBAR 14x20x4°

9-14254 CUBO LUMBAR 14x25x4°

9-15204 CUBO LUMBAR 15x20x4°

9-15254 CUBO LUMBAR 15x25x4°
9-16204 CUBO LUMBAR 16x20x4°
9-16254 CUBO LUMBAR 16x25x4°
9-17204 CUBO LUMBAR 17x20x4°
9-17254 CUBO LUMBAR 17x25x4°
9-01065 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 6,5mm
9-01080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 8,0mm
9-00080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 8,0mm
9-00095 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 9,5mm
9-00110 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 11,0mm
9-00125 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 12,5mm
9-00140 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 14,0mm
9-080807-30 CUBO TLIF T:8
9-101009-30 CUBO TLIF T:10
9-121211-30 CUBO TLIF T:12
990-0102 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 2
990-0104 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 4
990-0106 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 6
990-0108 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 8
990-0110 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 10
990-0112 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 12
990-0114 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 14
990-0116 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 16
990-0118 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 18
990-0120 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 20
990-0122 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 22

990-0124 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 24
990-0126 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 26
990-0128 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 28
990-0130 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 30
990-0132 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 32
990-0134 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 34
990-0136 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 36
990-0138 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 38
990-0140 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 40
990-0202 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 2
990-0204 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 4
990-0206 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 6
990-0208 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 8
990-0210 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 10
990-0212 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 12
990-0214 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 14
990-0216 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 16
990-0218 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 18
990-0220 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 20
990-0222 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 22
990-0224 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 24
990-0226 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 26
990-0228 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 28
990-0230 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 30
990-0232 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 32
990-0234 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 34

990-0236 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 36

990-0238 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 38

990-0240 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 40

990-0302 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 2

990-0304 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 4

990-0306 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 6

990-0308 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 8

990-0310 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 10

990-0312 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 12

990-0314 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 14

990-0316 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 16

990-0318 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 18

990-0320 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 20

990-0322 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 22

990-0324 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 24

990-0326 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 26

990-0328 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 28

990-0330 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 30

990-0332 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 32

990-0334 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 34

990-0336 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 36

990-0338 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 38

990-0340 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 40

990-0402 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 2

990-0404 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 4

990-0406 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 6

990-0408 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 8
990-0410 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 10
990-0412 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 12
990-0414 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 14
990-0416 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 16
990-0418 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 18
990-0420 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 20
990-0422 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 22
990-0424 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 24
990-0426 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 26
990-0428 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 28
990-0430 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 30
990-0432 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 32
990-0434 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 34
990-0436 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 36
990-0438 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 38
990-0440 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 40
906-0402 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 2
906-0404 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 4
906-0406 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 6
906-0408 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 8
906-0410 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 10
906-0412 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 12
906-0414 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 14
906-0416 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 16
906-0418 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 18

906-0420 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 20
906-0422 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 22
906-0424 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 24
906-0426 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 26
906-0428 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 28
906-0430 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 30
906-0432 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 32
906-0434 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 34
906-0436 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 36
906-0438 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 38
906-0440 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 40
906-0502 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 2
906-0504 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 4
906-0506 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 6
906-0508 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 8
906-0510 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 10
906-0512 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 12
906-0514 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 14
906-0516 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 16
906-0518 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 18
906-0520 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 20
906-0522 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 22
906-0524 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 24
906-0526 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 26
906-0528 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 28
906-0530 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 30

906-0532 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 32
906-0534 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 34
906-0536 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 36
906-0538 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 38
906-0540 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 40
906-0602 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 2
906-0604 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 4
906-0606 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 6
906-0608 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 8
906-0610 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 10
906-0612 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 12
906-0614 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 14
906-0616 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 16
906-0618 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 18
906-0620 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 20
906-0622 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 22
906-0624 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 24
906-0626 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 26
906-0628 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 28
906-0630 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 30
906-0632 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 32
906-0634 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 34
906-0636 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 36
906-0638 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 38
906-0640 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 40
906-0702 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 2

906-0704 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 4
906-0706 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 6
906-0708 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 8
906-0710 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 10
906-0712 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 12
906-0714 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 14
906-0716 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 16
906-0718 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 18
906-0720 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 20
906-0722 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 22
906-0724 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 24
906-0726 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 26
906-0728 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 28
906-0730 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 30
906-0732 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 32
906-0734 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 34
906-0736 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 36
906-0738 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 38
906-0740 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 40

9-0304 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 4mm
9-0305 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 5mm
9-0306 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 6mm
9-0307 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 7mm
9-0308 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 8mm
9-0309 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 9mm
9-0310 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 10mm

9-0311 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 11mm
9-0312 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 12mm
9-0404 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 4mm
9-0405 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 5mm
9-0406 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 6mm
9-0407 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 7mm
9-0408 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 8mm
9-0409 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 9mm
9-0410 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 10mm
9-0411 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 11mm
9-0412 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 12mm
9-0504 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 4mm
9-0505 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 5mm
9-0506 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 6mm
9-0507 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 7mm
9-0508 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 8mm
9-0509 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 9mm
9-0510 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 10mm
9-0511 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 11mm
9-0512 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 12mm
9-0604 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 4mm
9-0605 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 5mm
9-0606 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 6mm
9-0607 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 7mm
9-0608 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 8mm
9-0609 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 9mm

9-0610 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 10mm
9-0611 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 11mm
9-0612 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 12mm
9-0704 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 4mm
9-0705 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 5mm
9-0706 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 6mm
9-0707 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 7mm
9-0708 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 8mm
9-0709 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 9mm
9-0710 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 10mm
9-0711 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 11mm
9-0712 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 12mm
9-0804 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 4mm
9-0805 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 5mm
9-0806 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 6mm
9-0807 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 7mm
9-0808 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 8mm
9-0809 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 9mm
9-0810 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 10mm
9-0811 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 11mm
9-0812 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 12mm
9-0904 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 4mm
9-0905 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 5mm
9-0906 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 6mm
9-0907 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 7mm
9-0908 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 8mm

9-0909 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 9mm
9-0910 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 10mm
9-0911 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 11mm
9-0912 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 12mm
9-1004 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 4mm
9-1005 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 5mm
9-1006 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 6mm
9-1007 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 7mm
9-1008 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 8mm
9-1009 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 9mm
9-1010 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 10mm
9-1011 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 11mm
9-1012 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 12mm
9-0304-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 4mm
9-0305-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 5mm
9-0306-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 6mm
9-0307-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 7mm
9-0308-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 8mm
9-0309-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 9mm
9-0310-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 10mm
9-0311-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 11mm
9-0312-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 12mm
9-0404-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 4mm
9-0405-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 5mm
9-0406-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 6mm
9-0407-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 7mm

9-0408-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 8mm
9-0409-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 9mm
9-0410-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 10mm
9-0411-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 11mm
9-0412-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 12mm
9-0504-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 4mm
9-0505-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 5mm
9-0506-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 6mm
9-0507-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 7mm
9-0508-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 8mm
9-0509-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 9mm
9-0510-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 10mm
9-0511-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 11mm
9-0512-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 12mm
9-0604-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 4mm
9-0605-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 5mm
9-0606-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 6mm
9-0607-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 7mm
9-0608-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 8mm
9-0609-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 9mm
9-0610-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 10mm
9-0611-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 11mm
9-0612-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 12mm
9-0704-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 4mm
9-0705-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 5mm
9-0706-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 6mm

9-0707-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 7mm
9-0708-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 8mm
9-0709-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 9mm
9-0710-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 10mm
9-0711-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 11mm
9-0712-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 12mm
9-0804-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 4mm
9-0805-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 5mm
9-0806-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 6mm
9-0807-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 7mm
9-0808-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 8mm
9-0809-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 9mm
9-0810-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 10mm
9-0811-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 11mm
9-0812-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 12mm
9-0904-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 4mm
9-0905-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 5mm
9-0906-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 6mm
9-0907-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 7mm
9-0908-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 8mm
9-0909-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 9mm
9-0910-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 10mm
9-0911-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 11mm
9-0912-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 12mm
9-01004-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 4mm
9-01005-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 5mm

9-01006-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 6mm
9-01007-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 7mm
9-01008-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 8mm
9-01009-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 9mm
9-01010-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 10mm
9-01011-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 11mm
9-01012-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 12mm

Tornillos Bloqueados de Titanio

729-30012-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 12mm
729-30014-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 14mm
729-30016-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 16mm
729-30018-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 18mm
729-35012-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 12mm
729-35014-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 14mm
729-35016-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 16mm
729-35018-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 18mm
729-25012-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 12mm
729-25014-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 14mm
729-25016-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 16mm
729-25018-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 18mm
729-25020-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 20mm
729-25022-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 22mm
729-25024-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 24mm
729-25026-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 26mm
729-25028-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 28mm

Dispositivos Interespinosos

- 906-08036 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 8mm
- 906-10038 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 10mm
- 906-12040 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 12mm
- 906-14042 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 14mm
- 906-16044 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 16mm
- 906-0102 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 2
- 906-0104 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 4
- 906-0106 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 6
- 906-0108 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 8
- 906-0110 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 10
- 906-0112 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 12
- 906-0114 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 14
- 906-0116 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 16
- 906-0118 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 18
- 906-0120 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 20
- 906-0122 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 22
- 906-0124 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 24
- 906-0126 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 26
- 906-0128 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 28
- 906-0130 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 30
- 906-0132 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 32
- 906-0134 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 34
- 906-0136 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 36
- 906-0138 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 38
- 906-0140 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 40

906-0202 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 2
906-0204 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 4
906-0206 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 6
906-0208 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 8
906-0210 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 10
906-0212 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 12
906-0214 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 14
906-0216 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 16
906-0218 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 18
906-0220 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 20
906-0222 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 22
906-0224 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 24
906-0226 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 26
906-0228 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 28
906-0230 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 30
906-0232 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 32
906-0234 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 34
906-0236 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 36
906-0238 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 38
906-0240 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 40
906-0302 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 2
906-0304 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 4
906-0306 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 6
906-0308 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 8
906-0310 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 10
906-0312 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 12

906-0314 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 14
906-0316 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 16
906-0318 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 18
906-0320 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 20
906-0322 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 22
906-0324 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 24
906-0326 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 26
906-0328 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 28
906-0330 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 30
906-0332 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 32
906-0334 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 34
906-0336 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 36
906-0338 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 38
906-0340 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 40

INSTRUMENTAL ASOCIADO

CDH-I-0881.05050 PINZA TOMA BARRA COLUMNA FUTURE SC

CDH-I-0881.13060 ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO 12 Nm SC

CDH-I-0881.15014 PALPADOR DE PEDICULO RECTO COLUMNA FUTURES SC

CDH-I-0881.15033 PINES MARCADORES 1 SC

CDH-I-0881.15034 PINES MARCADORES 2 SC

CDH-I-0881.15035 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES SC

CDH-I-0881.16020 PINZA ROTADORA DE BARRA SC

CDH-I-0881.16095 PERSUADER DE SISTEMA SC

CDH-I-Y-08D-26 BARRA DE PRUEBA MALEABLE SC

CDH-I-A20.030050 MANGO ACOPLA RAPIDO MULTIPLE

CDH-I-A20.0881 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 5,0 SC

CDH-I-A20.0890 ATORNILLADOR EN T HEX. 5,0 SC

CDH-I-A20.101113 PUNTA INICIADORA CORTA SC

CDH-I-A20.101123 STEFFE RECTO COLUMNA FUTURE SC

CDH-I-A20.101124 STEFFE CURVO COLUMNA FUTURE SC

CDH-I-A20.101203 ATORNILLADOR HEX. 3,5 SC

CDH-I-A20.101213 EMPUJADOR DE BARRA CANULADO

CDH-I-A20.101250 DOBLADORA DE BARRA 3 PUNTOS SC

CDH-I-A20.101262 PINZA DE COMPRESION COLUMNA FUTURE SC

CDH-I-A20.101272 PINZA DISTRACCION COLUMNA FUTURE SC

CDH-I-A20.101280 PINZA BAJA BARRA SC

CDH-I-A20.101312 ATORNILLADOR P/TORNILLOS MONOAXIALES SC

CDH-I-A20.101322 ATORNILLADOR P/TORNILLOS POLIAXIALES SC

CDH-I-A20.96843 LLAVE DE CONTRATORQUE SC

CDH-I-A20.96844 PROTECTOR RUPTURA DE TULIPA SC

CDH-I-A20.96845 PINZA RUPTURA DE TULIPA SC

CDH-I-A20.999997 LLAVE BAJA BARRA EN L

CDH-I-A20.999998 MANGO ACOPLA RAPIDO DIRECTO

CDH-I-A20.999999 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5 SC

CDH-I-101222 LLAVE ROTADORA DE BARRA SC

CDH-I-101280 PINZA BAJA BARRA SC

CDH-I-18030 MACHO 6,5 ACOPLA RAPIDO

CDH-I-18031 MACHO 5,5 ACOPLA RAPIDO

CDH-I-18033 PUNTA CUADRADA LARGA CON TOPE

CDH-I-18040 PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO COLUMNA FUTURE

CDH-I-6001 ATORNILLADOR MONOAXIAL

CDH-I-6002 ATORNILLADOR POLIAXIAL

CDH-I-6003 ROTADOR DE BARRA

CDH-I-6004 ATORNILLADOR CROSS-LINK

CDH-I-6005 LLAVE POSICIONADORA

CDH-I-6006 EMPUJADOR DE BARRA

CDH-I-6007 MACHO INSTRUMENTAL COLUMNA Ø5,5mm

CDH-I-6008 MACHO INSTRUMENTAL COLUMNA Ø6,5mm

CDH-I-6009/U ATORNILLADOR EN T BLOQUEADOR TORN. MONO/POLIAXIAL

CDH-I-6010 PINZA DE COMPRESION PEDICULARES

CDH-I-6011 PINZA DISTRACCION PEDICULARES

CDH-I-6012 GRIFA DOBLADORA BARRAS DE COLUMNA

CDH-I-6013 PINZA TOMA BARRA COLUMNA

CDH-I-6014 PINZA TRASBALADORA PARA BARRA Ø6mm

CDH-I-6015 LLAVE DE CONTRATORQUE

CDH-I-6016/U PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE UR

CDH-I-6017/U PALPADOR DE PEDICULO RECTO UR

CDH-I-6019 PUNTA INICIADORA PEDICULO CON TOPE

CDH-I-6020 PALANCA BAJA BARRA

COCF/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/3 BAND. COLUMNA INST.

COCFSC/INST-E CONJ. CAJA MOD. ESP. INSTR. COLUMNA FUTURE SC

COM2/3B CONJUNTO CAJA MOD.2 C/3 BAND.

COCF/IMPL-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. COLUMNA FUT.IMPL.

CDH-I-6402 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°13

CDH-I-6403 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°15

CDH-I-6404 BASE DE MONTAJE CUBO CERVICAL

CDH-I-6405 CURETA DOBLE CUBO CERVICAL

CDH-I-6413/5 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 5mm
CDH-I-6413/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 6mm
CDH-I-6413/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 7mm
CDH-I-6413/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 8mm
CDH-I-6413/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 9mm
CDH-I-6415/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 6mm
CDH-I-6415/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 7mm
CDH-I-6415/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 8mm
CDH-I-6415/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 9mm
COIC/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. INTER. CERVICAL INST.
CDH-I-6420 DISPOSITIVO SUJECION CUBO CERVICAL
CDH-I-6421 MANGO ATORNILLADOR ACOPLE HUDSON
CDH-I-6422 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 5mm
CDH-I-6423 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 6mm
CDH-I-6424 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 7mm
CDH-I-6425 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 8mm
CDH-I-6426 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 5mm
CDH-I-6427 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 6mm
CDH-I-6428 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 7mm
CDH-I-6429 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 8mm
CDH-I-6430 GUIA DE MECHE ROSCADA P CUBO CERV. BLOQ. Ø2,5mm
CDH-I-6431 MECHE C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 12mm CCB
CDH-I-6432 MECHE C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 14mm CCB
CDH-I-6433 MECHE C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 16mm CCB
CDH-I-6434 MECHE C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 18mm CCB
CDH-I-6435 CUERPO ATORNILLADOR ACOPLE HUDSON HEX. 2,0mm

CDH-I-6436 ATORNILLADOR CARDANICO HEX. MAC. 2,0mm CCB

CDH-I-6437 DISPOSITIVO SUJECION C/GUIA CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6438 DISPOSITIVO SUJECION DIRECTO CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6439 CURETA EN GOTA RECTA P/ GUIA CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6440 CURETA EN GOTA OBLICUA P/ GUIA CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6441 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO N°13

CDH-I-6442 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO N°15

CDH-I-6443 BASE DE MONTAJE CUBO CERV. BLOQUEADO

CDH-I-6444 GUIA DE MECHA ROSCADA P CUBO CERV. BLOQ. Ø2,5mm

CDH-I-6445 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 9mm

CDH-I-6446 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 10mm

CDH-I-6447 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 11mm

CDH-I-6448 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 12mm

CDH-I-6449 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 9mm

CDH-I-6450 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 10mm

CDH-I-6451 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 11mm

CDH-I-6452 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 12mm

CDH-I-1214 MARTILLO 250gr.

CDH-I-1184.12010 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. DE CASPAR C/ TORN. CASPAR PCA

CDH-I-1184.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA

COICB-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. INT. CERVICAL BLOQ. IMPL. + INS.

CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ACOPLE 2,5 PCA

CDH-I-0182.11014 ACOPLERAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA

CDH-I-1184.04010 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES PCA

CDH-I-9999.99998 MECHA Ø2,4mm SIN TOPE

CDH-I-9999.99997 MECHA Ø2,4 x 15mm CON TOPE REGULABLE

CDH-I-1184.01031 INICIADOR COLUMNA CERVICAL PCA

CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES PCA

CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECCHA ANGULADA 1 PCA

CDH-I-0181.05020 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA

CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA

CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA

CDH-I-9999.99999 CURETA DELICADA BALLONETA

COPBC-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. PL. CERV. IMPL. + INST.

COPBCA-E CONJ. CAJA MOD. ESP. PLACAS BLOQ. CERV. ANT. TIT.

CDH-I-1300 IMPACTOR DE GANCHOS PEDICULARES

CDH-I-1301 INICIADOR DE GANCHOS PEDICULARES

CDH-I-1302 INICIADOR DE GANCHOS ANGULADOS Y DESPLAZADOS

CDH-I-1303 INICIADOR DE GANCHOS CON RAMPA

COGPLTR-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. GAN. PyL IMPL. + INST.

CDH-I-18062 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/VASTAGO Ø4,5mm

CDH-I-6208 CURETA INTERSOMATICA 8mm

CDH-I-6209 CURETA INTERSOMATICA 9mm

CDH-I-6210 CURETA INTERSOMATICA 10mm

CDH-I-6211 CURETA INTERSOMATICA 11mm

CDH-I-6212 CURETA INTERSOMATICA 12mm

CDH-I-6213 CURETA INTERSOMATICA 13mm

CDH-I-6214 CURETA INTERSOMATICA 14mm

CDH-I-6215 CURETA INTERSOMATICA 15mm

CDH-I-6108 SEPARADOR INTERSOMATICO 8mm

CDH-I-6110 SEPARADOR INTERSOMATICO 10mm

CDH-I-6112 SEPARADOR INTERSOMATICO 12mm

CDH-I-6114 SEPARADOR INTERSOMATICO 14mm

CDH-I-6301 DISPOSITIVO SUJECION CUBO LUMBAR

CDH-I-6302 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 20mm

CDH-I-6303 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 25mm

CDH-I-6304 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR

CDH-I-6000 LLAVE ACOPLA UNIVERSAL PARA HUDSON DRIVE

CDH-I-6305 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR ATRAUMATICO

CDH-I-6308/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 8x20x0°

CDH-I-6308/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 8x25x0°

CDH-I-6309/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9x20x0°

CDH-I-6306/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9x25x0°

CDH-I-6310/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 10x20x0°

CDH-I-6310/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 10x25x0°

CDH-I-6311/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 11x20x0°

CDH-I-6311/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 11x25x0°

CDH-I-6315 CURETA RECAMIER N°1

COIL/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. PLIF INST.

CDH-I-6314 CURETA POSTERIOR LUMBAR N°1

CDH-I-6504/080 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 8mm

CDH-I-6504/095 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 9,5mm

CDH-I-6504/110 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 11mm

CDH-I-6504/125 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 12,5mm

CDH-I-6504 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR ATRAUMATICO

CDH-I-6505 VALVA SEPARADORA DE RAIZ PLANA

CDH-I-6506 VALVA SEPARADORA DE RAIZ ACANALADA

COILA/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND.PLIF ATRAUMATICO INST.

CDH-I-6220/R RASPA DERECHA
CDH-I-6220/L RASPA IZQUIERDA
CDH-I-6221/7 ESCOPLO 7mm
CDH-I-6221/10 ESCOPLO 10mm
CDH-I-6222/08 PROBADOR CUBO TLIF N°8
CDH-I-6222/10 PROBADOR CUBO TLIF N°10
CDH-I-6222/12 PROBADOR CUBO TLIF N°12
CDH-I-6223 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF CURVO CON TOPE
CDH-I-6224 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF RECTO CON TOPE
CDH-I-6201 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF
CDH-I-6226/R CURETA DE VOLKMAN DERECHA
CDH-I-6226/L CURETA DE VOLKMAN IZQUIERDA
CDH-I-6226/T CURETA DE VOLKMAN INCLINADA
CDH-I-6227/R CURETA RECAMIER N°1 – DERECHA
CDH-I-6227/L CURETA RECAMIER N°1 – IZQUIERDA
CDH-I-6228 BASE DE MONTAJE CUBO TLIF
CDH-I-6202 IMPACTOR INJERTO TLIF
COIT/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. TLIF INST.
CDH-I-1184.07011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 PCA
CDH-I-0182.11020 ADAPTADOR P/ACOPLE RAPIDO PCA
CDH-I-1182.01050 MECHA AJUSTABLE PCA
CDH-I-1182.01051 MECHA Ø2,4 x 13mm PCA
CDH-I-1182.01052 MECHA Ø2,4 x 15mm PCA
CDH-I-1182.01053 MECHA Ø2,4 x 17mm PCA
CDH-I-1181.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 2 PCA
CDH-I-69006/8 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 8mm

CDH-I-69006/10 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 10mm

CDH-I-69006/12 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 12mm

CDH-I-69006/14 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 14mm

CDH-I-69006/16 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 16mm

CDH-I-9007 MARTILLO IMPACTOR INTERESINOSOS

COI-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/1 BAND. INTERESP. IMPL. + INST.

Período de vida útil: 5 años para los productos médicos estériles.

Forma de presentación: Envase unitario.

Método de esterilización: Óxido de etileno. Radiación gamma.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar/es de elaboración: JUAN CANALS 2235, MATHEU, ROSARIO, Santa Fé, Argentina

Expediente N° 1-47-3110-2738-19-1

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.07.17 01:31:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.17 01:31:53 -03:00



fabricados por:
CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Juan Canals 2225 - 52004BYA - Rosario - República Argentina
 Teléfax 54-341-5684513 - 5682038 - 5682039
 www.cdh-protesis.com.ar - info@cdh-protesis.com.ar

"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES"
INFORMACION MÉDICA IMPORTANTE - DIRIGIDA A LOS CIRUJANOS Y
PERSONAL AUTORIZADO.

SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES

PM 1006-15

INSTRUCCIONES DE USO

Contenido del sistema
 • Implantes óseos, estériles y limpio estéril - De un solo uso

Antes de utilizar el dispositivo, lea detenidamente todas las instrucciones y familiarícese con las técnicas quirúrgicas.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

• El sistema de separadores intervertebrales CDH, está compuesto por tornillos, cubos intersomáticos cervicales y lumbares, separadores intersomáticos. Elaborados con aleación de titanio grado médico y PEEK OPTIMA®

INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE

Nota Especial

Los sistemas de separadores intervertebrales, como cualquier otro dispositivo de fijación interna temporal, tienen una duración limitada. El nivel de actividad del paciente repercute en forma significativa en la duración del implante. Debe informarse al paciente que cualquier actividad aumenta el riesgo de aflojamiento, gubado o rotura de los componentes del implante. Es importante explicar a los pacientes de qué manera deben restringir sus actividades durante el período postoperatorio y realizar un seguimiento de los mismos durante dicho período para evaluar el desarrollo de la masa de fusión y el estado de los componentes del implante. Aunque se produzca una fusión ósea sólida, los componentes del implante igualmente pueden debilitarse, romperse o aflojarse. Debe informarse al paciente de dicha posibilidad.

La finalidad de los implantes es la de proporcionar apoyo interno temporal mientras se consolida la masa de fusión. Los implantes de columna tienen gran posibilidad de falla si no se utiliza ningún injerto óseo o si el paciente desarrolla una pseudoartrosis, o en pacientes con curvaturas preoperatorias severas o múltiples.

El cirujano será quien determine la extracción de estos implantes una vez finalizada la fusión ósea. Deberá considerarse con el paciente la posibilidad de una segunda cirugía y los riesgos que esto implica. Ante un implante roto, es el cirujano quien evaluará la extracción o no del implante y evaluará los riesgos que conlleva otra cirugía.

Los dispositivos de fijación están disponibles en muchos estilos y tamaños y están fabricados de diversos tipos de materiales, metálicos (titanio) y no metálicos (Polietileno ether retone -PEEK-). El material componente se indica en el ROTULO (etiqueta exterior de la caja de cartón). Usar solamente los componentes metálicos fabricados del mismo material. Nunca mezclar metales diferentes (acero inoxidable con titanio). Los componentes de diferentes

fabricantes no deberían ser mezclados, excepto cuando lo indique el fabricante. Todos los componentes implantables son para un solo uso.

INDICACIONES

El Sistema de Separadores Intervertebrales CDH es un producto médico diseñado para proveer inmovilidad y estabilidad a los segmentos espinales en pacientes con madurez esquelética, para favorecer la fusión en el tratamiento de las inestabilidades agudas o crónicas de toda la columna (ocipitocervical, torácica y lumbosacra), o deformidades de la columna torácica y lumbosacra, afectadas por distintas patologías a través de una vía quirúrgica anterior o posterior.

CUBOS INTERSOMÁTICOS

Colocados por vía anterior en columna cervical en pacientes adultos en:

- Enfermedad degenerativa del disco (DDD - degenerative disc disease) en pacientes maduros, entre C3 y T1, en donde esta patología como el dolor discogénico confirmado por historia clínica y estudios radiográficos de más de seis niveles de sección y no tratados aún con otros métodos.
- Estabilización de la columna cervical con un espacio adicional - DEBE SER ESTABILIZADO CON UN MEDIO DE FUSIÓN ADICIONAL -Placas con tornillos PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DEL CUBO.

Los cubos cervicales bloqueados están diseñados para utilizar solos, pero es la decisión del cirujano en función del stock óseo del paciente la utilización adicional por vía anterior, posterior o posterolateral en columna lumbosacra en pacientes adultos en:

- Enfermedad degenerativa del disco (DDD - degenerative disc disease) en pacientes maduros, entre L2 y S1, en donde esta patología como el dolor discogénico lumbar acompañado de síntomas radicales, confirmado por historia clínica y estudios radiográficos de más de seis meses de evolución y no tratados aún con cirugía. Utilizados con relleno de hueso autólogo o sustituto óseo. EL ESPACIO DEBE SER ESTABILIZADO CON UN MEDIO DE FUSIÓN ADICIONAL -tornillos como o poliaxiales más barra lateral- PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DEL CUBO.

DISPOSITIVOS INTERESPINOSOS

Colocados por vía posterior proveen estabilización a los segmentos esqueléticos de una columna en pacientes adultos, sin necesidad de realizar fijación, en:

- Hernia discal lumbar
- Estenosis lumbares con claudicación neurogena sin o con espondilolistesis grado 1 en 1 o 2 niveles de L1 a L5
- Discotomías tras recidivas discal
- Degeneración discal en el nivel adyacente a una fusión previa y cambios que producen dolor lumbar crónico

CONTRAINDICACIONES

Toda enfermedad de la espina, que pueda tratarse en forma segura y predecible sin el uso de dispositivos de fijación interna son contraindicación relativa para el uso de dichos dispositivos.

La infección sistémica activa o infección localizada en el sitio de la implantación son contraindicación.

También la osteoporosis severa porque puede impedir la fijación adecuada de los anclajes espinales (contraindicación relativa).

Otras contraindicaciones relativas son las afecciones que eliminan la posibilidad de fusión como el cáncer, diabetes remota u osteopenia, obesidad, enfermedades degenerativas y sensibilidad a cuerpos extraños. También, pueden ser contraindicaciones relativas: Enfermedad mental, alcoholismo, uso de algunos fármacos que pueden ser condiciones de mayor riesgo de falla de los implantes.

ADVERTENCIAS

La seguridad y eficacia de los sistemas espinales de cubos intersomáticos fueron establecidas para patología espinal de la columna cervical o torso

lumbosacra, con enfermedad degenerativa del disco, con sintomatología radicular asociada y fenómenos degenerativos del espacio discal comprobables por historia clínica y estudios radiográficos. Para utilizar rellenos con injerto óseo autólogo o sustitutos óseos, para lograr la fusión del espacio y siempre combinados con la utilización de una fijación adicional (placa cervical en columna cervical, tornillos y barras en columna torso lumbosacra).

La seguridad y eficacia de los sistemas espinales de los dispositivos intersomáticos, fueron establecidos para patologías de hernia discal lumbar, estenosis lumbar con claudicación neurogena con o sin espondilolistesis grado 1 en 1 o 2 niveles, en discotomías tras recidiva discal y en degeneración discal en un nivel adyacente a una fusión previa y con producción de dolor lumbar crónico.

El cirujano debe utilizar una técnica aseptica adecuada durante todas las fases de manipulación del producto a partir del momento que el mismo fuera esterilizado por el hospital, o abierto el envase provisto ya estén por CDH PROTESIS E IMPLANTES.

El implante de los dispositivos SOLO DEBERÁ SER EFECTUADA POR LA COLUMNA CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE COLUMNA, y los procedimientos de técnicas que aseguren la compatibilidad del procedimiento, se practicarán después de que el paciente, en el éxito de la cirugía. El paciente debe ser instruido sobre las limitaciones del implante y advertido sobre el soporte del peso y movimientos que ejercen tensiones sobre el implante, antes que se estabilice la curación con fusión ósea adecuada. El paciente deberá ser advertido que el no cumplimiento de las instrucciones en el post operatorio pueden dar origen a fracasos del implante y posibilidad de realizar cirugía adicional para reemplazo o retiro del mismo.

Cuando se utilicen placas utilice la placa más corta posible para dicho procedimiento, para que no interfiera con otras estructuras óseas.

Durante el procedimiento las placas cervicales pueden ser moldeadas de forma de reflejar el crecimiento de las curvaturas anatómicas deseadas. En el caso de las barras, estas pueden ser contactas y moldeadas de modo de proporcionar conexión y mantener las curvas cefálicas y lumbales anatómicas.

Luego de comprobada la fusión sólida, los dispositivos pueden ser retirados, pero será el médico y el paciente quienes deberán decidir dicha cirugía, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente y el riesgo de un segundo procedimiento quirúrgico.

Todos los implantes del Sistema de Separadores Intervertebrales CDH fueron diseñados para ser utilizados en pacientes adultos con madurez esquelética, estando contraindicado su uso en niños.

PRECAUCIONES

1. Ejercer mucho cuidado al manejar y almacenar elementos implantables. Los cortes, torceduras, quemaduras o rayones en la superficie de los componentes metálicos pueden ocasionar tensiones internas que reducen significativamente la resistencia al esfuerzo y a la fatiga.
2. Cualquier implante que haya sido manipulado y con la sospecha de haber sufrido daño, NO PUEDE SER UTILIZADO y deberá ser devuelto al fabricante.
3. Las restricciones postoperatorias a pacientes y el cuidado apropiado de enfermería son críticos. El soporte prematuro del peso aumenta sustancialmente la carga y aumenta el riesgo de aflojamiento, flexión o rotura del dispositivo. El soporte prematuro de peso debe ser considerado sólo cuando hayan fracturas estables con buen contacto de hueso con hueso.
4. Aunque el cirujano tiene que tomar la decisión definitiva respecto a la remoción del implante, siempre que sea posible y práctico para el paciente individual, los dispositivos de fijación deben ser extraídos una vez que se logre el servicio de estos como ayuda en la curación.
5. La información de técnica quirúrgica está disponible mediante solicitud. El cirujano debe estar familiarizado con los dispositivos, instrumentos y técnica quirúrgica antes de la cirugía.

MOVILIZACIÓN POSTOPERATORIA



CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
 HORACIO DOMINGUEZ
 SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
 NORAHOLEAGA
 FARMACEUTICA
 DIRECTORA TECNICA

F

Recomendamos la inmovilización externa postoperatoria mediante aparatos ortopédicos o enyesado hasta la confirmación radiográfica de la maduración de la masa de fusión.

Es también importante dar instrucciones claras al paciente para que reduzca la tensión sobre los implantes para intentar evitar la ocurrencia de problemas clínicos que pueden producir fello de la fijación.

EFFECTOS ADVERSOS

1. Alojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de componentes de implante.
2. Puede ocurrir pérdida de posición anatómica con mala unión.
3. Se han reportado infecciones, tanto profundas como superficiales.
4. La cirugía y el uso concomitante de dispositivos de fijación interna pueden producir trastornos vasculares, incluyendo tromboticibilis, embolia pulmonar y trombomias de tendones.
5. Aunque raras, se han reportado reacciones de sensibilidad a metal y/o a componentes alérgicas a materiales extraños.
6. Puede haber dolor, malestar o sensaciones anormales debido a la presión del dispositivo.
7. Pueden ocurrir reacciones de los tejidos que incluyen reacciones a cuerpos extraños y macrófagos adyacentes a implantes. Bursitis.
8. Lesiones nerviosas debidas a traumatismos quirúrgicos o a la presencia del dispositivo. Dificultades neurológicas incluidas distorción del intestino y/o vejiga, impotencia, parastiasis.
9. Lesiones vasculares de los vasos linfáticos y/o esudado de fluido linfático.
10. Lesiones o daño de la médula espinal.
11. Fracturas de estructuras óseas.
12. Cambios degenerativos o inestabilidad en segmentos adyacentes a los niveles vertebrales fusionados.

ENVASE Y ROTULADO

Los componentes sólo deben ser aceptados si son recibidos por el hospital o el cirujano con el envase y el ROTULO de fábrica intactos.

ESTERILIZACIÓN

Algunos de los componentes son comercializados con el rótulo de ESTERIL. En ese caso dicho elemento fue envasado en doble peuch o doble blister sellado con papel grado médico y sometido a una dosis de 25 kGy de radiación Gamma o por Oxidio de Etileno. Sólo utilice el implantes si el envase está intacto. Asegúrese que la manipulación y apertura del envase sea producido por personal de quirófano entrenado.

Otros implantes se suministran no estériles y con un empaquetado de protección. El método de esterilización está notado en la etiqueta del envase. Si la etiqueta no indica específicamente que los productos han sido esterilizados, los componentes y los instrumentos son suministrados en estado no estéril y deben ser esterilizados antes de la operación. Evitar los envases para detectar cualquier perforación o daño antes de la operación.

Los componentes pueden ser esterilizados en autoclave a vapor a alta presión en una envoltura de protección apropiada, después de retirar todo el envase y etiquetado original. Proteger los envases, en particular las superficies de acoplamiento, contra el contacto con objetos metálicos u otros objetos duros que pueden dañar al producto. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso para estos dispositivos:

- Ciclo de vapor dinámico para eliminación de aire (Prevención): 4 impulsos a 132 °C (270 °F) o 3 impulsos a 135 °C (275 °F) con un tiempo de exposición mínimo de 3 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.
- Ciclo de vapor de la Organización Mundial de la Salud: 4 impulsos a 134 °C durante 18 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.
- Ciclo de vapor con desplazamiento por gravedad (servueltos): de 132 °C a 135 °C (de 270 °F a 275 °F) con un tiempo mínimo de exposición de 15 minutos y un tiempo de secado al vacío mínimo de 30 minutos.

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. NO RECOMIENDA EL USO DE REESTERILIZACIÓN DE LOS IMPLANTES. LOS IMPLANTES PREVIAMENTE IMPLANTADOS NO DEBEN SER REUTILIZADOS

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Todo implante quirúrgico debe ser tratado durante su traslado y almacenamiento de acuerdo con normas establecidas que indican:

- Manipular con cuidado
- No golpear
- Almacén en lugar seco y libre de polvo
- El personal de enfermería que auxilia en la cirugía (instrumentalistas, enfermeras, etc.) deberá estar familiarizado con el procedimiento de apertura del empaque y con su manipulación.

LOS IMPLANTES PREVIAMENTE IMPLANTADOS NO DEBEN SER REUTILIZADOS

Los implantes son acompañados de cajas quirúrgicas con instrumental fabricado o provisto por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. EL INSTRUMENTAL QUIRURGICO ES REUTILIZABLE; por lo tanto, debe ser LAVADO, ENJUAGADO, SECADO Y ESTERILIZADO por AUTOCLAVE A VAPOR antes de cada uso, con las especificaciones recomendadas en este documento.

INDICACIONES

Los instrumentos Quirúrgicos reutilizables CDH están diseñados para realizar una función específica como cortar, agarrar, pinzar, retirar, separar, moldear, medir, guiar, atornillar, perforar, fresar, fijar, impedir, etc. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su supervisión facultativa. LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SOLO DEBEN SER UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROPOSITO PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS. El Responsable de que se realice la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de los instrumentos es el Cirujano.

CONTRAINdicACIONES

El producto está contraindicado para ser utilizado en pacientes con enfermedades agudas o crónicas sin tratamiento, con estado general comprometido, o si le ocasionara algún riesgo de vida al someterse a un procedimiento quirúrgico.

ADVERTENCIA

Es extremadamente importante que la manipulación del instrumental sea correcta, asegurando así óptimos resultados. Para ello se deben evitar golpes rayado y robbido.

PRECAUCIONES

Los elementos quirúrgicos deben ser manipulados solamente por un PROFESIONAL MEDICO TRAUMATOLOGO Y EL EQUIPO DE AUXILIARES, DEBIDAMENTE ENTRENADO EN LA TECNICA QUIRURGICA, que le permita resolver la patología en forma rápida y efectiva.

PARA LA REUTILIZACION DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE LA TRAUATOLOGIA se deben tomar medidas estrictas de asepsia y antisepsia.

Todo INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUATOLOGIA fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES se entrega LIMPIO pero NO ESTERILIZADO, debiendo esterilizarse antes de su uso, mediante el método indicado el rótulo y en este instructivo de uso. Realizar la limpieza del instrumental utilizado con guantes protectores, luego de cada uso utilizando detergentes trienzimáticos desinfectantes, los cuales eliminan impurezas a concentraciones adecuadas indicadas por el fabricante, asegurándose así un correcto enjuague de los mismos para eliminar excedentes del detergente y secar cuidadosamente el instrumental con materiales que no desprendan fibras.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

El uso inadecuado de los instrumentales quirúrgicos puede comprometer el resultado final, generando graves consecuencias para el paciente.

CONDICIONES DE LIMPIEZA

Prelimpieza

Eliminar los residuos visibles del instrumental quirúrgico con una gasa compresada y agua estéril como rutina durante la intervención para prevenir que la sangre y los líquidos corporales, etc. se sequen. La sangre así como los líquidos corporales y las soluciones salinas son altamente corrosivas. La Sangre además puede manchar el instrumental difícil de limpiar.

Limpieza

Para prevenir la firme adhesión de bacterias y sustancias extracelulares a las superficies de los materiales, se recomienda limpiar los instrumentos tan pronto como sea posible después de la utilización del mismo. Si se produce la adhesión bacteriana la misma protege a los microorganismos de ser fácilmente eliminados mediante métodos habituales de limpieza/descontaminación usado en hospitales. La utilización de detergente con pH neutro es vital para el mantenimiento del instrumento quirúrgico. El contacto con soluciones ácidas o alcalinas eliminará la bacteria, protectora de óxido de cromo de los instrumentos, lo cual a menudo deriva en la corrosión, picaduras y roturas. Eliminar la suciedad de todas las superficies del instrumento con un cepillo de mano pequeño, manteniendo el instrumento sumergido en la solución. Al hacer limpieza manual, no utilizar nunca lana de acero, cepillos de alambre, ni detergentes abrasivos. Utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar los instrumentos con un canal accesible. Debe limpiarse minuciosamente la parte del mecanismo de bloqueo y articulado de un instrumento después de cada uso. Mediante la limpieza manual deben eliminarse todos los residuos visibles.

ENJUAGUE

Este procedimiento debe hacerse con agua ablandada o desionizada, a fin de eliminar mejor los detergentes. La desionización elimina sales y partículas ionizadas presentes en el agua. El agua excesivamente dura puede marcar o manchar los instrumentos así como el exceso de cloro puede producir picaduras en los mismos.

Se RECOMIENDA Y SUGIERE el uso de AGUA DESIONIZADA, para el lavado y enjuague del instrumental.

SECADO

Antes de que los instrumentos sean envueltos para esterilización o almacenamiento los mismos deben secarse minuciosamente. Si un hueco de instrumento está mojado al envolverse para esterilización es probable que saquen mojado del esterilizador. Los paquetes húmedos no son adecuados para usarse después de la esterilización porque pueden contaminarse rápidamente al ser manipulados. Además, la humedad restante puede derivar en corrosión, particularmente en mecanismos de bloqueo y articulados, deteriorando el instrumento y produciendo la ruptura del mismo durante su uso.

ESTERILIZACIÓN

Si no están específicamente etiquetados como estériles, los instrumentos son suministrados sin esterilizar y deben ser esterilizados antes de su uso. Los componentes de metal deben ser esterilizados inicialmente, en el autoclave con vapor. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso de esterilización para estos instrumentales:

Ciclo de prevención: 4 pulsaciones (Máximo= 26.0 psi (2.8 bares) y mínimo= 10.0 inHg (338milibares) con un tiempo mínimo de permanencia de 4 minutos a 132°C a 135°C, seguidos de 1 minuto de purga y por lo menos de 15 minutos de secamiento al vacío a 338 milibares, como mínimo.

Ciclo de gravedad: 132° C a 135° C con un mínimo de tiempo de permanencia a la temperatura, de 15 minutos, seguidos por 1 minuto de purga y por lo menos 15 minutos de secado al vacío a 338 milibares como mínimo.

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. No recomienda el uso de ciclos de gravedad a bajas temperaturas o esterilización, rápida en sus productos.



CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA

INFORMACIÓN

Para obtener mayor información, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al teléfono 0341-588.2038/2039 desde Argentina o desde el exterior al #54-341-588.2038/2039

También puede solicitar información a través del correo electrónico:

info@cdh-protesis.com.ar

Farm. NORA OLEAGA – Mat. Pcial. 1750 – DIRECTOR TÉCNICO.


CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA



5 - Rev. 0

ANEXO III. B
PROYECTO DE ROTULO



REGISTRO:

SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES


DE PRODUCTO LIMPIO - NO ESTERIL:

 CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.	SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES	INDUSTRIA ARGENTINA
	Modelo XXX Medidas: XXX	
REF 111-11340/T2  111-11340/T2	PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL DIRECTOR TECNICO Farm. NORA OLEAGA Mat Pcial. N° 1750	
LOT XXX-XXXXX  XXX-XXXXX	Unico uso "VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS" ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-15	

CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE
Dr. HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
Farm. NORA OLEAGA
DIRECTOR TECNICO

ANEXO III. B
PROYECTO DE ROTULO



EJEMPLO: PRODUCTO ESTERIL POR OXIDO DE ETILENO

REGISTRO:

SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES

cdh SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES

Modelo XXX

Medidas: XXX

ESTERIL ETO 2024-02

INDUSTRIA ARGENTINA

NO USAR SI EL CIERRE ESTA DAÑADO

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROBARIÓ

Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.

REF 9-136-B

9-136-B

LOT XXXX/XXXX

XXX-XXXX

2018-11

DIRECTOR TECNICO

Farm. NORA OLEAGA

Mat. Pcial. N° 1750

Único uso

"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-16

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE
Dr. HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
Farmacéutica NORA OLEAGA
Mat. Pcial. 1750
DIRECTOR TECNICO

ANEXO III. B
PROYECTO DE ROTULO



EJEMPLO: PRODUCTO ESTERIL POR RADIACION GAMMA

REGISTRO:

SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES



cdh

**SISTEMA DE SEPARADORES
INTERVERTEBRALES**

NO USAR SI EL CIERRE ESTA DAÑADO

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO

Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.

REF 9-136-B



9-136-B

LOT XXXX/XXXX



XXX-XXXX

Modelo XXX

Medidas: XXX

ESTERIL R  2024-02

 2018-11

DIRECTOR TECNICO
Farm. NORA OLEAGA
Mat. Pcial. N° 1750

Unico uso

"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E
INSTITUCIONES SANITARIAS" 7

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO,
OSCURO Y LIBRE DE POLVO

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-15

INDUSTRIA ARGENTINA

CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE
Dr. HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
Farmaceutica NORA OLEAGA
Mat. Pcial. 1750
DIRECTOR TECNICO

ANEXO III. B
PROYECTO DE ROTULO

REGISTRO:

SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES
INSTRUMENTAL ASOCIADO



 CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.	SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES	INDUSTRIA ARGENTINA
	Instrumental: Modelo XXX	
REF 111-11340/T2  111-11340/T2	 2018-12  Unico uso	PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL Esterilizar antes de usar por autoclave a vapor DIRECTOR TECNICO Farm. NORA OLEAGA Mat. Pcial. N° 1750
LOT XXX-XXXXX  XXX-XXXXX	"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS" ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-15	

CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL
HORACIO DOMINGUEZ
Dr. HORACIO DOMINGUEZ
Gerente

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
Farmacéutica NORA OLEAGA
DIRECTOR TECNICO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rot. de .Inst. de Uso. CDH Protesis E Implantes SRL.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.17 10:28:55 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.17 10:28:53 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-47-3310-2738-19-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-2738-19-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CDH Protesis e Implantes S.R.L., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE SEPARADORES INTERVERTEBRALES

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766-Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El Sistema de Separadores Intervertebrales está indicado para proveer inmovilidad y estabilidad a los segmentos espinales en pacientes con madurez esquelética, para favorecer la fusión en el tratamiento de las inestabilidades agudas o crónicas de toda la columna (occipitocervical, torácica y lumbosacra), o deformidades de la columna torácica y lumbo sacra, afectadas por distintas patologías a través de una vía quirúrgica anterior o posterior.

Modelo/s:

Cubos Intersomaticos

9-135 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 5mm

9-136 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 6mm

9-137 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 7mm
9-138 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 8mm
9-139 CUBO CERVICAL PEEK 13 x 9mm
9-155 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 5mm
9-156 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 6mm
9-157 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 7mm
9-158 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 8mm
9-159 CUBO CERVICAL PEEK 15 x 9mm
9-135-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 5mm
9-136-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 6mm
9-137-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 7mm
9-138-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 8mm
9-139-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 9mm
9-1310-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 10mm
9-1311-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 11mm
9-1312-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 13 x 12mm
9-155-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 5mm
9-156-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 6mm
9-157-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 7mm
9-158-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 8mm
9-159-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 9mm
9-1510-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 10mm
9-1511-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 11mm
9-1512-B CUBO CERVICAL BLOQUEADO 15 x 12mm
9-08200 CUBO LUMBAR 8x20x0°
9-08250 CUBO LUMBAR 8x25x0°

9-09200 CUBO LUMBAR 9x20x0°
9-09250 CUBO LUMBAR 9x25x0°
9-10200 CUBO LUMBAR 10x20x0°
9-10250 CUBO LUMBAR 10x25x0°
9-11200 CUBO LUMBAR 11x20x0°
9-11250 CUBO LUMBAR 11x25x0°
9-12200 CUBO LUMBAR 12x20x0°
9-12250 CUBO LUMBAR 12x25x0°
9-08204 CUBO LUMBAR 8x20x4°
9-08254 CUBO LUMBAR 8x25x4°
9-09204 CUBO LUMBAR 9x20x4°
9-09254 CUBO LUMBAR 9x25x4°
9-10204 CUBO LUMBAR 10x20x4°
9-10254 CUBO LUMBAR 10x25x4°
9-11204 CUBO LUMBAR 11x20x4°
9-11254 CUBO LUMBAR 11x25x4°
9-12204 CUBO LUMBAR 12x20x4°
9-12254 CUBO LUMBAR 12x25x4°
9-13204 CUBO LUMBAR 13x20x4°
9-13254 CUBO LUMBAR 13x25x4°
9-14204 CUBO LUMBAR 14x20x4°
9-14254 CUBO LUMBAR 14x25x4°
9-15204 CUBO LUMBAR 15x20x4°
9-15254 CUBO LUMBAR 15x25x4°
9-16204 CUBO LUMBAR 16x20x4°
9-16254 CUBO LUMBAR 16x25x4°

9-17204 CUBO LUMBAR 17x20x4°
9-17254 CUBO LUMBAR 17x25x4°
9-01065 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 6,5mm
9-01080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO OBLICUO 8,0mm
9-00080 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 8,0mm
9-00095 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 9,5mm
9-00110 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 11,0mm
9-00125 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 12,5mm
9-00140 CUBO LUMBAR ATRAUMATICO RECTO 14,0mm
9-080807-30 CUBO TLIF T:8
9-101009-30 CUBO TLIF T:10
9-121211-30 CUBO TLIF T:12
990-0102 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 2
990-0104 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 4
990-0106 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 6
990-0108 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 8
990-0110 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 10
990-0112 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 12
990-0114 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 14
990-0116 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 16
990-0118 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 18
990-0120 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 20
990-0122 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 22
990-0124 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 24
990-0126 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 26
990-0128 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 28

990-0130 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 30
990-0132 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 32
990-0134 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 34
990-0136 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 36
990-0138 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 38
990-0140 CAGE LUMBOSACRO ANTERIOR N° 40
990-0202 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 2
990-0204 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 4
990-0206 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 6
990-0208 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 8
990-0210 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 10
990-0212 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 12
990-0214 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 14
990-0216 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 16
990-0218 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 18
990-0220 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 20
990-0222 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 22
990-0224 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 24
990-0226 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 26
990-0228 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 28
990-0230 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 30
990-0232 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 32
990-0234 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 34
990-0236 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 36
990-0238 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 38
990-0240 CAGE LUMBOSACRO POSTERIOR N° 40

990-0302 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 2
990-0304 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 4
990-0306 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 6
990-0308 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 8
990-0310 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 10
990-0312 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 12
990-0314 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 14
990-0316 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 16
990-0318 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 18
990-0320 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 20
990-0322 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 22
990-0324 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 24
990-0326 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 26
990-0328 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 28
990-0330 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 30
990-0332 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 32
990-0334 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 34
990-0336 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 36
990-0338 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 38
990-0340 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO ANTERIOR N° 40
990-0402 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 2
990-0404 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 4
990-0406 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 6
990-0408 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 8
990-0410 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 10
990-0412 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 12

990-0414 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 14
990-0416 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 16
990-0418 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 18
990-0420 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 20
990-0422 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 22
990-0424 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 24
990-0426 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 26
990-0428 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 28
990-0430 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 30
990-0432 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 32
990-0434 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 34
990-0436 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 36
990-0438 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 38
990-0440 CAGE BLOQUEADO LUMBOSACRO POSTERIOR N° 40
906-0402 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 2
906-0404 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 4
906-0406 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 6
906-0408 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 8
906-0410 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 10
906-0412 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 12
906-0414 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 14
906-0416 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 16
906-0418 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 18
906-0420 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 20
906-0422 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 22
906-0424 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 24

906-0426 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 26
906-0428 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 28
906-0430 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 30
906-0432 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 32
906-0434 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 34
906-0436 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 36
906-0438 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 38
906-0440 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CEFALICA N° 40
906-0502 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 2
906-0504 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 4
906-0506 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 6
906-0508 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 8
906-0510 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 10
906-0512 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 12
906-0514 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 14
906-0516 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 16
906-0518 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 18
906-0520 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 20
906-0522 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 22
906-0524 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 24
906-0526 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 26
906-0528 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 28
906-0530 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 30
906-0532 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 32
906-0534 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 34
906-0536 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 36

906-0538 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 38
906-0540 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL DISCO ARTICULAR N° 40
906-0602 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 2
906-0604 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 4
906-0606 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 6
906-0608 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 8
906-0610 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 10
906-0612 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 12
906-0614 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 14
906-0616 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 16
906-0618 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 18
906-0620 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 20
906-0622 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 22
906-0624 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 24
906-0626 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 26
906-0628 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 28
906-0630 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 30
906-0632 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 32
906-0634 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 34
906-0636 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 36
906-0638 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 38
906-0640 REEMPLAZO DISCO VERTEBRAL CARILLA CAUDAL N° 40
906-0702 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 2
906-0704 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 4
906-0706 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 6
906-0708 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 8

906-0710 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 10
906-0712 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 12
906-0714 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 14
906-0716 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 16
906-0718 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 18
906-0720 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 20
906-0722 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 22
906-0724 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 24
906-0726 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 26
906-0728 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 28
906-0730 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 30
906-0732 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 32
906-0734 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 34
906-0736 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 36
906-0738 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 38
906-0740 REEMPLAZO VERTEBRAL UNIVERSAL N° 40
9-0304 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 4mm
9-0305 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 5mm
9-0306 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 6mm
9-0307 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 7mm
9-0308 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 8mm
9-0309 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 9mm
9-0310 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 10mm
9-0311 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 11mm
9-0312 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 3° x 12mm
9-0404 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 4mm

9-0405 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 5mm
9-0406 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 6mm
9-0407 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 7mm
9-0408 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 8mm
9-0409 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 9mm
9-0410 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 10mm
9-0411 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 11mm
9-0412 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 4° x 12mm
9-0504 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 4mm
9-0505 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 5mm
9-0506 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 6mm
9-0507 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 7mm
9-0508 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 8mm
9-0509 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 9mm
9-0510 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 10mm
9-0511 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 11mm
9-0512 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 5° x 12mm
9-0604 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 4mm
9-0605 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 5mm
9-0606 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 6mm
9-0607 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 7mm
9-0608 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 8mm
9-0609 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 9mm
9-0610 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 10mm
9-0611 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 11mm
9-0612 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 6° x 12mm

9-0704 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 4mm
9-0705 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 5mm
9-0706 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 6mm
9-0707 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 7mm
9-0708 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 8mm
9-0709 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 9mm
9-0710 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 10mm
9-0711 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 11mm
9-0712 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 7° x 12mm
9-0804 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 4mm
9-0805 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 5mm
9-0806 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 6mm
9-0807 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 7mm
9-0808 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 8mm
9-0809 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 9mm
9-0810 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 10mm
9-0811 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 11mm
9-0812 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 8° x 12mm
9-0904 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 4mm
9-0905 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 5mm
9-0906 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 6mm
9-0907 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 7mm
9-0908 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 8mm
9-0909 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 9mm
9-0910 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 10mm
9-0911 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 11mm

9-0912 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 9° x 12mm
9-1004 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 4mm
9-1005 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 5mm
9-1006 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 6mm
9-1007 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 7mm
9-1008 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 8mm
9-1009 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 9mm
9-1010 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 10mm
9-1011 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 11mm
9-1012 CUBO INTERSOMATICO CERVICAL DE PEEK 10° x 12mm
9-0304-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 4mm
9-0305-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 5mm
9-0306-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 6mm
9-0307-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 7mm
9-0308-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 8mm
9-0309-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 9mm
9-0310-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 10mm
9-0311-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 11mm
9-0312-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 3° x 12mm
9-0404-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 4mm
9-0405-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 5mm
9-0406-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 6mm
9-0407-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 7mm
9-0408-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 8mm
9-0409-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 9mm
9-0410-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 10mm

9-0411-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 11mm
9-0412-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 4° x 12mm
9-0504-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 4mm
9-0505-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 5mm
9-0506-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 6mm
9-0507-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 7mm
9-0508-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 8mm
9-0509-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 9mm
9-0510-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 10mm
9-0511-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 11mm
9-0512-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 5° x 12mm
9-0604-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 4mm
9-0605-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 5mm
9-0606-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 6mm
9-0607-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 7mm
9-0608-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 8mm
9-0609-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 9mm
9-0610-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 10mm
9-0611-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 11mm
9-0612-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 6° x 12mm
9-0704-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 4mm
9-0705-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 5mm
9-0706-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 6mm
9-0707-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 7mm
9-0708-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 8mm
9-0709-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 9mm

9-0710-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 10mm
9-0711-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 11mm
9-0712-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 7° x 12mm
9-0804-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 4mm
9-0805-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 5mm
9-0806-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 6mm
9-0807-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 7mm
9-0808-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 8mm
9-0809-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 9mm
9-0810-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 10mm
9-0811-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 11mm
9-0812-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 8° x 12mm
9-0904-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 4mm
9-0905-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 5mm
9-0906-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 6mm
9-0907-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 7mm
9-0908-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 8mm
9-0909-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 9mm
9-0910-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 10mm
9-0911-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 11mm
9-0912-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 9° x 12mm
9-01004-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 4mm
9-01005-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 5mm
9-01006-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 6mm
9-01007-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 7mm
9-01008-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 8mm

9-01009-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 9mm

9-01010-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 10mm

9-01011-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 11mm

9-01012-B CUBO INTERSOMATICO CERVICAL BLOQUEADO 10° x 12mm

Tornillos Bloqueados de Titanio

729-30012-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 12mm

729-30014-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 14mm

729-30016-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 16mm

729-30018-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,0mm x 18mm

729-35012-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 12mm

729-35014-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 14mm

729-35016-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 16mm

729-35018-LT/CC TONILLO BLOQUEADO TITANIO CUBO CERVICAL DIAM 3,5mm x 18mm

729-25012-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 12mm

729-25014-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 14mm

729-25016-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 16mm

729-25018-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 18mm

729-25020-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 20mm

729-25022-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 22mm

729-25024-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 24mm

729-25026-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 26mm

729-25028-LT TONILLO BLOQUEADO TITANIO DIAM 2,5mm x 28mm

Dispositivos Interespinosos

906-08036 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 8mm

906-10038 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 10mm

906-12040 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 12mm
906-14042 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 14mm
906-16044 ESPACIADOR INTERESPINOSO TITANIO 16mm
906-0102 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 2
906-0104 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 4
906-0106 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 6
906-0108 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 8
906-0110 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 10
906-0112 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 12
906-0114 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 14
906-0116 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 16
906-0118 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 18
906-0120 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 20
906-0122 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 22
906-0124 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 24
906-0126 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 26
906-0128 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 28
906-0130 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 30
906-0132 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 32
906-0134 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 34
906-0136 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 36
906-0138 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 38
906-0140 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK N° 40
906-0202 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 2
906-0204 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 4
906-0206 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 6

906-0208 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 8
906-0210 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 10
906-0212 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 12
906-0214 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 14
906-0216 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 16
906-0218 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 18
906-0220 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 20
906-0222 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 22
906-0224 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 24
906-0226 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 26
906-0228 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 28
906-0230 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 30
906-0232 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 32
906-0234 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 34
906-0236 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 36
906-0238 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 38
906-0240 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE PEEK BLOQUEADO N° 40
906-0302 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 2
906-0304 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 4
906-0306 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 6
906-0308 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 8
906-0310 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 10
906-0312 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 12
906-0314 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 14
906-0316 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 16
906-0318 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 18

906-0320 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 20
906-0322 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 22
906-0324 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 24
906-0326 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 26
906-0328 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 28
906-0330 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 30
906-0332 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 32
906-0334 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 34
906-0336 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 36
906-0338 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 38
906-0340 ESPACIADOR INTERESPINOSO DE TITANIO BLOQUEADO N° 40

INSTRUMENTAL ASOCIADO

CDH-I-0881.05050 PINZA TOMA BARRA COLUMNA FUTURE SC

CDH-I-0881.13060 ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO 12 Nm SC

CDH-I-0881.15014 PALPADOR DE PEDICULO RECTO COLUMNA FUTURES SC

CDH-I-0881.15033 PINES MARCADORES 1 SC

CDH-I-0881.15034 PINES MARCADORES 2 SC

CDH-I-0881.15035 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES SC

CDH-I-0881.16020 PINZA ROTADORA DE BARRA SC

CDH-I-0881.16095 PERSUADER DE SISTEMA SC

CDH-I-Y-08D-26 BARRA DE PRUEBA MALEABLE SC

CDH-I-A20.030050 MANGO ACOPLÉ RAPIDO MULTIPLE

CDH-I-A20.0881 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 5,0 SC

CDH-I-A20.0890 ATORNILLADOR EN T HEX. 5,0 SC

CDH-I-A20.101113 PUNTA INICIADORA CORTA SC

CDH-I-A20.101123 STEFFE RECTO COLUMNA FUTURE SC
CDH-I-A20.101124 STEFFE CURVO COLUMNA FUTURE SC
CDH-I-A20.101203 ATORNILLADOR HEX. 3,5 SC
CDH-I-A20.101213 EMPUJADOR DE BARRA CANULADO
CDH-I-A20.101250 DOBLADORA DE BARRA 3 PUNTOS SC
CDH-I-A20.101262 PINZA DE COMPRESION COLUMNA FUTURE SC
CDH-I-A20.101272 PINZA DISTRACCION COLUMNA FUTURE SC
CDH-I-A20.101280 PINZA BAJA BARRA SC
CDH-I-A20.101312 ATORNILLADOR P/TORNILLOS MONOAXIALES SC
CDH-I-A20.101322 ATORNILLADOR P/TORNILLOS POLIAXIALES SC
CDH-I-A20.96843 LLAVE DE CONTRATORQUE SC
CDH-I-A20.96844 PROTECTOR RUPTURA DE TULIPA SC
CDH-I-A20.96845 PINZA RUPTURA DE TULIPA SC
CDH-I-A20.999997 LLAVE BAJA BARRA EN L
CDH-I-A20.999998 MANGO ACOPLA RAPIDO DIRECTO
CDH-I-A20.999999 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5 SC
CDH-I-101222 LLAVE ROTADORA DE BARRA SC
CDH-I-101280 PINZA BAJA BARRA SC
CDH-I-18030 MACHO 6,5 ACOPLA RAPIDO
CDH-I-18031 MACHO 5,5 ACOPLA RAPIDO
CDH-I-18033 PUNTA CUADRADA LARGA CON TOPE
CDH-I-18040 PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO COLUMNA FUTURE
CDH-I-6001 ATORNILLADOR MONOAXIAL
CDH-I-6002 ATORNILLADOR POLIAXIAL
CDH-I-6003 ROTADOR DE BARRA
CDH-I-6004 ATORNILLADOR CROSS-LINK

CDH-I-6005 LLAVE POSICIONADORA

CDH-I-6006 EMPUJADOR DE BARRA

CDH-I-6007 MACHO INSTRUMENTAL COLUMNA Ø5,5mm

CDH-I-6008 MACHO INSTRUMENTAL COLUMNA Ø6,5mm

CDH-I-6009/U ATORNILLADOR EN T BLOQUEADOR TORN. MONO/POLIAXIAL

CDH-I-6010 PINZA DE COMPRESION PEDICULARES

CDH-I-6011 PINZA DISTRACCION PEDICULARES

CDH-I-6012 GRIFA DOBLADORA BARRAS DE COLUMNA

CDH-I-6013 PINZA TOMA BARRA COLUMNA

CDH-I-6014 PINZA TRASBALADORA PARA BARRA Ø6mm

CDH-I-6015 LLAVE DE CONTRATORQUE

CDH-I-6016/U PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE UR

CDH-I-6017/U PALPADOR DE PEDICULO RECTO UR

CDH-I-6019 PUNTA INICIADORA PEDICULO CON TOPE

CDH-I-6020 PALANCA BAJA BARRA

COCF/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/3 BAND. COLUMNA INST.

COCFSC/INST-E CONJ. CAJA MOD. ESP. INSTR. COLUMNA FUTURE SC

COM2/3B CONJUNTO CAJA MOD.2 C/3 BAND.

COCF/IMPL-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. COLUMNA FUT.IMPL.

CDH-I-6402 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°13

CDH-I-6403 IMPACTOR INJERTO CUBO CERVICAL N°15

CDH-I-6404 BASE DE MONTAJE CUBO CERVICAL

CDH-I-6405 CURETA DOBLE CUBO CERVICAL

CDH-I-6413/5 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 5mm

CDH-I-6413/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 6mm

CDH-I-6413/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 7mm

CDH-I-6413/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 8mm

CDH-I-6413/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 9mm

CDH-I-6415/6 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 6mm

CDH-I-6415/7 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 7mm

CDH-I-6415/8 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 8mm

CDH-I-6415/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 15 x 9mm

COIC/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. INTER. CERVICAL INST.

CDH-I-6420 DISPOSITIVO SUJECION CUBO CERVICAL

CDH-I-6421 MANGO ATORNILLADOR ACOPLE HUDSON

CDH-I-6422 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 5mm

CDH-I-6423 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 6mm

CDH-I-6424 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 7mm

CDH-I-6425 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 8mm

CDH-I-6426 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 5mm

CDH-I-6427 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 6mm

CDH-I-6428 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 7mm

CDH-I-6429 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 8mm

CDH-I-6430 GUIA DE MECCHA ROSCADA P CUBO CERV. BLOQ. Ø2,5mm

CDH-I-6431 MECCHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 12mm CCB

CDH-I-6432 MECCHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 14mm CCB

CDH-I-6433 MECCHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 16mm CCB

CDH-I-6434 MECCHA C/TOPE Y ACOP. HUD. Ø2,5mm PROF. 18mm CCB

CDH-I-6435 CUERPO ATORNILLADOR ACOPLE HUDSON HEX. 2,0mm

CDH-I-6436 ATORNILLADOR CARDANICO HEX. MAC. 2,0mm CCB

CDH-I-6437 DISPOSITIVO SUJECION C/GUIA CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6438 DISPOSITIVO SUJECION DIRECTO CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6439 CURETA EN GOTA RECTA P/ GUIA CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6440 CURETA EN GOTA OBLICUA P/ GUIA CUBO CERV. BLOQ.

CDH-I-6441 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO N°13

CDH-I-6442 IMPACTOR INJERTO CUBO CERV. BLOQUEADO N°15

CDH-I-6443 BASE DE MONTAJE CUBO CERV. BLOQUEADO

CDH-I-6444 GUIA DE MECHA ROSCADA P CUBO CERV. BLOQ. Ø2,5mm

CDH-I-6445 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 9mm

CDH-I-6446 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 10mm

CDH-I-6447 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 11mm

CDH-I-6448 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 13 x 12mm

CDH-I-6449 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 9mm

CDH-I-6450 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 10mm

CDH-I-6451 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 11mm

CDH-I-6452 PROBADOR CUBO CERVICAL BLOQ. 15 x 12mm

CDH-I-1214 MARTILLO 250gr.

CDH-I-1184.12010 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. DE CASPAR C/ TORN. CASPAR PCA

CDH-I-1184.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA

COICB-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. INT. CERVICAL BLOQ. IMPL. + INS.

CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ACOPLE 2,5 PCA

CDH-I-0182.11014 ACOUPLE RAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA

CDH-I-1184.04010 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES PCA

CDH-I-9999.99998 MECHA Ø2,4mm SIN TOPE

CDH-I-9999.99997 MECHA Ø2,4 x 15mm CON TOPE REGULABLE

CDH-I-1184.01031 INICIADOR COLUMNA CERVICAL PCA

CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES PCA

CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 1 PCA

CDH-I-0181.05020 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA

CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA

CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA

CDH-I-9999.99999 CURETA DELICADA BALLONETA

COPBC-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. PL. CERV. IMPL. + INST.

COPBCA-E CONJ. CAJA MOD. ESP. PLACAS BLOQ. CERV. ANT. TIT.

CDH-I-1300 IMPACTOR DE GANCHOS PEDICULARES

CDH-I-1301 INICIADOR DE GANCHOS PEDICULARES

CDH-I-1302 INICIADOR DE GANCHOS ANGULADOS Y DESPLAZADOS

CDH-I-1303 INICIADOR DE GANCHOS CON RAMPA

COGPLTR-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. GAN. PyL IMPL. + INST.

CDH-I-18062 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/VASTAGO Ø4,5mm

CDH-I-6208 CURETA INTERSOMATICA 8mm

CDH-I-6209 CURETA INTERSOMATICA 9mm

CDH-I-6210 CURETA INTERSOMATICA 10mm

CDH-I-6211 CURETA INTERSOMATICA 11mm

CDH-I-6212 CURETA INTERSOMATICA 12mm

CDH-I-6213 CURETA INTERSOMATICA 13mm

CDH-I-6214 CURETA INTERSOMATICA 14mm

CDH-I-6215 CURETA INTERSOMATICA 15mm

CDH-I-6108 SEPARADOR INTERSOMATICO 8mm

CDH-I-6110 SEPARADOR INTERSOMATICO 10mm

CDH-I-6112 SEPARADOR INTERSOMATICO 12mm

CDH-I-6114 SEPARADOR INTERSOMATICO 14mm

CDH-I-6301 DISPOSITIVO SUJECION CUBO LUMBAR

CDH-I-6302 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 20mm

CDH-I-6303 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR 25mm

CDH-I-6304 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR

CDH-I-6000 LLAVE ACOPLA UNIVERSAL PARA HUDSON DRIVE

CDH-I-6305 IMPACTOR INJERTO CUBO LUMBAR ATRAUMATICO

CDH-I-6308/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 8x20x0°

CDH-I-6308/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 8x25x0°

CDH-I-6309/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9x20x0°

CDH-I-6306/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 9x25x0°

CDH-I-6310/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 10x20x0°

CDH-I-6310/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 10x25x0°

CDH-I-6311/200 PROBADOR CUBO LUMBAR 11x20x0°

CDH-I-6311/250 PROBADOR CUBO LUMBAR 11x25x0°

CDH-I-6315 CURETA RECAMIER N°1

COIL/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. PLIF INST.

CDH-I-6314 CURETA POSTERIOR LUMBAR N°1

CDH-I-6504/080 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 8mm

CDH-I-6504/095 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 9,5mm

CDH-I-6504/110 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 11mm

CDH-I-6504/125 PROBADOR CUBO LUMBAR ATRAUMATICO 12,5mm

CDH-I-6504 BASE DE MONTAJE CUBO LUMBAR ATRAUMATICO

CDH-I-6505 VALVA SEPARADORA DE RAIZ PLANA

CDH-I-6506 VALVA SEPARADORA DE RAIZ ACANALADA

COILA/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND.PLIF ATRAUMATICO INST.

CDH-I-6220/R RASPA DERECHA

CDH-I-6220/L RASPA IZQUIERDA

CDH-I-6221/7 ESCOPLO 7mm

CDH-I-6221/10 ESCOPLLO 10mm

CDH-I-6222/08 PROBADOR CUBO TLIF N°8

CDH-I-6222/10 PROBADOR CUBO TLIF N°10

CDH-I-6222/12 PROBADOR CUBO TLIF N°12

CDH-I-6223 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF CURVO CON TOPE

CDH-I-6224 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF RECTO CON TOPE

CDH-I-6201 DISPOSITIVO SUJECION CUBO TLIF

CDH-I-6226/R CURETA DE VOLKMAN DERECHA

CDH-I-6226/L CURETA DE VOLKMAN IZQUIERDA

CDH-I-6226/T CURETA DE VOLKMAN INCLINADA

CDH-I-6227/R CURETA RECAMIER N°1 – DERECHA

CDH-I-6227/L CURETA RECAMIER N°1 – IZQUIERDA

CDH-I-6228 BASE DE MONTAJE CUBO TLIF

CDH-I-6202 IMPACTOR INJERTO TLIF

COIT/INST-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. TLIF INST.

CDH-I-1184.07011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 PCA

CDH-I-0182.11020 ADAPTADOR P/ACOPLE RAPIDO PCA

CDH-I-1182.01050 MECCHA AJUSTABLE PCA

CDH-I-1182.01051 MECCHA Ø2,4 x 13mm PCA

CDH-I-1182.01052 MECCHA Ø2,4 x 15mm PCA

CDH-I-1182.01053 MECCHA Ø2,4 x 17mm PCA

CDH-I-1181.02030 GUIA DE MECCHA ANGULADA 2 PCA

CDH-I-69006/8 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 8mm

CDH-I-69006/10 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 10mm

CDH-I-69006/12 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 12mm

CDH-I-69006/14 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 14mm

CDH-I-69006/16 PROBADOR-COLOCADOR SEP. INTERESINOSO 16mm

CDH-I-9007 MARTILLO IMPACTOR INTERESINOSOS

COI-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/1 BAND. INTERESP. IMPL. + INST.

Período de vida útil: 5 años para los productos medicos esteriles.

Forma de presentación: Envase unitario.

Método de esterilización: Óxido de etileno. Radiación gamma.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar/es de elaboración: JUAN CANALS 2235, MATHEU, ROSARIO, Santa Fé, Argentina

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM- 1006-15, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3310-2738-19-1