



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 8176

BUENOS AIRES, 20 DIC 2010

VISTO el Expediente Nº 1-47-3807/09-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **8176**

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de Marca: General Electric, nombre descriptivo SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA y nombre técnico Sistemas de Exploración, por Imagen de Resonancia Magnética, de acuerdo a lo solicitado, por GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 127 y 128 a 151 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1407-114, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

8176

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3807/09-4

DISPOSICIÓN N°

8176

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscrito en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° ...**8176**.....

Nombre descriptivo: SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-260 - Sistemas de
Exploración, por Imagen de Resonancia Magnética

Marca: General Electric

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Este equipo es utilizado para la obtención de
imágenes de diagnóstico, axiales, sagitales, coronales, y oblicuas, imágenes
espectroscópicas, mapas paramétricos y/o de espectro, e imágenes dinámicas de
las estructuras y/o funciones del cuerpo entero.

Modelo/s: SIGNA HDI.

Condición de expendio: Venta exclusivo a profesionales e instituciones de salud.

Nombre del fabricante: GE MAGNETS

Lugar/es de elaboración: 3001 WEST RADIO DR., FLORENCE, SC 29501, Estados
Unidos.

Nombre del fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS,LLC

Lugar/es de elaboración: 3200 N. GRANDVIEW BLVD WAUKESHA, WI 53188-USA

Expediente N° 1-47-3807/09-4

DISPOSICIÓN N°

8176

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

.....**8176**.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

ANEXO III B

127

PROYECTO DE ROTULO 8176

Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS, LLC
Dirección: 3200 N. GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI 53188 – USA

Fabricante: GE MAGNETS
Dirección: 3001 WEST RADIO Dr. FLORENCE, SC 29501

Importador: GE Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Dirección: Alfredo Palacios 1339, CABA, Argentina.

Equipo: Sistema de Resonancia Magnetica
Marca: General Electric
Modelo: SIGNA HDI

Serie: S/N XX XX XX

Condición de Venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Producto Autorizado por ANMAT: PM-1407-114

Director técnico: Ing. Eduardo Fernández


Marcelo Garófalo
Apoderado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO



128

8176

ANEXO III B

INSTRUCCIONES DE USO


SISTEMA DE EXPLORACION DE IMAGEN DE RESONANCIA MAGNETICA

Signa HDi


El modelo de las instrucciones de uso debe contener las siguientes informaciones cuando corresponda:

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

Fabricante:	GE MEDICAL SYSTEMS, LLC
Dirección:	3200 N. GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI 53188 – USA
Fabricante:	GE MAGNETS
Dirección:	3001 WEST RADIO Dr. FLORENCE, SC 29501
Importador:	GE Sistemas Médicos de Argentina S.A.
Dirección:	Alfredo Palacios 1339, CABA, Argentina.
Equipo:	Sistema de Resonancia Magnética
Marca:	General Electric
Modelo:	SIGNA HDi
Serie:	S/N XX XX XX
Condición de Venta:	VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS
Producto Autorizado por ANMAT:	PM-1407-114
Director técnico:	Ing. Eduardo Fernández



Marcelo Garófalo
Apoderado



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados; 8176

Avisos de seguridad

A continuación se muestran los avisos de seguridad que se utilizan para enfatizar determinadas instrucciones de seguridad. Este manual utiliza el símbolo internacional junto con el mensaje de peligro, aviso o precaución. En esta sección también se describe el objetivo de un Aviso importante y el de una Nota.



PELIGRO

El símbolo de peligro se utiliza para identificar condiciones o acciones que implican un riesgo específico que podría causar lesiones de gravedad o la muerte, o daños a la propiedad, si se ignorasen las instrucciones.



ADVERTENCIA

El símbolo de advertencia se utiliza para identificar condiciones o acciones que implican un riesgo específico que podría causar lesiones de gravedad o la muerte, o daños a la propiedad, si se ignorasen las instrucciones.



PRECAUCIÓN

El símbolo de precaución se utiliza para identificar aquellas condiciones o acciones en las que puede existir un posible peligro que ocasionará (o puede ocasionar) lesiones físicas de menor gravedad o daños a la propiedad, si no se siguen las instrucciones.



PRECAUCIÓN CON LA BOBINA

El símbolo de precaución con la bobina se utiliza para identificar aquellas condiciones o acciones en las que puede existir un posible peligro de que los cables de la bobina se crucen o formen bucles, lo que ocasionará (o puede ocasionar) lesiones físicas de menor gravedad o daños a la propiedad, si no se siguen las instrucciones.

Restricciones del uso



PRECAUCIÓN: Las leyes federales (EE.UU.) limitan la venta, distribución y uso de este dispositivo a médicos o bajo las órdenes de éstos.




PRECAUCIÓN: No cargar software que no sea del sistema en la computadora del sistema.



ADVERTENCIA: El sistema de obtención de imágenes de RM de Signa no está diseñado para ofrecer información para uso estereotáctico clínico. La precisión de espacio que es posible obtener con Signa podría no ser adecuada para los procedimientos estereotácticos y puede variar dependiendo del paciente, la secuencia de pulsos utilizada y el propio sistema. Por tanto, recomendamos que las imágenes Signa no se usen para aplicaciones estereotácticas.

NOTA: El uso estereotáctico clínico se refiere a la utilización en localización para procedimientos quirúrgicos.


Marcelo Garbáfolo
Apoderado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

130

8176

Instrucciones de uso

La segunda modificación de IEC 60601-2-33 asume que como no se conoce ningún efecto de la exposición en los campos de resonancia magnética, los límites de seguridad del trabajador son los mismos que los de los pacientes. Sin embargo, es recomendable minimizar las exposiciones de los trabajadores.

Los trabajadores con material ferromagnético no deben entrar a la sala del imán. Los riesgos de los proyectiles ferrosos son un motivo de preocupación muy importante para la seguridad. Recuerde que algunos materiales que inicialmente son no magnéticos pueden convertirse en magnéticos cuando se ven sometidos a un campo magnético estático durante un período de tiempo. El movimiento en los campos magnéticos estáticos (especialmente cerca de grandes gradientes de campo espaciales) puede inducir gustos metálicos para la boca, vértigo, náuseas y posiblemente centelleos de luz (magneto-fosfenos). Ninguno de estos efectos de movimiento se consideran preocupantes siempre que no ocasionen la caída del trabajador. Las representaciones de los campos estáticos se proporcionan en la Figura Apéndice D-1 y Figura APX E-1.

Los campos magnéticos de gradiente de variación temporal pueden provocar la estimulación nerviosa periférica si el trabajador intercepta suficiente flujo de variación temporal. La estimulación nerviosa periférica no es preocupante a menos que haga que el trabajador se lastime cuando se ve sobresaltado por el efecto. Las representaciones de los campos del gradiente de variación temporal $|B|$ que los pacientes pueden experimentar fuera del diámetro interior del imán se muestra en Figura 2-1

Contraindicaciones del uso

Su sistema de RM tiene un campo magnético muy potente que puede ser peligroso para las personas que ingresen al entorno de la sala del sistema si tienen ciertas condiciones médicas o dispositivos implantados. El uso del sistema de resonancia magnética está contraindicado (es decir, no se recomienda) para los pacientes y los trabajadores de resonancia magnética que lleven alguno de los siguientes elementos:

- Implantes activados eléctrica, magnética o mecánicamente (por ejemplo, marcapasos cardíacos y catéteres cardíacos de hierro/activados por electricidad) ya que los campos magnéticos y electromagnéticos producidos por el sistema de RM podrían interferir con el funcionamiento de estos dispositivos.
- Grapas para aneurisma intracraneano



ADVERTENCIA: El campo magnético del sistema de RM puede hacer que un implante fabricado con hierro (p. ej., una grapa quirúrgica, un implante coclear, una grapa para para aneurisma craneano, etc.) o que una prótesis se mueva o se desplace, lo cual produce lesiones graves. Los pacientes deben ser examinados para determinar si tienen implantes y aquellos que los tengan no deben someterse a exploraciones ni entrar en la sala del imán. Las prótesis deben quitarse antes de la exploración para ayudar a evitar lesiones.



ADVERTENCIA: Es posible que se produzcan corrientes eléctricas inducidas y calentamiento en la región de los implantes metálicos. Los pacientes o trabajadores que tengan implantes no deben someterse a exploraciones ni entrar en la sala del imán.




PRECAUCIÓN: A algunos pacientes o trabajadores expuestos a equipos de RM, mientras se encuentran en el campo magnético, éste les puede causar mareo, vértigo, o dejarles un sabor metálico en la boca si mueven rápidamente la cabeza.

Se recomienda que el paciente y el trabajador expuesto a equipos de RM se queden quietos cuando se encuentren en la región del campo magnético con estática alta. El trabajador expuesto a equipos de RM siempre debe abandonar el área del campo magnético con estática alta cuando su trabajo no requiera estar en ese lugar.



Marcelo Garófalo
Apoderado




Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO



ADVERTENCIA: Cerciórese de que la Zona de seguridad cumpla con los requisitos legales de su localidad.

Figura 2-5 Señal de advertencia de la Zona de seguridad



La señal de advertencia de la Zona de seguridad (Figura 2-5) alerta al personal y a los pacientes sobre lo siguiente:

- Campo magnético potente
- No se permiten pacientes con marcapasos
- No se permiten pacientes con implantes metálicos
- No se permiten pacientes con neuroestimulantes
- No se permiten los objetos metálicos sueltos

131
8176

Objetos ferromagnéticos

Los objetos ferromagnéticos que se utilicen demasiado cerca del campo magnético estático pueden convertirse en proyectiles, los cuales podrían lesionar a alguien que esté parado entre el objeto y el imán. La fuerza de atracción entre un imán y un objeto ferromagnético la determina la potencia del campo magnético (campo periférico), la susceptibilidad magnética del objeto, su masa, su distancia del imán, y su orientación hacia el campo.

En la sala del imán, utilice únicamente tanques de oxígeno, sillas de ruedas, camillas rodantes, sistemas intravenosos (IV), ventiladores, etc. que no contengan hierro. Asegúrese de que quienes tengan acceso a la sala de RM sepan que sólo se pueden introducir elementos que no contengan hierro en la sala del imán. Infórmeles sobre las políticas y los procedimientos establecidos para llevar aparatos médicos y otros equipos a la sala del imán.

Además del peligro de los proyectiles, el campo magnético estático puede hacer que se muevan los objetos ferromagnéticos dentro del paciente (por ejemplo, grapas quirúrgicas y prótesis), con lo cual es posible que se produzcan lesiones. Los implantes activados eléctrica, magnética, o mecánicamente pueden dejar de funcionar correctamente debido al campo magnético estático. Si la vida de alguien depende de tales dispositivos, es posible que se causen lesiones.



ADVERTENCIA: La fuerza de atracción del campo magnético del sistema de RM puede hacer que los objetos de hierro se conviertan en proyectiles que pueden producir lesiones graves. Publique la señal de advertencia de la zona de seguridad en la entrada de la sala del imán y mantenga todos los objetos peligrosos fuera de la sala del imán. Si se ha unido al imán algún objeto ferromagnético, póngase en contacto con el departamento de mantenimiento de GE para obtener ayuda.





ADVERTENCIA: Para ayudar a evitar que el paciente o el operador sufran lesiones, no introduzca tanques de oxígeno que contengan hierro en la sala del imán.



Marcelo Barófaló
Apodado



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

8176

 **PRECAUCIÓN:** Los equipos comunes de los hospitales, como los aparatos para supervisión de pacientes y conservación de la vida, pueden sufrir efectos adversos si se acercan al campo magnético, o la calidad de la imagen puede sufrir por la presencia de estos equipos.

 **PRECAUCIÓN:** Las únicas herramientas suministradas por GE que se recomiendan para el uso dentro de la Zona de seguridad son los maniquies que vienen con su sistema.

 **ADVERTENCIA:** Las descargas eléctricas entre dispositivos conductores con puntas o bordes agudos y las bobinas de RM pueden producir pánico en un paciente, haciendo que éste se lastime a sí mismo. Para ayudar a evitar tales reacciones, evite colocar cualquier objeto metálico (por ejemplo aparatos ortopédicos para extremidades, mecanismos de tracción, dispositivos estereotácticos, etc.) en el imán de RM.

 **ADVERTENCIA:** El campo periférico puede producir lesiones al interferir con el funcionamiento normal de los dispositivos biomédicos.


Inquietudes sobre los líquidos de refrigeración y el apagado


Con los sistemas superconductores de RM, otra de las inquietudes relacionadas con el campo magnético estático es el apagado de los líquidos de refrigeración. Un imán superconductor usa líquidos de refrigeración para enfriar al máximo el conductor eléctrico que crea el campo magnético. Para crear el ambiente apropiada dentro del imán se utilizan temperaturas mínimas de -269°C (-452°F). El apagado, que es la evaporación repentina de todo el contenido de los líquidos de refrigeración, produce una pérdida acelerada del campo magnético estático.

Peligros de los líquidos de refrigeración

Los líquidos de refrigeración son suministrados en recipientes grandes al vacío conocidos como recipientes "dewar". Para el enfriamiento, por lo general se utiliza el helio líquido, aunque algunos procedimientos de servicio requieren también nitrógeno líquido. Los recipientes "dewar" de nitrógeno llenos pesan entre 320 y 360 kg. (400 y 500 libras). Los recipientes "dewar" para helio pesan entre 320 y 360 kg. (700 y 800 libras). Además de los recipientes "dewar" grandes, es posible que haya cilindros de gas de helio más pequeños.

Este gas de helio se usa para llenar el imán con los niveles de líquidos de refrigeración correctos. Deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones especiales al manipular líquidos de refrigeración.

 **PRECAUCIÓN:** Las fugas de helio o gas de nitrógeno desplazarán al oxígeno. Una concentración de oxígeno en el aire menor del 17% al 18% no es suficiente para la respiración humana. El límite de la concentración de oxígeno en el aire debe cumplir con las leyes o normas nacionales.

 **PRECAUCIÓN:** La siguiente información define el manejo correcto de los líquidos de refrigeración.


Marcelo Garrófalo
Apuu91200


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

- Los "dewars" y los cilindros no deben inclinarse ni calentarse, ni se deben alterar las válvulas.
- Los líquidos de refrigeración se evaporan a medida que enfrían los cables del imán y el personal calificado debe reabastecerlos periódicamente. La velocidad de la evaporación debe ser monitorizada mediante una inspección del medidor de los niveles de los líquidos de refrigeración que se encuentra en el gabinete del sistema.
- Entrar en contacto con los líquidos de refrigeración o el gas puede producir congelamiento grave; es necesario tener cuidado cuando se esté cerca de estas sustancias. Es esencial llevar vestimentas protectoras al hacer cualquier tipo de trabajo con líquidos de refrigeración. Tales vestimentas son:
 - Guantes de seguridad
 - Guantes de trabajo
 - Protector para la cara
 - Bata de laboratorio o sobretodos (de algodón o lino)
 - Zapatos de seguridad no magnéticos
- Los "dewars" deben almacenarse en un área bien ventilada. Los líquidos de refrigeración podrían liberarse accidentalmente en forma gaseosa, con lo cual se puede producir un peligro de asfixia.
- Todos los recipientes dewar y los cilindros de gas deben ser no magnéticos.
- Los cilindros de gas pueden almacenarse verticalmente y fijarse a la pared con una cadena con la tapa metálica protectora en su sitio. (Si el cilindro se cae, o si la válvula se sale, el recipiente podría actuar como un cohete; un cilindro lleno tiene suficiente potencia como para penetrar en las paredes).
- Debido a que la tapa metálica del cilindro puede ser magnética, debe quitarse siempre antes de traerlo a la sala del imán.
- De ser posible, todo el personal debe permanecer fuera de la sala de exploración cuando un ingeniero de servicio capacitado esté llenando de líquido el sistema de refrigeración del imán. Si los miembros del personal deben estar presentes, cerciórese de que usen los guantes adecuados, protectores faciales y protectores para los oídos.


133

8176

Calentamiento del punto de contacto

La posición del paciente puede afectar la seguridad del procedimiento de exploración. Para ayudar a evitar las quemaduras de los pacientes debido a bucles cerrados formados por: tener las manos juntas o tocando el cuerpo o por tener los muslos en contacto o en el caso de que los senos de una paciente entren en contacto con la pared del tórax en un área pequeña, etc., inserte almohadillas no conductoras de al menos 5,8 mm (0,25 pulg.) de espesor entre las partes del cuerpo que se encuentren en contacto (Figura 2-11).

Figura 2-11 Paciente preparado con cojinetes no conductores



Observe las siguientes advertencias sobre el calentamiento del punto de contacto para proteger a los pacientes contra calor excesivo o quemaduras relacionadas con corrientes inducidas durante los procedimientos de RM:



ADVERTENCIA: La RF puede producir calentamiento en los puntos de contacto situados entre el diámetro interior y el paciente o entre la bobina de RF y el paciente, causando incomodidad o quemaduras.



ADVERTENCIA: La RF puede generar calor localizado en los puntos de contacto situados entre partes adyacentes del cuerpo del paciente si se forma un circuito. El calor localizado puede ocasionar una sensación de cosquilleo, molestias o quemaduras. Esto puede incluir situaciones en las que las manos de un paciente están en contacto, o en el caso de una paciente femenina, cuando los senos están en contacto con el tórax. Coloque cojinetes entre las partes del cuerpo para evitar que se formen circuitos con las partes adyacentes del cuerpo.

Marcelo Gerónimo
Aguilera

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO



ADVERTENCIA: Coloque cojinetes adecuados y no conductivos entre el paciente y el diámetro interior en todos los sitios en que una parte del cuerpo pueda entrar en contacto con la abertura del imán.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, coloque siempre almohadillas no conductoras entre la bobina de superficie y la piel del paciente.



ADVERTENCIA: Para obtener imágenes del hombro, coloque siempre cojines apropiados y no conductivos entre el hombro opuesto del paciente o una parte del cuerpo del paciente y el diámetro interior en todos los sitios donde una parte del cuerpo o el hombro opuesto entre en contacto con el diámetro interior.



PRECAUCIÓN: La radiofrecuencia puede ocasionar un calor localizado en los puntos de contacto del paciente. Los pañales húmedos o productos para la incontinencia tienen las mismas propiedades eléctricas que el tejido humano. Todos los pacientes con pañales, incluidos los adultos, deben llevar pañales secos antes del inicio de la exploración. Si el paciente no se siente cómodo debido al aumento de la temperatura, detenga la exploración.



ADVERTENCIA: El maquillaje para ojos que contiene astillas metálicas puede causar irritación en los ojos y la piel durante las exploraciones de RM. Instruya a los pacientes para que se quiten el maquillaje lavable antes del examen para evitar el riesgo de lesiones oculares. Antes de empezar la exploración, advierta a los pacientes con delineador de ojos permanente u otro tipo de tatuaje de tinta metálica sobre el riesgo de irritación cutánea, e instrúyales para que acudan al médico si sienten malestar agudo después de un examen de RMI.



ADVERTENCIA: Las esquirlas o fragmentos metálicos pueden desviarse y/o calentarse en un campo magnético, dañando los tejidos circundantes. Los pacientes que se crea que tienen fragmentos metálicos en los ojos deben hacerse un examen de los ojos para que se detecte y extraiga cualquier fragmento metálico que pudiera desviarse y dañar el ojo.



ADVERTENCIA: Las joyas, incluso el oro de 14 quilates, pueden calentarse y producir quemaduras. La RF puede calentar el metal (incluso los metales sin hierro) y producir quemaduras.



ADVERTENCIA: Los productos medicinales en los parches transdérmicos pueden causar quemaduras en la piel subyacente.


Marcelo Gerónimo
aprobado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECCION TÉCNICO

Riesgos del equipo

Existen también preocupaciones generales sobre el equipo en el entorno RM. Asegúrese de conocer su equipo de RM y las instrucciones y precauciones del fabricante de los accesorios. Concretamente, debe estar consciente de los peligros relacionados con el siguiente equipo de RM:

- Luces de alineación del láser
- Conexiones de los cables y los equipos

Tenga en cuenta también los siguientes peligros generales del equipo:



PRECAUCIÓN: Si utiliza un equipo que está dañado o con problemas, puede hacer que el paciente o el operador corran riesgos de sufrir una lesión.



PRECAUCIÓN: Las aplicaciones del sistema de resonancia magnética funcionan en equipos con uno o más discos duros, en los que se pueden almacenar datos clínicos de los pacientes. En algunos países, esos equipos pueden estar sujetos a reglamentaciones sobre el procesamiento de datos personales y la libre circulación de los mismos. Se recomienda evitar que personas ajenas a la atención médica tengan acceso a los archivos de los pacientes.



PRECAUCIÓN: Cualquier aplicación al paciente de dispositivos de detección y monitorización fisiológica se realizará bajo las instrucciones del personal clínica y este personal será el responsable de dicha aplicación.



PRECAUCIÓN: No deje la luz láser encendida después de colocar al paciente en la posición adecuada.

Conexiones de los cables y los equipos

Varios de los equipos y accesorios se utilizan en el entorno de RM para tipos específicos de exámenes que incluyen cables, y requieren de una conexión con el sistema RM o con el paciente.



ADVERTENCIA: Se deben observar las siguientes advertencias generales al utilizar cables y equipos con conexión a accesorios:

- Use exclusivamente cables, bobinas, accesorios, equipo de monitorización y selección de impulsos de GE o autorizados por GE que indiquen claramente que son compatibles
- Utilice únicamente cables, bobinas y accesorios que estén en buenas condiciones. Si sospecha que un accesorio no está en buenas condiciones, suspenda el uso y póngase en contacto con su ingeniero de servicios de GE.
- Los dispositivos auxiliares marcados como compatibles con el equipo de RM pueden ocasionar lesiones en el paciente si no se siguen las instrucciones de uso. Nunca utilice equipos a menos que éstos vayan acompañados por las instrucciones de uso.
- Saque las bobinas de superficie sin enchufar o los dispositivos accesorios no utilizados del diámetro interior del imán, el paciente se podría quemar.

Sistema de alerta del paciente

Su sistema de RM cuenta con un mecanismo de alerta para el paciente que le permite alertar al técnico en la consola apretando una bombilla.



PRECAUCIÓN: Proporcione a todos los pacientes la bombilla de alerta para el paciente. Esto puede tener una importancia especial en el caso de procedimientos que requieren la atención conjunta del técnico u operador en la consola del operador de Signa o Advantage Workstation (AW), por ejemplo, secuencias de BrainWave.

Marcelo Gerbafalo

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

135

8176

C2

Repaso de seguridad

Tabla 2-12 Repaso de seguridad


Situación	Procedimiento
Incendios, chispas, ruidos fuertes u otras condiciones de emergencia en la sala de exploración no relacionadas con el funcionamiento normal del sistema.	Pulse el botón de Apagado de emergencia situado en la sala del equipo de computadoras o en la puerta de la sala de exploración. Retire el paciente de la sala de exploración.

8176

Situación	Procedimiento
El apagado del imán se indica mediante un ruido fuerte, un mensaje de advertencia, vapor denso con fallo de la ventilación , el medidor de helio que baja considerablemente, o la inclinación de una imagen en la pantalla de imágenes.	Evacúe al paciente y al personal de la sala de exploración y cierre la puerta. Siga el procedimiento normal para la noche. Todo el vapor de helio debería ser expulsado automáticamente hacia el exterior de la sala de exploración.
Emergencia del campo magnético - Persona atrapada entre el imán y un objeto ferromagnético.	Pulse el botón de apagado del imán de la sala del imán. Retire el paciente de la sala de exploración.
Los incendios, chispas o ruidos fuertes son indicadores de una falla grave del sistema ubicado en la sala de equipos de computadora.	Pulse el botón de apagado de emergencia situado en la sala del equipo de computadoras o en la puerta de la sala del imán. Retire el paciente de la sala de exploración.
Incendios o las condiciones graves relacionadas con la unidad de distribución de electricidad (PDU) o tomas de servicio.	Pulse el botón de Apagado de emergencia situado en la sala del equipo de computadoras o en la puerta de la sala de exploración. Retire el paciente de la sala de exploración.
El indicador de alta temperatura se ilumina en el panel remoto de electricidad (RPP) o en la PDU, y aparece un mensaje de error en el área de la pantalla de estado del sistema de la consola de exploración.	Retire el paciente de la sala de exploración. Verifique que no haya obstrucciones en la ventilación de la PDU. Si la ventilación está obstruida o si la luz indicadora de alta temperatura permanece encendida o el mensaje sigue en pantalla, realice un cierre del sistema y luego pulse un botón de Apagado de emergencia situado en la sala del equipo de las computadoras o en la puerta de la sala de exploración.
El paciente necesita atención médica	Pulse el botón de Emergency Stop (Parada de emergencia) situado en la consola o en el imán y retire al paciente de la sala de exploración.
Falla hidráulica de la mesa.	Cerciórese de que la camilla esté completamente replegada en el transporte (la posición inicial) antes de desacoplar el transporte. Verifique si hay fugas de aceite. Si el enganche de la mesa está atascado y no es posible sacar la mesa, tire del dispositivo de Desconexión de emergencia de la mesa .
Las funciones de obtención de imágenes se pierden sin advertencia.	Siga el protocolo de emergencia de su institución para este caso.

¡IMPORTANTE! En todos los casos, notifique sobre el accidente lo más pronto posible a un representante de servicio de GE.


 Marcelo Garófalo
INGENIERO


 Ing. Eduardo Domingo Fernández
 DIRECTOR TÉCNICO

Etapas rápidas: Elimine los riesgos por imanes – Proteja las zonas de seguridad y de exclusión

1. Mantenga cerradas las puertas del entorno de cubrimiento de la RM y de la sala del imán.
2. Limite y vigile el acceso al entorno de la RM y a la sala del imán.
3. Supervise a todo el personal sin capacitación en RM cuando trabajen en la sala de exploración.
4. Mantenga en un lugar prominente las señales de las zonas de seguridad y de exclusión para que todas las personas y los pacientes sepan de los riesgos relacionados con el sistema de RM.
5. Compruebe todos los elementos ferromagnéticos antes de llevarlos a la sala del imán.
6. Retire todos los elementos de hierro de las áreas adyacentes a la sala del imán.
7. Pegue etiquetas en los elementos de hierro que permanecen en las instalaciones para que todo el personal sepa que dicho elemento no debe llevarse a la sala del imán.
8. Revise los bolsillos antes de entrar en la sala del imán.
9. Mantenga la puerta de la sala del imán a la vista en todo momento.
10. No le dé la espalda al paciente ni a nadie en la sala del imán.

137

8176

Etapas rápidas: Prepare al paciente

1. Los pacientes deben ser evaluados exhaustivamente antes de prepararlos para la exploración para asegurarse de que pueden someterse a la RM con seguridad.
2. Determine el protocolo de exploración e ingrese por adelantado la información del paciente.
3. Dé al paciente el folleto de información para pacientes.
4. Pídale que use el baño antes del examen.
5. Examine a todos los pacientes con pañales o productos para la incontinencia, incluidos los adultos, para asegurarse de que llevan pañales secos antes del inicio de la exploración.
6. Hable con el paciente sobre las características del procedimiento.
7. Permita que el paciente vea el sistema de IMR mientras usted explica las características del diámetro interior.
8. Muestre cómo se usa y funciona el Sistema de alerta del paciente.
9. Explique el uso de las correas.
10. Asegúrese de que el paciente se encuentre cómodo.
11. Explique la necesidad de protegerse los oídos.
12. Enfatique la necesidad de cooperar para lograr el estudio diagnóstico.
13. Mantenga el contacto verbal y visual con el paciente en forma constante durante todo el examen.

Etapas rápidas: Proteja al paciente contra quemaduras de RF

1. Quite todo dispositivo accesorio del diámetro interno del imán que no sea necesario para el procedimiento.
2. Examine a todos los pacientes con pañales o productos para la incontinencia, incluidos los adultos, para asegurarse de que llevan pañales secos antes del inicio de la exploración.
3. Coloque al paciente en una posición que impida el contacto directo de la piel del paciente con el diámetro interno del imán o una bobina de superficie de RF.
4. Use únicamente bobinas de RF aprobadas que no estén dañadas.
5. Impida que el material conductor de electricidad que debe permanecer en el diámetro interno del imán haga contacto directo con el paciente colocando un aislante entre el material conductor y el paciente.
6. Coloque los cables de RF cables por el centro y directamente hacia afuera del diámetro interno, sin enrollar ni cruzar los cables.
7. Compruebe que el comunicador interno funcione.
8. Introduzca el peso correcto del paciente.
9. Encienda el ventilador y las luces del diámetro interno.
10. Muestre al paciente cómo usar el Sistema de alerta del paciente.
11. Responda a las advertencias sobre la temperatura del diámetro interno durante todo el procedimiento.

Marcelo Garófalo

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

Etapas rápidas: Proteja los ojos y los oídos del paciente

1. Proporcione al paciente protección auditiva.
2. Asegúrese de que la protección auditiva esté colocada correctamente.
3. Indique al paciente que cierre sus ojos cuando la luz de alineación esté encendida.

138

8176

Etapas rápidas: Reaccione ante las emergencias - Emergencias del paciente

1. Pulse la Interrupción de emergencia en la consola de control del operador o en el recinto del imán.
2. Notifique al personal de emergencia si fuese necesario.
3. Emplee la manija de desenganche de la camilla móvil y tire de la camilla hasta llegar a la posición inicial.
4. Si tiene un sistema Open Speed, siga con el paso 5. De lo contrario, mueva los rieles laterales del transporte hacia la posición vertical y siga con el paso 7.
5. Coloque una camilla rodante que no sea de hierro junto a la mesa del imán.
6. Mueva al paciente de la mesa a la camilla y siga con el paso 8.
7. Desenganche el transporte.
8. Mantenga al paciente encima del transporte, y sáquelo de la sala de exploración lo antes posible.
9. Siga el protocolo de emergencia de su institución.

Etapas rápidas: Reaccione ante las emergencias - Apagado con falla de ventilación

1. No permita que el pánico se apodere de usted.
2. Utilice el sistema interno de comunicaciones y pídale al paciente que mantenga la calma y permanezca en la mesa.
3. Encienda el extractor de la sala del imán.
4. Abra la puerta entre la sala del operador y el pasillo.
5. Abra la puerta de la sala del imán.
6. Entre a la sala del imán y ayude al paciente a salir.
7. Evacúe a todo el personal del área hasta que el aire vuelva a la normalidad.


3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

Equipo

Hay dos posibles configuraciones de computadora:

- El **Start up procedure (Procedimiento de inicio)** es el mismo para ambas computadoras, solo la ubicación del botón de encendido es diferente.

Se han modificado varios temas, ya que no todos los sistemas cuentan con unidades MOD. Si su sistema no cuenta con un MOD, pueden usarse CD/DVD para guardar imágenes mediante el uso del **procedimiento para guardar imágenes en CD/DVD**. No todos los sistemas tienen capacidad de archivo. Si su sistema no dispone de capacidad de archivo, entonces no puede seleccionar Archive (Archivo) en la barra de menú del Explorador, en la ventana Queue (Cola), etc. En general, los sistemas de RM que no tienen capacidad de archivo utilizan un sistema PAC para guardar imágenes a largo plazo y usan una función de red para mover imágenes del sistema de RM al sistema PAC.


Marcelo García


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

• Procedimiento de asignación de un dispositivo de archivado


139

Iniciar el sistema

1. Pulse el botón on/off (encendido/apagado) para conectar el equipo a la red de alimentación eléctrica.

8-1-766



Bandeja de CD/DVD de computadora 1, Bandeja de CD/DVD de computadora 2.



1 = La unidad de CD/DVD se utiliza para cargar software.


2 = El servicio técnico utiliza la unidad de disquete.

3 = El botón on / off enciende y apaga la computadora durante el inicio del sistema.



1 = La unidad de CD/DVD se utiliza para cargar software.


Marcelo Garófalo



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO


La siguiente etiqueta identifica la unidad como bandeja solo de lectura.

8176 140



2= Esta unidad CD/DVD se usa para grabar CD o DVD cuando se usa la opción CD/DVD image storage (almacenamiento de imágenes en CD/DVD), la opción Data Export (Exportación de datos) o Protocol Exchange (Intercambio de protocolos).

La siguiente etiqueta identifica la unidad como bandeja de lectura/grabación.



3 = El servicio técnico utiliza la **unidad de disquete**.

4 = El botón **On/Off** enciende y apaga la computadora durante el inicio del sistema.

5= Luz indicadora de disco activado.

6 = Pueden usarse puertos USB al exportar imágenes. 133. Cuando el equipo está encendido, la luz indicadora está iluminada.

2. Cuando el sistema le pida el nombre de Login (Inicio de sesión), sitúe el cursor en dicho campo y escriba **signa**.

3. Cuando el sistema le pida su Password (Contraseña), sitúe el cursor en dicho campo y escriba **adw2.0**.

134. Si cambia de opinión y decide desconectarse en este momento, haga clic en **System (Sistema) > Halt (Detener)** en la ventana de acceso.


4. Espere a que todos los mensajes hayan sido eliminados de la pantalla y el escritorio de exploración esté completo antes de hacer clic en cualquier escritorio. 135. Ignore cualquier mensaje que le solicite que seleccione una resolución para el monitor. Este sistema determina la resolución del monitor y se cierra automáticamente.

Dispositivo de archivado

Por lo general, la asignación de los dispositivos de archivado es realizada por su ingeniero de mantenimiento de GE o por el personal de redes de su centro. Puede decidir el significado del estado de archivado "Y" o "N", de modo que "Y" signifique imágenes que han sido transferidas con éxito al **PACS1** o al **MOD2**. No todos los sistemas tienen MOD.

• Un estado de archivado de "Y" se aplica ya sea al sistema PACS o al MOD, no a ambos. Actualmente, no existe ningún mecanismo para identificar la transferencia correcta de imágenes a ambos sistemas (PACS y MOD).


Marcelo Garbafalo
INGENIERO


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

- La selección del destino del archivado Local o Remote (Remoto) debe estar sincronizada con la etiqueta del archivo (Yes o No) seleccionada en la ventana Remote Host Selection (Selección de host remoto). Los sistemas que no disponen de MOD no tienen la parte de la ventana de selección de host remoto.
- Si se selecciona Remote (Remoto) como dispositivo de destino de archivado, verifique que el sistema PACS no esté en Auto Transfer (Transferencia automática) por lista de nodos de Exam (Examen) ni Series (Serie). El sistema PACS no debería ser un destino final para Auto Archive (Archivado automático) ni para Auto Transfer (Transferencia automática).


Asignación de un dispositivo de archivado

Por lo general, este procedimiento es realizado por su ingeniero de mantenimiento de GE o por el personal de redes de su centro.

1. Haga clic en **Network (Red)** en la barra de menús del Browser (Navegador) de Image Management Administración de imágenes) o Display (Visualización).
2. Seleccione **Network (Red)>Selected Remote Host (Host remoto seleccionado)**.
3. Seleccione una entrada y haga clic en **Update (Actualizar)** en la ventana Remote host selection host remoto).
4. En el área Archive Node (Nodo de archivado) de la ventana Remote Host Parameters (Parámetros remoto), realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en **Yes** para que la etiqueta de archivado "Y" represente la transferencia correcta al sistema PACS.
 - Haga clic en **No** para que la etiqueta de archivado "Y" represente la transferencia correcta al MOD.
 - Haga clic en **Auto** sólo para probar si la función de archivado automático funciona bien.
5. Haga clic en **Save (Guardar)** en la ventana Remote Host Parameters (Parámetros de host remoto) (**Aceptar**) en la ventana Remote Host Selection (Selección de host remoto).
6. Haga clic en la opción **Archive (Archivar)** de la barra del menú del Explorador.
7. Haga clic en **Selected Archive Device (Dispositivo de archivado seleccionado)** para mostrar la Archive Device Selection (Selección de dispositivos de archivado) y realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en **Remote (Remoto)** para determinar que "Y" signifique que se ha realizado una transferencia correcta de un examen al sistema PACS.
 - Haga clic en **Local** para indicar que "Y" significa que un examen se ha transferido correctamente MOD.
8. Haga clic en **Scan Modes (Modos de exploración)** en la ventana Rx Manager (Administrador de y active la función Auto Archive (Archivado automático).



Marcelo Gerónimo
Apoderado



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO


Bobinas para la cabeza

8176142




Las bobinas para cabeza son bobinas de transmisión y recepción que ofrecen una relación señal/ruido superior a la bobina para cuerpo debido a su menor tamaño. Se emplea principalmente para obtener imágenes de la cabeza, aunque se la puede usar para cualquier otra región del cuerpo que encaje en la bobina. Esta bobina es un ejemplo de bobina volumétrica (con profundidad uniforme de señal).

Bobina para cuerpo




La bobina para cuerpo es una bobina volumétrica de transmisión y recepción que se utiliza para la obtención de imágenes de FOV amplio y para penetración profunda y uniforme. La bobina para cuerpo se ubica dentro del recinto del imán y ni usted ni el paciente pueden verla. La bobina para cuerpo también puede actuar como una bobina sólo de transmisión cuando se la utiliza con bobinas sólo de recepción.

Bobinas Phased Array



Las bobinas Phased Array son varias bobinas dispuestas en conjunto para aumentar la relación señal-ruido (SNR) y, dependiendo del diseño de la bobina, podrían aumentar el FOV disponible (en longitud o en profundidad) sin disminuir la SNR.



Marcelo Gerbafalo
Ingeniero



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

Las bobinas de superficie de ocho canales pueden ayudarle a mejorar la productividad, algo esencial en los entornos de exploración tan competitivos de hoy en día. Estos dispositivos pueden optimizarse para las técnicas de obtención de imágenes paralelas y para mejorar la SNR; también pueden proporcionar una mejor resolución de imagen. Las técnicas para la obtención de imágenes paralelas, como ASSET, reducen los tiempo de exploración, que pueden disminuir los tiempos de los exámenes de los pacientes. El menor diámetro de la bobina junto con elementos Phased Array de 8 canales sobre un determinado volumen aumentan la SNR y, por tanto, la resolución.

Bobinas para superficie



Las bobinas de superficie y Phased Array se utilizan para aumentar la SNR cuando se obtienen imágenes de un área limitada del cuerpo. Las bobinas de superficie y las bobinas Phased Array no tienen una penetración de profundidad uniforme.

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;

Procedimiento de encendido del sistema


Realice estos pasos para activar el sistema de IRM.

1. Pulse el botón On/Off (Encendido/apagado) para encender el computador. Cuando el ordenador está encendido, la luz indicadora está iluminada.
2. En el campo Username (Nombre de usuario), escriba **sd**.
3. En el campo Password (Contraseña), introduzca **adw2.0**.

Si cambia de opinión y decide apagar el sistema en este momento, haga clic en **System (Sistema) > Halt (Detener)** en la ventana de inicio de sesión. Espere a que todos los mensajes desaparezcan de la pantalla y a que el escritorio Worklist Manager (Administrador de lista de trabajo) esté completo antes de hacer clic en cualquier escritorio.

4. Seleccione **Logon** (Inicio de sesión) en el menú Operation (Operación) de la pantalla de inicio de sesión.


Marcelo Curisfalo
Apoderado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

5. Seleccione su nombre en el menú Username (Nombre de usuario), introduzca su contraseña y haga clic en **OK** (Aceptar). Utilice Emergency logon (Inicio de sesión de emergencia) únicamente si no tiene un perfil de usuario configurado en el sistema.

8176

Después de un periodo de inactividad, el sistema lo desconecta automáticamente. Cuando usted u otro usuario vuelven a iniciar sesión, el sistema regresa a su último estado conocido.

Para cerrar la sesión manualmente, haga clic en la **flecha del icono Tools** (Herramientas) y seleccione **Lock Screen** (Bloquear pantalla) en el menú.

Si el **gabinete de penetración** se ha apagado, espere 20 minutos antes de comenzar la exploración una vez que se restablezca la alimentación. Si espera 20 minutos a que el sistema electrónico se caliente, logrará un rendimiento del sistema y una calidad de imagen óptimos.

Mantenimiento del sistema

El mantenimiento de un entorno controlado requiere también de controles de mantenimiento de rutina preventivos a cargo del ingeniero de servicio y el personal del sitio. Una planificación meticulosa y el mantenimiento diligente de una instalación de IRM pueden brindar un entorno seguro tanto para los pacientes como para los empleados. Su sistema necesita servicio a intervalos específicos durante los cuales un ingeniero de servicio calificado debe realizar muchos controles de mantenimiento. Hay varios controles que usted puede hacer. Tenga en cuenta cuál es el mantenimiento necesario y quiénes son las personas responsables para completar cada requisito de mantenimiento.

GE pone a su disposición, si así lo solicita, documentos tales como diagramas de circuito y listas de componentes para ayudar al personal técnico en la reparación del equipo clasificado por GE como reparable.



ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Piezas en las cuales el usuario no debe realizar tareas de mantenimiento ni reparación. Envíelas al personal de servicio técnico calificado.

Limpieza general

La limpieza debe realizarla personal del centro (por ejemplo, técnicos o personal de limpieza) a menos que se indique algo distinto en los siguientes programas de mantenimiento.

Consejos prácticos de limpieza:

- Para limpiar la mayoría de los accesorios, no use nada que sea más fuerte que el alcohol o una solución de detergente suave y agua.
- Use peróxido de hidrógeno para eliminar las manchas de sangre.
- Las esponjas de celdas abiertas están cubiertas con lienzo para proporcionar mejor durabilidad y confiabilidad. Dicho lienzo permite la desinfección con una solución de sólo 5,25 % de hipoclorito de sodio diluido en una proporción de entre 1:10 y 1:100 con agua, y 10 % de blanqueador. El uso de cualquier otro producto puede desteñir la tela.



PRECAUCIÓN: Para evitar la posibilidad de daños a los equipos, no use soluciones que contengan aminas, álcalis fuertes, ésteres, yodo, hidrocarburos aromáticos o clorados, o cetonas. No use los autoclaves ni las lavadoras o secadoras industriales que se encuentran en la mayoría de los hospitales o servicios de lavandería profesionales.

Marcelo Gerónimo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

Sistema del extractor

145

8176

El extractor, respiradero y sistema de conductos de la habitación del imán (protegido contra frecuencia radial), tienen el fin de evacuar de la habitación del imán el gas refrigerante a la rapidez especificada del producto Signa. Con el tiempo, el sistema del extractor se puede bloquear con pelusa, cabellos, y otras partículas aerógenas. Es importante por razones de seguridad del personal que se mantenga limpio el sistema del extractor (respiradero, ventilador de escape, conductos, etc.) para asegurar que el sistema del extractor funciona correctamente y evacúa el gas de refrigeración hacia el exterior.

En el caso improbable de un apagado del imán o pérdida de gas refrigerante, es importante que este sistema de extracción funcione a un nivel o por encima del nivel de extracción de aire especificado para extraer el gas refrigerante de la sala del imán. El extractor y la entrada de aire de la sala del imán deben tener un tamaño mínimo para 1200 CFM (34 m³/minuto) y un mínimo de 12 intercambios de aire por hora. La tasa de corriente de aire e intercambios de aire mínima para sistemas móviles, transportables, y reubicables es distinta que la de los sitios fijos y varía según el tipo de sitio. Cualquier bloqueo u obstrucción podría impedir que el sistema del extractor proporcione la corriente de aire necesaria. Si el sistema de extracción falla y no funciona al nivel o por encima del nivel de la especificación de arriba, podría ocurrir una acumulación de niveles peligrosos de helio o nitrógeno dentro de la sala de evaluación de RF.

Es importante que este sistema de extracción se limpie con frecuencia como parte de la limpieza normal de la sala. Una inspección, limpieza y control frecuente del sistema de extracción por el cliente (respiradero, extractor, conductos, etc.) es necesaria para asegurar que todo el equipo y los componentes del sistema estén siempre en buenas condiciones de funcionamiento y su rendimiento cumpla con las especificaciones. Se recomienda limpiar el sistema de extractor e inspeccionarlo una vez por año para cerciorarse de que se cumple con la velocidad de corriente de aire especificada y así asegurar un funcionamiento adecuado.

Servicios de mantenimiento

En este anexo se incluyen los programas de mantenimiento y servicio (PM), los cuales representan las recomendaciones del fabricante. Es posible que por requisitos específicos del cliente y/o el entorno de sus instalaciones sea necesario tener intervalos más o menos frecuentes entre los servicios de mantenimiento. Se puede llegar a un acuerdo para realizar las labores de mantenimiento con menos frecuencia que lo recomendado en este documento, teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca una reducción en el rendimiento del sistema.

Los programas de mantenimiento y servicio del Programas de mantenimiento y servicio en el Apéndice B muestran una lista de todos los procedimientos de mantenimiento y servicio y la frecuencia con las que deben ser realizados por personal de servicio calificado. Existen distintos programas de mantenimiento para cada tipo de sistema:


- Programa de mantenimiento de 0.7T
- Programa de mantenimiento del 1.5T
- Programa de mantenimiento del 3.0T

Usted deberá realizar los servicios de mantenimiento que figuran en la Tabla 2-11.

Tabla 2-11 Servicios del operador

Componente	Mantenimiento necesario	Intervalo de servicio de mantenimiento
General	Limpieza	4 meses
	Control de desconexión de la mesa de emergencia.	4 meses
Camilla móvil y almohadillas del paciente	Control de limpieza de almohadillas y limpieza del interior de la camilla móvil.	Diariamente
Mesa del paciente	Control de alineamiento de la mesa y de funcionamiento adecuado.	6 meses
Bobinas, almohadillas y correas	Limpie con un limpiador no abrasivo. Limpie las almohadillas antideslizantes de la bobina sólo con agua y detergente suave.	Diariamente
Bobinas y cables de la bobina	Controle para determinar si hay defectos o daños, cables desgastados o expuestos.	Diariamente
Calidad de la imagen	Realice las inspecciones de funcionamiento y de control de calidad.	Según se recomienda


Marcelo Garófalo
Aprobado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;

8176

Uso dentro del entorno del paciente

Todos los componentes del sistema están diseñados para su uso apropiado dentro del entorno del paciente, y adicionalmente cumplen con las relevantes normas (UL 2601, IEC 60601-1).

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

No Aplica.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

No Aplica.

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

No Aplica.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No Aplica.



Marcelo Garófalo
Apoderado



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);

8178

Advertencias generales de uso



ADVERTENCIA: No cargue programas no específicos del sistema en el ordenador del mismo, ya que el sistema operativo podría bloquearse y provocar una pérdida de datos.



ADVERTENCIA: Cuando los haya, los tubos y conductos conectados al paciente deben tener longitud suficiente para llegar al sistema sin apretarlos ni estirarlos.



ADVERTENCIA: Es necesario utilizar soportes y un sistema de frenado adecuados cuando un niño deba estar de pie sobre la mesa para un examen.



ADVERTENCIA: Compruebe el estado del colimador antes de utilizar este equipo para evitar que se caiga.



ADVERTENCIA: Para evitar que el paciente se lesione al subir o bajar de la mesa flotante, suba el tubo de rayos X y desplace el soporte del tubo a un lateral.



CUIDADO: Compruebe si existen obstáculos antes de mover el equipo; no lo dirija hacia objetos fijos.



CUIDADO: Tenga cuidado de no tropezar con el cable extendido del detector.



ADVERTENCIA: Cuando la mesa no recibe corriente eléctrica, el tablero se puede mover libremente. Para evitar lesiones, supervise el movimiento del tablero.

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;


Marcelo Sarofalo
Apoderado


Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

148
8176

El sistema Signa RM está diseñado para que se utilice en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de radiofrecuencia radiada estén controladas. El cliente o el usuario del sistema Signa RM puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones de radiofrecuencia móvil o portátil (transmisor) y el sistema Signa RM tal y como se recomienda a continuación y según la corriente de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Prueba de inmunidad	Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones de RF móvil o portátil y el sistema Signa RM: Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
Salida de potencia máxima del transmisor (Wattios)	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5GHz
10 mW	0,12 m	0,12 m	0,23 m
100 mW	0,36 m	0,36 m	0,74 m
1	1,16 m	1,16 m	2,33 m
10	3,68 m	3,68 m	7,38 m
100	11,66 m	11,66 m	23,33 m

Para transmisores con una potencia de salida máxima que no se especifique anteriormente, la distancia de separación recomendada (d) en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
 NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alta. NOTA 2 Es posible que estas directrices no se puedan aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse. Esta información hará referencia particularmente a:

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;

Emergency Stop (Parada de emergencia)

El botón de **interrupción de emergencia** (Figura 2-16) que está ubicado en el teclado y en los lados izquierdo y derecho del gabinete del imán. Esta función interrumpe la electricidad del equipo ubicado en la sala del imán que pudiera presentar un riesgo para el paciente en una situación de emergencia.

Puede pulsar el botón de **parada de emergencia** para detener una exploración en caso de una emergencia del paciente. Para recuperarse rápidamente de una parada de emergencia, puede pulsar el botón **Reset (Reiniciar)**. No debe temerle a pulsar el botón de **parada de emergencia** porque es posible que apague el sistema durante un período largo. Esto no se requiere para apagar el refrigerador del imán.

Figura 2-16 Botón de interrupción de emergencia



El botón de **parada de emergencia** inhabilita los siguientes sistemas:

- RF
- Suministro eléctrico del gradiente
- Unidad de la sala del imán
- Subsistema de soporte de la mesa y el paciente



ADVERTENCIA: La parada de emergencia no elimina el campo magnético, ni apaga los gabinetes de las computadoras, ni la consola del operador ni la cámara.

[Handwritten Signature]
 Marcelo González
 Apoderado

[Handwritten Signature]
 Ing. Eduardo Domingo Fernández
 DIRECTOR TÉCNICO

149

8176

Apagado de emergencia

El botón de **apagado de emergencia** (Figura 2-17) se encuentra en la pared contigua al equipo de computación y junto a las puertas de la sala del imán de RM. Interrumpe POR COMPLETO el suministro eléctrico de TODOS los componentes del sistema, incluidas las fuentes de potencia de los dispositivos de suministro ininterrumpido de potencia (UPS, siglas en inglés).

El botón de **apagado de emergencia** no sólo interrumpe una exploración en caso de una emergencia del paciente, sino también en caso de una falla grave del equipo o peligros tales como fuego o agua cerca del equipo de resonancia magnética. El sistema entero de RM debe ser apagado (OFF) excepto el campo magnético estático y la unidad de apagado del imán para desactivar el campo magnético.

Figura 2-17 Botón de apagado de emergencia



Utilícelo sólo en caso de extrema emergencia en las salas de computación o del imán de RM. Por ejemplo, úselo cuando detecte fuego, chispas o sonidos fuertes que no estén relacionados con el funcionamiento normal del sistema.

NOTA: Para restablecer la alimentación después de un apagado de emergencia, se debe reiniciar el cortacircuitos principal para poder reinicializar el sistema. Antes de restablecer la alimentación eléctrica, comuníquese siempre con un ingeniero de mantenimiento.




ADVERTENCIA: El apagado de emergencia no apaga el campo magnético. Para evitar lesiones personales o daños al equipo, no lleve equipos de hierro magnéticos a la sala del imán. Puede asumir que los equipos son magnéticos a menos que una etiqueta exprese claramente lo contrario.

Apagado del imán

La **Reducción de emergencia del imán** (Figura 2-18) funciona como se describe a continuación y está ubicada dentro de la sala del imán:

- El campo magnético se reduce con rapidez, en aproximadamente dos minutos.
- Evapora los líquidos de refrigeración, con un sonido fuerte y sibilante.
- Transcurren varios días de inactividad para reemplazar los líquidos de refrigeración.

Figura 2-18 Unidad de reducción del imán



ADVERTENCIA: El apagado del imán sólo debe utilizarse para liberar a alguien que esté aprisionado en el imán o para quitar un objeto de hierro magnético de gran tamaño capturado por el campo magnético cuando las lesiones personales son inminentes. Un ingeniero de servicio de GE debe realizar una reducción controlada del imán en situaciones que no sean de emergencia.

[Handwritten signature]
Marceto B. Bernaldo
Aprobado

[Handwritten signature]
Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

150



ADVERTENCIA: Debe limitarse el nivel de sonido en la consola del operador para que cumpla con la normativa local.



ADVERTENCIA: Todos los pacientes, incluido el trabajador expuesto a equipos de RM, están obligados a utilizar protección auditiva en la sala de exploración durante la exploración para evitar que se produzcan problemas auditivos. Los niveles acústicos pueden superar los 99 dBA. Para reducir el nivel de ruido por debajo de los 99 dBA, el paciente debe usar protección auditiva con una clasificación de reducción de ruido (NRR) de 29 dB o más. El nivel de la presión del sonido RMS ponderado en A se mide tal y como lo indican las secciones 26e y 26g de IEC 60601-2-33: 2002.

Etapas rápidas: Elimine los riesgos por imanes – Proteja las zonas de seguridad y de exclusión

1. Mantenga cerradas las puertas del entorno de cubrimiento de la RM y de la sala del imán.
2. Limite y vigile el acceso al entorno de la RM y a la sala del imán.
3. Supervise a todo el personal sin capacitación en RM cuando trabajen en la sala de exploración.
4. Mantenga en un lugar prominente las señales de las zonas de seguridad y de exclusión para que todas las personas y los pacientes sepan de los riesgos relacionados con el sistema de RM.
5. Compruebe todos los elementos ferromagnéticos antes de llevarlos a la sala del imán.
6. Retire todos los elementos de hierro de las áreas adyacentes a la sala del imán.
7. Pegue etiquetas en los elementos de hierro que permanecen en las instalaciones para que todo el personal sepa que dicho elemento no debe llevarse a la sala del imán.
8. Revise los bolsillos antes de entrar en la sala del imán.
9. Mantenga la puerta de la sala del imán a la vista en todo momento.
10. No le dé la espalda al paciente ni a nadie en la sala del imán.

3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;

No Aplica

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;

Marcelo Garófalo
Apoderado

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO

Reciclaje:

8176

157

Maquinas o accesorios al término de su vida útil:

La eliminación de maquinas y accesorios debe estar de acuerdo con las regulaciones nacionales para el procesamiento de desperdicios.

Todos los materiales y componentes que pongan en riesgo el medio ambiente deben ser removidos al término de la vida útil de las maquinas y accesorios (ejemplos: baterías celulares secas o mojadas, aceite transformador, etc.).

Por favor consulte a su representante local de GE Sistemas Médicos antes de desechar estos productos.

Materiales de empaque:

Los materiales utilizados para empaacar nuestros equipos son reciclables. Deben ser recolectados y procesados de acuerdo con los reglamentos en vigor en el país donde las maquinas o accesorios son desempacados.

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No Aplica

3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No Aplica



Marcelo Garófalo
Apoderado



Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TÉCNICO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-3807/09-4

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **8176** y de acuerdo a lo solicitado por GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-260 - Sistemas de Exploración, por Imagen de Resonancia Magnética

Marca: General Electric

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Este equipo es utilizado para la obtención de imágenes por Resonancia Magnética de diagnóstico, axiales, sagitales, coronales, y oblicuas, imágenes espectroscópicas, mapas paramétricos y/o de espectro, e imágenes dinámicas de las estructuras y/o funciones del cuerpo entero.

Modelo/s: SIGNA HDI.

Condición de expendio: Venta exclusivo a profesionales e instituciones de salud.

Nombre del fabricante: GE MAGNETS

Lugar/es de elaboración: 3001 WEST RADIO DR., FLORENCE, SC 29501, Estados Unidos.

Se extiende a GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. el Certificado PM-1407-114, en la Ciudad de Buenos Aires, a **20 de Octubre 2010**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

8176

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.