



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-0002-000734-20-9.

VISTO el Expediente N° 1-0047-0002-000734-20-9, del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SANOFI-AVENTIS Argentina S.A., solicita autorización para efectuar el Ensayo Clínico denominado: EFC16750 Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, con doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de SAR440340/REGN3500/itepekimab (AcMo anti-IL33) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave., Protocolo de estudio clínico V 1.0 del 25/09/2020 - Carta Compromiso # 01 version 1, de fecha 30 Septiembre 2020 – Test de embarazo y Servicio sanitario a domicilio. - Carta Compromiso y Lineamientos / Adenda al Protocolo en referencia a COVID19 –versión 1, de fecha 01 Diciembre 2020.

Que a tal efecto solicita autorización para ingresar al país la droga necesaria y enviar material biológico al exterior.

Que tomó intervención el Comité de Ética en Investigación (CEI), acreditado por la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente, el cual ha aprobado el protocolo, el modelo de consentimiento informado para el paciente, como así también la participación del investigador principal y el centro propuesto.

Que el informe técnico de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos resulta favorable.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se aconseja acceder a lo solicitado por haberse cumplimentado lo establecido en la Disposición ANMAT N° 6677/10, sus modificatorias y complementarias, que aprueba el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma SANOFI-AVENTIS Argentina S.A. a realizar el estudio clínico denominado: EFC16750 Estudio de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, con doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de SAR440340/REGN3500/itepekimab (AcMo anti-IL33) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave., Protocolo de estudio clínico V 1.0 del 25/09/2020 - Carta Compromiso # 01 version 1, de fecha 30 Septiembre 2020 – Test de embarazo y Servicio sanitario a domicilio. - Carta Compromiso y Lineamientos / Adenda al Protocolo en referencia a COVID19 –versión 1, de fecha 01 Diciembre 2020.

ARTICULO 2°.- El estudio clínico autorizado por el artículo 1°, se llevará a cabo en el centro, a cargo del investigador principal y con el/los modelos/s de consentimiento/s, aprobados por el Comité de Ética en Investigación, que se detallan a continuación:

Información del investigador, del centro de investigación, del Comité de Ética en Investigación (CEI) y del consentimiento/s informado/s:	
Nombre del investigador	Norma Ester Aramayo
Nombre del centro	Investigación en Alergias y Enfermedades Respiratorias - InAER
Dirección del centro	Arenales 3146, Piso 1, Dto. B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono/Fax	11 4829 1822
Correo electrónico	norma.aramayo@inaerargentina.org
Nombre del CEI	Comité de Ética en Investigación InAER
Dirección del CEI	Arenales 3146, Piso 1, Dto. B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina

Consentimiento informado	Formulario de Consentimiento/Acuerdo del seguimiento a Pareja Embarazada Argentina Versión en español N° 1.0 – Fecha 21 de Octubre de 2020 con Cambios Administrativos de fecha 15 de Enero de 2021: V 1.0 (15/01/2021)
	Formulario de Consentimiento Informado Argentina Versión en español N° 1.0 - Fecha 21 de Octubre de 2020 con Cambios Administrativos de fecha 15 de Enero de 2021: V 1.0 (15/01/2021)

ARTICULO 3°.- Autorízase el ingreso de:

a) Medicación:

INGRESO DE MEDICACIÓN						
Principio activo, concentración y presentación	Forma farmacéutica	Unidad	Cantidad administrada por dosis	Numero total dosis por paciente	Cantidad Total de kits y/o envases	Presentación
SAR440340	Solución para inyección subcutánea	300 mg/2 mL	1	26	1500 kits de tratamiento	Kit Box conteniendo 1 Jeringa precargada de SAR440340 300 mg/2 mL solución (150 mg/mL)
Placebo de SAR440340	Solución para inyección subcutánea	2,0ml	1	26	1500kits de tratamiento	Kit Box conteniendo 1 Jeringa precargada de Placebo de SAR440340 2.0mL

b) Materiales:

MATERIALES PARA IMPORTAR	
Detalle	Importar
Vaso de colección de orina (Urine Cup W/Lid)	1000
Kits de prueba de embarazo (PREGNANCY TEST Kits)	1000

Kits de Tiras reactivas para análisis de cotinina (Drug TestUrine Cotinine W/Instructions-Cotinine Dipsticks)	700
Kits de Tiras reactivas para orinalisis (Urine dipstick for urinalysis)	1000
Hoja Laminada (Laminated Synopsis, LatAm, Span, 1)	40
Manuales de laboratorio	20
DILI packet	1000
Escaner laser (Scanner-Voyager 1250g Laser Scanner)	6
Equipo MasterScope CT with integ. ECG con cables de conexión al paciente, cable conexión USB, cable conexión energía eléctrica y telefónica, manual de uso y guías rápidas de uso	6
Kit de inicio (Starterkit for MasterScope)	12
Cable conexión energía eléctrica para Argentina	12
Jeringa Calibradora de 3 Litros	24
Nose Clip	1000
Electrodos	10000
Computadora (Laptop) con cables de conexión, energía eléctrica y telefónica, mouse, manual de uso y guías rápidas de uso (incluye Módem y WIFI)	6
Impresora, incluye adaptador, cables USB de conexión y fuente eléctrica	6
Aparatos de Medición de Oxido Nítrico, incluye: Filtro Gaseoso, Cables de conexión de energía eléctrica, Sensor, Cables USB para conexión a Laptop, Filtros Descartables / Boquillas descartables	6
Filtros / Boquillas (Niox VERO Filters)	3000

Mando de paciente-Breathing Handle	24
Sensor NIOX VERO	60
Sobres anti humedad (Humidity Packs)	250
Smartphone (Bluebird SF550 Handheld o similar) incluye adaptador y fuente eléctrica	50
Kits de Laboratorio (Lab collection kits for clinical trials)	3000

El ingreso de la medicación y materiales detallados en el presente artículo se realiza al sólo efecto de la investigación que se autoriza en el Artículo 1° quedando prohibido dar otro destino a la misma, bajo penalidad establecida por la Disposición ANMAT N° 6677/10.

ARTICULO 4°.- Autorízase el envío de muestras biológicas de acuerdo al siguiente detalle:

MUESTRAS BIOLOGICAS			
Tipo de Muestra	Destino	Origen	País
sangre, suero, orina y saliva	Estados Unidos	Argentina	Estados Unidos

A los fines establecidos en el presente artículo deberá recabar el solicitante la previa intervención del Servicio de Comercio Exterior de esta Administración Nacional.

ARTICULO 5°.- Los envíos autorizados en el artículo precedente deberán efectuarse bajo el estricto cumplimiento de las normas IATA correspondientes, asumiendo el solicitante las responsabilidades emergentes de los posibles daños que pudieran haber por dicho transporte.

ARTICULO 6°.- Notifíquese al interesado que los informes parciales y finales deberán ser elevados a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en las fechas que se establezcan al efecto, para su evaluación y conclusiones finales por parte de los funcionarios que serán designados a tal efecto. En caso contrario los responsables se harán pasibles de las sanciones pertinentes que marca la Ley N° 16.463 y la Disposición N° 6677/10.

ARTICULO 7°.- Establécese la obligación del Patrocinador y del Investigador Principal de realizar pruebas de embarazo a las pacientes con capacidad reproductiva en la visita inicial y luego en forma mensual hasta que haya finalizado el seguimiento de la paciente en estudio, como así también de contar con un procedimiento escrito para asegurar que todo el personal que realice procedimientos del estudio en el domicilio de los pacientes estará delegado, entrenado y correctamente supervisado por el o los Investigador/es Principal/es de cada centro, según consta en la Carta Compromiso # 01 versión 1, de fecha 30 Septiembre 2020 – Test de embarazo y Servicio

sanitario a domicilio. Establécese la obligación del Investigador Principal de decidir o no la realización de test de detección por PCR de SARS CoV2 validados previo al examen funcional respiratorio en pacientes que no presenten síntomas sospechosos de COVID-19 de acuerdo a su criterio, condición del participante, situación del centro en investigación y situación epidemiológica de la jurisdicción. Estos requerimientos aplicarán en las jurisdicciones o ciudades que cumplan criterios para el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), reflejando una mejora en los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos (capacidad de respuesta del sistema de salud, circulación comunitaria y tiempo de duplicación de casos mayor a quince días). Cuando la ciudad o jurisdicción no cumpla dichos criterios, se deberá realizar la detección del SARS-CoV-2 mediante el test de reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR) y los participantes deberán tener un test negativo antes de la realización de cada prueba de función pulmonar independientemente de la presencia o no de síntomas compatibles con COVID-19, de acuerdo a lo establecido en la Carta Compromiso y Lineamientos / Adenda al Protocolo en referencia a COVID19 –versión 1, de fecha 01 Diciembre 2020.

ARTICULO 8°.- Regístrese; notifíquese al interesado la presente Disposición. Cumplido, archívese.

Expediente N°: 1-0047-0002-000734-20-9.