



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° 7305

BUENOS AIRES, 05 JUL. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4586-15-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Nipro Medical Corporation solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-877-25, denominado: Catéteres para Angiografía, marca AngioDynamics.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-877-25, correspondiente al producto médico denominado: Catéteres para Angiografía, marca AngioDynamics, propiedad de la firma Nipro Medical



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7305

Corporation obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 6599 de fecha 26 de Octubre de 2010, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-877-25, denominado: Catéteres para Angiografía, marca AngioDynamics.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-877-25.


ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4586-15-1

DISPOSICIÓN N°

7305

sgb


Dr. ROBERTO LEDEZMA
Subadministrador Nacional
ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **7305**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-877-25 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Nipro Medical Corporation, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Catéteres para Angiografía.

Marca: AngioDynamics.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6599/10 de fecha 26 de Octubre de 2010.

Tramitado por expediente N° 1-47-1928/10-6.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	26 de Octubre de 2015	26 de Octubre de 2020
Fabricante/s y Lugar/es de elaboración	ANGIODYNAMICS INC. 603 Queensbury Ave., Queensbury, Nueva York 12804, Estados Unidos. Lake Region 340 Lak Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318, Estados Unidos.	ANGIODYNAMICS INC. 603 Queensbury Ave., Queensbury, Nueva York 12804, Estados Unidos.
Modelo/s	Soft-Vu Accu-Vu	Catéteres de Dimensionamiento Accu-Vu®

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

Mariner AngiOptic	Ref:	Descripción:
	13709001	5F/70cm/.035"/ 2cm/NB/Omni Flush
	13709002	5F/70cm/.038"/2 cm/NB/Omni Flush
	13709003	5F/100cm/.035"/ 2cm/NB/Omni Flush
	13709004	5F/100cm/.038"/ 2cm/NB/Omni Flush
	13709005	4F/70cm/.035"/2 cm/NB/Omni Flush
	13709006	4F/100cm/.035"/ 2cm/NB/Omni Flush
	13709101	5F/70cm/.035"/2 cm/NB/Pigtail Flush
	13709102	5F/100cm/.038"/ 2cm/NB/Pigtail Flush
	13709103	5F/100cm/.035"/ 2cm/NB/Pigtail Flush
	13709104	5F/100cm/.038"/ 2cm/NB/Pigtail Flush
	13709105	4F/70cm/.035"/2 cm/NB/Pigtail Flush
	13709106	4F/100cm/.035"/ 2cm/NB/Pigtail

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

		13709201	Flush 5F/70cm/.035"/2 cm/NB/Straight
		13709202	Flush 5F/100cm/.035"/ 2cm/NB/Straight
		13709203	Flush 4F/70cm/.035"/2 cm/NB/Straight
		13709204	Flush 4F/100cm/.035"/ 2cm/NB/Straight
		13709301	Flush 5F/70cm/.035"/2 8cm/NB/Pigtail
		13709302	Flush 5F/90cm/.035"/2 8cm/NB/Pigtail
		13709303	Flush 4F/70cm/.035"/2 8cm/NB/Pigtail
		13709304	Flush 4F/90cm/.035"/2 8cm/NB/Pigtail
		13709401	Flush 5F/70cm/.035"/2 5cm/NB/Omni
		13709402	Flush 5F/70cm/.038"/2 5cm/NB/Omni
		13709403	Flush 5F/100cm/.035"/ 25cm/NB/Omni
		13709404	Flush 5F/100cm/.035"/ 25cm/NB/Omni
		13709405	Flush 4F/70cm/.035"/2 5cm/NB/Omni

C
A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.S.P.

		13709501	5F/70cm/.035"/2 5cm/NB/Pigtail Flush
		13709502	5F/70cm/.038"/2 5cm/NB/Pigtail Flush
		13709503	5F/100cm/.035"/ 25cm/NB/Pigtail Flush
		13709504	5F/100cm/.038"/ 25cm/NB/Pigtail Flush
		13709506	4F/100cm/.035"/ 25cm/NB/Pigtail Flush
		13709601	5F/70cm/.035"/2 5cm/NB/Straight Flush
		13709602	5F/100cm/.035"/ 25cm/NB/Straig ht Flush
		13709603	4F/70cm/.035"/2 5cm/NB/Straight Flush
		13709604	4F/100cm/.035"/ 25cm/NB/Straig ht Flush
		13709701	5F/70cm/.035"/2 0cm/NB/Omni Flush
		13709702	5F/70cm/.038"/2 0cm/NB/Omni Flush
		13709703	5F/100cm/.035"/ 20cm/NB/Omni Flush
		13709704	4F/70cm/.035"/2 0cm/NB/Omni Flush
		13709705	4F/100cm/.035"/ 20cm/NB/Omni

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		13709801	Flush 5F/70cm/.035"/2 0cm/NB/Omni
		13709802	Flush 5F/100cm/.038"/ 20cm/NB/Pigtail
		13709803	Flush 5F/100cm/.035"/ 20cm/NB/Pigtail
		13709804	Flush 4F/70cm/.035"/2 0cm/NB/Pigtail
		13709805	Flush 4F/100cm/.035"/ 20cm/NB/Pigtail
		13709901	Flush 5F/70cm/.035"/2 0cm/NB/Pigtail
		13709902	Flush 4F/70cm/.035"/2 0cm/NB/Straight
			Flush
			Catéteres Angiográficos
			AngiOptic®
		1060010	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Pigtail/NB/Pi gtail
		1060010	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Pigtail
		1060010	4F/100cm/.035
		4	"/Pigtail Mini
		1060010	4F/65cm/.035"/
		5	Pigtail Mini
		1060020	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Racket
		1060020	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Racket
		1060030	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Straight
		1060030	4F/90cm/.035"/

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		2	NB/Straight
		1060150	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Pigtail
		1060150	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Pigtail
		1060150	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Pigtail
		1060150	5F/90cm/.038"/
		4	NB/Pigtail
		1060150	5F/110cm/.035
		5	"/NB/Pigtail
		1060150	5F/110cm/.038
		6	"/NB/Pigtail
		1060160	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Racket
		1060160	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Racket
		1060160	5F/100cm/.035
		3	"/NB/Racket
		1060160	5F/65cm/.038"/
		4	NB/Racket
		1060160	5F/90cm/.038"/
		5	NB/Racket
		1060160	5F/100cm/.038
		6	"/NB/Racket
		1060170	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Straight
		1060170	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Straight
		1060170	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Straight
		1060170	5F/90cm/.038"/
		4	NB/Straight
		1060420	3F/45cm/.025"/
		1	NB/Straight
		1060420	3F/55cm/.025"/
		2	NB/Straight
		1060420	3F/65cm/.025"/
		3	NB/Straight
		1060420	3F/90cm/.025"/
		4	NB/Straight

E ✓



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.S.T

	1060420	3F/65cm/.025"/ 5 Straight Mini
	1060430	3F/45cm/.02 1 5"/NB/Pigtail
	1060430	3F/55cm/.02 2 5"/NB/Pigtail
	1060430	3F/65cm/.02 3 5"/NB/Pigtail
	1060430	3F/90cm/.02 4 5"/NB/Pigtail
	1060430	3F/65cm/.02 6 5"/Pigtail Mini
	1060460	3F/45cm/.02 1 5"/NB/Omni Flush
	1060460	3F/55cm/.02 2 5"/NB/Omni Flush
	1060460	3F/65cm/.02 3 5"/NB/Omni Flush
	1060460	3F/90cm/.02 4 5"/NB/Omni Flush
	1060460	3F/65cm/.02 5 5"/NB/Omni Flush Mini
	1060470	3F/80cm/.02 1 5"/NB/SOS Omni
	1060470	3F/80cm/.02 2 5"/NB/SOS Omni
	1060470	3F/80cm/.02 3 5"/NB/SOS Omni
	1060470	3F/80cm/.02 4 5"/NB/SOS Omni

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		1060480	3F/65cm/.02
		2	5"/NB/Berens stein
		1060480	3F/100cm/.0
		3	25"/NB/Bere nstein
		1060500	3F/65cm/.02
		1	5"/NB/Cobra
		1060500	3F/65cm/.02
		3	5"/NB/Cobra
		1060500	3F/90cm/.02
		4	5"/NB/Cobra
		1060510	3F/65cm/.02
		1	5"/NB/Cobra
		1060510	3F/65cm/.02
		2	5"/NB/Cobra
		1060510	3F/65cm/.02
		3	5"/NB/Cobra
		1060510	3F/90cm/.02
		4	5"/NB/Cobra
		1060510	3F/90cm/.02
		5	5"/NB/Cobra
		1060510	3F/90cm/.02
		6	5"/NB/Cobra
		1060530	3F/65cm/.03
		1	5"/NB/Ganch o
		1060530	3F/65cm/.03
		2	5"/NB/Ganch o/
		1060540	3F/100cm/.0
		1	35"/NB/Hock ey Stick
		1060560	3F/80cm/.02
		1	5"/NB/Mikael son
		1060580	3F/65cm/.02
		1	5"/NB/Renal
		1060590	3F/65cm/.02
		1	5"/NB/Ganch o Shepherd

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1060590	3F/65cm/.02
		2	5"/NB/Ganch o Shepherd
		1060600	3F/65cm/.02
		1	5"/NB/Sidewi nder
		1060600	3F/100cm/.0
		3	25"/NB/Side winder
		1060600	3F/100cm/.0
		4	25"/NB/Side winder
		1060610	3F/80cm/.02
		1	5"/NB/SOS Omni
		1060610	3F/80cm/.02
		2	5"/NB/SOS Omni
		1060610	3F/80cm/.02
		3	5"/NB/SOS Omni
		1060610	3F/80cm/.02
		4	5"/NB/SOS Omni
		1060610	3F/65cm/.02
		5	5"/NB/SOS Omni Jr.
		1060610	3F/65cm/.025"/N
		6	B/SOS Omni Mini
		1060620	3F/65cm/.025"/N
		1	B/Straight Art
		1060620	3F/90cm/.025"/N
		2	B/Straight Art
		1060620	3F/100cm/.025"/N
		3	B/Straight
		1060630	3F/100cm/.025"/N
		1	B/Vertebral
		1060640	4F/65cm/.035"/N
		2	B/Berenstein
		1060640	4Fxl00cm/.035"/N

C ↗



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		3	B/Berenstein
		1060650	4F/100cm/.035"/N
		1	B/Bentson
		1060650	4F/100cm/.035"/N
		2	B/Bentson
		1060650	4F/100cm/.035"/N
		3	B/Bentson
		1060660	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Cobra
		1060660	4F/65cm/.035"/NB/
		2	Cobra
		1060660	4F/65cm/.035"/NB/
		3	Cobra
		1060660	4F/90cm/.035"/NB/
		4	Cobra
		1060660	4F/90cm/.035"/NB/
		5	Cobra
		1060660	4F/90cm/.035"/NB/
		6	Cobra
		1060670	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Cobra
		1060670	4F/65cm/.035"/NB/
		2	Cobra
		1060670	4F/65cm/.035"/NB/
		3	Cobra
		1060670	4F/90cm/.035"/NB/
		4	Cobra
		1060670	4F/90cm/.035"/NB/
		5	Cobra
		1060670	4F/90cm/.035"/NB/
		6	Cobra
		1060680	4F/100cm/.035"/N
		1	B/Head Hunter
		1060680	4F/100cm/.035"/N
		2	B/Head Hunter
		1060690	4F/65cm/.035"/NB/
		2	Gancho/
		1060700	4F/100cm/.035"/N
		1	B/Hockey Stick
		1060710	4F/100cm/.035"/N
		1	B/Mani



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1060720	4F/80cm/.035"/NB/
		1	Mikaelson
		1060730	4F/100cm/.035"/N
		1	B/Newton
		1060730	4F/100cm/.035"/N
		2	B/Newton
		1060730	4F/100cm/.035"/N
		3	B/Newton
		1060740	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Renal
		1060750	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Gancho Shepherd
		1060750	4F/65cm/.035"/NB/
		2	Gancho Shepherd
		1060760	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Sidewinder
		1060760	4F/100cm/.035"/N
		2	B/Sidewinder
		1060760	4F/100cm/.035"/N
		3	B/Sidewinder
		1060760	4F/100cm/.035"/N
		4	B/Sidewinder
		1060770	4F/80cm/.035"/NB/
		1	SOS Omni
		1060770	4F/80cm/.035"/NB/
		2	SOS Omni
		1060770	4F/80cm/.035"/NB/
		3	SOS Omni
		1060770	4F/80cm/.035"/NB/
		4	SOS Omni
		1060770	4F/65cm/.025"/NB/
		5	SOS Omni Jr.
		1060770	4F/65cm/.025"/NB/
		6	SOS Omni Mini
		1060780	4F/80cm/.035"/NB/
		1	SOS Omni
		1060780	4F/80cm/.035"/NB/
		2	SOS Omni
		1060780	4F/80cm/.035"/NB/
		3	SOS Omni

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1060780	4F/80cm/.035"/NB/ 4 SOS Omni
		1060790	4F/65cm/.035"/NB/ 1 Straight Art
		1060790	4F/90cm/.035"/NB/ 2 Straight Art
		1060800	4F/100cm/.035"/N 1 B/Vertebral
		1060810	5F/65cm/.035"/NB/ 2 Berenstein
		1060810	5F/100cm/.035"/N 3 B/Berenstein
		1060810	5F/110cm/.035"/N 4 B/Berenstein
		1060810	5F/65cm/.038"/NB/ 6 Berenstein
		1060810	5F/100cm/.038"/N 7 B/Berenstein
		1060810	5F/110cm/.038"/N 8 B/Berenstein
		1060810	5F/65cm/.046"/NB/ 9 Berenstein
		1060820	5F/100cm/.035"/N 1 B/Bentson
		1060820	5F/100cm/.035"/N 2 B/Bentson
		1060820	5F/100cm/.035"/N 3 B/Bentson
		1060820	5F/100cm/.038"/N 4 B/Bentson
		1060820	5F/100cm/.038"/N 5 B/Bentson
		1060820	5F/100cm/.038"/N 6 B/Bentson
		1060830	5F/65cm/.035"/NB/ 1 Cobra
		1060830	5F/65cm/.035"/NB/ 2 Cobra
		1060830	5F/65cm/.035"/NB/ 3 Cobra
		1060830	5F/65cm/.038"/NB/



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

		4	Cobra
		1060830	5F/65cm/.038"/NB/
		5	Cobra
		1060830	5F/65cm/.038"/NB/
		6	Cobra
		1060830	5F/90cm/.035"/NB/
		7	Cobra
		1060830	5F/90cm/.035"/NB/
		8	Cobra
		1060830	5F/90cm/.035"/NB/
		9	Cobra
		1060831	5F/90cm/.038"/NB/
		0	Cobra
		1060831	5F/90cm/.038"/NB/
		1	Cobra
		1060831	5F/90cm/.038"/NB/
		2	Cobra
		1060840	5F/65cm/.035"/NB/
		1	Cobra
		1060840	5F/65cm/.035"/NB/
		2	Cobra
		1060840	5F/65cm/.035"/NB/
		3	Cobra
		1060840	5F/65cm/.038"/NB/
		4	Cobra
		1060840	5F/65cm/.038"/NB/
		5	Cobra
		1060840	5F/65cm/.038"/NB/
		6	Cobra
		1060840	5F/90cm/.035"/NB/
		7	Cobra
		1060840	5F/90cm/.035"/NB/
		8	Cobra
		1060840	5F/90cm/.035"/NB/
		9	Cobra
		1060841	5F/90cm/.038"/NB/
		0	Cobra
		1060841	5F/90cm/.038"/NB/
		1	Cobra
		1060841	5F/90cm/.038"/NB/

Handwritten signature or initials.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		2	Cobra
		1060850	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Head Hunter
		1060850	5F/100cm/.035"/N
		2	B/Head Hunter
		1060850	5F/100cm/.038"/N
		3	B/Head Hunter
		1060850	5F/100cm/.038"/N
		4	B/Head Hunter
		1060860	5F/65cm/.035"/NB/
		1	Gancho
		1060860	5F/65cm/.035"/NB/
		2	Gancho/
		1060860	5F/65cm/.038"/NB/
		3	Gancho
		1060860	5F/65cm/.038"/NB/
		4	Gancho/
		1060870	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Hockey Stick
		1060870	5F/100cm/.038"/N
		2	B/Hockey Stick
		1060880	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Mani
		1060880	5F/100cm/.038"/N
		2	B/Mani
		1060890	5F/80cm/.035"/NB/
		1	Mikaelson
		1060890	5F/80cm/.038"/NB/
		2	Mikaelson
		1060900	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Newton
		1060900	5F/100cm/.035"/N
		2	B/Newton
		1060900	5F/100cm/.035"/N
		3	B/Newton
		1060900	5F/100cm/.038"/N
		4	B/Newton
		1060900	5F/100cm/.038"/N
		5	B/Newton
		1060900	5F/100cm/.038"/N
		6	B/Newton

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1060910	5F/65cm/.035"/NB/ 1 Renal
	1060910	5F/65cm/.038"/NB/ 2 Renal
	1060920	5F/65cm/.035"/NB/ 1 Gancho Shepherd
	1060920	5F/65cm/.035"/NB/ 2 Gancho Shepherd
	1060920	5F/65cm/.038"/NB/ 3 Gancho Shepherd
	1060920	5F/65cm/.038"/NB/ 4 Gancho Shepherd
	1060930	5F/65cm/.035"/NB/ 1 MPA
	1060930	5F/100cm/.035"/N 2 B/Sidewinder
	1060930	5F/100cm/.035"/N 3 B/Sidewinder
	1060930	5F/100cm/.035"/N 4 B/Sidewinder
	1060930	5F/65cm/.038"/NB/ 5 Sidewinder
	1060930	5F/100cm/.038"/N 6 B/Sidewinder
	1060930	5F/100cm/.038"/N 7 B/Sidewinder
	1060930	5F/100cm/.038"/N 8 B/Sidewinder
	1060940	5F/80cm/.035"/NB/ 1 SOS Omni
	1060940	5F/80cm/.035"/NB/ 2 SOS Omni
	1060940	5F/80cm/.035"/NB/ 3 SOS Omni
	1060940	5F/80cm/.035"/NB/ 4 SOS Omni
	1060940	5F/80cm/.038"/NB/ 5 SOS Omni
	1060940	5F/80cm/.038"/NB/ 6 SOS Omni

C A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		1060940	5F/80cm/.038"/NB/
		7	SOS Omni
		1060940	5F/80cm/.038"/NB/
		8	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.035"/NB/
		1	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.035"/NB/
		2	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.035"/NB/
		3	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.035"/NB/
		4	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.035"/NB/
		5	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.038"/NB/
		6	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.038"/NB/
		7	SOS Omni
		1060950	5F/80cm/.038"/NB/
		8	SOS Omni
		1060960	5F/65cm/.035"/NB/
		1	Straight
		1060960	5F/90cm/.035"/NB/
		2	Straight
		1060960	5F/65cm/.038"/NB/
		3	Straight
		1060960	5
		4	F/90cm/.038"/NB/S traight
		1060970	5F/100cm/.035"/NB /Vertebral
		1060970	5F/100cm/.038"/N B/Vertebral
		1060980	5F/100cm/.035"/N B/Vertebral
		1060980	5F/100cm/.038"/N B/Vertebral
		1060990	4F/100cm/.035"/N B/Vertebral
		1061000	3F/100cm/.25"/NB/ Vertebral
		1	

C
 A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1061100	3F/100cm/.025"/N
		1	B/M PA
		1063220	5F/65cm/.035"/NB/
		1	Omni Flush
		1063220	5F/90cm/.035"/NB/
		2	Omni Flush
		1063220	5F/65cm/.038"/NB/
		3	Omni Flush
		1063220	5F/90cm/.038"/NB/
		4	Omni Flush
		1063230	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Omni Flush
		1063230	4F/90cm/.035"/NB/
		2	Omni Flush
		Catéteres Angiográficos	
		Soft-Vu®	
		1070710	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Pigtail
		1070710	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Pigtail
		1070710	4F/100cm/.035
		3	"/NB/Pigtail
		1070710	4F/110cm/.035
		4	"/NB/Pigtail
		1070720	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Straight
		1070720	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Straight
		1070730	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Vertebral
		1070740	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Mani
		1070750	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Head Hunter
		1070750	4F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/Head



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1070760	d Hunter
		1	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Sidew inder
		1070760	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Side winder
		2	
		1070760	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Side winder
		3	
		1070760	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Side winder
		4	
		1070760	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Side winders
		5	
		1070760	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Side winders
		6	
		1070770	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		1	
		1070770	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		2	
		1070770	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		3	
		1070770	4F/90cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		4	
		1070770	4F/90cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		5	
		1070770	4F/90cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		6	
		1070770	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		7	
		1070770	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Cobra
		8	
		1070780	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Ganc ho Shepard
		1	
		1070780	4F/65cm/.035"/ Trenzado/Ganc ho Shepard
		2	

E
 a



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1070790	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Ganc ho
		1070790	4F/65cm/.035"/
		2	Trenzado/Ganc ho
		1070800	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Renal
		1070810	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Racket
		1070810	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Racket
		1070830	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Ben tson
		1070830	4F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/Ben tson
		1070830	4F/100cm/.035
		3	"/Trenzado/Ben tson
		1070840	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/New ton
		1070840	4F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/New ton
		1070840	4F/100cm/.035
		3	"/Trenzado/New ton
		1070850	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Pigtail
		1070850	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Pigtail
		1070850	5F/110cm/.035
		3	"/NB/Pigtail
		1070850	5F/65cm/.038"/
		4	NB/Pigtail
		1070850	5F/90cm/.038"/
		5	NB/Pigtail

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1070850	5F/110cm/.038
		6	"/NB/Pigtail
		1070850	5F/130cm/.038
		7	"/NB/Pigtail
		1070860	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Straight
		1070860	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Straight
		1070860	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Straight
		1070860	5F/90cm/.038"/
		4	NB/Straight
		1070870	5F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Vertebral
		1070870	5F/100cm/.038
		2	"/Trenzado/Vertebral
		1070880	5F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Mani
		1070880	5F/100cm/.038
		2	"/Trenzado/Mani
		1070890	5F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Head Hunter
		1070890	5F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/Head Hunter
		1070890	5F/100cm/.038
		3	"/Trenzado/Head Hunter
		1070890	5F/100cm/.038
		4	"/Trenzado/Head Hunter
		1070890	5F/65cm/.038"/
		5	Trenzado/Head Hunter
		1070890	4F/130cm/.035
		6	"/Trenzado/Hea

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		d Hunter
	1070900	5F/65cm/.035"/
	1	Trenzado/Sidew inder
	1070900	5F/100cm/.035
	2	"/Trenzado/Side winder
	1070900	5F/100cm/.035
	3	"/Trenzado/Side winder
	1070900	5F/100cm/.035
	4	"/Trenzado/Side winder
	1070900	5F/65cm/.038"/
	5	Trenzado/Sidew inder
	1070900	5F/100cm/.038
	6	"/Trenzado/Side winder
	1070900	5F/100cm/.038
	7	"/Trenzado/Side winder
	1070900	5F/100cm/.038
	8	"/Trenzado/Side winder
	1070900	5F/100cm/.038
	9	"/Trenzado/Side winder ST
	1070901	5F/100cm/.038
	0	"/Trenzado/Side winder ST
	1070901	5F/100cm/.035
	1	"/Trenzado/Side winder ST
	1070910	5F/65cm/.035"/
	1	Trenzado/Cobra
	1070910	5F/65cm/.035"/
	2	Trenzado/Cobra
	1070910	5F/65cm/.035"/
	3	Trenzado/Cobra

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1070910 4	5F/90cm/.035"/ Trenzado/Cobra
	1070910 5	5F/90cm/.035"/Tr enzado/Cobra
	1070910 6	5F/90cm/.035"/Tr enzado/Cobra
	1070910 7	5F/65cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070910 8	5F/65cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070910 9	5F/65cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070911 0	5F/90cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070911 1	5F/90cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070911 2	5F/90cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070911 3	5F/80cm/.038"/Tr enzado/Cobra
	1070920 1	5F/65cm/.035"/Tr enzado/Gancho Shepard
	1070920 2	5F/65cm/.035"/Tr enzado/Gancho Shepard
	1070920 3	5F/65cm/.038"/Tr enzado/ Gancho Shepard
	1070920 4	5F/65cm/.038"/Tr enzado/ Gancho Shepard
	1070930 1	5F/65cm/.035"/Tr enzado/Gancho
	1070930 2	5F/65cm/.035"/Tr enzado/Gancho
	1070930 3	5F/65cm/.038"/Tr enzado/Gancho
	1070930 4	5F/65cm/.038"/Tr enzado/Gancho

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.

		1070940	5F/65cm/.035"/Tr enzado/Renal
		1	
		1070940	5F/65cm/.038"/Tr enzado/Renal
		2	
		1070950	5F/65cm/.035"/N B/Racket
		1	
		1070950	5F/90cm/.035"/N B/Racket
		2	
		1070950	5F/100cm/.035"/N B/Racket
		3	
		1070950	5F/65cm/.038"/N B/Racket
		4	
		1070950	5F/90cm/.038"/N B/Racket
		5	
		1070950	5F/100cm/.038"/N B/Racket
		6	
		1070960	5F/65cm/.035"/N B/Halo
		1	
		1070960	5F/90cm/.035"/N B/Halo
		2	
		1070960	5F/65cm/.038"/N B/Halo
		3	
		1070960	5F/90cm/.038"/N B/Halo
		4	
		1070970	5F/100cm/.035"/T renzado/Bentson
		1	
		1070970	5F/100cm/.035"/T renzado/Bentson
		2	
		1070970	5F/100cm/.035"/T renzado/Bentson
		3	
		1070970	5F/100cm/.038"/T renzado/Bentson
		4	
		1070970	5F/100cm/.038"/T renzado/Bentson
		5	
		1070970	5F/100cm/.038"/T renzado/Bentson
		6	
		1070980	5F/100cm/.035"/T renzado/Newton
		1	
		1070980	5F/100cm/.035"/T renzado/Newton
		2	

E
 A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1070980	5F/100cm/.035"/T
		3	renzado/Newton
		1070980	5F/100cm/.035"/T
		4	renzado/Newton
		1070980	5F/100cm/.038"/T
		5	renzado/Newton
		1070980	5F/100cm/.038"/T
		6	renzado/Newton
		1070990	6F/110cm/.035"/N
		3	B/Pigtail
		1070990	6F/110cm/.038"/N
		6	B/Pigtail
		1071000	6F/65cm/.035"/N
		1	B/Straight
		1071000	6F/90cm/.035"/N
		2	B/Straight
		1071000	6F/65cm/.038"/N
		3	B/Straight
		1071000	6F/90cm/.038"/N
		4	B/Straight
		1071040	6F/65cm/.035"/Tr
		1	renzado/Sidewinder
		1071040	6F/100cm/.035"/T
		3	renzado/Sidewinder
		1071040	6F/100cm/.038"/T
		7	renzado/Sidewinder
		1071050	6F/65cm/.038"/Tr
		7	renzado/Cobra
		1071050	6F/65cm/.038"/Tr
		8	renzado/Cobra
		1071051	6F/90cm/.038"/Tr
		0	renzado/Cobra
		1071060	6F/65cm/.038"/Tr
		3	renzado/Gancho Shepard
		1071130	6F/100cm/.038"/T
		1	renzado/Berenshtein

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 ANMAT

		1071130 2	6F/110cm/.038"/Tr renzado/Berenstei n
		1071140 1	4F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071140 2	4F/80cm/.035"
		1071140 3	4F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071140 4	4F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071140 5	4F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071150 1	4F/65cm/.035"/Ju nior SOS Omni
		1071150 2	4F/65cm/.035"/N B/SOS Omni
		1071200 1	5F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 2	5F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 3	5F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 4	5F/80cm/.035"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 5	5F/80cm/.038"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 6	5F/80cm/.038"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 7	5F/80cm/.038"/Tr enzado/SOS Omni
		1071200 8	5F/80cm/.038"/Tr enzado/SOS Omni
		1071400 1	4F/65cm/.038"/N B/Omni Flush
		1071400 2	4F/65cm/.038"/N B/Pigtail
		1071400 3	4F/65cm/.038"/N B/Straight
		1071400	4F/90cm/.038"/N

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		4	B/Omni Flush
		1071400	4F/90cm/.038"/N
		5	B/Pigtail
		1071400	4F/90cm/.038"/N
		6	B/Straight
		1071400	4F/100cm/.038"/N
		7	B/Omni Flush
		1071400	4F/110cm/.038"/N
		8	B/Pigtail
		1071400	4F/65cm/.038"/N
		9	B/Berenstein
		1071401	4F/65cm/.038"/N
		0	B/Cobra
		1071401	4F/65cm/.038"/N
		1	B/Cobra
		1071401	4F/65cm/.038"/N
		2	B/Cobra
		1071401	4F/65cm/.038"/N
		4	B/Kumpe
		1071401	4F/65cm/.038"/N
		5	B/Straight Art
		1071401	4F/100cm/.038"/N
		6	B/Berenstein
		1071401	4F/100cm/.038"/N
		7	B/Cobra
		1071401	4F/100cm/.038"/N
		8	B/Cobra
		1071401	4F/100cm/.038"/N
		9	B/Cobra
		1071402	4F/100cm/.038"/N
		1	B/Kumpe
		1071402	4F/100cm/.038"/N
		2	B/Straight Art
		1071402	4F/80cm/.038"/N
		3	B/SOS Omni
		1071402	4F/80cm/.038"/N
		4	B/SOS Omni
		1071402	4F/80cm/.038"/N
		5	B/SOS Omni
		1071402	4F/80cm/.038"/N
		6	B/SOS Omni



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1071402	4F/65cm/.038"/N
		7	B/Head Hunter
		1071402	4F/65cm/.038"/N
		8	B/Bentson
		1071402	4F/65cm/.038"/N
		9	B/Mani
		1071403	4F/65cm/.038"/N
		0	B/Sidewinder ST
		1071403	4F/65cm/.038"/N
		1	B/Sidewinder ST
		1071403	4F/65cm/.038"/N
		3	B/Hockey Stick
		1071403	4F/65cm/.03
		4	8"/NB/Hockey y Stick
		1071403	4F/65cm/.03
		5	8"/NB/JB
		1071403	4F/65cm/.03
		6	8"/NB/JB
		1071403	4F/65cm/.03
		8	8"/NB/MPA
		1071403	4F/65cm/.03
		9	8"/NB/MPB
		1071404	4F/100cm/.0
		0	38"/NB/Head Hunter
		1071404	4F/100cm/.03
		1	8"/NB/Sidewi nder ST
		1071404	4F/100cm/.0
		2	38"/NB/Side winder ST
		1071404	4F/100cm/.0
		4	387NB/Mani
		1071404	4F/100cm/.0
		5	38"/NB/Verte bral
		1071404	4F/100cm/.0
		7	38"/NB/Hock ey Stick

E *✓*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1071404	4F/100cm/.0
	9	38"/NB/JB
	1071405	4F/100cm/.0
	0	38"/NB/JB
	1071405	4F/100cm/.0
	1	38"/NB/JB
	1071405	4F/100cm/.0
	2	38"/NB/MPA
	1071405	4F/100cm/.0
	3	38"/NB/MPB
	1071810	4F/100cm/.0
	1	35"/NB/Vertebral
	1071820	4F/100cm/.0
	1	35"/NB/Mani
	1071830	4F/100cm/.0
	1	35"/NB/Head Hunter
	1071830	4F/100cm/.0
	2	35"/NB/Head Hunter
	1071840	4F/65cm/.03
	1	5"/NB/Sidewinder
	1071840	4F/100cm/.0
	2	35"/NB/Sidewinder
	1071840	4F/100cm/.0
	3	35"/NB/Sidewinder
	1071840	4F/100cm/.0
	4	35"/NB/Sidewinder
	1071850	4F/65cm/.03
	1	5"/NB/Cobra
	1071850	4F/65cm/.03
	2	5"/NB/Cobra
	1071850	4F/65cm/.03
	3	5"/NB/Cobra
	1071850	4F/90cm/.03
	4	5"/NB/Cobra

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.P.

		1071850	4F/65cm/.03
		5	5"/NB/Cobra
		1071850	4F/65cm/.03
		6	5"/NB/Cobra
		1071860	4F/65cm/.03
		1	5"/NB/Ganch o Shepard
		1071860	4F/65cm/.03
		2	5"/NB/Ganch o Shepard
		1071870	4F/65cm/.03
		1	5"/NB/Ganch o
		1071870	4F/65cm/.03
		2	5"/NB/Ganch o
		1071880	4F/65cm/.03
		1	5"/NB/Renal
		1071900	4F/100cm/.0
		1	35"/NB/Bent son
		1071900	4F/100cm/.0
		2	35"/NB/Bent son
		1071900	4F/100cm/.0
		3	35"/NB/Bent son
		1071910	4F/100cm/.0
		2	35"/NB/Newt on
		1071910	4F/100cm/.0
		3	35"/NB/Newt on
		1071910	4F/100cm/.0
		4	35"/NB/Newt on
		1071930	5F/100cm/.0
		1	35"/NB/Verte bral
		1071930	5F/100cm/.0

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 ANMAT

		2	38"/NB/Vertebral
		1071940	5F/100cm/.0
		1	35"/NB/Mani
		1071940	5F/100cm/.0
		2	38"/NB/Mani
		1071950	5F/100cm/.0
		1	35"/NB/Head Hunter
		1071950	5F/100cm/.0
		2	35"/NB/Head Hunter
		1071950	5F/100cm/.0
		3	38"/NB/Head Hunter
		1071950	5F/100cm/.0
		4	38"/NB/Head Hunter
		1071950	5F/140cm/.0
		5	38"/NB/Head Hunter
		1071960	5F/65cm/.03
		1	5"/NB/Sidewinder
		1071960	5F/100cm/.0
		2	35"/NB/Sidewinder
		1071960	5F/100cm/.0
		3	35"/NB/Sidewinder
		1071960	5F/100cm/.0
		4	35"/NB/Sidewinder
		1071960	5F/65cm/.03
		5	8"/NB/Sidewinder
		1071960	5F/100cm/.0
		6	38"/NB/Sidewinder
		1071960	5F/100cm/.0
		7	38"/NB/Side

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.P.

		winder
		1071960 5F/100cm/.0
		8 38"/N
		B/Sidewinder
		1071960 4F/65cm/.03
		9 8"/NB/Sidewinder
		1071970 5F/65cm/.03
		1 5"/NB/Cobra
		1071970 5F/65cm/.03
		2 5"/NB/Cobra
		1071970 5F/65cm/.03
		3 5"/NB/Cobra
		1071970 5F/90cm/.03
		4 5"/NB/Cobra
		1071970 5F/90cm/.03
		5 5"/NB/Cobra
		1071970 5F/90cm/.03
		6 5"/NB/Cobra
		1071970 5F/65cm/.03
		7 8"/NB/Cobra
		1071970 5F/65cm/.03
		8 8"/NB/Cobra
		1071970 5F/65cm/.03
		9 8"/NB/Cobra
		1071971 5F/90cm/.03
		0 8"/NB/Cobra
		1071971 5F/90cm/.03
		1 8"/NB/Cobra
		1071971 5F/90cm/.03
		2 8"/NB/Cobra
		1071980 5F/65cm/.03
		1 5"/NB/Ganch
		o Shepard
		1071980 5F/65cm/.03
		2 5"/NB/Ganch
		o Shepard
		1071980 5F/65cm/.03
		3 8"/NB/Ganch
		o Shepard

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.S.P.

		1071980	5F/65cm/.03
		4	8"/NB/Ganch o Shepard
		1071990	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Gancho
		1071990	5F/65cm/.035"/
		2	NB/Gancho
		1071990	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Gancho
		1071990	5F/65cm/.038"/
		4	NB/Gancho
		1072000	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Renal
		1072000	5F/65cm/.038"/
		2	NB/Renal
		1072020	5F/100cm/.035
		1	"/NB/Bentson
		1072020	5F/100cm/.035
		2	"/7NB/Bentson
		1072020	5F/100cm/.035
		3	"/NB/Bentson
		1072020	5F/100cm/.038
		4	"/NB/Bentson
		1072020	5F/100cm/.038
		5	"/NB/Bentson
		1072020	5F/100cm/.038
		6	"/NB/Bentson
		1072030	5F/100cm/.035
		1	"/NB/Newton
		1072030	5F/100cm/.035
		2	"/NB/Newton
		1072030	5F/100cm/.035
		3	"/NB/Newton
		1072030	5F/100cm/.038
		5	"/NB/Newton
		1072030	5F/100cm/.038
		6	"/NB/Newton
		1072030	5F/100cm/.035
		7	"/NB/Newton
		1072040	5F/80cm/.038"/
		1	NB/SOS Omni

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1072040	5F/80cm/.035"/
	2	NB/SOS Omni
	1072040	5F/80cm/.035"/
	3	NB/SOS Omni
	1072040	5F/80cm/.035"/
	4	NB/SOS Omni
	1072040	5F/80cm/.038"
	5	/NB/SOS Omni
	1072040	5F/80cm/.038"/
	6	NB/SOS Omni
	1072040	5F/80cm/.035"/
	7	NB/SOS Omni
	1072040	5F/80cm/.038"/
	8	NB/SOS Omni
	1072050	6F/100cm/.038
	2	"/NB/Vertebral
	1072070	6F/100cm/.035
	1	"/NB/Head Hunter
	1072070	6F/100cm/.035
	2	"/NB/Head Hunter
	1072080	6F/65cm/.035"/
	1	NB/Sidewinder
	1072080	6F/100cm/.035
	2	"/NB/Sidewinder
	1072090	6F/90cm/.035"/
	5	NB/Cobra
	1072090	6F/65
	7	cm/.038"/NB/Cobra
	1072090	6F/65cm/.038"/
	8	NB/Cobra
	1072110	6F/65cm/.038"/
	4	NB/Gancho
	1072180	5F/100cm/.035
	1	"/NB/Hockey Stick
	1072180	5F/100cm/.035

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		2	"/NB/Hockey Stick
		1072180	5F/100cm/.038
		3	"/NB/Hockey Stick
		1072180	5F/100cm/.038
		4	"/NB/Hockey Stick
		1072180	5F/65cm/.035"/ NB/Hockey Stick
		5	1072210
		1	5F/100cm/.035 "/NB/Berenstein
		1072210	5F/100cm/.038
		2	"/NB/Berenstein
		1072210	5F/110cm/.038
		3	"/NB/Berenstein
		1072210	5F/65cm/.038"/ NB/Berenstein
		4	1072210
		5	5F/40cm/.038"/ NB/Berenstein
		1072210	5F/65cm/.046"/ NB/Berenstein
		6	1072210
		7	5F/100cm/.046 "/NB/Berenstein
		1072210	5F/65cm/.038"/ NB/Berenstein
		8	1072210
		9	5F/140cm/.038 "/NB/Berenstein
		1072240	5F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/Hoc key Stick
		1072240	5F/100cm/.038
		3	"/Trenzado/Hoc key Stick
		1072240	5F/100cm/.038
		4	"/Trenzado/Hoc keyStick
		1072240	5F/65cm/.038"/ Trenzado/Hocke y Stick
		5	

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1072240 6	5F/100cm/.035 "/Trenzado/Hoc key Stick
		1072270 1	5F/100cm/.035 "/Trenzado/Ber enstein
		1072270 2	5F/100cm/.038 "/Trenzado/Ber enstein
		1072270 3	5F/65cm/.038" Trenzado/Beren stein
		1072270 4	5F/65cm/.035" Trenzado/Beren stein
		1072270 5	5F/110cm/.038 "/Trenzado/Ber enstein
		1072270 6	5F/140cm/.035 "/Trenzado/Ber enstein
		1072270 7	5F/130cm/.038 "/Trenzado/Ber enstein
		1072270 8	4F/140cm/.035 "/Trenzado/Ber enstein
		1072280 1	5F/100cm/.35" Trenzado/Bern
		1072301 8	5F/65cm/.035" NB/Cobrita
		1072304 2	5F/40cm/.035" NB/Cobrita
		1072307 4	5F/25cm/.035" NB/Cobrita
		1072330 2	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Hoc key Stick
		1072350 1	4F/100cm/.035 "/Trenzado/Ber

E ↗



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		enstein
	1072350	4F/65cm/.035"/
	2	Trenzado/Berenstein
	1072350	4F/40cm/.035"/
	3	Trenzado/Berenstein
	1072350	4F/110cm/.035
	4	"/Trenzado/Berenstein
	1072360	4F/110cm/.035
	1	"/NB/Berenstein
	1072470	5F/110cm/.38"/
	1	Trenzado/Ventricular Halo™
	1072470	5F/110cm/.38"/
	2	155°
		/Trenzado/Ventricular Halo™
	1072470	5F/110cm/.38"/
	3	145°
		/Trenzado/Ventricular Halo™
	1073140	4F/65cm/.035"/
	1	NB/Straight Art
	1073140	4F/65cm/.035"/
	2	NB/Straight Art
	1073140	4F/90cm/.035"/
	3	NB/Straight Art
	1073150	5F/90cm/.038"/
	1	NB/Straight Art
	1073150	5F/65cm/.035"/
	2	NB/Straight Art
	1073150	4F/130cm/.035
	3	"/Trenzado/Straight Art
	1073150	5F/25cm/.035"/
	9	NB/Straight Art
	1073151	5F/40cm/.035"/
	0	NB/Straight Art
	1073160	6F/110cm/.054



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1	"/Trenzado/Stra ight Art
		1073160	6F/100cm/.054
		2	"/Trenzado/Stra ight Art
		1073170	6F/65cm/.054"/
		1	NB/Berenstein
		1073170	6F/65cm/.038"/
		2	NB/Berenstein
		1073180	5F/65cm/.038"/
		1	NB/Cobra
		1073180	5F/65cm/.038"/
		2	NB/Cobra
		1073180	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Cobra
		1073180	5F/65cm/.035"/
		4	NB/Cobra
		1073180	5F/65cm/.035"/
		5	NB/Cobra
		1073200	5F/80cm/.035"/
		1	NB/SOS Omni
		1073200	5F/80cm/.035"/
		2	NB/SOS Omni
		1073210	5F/80cm/.038"/
		1	NB/Mikaelsson
		1073220	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Omni Flush
		1073220	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Omni Flush
		1073220	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Omni Flush
		1073220	5F/90cm/.038"/
		4	NB/Omni Flush
		1073220	5F/100cm/.038
		5	"/NB/Omni Flush
		1073230	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Omni Flush
		1073230	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Omni Flush

E
 7



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1073230	4F/110cm/.035
		3	"/NB/Omni Flush
		1073230	4F/65cm/.035"/
		4	NB/Omni Flush
		1073250	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Hoc key Stick
		1073270	5F/65cm/.038"/
		1	NB/Kumpe
		1073270	5F/40cm/.038"/
		2	NB/Kumpe
		1073270	5F/100cm/.038
		3	"/NB/Kumpe
		1073270	5F/25cm/.035"/
		7	NB/Kumpe
		1073280	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Levin
		1073290	4F/100cm/.035
		1	"/NB/Osborne
		1073290	4F/100cm/.035
		2	"/NB/Osborne
		1073300	4F/65cm/.035"/
		1	NB/RC
		1073310	5F/65cm/.035"/
		1	NB/RC
		1073310	5F/65cm/.038"/
		2	NB/RC
		1073320	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Rim
		1073330	5F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Rim
		1073340	5F/65cm/.038"/
		1	NB/Rim
		1073340	5F/40cm/.035"/
		2	Trenzado/Rim
		1073340	5F/25cm/.035"/
		3	Trenzado/Rim
		1073350	5F/100cm/.038
		1	"/Trenzado/Wei nberg



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1073350	5F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/Weinberg
		1073360	5F/100cm/.035
		1	"/NB/Vertebral
		1073370	4F/90cm/.035"/
		1	NB/Mikaelson
		1073380	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Kerns
		1073390	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Kerns
		1073400	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/JB
		1073400	4F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/JB
		1073400	4F/100cm/.035
		3	"/Trenzado/JB
		1073410	5F/65cm/.038"/
		1	Trenzado/JB
		1073410	5F/100cm/.038
		2	"/Trenzado/JB
		1073410	5F/100cm/.03
		3	5"/Trenzado/JB
		1073420	5F/100cm/.03
		1	5"/NB/JB
		1073420	5F/100cm/.03
		2	5"/NB/JB
		1073420	5F/110cm/.03
		3	5"/NB/JB
		1073420	5F/100cm/.03
		4	5"/NB/JB
		1073420	5F/100cm/.03
		5	5"/NB/JB
		1073420	5F/100cm/.03
		6	5"/NB/JB
		1073420	5F/130cm/.03
		7	8"/NB/JB
		1073420	5F/130cm/.03

E
 ↘



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		8	8"/NB/JB
		1073430	4F/40cm/.035
		1	"/NB/Kumpe
		1073430	4F/100cm/.03
		2	5"/NB/Kumpe
		1073440	5F/100cm/.03
		1	5"/NB/Osborne
		1073450	4F/100cm/.03
		1	5"/Trenzado/Osborne
		1073460	4F/100cm/.03
		1	5"/Trenzado/Kerber
		1073470	5F/100cm/.03
		1	8"/Trenzado/Kerber
		1073480	5F/100cm/.03
		1	5"/NB/Kerber
		1073490	5F/65cm/.038
		1	"/Trenzado/MPB
		1073500	5F/65cm/.035
		1	"/NB/MPB
		1073510	4F/65cm/.035
		1	"/NB/MPB
		1073520	5F/69cm/.035
		1	"/Trenzado/Cherne
		1073540	4F/65cm/.035
		1	"/Trenzado/MPA
		1073540	4F/100cm/.03
		2	5"/Trenzado/MPA
		1073550	5F/50cm/.035
		1	"/Trenzado/MPA
		1073550	5F/80cm/.035
		3	"/Trenzado/MPA

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1073550	5F/100cm/.03
		4	8"/Trenzado/ MPA
		1073560	5F/65cm/.035
		1	"/Trenzado/S HMPA
		1073560	5F/100cm/.03
		2	5"/Trenzado/S HMPA
		1073570	6F/90cm/.035
		1	"/NB/MPA
		1073580	4F/65cm/.035
		1	"/Mini Omni Catéteres Angiográficos Hidrofilicos Mariner®
		1170710	4F/65cm/.03
		1	5"/NB/Pigtail
		1170710	4F/90cm/.03
		2	5"/NB/Pigtail
		1170710	4F/100cm/.0
		3	35"/NB/Pigtai
		1170710	4F/110cm/.0
		4	35"/NB/Pigtai
		1170710	4F/65cm/.03
		5	5"/NB/Pigtail
		1170720	4F/65cm/.03
		1	5"/NB/Straig ht
		1170720	4F/90cm/.03

E
 A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		2	5"/NB/Straight
			ht
		1170730	4F/100cm/.0
		1	35"/Trenzado
			/Vertebral
		1170750	4F/100cm/.0
		1	35"/Trenzado
			/Headhunter
		1170760	4F/100cm/.0
		2	35"/Trenzado
			/Sidewinder
			Simmons
		1170760	4F/100cm/.0
		3	35"/Trenzado
			/Sidewinder
			Simmons
		1170760	4F/100cm/.0
		4	35"/Trenzado
			/Sidewinder
			Simmons
		1170760	4F/100cm/.0
		5	35"/Trenzado
			/Sidewinder
			Simmons ST
		1170760	4F/100cm/.0
		6	35"/Trenzado
			/Sidewinder

E
 ✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

		Simmons ST
	1170770	4F/65cm/.03
	1	5"/Trenzado/ Cobra
	1170770	4F/65cm/.03
	2	5"/Trenzado/ Cobra
	1170770	4F/90cm/.03
	4	5"/Trenzado/ Cobra
	1170770	4F/90cm/.03
	5	5"/Trenzado/ Cobra
	1170780	4F/65cm/.03
	1	5"/Trenzado/ Gancho Shepherd
	1170780	4F/65cm/.03
	2	5"/Trenzado/ Gancho Shepherd
	1170800	4F/65cm/.03
	1	5"/Trenzado/ Renal
	1170850	5F/65cm/.03
	1	5"/NB/Pigtail
	1170850	5F/90cm/.03

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		2	5"/NB/Pigtail
		1170850	5F/110cm/.0
		3	35"/NB/Pigtai
		1170850	5F/65cm/.03
		4	8"/NB/Pigtail
		1170850	5F/90cm/.03
		5	8"/NB/Pigtail
		1170850	5F/110cm/.0
		6	38"/NB/Pigtai
		1170860	5F/65cm/.03
		1	5"/NB/Straig
			ht
		1170860	5F/90cm/.03
		2	5"/NB/Straig
			ht
		1170860	5F/65cm/.03
		3	8"/NB/Straig
			ht
		1170860	5F/90cm/.03
		4	8"/NB/Straig
			ht
		1170870	5F/100cm/.0
		1	35"/Trenzado
			/Vertebral
		1170870	5F/100cm/.0

E *~*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		2	38"/Trenzado /Vertebral
		1170870	5F/130cm/.0
		3	35"/Trenzado /Vertebral
		1170870	4F/130cm/.0
		4	35"/Trenzado /Vertebral
		1170880	5F/100cm/.0
		1	35"/Trenzado /Mani
		1170880	5F/100cm/.0
		2	38"/Trenzado /Mani
		1170890	5F/100cm/.0
		1	35"/Trenzado /Headhunter
		1170890	5F/100cm/.0
		3	38"/Trenzado /Headhunter
		1170890	5F/65cm/.03
		5	8"/Trenzado/ Headhunter
		1170890	4F/130cm/.0
		6	35"/Trenzado /Headhunter
		1170890	5F/130cm/.0

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		7	35"/Trenzado /Headhunter
		1170900	5F/65cm/.03
		1	5"/Trenzado/ Sidewinder Simmons
		1170900	5F/100cm/.0
		2	35"/Trenzado /Sidewinder Simmons
		1170900	5F/100cm/.0
		3	35"/Trenzado /Sidewinder Simmons
		1170900	5F/65cm/.03
		5	8"/Trenzado/ Sidewinder Simmons
		1170900	5F/100cm/.0
		6	38"/Trenzado /Sidewinder Simmons
		1170900	5F/100cm/.0
		7	38"/Trenzado /Sidewinder Simmons
		1170900	5F/100cm/.0

E
 A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

		8	38"/Trenzado /Sidewinder Simmons
		1170900	5F/100cm/.0
		9	38"/Trenzado /Sidewinder Simmons ST
		1170901	5F/100cm/.0
		0	38"/Trenzado /Sidewinder Simmons ST
		1170901	5F/100cm/.0
		1	35"/Trenzado /Sidewinder Simmons ST
		1170901	4F/130cm/.0
		2	35"/Trenzado /Sidewinder Simmons ST
		1170901	4F/130cm/.0
		3	35"/Trenzado /Sidewinder Simmons ST
		1170901	5F/130cm/.0
		4	35"/Trenzado /Sidewinder Simmons

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1170901	5F/130cm/.0
		5	38"/Trenzado /Sidewinder Simmons
		1170910	5F/65cm/.03
		1	5"/Trenzado/ Cobra
		1170910	5F/65cm/.03
		2	5"/Trenzado/ Cobra
		1170910	5F/90cm/.03
		4	5"/Trenzado/ Cobra
		1170910	5F/90cm/.03
		5	5"/Trenzado/ Cobra
		1170910	5F/65cm/.03
		7	8"/Trenzado/ Cobra
		1170910	5F/65cm/.03
		8	8"/Trenzado/ Cobra
		1170910	5F/65cm/.03
		9	8"/Trenzado/ Cobra
		1170911	5F/90cm/.03
		0	8"/Trenzado/

E
 A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		Cobra
	1170911	5F/90cm/.03
	1	8"/Trenzado/ Cobra
	1170911	5F/90cm/.03
	2	8"/Trenzado/ Cobra
	1170920	5F/65cm/.03
	1	5"/Trenzado/ ShepherdHoo k
	1170920	5F/65cm/.03
	3	8"/Trenzado/ ShepherdHoo k
	1170930	5F/65cm/.035"/ Trenzado/Ganc ho
	1170940	5F/65cm/.035"/ Trenzado/Renal
	1170940	5F/65cm/.038"/ Trenzado/Renal
	1170950	5F/90cm/.035"/ NB/Racket
	1171140	4F/80cm/.035"/ Trenzado/SOS Omni

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1171140	4F/80cm/.035"/
		2	Trenzado/SOS Omni
		1171140	4F/80cm/.035"/
		3	Trenzado/SOS Omni
		1171140	4F/80cm/.035"/
		4	Trenzado/SOS Omni
		1171140	4F/80cm/.035"/
		5	Trenzado/SOS Omni
		1171150	4F/65cm/.035"/
		1	NB/SOS Omni Jr.
		1171150	4F/65cm/.035"/
		2	NB/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.035"/
		1	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.035"/
		2	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.035"/
		3	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.035"/



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		4	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.038"/
		5	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.038"/
		6	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.038"/
		7	Trenzado/SOS Omni
		1171200	5F/80cm/.038"/
		8	Trenzado/SOS Omni
		1171400	4F/65cm/.038"/
		1	NB/Omni Flush
		1171400	4F/65cm/.038"/
		3	NB/Straight
		1171400	4F/90cm/.038"/
		4	NB/Omni Flush
		1171400	4F/90cm/.038"/
		5	NB/Pigtail
		1171400	4F/90cm/.038"/
		6	NB/Straight
		1171400	4F/100cm/.038
		7	"/NB/Omni Flush

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1171400	4F/110cm/.038
	8	"/NB/Pigtail
	1171400	4F/65cm/.038"/
	9	NB/Berenstein
	1171401	4F/65cm/.038"/
	0	NB/Cobra
	1171401	4F/65cm/.038"/
	1	NB/Cobra
	1171401	4F/65cm/.038"/
	4	NB/Kumpe
	1171401	4F/65cm/.038"/
	5	NB/Straight Art
	1171401	4F/100cm/.038
	6	"/NB/Berenstein
	1171401	4F/100cm/.038
	7	"/NB/Cobra
	1171401	4F/100cm/.038
	8	"/N B/Cobra
	1171401	4F/100cm/.038
	9	"/N B/Cobra
	1171402	4F/100cm/.038
	1	"/NB/Kumpe
	1171402	4F/100cm/.038
	2	"/NB/Straight Art
	1171402	4F/80cm/.038"/
	3	NB/SOS Omni



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1171402	4F/80cm/.038"/
	4	NB/SOS Omni
	1171402	4F/80cm/.038"/
	5	NB/SOS Omni
	1171402	4F/80cm/.038"/
	6	NB/SOS Omni
	1171402	4F/65cm/.038"/
	7	NB/Headhunter
	1171403	4F/65cm/.038"/
	0	NB/Sidewinder ST Simmons
	1171403	4F/65cm/.038"/
	1	NB/Sidewinder ST Simmons
	1171403	4F/65cm/.038"/
	3	NB/Hockey Stick
	1171403	4F/65cm/.038"/
	5	NB/JB
	1171403	4F/65cm/.038"/
	6	NB/JB
	1171403	4F/65cm/.038"/
	7	NB/JB
	1171403	4F/65cm/.038"/
	8	NB/MPA
	1171404	4F/100cm/.038
	0	"/NB/Headhunt

E. /



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		er
		1171404 4F/100cm/.038
	1	"/NB/Simmons Sidewinder ST
		1171404 4F/100cm/.038
	2	"/NB/Simmons Sidewinder ST
		1171404 4F/100cm/.038
	3	"/NB/Bentson
		1171404 4F/100cm/.038
	5	"/NB/Vertebral
		1171404 4F/100cm/.038
	9	"/NB/JB
		1171405 4F/100cm/.038
	0	"/NB/JB
		1171405 4F/100cm/.038
	1	"/NB/JB
		1171405 4F/100cm/.038
	2	"/NB/MPA
		1171405 4F/65cm/.038"/
	4	NB/SOS Omni
		1171810 4F/100cm/.035
	1	"/NB/Vertebral
		1171820 4F/100cm/.035
	1	"/NB/Mani
		1171830 4F/100cm/.035"
	1	/NB/Headhunter

C ↗



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1171830	4F/100cm/.035
		2	"/NB/Headhunter
		1171840	4F/100cm/.035
		2	"/NB/Sidewinder Simmons
		1171840	4F/100cm/.035
		3	"/NB/Sidewinder Simmons
		1171850	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Cobra
		1171850	4F/65cm/.035"/
		2	NB/Cobra
		1171850	4F/65cm/.035"/
		3	NB/Cobra
		1171850	4F/90cm/.035"/
		4	NB/Cobra
		1171850	4F/90cm/.035"/
		5	NB/Cobra
		1171860	4F/65cm/.038"/
		3	NB/Gancho Shepherd
		1171860	4F/65cm/.038"/
		4	NB/Gancho Shepherd
		1171870	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Gancho

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1171870	4F/65cm/.035"/
		2	NB/Gancho
		1171880	4F/65cm/.035"/NB/
		1	Renal
		1171930	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Vertebral
		1171930	5F/100cm/.038"/N
		2	B/Vertebral
		1171930	5F/130cm/.035"/N
		3	B/Vertebral
		1171940	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Mani
		1171940	5F/100cm/.038"/N
		2	B/Mani
		1171950	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Headhunter
		1171950	5F/100cm/.035"/N
		2	B/Headhunter
		1171950	5F/100cm/.038"/N
		3	B/Headhunter
		1171950	5F/100cm/.038"/N
		4	B/Headhunter
		1171950	5F/130cm/.035"/N
		5	B/Headhunter
		1171950	5F/130cm/.038"/N
		7	B/Headhunter
		1171960	5F/65cm/.035"/NB/

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1	Sidewinder Simmons
		1171960	5F/100cm/.035"/N
		2	B/Sidewinder Simmons
		1171960	5F/100cm/.035"/N
		3	B/Sidewinder Simmons
		1171960	5F/100cm/.035"/N
		4	B/Sidewinder Simmons
		1171960	5F/65cm/.038"/NB/
		5	Sidewinder Simmons
		1171960	5F/100cm/.038"/N
		6	B/Sidewinder Simmons
		1171960	5F/100cm/.038"/N
		7	B/Sidewinder Simmons
		1171960	5F/100cm/.038"/N
		8	B/Sidewinder Simmons
		1171970	5F/65cm/.035"/NB/
		1	Cobra
		1171970	5F/65cm/.035"/NB/
		2	Cobra

C. n



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1171970	5F/65cm/.035"/NB/ 3	Cobra
		1171970	5F/90cm/.035"/NB/ 4	Cobra
		1171970	5F/90cm/.035"/NB/ 5	Cobra
		1171970	5F/65cm/.038"/NB/ 7	Cobra
		1171970	5F/65cm/.038"/NB/ 8	Cobra
		1171970	5F/65cm/.038"/NB/ 9	Cobra
		1171971	5F/90cm/.038"/NB/ 0	Cobra
		1171971	5F/90cm/.038"/NB/ 1	Cobra
		1171980	5F/65cm/.035"/NB/ 1	Gancho Shepherd
		1171980	5F/65cm/.035"/NB/ 2	Gancho Shepherd
		1171980	5F/65cm/.038"/NB/ 3	Gancho Shepherd
		1171990	5F/65cm/.035"/NB/ 1	Gancho
		1171990	5F/65cm/.038"/NB/ 3	Gancho
		1172000	5F/65cm/.035"/NB/	

E. ✓



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1	Renal
		1172000	5F/65cm/.038"/NB/
		2	Renal
		1172020	5F/100cm/.038"/N
		4	B/Bentson
		1172020	5F/100cm/.038"/N
		5	B/Bentson
		1172020	5F/100cm/.038"/NB
		6	/Bentson
		1172030	5
		7	F/100cm/.035"/NB/ Newton
		1172040	5F/80cm/.038"/NB/
		1	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.035"/NB/
		2	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.035"/NB/
		3	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.035"/NB/
		4	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.038"/NB/
		5	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.038"/NB/
		6	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.035"/NB/
		7	SOS Omni
		1172040	5F/80cm/.038"/NB/

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		8	SOS Omni
		1172180	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Hockey Stick
		1172210	5F/100cm/.035"/N
		1	B/Berenstein
		1172210	5F/100cm/.038"/N
		2	B/Berenstein
		1172210	5F/110cm/.038"/N
		3	B/Berenstein
		1172210	5F/65cm/.038"/N
		4	B/Berenstein
		1172210	5F/65cm/.046"/NB/
		6	Berenstein
		1172210	5F/100cm/.046"/N
		7	B/Berenstein
		1172210	5F/65cm/.038"/NB/
		8	Berenstein
		1172210	5F/130cm/.035"/N
		9	B/Berenstein
		1172211	4F/130cm/.035"/N
		0	B/Berenstein
		1172211	4F/130cm/.038"/N
		1	B/Berenstein
		1172270	5F/100cm/.035"/Tr
		1	enzado/Bentson
		1172270	5F/100cm/.038"/Tr
		2	enzado/Berenstein

E



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

	1172270	5F/65cm/.038"/Tre 3 nzado/Berenstein
	1172270	5F/65cm/.035"/Tre 4 nzado/Berenstein
	1172270	5F/110cm/.038"/Tr 5 enzado/Berenstein
	1172270	5F/130cm/.038"/Tr 7 enzado/Berenstein
	1172270	4F/150cm/.035"/Tr 9 enzado/Berenstein
	1172350	4F/100cm/.035 1 "/Trenzado/Ber enstein
	1172350	4F/65cm/.035"/ 2 Trenzado/Beren stein
	1172350	4F/40cm/.035"/ 3 Trenzado/Beren stein
	1172350	4F/110cm/.035 4 "/Trenzado/Ber enstein
	1172350	4F/40cm/.038"/ 5 Trenzado/Beren stein
	1172360	4F/110cm/.035 1 "/NB/Berenstein

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1172360	5F/40cm/.038"/
		2	NB/Berenstein
		1172510	4F/90cm/.038"/
		1	NB/Hawkins
			Hairpin
		1172510	5F/90cm/.038"/
		2	NB/Hawkins
			Hairpin
		1173140	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Straight Art
		1173140	4F/65cm/.035"/
		2	NB/Straight Art
		1173140	4F/90cm/.035"/
		3	NB/Straight Art
		1173150	5F/90cm/.038"/
		1	NB/Straight Art
		1173150	5F/65cm/.035"/
		2	NB/Straight Art
		1173150	4F/130cm/.035
		3	"/Trenzado/Straight Art
		1173150	4F/130cm/.035
		4	"/NB/Straight Art
		1173150	5F/130cm/.038
		5	"/NB/Straight Art

E. ✓



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.S.

		1173150	5F/130cm/.038
		6	"/Trenzado/Straight Art
		1173150	4F/150cm/.038
		7	"/NB/Straight Art
		1173150	5F/110cm/.038
		8	"/NB/Straight Art
		1173180	5F/65cm,/.038"
		1	/NB/Cobra
		1173180	5F/65cm//.038"
		2	/NB/Cobra
		1173180	5F/65cm,/.038"
		3	/NB/Cobra
		1173180	5F/65cm,/.035"
		4	/NB/Cobra
		1173180	5F/65cm,/.035"
		5	/NB/Cobra
		1173200	5F/80cm,/.035"
		1	/NB/SOS Omni
		1173200	5F/80cm,/.035"
		2	/NB/SOS Omni
		1173210	5F/80cm/.038"/
		1	NB/Mikaelson
		1173220	5F/65cm/.035"/
		1	NB/Omni Flush

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1173220	5F/90cm/.035"/
		2	NB/Omni Flush
		1173220	5F/65cm/.038"/
		3	NB/Omni Flush
		1173220	5F/90cm/.038"/
		4	NB/Omni Flush
		1173220	5F/100cm/.038
		5	"/NB/Omni Flush
		1173230	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Omni Flush
		1173230	4F/90cm/.035"/
		2	NB/Omni Flush
		1173230	4F/110cm/.035
		3	"/NB/Omni Flush
		1173230	4F/65cm/.035"/
		4	NB/Omni Flush
		1173250	4F/100cm/.035
		1	"/Trenzado/Hoc key Stick
		1173270	5F/65cm/.038"/
		1	NB/Kumpe
		1173270	5F/40cm/.038"/
		2	NB/Kumpe
		1173270	5F/100cm/.038
		3	"/NB/Kumpe

E
 7



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1173270	4F/40cm/.038"/
		4	NB/Kumpe
		1173270	5F/40cm/.035"/
		5	NB/Kumpe
		1173270	5F/40cm/.035"/
		6	Trenzado/Kump e
		1173280	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Levin
		1173290	4F/100cm/.035
		1	"/NB/Osborne
		1173290	4F/100cm/.035
		2	"/NB/Osborne
		1173310	5F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/RC
		1173310	5F/65cm/.038"/
		2	Trenzado/RC
		1173320	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Rim
		1173330	5F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Rim
		1173340	5F/65cm/.038"/
		1	NB/Rim
		1173360	5F/100cm/.035
		1	"/NB/Weinberg
		1173380	4F/65cm/.035"/
		1	NB/Kerber

E
 ↘



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1173390	4F/65cm/.035"/
		1	Trenzado/Kerns
		1173400	4F/100cm/.035
		2	"/Trenzado/JB
		1173400	4F/100cm/.035
		3	"/Trenzado/JB
		1173410	5F/65cm/.038"/
		1	Trenzado/JB
		1173410	5F/100cm/.038
		2	"/Trenzado/JB
		1173410	5F/100cm/.035
		3	"/Trenzado/JB
		1173420	5F/100cm/.035
		1	"/NB/JB
		1173420	5F/110cm/.035
		3	"/NB/JB
		1173420	5F/100cm/.035
		4	"/NB/JB
		1173420	5F/100cm/.035"/NB/
		6	
		1173420	5F/130cm/.03
		9	5"/Trenzado/J
			B
		1173430	4F/100cm/.03
		2	5"/NB/Kumpe
		1173440	5F/100cm/.03
		1	5"/NB/Osborne

E- A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

		1173450 4F/100cm/.03 1 5"/Trenzado/O sborne	
		1173480 5F/100cm/.035"/N 1 B/Kerber	
		1173490 5F/65cm/.038"/Tr 1 enzado/MPB	
		1173520 5F/69cm/.035"/Tr 1 enzado/Cherne	
		1173540 4F/65cm/.035"/Tr 1 enzado/MPA	
		1173540 4F/100cm/.035"/T 2 renzado/MPA	
		1173550 5F/65cm/.038"/Tr 2 enzado/MPA	
		1173550 5F/80cm/.035"/Tr 3 enzado/MPA	
		1173550 5F/100cm/.038"/T 4 renzado/MPA	
		1173560 5F/65cm/.035"/Tr 1 enzado/MPA	
		1173560 5F/100cm/.038"/T 2 renzado/MPA	
		1173580 4F/65cm/.035"/N 1 B/SOS Omni	
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6599/10.	A fs. 13 a 17.	

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

Instrucciones de uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6599/10.	A fs. 18 a 23.
----------------------	--------------------------------------------	----------------

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma Nipro Medical Corporation, Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-877-25, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **05 JUL. 2016**

Expediente N° 1-47-3110-4586-15-1


DISPOSICIÓN N° **7305**

E.

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

05 JUL. 2016 7 3 0 5



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

Información de los Rótulos

Fabricante: AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Ave., Queensbury
Nueva York 12804, Estados Unidos.

Importador: NIPRO MEDICAL CORPORATION Suc. Arg.
Juncal 2869, Martinez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Catéteres para Angiografía

Marca: AngioDynamics
Modelo: AngiOptics / Mariner / Accu-Vu / Soft-Vu.

Estéril. Lote:
Fecha Fab.:
Fecha Venc:
Esterilizado por Óxido de Etileno.

Advertencias
Material de un solo uso.
No utilizar si el envase está dañado.
Modo de uso, Advertencias y Precauciones: Ver Instrucciones de Uso

Almacenamiento:
Almacenar 27°C, evitando la exposición directa a la luz solar y condiciones extremas de humedad y sequedad.

Directora Técnica: Farmacéutica Daniela Croce M.P.: N°20.070
Autorizado por la ANMAT PM 877-25
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Figura 1: Modelo de Rótulo.


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.


Daniela Croce
Farmacéutica
M.P.:20070

7305



 NIPRO MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo Nº: 877

ANGIODYNAMICS

Angiographic Catheter

- Catheter para Angiografía
- Catheter pour Angiographie
- Angiografische Katheter
- Angiografische Katheter
- Angiografische Katheter

ANGIOPTIC™ Pigtail

NON-BRAIDED

Cath. length / Cath. length (inches) / Cath. length (centimeters) / Cath. length (millimeters) / Cath. length (centimeters) / Cath. length (millimeters)

CATHETER LENGTH (mm)	4 F
CATHETER LENGTH (cm)	65 cm
CATHETER LENGTH (in)	.035 in.
CATHETER LENGTH (mm)	10
MAXIMUM FLOW RATE (mL/sec)	18mL/sec
MAXIMUM PRESSURE (psi)	1050psi

Catalog No. <input type="checkbox"/>	10600101
<input type="checkbox"/>	SAMPLE
Use By <input type="checkbox"/>	3YRS - MM
QTY <input type="checkbox"/>	10

• THIS PRODUCT IS A MEDICAL DEVICE. IT IS INTENDED FOR USE IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VASCULAR DISEASES. IT IS NOT INTENDED FOR USE IN OTHER AREAS OF THE BODY.



CE
 Angiodynamics Netherlands BV
 0066 Elmhoutweg 75
 1101 HM Amsterdam, The Netherlands

Angiodynamics, Inc.
 251 West 17th Street
 New York, NY 10011





Figura 2: Rótulos provisto por el fabricante (Modelo AngiOptic)..

Gonzalo Gouk
GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

Daniela Croce
Daniela Croce
 Farmacéutica
 M.P.:20070

7305



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

ANGIODYNAMICS

Angiographic Catheter
 « Cathéter pour angiographie » « Catéter para angiografía »
 « Angiographiekatheter » « Catetera per angiografia »
 « Катетер ангиографический » « Angiografkateter »
 « Angiografische Katheter » « Angiografische Katheter »
 « Angiografische Katheter » « Angiografische Katheter »

MARINERTM

hydrophilic-coated
MPA
 with (6) Side Holes
BRAIDED

Avec 6 orifices / Con 6 orifices laterales /
 Kettelgeschlungen / Kettelgeschlungen / Kettelgeschlungen /
 Trapan / Braided / Raster / MPA / Angiografische Katheter / 編組カテ

SIZE (Inner Diameter / Outer Diameter / Length)
 Tamaño (Interior / Exterior / Largo)

5 F

LENGTH (measured from distal end of catheter)
 Longitudinal (medida desde el extremo distal del catéter)

100 cm

DESIGNED TO ACCEPT GUIDEWIRE (measured from distal end of catheter)
 Diseñado para aceptar alfileres (medida desde el extremo distal del catéter)

.035 in.

SIDE HOLES (measured from distal end of catheter)
 Orifices laterales (medida desde el extremo distal del catéter)

6

Flow Rate (mL/SEC)	4	6	8	10
F.P.S.I.	128	192	272	357
KG/CM ²	9	13	19	25

Catalog No. **REF** 11735602
LOT SAMPLE
 Use By **☑** 3YRS - MM
QTY 5

DO NOT USE IF THE FOLLOWING INFORMATION IS NOT PRESENT ON THE PACKAGE OR IF THE PACKAGE IS DAMAGED OR UNUSABLE



CE **EC REP**
 AngioDynamics Netherlands BV
 0086 Hanksbergweg 75
 1101 BH Amsterdam, The Netherlands


MADE IN THE USA
 +1 716 337 5441
 AngioDynamics, Inc.
 3700 Commonwealth Blvd.
 Littleton, CO 80120 USA




Figura 3: Rótulos provisto por el fabricante (Modelo Mariner).

Gonzalo Gouk
GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

Samela Croce
 Samela Croce
 Farmacéutica
 M.P.:20070



7305

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

angiodynamics
Soft-Vu
JB 2
 4F (1.4 mm) x 100 cm

Maximum Guidewire OD 0.038 in. (0.97 mm)

Angiographic Catheter

Conducting catheter for angiographic procedures... Soft-Vu JB 2 4F (1.4 mm) x 100 cm

Warnings

Do not use... Do not use... Do not use...

SIDE HOLES

Side holes... Do not use... Do not use...

Flow characteristics... Pressure... Flow rate...

mL/sec	4	6	8	10
P.S.I.	132	220	318	428
kPa	910	1517	2179	2981

REF Corotas No 10714050

UPN Product No H787107140505

LOT SAMPLE

Use By 3YRS-MM

Contents 5

R. ONLY Do Not Reuse. Caution

STERILE &O Sterilized using ethylene oxide.

Do not use if package is damaged. Consult instructions for use.

EC REP EU Authorized Representative
 Angiodynamics Netherlands B.V.
 1105 JH, Amsterdam
 The Netherlands

CE 0086


Legal Manufacturer
 Angiodynamics, Inc.
 600 Queensbury Avenue
 Queensbury, NY 12804
 USA
 USA Customer Service 800-772-1448




Figura 4: Rótulos provisto por el fabricante (Modelo Soft-Vu).



GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.



Daniela Croce
 Farmacéutica
 M.P.:20070




7305

 <p>NIPRO MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina</p>	<p>Catéteres para Angiografía</p>	<p>PM: 877-25</p>
		<p>Legajo N°: 877</p>

angiodynamics
Accu-Vu
Omni Flush
4F (1.4 mm) x 100 cm

with 6 Side Holes
Con 6 oraciones de agujeros... (Small text describing the catheter's features and safety information.)



Maximum Guidewire OD 0.035 in. (0.89 mm)

Angiographic Catheter
Catheter suitable for... (Detailed description of the catheter's use and specifications.)

Non-Braided
This catheter... (Information regarding the catheter's construction.)

6 Side Holes
On the catheter... (Description of the side holes and their placement.)

Maximum Flow Rate 16 mL/sec
This catheter... (Information about the flow rate and its implications.)

Pressure Limit 1050 psi (7236 kPa)
This catheter... (Information about the pressure limit and safety.)

REF Control No.	13709006
UPN Product No.	H787137090065
LGT	SAMPLE
Use By	3YRS - MM
Catets	10

R ONLY **STERILE EQ** **CE 0086**

Do not use if package is damaged. Do not use if expiration date has passed. Do not use if temperature has exceeded 30°C (86°F).

EC REP EU Authorized Representative
ANGIODYNAMICS NETHERLANDS BV
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

MADE IN THE USA
Legal Manufacturer
AngioDynamics, Inc.
663 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12261
USA
USA Customer Service 800 772 8445



E

[Signature]
GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

[Signature]
Daniela Croce
Farmacéutica
M.P.:20070

Figura 5: Rótulos provisto por el fabricante (Modelo Accu-Vu).

7305



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

INSTRUCCIONES DE USO

Indicaciones del Rótulo

Razón Social y Dirección (Fabricante):

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Ave, Queensbury
Nueva York 12804, Estados Unidos.






Razón Social y Dirección (Importador):


NIPRO MEDICAL CORPORATION Suc. Arg.
Juncal 2869, Martinez, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.


Identificación del Producto:

Producto: **Catéteres para Angiografía.**
Marca: **AngioDynamics**
Modelo: **AngiOptics, Mariner, Accu-Vu, Soft-Vu.**

Advertencias y/o precauciones. Condiciones de Almacenamiento, Conservación y/o Manipulación:


Símbolo	Descripción
	Temperatura de almacenamiento (hasta 27°C)
	Frágil: Determina que el transporte debe ser hecho con cuidado, evitando las caídas o golpes.
	No exponer al agua: Determina que durante el transporte y el almacenamiento, haya protección contra cualquier tipo de humedad.
	Este lado arriba: Determina que la misma sea manipulada siempre con el sentido de la flecha hacia arriba.
	Consérvese protegido de la luz solar.


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.


Daniela Croce
Farmacéutica
M.P.:20070

7305



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

Esterilizada por óxido de etileno (ETO)

Directora Técnica: Farmacéutica. Daniela Croce M.P. N° 20.070

Número de Registro del Producto Médico: "Autorizado por la ANMAT PM 877-25".

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Uso previsto

Los Catéteres para Angiografía están diseñados para ser utilizados en aquellos casos en los que esté indicado un diagnóstico angiográfico.

Contraindicaciones


- No se debe realizar el procedimiento de ingresar el Catéter para Angiografía, si no se cuenta con los guantes correspondientes para proteger las manos del profesional encargado de realizar la maniobra. Caso contrario el profesional podría contraer infecciones al entrar en contacto con la sangre del paciente.
- No usar el producto en pacientes que tengan contraindicada la angiografía, con angiopatía periférica severa, en aquellos que tengan contraindicada la terapia de anticoagulación o en aquellos que tengan serios problemas de alergia a las drogas de contraste usadas en angiografía..


Modo de Utilización

A. Las siguientes instrucciones detallan el procedimiento de introducción percutánea según la técnica de Seldinger. **NOTA:** las características anatómicas individuales de ciertos pacientes podrían impedir la utilización de esta técnica.

1. Realizar una punción del vaso con la aguja de Seldinger:


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.


Daniela Croce
Farmacéutica
M.P.:20070

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo Nº: 877




Figura 6: Paso 1.

- Retirar el estilete cortante; confirme la existencia de reflujo. Introducir el extremo distal de la guía a través de la cánula de la aguja.




Figura 7: Paso 2.

- Con el alambre guía en su sitio, retirar la cánula de la aguja a la vez que mantiene la compresión sobre el área de punción.




Figura 8: Paso 3.

- Pasar el conjunto del dilatador o del introductor de la funda sobre la guía hacia el interior del vaso. Retirar el dilatador e introducir el catéter sobre la guía.





Figura 9: Paso 4.


- Retirar la guía, dejando el catéter (o el introductor de la funda con el catéter) en su posición. Retirar el dilatador o del introductor de la funda sobre la guía hacia el interior del vaso. Retirar el dilatador e introducir el catéter sobre la guía.


GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.


 Daniela Croce
 Farmacéutica
 M.P.:20070

7305



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877






Figura 10: Paso 5.


- B. Se deben tomar precauciones para reducir la coagulación al utilizar un catéter. Mientras que se encuentra en el sistema vascular, el catéter debe estar siempre lleno de solución salina estéril o medio de contraste. Se debe considerar el uso de heparinización sistémica.
- C. Confirmar siempre la posición del extremo distal del catéter mediante guía fluoroscópica antes de inyectar con un inyector a presión. Comprobar que exista un reflujo de sangre libre e inyectar una cantidad pequeña de medio de contraste manualmente, si fuera necesario, para confirmar la posición de la punta del catéter.
- D. Cuando se utilicen guías con revestimiento hidrófilo al emplear catéteres angiográficos AngioDynamics, es preciso tener especial cuidado de mantener la guía empapada en todo momento y seguir las instrucciones de uso del fabricante de la guía. Considerar usar una guía de menor diámetro al usar catéteres de 4 French.
- E. Los catéteres angiográficos AngioDynamics están diseñados para guías de diámetros específicos. El diámetro máximo recomendado de guía se especifica en la etiqueta del catéter. El uso de guías se ha asociado a una mayor incidencia de formación de trombos. Por lo tanto, se recomienda elegir un tamaño óptimo de guía y utilizar dicho dispositivo con prudencia.
- F. AngioDynamics suministra varios de sus catéteres con un enderezador de punta. Para enderezar la punta del catéter, sujetar el extremo distal del enderezador de punta entre el pulgar y el índice y tirar del enderezador hacia arriba por el cuerpo del catéter hasta que la punta se enderece. Luego, colocar la punta del catéter sobre la guía posicionada e introducir el catéter de la manera habitual. Para retirar el enderezador de punta del catéter, deslizar suavemente el enderezador hacia abajo por el cuerpo del catéter hasta el alivio de tensión. Continuar tirando suavemente hasta que se abra el enderezador y se deslice del catéter.


GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.


 Daniela Croce
 Farmacéutica
 M.P.:20070

7305





 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

G. Si se encuentra resistencia durante la manipulación del catéter, determinar la causa bajo fluoroscopia y tomar las medidas correctivas necesarias. Si se encuentra resistencia al retirar la guía del catéter, retirar simultáneamente el catéter y la guía como una sola unidad bajo fluoroscopia para evitar posibles lesiones del vaso o daño del producto.

Precauciones y Advertencias


- 1- Los catéteres angiográficos solo deben ser utilizados por médicos con un buen conocimiento de la angiografía y de los procedimientos intervencionistas percutáneos, y no están diseñados para ser reutilizados ni esterilizados por segunda vez.
- 2- Los catéteres angiográficos de 3 French no están diseñados para uso intracraneal.
- 3- No introducir los catéteres directamente a través de injertos vasculares sintéticos. Se deben introducir a través de un introductor de funda.
- 4- Nunca avanzar ni retroceder una guía o un catéter angiográfico si se encuentra resistencia. Eso podría lesionar el vaso, el producto o ambos.
- 5- No intente enderezar manualmente la punta de ningún catéter de punta curva que esté provisto con un enderezador de punta. Eso podría dañar el producto. Se proporcionan enderezadores de punta con todos los catéteres previstos para ser enderezados con la ayuda de un enderezador de punta.
- 6- No se recomienda cambiar la forma de la punta del catéter.
- 7- Pueden producirse daños físicos en el material del catéter si este es expuesto al calor.
- 8- No dejar los catéteres de punta curva enderezados sobre guías por largos períodos de tiempo. Esto hará que la punta del catéter no pueda recuperar su forma prevista.
- 9- Al utilizar catéteres para Angiografía ANGIODYNAMICS HALO, formar o enderezar la punta en la aorta torácica distal utilizando una guía mientras avanza o retira el catéter.
- 10- Evitar la inyección de medio de contraste en las arterias intercostales y lumbares.


GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.


 Daniela Croce
 Farmacéutica
 M.P.:20070

7305
05 JUL. 2016



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Catéteres para Angiografía	PM: 877-25
		Legajo N°: 877

- 11- Usar siempre una guía para extraer el catéter de los vasos. De lo contrario, podría lesionarse el vaso, lesionarse el área de punción, dañarse el producto o las tres cosas a la vez.
- 12- Al retraer un catéter, tenga mucho cuidado de no ejercer una presión excesiva sobre el punto de entrada inguinal. Una presión excesiva podría dañar el vaso, el catéter o ambos.
- 13- El límite de presión máxima de los catéteres diseñados para angiografía de infusión aparece en el paquete del catéter. Cuando se utilice un inyector a presión, no superar la presión máxima establecida.
- 14- Los catéteres diseñados para angiografía selectiva no presentan un límite de presión máxima indicado en el paquete del catéter. Aparecen las velocidades de flujo típicas de hasta 10 cc por segundo, junto con las presiones necesarias para lograr estas velocidades de flujo.
- 15- Tal como aparece en la etiqueta del catéter, las velocidades de flujo se han establecido utilizando un medio de contraste a 37 °C para una inyección de 2 segundos. Puesto que son diversas las variables (por ejemplo, la temperatura y la viscosidad del medio) que pueden influir en la velocidad de flujo, dicha información solo sirve de guía.
- 16- La reutilización de dispositivos destinados a un solo uso crea un riesgo potencial de infección del paciente o el usuario. Una contaminación del dispositivo puede producir lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
- 17- Procesar de nuevo el dispositivo podría comprometer su integridad y/o provocar su mal funcionamiento.


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.


Daniela Croce
Farmacéutica
M.P.:20070