



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7665

BUENOS AIRES, 12 JUL. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-647-17-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MEDIREKT S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1711-2 denominado: AUDIFONOS RETROAURICULARES DIGITALES PROGRAMABLES, marca AUDIO SERVICE.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1711-2, denominado: AUDIFONOS RETROAURICULARES DIGITALES PROGRAMABLES, marca AUDIO SERVICE.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1711-2.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N°
7665

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-647-17-0

DISPOSICIÓN N°

mcv.

7665


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **7665** los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1711-2 y de acuerdo a lo solicitado por la firma MEDIREKT S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: AUDIFONOS RETROAURICULARES DIGITALES PROGRAMABLES.

Marca: AUDIO SERVICE

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 1746/08

Tramitado por expediente N° 1-47-26177-7-7

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelos	P 16 G3, P 12 G3, P 8 G3.,P 6 G3, P4 G3, P3G3, DUO 16 G3, DUO 12 G3 DUO 8 G3 DUO 6 G3 DUO 4 G3 DUO 3 G3 XS 8 G3 XS 6 G3 XS 4 G3 XS 3 G3 SUN 16 G3,SUN12 G3, SUN8G3, MOOD 16G3, MOOD12 G3, MOOD 8G3, MOOD 6 G3.RIXX 16G3, RIXX8G3,RIXX6 G3, HP 8G2, HP 4, P16G2, P12G2,P8 G2, P6G2,P4 G2,P4, DUO 16G2,DUO 12G2,DUO 8G2, DUO 6G2,DUO4 G2 DUO 4.XS 16G2,XS12G2, XS 8 G2, XS 6G2, XS 4G2. MOOD 16G2, MOOD 12G2, MOOD 8G2, MOOD 6 G2.	DUO 16 G4, DUO 12 G4, DUO 8 G4 HP 4 G3, HP 3 G3, Volta XS C, Volta P C, Volta HP C, Volta P M, Volta HP M, P 16 G3, P 12 G3, P 8 G3.,P 6 G3, P4 G3, P3G3, DUO 16 G3, DUO 12 G3 DUO 8 G3 DUO 6 G3 DUO 4 G3 DUO 3 G3 XS 8 G3 XS 6 G3 XS 4 G3 XS 3 G3 HP 8 G2, HP 4 P 6 G2, P 4 G2, P 4



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

	RIXX 16 G2, RIXX8G2, NOVA 2P, NOVA 2 HP, NOVA 2 MINI	DUO 6 G2, DUO 4 G2, DUO4, XS 6 G2, XS 4 G2 Nova 2 P, Nova 2 HP, Nova 2 Mini
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT Nº 1746/08.	fs. 8
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT Nº 1746/08	fs. 9 a 17


El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma MEDIREKT S.R.L. titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1711-2, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**12 JUL. 2017**

Expediente Nº 1-47-3110-647-17-0

DISPOSICIÓN Nº

7665


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Proyecto de rótulos

Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

(sin modificaciones según lo aprobado en la Disp. 10488/2016)

7665
12 JUL. 2017
A.N.M.A.T.
FOLIO
C
COMISIÓN DE PROC. MED.

Modelo del rótulo

Fabricante 1:

Fabricado por: Audio Service GmbH
Zeppelinstraße 9 - 32051 Herford - Alemania
Importado por: MEDIREKT SRL - French 2790 - (1425) C.A.B.A.
Audifono Retroauricular Digital Programable
Modelo DUO 16 G4
Nr. de Serie: xxxx
Usar manual operativo
Director Técnico: Karina Morales MN 5528
Autorizado por la ANMAT: PM 1711-2
Venta bajo receta

Fabricante 2:

Fabricado por: Sivantos Pte Ltd
Block 28, Ayer Rajah Crescent No.6-8 - Singapore 139959 -
Singapur
Importado por MEDIREKT SRL - French 2790 - (1425) C.A.B.A.
Audifono Retroauricular Digital Programable
Modelo Nova 2 Mini
Nr. de Serie: xxxx
Usar manual operativo
Director Técnico: Karina Morales MN 5528
Autorizado por la ANMAT: PM 1711-2
Venta bajo receta


C

WINFRIED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TECNICA
M.N. 5528 FONOAUDIOLOGA
MEDIREKT S.R.L.

**Proyecto de instrucciones de uso
(Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004))**

7665



Fabricantes: Audio Service GmbH, Zeppelinstrasse 9, 32051 Herford, Alemania
Sivantos Pte Ltd., Block 28 Ayer Rajah Crescent No. 06-08, Singapore
Importador: MEDIREKT SRL, French 2790, C1425 AWF Buenos Aires
Director Técnico: Karina Morales, MN 5528
Autorizado por la ANMAT: PM 1711-02
Venta bajo receta

Ya que el concepto del uso es similar, el proyecto de instrucciones de uso se refiere a todos los siguientes **AUDÍFONOS RETROAURICULARES DIGITALES PROGRAMABLES:**

MODELOS

- DUO 16 G4
- DUO 12 G4
- DUO 8 G4
- HP 4 G3
- HP 3 G3
- Volta XS C
- Volta P C
- Volta HP C
- Volta P M
- Volta HP M
- P 16 G3
- P 12 G3
- P 8 G3
- P 6 G3
- P 4 G3
- P 3 G3
- DUO 16 G3
- DUO 12 G3
- DUO 8 G3
- DUO 6 G3
- DUO 4 G3
- DUO 3 G3
- XS 8 G3
- XS 6 G3
- XS 4 G3
- XS 3 G3
- HP 8 G2
- HP 4
- P 6 G2
- P 4 G2
- P 4
- DUO 6 G2
- DUO 4 G2
- DUO 4
- XS 6 G2
- XS 4 G2
- Nova 2 P
- Nova 2 HP
- Nova 2 Mini

INDICACIONES DE USO

- Compensación de pérdidas auditivas (hipoacusias) a través de una amplificación del ambiente acústico electrónicamente controlada.
- Según el perfil de la pérdida auditiva, el audífono es adaptado por un profesional con el fin de lograr una mejor discriminación del habla.
- Dependiente del modelo del audífono, el usuario (o paciente) puede hacer cambios manuales para seleccionar una configuración preferida.

E.


WINFRIED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 5528 FONOAUDIOLOGA
MEDIREKT S.R.L.

G


INSTRUCCIONES DE USO

7665




Concepto de control en general:

DUO




P




1	Codo (también disponible para DUO G3)
2	1. Micrófono
3	2. Micrófono
4	Interruptor basculante, programable por su audioprotesista como: - Regulador de volumen - Control de tono - Pulsador para selección de programas - Interruptor de conexión y desconexión - Timbras-Noise alto/bajo
5	Pulsador, programable por su audioprotesista como: - Pulsador para selección de programas - Pulsador para selección de programas con función de conexión y desconexión
6	Compartimento para la pila
7	Contacto para carga
8	Thin Tube / Open Tube (también disponible para P G3)
9	Open Tip (molde auricular)
10	Soporte auricular


XS




XS




DUO



DUO



P








1	Codo
2	Primer micrófono
3	Segundo micrófono
4a	Interruptor basculante, programable para regular el volumen o tono (en función del modelo)
4b	Interruptor basculante, programable para seleccionar un programa, conexión y desconexión, volumen o tono (en función del modelo)
5a	Pulsador, programable para seleccionar un programa, conexión y desconexión
5b	Pulsador, programable para seleccionar un programa, conexión y desconexión o volumen (en función del modelo)
6	Compartimento de la pila
7	Soporte auricular
8	Open Tip (molde auricular)
9	Open Tube
10	Función de carga de las pilas
11	Audio Shell (molde auricular individualizado)



E

WINFRIED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TECNICA
M.N. 5528 FONOAUDILOGA
MEDIREKT S.R.L



1	Codo
2	Primer micrófono
3	Segundo micrófono
4a	Regulador de volumen
4b	Interruptor basculante para regular el volumen
4c	Interruptor basculante programable para volumen o tono
5a	Pulsador para seleccionar programa
5b	Pulsador programable para seleccionar un programa, conexión y desconexión
6	Compartimento de la pila
7	Acceso al seguro del compartimento para la pila



Handwritten mark

WINFRIED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TECNICA
M.N. 5528 FONOAUDIOLOGA
MEDIREKT S.R.L.



Instalación y cambio de la pila

- Abra el compartimiento de la pila e introduzca la pila en el compartimiento abierto con el polo negativo de frente.
- Cierre el compartimiento.
- Si su aparato lleva equipado un bloqueo en el compartimiento de la pila, deberá desbloquearlo.
- Puede que la pila nueva tarde algunos minutos en desarrollar toda su potencia de salida. Hasta entonces, no deberá cerrar el compartimiento de la pila.

Señal de advertencia de la pila

Cuando la pila se agote, el audifono se irá oyendo cada vez más bajo antes de que empiece a sonar una señal de advertencia. En ese caso, coloque una pila nueva. Tras sonar la señal de advertencia, el audifono seguirá funcionando unos 10 minutos.

Protección del compartimiento de la pila

El seguro del compartimiento para la pila se activa con un pasador al que se accede desde una ventana en el compartimiento para la pila. Para ajustar el seguro, desplace el «pasador» rojo por la ventana con una herramienta adecuada (por ejemplo, con un destornillador pequeño) hasta la posición «protegido». Para quitar el seguro, desplace el pasador hasta la posición «desprotegido». Para ajustar el seguro, el compartimiento de la pila debe permanecer cerrado. No haga fuerza sobre el compartimiento de la pila cuando el seguro esté activado.

El sistema de protección del compartimiento de la pila impide que se abra sin querer la carga de la pila. Para ajustar el seguro, abra el compartimiento de las pilas o de la batería hasta el primer tope. A continuación, desplace el pasador rojo de la cara interior con una herramienta adecuada (por ejemplo, con un destornillador pequeño) hasta la posición «protegido». Ahora, el compartimiento ya está asegurado y no podrá abrirse más allá del primer tope. Para quitar el seguro, desplace el pasador hasta la posición «desprotegido». No haga fuerza sobre el compartimiento cuando el seguro esté activado.

USO DE LAS PILAS

TIPO DE PILA

Tenga en cuenta las indicaciones que constan en el reverso en «Tipo de pila». Si utiliza pilas de zinc-aire, retire la etiqueta de protección adherida al lado positivo de la pila antes de colocarla. Para poder rendir al máximo, la pila de zinc-aire necesita algunos minutos.

COLOCACIÓN DE LA PILA

Desconecte el audifono. Abra el compartimiento de la pila.

En caso necesario, retire la pila gastada. Coloque la nueva pila de manera que el polo positivo esté junto al símbolo positivo marcado en el compartimiento.

Cierre el compartimiento de la pila. El diseño de éste le impedirá colocar la pila del revés. Cuando cierre el compartimiento, no lo haga con fuerza.



SEÑAL DE ADVERTENCIA DE LA PILA

Cuando la pila se agote, el audifono se irá oyendo cada vez más bajo antes de que empiece a sonar una señal de advertencia. En ese caso, coloque una pila nueva. Tras sonar la señal de advertencia, el audifono seguirá funcionando unos 10 minutos.

PROTECCIÓN DEL COMPARTIMIENTO DE LA PILA

El sistema de protección del compartimiento de la pila impide que se abra sin querer.

NOVA 2 Y ASTRAL (VERSIÓN ESTÁNDAR)

Nova 2 Mini: Abra el compartimiento de la pila.
Nova 2 y Astral: Cierre el compartimiento de la pila, ajuste mediante la ventana del compartimiento de la pila

DESPROTEGIDO/PROTEGIDO

Desplace el pasador rojo del interior del compartimiento de la pila con una herramienta adecuada (por ejemplo, un destornillador pequeño) hasta la posición de «desprotegido» o «protegido».

PROTEGIDO ←→ DESPROTEGIDO PROTEGIDO ←→ DESPROTEGIDO




Nova 2 Mini



Nova 2 y Astral

HP (PROTECCIÓN ESPECIAL DEL COMPARTIMIENTO DE LA PILA, EN FUNCIÓN DEL MODELO)

Algunos modelos HP tienen una protección del compartimiento de la pila que su audioprotesista puede ajustar, proteger y desproteger. Para más información, diríjase a su audioprotesista.



Conexión y Desconexión

El compartimiento de la pila sirve al mismo tiempo para la conexión y la desconexión. El audifono se conecta cuando el compartimiento de la pila está bien cerrado. El audifono se desconecta cuando el compartimiento de la pila se ha abierto hasta la primera posición. Cuando no utilice el audifono, desconéctelo siempre. Si no va a utilizar su audifono durante un período prolongado, quite la pila. En algunos modelos, puede activarse además una posibilidad de conexión y de desconexión mediante el pulsador para selección de programas. Consulte a su audioprotesista. Algunos audifonos tienen la opción de conectarse y de desconectarse con un mando a distancia. Si tiene alguna duda al respecto, consulte con su audioprotesista.

Señalización con color de los audifonos derechos e izquierdos

Si sus audifonos está provistos de una señalización con color (placas de identificación colocadas en la parte inferior del audifono), le ayudarán a saber si se trata del audifono derecho o izquierdo: rojo = derecho, azul = izquierdo.

HP (GANCHO OPCIONAL, EN FUNCIÓN DEL MODELO)

Su audioprotesista colocará el gancho opcional.

CÓMO EXTRAERLO

Abra el seguro del compartimiento de la pila con la herramienta adecuada. Entonces podrá abrirse el compartimiento de la pila.



CÓMO BLOQUEARLO

Cierre el compartimiento de la pila. Asegúrese de que sigue presionando el sistema de bloqueo del compartimiento de la pila.



DUO (COMPARTIMIENTO DE PILA OPCIONAL, EN FUNCIÓN DEL MODELO)

Su audioprotesista puede cambiarle el compartimiento de la pila estándar por el opcional.

CÓMO EXTRAERLO

Presione sobre la punta del gancho transparente con la uña o con una herramienta adecuada hasta que la parte delantera se levante ligeramente. Entonces podrá abrirse el compartimiento de la pila.



CÓMO BLOQUEARLO

Cierre el compartimiento de la pila. Asegúrese de que sigue presionando la parte delantera del gancho transparente.



CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL AUDÍFONO

El compartimiento de la pila sirve al mismo tiempo para la conexión y desconexión. El audifono se conecta cuando el compartimiento de la pila está bien cerrado. El audifono se desconecta cuando el compartimiento de la pila se ha abierto hasta la primera posición. Cuando no utilice el audifono, desconéctelo siempre. Si no va a utilizar su audifono durante un período prolongado de tiempo, quite la pila.

Algunos modelos también pueden conectarse y desconectarse con el pulsador o con el interruptor basculante. Pregunte a su audioprotesista y consulte la vista general que encontrará en las páginas 58-59. Algunos audifonos tienen la opción de conectarse y de desconectarse con un mando a distancia. Consulte a su audioprotesista acerca de esta opción.

AUDIOMATIC

Si su audifono cuenta con un retardo de conexión automático, su audioprotesista lo podrá ajustar. Una vez conectado, dispone de unos 12 segundos para colocarse el audifono en el oído sin pitidos de reacción.

i SEÑALIZACIÓN CON COLOR DE LOS AUDÍFONOS DERECHO E IZQUIERDO


Si su audifono está provisto de una señalización con color, ésta le indicará cuál es el audifono derecho y cuál izquierdo:
azul = izquierdo rojo = derecho

WINFRIDO ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 5528 FONOAUDIÓLOGA
MEDIREKT S.R.L.

Colocación y extracción del audífono

Descripción de cómo se coloca y retira el audífono del pabellón auditivo.



COLOCACIÓN DEL AUDÍFONO

- Mantenga el cable del auricular cerca del molde auricular.
- Deslice cuidadosamente el molde auricular en el conducto auditivo (1). Puede ser de ayuda tirar con suavidad de la oreja hacia arriba o hacia atrás.
- Gire ligeramente el molde auricular hasta que esté bien colocado. Abra y cierre la boca para asegurarse de que no ha quedado aire atrapado en el conducto auditivo.
- Levante el audífono y deslicelo sobre la oreja (2).



EXTRACCIÓN DEL AUDÍFONO

- Levante el audífono y deslicelo sobre la oreja (1).
- Si su audífono tiene un CLIC MOULD, tire del hilo de extracción hacia la parte posterior de la cabeza para extraer el molde auricular (2).
- Para el resto de moldes auriculares (Domes):
Agarre con dos dedos el auricular en el conducto auditivo y saquele con suavidad.



PRECAUCIÓN
(Riesgo de lesiones)

- Lleve siempre el auricular externo con un molde auricular.
- Compruebe que el molde auricular está correctamente asentado.
- Introduzca con cuidado el molde en el oído, pero no a demasiada profundidad.

NOTA

- No tire de la conexión del auricular. Eso podría dañar los audífonos.

PRECAUCIÓN
(Riesgo de lesiones)

- En raras ocasiones puede suceder que el molde auricular estándar se quede en el oído cuando extraiga el audífono, o que sea difícil de extraer. Si esto sucede, acuda a un profesional médico para que proceda a su extracción.

El soporte en concha opcional ayuda a mejorar la adaptación del molde auricular al oído.
Para colocar el soporte en concha:

- Pliegue el soporte en concha y colóquelo cuidadosamente bajo el pabellón de la oreja.



Limpie y seque sus audífonos después de usarlos.
Vea más detalles en el capítulo «Cuidado y mantenimiento».

Extra funciones

Bobina telefónica, generador de ruido para acúfenos y micrófonos inteligentes:

PROGRAMA DE BOBINA TELEFÓNICA Y MANDO A DISTANCIA (DEPENDIENDO DEL MODELO)

NOTA

Para los aparatos con mando a distancia. Cuando el programa con bobina telefónica está activo, el mando a distancia puede causar un ruido pulsante. Mantenga el mando al menos a 10 cm de distancia de los audífonos.

Condiciones previas:

- Debe estar llevando dos audífonos.
- En uno de ellos el interruptor basculante debe estar programado para la función «Variación de AudioSpot».

Puede consultar en el capítulo «Configuración de sus audífonos» la configuración del interruptor basculante.

Con el mando a distancia Bluetooth Smart Connect y la aplicación Smart Connect tiene disponibles más posibilidades de configuración.

FUNCIÓN TINNITUS (DEPENDIENDO DEL MODELO)

En algunos audífonos puede activarse un Tinnitus-Noiseur que genera un ruido suave para desviar su atención del Tinnitus.

El Tinnitus-Noiseur solo debe utilizarse conforme a la recomendación del audioprotesista.

VARIACIÓN DE AUDIOSPOT (OPCIONAL, DEPENDIENDO DEL MODELO)

No importa si usted desea enfocarse en sus interlocutores enfrente o si quiere oír a su entorno en general – con la función «Variación de AudioSpot» puede dirigir su audición.

Puede elegir entre diferentes niveles – de «AudioSpot hacia adelante» (Figura de la izquierda), pasando por «Ajuste intermedio» (figura central) hasta «Oír el entorno» (Figura de la derecha).



VARIACIÓN MANUAL DE AUDIOSPOT (MEDIANTE EL INTERRUPTOR BASCULANTE DEL AUDÍFONO)

- Si tiene varios programas, pase al programa de audición 1.

- Presione el interruptor basculante, que está programado para «Variación de AudioSpot».

La configuración estándar es con el ajuste intermedio activo.

- Presione la parte superior del interruptor basculante para dirigir más hacia adelante el AudioSpot, o la parte inferior para oír más el entorno.

Esta función está destinada a situaciones de escucha especiales y limitadas en el tiempo. Por consiguiente, los audífonos vuelven por sí mismos a la configuración automática del programa 1. Tan pronto como la situación de escucha cambia notablemente o bien después de aproximadamente 45 minutos. También puede finalizar usted mismo la función «Variación de AudioSpot».

CÓMO FINALIZAR «VARIACIÓN DE AUDIOSPOT»

- Conecte el nivel mínimo o el máximo.

Se puede hacer sonar a voluntad una señal cuando se alcanza el nivel mínimo o máximo.

- Pase a un nivel más.



Cómo seleccionar un programa

Si su audífono cuenta con un pulsador de selección de programas, utilícelo para seleccionar uno de sus programas personalizados. De este modo, podrá adaptar su audífono a cada situación. En determinados audífonos, los programas pueden cambiarse con un mando a distancia opcional. Consulte a su audioprotesista.

Cómo regular el volumen

Si su audífono cuenta con un regulador de volumen, podrá ajustar con él el volumen que desee, siempre que su audioprotesista lo haya activado. Si su audífono no está equipado con un regulador de volumen, éste regulará el volumen de forma automática. Los tonos bajos se amplifican más que los altos. Cuánto más altos sean los tonos, menos se amplificarán. De este modo, el oído queda protegido en el caso de un volumen demasiado alto. Al ajustar el audífono, el audioprotesista lo adapta a las necesidades auditivas de cada persona convenientemente. Algunos audífonos tienen además la posibilidad de regular el volumen con un mando a distancia opcional. Si tiene alguna duda al respecto, consulte con su audioprotesista.

SELECCIÓN DE PROGRAMA

Si su audífono va equipado con un pulsador o con un interruptor basculante de selección de programas, puede utilizarlo para seleccionar uno de sus programas personalizados. De este modo, podrá adaptar su audífono a cada situación. Encontrará más información sobre este aspecto en la vista general, páginas 58-59.

En determinados audífonos, los programas pueden cambiarse con un mando a distancia opcional. Consulte a su audioprotesista.

SISTEMA MULTIMICRÓFONO

Si su audífono va equipado con un sistema multimicrófono (indicado por el segundo micrófono), podrá disfrutar de las ventajas de la última tecnología en micrófonos direccionales. Consulte a su audioprotesista.

REGULACIÓN DEL VOLUMEN

Si su audífono dispone de un pulsador o de un interruptor basculante para regular el volumen y ha sido activado por su audioprotesista, puede utilizarlo para ajustar el volumen que desee. Encontrará más información sobre este aspecto en la vista general, páginas 58-59. Si su audífono no cuenta con un regulador de volumen, el aparato lo ajustará automáticamente. Los tonos bajos se amplifican más que los altos. Cuanto más altos sean los tonos, menos se amplificarán. De este modo, el oído queda protegido de volúmenes demasiado altos.

Al ajustar el audífono, el audioprotesista lo adapta a las necesidades auditivas de cada persona según corresponda.

Algunos audífonos tienen además la posibilidad de regular el volumen con un mando a distancia opcional. Consulte a su audioprotesista.

E

WINFRIED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 5528 FONOAUDIOLOGA
MEDIREKT S.R.L.



Entrada de audio

Si su aparato de audición lleva equipado un compartimento para la pila con un acoplador de audio, podrá conectar su aparato de audición directamente a una fuente de señal externa como su radio o televisión. Esto garantiza una transmisión libre de interferencias.

Llamadas telefónicas

Algunos teléfonos e instituciones públicas utilizan un bucle de inducción o un sistema de audio con bucle de inducción para transmitir la señal de audio deseada (música y habla). Con sus audífonos podrá recibir esta señal directamente sin molestos ruidos de fondo. La existencia de sistemas de audio con bucle de inducción suele estar indicada mediante señales o símbolos. Consulte a su audioprotesista cómo instalar un programa con bobina telefónica. Cambie a este programa de bobina telefónica cuando desee recibir una señal de audio sin interferencias.

LLAMADAS DE TELÉFONO

SISTEMAS DE AUDIO CON BUCLE DE INDUCCIÓN

Algunos teléfonos e instituciones públicas utilizan un bucle de inducción o un sistema de audio con bucle de inducción para transmitir la señal de audio deseada (música y habla). Con sus audífonos podrá recibir esta señal directamente sin molestos ruidos de fondo.

La existencia de sistemas de audio con bucle de inducción suele estar indicada mediante señales o símbolos.



- Consulte a su audioprotesista cómo instalar un programa con bobina telefónica.
 - Cambie a este programa de bobina telefónica cuando desee recibir una señal de audio sin interferencias.
- Para saber si sus audífonos llevan instalados una bobina telefónica, consulte el capítulo «Configuración de los audífonos».

PROGRAMA CON BOBINA TELEFÓNICA Y MANDO A DISTANCIA

NOTA

Para audífonos con conexión inalámbrica: El mando a distancia puede producir un ruido pulsante cuando el programa con bobina telefónica está activado.

- Mantenga una distancia mínima de 10 cm entre el mando y el audífono.

ACCESORIOS/SISTEMA INALÁMBRICO

ENTRADA DE AUDIO

Algunos audífonos pueden conectarse con fuentes de sonido externas, por ejemplo, con radio o televisión, a través de una entrada de audio. Para ello se necesita una zapata de audio (accesorio), la cual se coloca en el audífono y se conecta con la fuente de señal externa mediante una clavija estándar.

Consulte a su audioprotesista.



DATOS TÉCNICOS DE AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

Área de frecuencia	3,28 MHz
Duración de impulsos	325 ms
Potencia de transmisión	42 µW

WINFRED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 5528 FONOAUDIÓLOGA
MEDIREKT S.R.L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Mantenga los audífonos, las pilas, las baterías y otros accesorios fuera del alcance de lactantes, niños pequeños y mascotas, ya que podrían tragarlos y asfixiarse. En caso de ingestión de audífonos, de pilas o de otro accesorio, acuda inmediatamente a un médico o a un hospital.
- Su aparato de audición ha sido especialmente programado para que se adapte a su pérdida de audición y por este motivo nunca deberá entregárselo a otra persona.
- Visite a su especialista en audición para que compruebe su aparato de audición periódicamente.
- Proteja el aparato evitando que se caiga o reciba impactos.
- No exponga nunca su aparato de audición a un calor excesivo, la luz directa del sol o un frío excesivo. También deberá protegerlo de la humedad.
- Sólo debe usar pilas nuevas de marca y sustituya las pilas agotadas inmediatamente.
- Sólo sustituya las pilas cuando el aparato se encuentre sobre un material suave y encima de una mesa.
- ¡Precaución! Nunca tire las pilas al fuego.
- Nunca invierta la polaridad y evite el contacto no intencionado con objetos de metal u otras pilas; podría provocar fugas en la pila o una explosión con lesiones en las personas.
- No tire las pilas usadas con los residuos domésticos. Puede entregar las pilas usadas a su especialista en aparatos de audición para que se deshaga de ellas correctamente.
- Asegúrese de quitarse el aparato de audición antes de usar lacas para el pelo ya que se podría quedar pegajoso.
- Si trabaja en campos magnéticos fuertes, campos de alta frecuencia o de radiación por rayos x o está siendo tratado por rayos x, por favor sitúe el aparato de audición en un área protegida antes de entrar en dichas áreas.
- Si usa un teléfono móvil o transistor de radio de mano, o se encuentra cerca de un transistor de radio, puede que note interferencias en su aparato de audición. Intente usar otro teléfono si es posible o póngase en contacto con su especialista en audición.
- Si, tras llevar puesto el aparato de audición un breve período muestra alguna reacción alérgica, póngase en contacto con su especialista en audición inmediatamente.
- ¡No tire aparatos eléctricos con los residuos domésticos! Por favor, devuelva el aparato al distribuidor para su eliminación adecuada.
- Si utiliza un audífono con Open Tip, cerciórese antes de ponérselo de que el Open Tip se ha fijado bien al Open Tube.
- Antes de ponérselo, cerciórese de que el molde auricular está bien colocado en el tube.
- Si por descuido el molde auricular se queda en el oído, acuda a su otorrinolaringólogo para que se lo extraiga del canal auditivo.
- Es necesario que cambie los moldes auriculares defectuosos.



WILFRIED ARZ
Socio Gerente Ejecutivo
MEDIREKT S.R.L.

KARINA MORALES
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 5528 FONOAUDIÓLOGA
MEDIREKT S.R.L.