



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN Nº **8004**

BUENOS AIRES, **17 JUL 2017**

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-715-17-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ALLMEDIC S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 8004

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca GENERAL ELECTRIC nombre descriptivo SISTEMA ULTRASONICO DE IMAGEN POR DOPPLER PULSADO y nombre técnico SISTEMA DE EXPLORACION POR ULTRASONIDO, de acuerdo con lo solicitado por ALLMEDIC S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 12 y 13 a 47 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM 1199-50, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° **8004**


ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.


ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-715-17-5

DISPOSICIÓN N° **8004**

mcv.


Dr. CARLOS OHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



8 3 0 4

Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

17 JUL 2017

PROYECTO DE ROTULO

Fabricante: GE Medical Systems China CO.LTD NO 19 Changjiang Road National HI Tech
Zone Wuxi, Jiangsu China 214028

Importador: Allmedic S.A. Rio Limay N° 1965 C.A.B.A.

Producto: Sistema ultrasónico de imagen por doppler pulsado

Marca: General Electric

Modelo: Vivid (Según corresponda)

Instrucciones de Uso: Manual de Uso acompaña al producto

Condición de Uso Aprobado por la A.N.M.A.T.: "Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"

Serie: (la que corresponda)

Lote: (el que corresponda)


Fecha de fabricación: (la que corresponda)

Director Técnico: Carlos Gudalewicz MP N°36340

Autorizado por la A.N.M.A.T.: PM N° 1199-50

ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

Ing. **CARLOS GUDALEWICZ**
MP 36340



Allmedic s.a.

Río Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Fabricante: GE Medical Systems China CO.LTD NO 19 Changjiang Road National HI Tech Zone, Wuxi, Jiangsu China 214028

Importador: Allmedic S.A. Río Limay N° 1965 C.A.B.A.

Producto: Sistema ultrasónico de imagen por doppler pulsado

Marca: General Electric

Modelo: Vivid (Según corresponda)

Instrucciones de Uso: Manual de Uso acompaña al producto

Condición de Uso Aprobado por la A.N.M.A.T.: "Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"

Serie: (la que corresponda)

Lote: (el que corresponda)

Fecha de fabricación: (la que corresponda)

Director Técnico: Carlos Gudalewicz MP N°36340

Autorizado por la A.N.M.A.T.: PM N° 1199-50

Estándares de conformidad

Las siguientes clasificaciones se refieren al estándar IEC/EN 60601-1:

- Según la directiva relativa a productos sanitarios 93/42/CEE, este es un producto sanitario de clase IIa.
 - Según el estándar IEC/EN 60601-1:
 - Se trata de un equipo de clase I, con piezas aplicadas tipo BF o CF.
 - Funcionamiento continuo
 - Según el estándar CISPR 11:
 - Se trata de un equipo del grupo 1, clase A ISM.
 - Según el estándar IEC 60529,
 - La frecuencia del interruptor de pedal (IPx8) es adecuada para su uso en salas quirúrgicas.
 - El cabezal de la sonda (la parte sumergible) es IPX7
- El conector de sonda no es a prueba de agua.
El sistema es un equipo normal (IPX0).
Este producto cumple con las disposiciones reglamentarias de:
- Directiva del consejo 93/42/CEE relativa a productos sanitarios: la etiqueta del producto certifica el cumplimiento con esta directiva.

ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

1

Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

F

Allmedic s.a.

Río Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

La ubicación de la marca CE se muestra en el capítulo Seguridad de este manual.

- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
- IEC/EN 60601-1 Equipos electromédicos, parte 1.

Requisitos generales para la seguridad.

- IEC/EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética - Requisitos y pruebas.
- IEC/EN 60601-1-6 (Utilidad), EN 1041 (Información suministrada con dispositivos médicos).
- IEC/EN 60601-2-37 Requisitos específicos de seguridad para equipos médicos de monitorización y diagnóstico por ultrasonido.
- Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
- ISO 10993-1 Evaluación biológica de dispositivos médicos.
- IEC/EN ES60601-1 Equipos electromédicos, parte 1.

Requisitos generales para la seguridad.

- Canadian Standards Association (CSA).
- CSA 22.2, 601.1 Equipos electromédicos, parte 1.

Requisitos generales para la seguridad.

- Estándar NEMA/AIUM para la presentación de la potencia acústica (NEMA UD3).
- Manual de buena práctica de fabricación para dispositivos médicos, publicado por la FDA (Food and Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos),

Certificaciones

- General Electric Medical Systems dispone de las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485.

Importante

Debe leer y comprender todas las instrucciones del Manual del usuario antes de utilizar la unidad de ultrasonido. Conserve este manual junto con el equipo en todo momento. Revise periódicamente los procedimientos de uso y las precauciones de seguridad.

Seguridad

Lea con atención toda la información que contiene el capítulo 'Seguridad' antes de utilizar la unidad de ultrasonido.

Precaución acerca de las interferencias


Es preferible no utilizar cerca de la unidad aparatos que transmitan intrínsecamente ondas de radio, como teléfonos celulares, transceptores de radios, transmisores de radio portátiles, juguetes controlados por control remoto, etc. Para obtener información sobre las distancias de separación mínimas recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) y la unidad de ultrasonido, consulte la 'Distancia mínima'.

El personal médico encargado de la unidad debe instruir a los técnicos, pacientes a todas las personas que puedan estar alrededor de esta unidad para que cumplan con todas las recomendaciones antes mencionadas. Solamente para los

ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

8004



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Estados Unidos: Las leyes de los Estados Unidos establecen que este dispositivo sólo puede ser utilizado por médicos o vendido bajo orden médica.

CUIDADO El uso de equipos que transmiten ondas de radio cerca de la unidad podría causar un mal funcionamiento.

Instrucciones de uso

El sistema Vivid se diseñó para ser utilizado por médicos calificados o técnicos en evaluaciones por ultrasonido. El sistema Vivid se ha diseñado para la adquisición, medición y análisis de imágenes de ultrasonido del cuerpo humano para múltiples aplicaciones clínicas: Fetal/OB, Abdominal, Pediatría, Órganos pequeños, Cardiología, Vascular periférica, Cefálica adultos, Cefálica neonatal, Musculo-esquelética, Superficial/Convencional, Transcraneal, Transrectal, Transvaginal y Transesofágica.

Este equipo debe usarse según establece la ley. Algunas jurisdicciones restringen ciertos usos, como la determinación de género.

Perfil del operador

- Médicos o ecografistas cualificados y capacitados por lo menos con conocimientos básicos de ultrasonido.
- El operador debe haber leído y comprendido el manual del usuario.

Contraindicaciones

La unidad de ultrasonido no está diseñada para uso oftalmológico ni para otros usos en los que el haz acústico atraviese el ojo.

Convenciones utilizadas en este manual

Los **botones** y controles del panel táctil o la pantalla del monitor se indican con texto en negritas.


Las *ventanas del programa*, las *pantallas* y los *cuadros de diálogo* se indican con texto en cursivas.


Los siguientes iconos destacan temas de seguridad:

PELIGRO Indica que existe un peligro determinado que, en condiciones específicas o mediante acciones inadecuadas, provocará lesiones personales graves o mortales con o sin daños materiales importantes.

AVISO Indica que existe un peligro determinado que, en condiciones específicas o mediante acciones inadecuadas, puede provocar lesiones personales graves o mortales con o sin daños materiales importantes.

CUIDADO Indica que existe un peligro potencial que, en condiciones específicas o mediante acciones inadecuadas, puede provocar lesiones o daños materiales menores.


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Solamente los médicos calificados o ultrasonógrafos deben realizar exploraciones en pacientes por razones diagnósticas.

Solicite entrenamiento si es necesario. Asegúrese de que el personal no autorizado no utilice la unidad. Los representantes de servicio autorizados por GE Ultrasound

desempacarán e instalarán la unidad. No intente instalar la unidad usted solo.

Nunca coloque líquidos sobre la unidad con la finalidad de evitar cualquier derrame dentro de la unidad o del panel de control.

Mantenga un ambiente limpio. Apague el interruptor de circuito eléctrico antes de limpiar la unidad. Consulte las instrucciones de limpieza en 'Cuidado y Para el mantenimiento preventivo, consulte el 'Cuidado y Mantenimiento del sistema'.

Preparación de la unidad para su uso

La unidad de ultrasonido se debe utilizar en el ambiente adecuado y de acuerdo con los requisitos descritos en esta sección. Antes de usar el sistema, asegúrese de que se cumple con todos los requisitos.

Requisitos del lugar

Para usar la unidad de forma óptima, se debe cumplir con los siguientes requisitos.

Requisitos principales

La unidad de ultrasonido utiliza una toma de corriente independiente de 100-240 VCA, 50/60 Hz.

Condiciones ambientales de uso

Si la unidad de ultrasonido se instala en un lugar fijo, asegúrese de que circule suficiente aire a su alrededor.

Requisitos ambientales

La unidad de ultrasonido requiere un mantenimiento constante del ambiente en el que se utiliza. Existen diferentes requisitos de temperatura y humedad son especificados para el uso, el almacenamiento y el transporte.

Requisito Temperatura Humedad Presión de aire

En funcionamiento 3-40 °C Entre 30 y 80% 700-1060 hPa

Almacenar -5-50 °C 10-90 % 700-1060 hPa

Transporte -5-50 °C 10-90 % 700-1060 hPa

Interferencias electromagnéticas

La unidad de ultrasonido está aprobada para uso en hospitales, clínicas y otras instituciones que cuenten con un sistema aprobado de prevención de interferencias por ondas de radio. El uso de la unidad en un ambiente inapropiado puede causar

interferencias electrónicas con radios y televisores ubicados cerca del equipo médico.

ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

3004



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Asegúrese de que la unidad está protegida contra interferencias electromagnéticas de la siguiente manera:

- Utilice la unidad a una distancia mínima de 4,5 metros de equipos que emitan una radiación electromagnética potente.
- Apantalle la unidad si la va a utilizar cerca de un equipo de ondas de radio.

Conexión de la unidad

Un técnico de GE calificado debe de realizar la instalación inicial.

La conexión de la unidad de ultrasonido incluye la comprobación preliminar del cable de alimentación, el nivel de voltaje y el cumplimiento de los requisitos de seguridad

eléctrica. Use solamente cables, conectores y clavijas suministrados o designados por GE.


Asegúrese de que el cable y el conector están intactos y sean del tipo apropiado para usarse en hospitales (si es necesario). La unidad debe estar conectada a una toma de corriente fija con toma de tierra. No use extensiones ni adaptadores.

AVISO Si no existe un circuito de tierra adecuado, se pueden producir descargas eléctricas que provoquen daños graves.

AVISO En la mayoría de los casos, no es necesario conectar conductores a tierra o de ecualización de potencial adicionales; esto sólo se recomienda en situaciones en las que hay varios equipos en la proximidades de un paciente de alto riesgo, para garantizar que todo el equipo tenga el mismo potencial y funcione dentro de los límites aceptables para las corrientes de fuga. Un ejemplo de un paciente de alto riesgo sería un procedimiento especial en el que el paciente tenga una vía de conducción accesible al corazón (por ejemplo, electrodos de estimulación cardíaca expuestos).


Revisión del nivel de voltaje

Revise la etiqueta de clasificación nominal ubicada en la parte posterior del sistema.




ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

5



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

8004



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Vivid T8

GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO.,LTD.
NO.19, CHANGJIANG ROAD, WUXI
NATIONAL HI-TECH DEV. ZONE, JIANGSU
CHINA 214028

CE 0197

INPUT: 100-240V~, 50/60Hz, 400VA


COMPR 11 / EN 60611
CLASSE : A GROUPE : 1
CLASSE : A GROUPE : 1

MADE IN CHINA

CAUTION 警告 注意

This machine should be used in compliance with law. Some jurisdictions restrict certain uses, such as gender determination.

此乃高壓電器，請勿隨意拆開，否則有電擊之虞。請遵照說明書之安全指示，切勿擅自更改。如有任何問題，請向本公司技術人員洽詢。





Conexión a una toma de corriente

1. Asegúrese de que la toma de corriente sea del tipo apropiado y de que el interruptor de alimentación del equipo esté apagado.
2. Desenrolle el cable de alimentación y deje suficiente holgura para poder mover ligeramente la unidad.
3. Conecte el enchufe al sistema y fíjelo bien en su sitio con ayuda de la pinza de retención.
4. Enchufe firmemente el cable a la toma de corriente. **AVISO SE PUEDE PRODUCIR UN CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.** La unidad de ultrasonido requiere un circuito dedicado sin ramificaciones. Para evitar la sobrecarga del circuito y posibles pérdidas de equipo de asistencia crítica, asegúrese de que NO haya otro equipo conectado al mismo circuito.


La unidad se debe conectar a una toma de corriente independiente, que posea las especificaciones apropiadas, para evitar un posible incendio. El cable de alimentación no debe, bajo ninguna circunstancia, modificarse para que tenga unas especificaciones inferiores a las indicadas para la corriente.

No use extensiones ni adaptadores.


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. **CARLOS GUDALEWICZ**
MP 36340

80014



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

1. Asegúrese de que la toma de corriente sea del tipo apropiado y de que el interruptor de alimentación del equipo esté apagado.
2. Desenrolle el cable de alimentación y deje suficiente holgura para poder mover ligeramente la unidad.
3. Conecte el enchufe al sistema y fíjelo bien en su sitio con ayuda de la pinza de retención.
4. Enchufe firmemente el cable a la toma de corriente.

Encendido y apagado

Para encender la unidad

1. Encienda el interruptor de circuito de la parte posterior de la unidad.
2. Presione el botón **On/Off** (Encendido/Apagado) ubicado en la parte superior izquierda del panel de control.

Después de la inicialización, aparece la pantalla de exploración predeterminada.

Para apagar la unidad

Cuando se apaga la unidad de ultrasonido, el sistema realiza una secuencia automática de apagado.

Apagado

NOTA: Después de apagar el sistema, espere por lo menos diez segundos antes de volver a encenderlo.

1. Presione el botón **On/Off** (Encendido/Apagado) ubicado en la parte superior izquierda del panel de control. Se abre la ventana de *Salida*.
2. Seleccione **Apagado**.

El proceso de apagado tarda unos segundos y termina cuando la luz del panel de control se apaga. Para apagar la unidad antes de moverla, siga estos pasos:

1. Coloque el interruptor de circuito en la posición de **APAGADO**.
2. Desconecte el cable de la toma de corriente.
3. Enrolle el cable de alimentación alrededor del asa posterior.

Ajuste del monitor de LCD


Riesgos relacionados - Monitor de LCD

NOTA: La luz intensa puede afectar la legibilidad de la pantalla. Para ajustar el contraste y el brillo del monitor de LCD El brillo y el contraste se pueden ajustar para la lograr una visualización normal de una buena imagen de escala de grises. El operador puede presionar el botón intermedio ubicado en la esquina inferior derecha del monitor LCD para alternar entre Brillo y Contraste. Presione los botones izquierdo y/o derecho para ajustar el brillo y el contraste.

Para bloquear el monitor de LCD

1. Gire la perilla de liberación en sentido antihorario para retirar el bloqueo y desplazar el monitor de LCD a la posición de estacionamiento.

7



ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340


Allmedic s.a.

Río Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina



A



B

Desplazamiento y transporte de la unidad

Ruedas

Cada una de las cuatro ruedas dispone de pedal de freno independiente. Examine las ruedas regularmente para detectar defectos y evitar que se rompan o se atoren

Desplazamiento de la unidad

Preparación de la unidad para moverla

1. Si no está bloqueado, coloque el monitor LCD en posición de estacionamiento
2. Apague el sistema y el interruptor de circuito, y desenchufe la unidad.
3. Desconecte todos los cables que van de la unidad a los periféricos y a la red.
4. Asegure el cable de alimentación de la unidad alrededor del asa posterior.
5. Coloque todas las sondas en el portasondas. Asegúrese de que los cables de las sondas no sobresalgan de la unidad ni interfieran con las ruedas.
6. Asegúrese de que no quede nada suelto en la unidad.
7. Pliegue el monitor.
8. Desbloquee el freno.

Para mayor seguridad mientras se desplaza la unidad

1. Asegúrese de que el monitor LCD esté en la posición de bloqueo. Pliegue el monitor de LCD de modo que la pantalla mire hacia abajo.
2. Tenga cuidado al cruzar puertas o entrar en un elevador. Sujete las asas delanteras o la barra posterior para empujar o jalar. No intente mover la unidad jalando de los cables o los conectores de las sondas. Extreme las precauciones al mover la unidad en superficies inclinadas.
3. Asegúrese de que la unidad no roza con las paredes o con los marcos de las puertas.
4. Asegúrese de que el camino esté despejado.

8004



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965


Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

5. Mueva la unidad despacio y con cuidado.
6. Use dos o más personas para mover la unidad en distancias largas

Tiempo de aclimatación de la unidad

Después del transporte, la unidad puede estar muy fría o muy caliente. Espere a que la unidad se aclimate antes de encenderla. La climatización requiere una hora por cada incremento de 2,5 oC cuando la temperatura de la unidad es inferior a 3 oC o superior a 40 oC.

Descripción general del sistema




1. Monitor de visualización
2. Panel táctil
3. Bocinas
4. Panel de control
5. Puerto de ECG y puerto de USB
6. Caja para la impresora
7. Ruedas
8. Gancho para el cable
9. Puertos de sonda

9


ALMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340



Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

10. Bandeja de cable (opcional)
11. Brazo flexible (opcional)
12. Asa posterior
13. Panel posterior
14. Bandeja para papel (opcional)

Inicio de una exploración

Creación de un nuevo registro de paciente

1. Presione **Patient** (Paciente) en el panel de control. Si es necesario, escriba la ID de usuario y la contraseña para iniciar la sesión. Se abre la ventana *Buscar/Crear paciente*.
- 2 En la ventana *Buscar/Crear paciente*, seleccione el flujo de datos que desea utilizar.
3. Escriba el **Apellido** y/o la **ID** del paciente.

NOTA: La unidad se puede configurar para que genere automáticamente la ID del paciente.

NOTA: La ID del paciente DEBE ser única. El sistema no permite repetir una ID de paciente.

Según la configuración predeterminada, el sistema realizará una búsqueda automática para comprobar si el paciente ya se encuentra en el archivo. El resultado de esta búsqueda se mostrará en el campo *Lista de pacientes*.

4. Para crear un nuevo registro de paciente, presione **Crear paciente**. La unidad está lista para la exploración; o bien, se abre la ventana *Información del paciente*, según la configuración del sistema.

Selección de un registro de paciente existente

1. Presione **Patient** (Paciente) en el panel de control. Si es necesario, escriba la ID de usuario y la contraseña para iniciar la sesión. Se abre la ventana *Buscar/Crear paciente*.

2. En la ventana *Buscar/Crear paciente*, seleccione el flujo de datos que desea utilizar.

3. Escriba el **Apellido** y/o la **ID** del paciente u otra consulta que lo identifique. Según la configuración predeterminada, el sistema realizará una búsqueda automática para comprobar si el paciente ya se encuentra en el archivo. El resultado de esta búsqueda se mostrará en el campo *Lista de pacientes*.

4. Resalte el registro del paciente en el campo *Lista de pacientes*.

NOTA: Puede seleccionar el signo [+] que aparece delante de los datos del paciente para ver los exámenes que contiene.

5. Presione **Abrir examen**. Se abre la ventana *Lista de exámenes* del paciente.

6. Para iniciar un nuevo examen, presione **Agregar examen**.

Fin de un examen

1. Presione **Patient** (Paciente) en el panel de control.

10


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Río Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

2. Presione **Finalizar examen** en el panel táctil o el teclado. Si el usuario no guardó las imágenes del portapapeles, aparecerá una ventana que le permitirá optar por guardar todas las imágenes, algunas o ninguna.

3. Seleccione:

- **Todas:** para guardar todas las imágenes y finalizar el examen.
- **Ninguna:** para finalizar el examen sin guardar las imágenes.
- **Seleccionar:** para seleccionar las imágenes que desea guardar en la pantalla de revisión y finalizar el examen.

Operaciones básicas

Área del trackball

Es posible asignar diferentes funciones al trackball. Las funciones del trackball están organizadas en grupos funcionales en la esquina inferior derecha de la pantalla. La

tecla **Trackball** se utiliza para alternar entre las distintas funciones.

Cada grupo funcional puede contener una o más funciones. Las teclas Set (Establecer) izquierda/derecha se utilizan para alternar entre las funciones del grupo activo.

El área del trackball

1. Trackball

- Ajusta el control seleccionado
- Mueve el puntero
- Cuando la ROI está activa, use el trackball para ajustar el tamaño o la posición de la ROI.

2. Teclas Set (Establecer) izquierda/derecha:

- Configuradas como teclas de función específica.

3. Tecla del trackball:

- Alterna entre los grupos funcionales del trackball. En modo activo, presione la tecla Trackball para alternar entre Pos/Tamaño, MyA, y Ptr. En modo congelado, presione la tecla Trackball para alternar entre Desplazar y Ptr. Pos/Tamaño: ajusta la posición/el tamaño de la ROI MyA: activa el cursor Ptr: tecla izquierda del mouse.

Desplazar: desplácese sobre la barra de progreso para ver el cine loop cuadro por cuadro.


4. Tecla Update/Menu (Actualizar/Menú):

- En modo congelado: muestra un menú emergente del sistema.
- En modo dúplex en vivo (modo M o Doppler): alterna los modos en vivo y congelado entre la imagen en 2D y la imagen del espectro.

5. Tecla Set (Establecer) superior:

- Es una tecla para seleccionar que funciona como el botón izquierdo del mouse.
- Al seleccionar Pos/Tamaño, presione la tecla Set (Establecer) para alternar entre Pos y Tamaño.

3004



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Panel táctil

El panel táctil permite obtener acceso a los controles de modalidad. Los controles de modo y función están organizados en carpetas representadas por fichas. Cada carpeta contiene varias páginas. En la parte inferior del panel táctil, hay cinco botones giratorios/ pulsadores. La funcionalidad de estos botones cambia según la función o el modo activos.

Medios de almacenamiento extraíbles

Uso deseado

Los medios de almacenamiento extraíbles se pueden utilizar para los siguientes fines:

- Almacenamiento de imágenes a largo plazo: destino final de las imágenes una vez extraídas del disco duro del sistema mediante el uso de la función de administración de discos.
- Copia de seguridad de la base de datos de pacientes y los parámetros predefinidos de configuración del sistema
- Red de trabajo de archivos de pacientes: copia de un conjunto de registros de pacientes entre un examinador y EchoPAC PC mediante el uso de la función de importación/ exportación con un soporte de almacenamiento extraíble.
- Exportación DICOM para copiar un conjunto de registros de pacientes a una estación de revisión DICOM de terceros.
- Exportación a MPEGVue: revisión de imágenes exportadas en una computadora con Windows
- Exportación a Excel: exportación de datos demográficos, mediciones y datos de informes desde la unidad a una aplicación de generación de informes de terceros mediante el uso de un medio de almacenamiento extraíble.
- Copia de parámetros predefinidos de configuración del sistema entre dos unidades mediante el uso de la función de copia y recuperación.
- Almacenamiento de imágenes como JPEG, MPEG o AVI para su posterior revisión en una computadora normal.

Medios de almacenamiento extraíbles compatibles con la unidad

La unidad admite los siguientes medios de almacenamiento extraíbles:

- CD/DVD-R (opcional)
- Disco duro USB (opcional)
- USB Flash Drive

Compatibilidad entre medios de almacenamiento y fines


CUIDADO USB Flash Drive:

- Utilice solo dispositivos USB Flash Drive protegidos, que cumplan con los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) que establece el estándar EN55011/EN55022. El uso de otros dispositivos USB Flash Drive puede causar interferencias en el sistema o con otros dispositivos electrónicos.

12


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340



Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Acerca de los medios de almacenamiento extraíbles y el almacenamiento de imágenes a largo plazo

Se recomienda ejecutar la función de administración de discos con discos duros USB externos para el almacenamiento de imágenes a largo plazo, debido a la confiabilidad y la larga vida útil de estos medios. No se recomienda utilizar CD o DVD para el almacenamiento a largo plazo, ya que su rendimiento general es inferior en términos de confiabilidad y vida útil. No obstante, la función de administración de discos permite el uso de CD/DVD para almacenamiento a largo plazo. En caso de utilizar CD o DVD, éstos deberán ser de calidad médica o de archivo. Independientemente del medio de almacenamiento que se utilice, siempre es conveniente que el cliente haga una copia de seguridad del medio de almacenamiento. La unidad no ofrece una función que permita realizar copias de seguridad de las imágenes guardadas en medios de almacenamiento a largo plazo.

Recomendación para la manipulación de CD y DVD

Para evitar la pérdida de datos, nunca toque la superficie grabable de un disco. Manipule el disco sólo por la parte exterior. No lo coloque de cara a una superficie dura. Las huellas digitales o los rayones pueden dañarlo. Antes de usar un disco, compruebe que la superficie no tenga rayones visibles. Si observa rayones, NO utilice el disco.

Trazados de ECG fisiológicos

El sistema contiene un módulo fisiológico que puede mostrar el trazado de ECG del paciente. La señal de ECG se genera colocando 3 electrodos de ECG sobre el paciente o a través de la interfaz con un monitor externo.

CUIDADO Use únicamente accesorios de GE. Las partes que conducen electricidad de los electrodos (incluidos los electrodos neutros) y otros conectores de piezas aplicadas no deben entrar en contacto con otras partes conductoras, incluida la conexión a tierra. El uso simultáneo de dos o más piezas aplicadas puede hacer que se sumen las corrientes de fuga que llegan al paciente.

CUIDADO La frecuencia cardíaca puede verse afectada negativamente por los pulsos de un marcapasos cardíaco o por arritmias cardíacas.


Cineloop

En el modo de exploración congelado, la unidad muestra automáticamente los marcadores de los límites del cineloop a cada lado de los últimos ciclos cardíacos detectados. Los límites del cineloop se pueden ajustar con los controles de cineloop del panel táctil para abarcar uno o más ciclos cardíacos.

Zoom

La unidad admite dos tipos de zoom:

- Zoom de pantalla: amplía un área seleccionada de la imagen.




ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

8004



Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

- Zoom de alta resolución: concentra el procesamiento de la imagen en un área seleccionada para ofrecer una mejor calidad de imagen y una mayor velocidad de cuadros en la región de interés elegida.

Anotaciones

Las anotaciones de texto se pueden insertar en cualquier parte del área de la imagen. La anotación puede consistir en un texto libre o en un texto predefinido extraído de una biblioteca de anotaciones específica de la aplicación, que aparece en el panel táctil.

Es posible crear anotaciones en dos capas separadas para su visualización selectiva.

Configuración: Sistema y parámetros predefinidos

Acerca de la configuración del sistema

El paquete de configuración permite personalizar la configuración global de la unidad, los parámetros específicos de la aplicación, la conectividad del sistema y los parámetros de la administración de datos. El paquete de administración de la configuración se divide en diferentes categorías de configuración, que a su vez contienen subgrupos. Sólo los usuarios con derechos de administrador tienen acceso a todos los subgrupos.

Modos de exploración

Este capítulo contiene los siguientes temas:

'Modo 2D'

'Modo M'

'Modo de color'

'Doppler de onda pulsada (PW) y onda continua (CW)'

'Imágenes de velocidad del tejido (TVI)'

'Tissue Tracking (TT)'

'Strain rate'

'Strain'

'Imágenes de sincronización del tejido (TSI)'

'Otras funciones de exploración'

'Controles de imagen'


'Scan Assist Pro'

Uso del modo 2D

El modo 2D es el predeterminado del sistema.

1. Presione **2D** en el panel de control para tener acceso al modo 2D.
2. Ajuste los controles de imagen para optimizar la imagen como se muestra a continuación. Si es necesario, utilice parámetros predefinidos para obtener un funcionamiento óptimo con un ajuste mínimo.

Descripción general del modo M



ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

14



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Esta unidad tiene tres tipos de modo M:

- Modo M convencional (MM): muestra una gráfica de distancia/tiempo de una línea de cursor en el plano axial de la imagen en 2D.
- Modo M anatómico (AMM): muestra una gráfica de distancia/tiempo de una línea de cursor independiente del plano axial. El modo AMM está disponible en los modos de escala de grises, color, TVI, Tissue Tracking, Strain rate y Strain.
- Modo M anatómico curvo (CAMM): muestra una gráfica de distancia-tiempo de una línea de cursor trazada libremente. El modo CAMM está disponible en los modos de escala de grises, color, TVI, Tissue Tracking, Strain rate y Strain.

Descripción general del Doppler PW y CW

La información de velocidad de barrido que se muestra en la esquina inferior derecha de la imagen representa la velocidad de barrido seleccionada por el usuario y solo debe utilizarse como referencia, para confirmar que la imagen se adquirió a la velocidad de barrido seleccionada. No debe utilizarse para mediciones ni análisis. No se trata de un valor absoluto, sino sólo de un número de referencia. Esta información de la velocidad de barrido puede resultar útil para los usuarios que lleven a cabo estudios con protocolos estandarizados, para facilitarles la lectura de estudios de otras instituciones

Descripción general de TVI

Imágenes de velocidad del tejido (TVI) calcula y codifica con colores las velocidades en el tejido. La información de la velocidad del tejido se adquiere tomando muestras de los valores de la velocidad Doppler en puntos discretos. La información se almacena en un formato combinado con imágenes en escala de grises durante uno o más ciclos cardíacos, con una alta resolución temporal.

Descripción general de Tissue Tracking


El rastreo de tejido calcula y codifica a color el desplazamiento del tejido en un intervalo de tiempo dado, típicamente la sístole. El desplazamiento se define como la distancia que se mueve el tejido durante ese intervalo de tiempo. El desplazamiento se ha encontrado como el tiempo integral (suma) de las velocidades

del tejido durante este intervalo. Solamente son encontrados los desplazamientos en la dirección del haz. Solamente los desplazamientos positivos (sistólicos) se convierten en mapas a color; los desplazamientos negativos se convierten en mapas en escala de grises.

Descripción general de Strain rate


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

15


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

El Strain rate calcula y codifica por medio del color la deformación por unidad de tiempo, por ejemplo, la velocidad por la cual la deformación del tejido ocurre. Strain Rate se calcula como el gradiente espacial de los datos de velocidad.

Descripción general de Strain

El Strain calcula y codifica por medio del color la extensión de la deformación del tejido (alargamiento o disminución) normalizado a su forma original en un intervalo de tiempo dado, típicamente el sistólico.

Descripción general de TSI

TSI calcula y codifica con colores el tiempo desde el QRS detectado hasta un evento detectado, generalmente el tiempo hasta alcanzar la máxima velocidad sistólica. TSI está destinado para imágenes cardíacas de adultos.

Otras funciones de exploración

LOGIQ View permite construir y ver una imagen estática en 2D con un campo de visión más amplio que el de un determinado transductor. Esta función facilita la visualización y medición de anatomías más grandes que las que se podrían incluir en una sola imagen.

LOGIQ View construye la imagen ampliada a partir de cuadros individuales de la imagen cuando el operador desliza el transductor por la superficie de la piel en dirección al plano de exploración. LOGIQ View está disponible con todas las sondas de matriz lineal.

Imagen compuesta La función Imagen compuesta es un proceso que combina tres cuadros (valor predeterminado) o cinco cuadros de distintos ángulos de dirección en un solo cuadro. La imagen única compuesta tiene la ventaja de que reduce el ruido de puntos y los ecos parásitos, y permite la continuidad de reflectores especulares. En consecuencia, esta técnica puede mejorar la resolución de contraste. La imagen compuesta está disponible con todas las sondas curvas y planas lineales en el modo 2D en vivo o en la imagen 2D en modo de color. La imagen compuesta está activada de manera predeterminada.

Scan Assist Pro

Introducción

Scan Assist Pro ofrece una secuencia de examen automatizada que le guía a través del examen paso a paso. El sistema invoca automáticamente el modo y los parámetros de imagen correctos, avanza al siguiente paso del examen, anota en la

imagen, inicia mediciones y asigna las mediciones en la hoja de trabajo/informe.

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Configuración de la sonda

1. Presione **Utilidad** -> **Config** en el panel táctil e inicie una sesión, si es necesario.
2. Seleccione **Imágenes/Sonda TEE**.

CUIDADO Las sondas para aplicaciones transesofágicas requieren un manejo especial. Los exámenes transesofágicos y las inserciones de las sondas sólo podrán estar a cargo del personal que cuente con la capacitación adecuada. Consulte la documentación del usuario incluida con estas sondas.

Ecografía de esfuerzo

Introducción

La unidad de ultrasonido ofrece un paquete integrado de ecocardiografía de esfuerzo que permite adquirir, revisar y optimizar imágenes, y evaluar y generar informes del segmento de pared, para un examen de ecocardiografía de esfuerzo eficiente y completo. Este paquete proporciona plantillas de protocolo para los dos tipos de exámenes de esfuerzo (esfuerzo durante el ejercicio y farmacológico). Además de las plantillas de protocolo predeterminadas de fábrica, es posible crear o modificar plantillas para adaptarlas a las necesidades del usuario. Los usuarios pueden definir varias pantallas de grupos para revisión de imágenes, en cualquier orden y combinación. Al revisar las imágenes de los exámenes de esfuerzo, éstas se visualizan en su calidad de imagen original, y se pueden aplicar diferentes factores de zoom y postprocesamiento a la imagen bajo revisión para una optimización efectiva de la imagen. La plantilla del protocolo se puede configurar para la captura continua. Además del análisis estándar del movimiento de pared, el usuario puede realizar el análisis cuantitativo de esfuerzo, basado en la información de la velocidad del tejido (TVI).

Una exploración de ecografía de esfuerzo consta de tres pasos:

- Selección de una plantilla de eco estrés
- Adquisición de la Imagen
- Análisis de Eco Estrés

Selección de una plantilla de eco estrés

1. Presione **Protocolo** en el panel de control y seleccione **Esfuerzo** en el panel táctil para ingresar al modo de ecografía de esfuerzo. Se abre la *pantalla de protocolo*, que muestra el protocolo de esfuerzo predeterminado para la sonda y la aplicación actuales.
2. Desactive la congelación para iniciar la exploración con la plantilla actual. Para utilizar otra plantilla, presione **Plantilla** y seleccione una plantilla de la lista. Desactive la congelación para iniciar la exploración.

Adquisición de la imagen

Las imágenes son adquiridas en un orden predefinido, de acuerdo la plantilla seleccionada. La celda resaltada (verde) de la matriz, que se muestra en la *ventana del portapapeles*, indica la vista que está en proceso de adquisición. Los

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

nombres de la vista y del nivel de la celda actual se muestran en la esquina superior del área de la imagen, debajo de la matriz de la plantilla.

Análisis de la ecocardiografía de esfuerzo

El análisis de la ecocardiografía de esfuerzo consiste en ver los cineloops previamente guardados y asignar una evaluación a cada segmento cardiaco, con el fin de cuantificar la función del músculo o el movimiento de la pared. Dependiendo de la configuración del protocolo, la fase de análisis puede comenzar automáticamente cuando termina el eco estrés o se puede iniciar manualmente. En este caso, el procedimiento usual consiste de la apertura consecuente de todos los grupos de imágenes (si se han definido) y de realizar la evaluación de imagen a imagen. La pantalla cuad es la presentación común para comparar los ciclos cardíacos. Los "loops" del ciclo cardíaco dentro de la presentación son sincronizados para permitir que se comparen. Cada cineloop de la pantalla cuádruple se puede ampliar con el control de zoom.

Análisis cuantitativo TVI de ecografía de esfuerzo

El análisis cuantitativo TVI es una guía en la evaluación del movimiento de pared. El diagnóstico no debe realizarse solo en función de los resultados obtenidos del análisis cuantitativo TVI de ecocardiografía de esfuerzo. La unidad de ultrasonido incluye un paquete de análisis cuantitativo de esfuerzo basado en la información de velocidad del tejido (análisis cuantitativo de esfuerzo basado en TVI). Los datos de TVI se almacenan en un formato combinado con imágenes en escala de grises durante el examen de esfuerzo. Al seleccionar un formato compatible con la adquisición de datos de TVI, la unidad de ultrasonido guardará automáticamente la información de TVI, generalmente para las vistas apicales del examen de ecografía de esfuerzo. La opción de análisis cuantitativo TVI se aplica actualmente solo a la ecografía de esfuerzo con Dobutamina. La evaluación del movimiento de pared mantiene las bases para el diagnóstico de enfermedad coronaria (CAD) en la ecocardiografía de esfuerzo. El análisis cuantitativo TVI de ecografía de esfuerzo se puede utilizar como una herramienta de asistencia para comprobar esta interpretación. La versión actual de QTVI Stress se basa en el cálculo de la velocidad máxima en una prueba de esfuerzo con dobutamina. Para la validación de las tasas normales se tomó como referencia el "paciente promedio" sometido a la prueba de esfuerzo. No se podrán obtener valores límites de velocidad de la medida de velocidad máxima en los siguientes casos:

- Esfuerzo submáximo (menos de 85% de la FC máx. pronosticada)
- Pacientes con edades extremas (menos de 40 o más de 70)
- Antecedentes de infarto de miocardio o revascularización
- Antecedentes de insuficiencia cardiaca, miocardiopatía, hipertrofia, arritmia, regurgitación aórtica

80014



Allmedic s.a.

Río Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Los valores límites de la velocidad se establecen sobre la base de la colocación del volumen de muestra en el centro de cada segmento cardiaco al inicio de sístole; los segmentos miocárdiales del ventrículo izquierdo se definen en el modelo de 16 segmentos de la Sociedad de Ecocardiografía de Estados Unidos. Sin embargo, el modelo de límite de velocidad no cubre los segmentos apicales, debido a las bajas velocidades y la orientación del segmento.

Las mediciones de velocidad en los segmentos medios y basales del miocardio contendrán contribuciones provenientes de la región apical del miocardio. Por ejemplo, si el valor medido en un segmento medio está por debajo del valor límite para este segmento, éste podría relacionarse con una función reducida en la región media o apical.

El Doppler tisular no tiene una especificación del sitio perfecto debido a la reacción en cadena de los segmentos adyacentes. Además, a pesar de que un segmento isquémico presenta poco grosor (y que, por lo tanto, se debería esperar que muestre baja velocidad), es posible que la velocidad medida esté influida por el movimiento adyacente que refleja la contracción en los segmentos circundantes. Por el contrario, se le puede reducir la velocidad de un segmento normal por medio de un segmento adyacente con velocidad reducida. Esto puede disminuir la sensibilidad para detectar la enfermedad de un solo vaso; no obstante, la sensibilidad y la especificidad de los límites son de aproximadamente 80 %.

Edición/creación de una plantilla de protocolo de ecocardiografía de esfuerzo

El paquete de análisis de esfuerzo ofrece plantillas de protocolo para ejercicio, así como también los exámenes farmacológicas de prueba de esfuerzo. El usuario puede crear nuevas plantillas o modificar las plantillas actuales según sus propias necesidades. En una plantilla, se pueden crear hasta diez proyecciones y catorce niveles de esfuerzo. Las plantillas creadas pueden ser temporales, usarse solo durante la exploración actual, o guardarse como plantillas nuevas, para uso futuro y referencia. Los cambios que pueden ser realizados incluyen:

- Adición/eliminación de niveles y proyecciones
- Asignación de etiquetas nuevas a los niveles y a las proyecciones
- Definición de opciones de nivel
- Definición de grupos nuevos

Imágenes de contraste


Introducción

Los dos pasos básicos en la adquisición de imágenes de contraste son la adquisición de datos y la cuantificación. La adquisición de datos se describe en este capítulo. La cuantificación se describe en el 'Análisis cuantitativo'.

Solo deben utilizar las aplicaciones de contraste los médicos o técnicos de ecografía que hayan recibido un entrenamiento apropiado. Siempre lea y siga cuidadosamente las Instrucciones del fabricante que se encuentran en la etiqueta



ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

8004



Allmedic s.a.

Río Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

del agente de contraste. Este sistema está diseñado de manera que sea compatible con los agentes de contraste comerciales. Debido a que la disponibilidad de estos agentes depende de la reglamentación y aprobación gubernamentales, es posible que las características del producto diseñadas para utilizarse con estos agentes no se comercialicen ni estén disponibles hasta que se apruebe el uso del agente de contraste. Las funciones avanzadas de contraste solo se activan para los sistemas que se entregan en países o regiones en los que está aprobado el uso de estos agentes en la investigación.

AVISO

Entrenamiento apropiado

Solo deben utilizar las aplicaciones de contraste los médicos o técnicos de ecografía que hayan recibido un entrenamiento apropiado.

AVISO Siempre lea y siga cuidadosamente las Instrucciones del fabricante que se encuentran en la etiqueta del agente de contraste.

CUIDADO Se han observado alteraciones en el ritmo cardiaco durante los estudios cardiacos que utilizan agentes de contraste de ultrasonido por gas en el rango de diagnóstico de los valores del índice mecánico (IM). Para más detalles, consulte el

prospecto específico del agente de contraste utilizado.

Mediciones y análisis

Descripción general

La unidad de ultrasonido ofrece funciones para dos convenciones de medición:

- **Medir y asignar (protocolos de medición):** el usuario selecciona un estudio que consiste en un grupo de mediciones previamente etiquetadas relacionadas con el modo de examen activo y la aplicación clínica. Se guía al usuario a través de las mediciones, siguiendo el orden de las etiquetas. Esta convención se inicia al presionar el botón **Measure** (Medir) en el panel de control. Se implementa un grupo de herramientas para que el proceso de medidas sea lo más fácil y rápido posible para el usuario:
 - El usuario es guiado a través del estudio. Una función de autosecuencia selecciona automáticamente la próxima medida del estudio.
 - La medición seleccionada se muestra resaltada en el *menú de mediciones*.
 - La medición realizada se indica en el *menú de mediciones*.

Recomendaciones generales sobre las mediciones

- Al realizar mediciones de tiempo en modo Doppler o M, se recomienda congelar la imagen 2D durante la adquisición.
- Las mediciones de distancia y área se deben realizar en imágenes 2D de escala de grises, no en imágenes de flujo de color ni basadas en TVI. De manera similar, en el modo M, las mediciones de distancia se deben efectuar en imágenes en modo M de escala de grises y no en imágenes en modo M a color. Si efectúa

20


 ALLMEDIC S.A.
 CARLOS GUDALEWICZ
 DIRECTOR


 Ing. CARLOS GUDALEWICZ
 MP 36340

8004



Allmedic s.a.

Río Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

mediciones en modo M a color de la propagación del flujo, consulte los protocolos de su laboratorio específico.

Mediciones en imágenes de protocolo

Al realizar mediciones en imágenes adquiridas en un protocolo, los resultados de la medición se asocian al nivel de protocolo de la imagen. Los valores promedio se calculan para cada nivel de protocolo. Por ejemplo, se puede medir el Diám CAVI en las imágenes adquiridas fuera del protocolo y en las imágenes de cada nivel de un protocolo de ejercicio 2x4.

Mediciones y análisis cardiacos avanzados

Mediciones de tiempo del evento

Tiempo del evento permite medir el tiempo de apertura y cierre de las válvulas aórtica y mitral, con respecto al marcador del complejo QRS, que se detecta automáticamente y por lo general se encuentra en la pendiente ascendente de la onda R. Esta medición se puede realizar en un espectro Doppler o en una adquisición en modo M que muestre las válvulas correspondientes. El procedimiento es similar en ambos modos.

Además, el tiempo del evento se puede medir en los trazados de la aplicación Q Analysis. Las mediciones se muestran como líneas discontinuas en la *ventana de análisis* y en la *ventana del modo M anatómico* de Q Analysis.

Validación del desplazamiento

El desplazamiento debe controlarse visualmente y validarse para cada segmento. Una baja calidad del desplazamiento puede deberse a diversas causas. Seleccione **Sugerencias rápidas** obtener más sugerencias acerca de las causas más frecuentes de un desplazamiento de baja calidad. Las causas frecuentes para un desplazamiento deficiente son:

- Colocación incorrecta de los puntos basales al definir la región de interés. Si los puntos basales se colocan demasiado lejos de la región anular, los segmentos de la región de interés en la base anular no se moverán junto con la imagen subyacente en 2D a lo largo de todo el latido cardiaco (consulte los cineloops de ejemplo en las


Sugerencias rápidas).

- Colocación incorrecta del punto apical al definir la región de interés. El punto debe colocarse de forma que la región de interés resultante cubra principalmente el miocardio. Si el punto apical está demasiado alto, la región de interés cubrirá principalmente el epicardio, lo que dará como resultado un desplazamiento deficiente (consulte los cineloops de ejemplo en las Sugerencias rápidas).


- ROI demasiado estrecha. Si la región de interés (ROI) es demasiado estrecha, el desplazamiento será de baja calidad debido a la falta de datos de tejido en la región de interés (consulte los cineloops de ejemplo en las Sugerencias rápidas).

21


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

8004



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

- Exceso de ecos parásitos. Las imágenes con un exceso de ecos parásitos estáticos producen un desplazamiento deficiente (consulte los cineloops de ejemplo en las Sugerencias rápidas).

Mediciones de OB

1. Desde un examen obstétrico en una exploración congelada, presione **Measure** (Medir).
 2. Seleccione el estudio deseado.
 3. Realice las mediciones necesarias en el estudio seleccionado.
- Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para realizar las mediciones.

Gráficas de OB

Las gráficas de OB permiten evaluar el crecimiento del feto con respecto a la curva de crecimiento normal. Si dispone de dos o más exámenes de ultrasonido de la misma paciente, también puede utilizar las gráficas para ver las tendencias fetales. En el caso de un embarazo múltiple, puede ver las curvas de todos los fetos y comparar su crecimiento en las gráficas. El Vivid proporciona dos tipos de gráficas básicos:

- **Gráficas de la curva de crecimiento fetal:** muestran una medición por gráfica. Estas gráficas muestran la curva de crecimiento normal, las desviaciones estándar positiva y negativa o los percentiles aplicables, y la edad ultrasónica del feto según la medición actual. En el caso de un embarazo múltiple, puede ver las curvas de todos los fetos. Si se cuenta con los datos de un examen anterior, la gráfica también puede mostrar la tendencia fetal.
- **Gráfica de barras del crecimiento fetal:** muestra la edad ultrasónica y la edad gestacional basadas en los datos de la paciente. Traza todas las mediciones en una gráfica.

Grosor íntima-media

El grosor íntima-media (IMT) se calcula basándose en la detección automática del contorno de las capas íntima y media en una región de búsqueda definida por el usuario a lo largo de la pared de un vaso. Se realizan varias mediciones del IMT entre pares de puntos en la íntima y la adventicia a lo largo de la pared. El IMT se puede medir tanto en la pared posterior como en la anterior del vaso sanguíneo. El IMT se debe realizar en imágenes de modo 2d, no en imágenes de modo de color.

Configuración del paquete de medidas


El paquete de mediciones contiene más mediciones y parámetros de los que muestra el *menú de mediciones* predeterminado. Use el sistema de configuración para establecer las mediciones que desea tener disponibles en el *menú de mediciones* y los parámetros que desea calcular.

En el manual de referencia puede ver una lista de todos los cálculos cardiacos, con las medidas necesarias y su ubicación en el paquete de medidas.

Análisis cuantitativo


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

22


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Introducción

El paquete de software de análisis cuantitativo (Q Analysis) permite analizar los datos sin procesar relacionados con el modo TVI (Tissue Tracking, Strain, Strain Rate) y el modo de contraste. Q Analysis está destinado principalmente para imágenes cardíacas del adulto.

Las principales características de estas opciones son:

- Visualización de varios trazados de movimiento en el tiempo a partir de puntos seleccionados en el miocardio.
- Modo M anatómico curvo arbitrario

Archivando

Introducción

Durante una exploración, el operador guarda datos, imágenes y cineloops para propósitos inmediatos. La unidad de ultrasonido Vivid incluye un sistema integrado de archivo de pacientes para almacenamiento de imágenes y datos.

La unidad de ultrasonido Vivid también permite el almacenamiento de datos e imágenes en bases de datos externas (servidores de red, medios de almacenamiento extraíbles).

El concepto de flujo de datos

La comunicación entre la unidad de ultrasonido Vivid y otros proveedores de información de la red adquiere la forma de flujos de datos. Cada flujo de datos define la transferencia de información del paciente desde una fuente de entrada de la unidad, y desde la unidad hacia una fuente de salida.

Un flujo de datos es un grupo de parámetros preconfigurados. La selección de un flujo de datos personalizará automáticamente la unidad para trabajar de acuerdo con la configuración asociada con este flujo de datos.

Almacenamiento de imágenes y cineloops

Las imágenes y los cineloops que se guardan durante un examen se muestran como imágenes en miniatura en el portapapeles. Al guardar una imagen, toda la información adicional que aparece es guardada con ésta. (e.j. sonda y aplicación seleccionadas, configuración de la imagen, anotaciones o mediciones).

El archivo de imágenes depende del flujo de datos seleccionado. Además, las imágenes y los cineloops se pueden guardar en un medio de almacenamiento extraíble en los formatos estándar JPEG, MPEG, AVI y DICOM.

Almacenamiento de un cineloop

Un cineloop es una secuencia de imágenes grabada en un determinado cuadro de tiempo. El cuadro de tiempo puede ser ajustado para cubrir uno o más ciclos cardíacos. Los cineloops guardados se muestran en orden cronológico en el portapapeles. Los cineloops se pueden guardar en cualquier momento durante la sesión de exploración. El usuario puede escoger en ver una muestra del cineloop antes del almacenamiento o guardar el cineloop directamente como se ha descrito a continuación.



300

Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Recuperación y modificación de la

información archivada

Búsqueda de un registro de paciente

1. Presione **Patient** (Paciente) en el panel de control. Si es necesario, escriba la ID de usuario y la contraseña para iniciar la sesión. Se abre la ventana *Buscar/Crear paciente*.
2. En la ventana *Buscar/Crear paciente*, seleccione el flujo de datos que desea utilizar.
3. Escriba el **Apellido** y/o la **ID** del paciente u otra consulta que lo identifique. Según la configuración predeterminada, el sistema realizará una búsqueda automática para comprobar si el paciente ya se encuentra en el archivo. El resultado de esta búsqueda se mostrará en el campo *Lista de pacientes*.
4. Resalte el registro del paciente en el campo *Lista de pacientes*.

Revisar las imágenes en el archivo

Existen dos formas de acceder las imágenes archivadas:

- Revisar las imágenes desde la exploración seleccionada.
- Seleccionar las imágenes en la *Pantalla de lista de imágenes*, que muestra todas las imágenes del registro del paciente ordenadas por examen.

Conectividad


En esta sección se describen las opciones de comunicación y conexión de la unidad de ultrasonido Vivid con otros dispositivos del sistema de información del hospital. Asimismo, se describen los procedimientos óptimos de configuración y administración de datos desde un Vivid en las siguientes situaciones:


- Un Vivid independiente
- Un examinador y una estación de trabajo en un entorno de conexión directa
- Un examinador y una estación de trabajo en una red
- Un examinador y un servidor DICOM en una red

El concepto de flujo de datos


La comunicación entre la unidad de ultrasonido Vivid y otros proveedores de información de la red adquiere la forma de flujos de datos. Seleccionando un flujo de datos ajustará automáticamente la unidad de ultrasonido para trabajar de acuerdo a los servicios asociados con este flujo de datos. Cada flujo de datos define la ubicación y el formato de la información del paciente. La información del paciente puede incluir imágenes y datos demográficos, así como informes y datos de mediciones y análisis. Los flujos de datos permiten al usuario configurar la unidad de ultrasonido Vivid para satisfacer de manera óptima las necesidades de la instalación, sin modificar la interfaz de usuario. El concepto de flujo de datos

24


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

80014



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

proporciona flexibilidad para la obtención de datos de varias fuentes y permite que los datos fluyan a varias fuentes de salida.

Exportación e importación de registros y exámenes de paciente

Es posible exportar los registros y exámenes de paciente guardados en el archivo local de un sistema (Vivid) al archivo local de otro sistema a través de un medio de almacenamiento extraíble. Los registros/exámenes del paciente del archivo local también se pueden exportar directamente a un archivo remoto (servidor ImageVault, servidor DICOM o EchoPAC PC). Además, los registros y exámenes de

paciente almacenados en un archivo remoto (servidor ImageVault o EchoPAC PC) se pueden exportar a un medio de almacenamiento extraíble o a un servidor DICOM. Es posible exportar los registros y exámenes de paciente guardados en el archivo local de un sistema al archivo local de otro sistema a través de un medio de almacenamiento extraíble. No se eliminan los datos del archivo de origen durante la

importación de datos. Asimismo, se pueden importar los registros del paciente de un archivo extraíble a un archivo remoto (servidor ImageVault).

Administración de discos

Introducción a la Administración de discos

La función Administración de discos permite al usuario administrar el espacio en el disco duro al mismo tiempo que mantiene la base de datos de pacientes en el sistema. Esta función se puede utilizar para mover, copiar o eliminar imágenes, y también para mover o copiar informes desde registros de paciente anteriores. La función Administración de discos también incluye una función de purga automática que elimina automáticamente las imágenes e informes que ya se copiaron si el disco duro local está a punto de llenarse.

Hay tres situaciones de administración de discos posibles, según la configuración del sistema:

- La administración de discos está configurada para **mover** archivos. El usuario ejecuta periódicamente la función Administración de discos para mover imágenes e informes de los registros del paciente más antiguos a un medio de almacenamiento extraíble o un volumen de red. Cuando se utiliza esta configuración, las imágenes e informes movidos se eliminan del disco duro local y se copian en el destino especificado. Esto impide que el disco local se llene y conserva las imágenes e informes del paciente más recientes en el disco local. En este caso, el usuario puede

controlar lo que desea conservar en el sistema, al mismo tiempo que mantiene el espacio libre en el disco en un nivel funcional.

- La administración de discos está configurada para **copiar** archivos. El usuario ejecuta periódicamente la función Administración de discos para copiar imágenes e informes de los registros del paciente más antiguos a un medio de almacenamiento extraíble o un volumen de red. Para evitar que el disco local se

25

ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

80012



Allmedic s.a.

Río Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

llene, la función de purga automática elimina automáticamente los archivos copiados cuando el espacio libre en el disco alcanza el límite mínimo permitido. En este caso, el sistema administra automáticamente el espacio en disco.

Informe

Introducción

El sistema permite crear informes de pacientes y de exámenes, en los que se incluyen las mediciones, las imágenes y los análisis obtenidos durante el examen. El diseño de los informes se define con las plantillas genéricas incluidas con el sistema. También es posible crear plantillas personalizadas. Los informes guardados son de *solo lectura*. Sin embargo, se recomienda revisar cuidadosamente todos los datos antes de crear el informe. Utilice la hoja de trabajo para facilitar la revisión y el ajuste de datos antes de generar un informe. El informe final se puede imprimir en una impresora estándar.

Generación de un informe

Los informes resumen los datos obtenidos en el examen. Pueden contener datos e imágenes. Una vez generado el informe, es posible verlo, agregarle imágenes, asignar diagramas de segmentos de pared y escribir texto en los campos de texto libre. El resto de la información se debe modificar en la ventana *Información del paciente*, la pantalla *Hoja de trabajo* o la pantalla *Hallazgos estructurados*.

Hallazgos estructurados

Hallazgos estructurados es una función que permite al usuario insertar códigos (por ejemplo, Facturación, Acreditación) y frases de diagnóstico estructurados y preconfigurados en el informe del paciente, y generar una conclusión en función de las frases insertadas.

Prerrequisito

Para poder insertar frases de diagnóstico estructuradas y generar una conclusión en el registro de un paciente, la plantilla de informe utilizada debe tener campos asignados para los hallazgos estructurados, los códigos y la conclusión.


Informe directo

El informe directo le permite al usuario insertar comentarios en cualquier momento durante la exploración que serán parte del informe final. Asimismo, el informe directo brinda una descripción general de las medidas completadas.

Diseñador de informes

El paquete de software de diseño de informes permite al usuario crear plantillas de informe según sus necesidades específicas. El diseño de una plantilla de informe consiste en elegir la información que se desea mostrar en el informe (por ejemplo, encabezado, pie de página, logotipo, información del paciente, imágenes, medidas, etc.) y organizarla en el visor de informes. La función de diseño de Informes está basada en el concepto de contenedor de información donde cada se

26



ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

300



Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

incluye cada tipo de información en un contenedor con parámetros configurables (tamaño, color, propiedades de fuente, información visualizada, etc.).

Orientación de la sonda

Algunas sondas son provistas con una señal de orientación –luz verde- (LED) cerca de la parte superior de la sonda -cabeza-. Las sondas que no tienen LED tienen una indentación (ranura) para orientación en la cubierta de la sonda. Esta LED, o ranura, se relaciona con la marca **V** en la pantalla de exploración. La marca **V** indica la orientación de la sonda en el examen.

Señal de orientación en la sonda sobre la pantalla

Etiquetado de sondas

Cada sonda está etiquetada con la siguiente información:

- Nombre del fabricante
- Frecuencia Operativa
- Número de Modelo
- Número serial de la sonda
- Año de manufactura

El nombre de la sonda presentado en ambas, la sonda principal y en el conector pueden ser leídos cuando la sonda está conectada.

Conexión de la sonda


Las sondas se pueden conectar en cualquier momento, independientemente de si la consola está encendida o apagada. Para asegurarse de que los puertos no están activos, coloque el sistema en estado de congelación de la imagen.

Antes de conectar la sonda:

- Verifique que la sonda y el cable de la sonda no estén dañados.
- Examine visualmente las clavijas de la sonda y las entradas del sistema. Quite los restos de polvo o espuma de las clavijas de la sonda.

Para conectar una sonda:

1. Coloque el estuche de la sonda sobre una superficie estable y ábralo.
2. Extraiga la sonda con cuidado y desenrolle el cable.
3. Coloque la sonda en el soporte de sonda.
4. Sostenga el conector de la sonda verticalmente con el cable apuntando hacia arriba.
5. Deslice el dispositivo de bloqueo del conector hacia la izquierda (posición de desbloqueo).
6. Alinee el conector con la punta de la sonda y empuje cuidadosamente en su lugar.
7. Deslice el dispositivo de bloqueo del conector hacia la derecha para bloquear el conector de sonda.
8. Coloque el cable de la sonda cuidadosamente de modo que pueda moverse libremente y no apoye en el suelo.


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

27


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

CUIDADO No permita que la punta (cabeza) de la sonda cuelgue libremente. Un impacto a la cabeza de la sonda puede resultar en un daño irreparable.

CUIDADO Tome las siguientes precauciones con los cables de la sonda:

- Manténgalos separados de las ruedas de la unidad.
- No los doble.
- No cruce los cables entre sondas.

AVISO NO toque el paciente ni ninguno de los conectores de la unidad de ultrasonido al mismo tiempo, incluidos los conectores de sonda de la unidad.

Desconexión de una sonda

Las sondas se pueden desconectar en cualquier momento. Sin embargo, la sonda no debe estar activa en el momento de desconectarla.

1. Para desactivarla, seleccione otra sonda o presione

Congelar.

2. Deslice el dispositivo de bloqueo del conector hacia la izquierda para desbloquear la sonda.
3. Hale la sonda y el conector en línea recta para desconectarlos del puerto de sonda.
4. Asegúrese de que el cable está suelto.
5. Compruebe que el cabezal de la sonda está limpio antes de guardar la sonda en su caja.

Cuidado y Mantenimiento

Mantenimiento Planeado

Se recomienda guardar un registro del mantenimiento y anotar todos los malfuncionamientos de la sonda. Siga el horario de mantenimiento que está abajo para asegurar óptima operación y seguridad:

Después de cada uso:

- Inspeccione la sonda.
- Limpie la sonda.
- Si es necesario, desinfecte la sonda.

Antes de cada uso:


- Inspeccione la sonda.

CUIDADO Manejo inapropiado puede causar fallas tempranas en la sonda y a descargas eléctricas. SIGA los procedimientos de limpieza y desinfección provistos

en este capítulo y las Instrucciones de los fabricantes para germicidas. La falta de cumplimiento de éste procedimiento anulará la garantía de ésta sonda.

CUIDADO Las sondas transesofágicas requieren un manejo especial. Consulte la documentación del usuario incluida con estas sondas.

Inspección de la sonda



Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Después de cada uso:

1. Inspeccione la lente, la cubierta de la sonda y el cable
2. Examine en busca de daños que puedan permitir la entrada de líquido al interior de la sonda.

Antes de cada uso:

1. Inspeccione la lente, la cubierta de la sonda y el cable
2. Examine en busca de daños que puedan permitir la entrada de líquido al interior de la sonda.
3. Pruebe la funcionalidad de la sonda.

Partes de la Sonda

CUIDADO Si se encuentra algún daño, no utilice la sonda hasta que ésta haya sido examinada y devuelta para ser usada por un representante técnico de GE

Limpieza y desinfección de las sondas

Limpieza de las sondas

Procedimiento de limpieza

1. Desconecte la sonda de la unidad.
2. Retire el gel de acoplamiento, limpiando la lente de la sonda con un paño suave.
3. Limpie la sonda y el cable con un paño suave humedecido en una solución tibia de agua y jabón (<80 oF/27 oC).
4. Limpie la sonda y el cable con un paño suave humedecido en agua limpia hasta retirar todo el jabón (<80 oF/27 oC).
5. Seque con una toalla suave.

Desinfección de las sondas

Para ofrecer a los usuarios opciones para la selección de germicidas, GE revisa regularmente nuevos germicidas médicos para comprobar su compatibilidad con los materiales utilizados en el cuerpo, el cable y la lente del transductor. Aunque es un paso necesario en la protección de los pacientes y empleados contra la transmisión de enfermedades, los germicidas químicos líquidos también se pueden seleccionar

para minimizar posibles daños al transductor. Consulte la Tarjeta de cuidados de las sondas incluida en el estuche de sondas o consulte la lista más reciente de soluciones limpiadoras y desinfectantes compatibles en <http://www3.gehealthcare.com/Products/Categories/Ultrasound/UltrasoundProbes#cleaning>.

Desinfección de bajo nivel


1. Después de limpiar, la sonda y el cable pueden limpiarse un paño fino rociado con un desinfectante recomendado. Tome precauciones adicionales (por ej., use guantes y bata) para descontaminar una sonda infectada.

CUIDADO Sondas transesofágicas e intraoperativas requieren un manejo especial. Consulte la documentación del usuario incluida con estas sondas.



ALL MEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

29



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Desinfección de alto nivel

Desinfección de alto nivel destruye virus lípidos y no lípidos, hongos y, dependiendo altamente del tiempo de contacto, es efectivo sobre esporas bacteriales. Se requiere para sondas de endocavidad después de estar en contacto con la membrana de mucosa.

1. Prepare la solución germicida siguiendo las instrucciones del fabricante.

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para el almacenamiento, uso y desecho de la solución desinfectante.

2. Coloque la sonda limpia y seca en contacto con el germicida por la cantidad de tiempo especificada por el fabricante.

3. Enjuague la parte de la sonda que estuvo en contacto con el germicida, siguiendo las instrucciones del fabricante del germicida.

4. Déjela secar o séquela con un trapo suave.

AVISO Use solamente los germicidas que se indican en la tarjeta de cuidados de la sonda, anexa a la sonda. Consulte también las normas locales y nacionales. No emplee vapor con una autoclave ni someta la sonda a óxido de etileno (ETO).

AVISO No sumerja la sonda en el líquido más allá del nivel especificado para esa sonda. Nunca sumerja el conector de la sonda o los adaptadores de sonda en líquido. No se debe exponer la sonda al germicida por más tiempo que el especificado para alcanzar el efecto deseado. **NO** enjuague ni sature las sondas con soluciones que contengan alcohol, lejía, compuestos de cloruro de amonio o agua oxigenada.

AVISO ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOB

Se debe evitar el uso neurológico en los pacientes con esta enfermedad. Si una sonda se contamina, no hay forma de desinfectarlo adecuadamente.

Seguridad de la sonda

Peligros Eléctricos

Las sondas son manejadas por medio de electricidad, la cual puede causar daño al paciente cuando son expuestas a una solución conductora.

Peligros mecánicos

Tome precauciones para evitar peligros mecánicos.

AVISO No sumerja la sonda en ningún líquido Nunca sumerja el conector de sonda o los adaptadores en ningún líquido. No permita que la sonda sea impactada o que sea afectada por choque mecánico, esto podría ocasionar grietas, etc. en la

cubierta y degradar el funcionamiento de ésta.

Inspeccione la sonda antes y después de cada uso.

NO aplique fuerza excesiva al cable de la sonda para prevenir falla de insolación.

Un representante del servicio técnico de GE o el personal capacitado del hospital debe comprobar regularmente que no existan fugas eléctricas, de acuerdo con los procedimientos que se describen en EN 60601-1/IEC 60601-1.



Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Inspeccione las sondas por esquinas afiladas o superficies ásperas que puedan dañar el tejido sensitivo.

NO doble o hale el cable con fuerza para evitar choque mecánico o impacto hacia la sonda.

Peligros Biológicos

Para reducir la transmisión de enfermedades, se debe utilizar en cada estudio intracavitario e intraoperatorio una de las envolturas libres de pirógeno estériles legalmente comercializadas.

Adecuada limpieza y desinfección son esenciales para prevenir la transmisión de enfermedades. Es la responsabilidad del operador verificar y mantener la efectividad de los procedimientos de control de infección mientras esté en uso.

Mantenimiento

Funciones/Especificaciones

Dimensiones y peso


- Anchura:
- Teclado: 500 mm (19,7 pulg.)
- Rueda: 720 mm (28,3 pulg.)
- Profundidad:
- Máxima: 810 mm (31,9 pulg.)
- Rueda: 800 mm (31,5 pulg.)
- Altura:
- Máxima: 1495 mm (58,9 pulg.)
- Mínima: 1410 mm (55,5 pulg.)
- Peso: 65 kg (144 lb)

Diseño de la consola

- 4 puertos de sonda activos
- Puerto de ECG
- Disco duro integrado (500 G)
- Múltiples puertos USB
- Unidad de DVD-RW opcional
- Almacenamiento integrado de la impresora térmica, bocinas integradas opcionales
- Mecanismo de bloqueo integrado que ofrece bloqueo contra el desplazamiento y bloqueo antigiro de la rueda.
- Sujeción de cable integrada
- Filtros de aire extraíbles
- Asa frontal y posterior
- Bandeja de cable de sonda opcional
- Un soporte de gel integrado
- Seis soportes de sonda (dos opcionales, cuatro


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340



Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

estándar)

Alimentación eléctrica

- Voltaje: 100-240 VCA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Alimentación: consumo máximo 400 VA con dispositivos periféricos

Teclado del operador

- Admite las configuraciones de caracteres del teclado internacional (ISO 8859)
- Diseño ergonómico de tamaño completo
- Retroiluminación interactiva del panel de control
- Seis unidades TGC

Pantalla táctil

- Pantalla táctil de 8,4", de alta resolución, a color
- Menú de software dinámico interactivo

Monitor de LCD


- Monitor de LCD de alta resolución, 19"
- Brazo articulante de monitor opcional
- Traslación opcional del monitor LCD (independiente de la consola):
- Inclinación de +25°/-90° del monitor LCD
- Giro para visualización lateral
- Mecanismo de pliegue y bloqueo de la rotación para el transporte
- Resolución: 1280 x 1024
- Ajustes de brillo, contraste y retroiluminación


Exactitud de las mediciones clínicas

Mediciones básicas

La siguiente información se ha diseñado para ofrecer asesoría al usuario a la hora de determinar el grado de variación o error de medición que se debe considerar cuando se realizan mediciones clínicas con este equipo. Las limitaciones del equipo y una técnica inadecuada por parte del usuario pueden favorecer la presencia de errores. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de medición y de desarrollar técnicas de medición uniformes entre todos los usuarios para minimizar posibles errores del operador. Asimismo, para detectar un posible funcionamiento indebido que pueda afectar la exactitud de la medición, se debe establecer un plan de aseguramiento de la calidad (QA) para el equipo que incluya comprobaciones de exactitud rutinarias con maniqués de material que imite el tejido. Tenga en cuenta que todas las mediciones de distancia y Doppler a través del tejido dependen de la velocidad de propagación del sonido en el tejido. Normalmente, la velocidad de propagación varía con el tipo de tejido, pero se asume una velocidad promedio para el tejido blando. El diseño de este equipo, así como los valores de exactitud presentados a continuación, se basan en una

32


ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR


Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340

Allmedic s.a.

Rio Limay N° 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

velocidad promedio supuesta de 1540 m/s. La exactitud porcentual, cuando se indica, se aplica a la medición obtenida (no al intervalo de escala completo). Cuando la exactitud se indica como porcentaje con un valor fijo, la imprecisión prevista corresponde a la mayor de las dos.

Cuidado y Mantenimiento del Sistema

CUIDADO El mantenimiento estándar debe ser realizado por personal de servicio autorizado durante la vida útil del producto (7 años). El usuario debe garantizar que se realicen inspecciones de seguridad, por lo menos cada 12 meses, de acuerdo con los requisitos de la norma de seguridad del paciente IEC 60601-1.

Las inspecciones de seguridad mencionadas anteriormente deberán ser realizadas solamente por el personal calificado. Para garantizar que la unidad funcione siempre con la máxima eficiencia, se recomienda seguir los procedimientos que se detallan a continuación como parte del programa interno de mantenimiento de rutina del cliente.

Limpieza de la unidad

Para que la unidad de ultrasonido funcione de manera correcta y segura, necesita cuidados y mantenimiento regulares. Los siguientes componentes se deben limpiar.

Semanalmente:

- Monitor de LCD y pantalla táctil
- Panel de control
- Teclado
- Soportes de sonda
- Gabinete del sistema
- Interruptor de pedal

Quincenalmente:

- Filtros de aire

Limpieza de la unidad Monitor de LCD y pantalla táctil

NOTA: No use solventes, benceno, etanol o alcohol metílico, limpiadores abrasivos u otros disolventes fuertes, ya que pueden ocasionar daños al gabinete o al panel LCD.

NOTA: NO raye ni presione el panel con objetos punzantes, como un lápiz o un bolígrafo, ya que podría dañarlo.

Para limpiar la caja del monitor:

1. Para quitar las manchas, limpie la superficie con un trapo suave, ligeramente humedecido con un detergente suave. No pulverice cera ni limpiadores directamente sobre la superficie.
2. Si necesita desinfectar o si permanecen manchas difíciles, pequeña cantidad de alcohol isopropílico. Limpie el gabinete y deje secar.

Allmedic s.a.

Rio Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

CUIDADO Al realizar procedimientos de limpieza, para evitar el riesgo de daños al sistema, siga siempre estas precauciones:

- Utilice solo los materiales y soluciones de limpieza que se recomiendan en los procedimientos descritos a continuación.
- No use solventes, benceno, etanol o alcohol metílico, limpiadores abrasivos u otros disolventes fuertes, ya que pueden ocasionar daños al gabinete o al panel LCD.

Utilice solamente alcohol isopropílico cuando se le indique hacerlo.

- No rocíe ningún líquido directamente sobre las cubiertas del Vivid, la pantalla LCD o el teclado.
- No permita que ningún líquido escurra o penetre en el sistema.
- NO raye ni presione el panel con objetos punzantes, como un lápiz o un bolígrafo, ya que podría dañarlo.
- Asegúrese de no derramar o rociar líquidos sobre los controles, el gabinete del sistema o el receptáculo de conexión de la sonda.
- Antes de la limpieza, apague el sistema y desconecte el cable de la fuente de alimentación.

Monitor de LCD y pantalla táctil (continuación)

Para limpiar el panel LCD y el panel táctil.

1. Limpie la superficie del panel con un trapo suave, por ejemplo de algodón, o con papel para limpiar lentes.

Si es necesario, las marchas difíciles se pueden limpiar con un paño suave humedecido en agua o en una mezcla 50-50 de alcohol isopropílico y agua sin impurezas. Escurra el líquido en la mayor medida posible y luego limpie la superficie del LCD. No permita que el líquido penetre en el sistema.

Prevención de interferencia de electricidad estática

Interferencia ocurrida a través de electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos en el sistema. Las siguientes medidas ayudan a reducir la descarga de electrostática:

- Limpie el teclado alfanumérico y el monitor con papel libre de tejido de algodón o con un paño suave empapado con un spray antiestático mensualmente.
- Rocíe las alfombras con rociador antiestático debido a que el caminar constantemente en estas alfombras o cerca del cuarto de exploración puede ser un recurso de electricidad estática.

Protección ambiental

Cómo desechar el dispositivo

Símbolo de WEEE

Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico desechado no debe eliminarse con los residuos municipales no clasificados, sino por separado.

8004



Allmedic s.a.

Río Limay Nº 1965

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Comuníquese con un representante autorizado del fabricante para recibir información acerca de la retirada del equipo.

Ratificando lo expuesto, suscriben con sello ante firma el Responsable legal y Director técnico de Allmedic S.A.



ALLMEDIC S.A.
CARLOS GUDALEWICZ
DIRECTOR

35



Ing. CARLOS GUDALEWICZ
MP 36340



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-715-17-5

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **8.000.4**, y de acuerdo con lo solicitado por , se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA ULTRASONICO DE IMAGEN POR DOPPLER PULSADO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 14-278 SISTEMA DE EXPLORACION POR ULTRASONIDO.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): GENERAL ELECTRIC.

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: El sistema Vivid se ha diseñado para la adquisición medición y análisis de imágenes de ultrasonido del cuerpo humano para múltiple aplicaciones clínicas: Fetal/OB, abdominal, pediatría, órganos pequeños, cardiología, vascular periférica, cefálica adultos, cefálica neonatal, musculoesquelética, superficial/convencional, Transcraneal, transrectal, transvaginal, transesofágica.

Modelo/s: Vivid iq, Vivid iq 4D, Vivid iq Premium.

Período de vida útil: 7 (siete) años.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.


Nombre del fabricante: GE Medical Systems China Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración: No.19 Changjiang Road, National Hi-Tech Dev. Zone
Wuxi, Jiangsu, China 21428.

Se extiende a ALLMEDIC S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-
1199-50, en la Ciudad de Buenos Aires, a **17 JUL 2017**, siendo su
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

8004


Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.