República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-4634-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 3 de Junio de 2019

Referencia: 1-47-3110-5043-18-7

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-5043-18-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones B. BRAUN MEDICAL S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca AESCULAP nombre descriptivo SISTEMA DE IMPLANTE PARA COLUMNA VERTEBRAL, y nombre técnico SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA, PARA COLUMNA VERTEBRAL de acuerdo con lo solicitado por B. BRAUN MEDICAL S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2019-45356912-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-669-335", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos deTecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizado y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SISTEMA DE IMPLANTE PARA COLUMNA VERTEBRAL

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 - sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral.

Marca del producto médico: AESCULAP

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Estabilización dorsal de uno o varios segmentos de las regiones Lumbar, Torácica y Sacra de la columna vertebral: Fracturas, pesudoartrosis o restablecimiento lento, disclocación, inestabilidades degenerativas, síndrome postdisquectomia, espondilolistesis, cifosis, lordosis escoliosis, estenosis, inestabilidades postraumáticas y tumores.

Modelos:

SX932TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 26-30 ESTER.
SX933TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 28-34 ESTER.
SX934TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 31-37 ESTER.
SX935TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 34-40 ESTER.
SX936TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 39-45 ESTER.

SX937TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 45-58 ESTER.
SX938TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 58-80 ESTER.
SX939TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 80-100 ESTER.
SX942TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 30MM ESTER
SX943TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 32MM ESTER
SX944TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 34MM ESTER
SX945TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 36MM ESTER
SX946TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 38MM ESTER
SX947TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 40MM ESTER
SX948TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 42-45MM ESTERIL
SX949TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 45-50MM ESTERIL
SX950TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 50-60MM ESTERIL
SX951TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 60-80MM ESTERIL
SX952TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 80-100MM ESTERIL
SY001T	ENNOVATE TORNILLO DE CIERRE
SY001TS	ENNOVATE TORNILLO DE CIERRE ESTERIL
SY002TS	ENNOVATE TORNILLOS DE CIERRE ESTERILS
SY010TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X25MM SOLID
SY011TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X30MM SOLID
SY012TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X35MM SOLID
SY013TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X40MM SOLID
SY014TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X45MM SOLID
SY015TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X50MM SOLID
SY020TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X25MM SOLID
SY021TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X30MM SOLID
SY022TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X35MM SOLID
SY023TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X40MM SOLID
SY024TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X45MM SOLID
SY025TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X50MM SOLID
SY030TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X25MM SOLID
SY031TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X30MM SOLID
SY032TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X35MM SOLID
SY033TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X40MM SOLID
SY034TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X45MM SOLID
SY035TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X50MM SOLID
SY036TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X55MM SOLID
SY037TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X60MM SOLID
SY038TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X70MM SOLID
SY039TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X80MM SOLID
SY040TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X25MM SOLID
SY041TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X30MM SOLID
SY042TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X35MM SOLID
SY043TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X40MM SOLID
SY044TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X45MM SOLID
SY045TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X50MM SOLID
SY046TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X55MM SOLID
SY047TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X60MM SOLID
SY048TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X70MM SOLID

SY049TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X80MM SOLID
SY051TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X30MM SOLID
SY052TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X35MM SOLID
SY053TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X40MM SOLID
SY054TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X45MM SOLID
SY055TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X50MM SOLID
SY056TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X55MM SOLID
SY057TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X60MM SOLID
SY058TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X70MM SOLID
SY059TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X80MM SOLID
SY062TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X35MM SOLID
SY063TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X40MM SOLID
SY064TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X45MM SOLID
SY065TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM SOLID
SY066TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X55MM SOLID
SY067TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X60MM SOLID
SY068TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X70MM SOLID
SY069TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X80MM SOLID
SY072TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X35MM SOLID
SY073TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X40MM SOLID
SY074TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X45MM SOLID
SY075TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X50MM SOLID
SY076TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X55MM SOLID
SY077TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X60MM SOLID
SY078TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X70MM SOLID
SY079TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X80MM SOLID
SY110TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X25MM SOLID
SY111TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X30MM SOLID
SY112TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X35MM SOLID
SY113TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X40MM SOLID
SY114TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X45MM SOLID
SY115TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X50MM SOLID
SY120TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X25MM SOLID
SY121TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X30MM SOLID
SY122TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM SOLID
SY123TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM SOLID
SY124TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM SOLID
SY125TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM SOLID
SY130TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X25MM SOLID
SY131TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X30MM SOLID
SY132TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM SOLID
SY133TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM SOLID
SY134TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM SOLID
SY135TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM SOLID
SY136TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM SOLID
SY137TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM SOLID
SY138TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X70MM SOLID
SY139TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X80MM SOLID

SY140TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X25MM SOLID
SY141TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X30MM SOLID
SY142TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM SOLID
SY143TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM SOLID
SY144TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM SOLID
SY145TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM SOLID
SY146TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM SOLID
SY147TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM SOLID
SY148TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X70MM SOLID
SY149TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X80MM SOLID
SY151TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X30MM SOLID
SY152TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X35MM SOLID
SY153TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X40MM SOLID
SY154TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X45MM SOLID
SY155TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X50MM SOLID
SY156TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X55MM SOLID
SY157TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X60MM SOLID
SY158TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X70MM SOLID
SY159TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X80MM SOLID
SY162TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X35MM SOLID
SY163TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X40MM SOLID
SY164TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X45MM SOLID
SY165TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X50MM SOLID
SY166TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X55MM SOLID
SY167TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X60MM SOLID
SY168TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X70MM SOLID
SY169TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X80MM SOLID
SY172TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X35MM SOLID
SY173TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X40MM SOLID
SY174TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X45MM SOLID
SY175TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X50MM SOLID
SY176TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X55MM SOLID
SY177TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X60MM SOLID
SY178TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X70MM SOLID
SY179TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X80MM SOLID
SY188TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X90MM SOLID
SY189TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X100MM SOLID
SY190TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X110MM SOLID
SY191TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X90MM SOLID
SY192TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X100MM SOLID
SY193TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X110MM SOLID
SY194TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X90MM SOLID
SY195TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X100MM SOLID
SY196TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X110MM SOLID
SY197TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X90MM SOLID
SY198TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X100MM SOLID
SY199TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X110MM SOLID
SY400T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X30MM

SY400TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X30MM
SY401T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X35MM
SY401TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X35MM
SY402T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X40MM
SY402TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X40MM
SY403T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X45MM
SY403TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X45MM
SY404T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X50MM
SY404TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X50MM
SY405T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X55MM
SY405TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X55MM
SY406T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X60MM
SY406TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X60MM
SY407T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X70MM
SY407TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X70MM
SY408T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X80MM
SY408TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X80MM
SY409T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X90MM
SY409TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X90MM
SY410T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X100MM
SY410TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X100MM
SY411T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X110MM
SY411TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X110MM
SY412T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X120MM
SY412TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X120MM
SY413T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X130MM
SY413TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X130MM
SY414T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X140MM
SY414TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X140MM
SY415T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X150MM
SY415TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X150MM
SY416T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X160MM
SY416TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X160MM
SY417T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X170MM
SY417TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X170MM
SY418T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X180MM
SY418TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X180MM
SY419T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X190MM
SY419TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X190MM
SY420T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X200MM
SY420TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X200MM
SY421T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X300MM
SY421TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X300MM
SY422T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X400MM
SY422TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X400MM
SY423T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X500MM
SY423TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X500MM
SY430T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X30MM

SY430TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X30MM
SY431T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X35MM
SY431TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X35MM
SY432T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X40MM
SY432TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X40MM
SY433T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X45MM
SY433TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X45MM
SY434T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X50MM
SY434TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X50MM
SY435T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X55MM
SY435TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X55MM
SY436T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X60MM
SY436TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X60MM
SY437T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X70MM
SY437TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X70MM
SY438T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X80MM
SY438TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X80MM
SY439T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X90MM
SY439TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X90MM
SY440T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X100MM
SY440TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X100MM
SY441T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X110MM
SY441TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X110MM
SY442T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X120MM
SY442TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X120MM
SY443T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X130MM
SY443TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X130MM
SY444T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X140MM
SY444TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X140MM
SY445T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X150MM
SY445TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X150MM
SY510TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X25MM CÁNULADO.
SY511TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X30MM CÁNULADO.
SY512TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X35MM CÁNULADO.
SY513TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X40MM CÁNULADO.
SY514TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X45MM CÁNULADO.
SY515TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X50MM CÁNULADO.
SY520TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X25MM CÁNULADO.
SY521TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X30MM CÁNULADO.
SY522TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X35MM CÁNULADO.
SY523TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X40MM CÁNULADO.
SY524TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X45MM CÁNULADO.
SY525TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X50MM CÁNULADO.
SY530TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X25MM CÁNULADO.
SY531TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X30MM CÁNULADO.
SY532TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X35MM CÁNULADO.
SY533TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X40MM CÁNULADO.
SY534TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X45MM CÁNULADO.

SY535TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X50MM CÁNULADO.
SY536TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X55MM CÁNULADO.
SY537TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X60MM CÁNULADO.
SY538TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X70MM CÁNULADO.
SY539TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X80MM CÁNULADO.
SY540TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X25MM CÁNULADO.
SY541TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X30MM CÁNULADO.
SY542TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X35MM CÁNULADO.
SY543TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X40MM CÁNULADO.
SY544TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X45MM CÁNULADO.
SY545TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X50MM CÁNULADO.
SY546TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X55MM CÁNULADO.
SY547TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X60MM CÁNULADO.
SY548TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X70MM CÁNULADO.
SY549TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X80MM CÁNULADO.
SY551TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X30MM CÁNULADO.
SY552TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X35MM CÁNULADO.
SY553TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X40MM CÁNULADO.
SY554TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X45MM CÁNULADO.
SY555TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X50MM CÁNULADO.
SY556TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X55MM CÁNULADO.
SY557TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X60MM CÁNULADO.
SY558TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X70MM CÁNULADO.
SY559TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X80MM CÁNULADO.
SY562TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X35MM CÁNULADO.
SY563TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X40MM CÁNULADO.
SY564TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X45MM CÁNULADO.
SY565TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM CÁNULADO.
SY566TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X55MM CÁNULADO.
SY567TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X60MM CÁNULADO.
SY568TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X70MM CÁNULADO.
SY569TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X80MM CÁNULADO.
SY572TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X35MM CÁNULADO.
SY573TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X40MM CÁNULADO.
SY574TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X45MM CÁNULADO.
SY575TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X50MM CÁNULADO.
SY576TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X55MM CÁNULADO.
SY577TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X60MM CÁNULADO.
SY578TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X70MM CÁNULADO.
SY579TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X80MM CÁNULADO.
SY610TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X25MM CÁNULADO.
SY611TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X30MM CÁNULADO.
SY612T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X35MM CÁNULADO.
SY612TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X35MM CÁNULADO.
SY613T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X40MM CÁNULADO.
SY613TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X40MM CÁNULADO.
SY614T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X45MM CÁNULADO.
SY614TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X45MM CÁNULADO.

SY615T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X50MM CÁNULADO.
SY615TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X50MM CÁNULADO.
SY620TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X25MM CÁNULADO.
SY621TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X30MM CÁNULADO.
SY622T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM CÁNULADO.
SY622TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM CÁNULADO.
SY623T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM CÁNULADO.
SY623TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM CÁNULADO.
SY624T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM CÁNULADO.
SY624TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM CÁNULADO.
SY625T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM CÁNULADO.
SY625TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM CÁNULADO.
SY630TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X25MM CÁNULADO.
SY631TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X30MM CÁNULADO.
SY632T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM CÁNULADO.
SY632TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM CÁNULADO.
SY633T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM CÁNULADO.
SY633TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM CÁNULADO.
SY634T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM CÁNULADO.
SY634TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM CÁNULADO.
SY635T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM CÁNULADO.
SY635TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM CÁNULADO.
SY636T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM CÁNULADO.
SY636TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM CÁNULADO.
SY637T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM CÁNULADO.
SY637TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM CÁNULADO.
SY638TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X70MM CÁNULADO.
SY639TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X80MM CÁNULADO.
SY640TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X25MM CÁNULADO.
SY641TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X30MM CÁNULADO.
SY642T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM CÁNULADO.
SY642TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM CÁNULADO.
SY643T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM CÁNULADO.
SY643TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM CÁNULADO.
SY644T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM CÁNULADO.
SY644TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM CÁNULADO.
SY645T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM CÁNULADO.
SY645TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM CÁNULADO.
SY646T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM CÁNULADO.
SY646TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM CÁNULADO.
SY647T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM CÁNULADO.
SY647TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM CÁNULADO.
SY648TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X70MM CÁNULADO.
SY649TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X80MM CÁNULADO.
SY651TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X30MM CÁNULADO.
SY652TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X35MM CÁNULADO.
SY653TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X40MM CÁNULADO.
SY654TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X45MM CÁNULADO.

SY655TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X50MM CÁNULADO.
SY656TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X55MM CÁNULADO.
SY657TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X60MM CÁNULADO.
SY658TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X70MM CÁNULADO.
SY659TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X80MM CÁNULADO.
SY662TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X35MM CÁNULADO.
SY663TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X40MM CÁNULADO.
SY664TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X45MM CÁNULADO.
SY665TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X50MM CÁNULADO.
SY666TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X55MM CÁNULADO.
SY667TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X60MM CÁNULADO.
SY668TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X70MM CÁNULADO.
SY669TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X80MM CÁNULADO.
SY672TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X35MM CÁNULADO.
SY673TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X40MM CÁNULADO.
SY674TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X45MM CÁNULADO.
SY675TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X50MM CÁNULADO.
SY676TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X55MM CÁNULADO.
SY677TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X60MM CÁNULADO.
SY678TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X70MM CÁNULADO.
SY679TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X80MM CÁNULADO.
SY688TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X90MM CÁNULADO.
SY689TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X100MM CÁNULADO.
SY690TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X110MM CÁNULADO.
SY691TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X90MM CÁNULADO.
SY692TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X100MM CÁNULADO.
SY693TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X110MM CÁNULADO.
SY694TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X90MM CÁNULADO.
SY695TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X100MM CÁNULADO.
SY696TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X110MM CÁNULADO.
SY697TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X90MM CÁNULADO.
SY698TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X100MM CÁNULADO.
SY699TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X110MM CÁNULADO.
SY701TS	ENNOVATE CONECTOR DE BARRA AXIAL 19MM
SY702TS	ENNOVATE CONECTOR DE BARRA AXIAL 34MM
SY703TS	ENNOVATE CONECT.BARRA PARAL.CERRADO 7MM
SY704TS	ENNOVATE CONECT.BARRA PARAL.CERRADO 11MM
SY705TS	ENNOVATE CONEC.BARRA PARAL.AB./CERR. 7MM
SY706TS	ENNOVATE CONEC.BARRA PARAL.AB./CERR. 11MM
SY711TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.CERRADO 20MM
SY712TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.CERRADO 35MM
SY713TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.CERRADO 50MM
SY716TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.ABIERTO 20MM
SY717TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.ABIERTO 35MM
SY718TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.ABIERTO 50MM
SY722TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X35MM FENESTR.
SY723TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X40MM FENESTR.
SY724TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X45MM FENESTR.

SY725TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X50MM FENESTR.
SY732TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X35MM FENESTR.
SY733TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X40MM FENESTR.
SY734TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X45MM FENESTR.
SY735TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X50MM FENESTR.
SY736TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X55MM FENESTR.
SY737TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X60MM FENESTR.
SY738TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X70MM FENESTR.
SY739TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X80MM FENESTR.
SY742TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X35MM FENESTR.
SY743TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X40MM FENESTR.
SY744TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X45MM FENESTR.
SY745TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X50MM FENESTR.
SY746TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X55MM FENESTR.
SY747TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X60MM FENESTR.
SY748TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X70MM FENESTR.
SY749TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X80MM FENESTR.
SY752TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X35MM FENESTR.
SY753TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X40MM FENESTR.
SY754TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X45MM FENESTR.
SY755TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X50MM FENESTR.
SY756TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X55MM FENESTR.
SY757TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X60MM FENESTR.
SY758TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X70MM FENESTR.
SY759TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X80MM FENESTR.
SY762TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X35MM FENESTR.
SY763TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X40MM FENESTR.
SY764TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X45MM FENESTR.
SY765TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM FENESTR.
SY766TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM FENESTR.
SY767TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X60MM FENESTR.
SY768TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X70MM FENESTR.
SY769TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X80MM FENESTR.
SY772TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X35MM FENESTR.
SY773TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X40MM FENESTR.
SY774TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X45MM FENESTR.
SY775TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X50MM FENESTR.
SY776TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X55MM FENESTR.
SY777TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X60MM FENESTR.
SY778TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X70MM FENESTR.
SY779TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X80MM FENESTR.
SY822TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM FENESTR.
SY823TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM FENESTR.
SY824TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM FENESTR.
SY825TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM FENESTR.
SY832TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM FENESTR.
SY833TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM FENESTR.
SY834TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM FENESTR.

SY835TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM FENESTR.
SY836TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM FENESTR.
SY837TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM FENESTR.
SY838TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X70MM FENESTR.
SY839TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X80MM FENESTR.
SY842TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM FENESTR.
SY843TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM FENESTR.
SY844TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM FENESTR.
SY845TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM FENESTR.
SY846TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM FENESTR.
SY847TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM FENESTR.
SY848TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X70MM FENESTR.
SY849TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X80MM FENESTR.
SY852TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X35MM FENESTR.
SY853TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X40MM FENESTR.
SY854TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X45MM FENESTR.
SY855TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X50MM FENESTR.
SY856TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X55MM FENESTR.
SY857TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X60MM FENESTR.
SY858TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X70MM FENESTR.
SY859TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X80MM FENESTR.
SY862TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X35MM FENESTR.
SY863TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X40MM FENESTR.
SY864TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X45MM FENESTR.
SY865TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X50MM FENESTR.
SY866TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X55MM FENESTR.
SY867TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X60MM FENESTR.
SY868TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X70MM FENESTR.
SY869TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X80MM FENESTR.
SY872TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X35MM FENESTR.
SY873TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X40MM FENESTR.
SY874TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X45MM FENESTR.
SY875TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X50MM FENESTR.
SY876TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X55MM FENESTR.
SY877TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X60MM FENESTR.
SY878TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X70MM FENESTR.
SY879TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X80MM FENESTR.
SY900T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X30MM
SY900TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X30MM
SY901T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X35MM
SY901TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X35MM
SY902T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X40MM
SY902TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X40MM
SY903T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X45MM
SY903TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X45MM
SY904T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X50MM
SY904TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X50MM
SY905T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X55MM

SY905TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X55MM
SY906T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X60MM
SY906TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X60MM
SY907T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X70MM
SY907TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X70MM
SY908T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X80MM
SY908TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X80MM
SY909T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X90MM
SY909TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X90MM
SY910T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X100MM
SY910TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X100MM
SY911T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X110MM
SY911TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X110MM
SY912T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X120MM
SY912TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X120MM
SY913T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X130MM
SY913TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X130MM
SY914T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X140MM
SY914TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X140MM
SY915T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X150MM
SY915TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X150MM
SY916T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X160MM
SY916TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X160MM
SY917T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X170MM
SY917TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X170MM
SY918T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X180MM
SY918TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X180MM
SY919T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X190MM
SY919TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X190MM
SY920T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X200MM
SY920TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X200MM
SY921T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X300MM
SY921TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X300MM
SY922T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X400MM
SY922TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X400MM
SY923T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X500MM
SY923TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X500MM
SY930T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X30MM
SY930TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X30MM
SY931T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X35MM
SY931TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X35MM
SY932T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X40MM
SY932TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X40MM
SY933T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X45MM
SY933TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X45MM
SY934T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X50MM
SY934TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X50MM
SY935T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X55MM

SY935TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X55MM
SY936T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X60MM
SY936TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X60MM
SY937T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X70MM
SY937TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X70MM
SY938T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X80MM
SY938TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X80MM
SY939T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X90MM
SY939TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X90MM
SY940T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X100MM
SY940TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X100MM
SY941T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X110MM
SY941TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X110MM
SY942T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X120MM
SY942TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X120MM
SY943T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X130MM
SY943TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X130MM
SY944T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X140MM
SY944TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X140MM
SY945T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X150MM
SY945TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X150MM
Instrumental	
FW023R	SSE/S4/ENNOVATE DISTRAKTIONSZANGE KLEIN
FW181R	S4/ENNOVATE PINZA DE DISTRACCION
FW184R	S4/ENNOVATE PINZA DE COMPRESION
FW210R	S4/ENNOVATE PINZA DE COMPRESION V. NUEVO
FW237R	S4/ENNOVATE FRI LLAVES DE TUERCAS
FW238R	S4/ENNOVATE FRI DISTRACTOR
FW241R	S4/ENNOVATE FRI DISTRACT. DE HUSO C.ROSCA
FW281R	S4 ELEMENT/ENNOVATE PINZA DE DISTRACCION
FW282R	S4 ELEMENT/ENNOVATE PINZA DE COMPRESION
FW692R	S4/ENNOVATE PERCUTÁNEO INSTR.DE LIMPIEZA
JK344	CUBETA PARA CONTENEDOR 1/2 ALTURA:187MM
JK386	BASE TAPA INFERIOR 1/1-CONT.AZUL
JK444	CUBETA PARA CONTENEDOR 1/1 ALTURA:187MM
JK486	BASE TAPA INFERIOR 1/2-CONT.AZUL
SR136SU	Ennovate Canula Inyeccion abierta
SR137R	Ennovate Casquillo P. Can.Inyecc.Abierta
SR138SU	Ennovate Canula Inyeccion Mis
SR139R	Ennovate Casquillo P. Canula Inyecc.Mis
SZ222R	ENNOVATE MANGO DE CARRACA RECTO MEDIO
SZ224R	ENNOVATE MANGO DE CARRACA EN T
SZ225R	ENNOVATE MANGO DE CARRACA FORMA DE GOTA
SZ228R	ENNOVATE MANGO DINAMOMETRICO 10NM
SZ229R	ENNOVATE MANGO DINAMOMETRICO 5NM
SZ231R	ENNOVATE MANGO DE DISTRACTOR PARALELO
SZ232R	ENNOVATE MANGO DE COMPRESOR PARALELO
SZ233R	ENNOVATE MANGO DE DISTR.PARALELO ABIERTO

SZ234R	ENNOVATE MANGO DE COMPR.PARALELO ABIERTO
SZ241R	ENNOVATE PUNZON
SZ242R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICULAR LUMB.RECTO
SZ243R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICULAR LUMB.CRV
SZ244R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICUL.TORÁC.RECTO
SZ245R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICUL.TORÁC.CRV
SZ246R	ENNOVATE SONDA PEDICULAR C.BOTÓN RECTA
SZ247R	ENNOVATE SONDA PEDICULAR C.BOTÓN CRV.
SZ248R	ENNOVATE MARCADOR PEDICULAR ANILLO DOBLE
SZ249R	ENNOVATE MARCADOR PEDICULAR ANILLO ÚNICO
SZ252R	ENNOVATE EXTREMOS TRABAJO PARAL.ABIERT.
SZ253R	ENNOVATE EXTREMOS TRABAJO PARAL.ABIERT.
SZ254R	ENNOVATE ROSCADOR P.D4,5MM CÁNULADOS
SZ255R	ENNOVATE ROSCADOR P.D5,5MM CÁNULADOS
SZ256R	ENNOVATE ROSCADOR P.D6,5MM CÁNULADOS
SZ257R	ENNOVATE ROSCADOR P.D7,5MM CÁNULADOS
SZ258R	ENNOVATE ROSCADOR P.D8,5MM CÁNULADOS
SZ259R	ENNOVATE ROSCADOR P.D9,5MM CÁNULADOS
SZ260R	ENNOVATE ROSCADOR P.D10,5MM CÁNULADOS
SZ262R	ENNOVATE DESTORNILLADOR
SZ263R	ENNOVATE PREPARAD.PEDIC.LUMBAR RCT.ANCHO
SZ264R	ENNOVATE PREPARAD.PEDIC.TORÁC.RCT.ANCHO
SZ265R	ENNOVATE INSTR. ALINEAC.DE CABEZA TORN.
SZ267SU	ENNOVATE PATRÓN A CURVAR DE BARRA 300MM
SZ270R	ENNOVATE PINZA A CURVAR DE BARRA AJUST.
SZ272R	ENNOVATE PINZA A GUARDAR DE BARRA
SZ273R	ENNOVATE APRETADOR DE BARRA
SZ275R	ENNOVATE APRETAD. DE BARRA BIFUR.CURVO
SZ276R	ENNOVATE CONTRASOPORTE P.PINZA A APRETAR
SZ277R	ENNOVATE PINZA A APRETAR DE BARRA
SZ280R	ENNOVATE INSTR.INSERCIÓN P/TUERCA CIERRE
SZ282R	ENNOVATE CONTRASOPORTE FORMA L
SZ283R	ENNOVATE VÁSTAGO P.LLAVE DINAMOMETR.10NM
SZ290R	ENNOVATE PINZA A GUARDAR CONECT.TRANSV.
SZ291R	ENNOVATE INSTR.DE MEDIC.P.CONECT.TRANSV.
SZ292R	ENNOVATE CONTRASOPORTE P.CONECTORES
SZ295R	ENNOVATE INSTR.DE MEDIC.P.CONECT.BARRA
SZ296R	ENNOVATE CONTRASOPORTE P.CONECTOR BARRA
SZ297R	ENNOVATE VÁSTAGO P.LLAVE DINAMOMETR.5NM
SZ365R	ENNOVATE MIS TROCAR P.ALAMBRE K CORTO
SZ366R	ENNOVATE MIS CASQUILLO DE ALAMBRE CORTO
SZ367R	ENNOVATE MIS ALICATE P.ALAMBRE K
SZ368R	ENNOVATE MIS MARTILLO C.RANURA
SZ369S	ENNOVATE MIS ALAMBRE K CORTO
SZ370	ENNOVATE MIS ALAMBRE K NITINOL CORTO
SZ371R	ENNOVATE MIS AYUDA ORIENT.INCIS.CUTANE
SZ372T	ENNOVATE MIS DILATADOR S
SZ373T	ENNOVATE MIS DILATADOR M

SZ374T	ENNOVATE MIS DILATADOR L
SZ375T	ENNOVATE MIS MANGO P.DILATADORES
SZ376R	ENNOVATE MIS PREPARADOR PEDICUL.LUMB.RCT
SZ377R	ENNOVATE MIS MEDIDOR DE LONGITUD DE TORN
SZ378R	ENNOVATE MIS CASQUILLO A APRETAR CORTO
SZ379R	ENNOVATE MIS INSTR.DE CIERRE P.CASQUILLO
SZ380R	ENNOVATE MIS CLAVE DE EXTRACCIÓN CORTA
SZ381R	ENNOVATE MIS DESTORNILLADOR CORTO
SZ382R	ENNOVATE MIS INSTR.MEDIC.LONG.BARRA CRT.
SZ384R	ENNOVATE MIS INSTR.INS.BARRA CONS.CRT.
SZ385R	ENNOVATE MIS INSTR.INS.BARRA CONS.LARGA
SZ387R	ENNOVATE MIS INDICADOR DE BARRA CORTO
SZ388R	ENNOVATE MIS CASQUILLO PARALLELO
SZ389R	ENNOVATE MIS INSTR.APRETAR DE BARRA CRT.
SZ390R	ENNOVATE MANGO P.INSTR.APRETAR DE BARRA
SZ391R	ENNOVATE INSTR.INSERC.TORN.CIERRE CORTO
SZ392R	ENNOVATE MIS MANGO DE CONTRASOPORTE
SZ393R	ENNOVATE POLYBLOCKER
SZ394T	ENNOVATE MIS APAR.DE COMPR./DISTRACCIÓN
SZ395R	ENNOVATE MIS ANILLO C P.APARATO CO/DI
SZ396R	ENNOVATE MIS CASQUILLO P.CAGES
SZ397R	ENNOVATE MIS INSTR.APRET.BARRA RÁPID.CRT
SZ398P	ENNOVATE MIS VAINA TROC.ALINEACIÓN CORTO
SZ399R	ENNOVATE MIS INSTR.DE ALINEACIÓN CORTO
SZ405R	ENNOVATE FRI CASQUILLO A APRETAR CORTO
SZ406R	ENNOVATE FRI INSTR.DE PREFIJACIÓN CORTO
SZ407R	ENNOVATE FRI INSTR.APRETAR DE BARRA CRT
SZ408R	ENNOVATE FRI INSTR.INSERC.TORN.CIER.CRT.
SZ411R	ENNOVATE FRI BRAZO DISTRACTOR
SZ412R	ENNOVATE FRI ANILLO C P.DISTRACT DE HUSO

Condición de uso: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

Nombre del fabricante: AESCULAP AG

Lugar/es de elaboración: Am Aesculap- Platz, 78532 Tuttlingen-Alemania.

Expediente Nº 1-47-3110-5043-18-7

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.06.03 10:00:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.03 10:00:58 -03'00'

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

FOLIO 180

Modelo de Rótulos Implante Estéril

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 2° piso - Cap. Fed. - Argentina
FABRICANTE: Aesculap AG / Am Aesculap- Platz, 78532 Tuttlingen - Alemania

Nombre genérico: Sistema de implantes para columna vertebral
Marca: Aesculap
Modelo: xxx

LOT "Lote"

"Fecha de caducidad"

"No reutilizar"

STERILE R "Método de esterilización: Radiación Gamma"

"Véase las instrucciones de uso"

Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430.

Autorizado por la ANMAT, PM-669-335

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 16.263

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 181 DIR. NAC. PROD. MED.

Modelo de Rótulos Implante No Estéril

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 2° piso - Cap. Fed. – Argentina
FABRICANTE: Aesculap AG / Am Aesculap- Platz, 78532 Tuttlingen - Alemania

Nombre genérico: Sistema de implantes para columna vertebral
Marca: Aesculap
Modelo: xxx

LOT "Lote"

"No reutilizar"

NON STERILE "No esteril"

"Véase las instrucciones de uso"

Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430.

Autorizado por la ANMAT, PM-669-335

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 10.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 182 DIR. NAC. PROD. MED.

Modelo de Rótulo de Instrumental Estéril

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 Piso 2º (1027) Cap. Fed. – Argentina
FABRICANTE: Aesculap AG / Am Aesculap-Platz - 78532 – Tuttlingen – Alemania

Nombre genérico: Sistema de implantes para columna vertebral
Marca: Aesculap
Modelo: xxx

LOT "Número de lote"

"Fecha de caducidad"

"No reutilizar"

STERILE R "Método de esterilización: Radiación Gamma"

Atención: véase instrucciones de uso"

Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430
Autorizado por la ANMAT PM-669-335
Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 10.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 183 DIR. NAC. PROD. MED.

Modelo de Rótulo de Instrumental No Estéril

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 Piso 2° (1027) Cap. Fed. – Argentina
FABRICANTE: Aesculap AG / Am Aesculap-Platz - 78532 – Tuttlingen – Alemania

Nombre genérico: Sistema de implantes para columna vertebral
Marca: Aesculap
Modelo: xxx

"No estéril"

"Número de lote"

"Véase las instrucciones de uso"

Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430
Autorizado por la ANMAT PM-669-335
Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 184 DIR. NAC. PROD. MED.

Modelo de instrucciones de uso

1. Fabricante e importador:

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 2° piso - Cap. Fed. - Argentina
FABRICANTE: Aesculap AG / Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen - Alemania

2. Nombre genérico: Sistema de implantes para columna vertebral
3. Marca: Aesculap
4. Modelo: xxx
5. "No reutilizar"
6. "No estéril"
7. STERILE R "Método de esterilización: Radiación"
8. "Véase las instrucciones de uso"
9. **Director Técnico:** Farm. Mariano Peralta M.N. 13430
10. Autorizado por la ANMAT, PM-669-335
11. Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Indicaciones
Los implantes Ennovate Spinal System se utilizan para la estabilización dorsal de uno o varios segmentos de las regiones lumbar, torácica y sacra de la columna vertebral.

Finalidad de uso
- Fracturas
- Pseudoartrosis o restablecimiento lento
- Dislocacion
- Inestabilidades degenerativas
- Sindrome postdisquectomia
- Espondilolistesis
- Cifosis
- Lordosis
- Escoliosis
- Estenosis
- Inestabilidades postraumáticas
- Tumores

✓El sistema Ennovate fue desarrollado y diseñado para esqueletos adultos, pero queda a discreción del médico responsable la implantación del mismo en esqueletos inmaduros.

Contraindicaciones absolutas
No utilizar en los siguientes casos:

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 85 DIR. NAC. PROD. MED.

- Daños graves de la estructura ósea de la columna vertebral que puedan impedir una implantación estable de los componentes del implante, p. ej. Osteopenia, osteoporosis aguda, Morbus Paget, tumores óseos, etc.
- Enfermedades metabólicas o degenerativas del metabolismo óseo por las que no pueda garantizarse un anclaje firme del sistema de implantes.
- Sospecha de alergia o rechazo a alguno de los materiales del implante
- Infecciones agudas o crónicas en la columna vertebral, de tipo local o sistémico
- Colaboración insuficiente por parte del paciente o capacidad limitada de seguir las indicaciones medicas, sobre todo en la fase postoperatoria, incluidas las restricciones relativas al rango de movilidad, principalmente en lo que respecta a la realización de ejercicio y de la actividad profesional
- En otros casos no especificados en las indicaciones

Contraindicaciones relativas

La utilización del sistema de implantes puede estar asociada a un mayor riesgo clínico en las circunstancias siguientes, por lo que se requiere una evaluación individual detallada por parte del cirujano:

- Condiciones medicas o quirúrgicas que puedan tener un efecto negativo sobre el éxito del implante, incluidas alteraciones de la cicatrización.
- Condiciones de fondo que puedan provocar una sobrecarga de la columna o de los implantes, p. ej. Embarazo, adiposis, trastornos neuromusculares o enfermedad
- Mal estado general del paciente, p. ej. Adicción a las drogas o alcoholismo

Efectos secundarios e interacciones

Los riesgos generales de una intervención quirúrgica se dan por conocidos y, por tanto, no se describen en estas instrucciones de uso.

Los posibles riesgos, incluidas las consecuencias clínicas resultantes, de la utilización del sistema de implantes, incluyen, aunque no se limitan a:

- Fallo del implante por sobrecarga
  - Doblamiento
  - Aflojamiento
  - Rotura
- Estabilización insuficiente que haga necesaria una nueva operación para la revisión o extracción del sistema de implantes
- Sin fusión o fusión retardada
- Infección
- Fractura de vertebras
- Lesiones de las estructuras circundantes, especialmente:
  - Raíces nerviosas
  - Medula espinal
  - Vasos
  - Órganos
- Alteración de la curvatura fisiológica de la columna vertebral
- Afecciones neurológicas, incluido un mal funcionamiento del sistema gastrointestinal, urológico y/o reproductivo
- Dolor o malestar
- Bursitis
- Perdida de densidad ósea por falta de carga
- Atrofia o fractura ósea en la parte superior o inferior de la zona de la columna tratada

IF-2019-45356912-APN-DNPM#ANMAT
Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TECNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 186 DIR. NAC. PROD. MED.

- Limitación de las facultades
- Persistencia de los síntomas tras la implantación
- Paresis
- Nueva operación para la extracción del sistema de implantes
- Hipersensibilidad a los metales o rechazo
- Grietas en la duramadre
- Meningitis

Implantación

Utilice tornillos poliaxiales/monoaxiales y varillas Ennovate Spinal System

Para mas información acerca de la implantacion del sistema de implantes, consulte el manual quirúrgico correspondiente. Preste especial atención a lo siguiente:

- Asegúrese de que todos los componentes de implante necesarios estén disponibles.
- El instrumental para la implantacion, incluido el instrumental especial del sistema de implantes Aesculap, esta completo y funciona correctamente.

ADVERTENCIA

Peligro para el paciente si se daña el tornillo pedicular al sacarlo del embalaje.

- **Al unir el tornillo pedicular con el destornillador SZ262R no retenerlo nunca en el embalaje.**

ADVERTENCIA

Daños a la médula espinal y las raíces nerviosas por una aplicación incorrecta.

Hemorragia grave o incluso mortal si se produce una lesión de los vasos sanguíneos.

- **Posicione el instrumental y apriete el tornillo pedicular solo bajo control radiográfico o con ayuda de un sistema de navegación.**
- **Asegúrese de no atravesar el cortical anterior ni lateral al apretar el tornillo.**
- **Asegúrese de que los grandes vasos no están erosionados, no se atraviesan durante la implantación ni resultan dañados debido a una rotura o desplazamiento de los implantes después de la implantación.**
- **Asegúrese de que los vasos no resultan erosionados al posicionar con más exactitud de los implantes.**

► Colocar los tornillos en el hueso ejerciendo únicamente una fuerza axial. Evitar que se produzcan cargas laterales durante el enroscado.

► No deformar ningún implante metálico, a excepción de las varillas del Ennovate Spinal Systems.

► No curvar en exceso o en sentido inverso las varillas.

► Utilizar únicamente instrumental Ennovate Spinal System para curvar las varillas.

► Para separar las varillas, emplear únicamente instrumentos de corte del instrumentario Ennovate Spinal System.

► No separar las varillas en puntos excesivamente curvos para los instrumentos de corte.

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TECNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 16.268

IF-2019-45356912-APN-DNPM#ANMAT

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 187 DIR. NAC. PROD. MED.

ADVERTENCIA

Fijación insuficiente por colocación incorrecta de la barra.

- **Colocar siempre ambos extremos de la varilla de tal forma que tanto el extremo hexagonal como el extremo en forma de punta se encuentren fuera de la cabeza del implante.**
- **Adapte la curvatura de la barra a las circunstancias anatómicas.**
- **No efectúe ninguna curvatura de la barra en la zona de la cabeza del tornillo.**
- **No efectúe ninguna curvatura de la barra en la zona de la cabeza del tornillo.**
- **Compruebe y verifique la posición de la barra en la base de la ranura.**

► Para colocar el tornillo de bloqueo, utilizar siempre el instrumento de inserción de tornillos de bloqueo previsto para tal fin.
► Para apretar y aflojar el tornillo de bloqueo, utilizar siempre el destornillador y la contrapieza previstos para tal fin.
► Apretar los tornillos de bloqueo siempre con el mango dinamométrico previsto para tal fin.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si el tornillo de bloqueo no está correctamente montado.

- **Colocar correctamente el tornillo de bloqueo.**
- **Comprobar que las varillas están correctamente asentadas en la base de la ranura.**
- **Apretar el el tornillo de bloqueo con el mango dinamométrico hasta que este salte con un clic audible.**

ADVERTENCIA

Daños en el implante por un apriete excesivo o una fijación insuficiente debido a un apriete insuficiente del tornillo de bloqueo.

- **Antes de cada uso, comprobar la fecha de recalibración/mantenimiento indicada en la marca de mantenimiento del mango dinamométrico.**
- **Asegurarse de que el extremo de trabajo del vástago del mango dinamométrico de 10 Nm encaje perfectamente en la cavidad interior del tornillo de bloqueo al apretar o aflojar completamente los tornillos.**
- **Aplicar el par de apriete lenta y no bruscamente hasta que el mango dinamométrico salte con un clic audible.**
- **Para aflojar la unión roscada, utilice un destornillador rígido.**

ADVERTENCIA

La cabeza del implante se abrirá al apretar el tornillo de bloqueo si no se utiliza la contra-torque.

- **Utilizar siempre la contrapieza a la hora de apretar el tornillo de bloqueo.**

► En caso de que se suelte la cabeza del tornillo durante una revisión de los tornillos poliaxiales de mayor tamaño (7,5 mm o superior), retirar los componentes remanentes del tornillo con el destornillador para tornillos de bloqueo.

Utilice un conector transversal de barras Ennovate Spinal System
Para la implantación del conector transversal de barras Ennovate Spinal System deberán seguirse obligatoriamente los siguientes pasos:
► Colocar el conector transversal con ayuda de la pinza de sujeción para conectores transversales o con el instrumento de inserción para conectores transversales en el punto del implante predefinido por el cirujano.

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TECNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 188 DIR. NAC. PROD. MED.

ATENCIÓN

El conector transversal de barras quedará inservible si se extrae el tornillo de bloqueo o si éste falla.
- **No desenroscar bajo ningún concepto los tornillos de bloqueo del conector transversal de barras.**
- **No confundir bajo ningún concepto los tornillos de bloqueo con otros componentes del conector transversal de barras.**
- **Utilizar el del conector transversal de barras solo si están disponibles todos los tornillos de bloqueo.**

► Antes de apretar los tornillos de bloqueo, asegurarse de que el conector transversal de barras de esta colocado correctamente.

ADVERTENCIA

Fijación insuficiente por colocación incorrecta de la barra.
- **Colocar siempre el conector transversal de barras de manera que la barra se introduzca completamente dentro.**
- **Colocar siempre las barras de tal manera que el extremo del hexágono y la punta de la varilla se encuentren en el exterior de la zona de sujeción del conector transversal de barras.**

► Para apretar y aflojar el tornillo de bloqueo, utilizar siempre el vástago para llave dinamométrica de 5 Nm en combinación con la contratorque previstos para tal fin.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si no se coloca bien el conector de barras.
- **Respete el orden de apriete del tornillo de bloqueo.**
- **Compruebe que la colocación es la correcta.**

► Apretar los tornillos de bloqueo siempre con el mango dinamométrico de 5 Nm previsto para tal fin.
► Si se utilizan conectores de barras abiertos, apriete primero el tornillo de bloqueo con marcado con un 1 y a continuación, el tornillo de bloqueo marcado con un 2 con el mango dinamométrico de 5 Nm previsto para tal fin.

ADVERTENCIA

Daños en el implante por un apriete excesivo o una fijación insuficiente debido a un apriete insuficiente del tornillo de bloqueo.
- **Antes de cada uso, comprobar la fecha de recalibración/mantenimiento indicada en la marca de mantenimiento del mango dinamométrico.**
- **Asegurarse de que el extremo del mango dinamométrico de 5 Nm encaje perfectamente en la cavidad interior del tornillo de bloqueo al apretar o aflojar completamente los tornillos.**
- **Aplicar el par de apriete lenta y no bruscamente hasta que el mango dinamométrico salte con un clic audible.**
- **Apretar los tornillos de bloqueo con el mango dinamométrico de 5 Nm.**
- **Colocar correctamente el conector transversal de barras.**
- **Asegurarse de que las barras se introducen completamente dentro del conector transversal de barras.**
- **Asegurarse de que ningún tejido blando quede atrapado en el conector transversal de barras.**
- **Para aflojar la unión roscada, utilice un destornillador rígido.**

► Apretar o aflojar los tornillos de bloqueo ejerciendo únicamente una fuerza axial. Evitar que se produzcan cargas laterales al apretar o aflojar los tornillos de bloqueo.

Ennovate Spinal System fijar los tornillos fenestrados con cemento óseo

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TECNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

IF-2019-45356912-APN-INPM#ANMAT

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 188 DIR. NAC. PROD. MED.

El tornillo fenestrado Ennovate puede fijarse con cemento óseo para incrementar la estabilidad del anclaje. A la hora de cementarlo, debe tenerse en cuenta:

Nota

La cementación se realiza después de la correcta orientación de todos los tornillos y del ajuste de las varillas de unión y antes del bloqueo del tornillo fenestrado Ennovate.

ADVERTENCIA

Daños en el implante si se producen fuerzas transversales excesivas al utilizar la cánula de inyección.

- **No someter la cánula de inyección a fuerzas transversales.**
- **No curvar la cánula de inyección.**

Nota

Tras la cementación del tornillo fenestrado Ennovate ya no es posible modificar la posición del implante, ni utilizar la palanca de reposición ni efectuar correcciones.

Nota

Después de la cementación del tornillo fenestrado Ennovate, la explantación puede ser complicada, en especial en casos de osteopenia.

► Antes de aplicar el cemento, colocar y enroscar la cánula de inyección Ennovate por completo y sin ejercer fuerza en la cabeza del tornillo óseo.

► Comprobar que la consistencia y la viscosidad del cemento óseo utilizado son adecuadas antes de colocar el aplicador en la cánula de inyección. Leer detenidamente las instrucciones del fabricante del cemento óseo.

► Cementar el tornillo fenestrado Ennovate solo con un cemento indicado para reforzar la fijación.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por fugas de cemento.

- **Preparar y posicionar los implantes únicamente con la ayuda de procedimientos de diagnóstico por imagen.**
- **Asegurarse de que las ranuras del tornillo fenestrado Ennovate se han introducido por completo en el hueso.**
- **Asegurarse de que la cortical pedicular no está perforada.**
- **No penetrar en la cortical opuesta y asegurarse de que no está dañada.**
- **No colocar ni cementar el tornillo fenestrado Ennovate en el cuerpo vertebral fracturado ni parcialmente resecado. Realizar un control preoperatorio TC de capa fina.**
- **Colocar y enroscar la cánula de inyección Ennovate en la cabeza del tornillo sin ejercer fuerza. Asegurarse de que los ejes del tornillo pedicular y de la cánula de inyección queden alineados.**
- **La aplicación de cemento sólo se puede realizar si se dispone de procedimientos radiográficos de creación de imágenes de alta calidad. La cantidad máxima de cemento por tornillo pedicular es de 2 ml.**

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 150 DIR. NAC. PROD. MED.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por incompatibilidad de materiales.
- **Utilizar exclusivamente sistemas de aplicación aptos para cemento óseo.**

ADVERTENCIA

Peligro de que se ensucie la rosca de bloqueo y de que la fijación no sea la suficiente al retirar el sistema de aplicación, si el cemento no tiene la viscosidad adecuada.
- **Asegurarse de que el cemento tiene la viscosidad adecuada.**

ADVERTENCIA

Peligro de contaminación de la herida si el cemento no se deja fraguar lo suficiente. Peligro de que la rosca del tornillo de bloqueo quede obturada y el sistema no sea estable.
- **Respetar el tiempo de fraguado.**
- **Amasar la medida de referencia para la comprobación de la consistencia al mismo tiempo que el cemento a aplicar.**
- **Asegurarse de que el sistema de implantes no soporta ninguna carga antes de que el cemento haya alcanzado su dureza máxima.**

- Dejar fraguar el cemento por completo a fin de poder retirar la cánula de inyección.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Producto

El cirujano debe comprender y explicar al paciente las siguientes advertencias, precauciones y posibles efectos secundarios:

- No utilizar implantes dañados o usados.
- No se podrán emplear implantes en los que se adhieran partículas externas.
- No combinar componentes de implante de acero inoxidable con componentes de implante de titanio, ya que esto acelerara el proceso de corrosión del acero inoxidable, pudiendo provocar un fracaso del implante debido a la fatiga del material.
- La homologación y las pruebas de los componentes del implante se han realizado en combinación con componentes Aesculap. El cirujano será el responsable en caso de realizar otro tipo de combinaciones.
- Si la curación se retrasa, la fatiga del metal puede producir una rotura del implante.
- Aunque el endurecimiento óseo sea total, puede producirse una deformación, fractura o aflojamiento de los componentes del implante.
- Seguir las instrucciones de uso de los distintos componentes del implante Aesculap y del instrumental utilizado, así como el manual quirúrgico correspondiente.

ATENCIÓN

Peligro de rotura de los componentes del implante si se combinan con componentes de implante de otros fabricantes.
- **Utilizar solo componentes del implante Aesculap de Ennovate System.**

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

IF-2019-45356912-APN-DNPM#ANMAT

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 181 DIR. NAC. PROD. MED.

ADVERTENCIA

Peligro de rotura de los tornillos si se utilizan tornillos pediculares en casos de espondilolistesis.
► Reforzar estabilización mediante fusión intercorporal (ALIF, PLIF o TLIF).

ADVERTENCIA

Peligro de dificultar la revisión.
► Si se emplea cemento óseo, utilizar solo los tornillos fenestrados previstos para este fin.
► Si se emplean tornillos pediculares fenestrados de un diámetro mayora 8,5 mm, se corre un mayor riesgo de dificultar la revisión.

■ Si las estructuras del implante que deben soportar peso resultan dañadas, podrían surgir graves complicaciones, como aflojamiento de los componentes, dislocación, migración del implante u otras.
■ Para un buen uso del producto, se presupone la realización de una formación específica sobre el producto por parte del usuario antes de la primera utilización.

Seguridad en IRM

ADVERTENCIA

No se ha comprobado que el implante sea seguro ni compatible con entornos de resonancia magnética. No se han puesto a prueba los posibles recalentamientos, desplazamientos ni artefactos durante los exámenes por resonancia magnética. La realización de un examen por resonancia magnética de un paciente con este implante puede provocar lesiones al paciente.

Indicaciones sobre vida útil y reutilizabilidad

Esterilidad

Componentes estériles del implante

■ Los componentes del implante con números de articulo terminados en TS (p. ej. SY510TS) se envasan por separado en envases protectores marcados.
■ Los componentes del implante con números de articulo terminados en TS han sido esterilizados por radiación.
► Conservar los componentes del implante con números de articulo terminados en TS en su envase original y no sacarlos del envase protector original hasta instantes antes del implante.
► Comprobar la fecha de caducidad del producto y que el envase esterilizado esta en perfecto estado.
► No utilizar componentes de implante caducados o cuyo envase este deteriorado.

ADVERTENCIA

Peligro de dañar los implantes con números de articulo terminados en TS por someterlos a los procesos de acondicionamiento y reesterilización.
► No acondicionar ni reesterilizar los implantes con números de articulo terminados en TS.

Componentes no estériles del implante

■ Los componentes del implante con números de articulo terminados en T (p. ej. SY510T) se suministran sin esterilizar.
■ Los componentes del implante con números de articulo terminados en T están envasados por separado.

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 16.258

IF-2019-45356912-APN-DNPM#ANMAT

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 152 DIR. NAC. PROD. MED.

■ Los implantes que se suministran sin esterilizar se entregan limpios.
► Conservar los componentes del implante con números de articulo terminados en T en su envase original y no sacarlos del envase protector original hasta instantes antes del acondicionamiento.
► Utilizar un soporte adecuado para el trato y cuidado y la esterilización.
► Utilizar para la limpieza/desinfección una cesta indicada para la limpieza.
► Utilizar los soportes del sistema para la esterilización y la puesta a disposición estéril.
► Asegurarse de que los componentes del implante no se tocan unos con otros ni están en contacto con instrumentos en el interior de los soportes del sistema de implante.
► Asegurarse de que con el proceso no se deterioran en absoluto los componentes del implante.
Los componentes del implante deben limpiarse con el siguiente proceso homologado para el tratamiento de instrumental quirúrgico antes de su primera esterilización y siempre antes de las sucesivas esterilizaciones:
Nota
Cumplir las disposiciones legales y las normas y directrices nacionales e internacionales, además de las normas higiénicas del centro donde se va a llevar a cabo el tratamiento de los productos.
Nota
En el caso de pacientes que padezcan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o con sospecha de padecer dicha enfermedad o sus variantes, deberá cumplirse la normativa vigente del país en cada caso con respecto al tratamiento de los productos
Nota
Deberá tenerse en cuenta que la correcta limpieza de este producto sanitario solo podrá ser garantizada mediante una validación previa del proceso de tratamiento. La responsabilidad corresponde al usuario/preparador.
Para la validación se han utilizado las sustancias químicas recomendadas.
Nota
Para consultar información actualizada sobre como tratar los productos y sobre la compatibilidad con el material, visite también la extranet de Aesculap en la siguiente dirección https://extranet.bbraun.com
El método homologado de esterilización a vapor se ha realizado en el sistema de contendores estériles Aesculap.

Método de esterilización autorizado
- Esterilización a vapor con el método de vacío fraccionado
- Esterilizador a vapor según DIN EN 285 y validado según DIN EN ISO 17665
- Esterilización en el método de vacío fraccionado a 134 °C durante 5 min

Proceso homologado del tratamiento de instrumental quirúrgico

ADVERTENCIA

Las impurezas intraoperatorias, como sangre, secreciones y líquidos podrían hacer imposible una nueva esterilización de los componentes.
- **Utilizar guantes nuevos para asir los implantes.**
- **Mantener los soportes del sistema de implante cubiertos o cerrados.**
- **Retirar los soportes del sistema de implante separadamente de las cestas de instrumentos.**
- **No limpiar implantes sucios junto con los que no lo están.**
- **Si no se dispone de soportes del sistema de implante, esterilizar los componentes del implante de uno en uno. Asegurarse de que al hacerlo no se dañan los componentes del implante.**
- **No reutilizar los implantes ensuciados durante la operación.**

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 183 DIR. NAC. PROD. MED.

ADVERTENCIA

La contaminación directa o indirecta podría perjudicar la esterilizabilidad del producto.

- **No volver a limpiar ni esterilizar implantes que han sido directa o indirectamente contaminados con sangre.**

Limpieza/Desinfección manuales

Prelavado manual con ultrasonidos y desinfección por inmersión

Fase	Paso	T [°C/°F]	t [min]	Conc. [%]	Calidad del agua	Sust. químicas
I	Limpieza por ultrasonidos	TA (frío)	5	2	AP	Concentrado sin aldehído, fenol ni compuestos de amonio cuaternario, pH – 9*
II	Aclarado intermedio	TA (frío)	1	-	AP	-
III	Desinfección	TA (frío)	15	2	AP	Concentrado sin aldehído, fenol ni compuestos de amonio cuaternario, pH – 9*
IV	Aclarado final	TA (frío)	1	-	A-CD	-
V	Secado	TA	-	-	-	-

AP: Agua potable
A-CD: Agua completamente destilada (desmineralizada y desde el punto de vista microbiológico, con calidad de agua potable, como mínimo)
TA: Temperatura ambiente

Fase I

► Limpiar el producto en un baño de limpieza por ultrasonidos (frecuencia 35 kHz) durante 5 minutos. Comprobar que todas las superficies accesibles quedan humedecidas y que no se generan sombras acústicas.

► No emplear nunca para limpieza cepillos ni agentes de limpieza que puedan dañar las superficies.

Fase II

► Aclarar a fondo con agua corriente todas las superficies accesibles.

► Deje que el agua restante se escurra lo suficiente.

Fase III

► Sumergir todo el producto en la solución desinfectante.

Fase IV

► Aclarar a fondo con agua corriente todas las superficies accesibles.

► Deje que el agua restante se escurra lo suficiente.

Fase V

► Secar el producto durante la Fase de secado con los accesorios adecuados (p. ej. paños, con aire comprimido de uso medico).

Al volver a esterilizar componentes de implante con números de artículo acabados en T, tenga en cuenta lo siguiente:

Limpieza/desinfección automáticas con prelavado manual

Nota

La eficacia del aparato de limpieza y desinfección deberá estar acreditada (p. ej. autorizada por la FDA y con marcado CE conforme a la norma DIN EN ISO 15883).

IF-2019-45856912-APN-DNPM#ANMAT
Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 154 DIR. NAC. PROD. MED.

Nota
El aparato de limpieza y desinfección utilizado se tiene que someter regularmente a mantenimiento y revisión.

Prelavado manual con ultrasonidos

Fase	Paso	T [°C/°F]	t [min]	Conc. [%]	Calidad del agua	Sust. químicas
I	**Limpieza por ultrasonidos**	TA (frío)	5	2	AP	Concentrado sin aldehído, fenol ni compuestos de amonio cuaternario, pH – 9*
II	**Aclarado**	TA (frío)	1	-	AP	-

AP: Agua potable
TA: Temperatura ambiente

Fase I

► Limpiar el producto en un baño de limpieza por ultrasonidos (frecuencia 35 kHz) durante 5 minutos. Comprobar que todas las superficies accesibles quedan humedecidas y que no se generan sombras acústicas.

► No emplear nunca para limpieza cepillos ni agentes de limpieza que puedan dañar las superficies.

Fase II

► Aclarar a fondo el producto con agua corriente (todas las superficies accesibles).

Limpieza alcalina automática y desinfección térmica

Tipo de equipo: equipo de limpieza/desinfección de una cámara y sin ultrasonido

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P.: 16.268

IF-2019-45356942-APN-DNPM#ANMAT

B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
http://www.bbraun.com

A.N.M.A.T. FOLIO 195 DIR. NAC. PROD. MED.

Fase	Paso	T [°C/°F]	t [min]	Calidad del agua	Sust. químicas
I	Prelavado	<25/77	3	AP	-
II	Limpieza	55/131	10	A-CD	■ Concentrado, alcalino: - pH - 13 - <5 % agentes tensioactivos aniónicos ■ Solución al 0,5 % - pH - 11°
III	Aclarado intermedio	>10/50	1	A-CD	-
IV	Termodesinfección	90/194	5	A-CD	-
V	Secado	-	-	-	De acuerdo con el programa para el aparato de limpieza y desinfección

AP: Agua potable
A-CD: Agua completamente destilada (desmineralizada y desde el punto de vista microbiológico, con calidad de agua potable, como mínimo)

► Después de la limpieza/desinfección automáticas, comprobar que no han quedado restos en las superficies visibles.

Control, mantenimiento e inspección

► Dejar que el producto se enfrié a temperatura ambiente.
► Tras limpiar y desinfectar el producto, comprobar que: este limpio, funcione debidamente y no tenga defectos.
► Retirar inmediatamente el producto si esta dañado o no funciona.
► Colocar el producto en el soporte o en la cesta correspondientes.
► Envasar las cestas de acuerdo con el procedimiento de esterilización (p. ej. en contenedores estériles de Aesculap).
► Asegurarse de que el envase es fiable y que impedirá una recontaminación del producto durante su almacenamiento.

Esterilización

► Método de esterilización autorizado
- Esterilización a vapor con el método de vacío fraccionado
- Esterilizador a vapor según DIN EN 285 y validado según DIN EN ISO 17665
- Esterilización en el método de vacío fraccionado a 134 °C durante 5 min

► Si se esterilizan varios productos al mismo tiempo en un esterilizador a vapor: Asegurarse de que no se sobrepasa la carga máxima del esterilizador a vapor permitida por el fabricante.

Mariano Peralta Muñoz
DIRECTOR TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13.430 M.P. 12.038

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-45356912-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Mayo de 2019

Referencia: 1-47-3110-5043-18-7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.14 17:18:22 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.14 17:18:23 -03'00'

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Secretaría de Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-5043-18-7

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por B. BRAUN MEDICAL S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE IMPLANTE PARA COLUMNA VERTEBRAL

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 - sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral.

Marca del producto médico: AESCULAP

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Estabilización dorsal de uno o varios segmentos de las regiones Lumbar, Torácica y Sacra de la columna vertebral: Fracturas, pesudoartrosis o restablecimiento lento, disclocación, inestabilidades degenerativas, síndrome postdisquectomia, espondilolistesis, cifosis, lordosis escoliosis, estenosis, inestabilidades postraumáticas y tumores.

Modelo/s:

SX932TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 26-30 ESTER.
SX933TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 28-34 ESTER.
SX934TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 31-37 ESTER.
SX935TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 34-40 ESTER.
SX936TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 39-45 ESTER.
SX937TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 45-58 ESTER.

SX938TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 58-80 ESTER.
SX939TS	ENNOVATE CON.TRANSV.C.ARTIC 80-100 ESTER.
SX942TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 30MM ESTER
SX943TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 32MM ESTER
SX944TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 34MM ESTER
SX945TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 36MM ESTER
SX946TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 38MM ESTER
SX947TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSVERSAL 40MM ESTER
SX948TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 42-45MM ESTERIL
SX949TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 45-50MM ESTERIL
SX950TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 50-60MM ESTERIL
SX951TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 60-80MM ESTERIL
SX952TS	ENNOVATE CONECTOR TRANSV. 80-100MM ESTERIL
SY001T	ENNOVATE TORNILLO DE CIERRE
SY001TS	ENNOVATE TORNILLO DE CIERRE ESTERIL
SY002TS	ENNOVATE TORNILLOS DE CIERRE ESTERILS
SY010TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X25MM SOLID
SY011TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X30MM SOLID
SY012TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X35MM SOLID
SY013TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X40MM SOLID
SY014TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X45MM SOLID
SY015TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X50MM SOLID
SY020TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X25MM SOLID
SY021TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X30MM SOLID
SY022TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X35MM SOLID
SY023TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X40MM SOLID
SY024TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X45MM SOLID
SY025TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X50MM SOLID
SY030TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X25MM SOLID
SY031TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X30MM SOLID
SY032TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X35MM SOLID
SY033TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X40MM SOLID
SY034TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X45MM SOLID
SY035TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X50MM SOLID
SY036TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X55MM SOLID
SY037TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X60MM SOLID
SY038TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X70MM SOLID

SY039TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X80MM SOLID
SY040TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X25MM SOLID
SY041TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X30MM SOLID
SY042TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X35MM SOLID
SY043TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X40MM SOLID
SY044TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X45MM SOLID
SY045TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X50MM SOLID
SY046TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X55MM SOLID
SY047TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X60MM SOLID
SY048TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X70MM SOLID
SY049TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X80MM SOLID
SY051TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X30MM SOLID
SY052TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X35MM SOLID
SY053TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X40MM SOLID
SY054TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X45MM SOLID
SY055TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X50MM SOLID
SY056TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X55MM SOLID
SY057TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X60MM SOLID
SY058TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X70MM SOLID
SY059TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X80MM SOLID
SY062TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X35MM SOLID
SY063TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X40MM SOLID
SY064TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X45MM SOLID
SY065TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM SOLID
SY066TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X55MM SOLID
SY067TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X60MM SOLID
SY068TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X70MM SOLID
SY069TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X80MM SOLID
SY072TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X35MM SOLID
SY073TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X40MM SOLID
SY074TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X45MM SOLID
SY075TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X50MM SOLID
SY076TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X55MM SOLID
SY077TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X60MM SOLID
SY078TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X70MM SOLID
SY079TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X80MM SOLID
SY110TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X25MM SOLID

SY111TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X30MM SOLID
SY112TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X35MM SOLID
SY113TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X40MM SOLID
SY114TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X45MM SOLID
SY115TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X50MM SOLID
SY120TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X25MM SOLID
SY121TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X30MM SOLID
SY122TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM SOLID
SY123TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM SOLID
SY124TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM SOLID
SY125TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM SOLID
SY130TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X25MM SOLID
SY131TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X30MM SOLID
SY132TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM SOLID
SY133TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM SOLID
SY134TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM SOLID
SY135TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM SOLID
SY136TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM SOLID
SY137TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM SOLID
SY138TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X70MM SOLID
SY139TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X80MM SOLID
SY140TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X25MM SOLID
SY141TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X30MM SOLID
SY142TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM SOLID
SY143TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM SOLID
SY144TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM SOLID
SY145TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM SOLID
SY146TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM SOLID
SY147TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM SOLID
SY148TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X70MM SOLID
SY149TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X80MM SOLID
SY151TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X30MM SOLID
SY152TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X35MM SOLID
SY153TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X40MM SOLID
SY154TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X45MM SOLID
SY155TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X50MM SOLID
SY156TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X55MM SOLID

SY157TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X60MM SOLID
SY158TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X70MM SOLID
SY159TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X80MM SOLID
SY162TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X35MM SOLID
SY163TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X40MM SOLID
SY164TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X45MM SOLID
SY165TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X50MM SOLID
SY166TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X55MM SOLID
SY167TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X60MM SOLID
SY168TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X70MM SOLID
SY169TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X80MM SOLID
SY172TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X35MM SOLID
SY173TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X40MM SOLID
SY174TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X45MM SOLID
SY175TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X50MM SOLID
SY176TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X55MM SOLID
SY177TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X60MM SOLID
SY178TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X70MM SOLID
SY179TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X80MM SOLID
SY188TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X90MM SOLID
SY189TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X100MM SOLID
SY190TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X110MM SOLID
SY191TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X90MM SOLID
SY192TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X100MM SOLID
SY193TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X110MM SOLID
SY194TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X90MM SOLID
SY195TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X100MM SOLID
SY196TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X110MM SOLID
SY197TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X90MM SOLID
SY198TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X100MM SOLID
SY199TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X110MM SOLID
SY400T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X30MM
SY400TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X30MM
SY401T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X35MM
SY401TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X35MM
SY402T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X40MM
SY402TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X40MM

SY403T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X45MM
SY403TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X45MM
SY404T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X50MM
SY404TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X50MM
SY405T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X55MM
SY405TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X55MM
SY406T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X60MM
SY406TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X60MM
SY407T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X70MM
SY407TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X70MM
SY408T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X80MM
SY408TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X80MM
SY409T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X90MM
SY409TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X90MM
SY410T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X100MM
SY410TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X100MM
SY411T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X110MM
SY411TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X110MM
SY412T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X120MM
SY412TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X120MM
SY413T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X130MM
SY413TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X130MM
SY414T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X140MM
SY414TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X140MM
SY415T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X150MM
SY415TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X150MM
SY416T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X160MM
SY416TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X160MM
SY417T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X170MM
SY417TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X170MM
SY418T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X180MM
SY418TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X180MM
SY419T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X190MM
SY419TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X190MM
SY420T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X200MM
SY420TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X200MM
SY421T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X300MM

SY421TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X300MM
SY422T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X400MM
SY422TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X400MM
SY423T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X500MM
SY423TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN RCT.5,5X500MM
SY430T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X30MM
SY430TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X30MM
SY431T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X35MM
SY431TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X35MM
SY432T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X40MM
SY432TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X40MM
SY433T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X45MM
SY433TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X45MM
SY434T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X50MM
SY434TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X50MM
SY435T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X55MM
SY435TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X55MM
SY436T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X60MM
SY436TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X60MM
SY437T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X70MM
SY437TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X70MM
SY438T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X80MM
SY438TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X80MM
SY439T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X90MM
SY439TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X90MM
SY440T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X100MM
SY440TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X100MM
SY441T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X110MM
SY441TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X110MM
SY442T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X120MM
SY442TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X120MM
SY443T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X130MM
SY443TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X130MM
SY444T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X140MM
SY444TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X140MM
SY445T	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X150MM
SY445TS	ENNOVATE BARRA DE CONEXIÓN CRV.5,5X150MM

SY510TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X25MM CÁNULADO.
SY511TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X30MM CÁNULADO.
SY512TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X35MM CÁNULADO.
SY513TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X40MM CÁNULADO.
SY514TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X45MM CÁNULADO.
SY515TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.4,5X50MM CÁNULADO.
SY520TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X25MM CÁNULADO.
SY521TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X30MM CÁNULADO.
SY522TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X35MM CÁNULADO.
SY523TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X40MM CÁNULADO.
SY524TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X45MM CÁNULADO.
SY525TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X50MM CÁNULADO.
SY530TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X25MM CÁNULADO.
SY531TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X30MM CÁNULADO.
SY532TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X35MM CÁNULADO.
SY533TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X40MM CÁNULADO.
SY534TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X45MM CÁNULADO.
SY535TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X50MM CÁNULADO.
SY536TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X55MM CÁNULADO.
SY537TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X60MM CÁNULADO.
SY538TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X70MM CÁNULADO.
SY539TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X80MM CÁNULADO.
SY540TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X25MM CÁNULADO.
SY541TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X30MM CÁNULADO.
SY542TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X35MM CÁNULADO.
SY543TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X40MM CÁNULADO.
SY544TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X45MM CÁNULADO.
SY545TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X50MM CÁNULADO.
SY546TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X55MM CÁNULADO.
SY547TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X60MM CÁNULADO.
SY548TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X70MM CÁNULADO.
SY549TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X80MM CÁNULADO.
SY551TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X30MM CÁNULADO.
SY552TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X35MM CÁNULADO.
SY553TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X40MM CÁNULADO.
SY554TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X45MM CÁNULADO.
SY555TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X50MM CÁNULADO.

SY556TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X55MM CÁNULADO.
SY557TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X60MM CÁNULADO.
SY558TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X70MM CÁNULADO.
SY559TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X80MM CÁNULADO.
SY562TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X35MM CÁNULADO.
SY563TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X40MM CÁNULADO.
SY564TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X45MM CÁNULADO.
SY565TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM CÁNULADO.
SY566TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X55MM CÁNULADO.
SY567TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X60MM CÁNULADO.
SY568TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X70MM CÁNULADO.
SY569TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X80MM CÁNULADO.
SY572TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X35MM CÁNULADO.
SY573TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X40MM CÁNULADO.
SY574TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X45MM CÁNULADO.
SY575TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X50MM CÁNULADO.
SY576TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X55MM CÁNULADO.
SY577TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X60MM CÁNULADO.
SY578TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X70MM CÁNULADO.
SY579TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X80MM CÁNULADO.
SY610TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X25MM CÁNULADO.
SY611TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X30MM CÁNULADO.
SY612T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X35MM CÁNULADO.
SY612TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X35MM CÁNULADO.
SY613T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X40MM CÁNULADO.
SY613TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X40MM CÁNULADO.
SY614T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X45MM CÁNULADO.
SY614TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X45MM CÁNULADO.
SY615T	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X50MM CÁNULADO.
SY615TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.4,5X50MM CÁNULADO.
SY620TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X25MM CÁNULADO.
SY621TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X30MM CÁNULADO.
SY622T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM CÁNULADO.
SY622TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM CÁNULADO.
SY623T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM CÁNULADO.
SY623TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM CÁNULADO.
SY624T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM CÁNULADO.

SY624TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM CÁNULADO.
SY625T	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM CÁNULADO.
SY625TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM CÁNULADO.
SY630TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X25MM CÁNULADO.
SY631TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X30MM CÁNULADO.
SY632T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM CÁNULADO.
SY632TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM CÁNULADO.
SY633T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM CÁNULADO.
SY633TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM CÁNULADO.
SY634T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM CÁNULADO.
SY634TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM CÁNULADO.
SY635T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM CÁNULADO.
SY635TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM CÁNULADO.
SY636T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM CÁNULADO.
SY636TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM CÁNULADO.
SY637T	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM CÁNULADO.
SY637TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM CÁNULADO.
SY638TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X70MM CÁNULADO.
SY639TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X80MM CÁNULADO.
SY640TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X25MM CÁNULADO.
SY641TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X30MM CÁNULADO.
SY642T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM CÁNULADO.
SY642TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM CÁNULADO.
SY643T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM CÁNULADO.
SY643TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM CÁNULADO.
SY644T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM CÁNULADO.
SY644TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM CÁNULADO.
SY645T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM CÁNULADO.
SY645TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM CÁNULADO.
SY646T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM CÁNULADO.
SY646TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM CÁNULADO.
SY647T	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM CÁNULADO.
SY647TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM CÁNULADO.
SY648TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X70MM CÁNULADO.
SY649TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X80MM CÁNULADO.
SY651TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X30MM CÁNULADO.
SY652TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X35MM CÁNULADO.

SY653TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X40MM CÁNULADO.
SY654TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X45MM CÁNULADO.
SY655TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X50MM CÁNULADO.
SY656TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X55MM CÁNULADO.
SY657TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X60MM CÁNULADO.
SY658TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X70MM CÁNULADO.
SY659TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X80MM CÁNULADO.
SY662TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X35MM CÁNULADO.
SY663TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X40MM CÁNULADO.
SY664TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X45MM CÁNULADO.
SY665TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X50MM CÁNULADO.
SY666TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X55MM CÁNULADO.
SY667TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X60MM CÁNULADO.
SY668TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X70MM CÁNULADO.
SY669TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X80MM CÁNULADO.
SY672TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X35MM CÁNULADO.
SY673TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X40MM CÁNULADO.
SY674TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X45MM CÁNULADO.
SY675TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X50MM CÁNULADO.
SY676TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X55MM CÁNULADO.
SY677TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X60MM CÁNULADO.
SY678TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X70MM CÁNULADO.
SY679TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X80MM CÁNULADO.
SY688TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X90MM CÁNULADO.
SY689TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X100MM CÁNULADO.
SY690TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X110MM CÁNULADO.
SY691TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X90MM CÁNULADO.
SY692TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X100MM CÁNULADO.
SY693TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X110MM CÁNULADO.
SY694TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X90MM CÁNULADO.
SY695TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X100MM CÁNULADO.
SY696TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X110MM CÁNULADO.
SY697TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X90MM CÁNULADO.
SY698TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X100MM CÁNULADO.
SY699TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X110MM CÁNULADO.
SY701TS	ENNOVATE CONECTOR DE BARRA AXIAL 19MM
SY702TS	ENNOVATE CONECTOR DE BARRA AXIAL 34MM

SY703TS	ENNOVATE CONECT.BARRA PARAL.CERRADO 7MM
SY704TS	ENNOVATE CONECT.BARRA PARAL.CERRADO 11MM
SY705TS	ENNOVATE CONEC.BARRA PARAL.AB./CERR. 7MM
SY706TS	ENNOVATE CONEC.BARRA PARAL.AB./CERR. 11MM
SY711TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.CERRADO 20MM
SY712TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.CERRADO 35MM
SY713TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.CERRADO 50MM
SY716TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.ABIERTO 20MM
SY717TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.ABIERTO 35MM
SY718TS	ENNOVATE CONECT.OFFSET LAT.ABIERTO 50MM
SY722TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X35MM FENESTR.
SY723TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X40MM FENESTR.
SY724TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X45MM FENESTR.
SY725TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.5,5X50MM FENESTR.
SY732TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X35MM FENESTR.
SY733TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X40MM FENESTR.
SY734TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X45MM FENESTR.
SY735TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X50MM FENESTR.
SY736TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X55MM FENESTR.
SY737TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X60MM FENESTR.
SY738TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X70MM FENESTR.
SY739TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.6,5X80MM FENESTR.
SY742TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X35MM FENESTR.
SY743TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X40MM FENESTR.
SY744TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X45MM FENESTR.
SY745TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X50MM FENESTR.
SY746TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X55MM FENESTR.
SY747TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X60MM FENESTR.
SY748TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X70MM FENESTR.
SY749TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.7,5X80MM FENESTR.
SY752TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X35MM FENESTR.
SY753TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X40MM FENESTR.
SY754TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X45MM FENESTR.
SY755TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X50MM FENESTR.
SY756TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X55MM FENESTR.
SY757TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X60MM FENESTR.
SY758TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X70MM FENESTR.

SY759TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.8,5X80MM FENESTR.
SY762TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X35MM FENESTR.
SY763TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X40MM FENESTR.
SY764TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X45MM FENESTR.
SY765TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM FENESTR.
SY766TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X50MM FENESTR.
SY767TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X60MM FENESTR.
SY768TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X70MM FENESTR.
SY769TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.9,5X80MM FENESTR.
SY772TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X35MM FENESTR.
SY773TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X40MM FENESTR.
SY774TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X45MM FENESTR.
SY775TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X50MM FENESTR.
SY776TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X55MM FENESTR.
SY777TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X60MM FENESTR.
SY778TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X70MM FENESTR.
SY779TS	ENNOVATE TORN.MONOAX.10,5X80MM FENESTR.
SY822TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X35MM FENESTR.
SY823TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X40MM FENESTR.
SY824TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X45MM FENESTR.
SY825TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.5,5X50MM FENESTR.
SY832TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X35MM FENESTR.
SY833TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X40MM FENESTR.
SY834TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X45MM FENESTR.
SY835TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X50MM FENESTR.
SY836TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X55MM FENESTR.
SY837TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X60MM FENESTR.
SY838TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X70MM FENESTR.
SY839TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.6,5X80MM FENESTR.
SY842TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X35MM FENESTR.
SY843TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X40MM FENESTR.
SY844TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X45MM FENESTR.
SY845TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X50MM FENESTR.
SY846TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X55MM FENESTR.
SY847TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X60MM FENESTR.
SY848TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X70MM FENESTR.
SY849TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.7,5X80MM FENESTR.

SY852TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X35MM FENESTR.
SY853TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X40MM FENESTR.
SY854TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X45MM FENESTR.
SY855TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X50MM FENESTR.
SY856TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X55MM FENESTR.
SY857TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X60MM FENESTR.
SY858TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X70MM FENESTR.
SY859TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.8,5X80MM FENESTR.
SY862TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X35MM FENESTR.
SY863TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X40MM FENESTR.
SY864TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X45MM FENESTR.
SY865TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X50MM FENESTR.
SY866TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X55MM FENESTR.
SY867TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X60MM FENESTR.
SY868TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X70MM FENESTR.
SY869TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.9,5X80MM FENESTR.
SY872TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X35MM FENESTR.
SY873TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X40MM FENESTR.
SY874TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X45MM FENESTR.
SY875TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X50MM FENESTR.
SY876TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X55MM FENESTR.
SY877TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X60MM FENESTR.
SY878TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X70MM FENESTR.
SY879TS	ENNOVATE TORN.POLIAX.10,5X80MM FENESTR.
SY900T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X30MM
SY900TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X30MM
SY901T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X35MM
SY901TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X35MM
SY902T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X40MM
SY902TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X40MM
SY903T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X45MM
SY903TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X45MM
SY904T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X50MM
SY904TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X50MM
SY905T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X55MM
SY905TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X55MM
SY906T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X60MM

SY906TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X60MM
SY907T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X70MM
SY907TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X70MM
SY908T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X80MM
SY908TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X80MM
SY909T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X90MM
SY909TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X90MM
SY910T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X100MM
SY910TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X100MM
SY911T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X110MM
SY911TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X110MM
SY912T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X120MM
SY912TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X120MM
SY913T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X130MM
SY913TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X130MM
SY914T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X140MM
SY914TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X140MM
SY915T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X150MM
SY915TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X150MM
SY916T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X160MM
SY916TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X160MM
SY917T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X170MM
SY917TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X170MM
SY918T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X180MM
SY918TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X180MM
SY919T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X190MM
SY919TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X190MM
SY920T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X200MM
SY920TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X200MM
SY921T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X300MM
SY921TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X300MM
SY922T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X400MM
SY922TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X400MM
SY923T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X500MM
SY923TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.RECTA 5,5X500MM
SY930T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X30MM
SY930TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X30MM

SY931T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X35MM
SY931TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X35MM
SY932T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X40MM
SY932TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X40MM
SY933T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X45MM
SY933TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X45MM
SY934T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X50MM
SY934TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X50MM
SY935T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X55MM
SY935TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X55MM
SY936T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X60MM
SY936TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X60MM
SY937T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X70MM
SY937TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X70MM
SY938T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X80MM
SY938TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X80MM
SY939T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X90MM
SY939TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X90MM
SY940T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X100MM
SY940TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X100MM
SY941T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X110MM
SY941TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X110MM
SY942T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X120MM
SY942TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X120MM
SY943T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X130MM
SY943TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X130MM
SY944T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X140MM
SY944TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X140MM
SY945T	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X150MM
SY945TS	ENNOVATE MIS BARRA CONEX.CURVA 5,5X150MM
Instrumental	
FW023R	SSE/S4/ENNOVATE DISTRAKTIONSZANGE KLEIN
FW181R	S4/ENNOVATE PINZA DE DISTRACCION
FW184R	S4/ENNOVATE PINZA DE COMPRESION
FW210R	S4/ENNOVATE PINZA DE COMPRESION V. NUEVO
FW237R	S4/ENNOVATE FRI LLAVES DE TUERCAS
FW238R	S4/ENNOVATE FRI DISTRACTOR

FW241R	S4/ENNOVATE FRI DISTRACT. DE HUSO C.ROSCA
FW281R	S4 ELEMENT/ENNOVATE PINZA DE DISTRACCION
FW282R	S4 ELEMENT/ENNOVATE PINZA DE COMPRESION
FW692R	S4/ENNOVATE PERCUTÁNEO INSTR.DE LIMPIEZA
JK344	CUBETA PARA CONTENEDOR 1/2 ALTURA:187MM
JK386	BASE TAPA INFERIOR 1/1-CONT.AZUL
JK444	CUBETA PARA CONTENEDOR 1/1 ALTURA:187MM
JK486	BASE TAPA INFERIOR 1/2-CONT.AZUL
SR136SU	Ennovate Canula Inyeccion abierta
SR137R	Ennovate Casquillo P. Can.Inyecc.Abierta
SR138SU	Ennovate Canula Inyeccion Mis
SR139R	Ennovate Casquillo P. Canula Inyecc.Mis
SZ222R	ENNOVATE MANGO DE CARRACA RECTO MEDIO
SZ224R	ENNOVATE MANGO DE CARRACA EN T
SZ225R	ENNOVATE MANGO DE CARRACA FORMA DE GOTA
SZ228R	ENNOVATE MANGO DINAMOMETRICO 10NM
SZ229R	ENNOVATE MANGO DINAMOMETRICO 5NM
SZ231R	ENNOVATE MANGO DE DISTRACTOR PARALELO
SZ232R	ENNOVATE MANGO DE COMPRESOR PARALELO
SZ233R	ENNOVATE MANGO DE DISTR.PARALELO ABIERTO
SZ234R	ENNOVATE MANGO DE COMPR.PARALELO ABIERTO
SZ241R	ENNOVATE PUNZON
SZ242R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICULAR LUMB.RECTO
SZ243R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICULAR LUMB.CRV
SZ244R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICUL.TORÁC.RECTO
SZ245R	ENNOVATE PREPARADOR PEDICUL.TORÁC.CRV
SZ246R	ENNOVATE SONDA PEDICULAR C.BOTÓN RECTA
SZ247R	ENNOVATE SONDA PEDICULAR C.BOTÓN CRV.
SZ248R	ENNOVATE MARCADOR PEDICULAR ANILLO DOBLE
SZ249R	ENNOVATE MARCADOR PEDICULAR ANILLO ÚNICO
SZ252R	ENNOVATE EXTREMOS TRABAJO PARAL.ABIERT.
SZ253R	ENNOVATE EXTREMOS TRABAJO PARAL.ABIERT.
SZ254R	ENNOVATE ROSCADOR P.D4,5MM CÁNULADOS
SZ255R	ENNOVATE ROSCADOR P.D5,5MM CÁNULADOS
SZ256R	ENNOVATE ROSCADOR P.D6,5MM CÁNULADOS
SZ257R	ENNOVATE ROSCADOR P.D7,5MM CÁNULADOS
SZ258R	ENNOVATE ROSCADOR P.D8,5MM CÁNULADOS

SZ259R	ENNOVATE ROSCADOR P.D9,5MM CÁNULADOS
SZ260R	ENNOVATE ROSCADOR P.D10,5MM CÁNULADOS
SZ262R	ENNOVATE DESTORNILLADOR
SZ263R	ENNOVATE PREPARAD.PEDIC.LUMBAR RCT.ANCHO
SZ264R	ENNOVATE PREPARAD.PEDIC.TORÁC.RCT.ANCHO
SZ265R	ENNOVATE INSTR. ALINEAC.DE CABEZA TORN.
SZ267SU	ENNOVATE PATRÓN A CURVAR DE BARRA 300MM
SZ270R	ENNOVATE PINZA A CURVAR DE BARRA AJUST.
SZ272R	ENNOVATE PINZA A GUARDAR DE BARRA
SZ273R	ENNOVATE APRETADOR DE BARRA
SZ275R	ENNOVATE APRETAD. DE BARRA BIFUR.CURVO
SZ276R	ENNOVATE CONTRASOPORTE P.PINZA A APRETAR
SZ277R	ENNOVATE PINZA A APRETAR DE BARRA
SZ280R	ENNOVATE INSTR.INSERCIÓN P/TUERCA CIERRE
SZ282R	ENNOVATE CONTRASOPORTE FORMA L
SZ283R	ENNOVATE VÁSTAGO P.LLAVE DINAMOMETR.10NM
SZ290R	ENNOVATE PINZA A GUARDAR CONECT.TRANSV.
SZ291R	ENNOVATE INSTR.DE MEDIC.P.CONECT.TRANSV.
SZ292R	ENNOVATE CONTRASOPORTE P.CONECTORES
SZ295R	ENNOVATE INSTR.DE MEDIC.P.CONECT.BARRA
SZ296R	ENNOVATE CONTRASOPORTE P.CONECTOR BARRA
SZ297R	ENNOVATE VÁSTAGO P.LLAVE DINAMOMETR.5NM
SZ365R	ENNOVATE MIS TROCAR P.ALAMBRE K CORTO
SZ366R	ENNOVATE MIS CASQUILLO DE ALAMBRE CORTO
SZ367R	ENNOVATE MIS ALICATE P.ALAMBRE K
SZ368R	ENNOVATE MIS MARTILLO C.RANURA
SZ369S	ENNOVATE MIS ALAMBRE K CORTO
SZ370	ENNOVATE MIS ALAMBRE K NITINOL CORTO
SZ371R	ENNOVATE MIS AYUDA ORIENT.INCIS.CUTANE
SZ372T	ENNOVATE MIS DILATADOR S
SZ373T	ENNOVATE MIS DILATADOR M
SZ374T	ENNOVATE MIS DILATADOR L
SZ375T	ENNOVATE MIS MANGO P.DILATADORES
SZ376R	ENNOVATE MIS PREPARADOR PEDICUL.LUMB.RCT
SZ377R	ENNOVATE MIS MEDIDOR DE LONGITUD DE TORN
SZ378R	ENNOVATE MIS CASQUILLO A APRETAR CORTO
SZ379R	ENNOVATE MIS INSTR.DE CIERRE P.CASQUILLO

SZ380R	ENNOVATE MIS CLAVE DE EXTRACCIÓN CORTA
SZ381R	ENNOVATE MIS DESTORNILLADOR CORTO
SZ382R	ENNOVATE MIS INSTR.MEDIC.LONG.BARRA CRT.
SZ384R	ENNOVATE MIS INSTR.INS.BARRA CONS.CRT.
SZ385R	ENNOVATE MIS INSTR.INS.BARRA CONS.LARGA
SZ387R	ENNOVATE MIS INDICADOR DE BARRA CORTO
SZ388R	ENNOVATE MIS CASQUILLO PARALLELO
SZ389R	ENNOVATE MIS INSTR.APRETAR DE BARRA CRT.
SZ390R	ENNOVATE MANGO P.INSTR.APRETAR DE BARRA
SZ391R	ENNOVATE INSTR.INSERC.TORN.CIERRE CORTO
SZ392R	ENNOVATE MIS MANGO DE CONTRASOPORTE
SZ393R	ENNOVATE POLYBLOCKER
SZ394T	ENNOVATE MIS APAR.DE COMPR./DISTRACCIÓN
SZ395R	ENNOVATE MIS ANILLO C P.APARATO CO/DI
SZ396R	ENNOVATE MIS CASQUILLO P.CAGES
SZ397R	ENNOVATE MIS INSTR.APRET.BARRA RÁPID.CRT
SZ398P	ENNOVATE MIS VAINA TROC.ALINEACIÓN CORTO
SZ399R	ENNOVATE MIS INSTR.DE ALINEACIÓN CORTO
SZ405R	ENNOVATE FRI CASQUILLO A APRETAR CORTO
SZ406R	ENNOVATE FRI INSTR.DE PREFIJACIÓN CORTO
SZ407R	ENNOVATE FRI INSTR.APRETAR DE BARRA CRT
SZ408R	ENNOVATE FRI INSTR.INSERC.TORN.CIER.CRT.
SZ411R	ENNOVATE FRI BRAZO DISTRACTOR
SZ412R	ENNOVATE FRI ANILLO C P.DISTRACT DE HUSO

Período de vida útil: 8 años para estériles; N/A para los NO estériles.

Método de esterilización: Radiación gamma

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentación: Por unidad.

Nombre del fabricante: AESCULAP AG

Lugar/es de elaboración: Am Aesculap- Platz, 78532 Tuttlingen-Alemania.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM -669-335, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-5043-18-7

Disposición Nº 4634 03 JUN. 2019

Dr. Waldo Belloso
Subadministrador Nacional
ANMAT

Dr. Waldo Belloso
Subadministrador Nacional
ANMAT