Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 1813

BUENOS AIRES, 27 MAR 2012

VISTO el Expediente Nº 1-47-23955/10-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Aidin S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso ll) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 1813

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Cook, nombre descriptivo Catéteres Viscerales para diagnóstico (angiográfico) y nombre técnico Catéteres para Angiografía, de acuerdo a lo solicitado por Aidin S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 7 y 8 a 10 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-559-532, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al

DISPOSICIÓN Nº 1813

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-23955/10-5

DISPOSICIÓN Nº 1813

ejb

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº .....1813.....

Nombre descriptivo: Catéteres Viscerales para diagnóstico (angiográfico)

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-688-Catéteres, para Angiografía

Marca del producto médico: Cook

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Están indicados para ser utilizados en procedimientos angiográficos por médicos especializados que han recibido formación y tengan experiencia en estos procedimientos.

Modelo(s):

HN4.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HN5.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HN6.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HN7.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HNB4.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB4.1 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB5.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB6.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB7.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB8.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNR4.0 Catéter (Para Flujo Elevado) con Punta Beacon® Royal Flush® Plus High-Flow™

HNR5.0 Catéter (Para Flujo Elevado) con Punta Beacon® Royal Flush® Plus High-Flow™

HNBR4.0 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

HNBR4.1 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

HNBR5.0 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

HNBR6.0 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

SCBR4.0 Catéter Slip-Cath® con Punta Beacon®

SCBR4.1 Catéter Slip-Cath® con Punta Beacon®

SCBR4.5 Shuttle® Select Slip-Cath®

SCBR5.0 Catéter Slip-Cath® con Punta Beacon®

SCBR5.5 Shuttle® Select SlipCath®

SCBR6.5 Shuttle® Select SlipCath®

Período de vida útil: 3 años

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Cook Inc.

Lugar/es de elaboración: 750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404, Estados Unidos

Expediente Nº 1-47-23955/10-5

DISPOSICIÓN Nº 1813

ejb

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº 1813

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-23955/10-5

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 1813 ....., y de acuerdo a lo solicitado por Aidin S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Catéteres Viscerales para diagnóstico (angiográfico)

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-688-Catéteres, para Angiografía

Marca del producto médico: Cook

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Están indicados para ser utilizados en procedimientos angiográficos por médicos especializados que han recibido formación y tengan experiencia en estos procedimientos.

Modelo(s):

HN4.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HN5.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HN6.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HN7.0 Catéter (Para Flujo Elevado) Royal Flush® Plus High Flow™

HNB4.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB4.1 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB5.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB6.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB7.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNB8.0 Catéter Torcon NB® Advantage

HNR4.0 Catéter (Para Flujo Elevado) con Punta Beacon® Royal Flush® Plus High-Flow™

//..

HNR5.0 Catéter (Para Flujo Elevado) con Punta Beacon® Royal Flush® Plus High-Flow™

HNBR4.0 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

HNBR4.1 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

HNBR5.0 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

HNBR6.0 Catéter con Punta Beacon® Torcon NB® Advantage

SCBR4.0 Catéter Slip-Cath® con Punta Beacon®

SCBR4.1 Catéter Slip-Cath® con Punta Beacon®

SCBR4.5 Shuttle® Select Slip-Cath®

SCBR5.0 Catéter Slip-Cath® con Punta Beacon®

SCBR5.5 Shuttle® Select SlipCath®

SCBR6.5 Shuttle® Select SlipCath®

Período de vida útil: 3 años

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Cook Inc.

Lugar/es de elaboración: 750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404, Estados Unidos

Se extiende a Aidin S.R.L. el Certificado PM-559-532, en la Ciudad de Buenos Aires, a 27 MAR 2012, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº 1813

ejb

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

1813

A.N.M.A.T. FOLIO MESA DE ENTRADAS

Rótulo

Catéter Visceral para Diagnóstico (angiográfico)

Modelo:

REF:

Fabricado por:
Cook Incorporated
750 Daniels Way
Bloomington, IN 47404, Estados Unidos

Importado por:
AIDIN S.R.L.
Doblas 1508. (1424) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Producto estéril. Esterilizado por oxido de etileno
Producto de un solo uso

Lote: _____
Fecha de fabricación: AAAA/ MM
Fecha de caducidad: AAAA/ MM

Condiciones de transporte y almacenamiento:
Mantener seco. No exponer a la luz solar.

Modo de uso, Advertencias y Precauciones: Ver Instrucciones de uso.

"Condición de venta: _____"

Director Técnico: Martha de Aurteneche MN 8336

Autorizado por la ANMAT PM- 559-532

AIDIN S.R.L.
S. WATEMBERG
APODERADO

MARTHA ELYNA de AURTENECHE
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

1813

A.N.M.A.T. FOLIO MESA DE ENTRADAS

Instrucciones de Uso

Catéter Visceral para Diagnóstico (angiográfico)

Fabricado por:
Cook Incorporated
750 Daniels Way
Bloomington, IN 47404, Estados Unidos

Importado por:
AIDIN S.R.L.
Doblas 1508. (1424) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

"Condición de venta: _____"

Director Técnico: Martha de Aurteneche MN 8336

Autorizado por la ANMAT PM- 559-532

DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO
Los catéteres para procedimientos angiográficos están disponibles en una gran variedad de French, tamaños de orificio distal, longitudes, materiales y diseños (como por ejemplo, polietileno o nylon, no trenzado o trenzado con torque(1:1). La elección del material del catéter para los distintos procedimientos angiograficos debe basarse en la experiencia del medico.

USO PREVISTO
Los catéteres deben ser utilizados en procedimientos angiograficos por médicos que hayan recibido formación y tengan experiencia en técnicas angiograficas. Deben emplearse las técnicas estándar de acceso vascular para la colocación de introductores, catéteres angiograficos y guías.

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.

ADVERTENCIAS
No se han descrito.

PRECAUCIONES
- Es necesario manipular el catéter bajo control fluoroscópico.
- Debido a la estructura fina de la pared, extremar el cuidado durante la manipulación y extracción. Siempre que sea posible evitar insertar el catéter a través de un injerto vascular sintético.
- No intentar calentar o cambiar la forma de la curva del catéter; la punta del catéter es de material termosensible.
- El posible efecto de latigazo de la punta larga y flexible del catéter debe tenerse en cuenta durante la angiografía selectiva.

AIDIN S.R.L.
ANDRES WATEMBERG
APODERADO

MARTHA ELYNA de AURTENECHE
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

A.N.M.A.T. FOLIO 9 MESA DE ENTRADAS

• Activar el recubrimiento hidrófilo, si existe, humedeciendo el extremo distal del catéter con agua estéril o solución salina. Para obtener mejores resultados, mantener húmeda la superficie del catéter durante la colocación.
• Si se utiliza un catéter de diseño coaxial en el que la guía se deje en posición durante las inyecciones, el extremo proximal de esta debe pinzarse para evitar inyectarla accidentalmente.

INSTRUCCIONES DE USO
El catéter guía ha sido diseñado para la introducción percutánea en el sistema vascular sobre una guía del tamaño adecuado o a través de un introductor del tamaño adecuado.
Debido a la construcción del catéter se recomienda utilizar una guía durante su introducción.
Si se encuentra resistencia durante la manipulación, interrumpir el proceso y determinar la causa antes de continuar.

Enderezador Peel-AwayR
Los catéteres con punta en pigtail o una configuración similar se suministran con un enderezador Peel-Away que debe utilizarse como se indica a continuación.

1. Deslizar el enderezador Peel-Away hacia delante para abrir la punta del catéter. (**Fig. 1**)



Fig. 1

2. Estando recta la punta del catéter, avanzar el catéter sobre la guía. (**Fig. 2**)



Fig. 2

3. Después del avance inicial del catéter sobre la guía, retirar hacia atrás y pelar el enderezador para proceder a la introducción del catéter. (**Fig. 3**)



Fig. 3

No emplear el enderezador Peel-Away como introductor vascular.

AIDUN S.R.L.
ANDRES WATEMBERG
APODERADO

MARTHA ELYNA de AURTENECHE
FARMACEUTICA - M.N. 8336
DIRECTORA TECNICA

PRESENTACION

Se suministra esterilizado con oxido de etileno en envases de apertura pelable. Valido para un solo uso. Se mantendrá estéril siempre que el envase no este abierto ni dañado. No utilizar el producto si existen dudas sobre su esterilización. Almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Al extraer el producto del envase, examinarlo para asegurarse de que no ha sufrido daños.

AIDIN S.R.L.
ANDRES WATEMBERG
APODERADO

AIDIN S.R.L.
MARTHA ELVIRA de AURTENECHE
FARMACEUTICA - M.N. 8336
ANDRES WATEMBERG
APODERADO