



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

DISPOSICIÓN N°

2 6 7 6

BUENOS AIRES,

2 7 MAY 2010

VISTO el Expediente N° 1-47-21491-09-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones S.I.M Servicios e Insumos Médicos SRL solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8°, inciso II) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

DISPOSICIÓN Nº

2 6 7 6

Por ello;

**EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Extremity Medical LLC, nombre descriptivo sistema de tornillos de compresión y nombre técnico Tornillos, para Huesos, de acuerdo a lo solicitado, por S.I.M Servicios e Insumos Médicos SRL, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 84 a 85 y 86 a 87 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1447-77, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

DISPOSICIÓN N° **2 6 7 6**

Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-21491-09-2

DISPOSICIÓN N° **2 6 7 6**

DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°2676.....

Nombre descriptivo: Sistema de tornillos de compresión

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-101 - Tornillos, para Huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Extremity Medical LLC

Modelo/s de (los) producto(s) médico(s): : Sistema Compress X

101-45068	4.5 x 68mm Tornillo de Compresión
101-45072	4.5 x 72mm Tornillo de Compresión
101-65030	6.5 x 30mm Tornillo de Compresión
101-65035	6.5 x 35mm Tornillo de Compresión
101-65040	6.5 x 40mm Tornillo de Compresión
101-65045	6.5 x 45mm Tornillo de Compresión
101-65050	6.5 x 50mm Tornillo de Compresión
101-65055	6.5 x 55mm Tornillo de Compresión
101-65060	6.5 x 60mm Tornillo de Compresión
101-65065	6.5 x 65mm Tornillo de Compresión
101-65070	6.5 x 70mm Tornillo de Compresión
101-65075	6.5 x 75mm Tornillo de Compresión
101-65080	6.5 x 80mm Tornillo de Compresión
101-65085	6.5 x 85mm Tornillo de Compresión
101-65090	6.5 x 90mm Tornillo de Compresión
101-65095	6.5 x 95mm Tornillo de Compresión
101-65100	6.5 x 100mm Tornillo de Compresión
101-65105	6.5 x 105mm Tornillo de Compresión
101-65110	6.5 x 110mm Tornillo de Compresión
101-65120	6.5 x 120mm Tornillo de Compresión
101-65130	6.5 x 130mm Tornillo de Compresión



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

101-65140 6.5 x 140mm Tornillo de Compresión

101-65150 6.5 x 150mm Tornillo de Compresión

Instrumental reusable

101-00000 Bandeja para Instrumental

101-00001 3.0mm caja para guardar tornillos de 3.0mm

101-00002 4.5mm/6.5mm Screw Caddie

101-00008 Guide wire holder 0.9mm /Portador de cuerda

101-00009 Guide wire holder 1.6mm /Portador de cuerda

101-00010 Screw Measuring Device/ Dispositivo de medición

101-00014 3.0mm Countersink/ Avellanador

101-00015 4.5mm and 6.5mm Countersink/ Avellanador

101-00016 3.0mm Guide - Drill and Guide Wire / Taladro y cuerda

101-00017 4.5mm Guide - Drill and Guide Wire/ taladro y cuerda / taladro y cuerda

101-00018 6.5mm Guide - Drill and Guide Wire/ Taladro y cuerda

101-00019 4.5mm and 6.5mm Tissue Protector/ Protector de tejidos

101-00020 3.0 Screw Driver / Destornillador

101-00021 4.5 and 6.5mm Screw Driver / Destornillador

101-00027 3.0mm Tissue Protector / Protector de tejidos

Instrumental descartable

101-00004 Ø0.9mm Guide Wire /Cuerda Guía

101-00006 Ø1.6mm Guide Wire /Cuerda Guía

101-00011 Cannulated Drill Ø2.0 Taladro Canulado

101-00012 Cannulated Drill Ø3.4 Taladro Canulado

101-00013 Cannulated Drill Ø4.5 Taladro Canulado

101-00022 Cleaning Brush - 0.9mm Cepillo Limpiador

101-00023 Cleaning Brush - 1.6mm Cepillo Limpiador

Compress X, Tornillos de compresión.- Extremety Medical LLC- USA.

Catalogo Description

101-30010 3.0 x 10mm Tornillo de Compresión

101-30012 3.0 x 12mm Tornillo de Compresión



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

101-30014	3.0 x 14mm Tornillo de Compresión
101-30016	3.0 x 16mm Tornillo de Compresión
101-30018	3.0 x 18mm Tornillo de Compresión
101-30020	3.0 x 20mm Tornillo de Compresión
101-30022	3.0 x 22mm Tornillo de Compresión
101-30024	3.0 x 24mm Tornillo de Compresión
101-30026	3.0 x 26mm Tornillo de Compresión
101-30028	3.0 x 28mm Tornillo de Compresión
101-30030	3.0 x 30mm Tornillo de Compresión
101-30032	3.0 x 32mm Tornillo de Compresión
101-30034	3.0 x 34mm Tornillo de Compresión
101-30036	3.0 x 36mm Tornillo de Compresión
101-30038	3.0 x 38mm Tornillo de Compresión
101-30040	3.0 x 40mm Tornillo de Compresión
101-45020	4.5 x 20mm Tornillo de Compresión
101-45022	4.5 x 22mm Tornillo de Compresión
101-45024	4.5 x 24mm Tornillo de Compresión
101-45026	4.5 x 26mm Tornillo de Compresión
101-45028	4.5 x 28mm Tornillo de Compresión
101-45030	4.5 x 30mm Tornillo de Compresión
101-45032	4.5 x 32mm Tornillo de Compresión
101-45034	4.5 x 34mm Tornillo de Compresión
101-45036	4.5 x 36mm Tornillo de Compresión
101-45038	4.5 x 38mm Tornillo de Compresión
101-45040	4.5 x 40mm Tornillo de Compresión
101-45042	4.5 x 42mm Tornillo de Compresión
101-45044	4.5 x 44mm Tornillo de Compresión
101-45046	4.5 x 46mm Tornillo de Compresión
101-45048	4.5 x 48mm Tornillo de Compresión
101-45050	4.5 x 50mm Tornillo de Compresión



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

101-45052 4.5 x 52mm Tornillo de Compresión
101-45054 4.5 x 54mm Tornillo de Compresión
101-45056 4.5 x 56mm Tornillo de Compresión
101-45058 4.5 x 58mm Tornillo de Compresión
101-45060 4.5 x 60mm Tornillo de Compresión
101-45064 4.5 x 64mm Tornillo de Compresión

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: indicado para la reducción y la fijación interna de artrodesis, osteotomías, fracturas intra y extra articulares y consolidaciones defectuosas de los huesos pequeños y las articulaciones del pie y de la mano.

Período de vida útil: 10 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Extremety Medical LLC

Lugar/es de elaboración: 300 Interspace Parkway, Suite 410, Parsippany, New Jersey, Estados Unidos.

Expediente Nº 1-47-21491-09-2

DISPOSICIÓN Nº

2 6 7 6



DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

2676



DR CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

2. ROTULOS

(el punto nro. 2 incluye las 12 indicaciones de la Disposición)

Fabricante: Extremity Medical, LLC
Dirección: 300 Interpace Parkway , Suite 410
Parsippany, NJ 07054
Estados Unidos
Teléfono: +(1) 973 588 8980
Web Site: <http://www.extremetymedical.com>

Representante en la UE MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Alemania

Nombre del Producto Compress X
Tornillo (implante)
Medidas 3.0x10mm
REF 37816
Lote xxxxxx

Producto No esterilizado
Dispositivo es de un (1) sólo uso

Instrucciones de Uso en el interior del envase en 6 idiomas


Manténgase fresco

Manténgase seco

VIDA UTILA DEL PRODUCTO: 10 Años

Importador: SIM, Servicios e Insumos Médicos S.R.L
Dirección: Venezuela 110, piso 10 Of E Cap. Fed.
Director Téc.: Farm. Silvia Neirotti
Matrícula: MN 13.541
Autorizado por la A.N.M.A.T Nº 1447 – 77

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias


SILVIA DRIANA NEIROTTI
Farmacéutica
Mat. 13.541

Fabricante: Extremity Medical, LLC
Dirección: 300 Interpace Parkway , Suite 410
Parsippany, NJ 07054
Estados Unidos
Teléfono: +(1) 973 588 8980
Web Site: <http://www.extremetymedical.com>

Representante en la UE MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Alemania

Nombre del Producto Medidor de tornillo (Screw Measureing Device)
Instrumental reusable

REF 37510
Lote XXXXX

Producto No esterilizado

Instrucciones de Uso en el interior del envase en 6 idiomas
Manténgase fresco
Manténgase seco

Vida útil del producto 10 Años

Importador: SIM, Servicios e Insumos Médicos S.R.L
Dirección: Venezuela 110, 10, of E Cap. Fed.
Director Téc.: Farm. Silvia Neirotti
Matrícula: MN 13.541
Autorizado por la A.N.M.A.T N° 1447 - 77

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

Av. Congreso 1534 4º B (C1428BUB). Buenos Aires
Tel / Fax: 4706-0111
customer@servicioseinsumos.com

Av. Servicios e Insumos Médicos - Rosario
Tucumán 1445 4º B (S2000AMK). Rosario
Tel. / Fax (0341) 424-3451
rosario@servicioseinsumos.com

Av. San Juan 825 12º C (X5000ATI). Córdoba
Tel. / Fax (0351) 4243494
cordoba@servicioseinsumos.com

NICOLA
Socio Gerente
S.I.M.
SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS S.R.L.

SILVIA ADRIANA NEIROTTI
Farmaceutica
Mat. 13.541 Córdoba

3. INSTRUCCIONES DE USO

(el punto nro. 2 incluye las 12 indicaciones de la Disposición)

Fabricante: Extremity Medical, LLC
Dirección: 300 Interpace Parkway , Suite 410
Parsippany, NJ 07054
Estados Unidos
Teléfono: +(1) 973 588 8980
Web Site: <http://www.extremetymedical.com>

Representante en la UE MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Alemania

Nombre del Producto Compress X
Tornillo (implante)
Medidas 3.0x10mm
REF 37816

Producto No esterilizado

Dispositivo es de un (1) sólo uso

Instrucciones de Uso en el interior del envase en 6 idiomas

Manténgase fresco

Manténgase seco

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 10 Años

Importador: SIM, Servicios e Insumos Médicos S.R.L
Dirección: Venezuela 110, piso 10 Of E Cap. Fed.
Director Téc.: Farm. Silvia Neirotti
Matrícula: MN 13.541

Autorizado por la A.N.M.A.T Nº 1447 - 77

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

Av. Congreso 1534 6ºB (C1428BUB). Buenos Aires
Tel / Fax: 4706-0111
customer@servicioseinsumos.com

Av. Congreso 1534 6ºB (C1428BUB). Buenos Aires
Tucumán 1445 4ºB (S2000AMK). Rosario
Tel. / Fax (0341) 424-3451
rosario@servicioseinsumos.com

Av. Congreso 1534 6ºB (C1428BUB). Buenos Aires
Bv. San Juan 825 12ºC (X5000ATI). Córdoba
Tel. / Fax (0351) 4243494
cordoba@servicioseinsumos.com

SILVIA ADRIANA NEIROTTI
Farmacéutica
M.N. 13.541

Fabricante: Extremity Medical, LLC
Dirección: 300 Interpace Parkway , Suite 410
Parsippany, NJ 07054
Estados Unidos
Teléfono: +(1) 973 588 8980
Web Site: <http://www.extremetymedical.com>

Representante en la UE MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Alemania

Nombre del Producto **Medidor de tornillo (Screw Measureing Device)**
Instrumental reusable

REF **37510**

Producto No esterilizado

Instrucciones de Uso en el interior del envase en 6 idiomas

Manténgase fresco

Manténgase seco

Vida útil del producto 10 Años

Importador: **SIM, Servicios e Insumos Médicos S.R.L**
Dirección: **Venezuela 110, 10, of E Cap. Fed.**
Director Téc.: **Farm. Silvia Neirotti**
Matrícula: **MN 13.541**
Autorizado por la A.N.M.A.T **Nº 1447 – 77**

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

3.1 Directiva de uso

El tornillo de compresión Extremity Medical está indicado para la reducción y la fijación interna de artrodesis, osteotomías, fracturas intrarticulares, fracturas extrarticulares y consolidaciones defectuosas de los huesos pequeños y las articulaciones del pie y de la mano.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-21491-09-2

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° 2676 y de acuerdo a lo solicitado por S.I.M Servicios e Insumos Médicos SRL, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de tornillos de compresión

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-101 - Tornillos, para Huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Extremity Medical LLC

Modelo/s de (los) producto(s) médico(s): : Sistema Compress X

- 101-45068 4.5 x 68mm Tornillo de Compresión
- 101-45072 4.5 x 72mm Tornillo de Compresión
- 101-65030 6.5 x 30mm Tornillo de Compresión
- 101-65035 6.5 x 35mm Tornillo de Compresión
- 101-65040 6.5 x 40mm Tornillo de Compresión
- 101-65045 6.5 x 45mm Tornillo de Compresión
- 101-65050 6.5 x 50mm Tornillo de Compresión
- 101-65055 6.5 x 55mm Tornillo de Compresión
- 101-65060 6.5 x 60mm Tornillo de Compresión
- 101-65065 6.5 x 65mm Tornillo de Compresión
- 101-65070 6.5 x 70mm Tornillo de Compresión
- 101-65075 6.5 x 75mm Tornillo de Compresión
- 101-65080 6.5 x 80mm Tornillo de Compresión
- 101-65085 6.5 x 85mm Tornillo de Compresión
- 101-65090 6.5 x 90mm Tornillo de Compresión
- 101-65095 6.5 x 95mm Tornillo de Compresión

101-65100 6.5 x 100mm Tornillo de Compresión
101-65105 6.5 x 105mm Tornillo de Compresión
101-65110 6.5 x 110mm Tornillo de Compresión
101-65120 6.5 x 120mm Tornillo de Compresión
101-65130 6.5 x 130mm Tornillo de Compresión
101-65140 6.5 x 140mm Tornillo de Compresión
101-65150 6.5 x 150mm Tornillo de Compresión

Instrumental reusable

101-00000 Bandeja para Instrumental
101-00001 3.0mm caja para guardar tornillos de 3.0mm
101-00002 4.5mm/6.5mm Screw Caddie
101-00008 Guide wire holder 0.9mm /Portador de cuerda
101-00009 Guide wire holder 1.6mm /Portador de cuerda
101-00010 Screw Measuring Device/ Dispositivo de medición
101-00014 3.0mm Countersink/ Avellanador
101-00015 4.5mm and 6.5mm Countersink/ Avellanador
101-00016 3.0mm Guide - Drill and Guide Wire / Taladro y cuerda
101-00017 4.5mm Guide - Drill and Guide Wire/ taladro y cuerda / taladro y cuerda
101-00018 6.5mm Guide - Drill and Guide Wire/ Taladro y cuerda
101-00019 4.5mm and 6.5mm Tissue Protector/ Protector de tejidos
101-00020 3.0 Screw Driver / Destornillador
101-00021 4.5 and 6.5mm Screw Driver / Destornillador
101-00027 3.0mm Tissue Protector / Protector de tejidos

Instrumental descartable

101-00004 Ø0.9mm Guide Wire /Cuerda Guía
101-00006 Ø1.6mm Guide Wire /Cuerda Guía
101-00011 Cannulated Drill Ø2.0 Taladro Canulado
101-00012 Cannulated Drill Ø3.4 Taladro Canulado
101-00013 Cannulated Drill Ø4.5 Taladro Canulado
101-00022 Cleaning Brush - 0.9mm Cepillo Limpiador





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

101-00023 Cleaning Brush - 1.6mm Cepillo Limpiador
Compress X, Tornillos de compresión.- Extremety Medical LLC- USA.

Catalogo Description

101-30010	3.0 x 10mm Tornillo de Compresión
101-30012	3.0 x 12mm Tornillo de Compresión
101-30014	3.0 x 14mm Tornillo de Compresión
101-30016	3.0 x 16mm Tornillo de Compresión
101-30018	3.0 x 18mm Tornillo de Compresión
101-30020	3.0 x 20mm Tornillo de Compresión
101-30022	3.0 x 22mm Tornillo de Compresión
101-30024	3.0 x 24mm Tornillo de Compresión
101-30026	3.0 x 26mm Tornillo de Compresión
101-30028	3.0 x 28mm Tornillo de Compresión
101-30030	3.0 x 30mm Tornillo de Compresión
101-30032	3.0 x 32mm Tornillo de Compresión
101-30034	3.0 x 34mm Tornillo de Compresión
101-30036	3.0 x 36mm Tornillo de Compresión
101-30038	3.0 x 38mm Tornillo de Compresión
101-30040	3.0 x 40mm Tornillo de Compresión
101-45020	4.5 x 20mm Tornillo de Compresión
101-45022	4.5 x 22mm Tornillo de Compresión
101-45024	4.5 x 24mm Tornillo de Compresión
101-45026	4.5 x 26mm Tornillo de Compresión
101-45028	4.5 x 28mm Tornillo de Compresión
101-45030	4.5 x 30mm Tornillo de Compresión
101-45032	4.5 x 32mm Tornillo de Compresión
101-45034	4.5 x 34mm Tornillo de Compresión
101-45036	4.5 x 36mm Tornillo de Compresión
101-45038	4.5 x 38mm Tornillo de Compresión
101-45040	4.5 x 40mm Tornillo de Compresión

- 101-45042 4.5 x 42mm Tornillo de Compresión
- 101-45044 4.5 x 44mm Tornillo de Compresión
- 101-45046 4.5 x 46mm Tornillo de Compresión
- 101-45048 4.5 x 48mm Tornillo de Compresión
- 101-45050 4.5 x 50mm Tornillo de Compresión
- 101-45052 4.5 x 52mm Tornillo de Compresión
- 101-45054 4.5 x 54mm Tornillo de Compresión
- 101-45056 4.5 x 56mm Tornillo de Compresión
- 101-45058 4.5 x 58mm Tornillo de Compresión
- 101-45060 4.5 x 60mm Tornillo de Compresión
- 101-45064 4.5 x 64mm Tornillo de Compresión

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: indicado para la reducción y la fijación interna de artrodesis, osteotomías, fracturas intra y extra articulares y consolidaciones defectuosas de los huesos pequeños y las articulaciones del pie y de la mano.

Período de vida útil: 10 años


Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Extremety Medical LLC

Lugar/es de elaboración: 300 Interspace Parkway, Suite 410, Parsippany, New Jersey, Estados Unidos.

Se extiende a S.I.M Servicios e Insumos Médicos SRL el Certificado PM-1447-77, en la Ciudad de Buenos Aires, a ...**27**...**MAY**...**2010**... siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **2676**


DR. CARLOS CHIALE
INTERVENTOR
A.N.M.A.T.