Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 2767

BUENOS AIRES, 10 MAY 2013

VISTO el Expediente Nº 1-47-22215/11-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MTG Group S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 2767

8º, inciso ll) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Técnología Médica del producto médico de marca Mathys, nombre descriptivo prótesis de cadera con vástago femoral y cotilo acetabular y nombre técnico prótesis, de articulación, para cadera, de acuerdo a lo solicitado, por MTG Group S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 227-228 y 49-88 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1991-69, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 2767

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-22215/11-4
DISPOSICIÓN Nº

2767

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº ...2767.....

Nombre descriptivo: prótesis de cadera con vástago femoral y cotilo acetabular
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 prótesis, de articulación, para cadera
Marca de (los) producto(s) médico(s): Mathys
Clase de Riesgo: Clase III
Indicación/es autorizada/s: enfermedad degenerativa de la articulación; pérdida avanzada de sustancia y pérdida funcional de la articulación de cadera causada por artrosis degenerativa, postraumática o reumatoide; fractura o necrosis avascular de la cabeza femoral o fractura del cuello femoral; después de una intervención quirúrgica previa, osteosíntesis, reconstrucción de la articulación, hemiartroplastia o reemplazo total de cadera; coxoartrosis post-traumática o en osteoporosis leve; revisiones con pérdida ligera de hueso; osteoporosis patológica o pronunciada; enfermedad de Paget; la composición y morfología del hueso que permite que el implante permanezca estable
Modelo/s:

101.04.08.44.0	Copa Rotacup 44/AA
101.04.08.46.0	Copa Rotacup 46/BB
101.04.08.48.0	Copa Rotacup 48/CC
101.04.08.50.0	Copa Rotacup 50/DD
101.04.08.52.0	Copa Rotacup 52/EE
101.04.08.54.0	Copa Rotacup 54/FF
101.04.08.56.0	Copa Rotacup 56/GG
101.04.08.58.0	Copa Rotacup 58/HH
101.04.08.60.0	Copa Rotacup 60/II

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

101.04.08.62.0	Copa Rotacup 62/JJ
101.04.08.64.0	Copa Rotacup 64/KK
101.04.08.66.0	Copa Rotacup 66/KK
101.04.08.68.0	Copa Rotacup 68/KK
101.04.08.70.0	Copa Rotacup 70/LL
101.04.08.72.0	Copa Rotacup 72/LL
101.05.57.15.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x15
101.05.57.20.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x20
101.05.57.25.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x25
101.05.57.30.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x30
101.05.57.35.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x35
101.05.57.40.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x40
101.05.57.45.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x45
101.05.65.15.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 15mm de cabeza plana
101.05.65.20.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 20mm de cabeza plana
101.05.65.25.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 25mm de cabeza plana
101.05.65.30.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 30mm de cabeza plana
101.05.65.35.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 35mm de cabeza plana
101.05.65.40.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 40mm de cabeza plana
101.05.65.45.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 45mm de cabeza plana
1124.01	Cabeza CoCr 32 M 14/16
1125.01	Cabeza CoCr 32 L 14/16
1126.01	Cabeza CoCr 32 XL 14/16
1413.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 43/28
1414.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 45/28
1415.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 47/28
1416.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 49/28
1417.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 51/28
1418.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 53/28
1419.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 55/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

1420.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 57/28
2.14.000	Tornillo esp. acero 4x28
2.14.001	Tornillo esp. acero 4x32
2.14.002	Tornillo esp. acero 4x34
2.14.003	Tornillo esp. acero 4x36
2.14.004	Tornillo esp. acero 4x38
2.14.005	Tornillo esp. acero 4x40
2.14.006	Tornillo esp. acero 4x44
2.14.007	Tornillo esp. acero 4x48
2.14.008	Tornillo esp. acero 4x52
2.14.013	Tornillo esp. acero 4x26
2.14.014	Tornillo esp. acero 4x24
2.14.015	Tornillo esp. acero 4x22
2.14.300	Cotilo CCB borde normal PE 44/32 cem.
2.14.301	Cotilo CCB borde normal PE 46/32 cem.
2.14.302	Cotilo CCB borde normal PE 48/32 cem.
2.14.303	Cotilo CCB borde normal PE 50/32 cem.
2.14.304	Cotilo CCB borde normal PE 52/32 cem.
2.14.305	Cotilo CCB borde normal PE 54/32 cem.
2.14.306	Cotilo CCB borde normal PE 56/32 cem.
2.14.307	Cotilo CCB borde normal PE 58/32 cem.
2.14.310	Cotilo CCB de borde plano PE 42/32 cem.
2.14.311	Cotilo CCB de borde plano PE 44/32 cem.
2.14.312	Cotilo CCB de borde plano PE 46/32 cem.
2.14.313	Cotilo CCB de borde plano PE 48/32 cem.
2.14.314	Cotilo CCB de borde plano PE 50/32 cem.
2.14.315	Cotilo CCB de borde plano PE 52/32 cem.
2.14.316	Cotilo CCB de borde plano PE 54/32 cem.
2.14.317	Cotilo CCB de borde plano PE 56/32 cem.
2.14.318	Cotilo CCB de borde plano PE 58/32 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.14.319	Cotilo CCB de borde plano PE 60/32 cem.
2.14.320	Cotilo CCB de borde plano PE 62/32 cem.
2.14.321	Cotilo CCB de borde plano PE 64/32 cem.
2.14.325	Cotilo CCB de borde plano PE 42/28 cem.
2.14.326	Cotilo CCB de borde plano PE 44/28 cem.
2.14.327	Cotilo CCB de borde plano PE 46/28 cem.
2.14.328	Cotilo CCB de borde plano PE 48/28 cem.
2.14.329	Cotilo CCB de borde plano PE 50/28 cem.
2.14.330	Cotilo CCB de borde plano PE 52/28 cem.
2.14.331	Cotilo CCB de borde plano PE 54/28 cem.
2.14.332	Cotilo CCB de borde plano PE 56/28 cem.
2.14.333	Cotilo CCB de borde plano PE 58/28 cem.
2.14.334	Cotilo CCB de borde plano PE 60/28 cem.
2.14.335	Cotilo CCB de borde plano PE 62/28 cem.
2.14.336	Cotilo CCB de borde plano PE 64/28 cem.
2.14.340	Cotilo CCB borde normal PE 44/28 cem.
2.14.341	Cotilo CCB borde normal PE 46/28 cem.
2.14.342	Cotilo CCB borde normal PE 48/28 cem.
2.14.343	Cotilo CCB borde normal PE 50/28 cem.
2.14.344	Cotilo CCB borde normal PE 52/28 cem.
2.14.345	Cotilo CCB borde normal PE 54/28 cem.
2.14.346	Cotilo CCB borde normal PE 56/28 cem.
2.14.347	Cotilo CCB borde normal PE 58/28 cem.
2.14.400	Techo cotiloideo CCE, ø 36mm, acero inox., ESTERIL
2.14.401	Techo cotiloideo CCE, ø 38mm, acero inox., ESTERIL
2.14.402	Techo cotiloideo CCE, ø 40mm, acero inox., ESTERIL
2.14.403	Anillo de refuerzo CCE acero 42
2.14.404	Anillo de refuerzo CCE acero 44
2.14.405	Anillo de refuerzo CCE acero 46
2.14.406	Anillo de refuerzo CCE acero 48

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.14.407	Anillo de refuerzo CCE acero 50
2.14.408	Anillo de refuerzo CCE acero 52
2.14.409	Anillo de refuerzo CCE acero 54
2.14.410	Anillo de refuerzo CCE acero 56
2.14.411	Anillo de refuerzo CCE acero 58
2.30.010	Cabeza CoCr 28 S
2.30.011	Cabeza CoCr 28 M
2.30.012	Cabeza CoCr 28 L
2.30.013	Cabeza CoCr 28 XL
2.30.014	Cabeza CoCr 28 XXL
2.30.020	Cabeza CoCr 32 S
2.30.021	Cabeza CoCr 32 M
2.30.022	Cabeza CoCr 32 L
2.30.023	Cabeza CoCr 32 XL
2.30.024	Cabeza CoCr 32 XXL
2.30.330	Vástago est. CCA acero 7.5 cem.
2.30.331	Vástago est. CCA acero 10 cem.
2.30.332	Vástago est. CCA acero 11.25 cem.
2.30.333	Vástago est. CCA acero 12.5 cem.
2.30.334	Vástago est. CCA acero 13.75 cem.
2.30.335	Vástago est. CCA acero 15 cem.
2.30.336	Vástago est. CCA acero 16.25 cem.
2.30.337	Vástago est. CCA acero 17.5 cem.
2.30.340	Vástago lat. CCA acero 7.5 cem.
2.30.341	Vástago lat. CCA acero 10 cem.
2.30.342	Vástago lat. CCA acero 11.25 cem.
2.30.343	Vástago lat. CCA acero 12.5 cem.
2.30.344	Vástago lat. CCA acero 13.75 cem.
2.30.345	Vástago lat. CCA acero 15 cem.
2.30.346	Vástago lat. CCA acero 16.25 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.30.347	Vástago lat. CCA acero 17.5 cem.
2.30.350	Vástago est. CCA CoCr 7.5 cem.
2.30.351	Vástago est. CCA CoCr 10 cem.
2.30.352	Vástago est. CCA CoCr 11.25 cem.
2.30.353	Vástago est. CCA CoCr 12.5 cem.
2.30.354	Vástago est. CCA CoCr 13.75 cem.
2.30.355	Vástago est. CCA CoCr 15 cem.
2.30.356	Vástago est. CCA CoCr 16.25 cem.
2.30.357	Vástago est. CCA CoCr 17.5 cem.
2.30.358	Vástago est. CCA CoCr 20 cem.
2.30.360	Vástago lat. CCA CoCr 7.5 cem.
2.30.361	Vástago lat. CCA CoCr 10 cem.
2.30.362	Vástago lat. CCA CoCr 11.25 cem.
2.30.363	Vástago lat. CCA CoCr 12.5 cem.
2.30.364	Vástago lat. CCA CoCr 13.75 cem.
2.30.365	Vástago lat. CCA CoCr 15 cem.
2.30.366	Vástago lat. CCA CoCr 16.25 cem.
2.30.367	Vástago lat. CCA CoCr 17.5 cem.
2.30.368	Vástago lat. CCA CoCr 20 cem.
2.30.400	Cabeza acero 32 S
2.30.401	Cabeza acero 32 M
2.30.402	Cabeza acero 32 L
2.30.403	Cabeza acero 32 XL
2.30.404	Cabeza acero 32 XXL
2.30.410	Cabeza acero 28 S
2.30.411	Cabeza acero 28 M
2.30.412	Cabeza acero 28 L
2.30.413	Cabeza acero 28 XL
2.30.414	Cabeza acero 28 XXL
2.30.420	Hemicabeza acero 38 S

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.30.421	Hemicabeza acero 40 S
2.30.422	Hemicabeza acero 42 S
2.30.423	Hemicabeza acero 44 S
2.30.424	Hemicabeza acero 46 S
2.30.425	Hemicabeza acero 48 S
2.30.426	Hemicabeza acero 50 S
2.30.427	Hemicabeza acero 52 S
2.30.428	Hemicabeza acero 54 S
2.30.429	Hemicabeza acero 56 S
2.30.430	Hemicabeza acero 58 S
2.31.010	Tapo medular PE, S
2.31.011	Tapo medular PE, M
2.31.012	Tapo medular PE, L
2.31.013	Tapo medular PE, XL
2210.01	Vástago est. estándar CoCr 3/L130 cem.
2211.01	Vástago est. estándar CoCr 4/L135 cem.
2214.01	Vástago est. estándar CoCr 5/L150 cem.
2215.01	Vástago est. estándar CoCr 6/L165 cem.
2221.01	Vástago estándar rev. CoCr L02/L200 cem.
2222.01	Vástago estándar rev. CoCr L03/L250 cem.
2231.01	Vástago lat. estándar CoCr 4/L135 cem.
2234.01	Vástago lat. estándar CoCr 5/L150 cem.
2600.21.1	Vástago dis. GSS-CL TAV 0 no cem.
2601.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 1 no cem.
2602.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 2 no cem.
2603.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 3 no cem.
2604.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 4 no cem.
2605.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 5 no cem.
2606.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 6 no cem.
2607.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 7 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2608.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 4.5 no cem.
2609.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 6.5 no cem.
2611.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 1 no cem.
2612.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 2 no cem.
2613.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 3 no cem.
2614.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 4 no cem.
2615.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 5 no cem.
2616.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 6 no cem.
2617.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 7 no cem.
2618.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 4.5 no cem.
2619.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 6.5 no cem.
2701.01	Vástago GSS CoCr 1 cem.
2702.01	Vástago GSS CoCr 2 cem.
2703.01	Vástago GSS CoCr 3 cem.
2704.01	Vástago GSS CoCr 4 cem.
2705.01	Vástago GSS CoCr 5 cem.
2706.01	Vástago GSS CoCr 6 cem.
2707.01	Vástago GSS CoCr 7 cem.
4.14.000	Tornillo esp. Ti 4x28
4.14.000S	Tornillo esp. Ti 4x28 estéril
4.14.001	Tornillo esp. Ti 4x32
4.14.001S	Tornillo esp. Ti 4x32 estéril
4.14.002	Tornillo esp. Ti 4x34
4.14.002S	Tornillo esp. Ti 4x34 estéril
4.14.003	Tornillo esp. Ti 4x36
4.14.003S	Tornillo esp. Ti 4x36 estéril
4.14.004	Tornillo esp. Ti 4x38
4.14.004S	Tornillo esp. Ti 4x38 estéril
4.14.005	Tornillo esp. Ti 4x40
4.14.005S	Tornillo esp. Ti 4x40 estéril

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4.14.006	Tornillo esp. Ti 4x44
4.14.006S	Tornillo esp. Ti 4x44 estéril
4.14.007	Tornillo esp. Ti 4x48
4.14.007S	Tornillo esp. Ti 4x48 estéril
4.14.008	Tornillo esp. Ti 4x52
4.14.008S	Tornillo esp. Ti 4x52 estéril
4.14.013	Tornillo esp. Ti 4x26
4.14.013S	Tornillo esp. Ti 4x26 estéril
4.14.014	Tornillo esp. Ti 4x24
4.14.014S	Tornillo esp. Ti 4x24 estéril
4.14.015	Tornillo esp. Ti 4x22
4.14.015S	Tornillo esp. Ti 4x22 estéril
4.14.400	Anillo de refuerzo CCE Ø 36mm, TiCP ESTERIL
4.14.401	Anillo de refuerzo CCE Ø 38mm, TiCP ESTERIL
4.14.402	Anillo de refuerzo CCE Ø 40mm, TiCP ESTERIL
4.14.403	Anillo de refuerzo CCE Ti 42
4.14.404	Anillo de refuerzo CCE Ti 44
4.14.405	Anillo de refuerzo CCE Ti 46
4.14.406	Anillo de refuerzo CCE Ti 48
4.14.407	Anillo de refuerzo CCE Ti 50
4.14.408	Anillo de refuerzo CCE Ti 52
4.14.409	Anillo de refuerzo CCE Ti 54
4.14.410	Anillo de refuerzo CCE Ti 56
4.14.411	Anillo de refuerzo CCE Ti 58
4.14.501	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 50/32
4.14.502	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 52/32
4.14.503	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 54/32
4.14.504	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 56/32
4.14.505	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 58/32
4.14.506	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 60/32

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4.14.740	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 50/32
4.14.741	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 52/32
4.14.742	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 54/32
4.14.743	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 56/32
4.14.744	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 58/32
4.14.745	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 60/32
4.14.746	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 62/32
4.14.747	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 64/32
4.14.748	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 66/32
4.14.749	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 68/32
4.14.750	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 46/28
4.14.751	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 48/28
4.14.752	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 50/28
4.14.753	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 52/28
4.14.754	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 54/28
4.14.755	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 56/28
4.14.756	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 58/28
4.14.757	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 60/28
4.14.758	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 62/28
4.14.769	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 60/32
4.14.770	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 62/32
4.14.771	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 64/32
4.14.772	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 66/32
4.14.773	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 68/32
4.30.370SC	Vástago est. CBC TAN 5 no cem.
4.30.371SC	Vástago est. CBC TAN 6 no cem.
4.30.372SC	Vástago est. CBC TAN 7 no cem.
4.30.373SC	Vástago est. CBC TAN 8 no cem.
4.30.374SC	Vástago est. CBC TAN 9 no cem.
4.30.375SC	Vástago est. CBC TAN 10 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4.30.376SC Vástago est. CBC TAN 11.25 no cem.
4.30.377SC Vástago est. CBC TAN 12.5 no cem.
4.30.378SC Vástago est. CBC TAN 13.75 no cem.
4.30.379SC Vástago est. CBC TAN 15 no cem.
4.30.380SC Vástago est. CBC TAN 16.25 no cem.
4.30.381SC Vástago est. CBC TAN 17.5 no cem.
4.30.382SC Vástago est. CBC TAN 20 no cem.
4.30.390SC Vástago lat. CBC TAN 5 no cem.
4.30.391SC Vástago lat. CBC TAN 6 no cem.
4.30.392SC Vástago lat. CBC TAN 7 no cem.
4.30.393SC Vástago lat. CBC TAN 8 no cem.
4.30.394SC Vástago lat. CBC TAN 9 no cem.
4.30.395SC Vástago lat. CBC TAN 10 no cem.
4.30.396SC Vástago lat. CBC TAN 11.25 no cem.
4.30.397SC Vástago lat. CBC TAN 12.5 no cem.
4.30.398SC Vástago lat. CBC TAN 13.75 no cem.
4.30.399SC Vástago lat. CBC TAN 15 no cem.
4.30.400SC Vástago lat. CBC TAN 16.25 no cem.
4.30.401SC Vástago lat. CBC TAN 17.5 no cem.
4.30.402SC Vástago lat. CBC TAN 20 no cem.
4025.21.45 Tornillo R+V 25
4030.21.45 Tornillo R+V 30
4035.21.45 Tornillo R+V 35
4040.21.45 Tornillo R+V 40
4045.21.45 Tornillo R+V 45
4050.21.45 Tornillo R+V 50
418.020MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x20 estéril
418.025MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x25 estéril
418.030MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x30 estéril
418.035MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x35 estéril

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

418.040MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x40 estéril
418.045MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x45 estéril
418.050MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x50 estéril
418.055MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x55 estéril
418.060MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x60 estéril
418.065MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x65 estéril
5.30.010L	Cabeza de cadera Bionit2 28 S
5.30.011L	Cabeza de cadera Bionit2 28 M
5.30.012L	Cabeza de cadera Bionit2 28 L
5.30.020L	Cabeza de cadera Bionit2 32 S
5.30.021L	Cabeza de cadera Bionit2 32 M
5.30.022L	Cabeza de cadera Bionit2 32 L
5.30.030	Cabeza de cadera Bionit2 36 S
5.30.031	Cabeza de cadera Bionit2 36 M
5.30.032	Cabeza de cadera Bionit2 36 L
52.33.9905	Centrador 8/9.5
52.33.9907	Centrador 9.5/10
52.33.9910	Centrador 11.5/11
52.33.9912	Centrador 13/11.5
52.33.9915	Centrador 15/12
52.34.0001	Vástago distal mod. de rev. 14x140
52.34.0002	Vástago distal mod. de rev. 14x200
52.34.0003	Vástago distal mod. de rev. 16x140
52.34.0004	Vástago distal mod. de rev. 16x200
52.34.0005	Vástago distal mod. de rev. 18x140
52.34.0006	Vástago distal mod. de rev. 18x200
52.34.0007	Vástago distal mod. de rev. 20x140
52.34.0008	Vástago distal mod. de rev. 20x200
52.34.0009	Vástago distal mod. de rev. 22x140
52.34.0010	Vástago distal mod. de rev. 22x200

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0011 Vástago distal mod. de rev. 24x140
52.34.0012 Vástago distal mod. de rev. 24x200
52.34.0013 Cuello mod. de rev. con tornillo 50
52.34.0014 Cuello mod. de rev. con tornillo 60
52.34.0015 Cuello mod. de rev. con tornillo 70
52.34.0016 Cuello mod. de rev. con tornillo 80
52.34.0017 Cuello mod. de rev. con tornillo 90
52.34.0018 Cuello mod. de rev. con tornillo 100
52.34.0019 Cuello mod. de rev. con tornillo 110
52.34.0020 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 50
52.34.0021 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 60
52.34.0022 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 70
52.34.0023 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 80
52.34.0024 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 90
52.34.0025 Cuello lateral mod.de rev.c/tornillo 100
52.34.0026 Cuello lateral mod.de rev.c/tornillo 110
52.34.0032 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 44/28
52.34.0033 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 46/28
52.34.0034 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 48/28
52.34.0035 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 50/28
52.34.0036 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 52/28
52.34.0037 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 54/28
52.34.0038 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 56/28
52.34.0039 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 58/28
52.34.0040 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 60/28
52.34.0041 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 62/28
52.34.0042 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 64/28
52.34.0043 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 66/28
52.34.0044 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 68/28
52.34.0045 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 70/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0052 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 48/32
52.34.0053 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 50/32
52.34.0054 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 52/32
52.34.0067 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 52/36
52.34.0068 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 54/36
52.34.0069 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 56/36
52.34.0070 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 58/36
52.34.0071 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 60/36
52.34.0072 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 62/36
52.34.0073 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 64/36
52.34.0074 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 66/36
52.34.0075 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 68/36
52.34.0076 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 70/36
52.34.0090 Cabeza bipolar CoCrMo 39/22.2
52.34.0091 Cabeza bipolar CoCrMo 40/22.2
52.34.0092 Cabeza bipolar CoCrMo 41/22.2
52.34.0093 Cabeza bipolar CoCrMo 42/22.2
52.34.0094 Cabeza bipolar CoCrMo 43/22.2
52.34.0100 Cabeza bipolar CoCrMo 42/28
52.34.0101 Cabeza bipolar CoCrMo 43/28
52.34.0102 Cabeza bipolar CoCrMo 44/28
52.34.0103 Cabeza bipolar CoCrMo 45/28
52.34.0104 Cabeza bipolar CoCrMo 46/28
52.34.0105 Cabeza bipolar CoCrMo 47/28
52.34.0106 Cabeza bipolar CoCrMo 48/28
52.34.0107 Cabeza bipolar CoCrMo 49/28
52.34.0108 Cabeza bipolar CoCrMo 50/28
52.34.0109 Cabeza bipolar CoCrMo 51/28
52.34.0110 Cabeza bipolar CoCrMo 52/28
52.34.0111 Cabeza bipolar CoCrMo 53/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0112 Cabeza bipolar CoCrMo 54/28
52.34.0113 Cabeza bipolar CoCrMo 55/28
52.34.0114 Cabeza bipolar CoCrMo 56/28
52.34.0115 Cabeza bipolar CoCrMo 57/28
52.34.0116 Cabeza bipolar CoCrMo 58/28
52.34.0117 Cabeza bipolar CoCrMo 59/28
52.34.0125 Cabeza de cadera CoCrMo 22.2 S
52.34.0126 Cabeza de cadera CoCrMo 22.2 M
52.34.0127 Cabeza de cadera CoCrMo 22.2 L
52.34.0130 Inserto vitamys estándar seleXys 28/AA
52.34.0131 Inserto vitamys estándar seleXys 28/BB
52.34.0132 Inserto vitamys estándar seleXys 28/CC
52.34.0133 Inserto vitamys estándar seleXys 28/DD
52.34.0134 Inserto vitamys estándar seleXys 28/EE
52.34.0135 Inserto vitamys estándar seleXys 28/FF
52.34.0136 Inserto vitamys estándar seleXys 28/GG
52.34.0137 Inserto vitamys estándar seleXys 28/HH
52.34.0138 Inserto vitamys estándar seleXys 28/II
52.34.0150 Inserto vitamys estándar seleXys 32/DD
52.34.0151 Inserto vitamys estándar seleXys 32/EE
52.34.0152 Inserto vitamys estándar seleXys 32/FF
52.34.0165 Inserto vitamys estándar seleXys 36/FF
52.34.0166 Inserto vitamys estándar seleXys 36/GG
52.34.0167 Inserto vitamys estándar seleXys 36/HH
52.34.0168 Inserto vitamys estándar seleXys 36/II
52.34.0169 Inserto vitamys estándar seleXys 36/JJ
52.34.0170 Inserto vitamys estándar seleXys 36/KK
52.34.0171 Inserto vitamys estándar seleXys 36/LL
52.34.0240 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/AA
52.34.0241 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/BB

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0242 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/CC
52.34.0243 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/DD
52.34.0244 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/EE
52.34.0245 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/FF
52.34.0246 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/GG
52.34.0247 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/HH
52.34.0248 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/II
52.34.0260 Inserto peraltado seleXys, vitamys 32/DD
52.34.0261 Inserto peraltado seleXys, vitamys 32/EE
52.34.0262 Inserto peraltado seleXys, vitamys 32/FF
52.34.0275 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/FF
52.34.0276 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/GG
52.34.0277 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/HH
52.34.0278 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/II
52.34.0279 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/JJ
54.11.0042 Cabeza bipolar acero 42/28
54.11.0044 Cabeza bipolar acero 44/28
54.11.0046 Cabeza bipolar acero 46/28
54.11.0048 Cabeza bipolar acero 48/28
54.11.0050 Cabeza bipolar acero 50/28
54.11.0052 Cabeza bipolar acero 52/28
54.11.0054 Cabeza bipolar acero 54/28
54.11.0056 Cabeza bipolar acero 56/28
54.11.0058 Cabeza bipolar acero 58/28
54.11.1031 Cabeza acero 22 S
54.11.1032 Cabeza acero 22 M
54.11.1033 Cabeza acero 22 L
54.12.0010 Cabeza metamys 28 S
54.12.0020 Cabeza metamys 28 M
54.12.0030 Cabeza metamys 28 L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

54.12.0040 Cabeza metamys 28 XL
54.12.0050 Cabeza metamys 28 XXL
54.12.0110 Cabeza metamys 32 S
54.12.0120 Cabeza metamys 32 M
54.12.0130 Cabeza metamys 32 L
54.12.0140 Cabeza metamys 32 XL
54.12.0150 Cabeza metamys 32 XXL
54.12.0210 Cabeza metamys 36 S
54.12.0220 Cabeza metamys 36 M
54.12.0230 Cabeza metamys 36 L
54.12.0240 Cabeza metamys 36 XL
54.12.0250 Cabeza metamys 36 XXL
54.47.0010 Cabeza de cadera ceramys, 28 S
54.47.0011 Cabeza de cadera ceramys, 28 M
54.47.0012 Cabeza de cadera ceramys, 28 L
54.47.0110 Cabeza de cadera ceramys, 32 S
54.47.0111 Cabeza de cadera ceramys, 32 M
54.47.0112 Cabeza de cadera ceramys, 32 L
54.47.0113 Cabeza de cadera ceramys, 32 XL
54.47.0210 Cabeza de cadera ceramys, 36 S
54.47.0211 Cabeza de cadera ceramys, 36 M
54.47.0212 Cabeza de cadera ceramys, 36 L
54.47.0213 Cabeza de cadera ceramys, 36 XL
54.47.2010 Cabeza de revisión ceramys, 28 S
54.47.2020 Cabeza de revisión ceramys, 28 M
54.47.2030 Cabeza de revisión ceramys, 28 L
54.47.2040 Cabeza de revisión ceramys, 28 XL
54.47.2110 Cabeza de revisión ceramys, 32 S
54.47.2120 Cabeza de revisión ceramys, 32 M
54.47.2130 Cabeza de revisión ceramys, 32 L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

54.47.2140 Cabeza de revisión ceramys, 32 XL
54.47.2210 Cabeza de revisión ceramys, 36 S
54.47.2220 Cabeza de revisión ceramys, 36 M
54.47.2230 Cabeza de revisión ceramys, 36 L
54.47.2240 Cabeza de revisión ceramys, 36 XL
55.08.0025 Tornillo de tarugos, L 25mm
55.08.0030 Tornillo de tarugos, L 30mm
55.08.0035 Tornillo de tarugos, L 35mm
55.08.0040 Tornillo de tarugos, L 40mm
55.08.0045 Tornillo de tarugos, L 45mm
55.17.2846 Inserto metamys expanSys 46/28
55.17.2848 Inserto metamys expanSys 48/28
55.17.2850 Inserto metamys expanSys 50/28
55.17.2852 Inserto metamys expanSys 52/28
55.17.2854 Inserto metamys expanSys 54/28
55.17.2856 Inserto metamys expanSys 56/28
55.17.2858 Inserto metamys expanSys 58/28
55.17.2860 Inserto metamys expanSys 60/28
55.17.2862 Inserto metamys expanSys 62/28
55.17.2864 Inserto metamys expanSys 64/28
55.17.3252 Inserto metamys expanSys 52/32
55.17.3254 Inserto metamys expanSys 54/32
55.17.3256 Inserto metamys expanSys 56/32
55.17.3658 Inserto metamys expanSys 58/36
55.17.3660 Inserto metamys expanSys 60/36
55.17.3662 Inserto metamys expanSys 62/36
55.17.3664 Inserto metamys expanSys 64/36
55.17.3666 Inserto metamys expanSys 66/36
55.17.3668 Inserto metamys expanSys 68/36
55.17.3670 Inserto metamys expanSys 70/36

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.18.2846 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 46/28
55.18.2848 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 48/28
55.18.2850 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 50/28
55.18.2852 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 52/28
55.18.2854 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 54/28
55.18.2856 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 56/28
55.18.2858 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 58/28
55.18.2860 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 60/28
55.18.2862 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 62/28
55.18.2864 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 64/28
55.18.3252 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 52/32
55.18.3254 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 54/32
55.18.3256 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 56/32
55.18.3656 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 56/36
55.18.3658 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 58/36
55.18.3660 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 60/36
55.18.3662 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 62/36
55.18.3664 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 64/36
55.22.0046 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 46/28
55.22.0048 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 48/28
55.22.0050 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 50/28
55.22.0052 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 52/28
55.22.0054 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 54/28
55.22.0056 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 56/28
55.22.0058 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 58/28
55.22.0060 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 60/28
55.22.0062 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 62/28
55.22.0064 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 64/28
55.22.1046 Cotilo RM Pressfit TiCP 46/28
55.22.1048 Cotilo RM Pressfit TiCP 48/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.22.1050 Cotilo RM Pressfit TiCP 50/28
55.22.1052 Cotilo RM Pressfit TiCP 52/28
55.22.1054 Cotilo RM Pressfit TiCP 54/28
55.22.1056 Cotilo RM Pressfit TiCP 56/28
55.22.1058 Cotilo RM Pressfit TiCP 58/28
55.22.1060 Cotilo RM Pressfit TiCP 60/28
55.22.1062 Cotilo RM Pressfit TiCP 62/28
55.22.1064 Cotilo RM Pressfit TiCP 64/28
55.22.3252 Cotilo RM Pressfit TiCP 52/32
55.22.3254 Cotilo RM Pressfit TiCP 54/32
55.22.3256 Cotilo RM Pressfit TiCP 56/32
55.22.3258 Cotilo RM Pressfit TiCP 58/32
55.22.3260 Cotilo RM Pressfit TiCP 60/32
55.22.3262 Cotilo RM Pressfit TiCP 62/32
55.22.3264 Cotilo RM Pressfit TiCP 64/32
55.23.2846 Copa expanSys 46
55.23.2848 Copa expanSys 48
55.23.2850 Copa expanSys 50
55.23.2852 Copa expanSys 52
55.23.2854 Copa expanSys 54
55.23.2856 Copa expanSys 56
55.23.2858 Copa expanSys 58
55.23.2860 Copa expanSys 60
55.23.2862 Copa expanSys 62
55.23.2864 Copa expanSys 64
55.23.2866 Copa expanSys 66
55.23.2868 Copa expanSys 68
55.23.2870 Copa expanSys 70
55.31.2846 Inserto PE expanSys 46/28
55.31.2848 Inserto PE expanSys 48/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.31.2850 Inserto PE expanSys 50/28
55.31.2852 Inserto PE expanSys 52/28
55.31.2854 Inserto PE expanSys 54/28
55.31.2856 Inserto PE expanSys 56/28
55.31.2858 Inserto PE expanSys 58/28
55.31.2860 Inserto PE expanSys 60/28
55.31.2862 Inserto PE expanSys 62/28
55.31.2864 Inserto PE expanSys 64/28
55.31.2946 Inserto antilux expanSys PE 46/28
55.31.2948 Inserto antilux expanSys PE 48/28
55.31.2950 Inserto antilux expanSys PE 50/28
55.31.2952 Inserto antilux expanSys PE 52/28
55.31.2954 Inserto antilux expanSys PE 54/28
55.31.2956 Inserto antilux expanSys PE 56/28
55.31.2958 Inserto antilux expanSys PE 58/28
55.31.2960 Inserto antilux expanSys PE 60/28
55.31.2962 Inserto antilux expanSys PE 62/28
55.31.2964 Inserto antilux expanSys PE 64/28
55.31.3252 Inserto PE expanSys 52/32
55.31.3254 Inserto PE expanSys 54/32
55.31.3256 Inserto PE expanSys 56/32
55.31.3258 Inserto PE expanSys 58/32
55.31.3260 Inserto PE expanSys 60/32
55.31.3262 Inserto PE expanSys 62/32
55.31.3264 Inserto PE expanSys 64/32
55.31.3266 Inserto PE expanSys 66/32
55.31.3268 Inserto PE expanSys 68/32
55.31.3270 Inserto PE expanSys 70/32
55.40.0042 Copa TPS seleXys 42/AA
55.40.0044 Copa TPS seleXys 44/BB

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.40.0046 Copa TPS seleXys 46/CC
55.40.0048 Copa TPS seleXys 48/DD
55.40.0050 Copa TPS seleXys 50/EE
55.40.0052 Copa TPS seleXys 52/FF
55.40.0054 Copa TPS seleXys 54/GG
55.40.0056 Copa TPS seleXys 56/HH
55.40.0058 Copa TPS seleXys 58/II
55.40.0060 Copa TPS seleXys 60/JJ
55.40.0062 Copa TPS seleXys 62/KK
55.40.0064 Copa TPS seleXys 64/KK
55.40.0066 Copa TPS-R seleXys 66/KK
55.40.0068 Copa TPS-R seleXys 68/LL
55.40.0070 Copa TPS-R seleXys 70/LL
55.41.0042 Copa PC seleXys 42/AA
55.41.0044 Copa PC seleXys 44/BB
55.41.0046 Copa PC seleXys 46/CC
55.41.0048 Copa PC seleXys 48/DD
55.41.0050 Copa PC seleXys 50/EE
55.41.0052 Copa PC seleXys 52/FF
55.41.0054 Copa PC seleXys 54/GG
55.41.0056 Copa PC seleXys 56/HH
55.41.0058 Copa PC seleXys 58/II
55.41.0060 Copa PC seleXys 60/JJ
55.41.0062 Copa PC seleXys 62/KK
55.41.0064 Copa PC seleXys 64/KK
55.42.0042 Copa TH seleXys 42/AA
55.42.0044 Copa TH seleXys 44/BB
55.42.0046 Copa TH seleXys 46/CC
55.42.0048 Copa TH seleXys 48/DD
55.42.0050 Copa TH seleXys 50/EE

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.42.0052 Copa TH seleXys 52/FF
55.42.0054 Copa TH seleXys 54/GG
55.42.0056 Copa TH seleXys 56/HH
55.42.0058 Copa TH seleXys 58/II
55.42.0060 Copa TH seleXys 60/JJ
55.42.0062 Copa TH seleXys 62/KK
55.42.0064 Copa TH seleXys 64/KK
55.42.0142 Copa TH+ seleXys 42/AA
55.42.0144 Copa TH+ seleXys 44/BB
55.42.0146 Copa TH+ seleXys 46/CC
55.42.0148 Copa TH+ seleXys 48/DD
55.42.0150 Copa TH+ seleXys 50/EE
55.42.0152 Copa TH+ seleXys 52/FF
55.42.0154 Copa TH+ seleXys 54/GG
55.42.0156 Copa TH+ seleXys 56/HH
55.42.0158 Copa TH+ seleXys 58/II
55.42.0160 Copa TH+ seleXys 60/JJ
55.42.0162 Copa TH+ seleXys 62/KK
55.42.0164 Copa TH+ seleXys 64/KK
55.43.2801 Inserto est. seleXys PE 28/AA
55.43.2802 Inserto est. seleXys PE 28/BB
55.43.2803 Inserto est. seleXys PE 28/CC
55.43.2804 Inserto est. seleXys PE 28/DD
55.43.2805 Inserto est. seleXys PE 28/EE
55.43.2806 Inserto est. seleXys PE 28/FF
55.43.2807 Inserto est. seleXys PE 28/GG
55.43.2808 Inserto est. seleXys PE 28/HH
55.43.2809 Inserto est. seleXys PE 28/II
55.43.2810 Inserto est. seleXys PE 28/JJ
55.43.2811 Inserto est. seleXys PE 28/KK

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.43.2812 Inserto est. seleXys PE 28/LL
55.43.3205 Inserto est. seleXys PE 32/EE
55.43.3206 Inserto est. seleXys PE 32/FF
55.43.3207 Inserto est. seleXys PE 32/GG
55.43.3208 Inserto est. seleXys PE 32/HH
55.43.3209 Inserto est. seleXys PE 32/II
55.43.3210 Inserto est. seleXys PE 32/JJ
55.43.3211 Inserto est. seleXys PE 32/KK
55.43.3212 Inserto est. seleXys PE 32/LL
55.44.2801 Inserto peraltado seleXys PE 28/AA
55.44.2802 Inserto peraltado seleXys PE 28/BB
55.44.2803 Inserto peraltado seleXys PE 28/CC
55.44.2804 Inserto peraltado seleXys PE 28/DD
55.44.2805 Inserto peraltado seleXys PE 28/EE
55.44.2806 Inserto peraltado seleXys PE 28/FF
55.44.2807 Inserto peraltado seleXys PE 28/GG
55.44.2808 Inserto peraltado seleXys PE 28/HH
55.44.2809 Inserto peraltado seleXys PE 28/II
55.44.2810 Inserto peraltado seleXys PE 28/JJ
55.44.2811 Inserto peraltado seleXys PE 28/KK
55.44.2812 Inserto peraltado seleXys PE 28/LL
55.44.3205 Inserto peraltado seleXys PE 32/EE
55.44.3206 Inserto peraltado seleXys PE 32/FF
55.44.3207 Inserto peraltado seleXys PE 32/GG
55.44.3208 Inserto peraltado seleXys PE 32/HH
55.44.3209 Inserto peraltado seleXys PE 32/II
55.44.3210 Inserto peraltado seleXys PE 32/JJ
55.44.3211 Inserto peraltado seleXys PE 32/KK
55.44.3212 Inserto peraltado seleXys PE 32/LL
55.45.2801 Inserto metamys seleXys 28/AA

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.45.2802 Inserto metamys seleXys 28/BB
55.45.2803 Inserto metamys seleXys 28/CC
55.45.2804 Inserto metamys seleXys 28/DD
55.45.2805 Inserto metamys seleXys 28/EE
55.45.2806 Inserto metamys seleXys 28/FF
55.45.2807 Inserto metamys seleXys 28/GG
55.45.2808 Inserto metamys seleXys 28/HH
55.45.2809 Inserto metamys seleXys 28/II
55.45.2810 Inserto metamys seleXys 28/JJ
55.45.2811 Inserto metamys seleXys 28/KK
55.45.2812 Inserto metamys seleXys 28/LL
55.45.3205 Inserto metamys seleXys 32/EE
55.45.3206 Inserto metamys seleXys 32/FF
55.45.3607 Inserto metamys seleXys 36/GG
55.45.3608 Inserto metamys seleXys 36/HH
55.45.3609 Inserto metamys seleXys 36/II
55.45.3610 Inserto metamys seleXys 36/JJ
55.45.3611 Inserto metamys seleXys 36/KK
55.45.3612 Inserto metamys seleXys 36/LL
55.46.2803 Inserto seleXys Bionit2 28/CC
55.46.2804 Inserto seleXys Bionit2 28/DD
55.46.2805 Inserto seleXys Bionit2 28/EE
55.46.2806 Inserto seleXys Bionit2 28/FF
55.46.2807 Inserto seleXys Bionit2 28/GG
55.46.2808 Inserto seleXys Bionit2 28/HH
55.46.2809 Inserto seleXys Bionit2 28/II
55.46.2810 Inserto seleXys Bionit2 28/JJ
55.46.2811 Inserto seleXys Bionit2 28/KK
55.46.2812 Inserto seleXys Bionit2 28/LL
55.46.3205 Inserto seleXys Bionit2 32/EE

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.46.3206 Inserto seleXys Bionit2 32/FF
55.46.3607 Inserto seleXys Bionit2 36/GG
55.46.3608 Inserto seleXys Bionit2 36/HH
55.46.3609 Inserto seleXys Bionit2 36/II
55.46.3610 Inserto seleXys Bionit2 36/JJ
55.46.3611 Inserto seleXys Bionit2 36/KK
55.46.3612 Inserto seleXys Bionit2 36/LL
55.47.2802 Inserto seleXys ceramys, 28/BB
55.47.2803 Inserto seleXys ceramys, 28/CC
55.47.2804 Inserto seleXys ceramys, 28/DD
55.47.3204 Inserto seleXys ceramys, 32/DD
55.47.3205 Inserto seleXys ceramys, 32/EE
55.47.3206 Inserto seleXys ceramys, 32/FF
55.47.3606 Inserto seleXys ceramys, 36/FF
55.47.3607 Inserto seleXys ceramys, 36/GG
55.47.3608 Inserto seleXys ceramys, 36/HH
55.47.3609 Inserto seleXys ceramys, 36/II
55.47.3610 Inserto seleXys ceramys, 36/JJ
55.47.3611 Inserto seleXys ceramys, 36/KK
55.47.3612 Inserto seleXys ceramys, 36/LL
56.11.0001sc Vástago dis. Cemira. acero 1 cem.
56.11.0002sc Vástago dis. Cemira. acero 2 cem.
56.11.0003sc Vástago dis. Cemira. acero 3 cem.
56.11.0004sc Vástago est. Cemira acero 4 cem.
56.11.0005sc Vástago est. Cemira acero 5 cem.
56.11.0006sc Vástago est. Cemira acero 6 cem.
56.11.0007sc Vástago est. Cemira acero 7 cem.
56.11.0008sc Vástago est. Cemira acero 8 cem.
56.11.0009sc Vástago est. Cemira acero 9 cem.
56.11.0010sc Vástago est. Cemira acero 10 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.11.0011sc Vástago est. Cemira acero 11 cem.
56.11.0014sc Vástago lat. Cemira acero 4 cem.
56.11.0015sc Vástago lat. Cemira acero 5 cem.
56.11.0016sc Vástago lat. Cemira acero 6 cem.
56.11.0017sc Vástago lat. Cemira acero 7 cem.
56.11.0018sc Vástago lat. Cemira acero 8 cem.
56.11.0019sc Vástago lat. Cemira acero 9 cem.
56.11.0020sc Vástago lat. Cemira acero 10 cem.
56.11.0055 Vástago dis. Centris 1D1 cem.
56.11.0056 Vástago dis. Centris 2D1 cem.
56.11.0057 Vástago dis. Centris 3D1 cem.
56.11.0058 Vástago dis. Centris 4D1 cem.
56.11.0059 Vástago dis. Centris 5D1 cem.
56.11.0060 Vástago est. Centris 1S2 cem.
56.11.0061 Vástago est. Centris 2S1 cem.
56.11.0062 Vástago est. Centris 2S2 cem.
56.11.0063 Vástago est. Centris 2S3 cem.
56.11.0064 Vástago est. Centris 3S1 cem.
56.11.0065 Vástago est. Centris 3S2 cem.
56.11.0066 Vástago est. Centris 3S3 cem.
56.11.0067 Vástago est. Centris 4S1 cem.
56.11.0068 Vástago est. Centris 4S2 cem.
56.11.0069 Vástago est. Centris 4S3 cem.
56.11.0070 Vástago est. Centris 5R1 cem.
56.11.0071 Vástago est. Centris 5R2 cem.
56.11.0072 Vástago largo Centris 3S1/180 cem.
56.11.0073 Vástago largo Centris 3S1/230 cem.
56.11.0074 Vástago largo Centris 3S2/180 cem.
56.11.0075 Vástago largo Centris 3S2/230 cem.
56.11.0076 Vástago largo Centris 4S1/180 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.11.0077 Vástago largo Centris 4S1/230 cem.
56.11.0078 Vástago largo Centris 4S2/180 cem.
56.11.0079 Vástago largo Centris 4S2/230 cem.
56.11.0080 Vástago largo Centris 5R1/175 cem.
56.11.0081 Vástago largo Centris 5R1/225 cem.
56.11.1000 Vástago est. twinSys HA 9 no cem.
56.11.1001 Vástago est. twinSys HA 10 no cem.
56.11.1002 Vástago est. twinSys HA 11 no cem.
56.11.1003 Vástago est. twinSys HA 12 no cem.
56.11.1004 Vástago est. twinSys HA 13 no cem.
56.11.1005 Vástago est. twinSys HA 14 no cem.
56.11.1006 Vástago est. twinSys HA 15 no cem.
56.11.1007 Vástago est. twinSys HA 16 no cem.
56.11.1008 Vástago est. twinSys HA 17 no cem.
56.11.1009 Vástago est. twinSys HA 18 no cem.
56.11.1010 Vástago lat. twinSys HA 9 no cem.
56.11.1011 Vástago lat. twinSys HA 10 no cem.
56.11.1012 Vástago lat. twinSys HA 11 no cem.
56.11.1013 Vástago lat. twinSys HA 12 no cem.
56.11.1014 Vástago lat. twinSys HA 13 no cem.
56.11.1015 Vástago lat. twinSys HA 14 no cem.
56.11.1016 Vástago lat. twinSys HA 15 no cem.
56.11.1017 Vástago lat. twinSys HA 16 no cem.
56.11.1018 Vástago lat. twinSys HA 17 no cem.
56.11.1019 Vástago lat. twinSys HA 18 no cem.
56.11.1068 Vástago XS twinSys HA 7 no cem.
56.11.1069 Vástago XS twinSys HA 8 no cem.
56.11.1070 Vástago XS twinSys HA 9 no cem.
56.11.1071 Vástago XS twinSys HA 10 no cem.
56.11.2000 Vástago est. twinSys 9 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.11.2001 Vástago est. twinSys 10 cem.
56.11.2002 Vástago est. twinSys 11 cem.
56.11.2003 Vástago est. twinSys 12 cem.
56.11.2004 Vástago est. twinSys 13 cem.
56.11.2005 Vástago est. twinSys 14 cem.
56.11.2006 Vástago est. twinSys 15 cem.
56.11.2007 Vástago est. twinSys 16 cem.
56.11.2010 Vástago lat. twinSys 9 cem.
56.11.2011 Vástago lat. twinSys 10 cem.
56.11.2012 Vástago lat. twinSys 11 cem.
56.11.2013 Vástago lat. twinSys 12 cem.
56.11.2014 Vástago lat. twinSys 13 cem.
56.11.2015 Vástago lat. twinSys 14 cem.
56.11.2016 Vástago lat. twinSys 15 cem.
56.11.2017 Vástago lat. twinSys 16 cem.
56.11.3003 Vástago largo twinSys HA 12 no cem.
56.11.3004 Vástago largo twinSys HA 13 no cem.
56.11.3005 Vástago largo twinSys HA 14 no cem.
56.11.3006 Vástago largo twinSys HA 15 no cem.
56.20.0000SC Vástago est. CBH TAN 0 no cem.
56.20.0001SC Vástago est. CBH TAN 01 no cem.
56.20.0101SC Vástago est. CBH TAN 1 no cem.
56.20.0102SC Vástago est. CBH TAN 2 no cem.
56.20.0103SC Vástago est. CBH TAN 3 no cem.
56.20.0104SC Vástago est. CBH TAN 4 no cem.
56.20.0105SC Vástago est. CBH TAN 5 no cem.
56.20.0106SC Vástago est. CBH TAN 6 no cem.
56.20.0107SC Vástago est. CBH TAN 7 no cem.
56.20.0108SC Vástago est. CBH TAN 8 no cem.
56.20.0109SC Vástago est. CBH TAN 9 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.20.0110SC Vástago est. CBH TAN 10 no cem.
56.20.0111SC Vástago est. CBH TAN 11 no cem.
56.20.0112SC Vástago est. CBH TAN 12 no cem.
56.20.1000SC Vástago lat. CBH TAN 0 no cem.
56.20.1001SC Vástago lat. CBH TAN 01 no cem.
56.20.1101SC Vástago lat. CBH TAN 1 no cem.
56.20.1102SC Vástago lat. CBH TAN 2 no cem.
56.20.1103SC Vástago lat. CBH TAN 3 no cem.
56.20.1104SC Vástago lat. CBH TAN 4 no cem.
56.20.1105SC Vástago lat. CBH TAN 5 no cem.
56.20.1106SC Vástago lat. CBH TAN 6 no cem.
56.20.1107SC Vástago lat. CBH TAN 7 no cem.
56.20.1108SC Vástago lat. CBH TAN 8 no cem.
56.20.1109SC Vástago lat. CBH TAN 9 no cem.
56.20.1110SC Vástago lat. CBH TAN 10 no cem.
56.20.1111SC Vástago lat. CBH TAN 11 no cem.
56.20.1112SC Vástago lat. CBH TAN 12 no cem.
56.20.1422 Vástago de revisión CBK 14/225 no cem.
56.20.1426 Vástago de revisión CBK 14/265 no cem.
56.20.1430 Vástago de revisión CBK 14/305 no cem.
56.20.1522 Vástago de revisión CBK 15/225 no cem.
56.20.1526 Vástago de revisión CBK 15/265 no cem.
56.20.1530 Vástago de revisión CBK 15/305 no cem.
56.20.1622 Vástago de revisión CBK 16/225 no cem.
56.20.1626 Vástago de revisión CBK 16/265 no cem.
56.20.1630 Vástago de revisión CBK 16/305 no cem.
56.20.1722 Vástago de revisión CBK 17/225 no cem.
56.20.1726 Vástago de revisión CBK 17/265 no cem.
56.20.1730 Vástago de revisión CBK 17/305 no cem.
56.20.1822 Vástago de revisión CBK 18/225 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.20.1826 Vástago de revisión CBK 18/265 no cem.
56.20.1830 Vástago de revisión CBK 18/305 no cem.
56.20.1922 Vástago de revisión CBK 19/225 no cem.
56.20.1926 Vástago de revisión CBK 19/265 no cem.
56.20.1930 Vástago de revisión CBK 19/305 no cem.
56.20.2022 Vástago de revisión CBK 20/225 no cem.
56.20.2026 Vástago de revisión CBK 20/265 no cem.
56.20.2030 Vástago de revisión CBK 20/305 no cem.
56.20.2122 Vástago de revisión CBK 21/225 no cem.
56.20.2126 Vástago de revisión CBK 21/265 no cem.
56.20.2130 Vástago de revisión CBK 21/305 no cem.
56.20.2222 Vástago de revisión CBK 22/225 no cem.
56.20.2226 Vástago de revisión CBK 22/265 no cem.
56.20.2230 Vástago de revisión CBK 22/305 no cem.
56.20.2326 Vástago de revisión CBK 23/265 no cem.
56.20.2330 Vástago de revisión CBK 23/305 no cem.
56.20.2426 Vástago de revisión CBK 24/265 no cem.
56.20.2430 Vástago de revisión CBK 24/305 no cem.
56.20.2526 Vástago de revisión CBK 25/265 no cem.
56.20.2530 Vástago de revisión CBK 25/305 no cem.
56.20.3130 Vástago estándar stellaris 13
56.20.3140 Vástago estándar stellaris 14
56.20.3150 Vástago estándar stellaris 15
56.20.3160 Vástago estándar stellaris 16
56.20.3170 Vástago estándar stellaris 17
56.20.3180 Vástago estándar stellaris 18
56.20.3190 Vástago estándar stellaris 19
56.20.3200 Vástago estándar stellaris 20
56.20.3210 Vástago estándar stellaris 21
56.20.3220 Vástago estándar stellaris 22

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.20.3230 Vástago estándar stellaris 23
56.20.3240 Vástago estándar stellaris 24
56.20.3245 Vástago estándar stellaris Long 24.5
56.20.3260 Vástago estándar stellaris Long 26
56.20.3275 Vástago estándar stellaris Long 27.5
56.20.3290 Vástago estándar stellaris Long 29
56.20.4130 Vástago lateralizado stellaris 13
56.20.4140 Vástago lateralizado stellaris 14
56.20.4150 Vástago lateralizado stellaris 15
56.20.4160 Vástago lateralizado stellaris 16
56.20.4170 Vástago lateralizado stellaris 17
56.20.4180 Vástago lateralizado stellaris 18
56.20.4190 Vástago lateralizado stellaris 19
56.20.4200 Vástago lateralizado stellaris 20
56.20.4210 Vástago lateralizado stellaris 21
56.20.4220 Vástago lateralizado stellaris 22
56.20.4230 Vástago lateralizado stellaris 23
56.20.4240 Vástago lateralizado stellaris 24
56.20.4245 Vástago lateralizado stellaris Long 24.5
56.20.4260 Vástago lateralizado stellaris Long 26
56.20.4275 Vástago lateralizado stellaris Long 27.5
56.20.4290 Vástago lateralizado stellaris Long 29
5950.21.3 Cerclaje
67092 Hemicabeza acero 38 M
67093 Hemicabeza acero 40 M
67094 Hemicabeza acero 42 M
67095 Hemicabeza acero 44 M
67096 Hemicabeza acero 46 M
67097 Hemicabeza acero 48 M
67098 Hemicabeza acero 50 M

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

67099Hemicabeza acero 52 M

67100Hemicabeza acero 54 M

67101Hemicabeza acero 56 M

67102Hemicabeza acero 58 M

1166.12.3 Cabeza de prueba 32 XL 12/14

1167.12.3 Cabeza de prueba 32 XXL 12/14

1173.12.4 Cabeza de prueba 28 S 12/14

1174.12.4 Cabeza de prueba 28 M 12/14

1175.12.4 Cabeza de prueba 28 L 12/14

1177.12.3 Cabeza de prueba 28 XXL 12/14

1473.12.2 Cabeza de prueba bipolar 43 BIONIT

1474.12.2 Cabeza de prueba bipolar 45 BIONIT

1475.12.2 Cabeza de prueba bipolar 47 BIONIT

1476.12.2 Cabeza de prueba bipolar 49 BIONIT

1477.12.2 Cabeza de prueba bipolar 51 BIONIT

1478.12.2 Cabeza de prueba bipolar 53 BIONIT

1479.12.2 Cabeza de prueba bipolar 55 BIONIT

1480.12.2 Cabeza de prueba bipolar 57 BIONIT

2270.00 Prótesis de prueba Standard tam. 3 12/14

2271.00 Prótesis de prueba Standard tam. 4 12/14

2274.00 Prótesis de prueba Standard tam. 5 12/14

2275.00 Prótesis de prueba Standard tam. 6 12/14

2281.00 Prótesis de prueba lat.est.tam. 4 12/14

2284.00 Prótesis de prueba Standard tam. 5 12/14

3.14.000 Orientador p/guía perf.RM Classic 1 gen.

3.14.002 Guía de perforación RM Classic 1a gen.

3.14.003 Bulón de centraje RM Classic 1a gen.

3.14.004 Cotilo de prueba RM Classic 50 1a gen.

3.14.005 Cotilo de prueba RM Classic 52 1a gen.

3.14.006 Cotilo de prueba RM Classic 54 1a gen.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.14.007	Cotilo de prueba RM Classic 56 1a gen.
3.14.008	Cotilo de prueba RM Classic 58 1a gen.
3.14.009	Cotilo de prueba RM Classic 60 1a gen.
3.14.010	Cotilo de prueba RM Classic 48 1a gen.
3.14.012	Cotilo de prueba RM Classic 62 1a gen.
3.14.013	Cotilo de prueba RM Classic 64 1a gen.
3.14.014	Guía de broca 2 y 3.1
3.14.018	Cotilo de prueba RM Classic 66 1a gen.
3.14.019	Cotilo de prueba RM Classic 68 1a gen.
3.14.020	Cotilo de prueba CCB de borde plano 40
3.14.021	Cotilo de prueba CCB de borde plano 42
3.14.022	Cotilo de prueba CCB de borde plano 44
3.14.023	Cotilo de prueba CCB de borde plano 46
3.14.024	Cotilo de prueba CCB de borde plano 48
3.14.025	Cotilo de prueba CCB de borde plano 50
3.14.026	Cotilo de prueba CCB de borde plano 52
3.14.027	Cotilo de prueba CCB de borde plano 54
3.14.028	Cotilo de prueba CCB de borde plano 56
3.14.029	Cotilo de prueba CCB de borde plano 58
3.14.030	Cotilo de prueba CCB de borde plano 60
3.14.031	Cotilo de prueba CCB de borde plano 62
3.14.032	Medidor para tornillos
3.14.033	Guía de broca 3.5/5.8
3.14.034	Cajita para tornillos vacía
3.14.035	Cotilo de prueba CCB de borde normal 36
3.14.036	Cotilo de prueba CCB de borde normal 40
3.14.037	Cotilo de prueba CCB de borde normal 44
3.14.038	Cotilo de prueba CCB de borde normal 46
3.14.039	Cotilo de prueba CCB de borde normal 48
3.14.040	Cotilo de prueba CCB de borde normal 50

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.14.041	Cotilo de prueba CCB de borde normal 52
3.14.042	Cotilo de prueba CCB de borde normal 54
3.14.043	Cotilo de prueba CCB de borde normal 56
3.14.044	Cotilo de prueba CCB de borde normal 58
3.14.045	Medidor para tornillos
3.14.050	Orientador p/guía perf.RM Classic 2 gen.
3.14.052	Guía de perforación RM Classic 2a gen.
3.14.054	Cotilo de prueba RM Classic 46 2a gen.
3.14.055	Cotilo de prueba RM Classic 48 2a gen.
3.14.056	Cotilo de prueba RM Classic 50 2a gen.
3.14.057	Cotilo de prueba RM Classic 52 2a gen.
3.14.058	Cotilo de prueba RM Classic 54 2a gen.
3.14.059	Cotilo de prueba RM Classic 56 2a gen.
3.14.060	Cotilo de prueba RM Classic 58 2a gen.
3.14.061	Cotilo de prueba RM Classic 60 2a gen.
3.14.062	Cotilo de prueba RM Classic 62 2a gen.
3.14.063	Cotilo de prueba RM Classic 64 2a gen.
3.14.064	Cotilo de prueba RM Classic 66 2a gen.
3.14.065	Cotilo de prueba RM Classic 68 2a gen.
3.14.074	Cotilo de prueba CCB de borde plano 64
3.14.075	Cotilo de prueba CCB de borde plano 66
3.14.076	Cotilo de prueba CCB de borde plano 68
3.14.251	Avellanador flex. RM Classic 1gen.
3.14.252	Árbol de perf. flex. RM Classic 1a gen.
3.14.253	Macho 3.5
3.14.254	Broca espiral 3.1 p/árbol flex.
3.14.256	Avellanador flex.RM Classic 2 gen.
3.14.257	Árbol perf. flex.RM Classic 46-52 2 gen.
3.14.258	Árbol perf. flex.RM Classic 54-64 2 gen.
3.14.259	Árbol perf. flex.RM Classic 60-68 2 gen.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.14.266	Fresa acetabular 38
3.14.267	Fresa acetabular 42 s/anillo intermedio
3.14.268	Fresa acetabular 40
3.14.269	Fresa acetabular 44
3.14.270	Fresa acetabular 46
3.14.271	Fresa acetabular 48
3.14.272	Fresa acetabular 50
3.14.273	Fresa acetabular 52
3.14.274	Fresa acetabular 54
3.14.275	Fresa acetabular 56
3.14.276	Fresa acetabular 58
3.14.277	Fresa acetabular 60
3.14.278	Fresa acetabular 62
3.14.279	Fresa acetabular 64 s/anillo intermedio
3.14.280	Fresa acetabular 66 s/anillo intermedio
3.14.281	Fresa acetabular 68 s/anillo intermedio
3.14.285	Medidor para tornillos
3.14.286	Broca espiral 3.5x50
3.14.289	Macho 6.5x60
3.14.290	Macho 6.5x45
3.14.291	Broca espiral 3.5x195
3.14.292	Avellanador 9
3.14.293	Broca espiral 3.5x60
3.14.294	Broca espiral 3.5x75
3.14.299	Broca 6
3.14.501	Mango de sujeción p/cótilos 1a gen.
3.14.503	Impactor recto RM Classic 1a gen.
3.14.505	Pieza p/impactor RM Classic 28 1a gen.
3.14.506	Pieza p/impactor RM Classic 32 1a gen.
3.14.510	Pieza intermedia p/fresa acetabular

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.14.512	Anillo intermedio 50 p/fresa acetabular
3.14.513	Anillo intermedio 52 p/fresa acetabular
3.14.514	Anillo intermedio 54 p/fresa acetabular
3.14.515	Anillo intermedio 56 p/fresa acetabular
3.14.516	Anillo intermedio 58 p/fresa acetabular
3.14.517	Anillo intermedio 60 p/fresa acetabular
3.14.518	Anillo intermedio 62 p/fresa acetabular
3.14.519	Anillo intermedio 64 p/fresa acetabular
3.14.520	Anillo intermedio 66 p/fresa acetabular
3.14.521	Anillo intermedio 68 p/fresa acetabular
3.14.545	Árbol flexible
3.14.547	Impactor curvo p/cotilos
3.14.548	Impactor recto p/cotilos
3.14.549	Pieza plástica CCB 28
3.14.550	Pieza plástica CCB 32
3.14.551	Pieza metálica CCB 28 borde plano
3.14.552	Pieza metálica CCB 32 borde plano
3.14.553	Orientador 40°
3.14.554	Pieza p/desatar anillo interm.de fresa
3.14.555	Pieza intermedia 40 p/fresa acetabular
3.14.556	Pieza intermedia p/fresas L300
3.14.557	Pieza metálica CCB 32 borde normal
3.14.558	Pieza metálica CCB 28 borde normal
3.14.563	Impactor de cemento CCB
3.14.564	Pieza metamys 28 borde plano
3.14.565	Pieza metamys 28 borde normal
3.25.040	Prótesis de prueba proximal pequeña 4
3.25.041	Prótesis de prueba proximal pequeña 4.5
3.25.042	Prótesis de prueba proximal pequeña 5
3.25.045	Prótesis de prueba distal pequeña 4

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.25.046	Prótesis de prueba distal pequeña 4.5
3.25.047	Prótesis de prueba distal pequeña 5
3.25.050	Prótesis de prueba proximal est. 5
3.25.051	Prótesis de prueba proximal est. 5.5
3.25.052	Prótesis de prueba proximal est. 6
3.25.055	Prótesis de prueba proximal est. larga 5
3.25.056	Prótesis de prueba proximal est.larga5.5
3.25.057	Prótesis de prueba proximal est. larga 6
3.25.060	Prótesis de prueba distal est. 5
3.25.061	Prótesis de prueba distal est. 5.5
3.25.062	Prótesis de prueba distal est. 6
3.25.111	Posicionador
3.25.113	Sujetador distal
3.25.250	Fresa cónica RM 4 pequeña
3.25.251	Fresa cónica RM 4.5 pequeña
3.25.252	Fresa cónica RM 5 pequeña
3.25.253	Fresa cónica RM 5 est.
3.25.254	Fresa cónica RM 5.5 est.
3.25.255	Fresa cónica RM 6 est.
3.25.256	Fresa cónica RM 5 larga
3.25.257	Fresa cónica RM 5.5 larga
3.25.258	Fresa cónica RM 6 larga
3.25.259	Fresa cónica RM 7 larga
3.25.272	Broca ø 4.5mm, con acople de anclaje rápido
3.30.005	Calibre p/diametro cabeza
3.30.100	Cabeza de prueba 28 S azul
3.30.101	Cabeza de prueba 28 M azul
3.30.102	Cabeza de prueba 28 L azul
3.30.103	Cabeza de prueba 32 S verde
3.30.104	Cabeza de prueba 32 M verde

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.105	Cabeza de prueba 32 L verde
3.30.106	Cabeza de prueba 28 XL azul
3.30.107	Cabeza de prueba 28 XXL azul
3.30.108	Cabeza de prueba 32 XL verde
3.30.109	Cabeza de prueba 32 XXL verde
3.30.130	Regla longitud 20
3.30.131	Guía de perforación 6
3.30.148	Prótesis de prueba estándar CCA 7.5
3.30.149	Prótesis de prueba estándar CCA 10
3.30.150	Prótesis de prueba estándar CCA 11.25
3.30.151	Prótesis de prueba estándar CCA 12.5
3.30.152	Prótesis de prueba estándar CCA 13.75
3.30.153	Prótesis de prueba estándar CCA 15
3.30.154	Prótesis de prueba estándar CCA 16.25
3.30.155	Prótesis de prueba estándar CCA 17.5
3.30.156	Prótesis de prueba estándar CCA 20
3.30.157	Prótesis de prueba lat. CCA 7.5
3.30.158	Prótesis de prueba lat. CCA 10
3.30.159	Prótesis de prueba lat. CCA 11.25
3.30.160	Prótesis de prueba lat. CCA 12.5
3.30.161	Prótesis de prueba lat. CCA 13.75
3.30.162	Prótesis de prueba lat. CCA 15
3.30.163	Prótesis de prueba lat. CCA 16.25
3.30.164	Prótesis de prueba lat. CCA 17.5
3.30.165	Prótesis de prueba lat. CCA 20
3.30.170	Cabeza de prueba CBC 28 S lat.
3.30.171	Cabeza de prueba CBC 28 M lat.
3.30.172	Cabeza de prueba CBC 28 L lat.
3.30.173	Cabeza de prueba CBC 32 S lat.
3.30.174	Cabeza de prueba CBC 32 M lat.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.175	Cabeza de prueba CBC 32 L lat.
3.30.290	Tijera capsular
3.30.291	Cureta 9 dentada
3.30.292	Cureta 9 no dentada
3.30.293	Cureta 15 dentada
3.30.294	Cureta 15 no dentada
3.30.295	Cureta 27 no dentada
3.30.296	Cincel plano recto 16
3.30.297	Cincel plano curvo 16
3.30.298	Gubia con cuello de cisne 16
3.30.299	Separador p/dislocar la cabeza fem. 26.5
3.30.300	Gubia curva 9
3.30.301	Cincel para cótilo 7.5
3.30.302	Tijeras Lexer 12
3.30.303	Tijeras Lexer 8/200
3.30.304	Tijeras Lexer 8/280
3.30.305	Tijeras Lexer 8/330
3.30.306	Escoplo recto 3/310
3.30.316	Escoplo p/extraer cotilo 7.5
3.30.317	Cureta dentada media
3.30.318	Gancho p/extraer el cemento 8
3.30.319	Gancho p/extraer el cemento 10
3.30.321	Fresa hueca cónica 7.5-10
3.30.322	Fresa hueca cónica 12.5-15
3.30.323	Fresa hueca cónica 17.5-20
3.30.324	Escariador estrecho
3.30.326	Raspa monobloque CCA 7.5
3.30.327	Raspa monobloque CCA 10
3.30.328	Raspa monobloque CCA 11.25
3.30.329	Raspa monobloque CCA 12.5

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.330	Raspa monobloque CCA 13.75
3.30.331	Raspa monobloque CCA 15
3.30.332	Raspa monobloque CCA 16.25
3.30.333	Raspa monobloque CCA 17.5
3.30.334	Raspa monobloque CCA 20
3.30.335	Periostómo largo
3.30.336T	Raspa modular CBC 5
3.30.337T	Raspa modular CBC 6
3.30.338T	Raspa modular CBC 7
3.30.339	Raspa para vastagos CBC, modulares 8 mm
3.30.339T	Raspa modular CBC 8
3.30.340T	Raspa modular CBC 9
3.30.341T	Raspa modular CBC 10
3.30.342	Raspa para vastagos CBC, modulares 11.25 mm
3.30.342T	Raspa modular CBC 11.25
3.30.343T	Raspa modular CBC 12.5
3.30.344T	Raspa modular CBC 13.75
3.30.345T	Raspa modular CBC 15
3.30.346T	Raspa modular CBC 16.25
3.30.347T	Raspa modular CBC 17.5
3.30.348T	Raspa modular CBC 20
3.30.349	Escariador ancho
3.30.350	Raspa modular CCA 7.5
3.30.351	Raspa modular CCA 10
3.30.352	Raspa modular CCA 11.25
3.30.353	Raspa modular CCA 12.5
3.30.354	Raspa modular CCA 13.75
3.30.355	Raspa modular CCA 15
3.30.356	Raspa modular CCA 16.25
3.30.357	Raspa modular CCA 17.5

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.358	Raspa modular CCA 20
3.30.359	Escoplo rectangular p/cadera
3.30.390	Raspa modular CBC tam. 5 lat.
3.30.391	Raspa modular CBC tam. 6 lat.
3.30.392	Raspa modular CBC tam. 7 lat.
3.30.393	Raspa modular CBC tam. 8 lat.
3.30.394	Raspa modular CBC tam. 9 lat.
3.30.395	Raspa modular CBC tam. 10 lat.
3.30.396	Raspa modular CBC tam. 11.25 lat.
3.30.397	Raspa modular CBC tam. 12.5 lat.
3.30.398	Raspa modular CBC tam. 13.75 lat.
3.30.399	Raspa modular CBC tam. 15 lat.
3.30.400	Raspa modular CBC tam. 16.25 lat.
3.30.401	Raspa modular CBC tam. 17.5 lat.
3.30.402	Raspa modular CBC tam. 20 lat.
3.30.502	Pinza para protesis
3.30.504	Separador femoral
3.30.510	Retractor afilado 38
3.30.511	Tenáculo S
3.30.512	Tenáculo M
3.30.513	Tenáculo
3.30.514	Separador 24
3.30.515	Separador 43
3.30.516	Hohmann 18
3.30.517	Hohmann 15
3.30.518	Separador de partes blandas largo
3.30.519	Hohmann 22
3.30.520	Separador 40
3.30.521	Separador 22
3.30.522	Separador trocantéreo 40

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.523	Langenbeck
3.30.524	Separador femoral 26
3.30.525	Gancha de peso
3.30.526	Peso
3.30.527	Pinzas p/capsula recto
3.30.528	Pinzas p/capsula
3.30.529	Pinzas curvas p/capsula
3.30.530	Extractor p/cabeza femoral
3.30.531	Impactor de esponjosa recto
3.30.532	Impactor de esponjosa curvo
3.30.533	Impactor de esponjosa grande
3.30.534	Impactor/extractor
3.30.535	Impactor de cabeza
3.30.536	Pieza p/impactor de cabeza
3.30.537	Pieza p/impactor 36
3.30.538	Pieza p/impactor 28
3.30.539	Pieza p/impactor 32
3.30.540	Barra transversal p/escoplo
3.30.541	Gancho de extracción
3.30.542	Pinzas cortas de sujeción p/cemento
3.30.543	Pinzas largas de sujeción p/cemento
3.30.544	Perno extractor
3.30.545	Impactor p/tapón medular 7.5/10
3.30.546	Impactor p/tapón medular 12.5/15
3.30.547	Impactor p/tapón medular
3.30.548	Impactor/extractor
3.30.550	Extractor curvo cadera
3.30.551	Barra transversal larga
3.30.552	Barra transversal larga
3.30.560	Retractor ventral L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.561	Retractor ventral R
3.30.562	Retractor posterior S R
3.30.563	Retractor posterior S L
3.30.564	Retractor posterior M R
3.30.565	Retractor posterior M L
3.30.566	Cureta acodada
3.30.567	Protección de tejidos
3.30.568	Raspatorio Lambotte
3.30.569	Portaagujas
3.30.604	Seperador Cobra pequeno
3.30.605	Seperador acetabular L
3.30.606	Seperador acetabular R
3.30.607	Seperador femoral
3.40.250	Fresa conica para insercion 90°
3.40.251	Fresa conica para cavidad
3.40.252	Escariador medular de mano 7
3.40.253	Escariador medular de mano 8
3.40.254	Escariador medular de mano 9
3.40.255	Escariador medular de mano 10
3.40.256	Escariador medular de mano 11
3.40.257	Escariador medular de mano 12
3.40.258	Escariador medular de mano 13
3.40.259	Escariador medular de mano 14
3.40.260	Broca para la cavidad medular Ø 15mm
3.40.264	Broca Ø 2,0mm
3.40.268	Broca para la cavidad medular Ø 20mm
3.40.272	Broca Ø 4,5mm
3.40.275	Broca plana flex. 2
3.40.276	Fresa
3.40.279	Broca espiral 3.2 dedo RM

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.40.295	Broca Ø 6,0mm
3.40.297	Broca espiral 6
3.40.508	Destornillador hex. 2.5 c/mango
3.40.509	Destornillador hex. 2.5 c/anclaje rapido
3.40.530	Pinzas c/automantenimiento p/tornillos
3.40.535	Mandril para motor AO
3.40.540	Destornillador exagonal 2,5mm
3.40.542	Pieza hex.p/extracción tornillos 3.5
3.40.544	Destornillador hex. largo. 3.5
3.40.545	Destornillador hex. cárdan largo 3.5
3.40.548	Arandela de compresión de silicona, STER
3.40.550	Mango c/anclaje rapido
4042.00.2	Cotilo de prueba ø 42
4044.00.2	Cotilo de prueba Ø 44mm
4046.00.2	Cotilo de prueba Ø 46mm
4048.00.2	Cotilo de prueba Ø 48mm
4050.00.2	Cotilo de prueba Ø 50mm
4052.00.2	Cotilo de prueba Ø 52mm
4054.00.2	Cotilo de prueba Ø 54mm
4056.00.2	Cotilo de prueba Ø 56mm
4058.00.2	Cotilo de prueba Ø 58mm
4060.00.2	Cotilo de prueba Ø 60mm
4062.00.2	Cotilo de prueba Ø 62mm
4064.00.2	Cotilo de prueba Ø 64mm
4066.00.2	Cotilo de prueba Ø 66mm
4068.00.2	Cotilo de prueba Ø 68mm
4070.00.2	Cotilo de prueba Ø 70mm
4072.00.2	Cotilo de prueba ø 72
41.34.0001	Espátula estéril
501.04.03.00.0	Orientador Rotacup

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

501.04.03.00.1 Orientador seleXys

501.04.04.00.1 Impactor M 10 rosca prolongada

501.05.01.00.0 Destornillador p/tapa polar seleXys

501.06.01.00.0 Posicionador p/inserto cerám. seleXys 28

501.06.02.00.0 Extractor p/insertos

501.06.07.70.1 Inserto de prueba Ø 70/72mm para cabeza Ø 36mm

5024.00 Broca espiral 3.5x195

5027.00 Broca R+V 390x10

5028.00 Broca R+V 390x12

5029.00 Broca R+V 390x13

503.08.07.55.0 Varilla, longitud 55mm, sin cabeza LOGO/INTEGRO

5030.00 Vaína de protección

5035.00 Sonda de reducción 8

5036.00 Sonda de reducción 10

5037.00 Sonda de reducción 12

51.02.4121 Impactor modular p/impactor IMT

51.02.4122 Impactor p/raspa modular

51.02.4125 Impactor modular p/Airpuls

51.34.0006 Bandeja femoral revisión

51.34.0007 Tapa femoral revisión

51.34.0008 Bandeja intermedia femoral revisión

51.34.0010 Bandeja flexible Osteotome

51.34.0011 Tapa flexible Osteotome

51.34.0019 Post-impactor para copa seleXys

51.34.0020 Asiento canulado Rotacup

51.34.0021 Medidor de profundidad Rotacup

51.34.0025 Bandeja fresas p/vástago de rev. mod.

51.34.0026 Bandeja cuellos prueba p/vást.rev.mod.

51.34.0027 Bandeja instr.div.p/vástago de rev. mod.

51.34.0028 Tapa de bandeja p/vástago de rev. mod.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0030 Mango para raspa twinSys single offset
51.34.0033 Fresa twinSys p/el espolón femoral 30mm
51.34.0034 Fresa twinSys p/el espolón femoral 40mm
51.34.0057 Raspa twinSys larga 12/158
51.34.0058 Raspa twinSys larga 13/168
51.34.0059 Raspa twinSys larga 14/178
51.34.0060 Raspa twinSys larga 15/188
51.34.0062 Extractor para vástago
51.34.0063 Escariador flexible 8.0, 2 gen.
51.34.0064 Escariador flexible 8.5, 2 gen.
51.34.0065 Escariador flexible 9.0, 2 gen.
51.34.0066 Escariador flexible 9.5, 2 gen.
51.34.0067 Escariador flexible 10.0, 2 gen.
51.34.0068 Escariador flexible 10.5, 2 gen.
51.34.0069 Escariador flexible 11.0, 2 gen.
51.34.0070 Escariador flexible 11.5, 2 gen.
51.34.0071 Escariador flexible 12.0, 2 gen.
51.34.0072 Escariador flexible 12.5, 2 gen.
51.34.0073 Escariador flexible 13.0, 2 gen.
51.34.0074 Bandeja ester. p/escariadores flex.2 gen
51.34.0075 Mango para raspa MIS II offset twinSys
51.34.0076 Mango para raspa MIS II recto twinSys
51.34.0134 Cincel rectangular silicón
51.34.0135 Impactor de cabeza silicón
51.34.0136 Extractor curvo silicón
51.34.0143 Cabeza de prueba SC 22.22 S
51.34.0144 Cabeza de prueba LC 22.22 S
51.34.0145 Cabeza de prueba SC 22.22 M
51.34.0146 Cabeza de prueba LC 22.22 M
51.34.0147 Cabeza de prueba SC 22.22 L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0148 Cabeza de prueba LC 22.22 L
51.34.0149 Cabeza de prueba SC 28 S
51.34.0150 Cabeza de prueba LC 28 S
51.34.0151 Cabeza de prueba SC 28 M
51.34.0152 Cabeza de prueba LC 28 M
51.34.0153 Cabeza de prueba SC 28 L
51.34.0154 Cabeza de prueba LC 28 L
51.34.0155 Cabeza de prueba SC 28 XL
51.34.0156 Cabeza de prueba LC 28 XL
51.34.0157 Cabeza de prueba SC 28 XXL
51.34.0158 Cabeza de prueba LC 28 XXL
51.34.0159 Cabeza de prueba SC 32 S
51.34.0160 Cabeza de prueba LC 32 S
51.34.0161 Cabeza de prueba SC 32 M
51.34.0162 Cabeza de prueba LC 32 M
51.34.0163 Cabeza de prueba SC 32 L
51.34.0164 Cabeza de prueba LC 32 L
51.34.0165 Cabeza de prueba SC 32 XL
51.34.0166 Cabeza de prueba LC 32 XL
51.34.0167 Cabeza de prueba SC 32 XXL
51.34.0168 Cabeza de prueba LC 32 XXL
51.34.0169 Cabeza de prueba SC 36 S
51.34.0170 Cabeza de prueba LC 36 S
51.34.0171 Cabeza de prueba SC 36 M
51.34.0172 Cabeza de prueba LC 36 M
51.34.0173 Cabeza de prueba SC 36 L
51.34.0174 Cabeza de prueba LC 36 L
51.34.0175 Cabeza de prueba SC 36 XL
51.34.0176 Cabeza de prueba LC 36 XL
51.34.0177 Cabeza de prueba SC 36 XXL

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0178 Cabeza de prueba LC 36 XXL
51.34.0181 Bandeja stellaris p/prótesis de prueba
51.34.0183 Bandeja stellaris Long
51.34.0184 Bandeja stellaris p/instrumentos básicos
51.34.0185 Tapa stellaris
51.34.0186 Inserto stellaris para escariadores
51.34.0187 Peso deslizante stellaris
51.34.0188 Gancho modular de extracción izquierdo
51.34.0189 Adaptador twinSys offset doble derecho
51.34.0190 Adaptador twinSys offset doble izquierdo
51.34.0191 Mango p/raspa twinSys DO Woodpecker ida.
51.34.0192 Mango p/raspa twinSys DO Woodpecker dex.
51.34.0193 Mango raspa twinSys DO clavija ida.
51.34.0194 Mango raspa twinSys DO clavija dex.
51.34.0196 Cabezal de centraje RM Pressfit 28
51.34.0197 Cabezal de centraje RM Pressfit 32
51.34.0198 Cabezal de centraje RM Pressfit 36
51.34.0204 Escariador 13 stellaris
51.34.0205 Escariador 14 stellaris
51.34.0206 Escariador 15 stellaris
51.34.0207 Escariador 16 stellaris
51.34.0208 Escariador 17 stellaris
51.34.0209 Escariador 18 stellaris
51.34.0210 Escariador 19 stellaris
51.34.0211 Escariador 20 stellaris
51.34.0212 Escariador 21 stellaris
51.34.0213 Escariador 22 stellaris
51.34.0214 Escariador 23 stellaris
51.34.0215 Escariador 24 stellaris
51.34.0216 Escariador 24.5 stellaris Long

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0217 Escariador 26 stellaris Long
51.34.0218 Escariador 27.5 stellaris Long
51.34.0219 Escariador 29 stellaris Long
51.34.0221 Cabeza de prueba para hemiprótesis 38 M
51.34.0222 Cabeza de prueba para hemiprótesis 40 M
51.34.0223 Cabeza de prueba para hemiprótesis 42 M
51.34.0224 Cabeza de prueba para hemiprótesis 44 M
51.34.0225 Cabeza de prueba para hemiprótesis 46 M
51.34.0226 Cabeza de prueba para hemiprótesis 48 M
51.34.0227 Cabeza de prueba para hemiprótesis 50 M
51.34.0228 Cabeza de prueba para hemiprótesis 52 M
51.34.0229 Cabeza de prueba para hemiprótesis 54 M
51.34.0230 Cabeza de prueba para hemiprótesis 56 M
51.34.0231 Cabeza de prueba para hemiprótesis 58 M
51.34.0235 Gancho modular de extracción derecho
51.34.0237 Cabeza de colocación RM Pressfit 28
51.34.0238 Cabeza de colocación RM Pressfit 32
51.34.0239 Cabeza de colocación RM Pressfit 36
51.34.0240 Destornillador tapa polar largo seleXys
51.34.0241 Destornill. tapa polar largo Ka seleXys
51.34.0242 Destornill. tapa polar Fix/Kar seleXys
51.34.0268 Pieza Cabeza d/colocación RM Pressfit 28
51.34.0269 Pieza Cabeza d/colocación RM Pressfit 32
51.34.0270 Pieza Cabeza d/colocación RM Pressfit 36
51.34.0280 Cabeza de prueba SC XRO 28 S
51.34.0281 Cabeza de prueba SC XRO 28 M
51.34.0282 Cabeza de prueba SC XRO 28 L
51.34.0283 Cabeza de prueba SC XRO 28 XL
51.34.0284 Cabeza de prueba SC XRO 28 XXL
51.34.0285 Cabeza de prueba SC XRO 32 S

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0286 Cabeza de prueba SC XRO 32 M
51.34.0287 Cabeza de prueba SC XRO 32 L
51.34.0288 Cabeza de prueba SC XRO 32 XL
51.34.0289 Cabeza de prueba SC XRO 32 XXL
51.34.0290 Cabeza de prueba SC XRO 36 S
51.34.0291 Cabeza de prueba SC XRO 36 M
51.34.0292 Cabeza de prueba SC XRO 36 L
51.34.0293 Cabeza de prueba SC XRO 36 XL
51.34.0294 Cabeza de prueba SC XRO 36 XXL
51.34.0295 Impactor para vástago MIS con esfera
51.34.0348 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 28
51.34.0352 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 32
51.34.0356 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 36
5100.00.US Raspa modular Unistem tam. 6
5101.00.US Raspa modular Unistem tam. 7
5102.00.US Raspa modular Unistem tam. 8
5103.00.US Raspa modular Unistem tam. 9
5104.00.US Raspa modular Unistem tam. 10
5105.00.US Raspa modular Unistem tam. 11.5
5106.00.US Raspa modular Unistem tam. 13
5107.00.US Raspa UNISTEM modular Tamaño 14.5
5108.00.US Raspa UNISTEM modular Tamaño 16
5110.00.2 Raspa monobloque Standard tam. 4
5111.00.2 Raspa monobloque Standard tam. 4/L02
5113.00.2 Raspa monobloque Standard tam. 5
5114.00.2 Raspa monobloque Standard tam. 6
5115.00.2 Raspa monobloque Standard tam. L03
5116.00.2 Escariador medular
5131.00.3 Raspa modular R+V 10
5132.00.3 Raspa modular R+V 11

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5133.00.3	Raspa modular R+V 12
5134.00.3	Raspa modular R+V 12.5
5135.00	Escoplo rectangular tam. 28x7
5135.00.3	Raspa modular R+V 13
5170.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 0
5171.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 1
5172.00	Raspa modular GSS CO/CLtam. 2
5173.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 3
5174.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 4
5175.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 5
5176.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 6
5177.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 7
5178.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 4.5
5179.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 6.5
52.02.0005	Estrella de medición 8/9.5
52.02.0007	Estrella de medición 9.5/10
52.02.0010	Estrella de medición 11.5/11
52.02.0012	Estrella de medición 13/11.5
52.02.0015	Estrella de medición 15/12
52.02.0128	Cabeza de prueba estándar Fullfix 28 L
52.02.0228	Cabeza de prueba estándar Fullfix 28 M
52.02.0328	Cabeza de prueba estándar Fullfix 28 S
52.02.0428	Cabeza de prueba lat. Fullfix 28 L
52.02.0528	Cabeza de prueba lat. Fullfix 28 M
52.02.0628	Cabeza de prueba lat. Fullfix 28 S
52.02.2002	Raspa modular Fullfix 3
52.02.2003	Raspa/prótesis de prueba mod. Fullfix 4
52.02.2004	Raspa modular Fullfix 5
52.02.2005	Raspa/prótesis de prueba mod.Fullfix 6.2
52.02.2006	Raspa modular Fullfix 7.5

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.02.2007	Raspa/prótesis de prueba mod.Fullfix 8.7
52.02.2009	Raspa modular Fullfix 10
52.02.2010	Raspa/prót. de prueba mod. Fullfix 11.2
52.02.2011	Raspa modular Fullfix 12.5
52.02.4000	Impactor de medición
52.02.4001	Barra roscada p/impactor de medición
52.03.0452	Bandeja intermedia Fullfix
52.03.0468	Bandeja Fullfix
5209.00	Extractor p/cabezas de prueba
5210.00	Extractor p/cabezas
5217.00.2	Impactor p/vástago
5218.00	Barra transversal cónica p/raspas
5220.00.1	Extractor Unistem
5220.00.2	Extractor p/vástago Endodriver
5220.00.51	Extractor p/vástago martillo deslizante
5220.00.52	Extractor p/vástago (Konterhülse)
5220.00.53	Extractor p/vástago (vara roscada M6)
5220.00.54	Extractor p/vástago (husillo M5)
5222.00.1	Pinza de reducción bipolar
5223.00	Impactor
5225.00	Pieza para impactor 12/14
5226.00	Post-impactor GSS
5228.00	Instrumento de reducción
5229.00	Pieza p/impactor p/cabeza fem.
5234.00	Mango p/impactor de insertos seleXys
5235.00	Pieza 32 p/impactor
5236.00	Pieza 28 p/impactor
5237.00	Impactor p/tapa polar Rotacup
5240.00	Empujador de cotilo para cotilo, Ø int. 28mm
5241.00.3	Mango

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5242.00	Empujador de cotilo para cotilo ID 32mm
5244.00.4	Adaptador p/fresas (Harris)
5245.00.3.5	Mango p/raspa
5246.00	Martillo martillo sin contragolpe
5247.00	Martillo diapason p/raspa monobloque
5248.00	Asiento para cotilos de prueba
5250.00	Posicionador de insertos
5251.00-Or	Llave de trinquete Rotacup
5253.00	Pieza 36 p/impactor
5255.00.1	Placa de apoyo Rotacup
5260.00	Bandeja intermed. p/container MARTIN
5262.00	Cubeta p/container de esterilización
5262.00.1	Cubeta para container esterilizador
5262.00.2	Container MARTIN acero
5264.00.5	Tapa p/container MARTIN acero
5273.00	Trocar
5274.00	Pieza p/impactor R+V
54.02.0140	Cabeza de prueba bipolar 40/28
54.02.0142	Cabeza de prueba bipolar 42/28
54.02.0143	Cabeza de prueba bipolar 4328
54.02.0144	Cabeza de prueba bipolar 44/28
54.02.0145	Cabeza de prueba bipolar 45/28
54.02.0146	Cabeza de prueba bipolar 46/28
54.02.0147	Cabeza de prueba bipolar 47/28
54.02.0148	Cabeza de prueba bipolar 48/28
54.02.0149	Cabeza de prueba bipolar 49/28
54.02.0150	Cabeza de prueba bipolar 50/28
54.02.0151	Cabeza de prueba bipolar 51/28
54.02.0152	Cabeza de prueba bipolar 52/28
54.02.0153	Cabeza de prueba bipolar 53/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

54.02.0154 Cabeza de prueba bipolar 54/28
54.02.0155 Cabeza de prueba bipolar 55/28
54.02.0156 Cabeza de prueba bipolar 56/28
54.02.0157 Cabeza de prueba bipolar 57/28
54.02.0158 Cabeza de prueba bipolar 58/28
54.02.1031 Cabeza de prueba 22 S
54.02.1032 Cabeza de prueba 22 M
54.02.1033 Cabeza de prueba 22 L
54.02.1200 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 S
54.02.1201 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 M
54.02.1202 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 L
54.02.1203 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 XL
54.02.1204 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 XXL
54.02.1205 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 S
54.02.1206 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 M
54.02.1207 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 L
54.02.1208 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 XL
54.02.1209 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 XXL
54.02.1210 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 S
54.02.1211 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 M
54.02.1212 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 L
54.02.1213 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 XL
54.02.1214 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 XXL
54.02.1215 Cabeza de prueba 36 S
54.02.1216 Cabeza de prueba 36 M
54.02.1217 Cabeza de prueba 36 L
54.02.1218 Cabeza de prueba 36 XL
54.02.1219 Cabeza de prueba 36 XXL
54.02.4002 Extractor p/cabeza modular
54.02.4003 Pinza de reducción bipolar

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

54.02.4101 Bulón de combinación bipolar 28

54.03.4001 Bandeja (vacía) para cúpulas móviles bipolares

54.03.4002 Bandeja bipolar

54.03.4004 Tapa cabeza bipolar

5439.00.4 Fresa acetabular 39 ancha

5439.00.5 Fresa acetabular 39 est.

5439.00.6 Fresa acetabular Ø 39mm, MIS

5440.00.4 Fresa acetabular 40 ancha

5440.00.5 Fresa acetabular 40 est.

5440.00.6 Fresa acetabular Ø 40mm, MIS

5441.00.4 Fresa acetabular 41 ancha

5441.00.5 Fresa acetabular 41 est.

5441.00.6 Fresa acetabular Ø 41mm, MIS

5442.00.4 Fresa acetabular 42 ancha

5442.00.5 Fresa acetabular 42 est.

5442.00.6 Fresa acetabular Ø 42mm, MIS

5443.00.4 Fresa acetabular 43 ancha

5443.00.5 Fresa acetabular 43 est.

5443.00.6 Fresa acetabular Ø 43mm, MIS

5444.00.4 Fresa acetabular 44 ancha

5444.00.5 Fresa acetabular 44 est.

5444.00.6 Fresa acetabular Ø 44mm, MIS

5445.00.4 Fresa acetabular 45 ancha

5445.00.5 Fresa acetabular 45 est.

5445.00.6 Fresa acetabular Ø 45mm, MIS

5446.00.4 Fresa acetabular 46 ancha

5446.00.5 Fresa acetabular 46 est.

5446.00.6 Fresa acetabular Ø 46mm, MIS

5447.00.4 Fresa acetabular 47 ancha

5447.00.5 Fresa acetabular 47 est.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5447.00.6	Fresa acetabular Ø 47mm, MIS
5448.00.4	Fresa acetabular 48 ancha
5448.00.5	Fresa acetabular 48 est.
5448.00.6	Fresa acetabular Ø 48mm, MIS
5449.00.4	Fresa acetabular 49 ancha
5449.00.5	Fresa acetabular 49 est.
5449.00.6	Fresa acetabular Ø 49mm, MIS
5450.00.4	Fresa acetabular 50 ancha
5450.00.5	Fresa acetabular 50 est.
5450.00.6	Fresa acetabular Ø 50mm, MIS
5451.00.4	Fresa acetabular 51 ancha
5451.00.5	Fresa acetabular 51 est.
5451.00.6	Fresa acetabular Ø 51mm, MIS
5452.00.4	Fresa acetabular 52 ancha
5452.00.5	Fresa acetabular 52 est.
5452.00.6	Fresa acetabular Ø 52mm, MIS
5453.00.4	Fresa acetabular 53 ancha
5453.00.5	Fresa acetabular 53 est.
5453.00.6	Fresa acetabular Ø 53mm, MIS
5454.00.4	Fresa acetabular 54 ancha
5454.00.5	Fresa acetabular 54 est.
5454.00.6	Fresa acetabular Ø 54mm, MIS
5455.00.4	Fresa acetabular 55 ancha
5455.00.5	Fresa acetabular 55 est.
5455.00.6	Fresa acetabular Ø 55mm, MIS
5456.00.4	Fresa acetabular 56 ancha
5456.00.5	Fresa acetabular 56 est.
5456.00.6	Fresa acetabular Ø 56mm, MIS
5457.00.4	Fresa acetabular 57 ancha
5457.00.5	Fresa acetabular 57 est.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5457.00.6 Fresa acetabular Ø 57mm, MIS
5458.00.4 Fresa acetabular 58 ancha
5458.00.5 Fresa acetabular 58 est.
5458.00.6 Fresa acetabular Ø 58mm, MIS
5459.00.4 Fresa acetabular 59 ancha
5459.00.5 Fresa acetabular 59 est.
5459.00.6 Fresa acetabular Ø 59mm, MIS
5460.00.4 Fresa acetabular 60 ancha
5460.00.5 Fresa acetabular 60 est.
5460.00.6 Fresa acetabular Ø 60mm, MIS
5461.00.4 Fresa acetabular 61 ancha
5461.00.5 Fresa acetabular 61 est.
5461.00.6 Fresa acetabular Ø 61mm, MIS
5462.00.4 Fresa acetabular 62 ancha
5462.00.5 Fresa acetabular 62 est.
5462.00.6 Fresa acetabular Ø 62mm, MIS
5463.00.4 Fresa acetabular 63 ancha
5463.00.5 Fresa acetabular 63 est.
5463.00.6 Fresa acetabular Ø 63mm, MIS
5464.00.4 Fresa acetabular 64 ancha
5464.00.5 Fresa acetabular 64 est.
5464.00.6 Fresa acetabular Ø 64mm, MIS
5465.00.4 Fresa acetabular 65 ancha
5465.00.5 Fresa acetabular 65 est.
5465.00.6 Fresa acetabular Ø 65mm, MIS
5466.00.4 Fresa acetabular 66 ancha
5466.00.5 Fresa acetabular 66 est.
5466.00.6 Fresa acetabular Ø 66mm, MIS
5467.00.4 Fresa acetabular 67 ancha
5467.00.5 Fresa acetabular 67 est.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5467.00.6	Fresa acetabular Ø 67mm, MIS
5468.00.4	Fresa acetabular 68 ancha
5468.00.5	Fresa acetabular 68 est.
5468.00.6	Fresa acetabular Ø 68mm, MIS
5469.00.4	Fresa acetabular 69 ancha
5469.00.5	Fresa acetabular 69 est.
5469.00.6	Fresa acetabular Ø 69mm, MIS
5470.00.4	Fresa acetabular 70 ancha
5470.00.5	Fresa acetabular 70 est.
5470.00.6	Fresa acetabular Ø 70mm, MIS
5471.00.4	Fresa acetabular 71 ancha
5471.00.5	Fresa acetabular 71 est.
5471.00.6	Fresa acetabular Ø 71mm, MIS
5472.00.4	Fresa acetabular 72 ancha
5472.00.5	Fresa acetabular 72 est.
5472.00.6	Fresa acetabular Ø 72mm, MIS
55.01.0019	Bandeja instr.de perforación RM Classic
55.01.0020	Bandeja instr.de colocación RM Classic
55.01.0030	Tapa RM Classic
55.02.0000	Guía de posicionado RM Classic 3a gen.
55.02.0001	Guía de posicionado
55.02.0002	Adaptador CCB p/5248.00
55.02.0003	Anillo fijacion 55.02.0000
55.02.0108	Visor
55.02.0109	Barra p/guía de posicionado
55.02.0301	Mango c/cabezal agarreRM Classic 2a gen.
55.02.0302	Varilla c/placa percu.RM Classic 2a gen.
55.02.0303	Cabezal de centraje RM Classic28 2a gen.
55.02.0304	Cabezal de centraje RM Classic32 2a gen.
55.02.0310	Cabezal de colocación expanSys 28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.0312 Cabezal de colocación expanSys 32
55.02.0314 Cabezal de colocación expanSys 36
55.02.0316 Cabezal de centraje expanSys 28
55.02.0317 Cabezal de centraje expanSys 28 alta
55.02.0318 Cabezal de centraje expanSys 32
55.02.0319 Cabezal de centraje expanSys 36
55.02.0336 Cabezal de centraje RM Classic28 3a gen.
55.02.0337 Cabezal de centraje RM Classic32 3a gen.
55.02.0404 Medidor flexible de profundidad
55.02.0501 Instrumento básico
55.02.0502 Barra de percusión p/posicion.de cotilos
55.02.0506 Cabezal alto de centraje cotilo Giussani
55.02.0508 Cabezal de centraje RM Pressfit 32
55.02.0509 Cabezal de centraje RM Pressfit 36
55.02.0520 Mango c/cabezal de agarre 28
55.02.0521 Mango c/cabezal de agarre 32
55.02.0522 Mango c/cabezal de agarre 36
55.02.0532 Varilla c/placa de percusión
55.02.0535 Cabezal de centraje RM Pressfit 28
55.02.0548 Cotilo de prueba CCN 48
55.02.0599 Bulón de centraje RM Classic 3a gen.
55.02.0600 Orientador curvo RM Classic 3a gen.
55.02.0601 Cotilo de prueba RM Classic 40 3a gen.
55.02.0602 Cotilo de prueba RM Classic 42 3a gen.
55.02.0603 Cotilo de prueba RM Classic 44 3a gen.
55.02.0604 Cotilo de prueba RM Classic 46 3a gen.
55.02.0605 Cotilo de prueba RM Classic 48 3a gen.
55.02.0606 Cotilo de prueba RM Classic 50 3a gen.
55.02.0607 Cotilo de prueba RM Classic 52 3a gen.
55.02.0608 Cotilo de prueba RM Classic 54 3a gen.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.0609 Cotilo de prueba RM Classic 56 3a gen.
55.02.0610 Cotilo de prueba RM Classic 58 3a gen.
55.02.0611 Cotilo de prueba RM Classic 60 3a gen.
55.02.0612 Cotilo de prueba RM Classic 62 3a gen.
55.02.0613 Cotilo de prueba RM Classic 64 3a gen.
55.02.0614 Cotilo de prueba RM Classic 66 3a gen.
55.02.0615 Cotilo de prueba RM Classic 68 3a gen.
55.02.0700 Mango p/cótilos RM Classic 3a gen.
55.02.0701 Impactor recto RM Classic 3a gen.
55.02.0702 Impactor curvo RM Classic 3a gen.
55.02.0703 Orientador recto RM Classic 3a gen.
55.02.1901 Avellanador flex. RM Classic 3 gen
55.02.1903 Árbol de perf. flex. RM Classic 3a gen.
55.02.2000 Pinza gubia de Luer
55.02.2100 Mandril p/motor Hudson
55.02.4001 Impactor p/cotilos CCN
55.02.4022 Pieza p/impactor CCN
55.02.4101 Pieza p/impactor RM Classic 28 2-3 gen
55.02.4102 Pieza p/impactor RM Classic 32 2-3 gen
55.02.4200 Vaína de retención expanSys
55.02.4201 Posicionador básico expanSys
55.02.4202 Vaína distanciadora expanSys
55.02.4204 Rueda roscada expanSys
55.02.4205 Mango de acoplamiento expanSys
55.02.4206 Vaína de protección p/rosca
55.02.4208 Posicionador p/insertos
55.02.4211 Brida de extracción 46-52
55.02.4212 Manguito de extracción 52-58
55.02.4213 Manguito de extracción 58-64
55.02.4246 Posicionador de copa expanSys 46

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.4247 Extenso de copas 46
55.02.4248 Posicionador de copa expanSys 48
55.02.4249 Extenso de copas 48
55.02.4250 Posicionador de copa expanSys 50
55.02.4251 Extenso de copas 50
55.02.4252 Posicionador de copa expanSys 52
55.02.4253 Extenso de copas 52
55.02.4254 Posicionador de copa expanSys 54
55.02.4255 Extenso de copas 54
55.02.4256 Posicionador de copa expanSys 56
55.02.4257 Extenso de copas 56
55.02.4258 Posicionador de copa expanSys 58
55.02.4259 Extenso de copas 58
55.02.4260 Posicionador de copa expanSys 60
55.02.4261 Extenso de copas 60
55.02.4262 Posicionador de copa expanSys 62
55.02.4263 Extenso de copas 62
55.02.4264 Posicionador de copa expanSys 64
55.02.4265 Extenso de copas 64
55.02.4266 Posicionador de copa expanSys 66
55.02.4268 Posicionador de copa expanSys 68
55.02.4270 Posicionador de copa expanSys 70
55.02.4286 Anillo extensor de copas 46
55.02.4287 Anillo extensor de copas 48
55.02.4288 Anillo extensor de copas 50
55.02.4289 Anillo extensor de copas 52
55.02.4290 Anillo extensor de copas 54
55.02.4291 Anillo extensor de copas 56
55.02.4292 Anillo extensor de copas 58
55.02.4293 Anillo extensor de copas 60

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.4294 Anillo extensor de copas 62
55.02.4295 Anillo extensor de copas 64
55.02.4346 Anillo extensor de copas expanSys 46
55.02.4348 Anillo extensor de copas expanSys 48
55.02.4350 Anillo extensor de copas expanSys 50
55.02.4352 Anillo extensor de copas expanSys 52
55.02.4354 Anillo extensor de copas expanSys 54
55.02.4356 Anillo extensor de copas expanSys 56
55.02.4358 Anillo extensor de copas expanSys 58
55.02.4360 Anillo extensor de copas expanSys 60
55.02.4362 Anillo extensor de copas expanSys 62
55.02.4364 Anillo extensor de copas expanSys 64
55.02.4366 Anillo extensor de copas expanSys 66
55.02.4368 Anillo extensor de copas expanSys 68
55.02.4370 Anillo extensor de copas expanSys 70
55.02.5205 Mango de acoplamiento RM Pressfit
55.02.5531 Orientador 45°
55.02.5536 Cabezal de impact. c/orla RM Pressfit 28
55.02.5537 Cabezal de impact. c/orla RM Pressfit 32
55.02.5538 Cabezal de impact. c/orla RM Pressfit 36
55.02.6000 Guía de control seleXys AA
55.02.6001 Guía de control seleXys BB
55.02.6002 Guía de control seleXys CC
55.02.6003 Guía de control seleXys DD
55.02.6004 Guía de control seleXys EE
55.02.6005 Guía de control seleXys FF
55.02.6006 Guía de control seleXys GG
55.02.6007 Guía de control seleXys HH
55.02.6008 Guía de control seleXys II
55.02.6009 Guía de control seleXys JJ

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.6011 Guía de control seleXys KK
55.02.6014 Guía de control seleXys LL
55.02.6020 Mango seleXys p/guía de control
55.02.6030 Pieza seleXys 42 p/posicionador
55.02.6031 Pieza seleXys 44 p/posicionador
55.02.6032 Pieza seleXys 46 p/posicionador
55.02.6033 Pieza seleXys 48 p/posicionador
55.02.6034 Pieza seleXys 50 p/posicionador
55.02.6035 Pieza seleXys 52 p/posicionador
55.02.6036 Pieza seleXys 54 p/posicionador
55.02.6037 Pieza seleXys 56 p/posicionador
55.02.6038 Pieza seleXys 58 p/posicionador
55.02.6039 Pieza seleXys 60 p/posicionador
55.02.6040 Pieza seleXys 62 p/posicionador
55.02.6041 Pieza seleXys 64 p/posicionador
55.02.6042 Pieza seleXys 66 p/posicionador
55.02.6043 Pieza seleXys 68 p/posicionador
55.02.6044 Pieza seleXys 70 p/posicionador
55.02.6050 Posicionador seleXys
55.02.7001 Opción universal impactor ulterior
55.02.7002 Pieza intermedia para 55.02.7001
55.02.7003 Pieza intermedia curva para 55.02.7001
55.03.0400 Bandeja CCN
55.03.4300 Bandeja expanSys 2a gen.
55.03.4301 Tapa expanSys 2a gen.
55.03.4302 Bandeja intermedia expanSys 2a gen.
55.03.5100 Bandeja fresas acetabulares pares
55.03.5101 Tapa
55.03.5110 Bandeja p/fresas acetabulares impares
55.03.5200 Bandeja base p/cotilos de prueba 42-72mm

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.03.5201 Tapa para basic cotilos de prueba
55.03.5301 Tapa RM Pressfit
55.03.5304 Bandeja RM Pressfit
55.03.5305 Bandeja intermedia RM Pressfit
55.03.6100 Bandeja seleXys
55.03.6101 Tapa seleXys
55.03.6102 Bandeja intermedia seleXys
55.03.6105 Bandeja p. guías de comprobación seleXys
55.03.6106 Tapa p. guías de comprobación seleXys
55.03.6110 Bandeja Posicionador seleXys
55.03.6111 Tapa Posicionador seleXys
55.49.2801 Inserto de prueba seleXys 28/AA
55.49.2802 Inserto de prueba seleXys 28/BB
55.49.2803 Inserto de prueba seleXys 28/CC
55.49.2804 Inserto de prueba seleXys 28/DD
55.49.2805 Inserto de prueba seleXys 28/EE
55.49.2806 Inserto de prueba seleXys 28/FF
55.49.2807 Inserto de prueba seleXys 28/GG
55.49.2808 Inserto de prueba seleXys 28/HH
55.49.2809 Inserto de prueba seleXys 28/II
55.49.2810 Inserto de prueba seleXys 28/JJ
55.49.2811 Inserto de prueba seleXys 28/KK
55.49.2812 Inserto de prueba seleXys 28/LL
55.49.3204 Inserto de prueba seleXys 32/DD
55.49.3205 Inserto de prueba seleXys 32/EE
55.49.3206 Inserto de prueba seleXys 32/FF
55.49.3207 Inserto de prueba seleXys 32/GG
55.49.3208 Inserto de prueba seleXys 32/HH
55.49.3209 Inserto de prueba seleXys 32/II
55.49.3210 Inserto de prueba seleXys 32/JJ

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.49.3211 Inserto de prueba seleXys 32/KK
55.49.3212 Inserto de prueba seleXys 32/LL
55.49.3606 Inserto de prueba seleXys 36/FF
55.49.3607 Inserto de prueba seleXys 36/GG
55.49.3608 Inserto de prueba seleXys 36/HH
55.49.3609 Inserto de prueba seleXys 36/II
55.49.3610 Inserto de prueba seleXys 36/JJ
55.49.3611 Inserto de prueba seleXys 36/KK
55.49.3612 Inserto de prueba seleXys 36/LL
55.50.0001 Disco test de alergia CoCrMo ISO-5832-12
55.50.0002 Disco p/test de alergia Ti6AI7Nb 5832-11
55.50.0003 Disco test de alergia FeCrNi ISO 5832-9
5501.00.2 Broca seleXys 3.2
5502.00.2 Árbols flex. seleXy
5503.00.2 Guía de perforacion para sistema de broc
5503.00.3 Guía perforación c/portatornillo seleXys
5504.00.2 Llave cardán para sistema de fresas
5504.00.4 Destornillador cárdan
5505.00.2 Broca corta Ø 3,2mm, (longitud 35mm) para cotilo Pressfit
5510.00 Guía p/medidor de profundidad PROTEK
56.01.0007 Instrumental CCL
56.02.0001 Prótesis de prueba
56.02.0020 Llave fija, 11mm, L 140mm
56.02.0030 Regla, longitud 300
56.02.0038 Cabeza de prueba para hemiprótesis 38 S
56.02.0040 Cabeza de prueba para hemiprótesis 40 S
56.02.0042 Cabeza de prueba para hemiprótesis 42 S
56.02.0044 Cabeza de prueba para hemiprótesis 44 S
56.02.0046 Cabeza de prueba para hemiprótesis 46 S
56.02.0048 Cabeza de prueba para hemiprótesis 48 S

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.0050 Cabeza de prueba para hemiprótesis 50 S
56.02.0052 Cabeza de prueba para hemiprótesis 52 S
56.02.0054 Cabeza de prueba para hemiprótesis 54 S
56.02.0056 Cabeza de prueba para hemiprótesis 56 S
56.02.0058 Cabeza de prueba para hemiprótesis 58 S
56.02.0100 Cabeza de prueba CBC 36 S lat.
56.02.0101 Cabeza de prueba CBC 36 M lat.
56.02.0102 Cabeza de prueba CBC 36 L lat.
56.02.0281 Cabezal de raspa de prueba 28 S
56.02.0282 Cabezal de raspa de prueba 28 M
56.02.0283 Cabezal de raspa de prueba 28 L
56.02.0321 Cabezal de raspa de prueba 32 S
56.02.0322 Cabezal de raspa de prueba 32 M
56.02.0323 Cabezal de raspa de prueba 32 L
56.02.1062 Impactor modular twinSys EZ
56.02.1063 Soporte para raspa recto twinSys
56.02.1999 Posicionador universal sin horquilla
56.02.2000 Posicionador MIS con pinta
56.02.2001 Escoplo rectangular CBH
56.02.2002 Extractor de vástago
56.02.2015 Escariador
56.02.2016 Escariador estrecho
56.02.2017 Impactor para macho de rosca
56.02.2100 Raspa modular CBH tam. 0
56.02.2101 Raspa modular CBH tam. 01
56.02.2201 Raspa modular CBH tam. 1
56.02.2202 Raspa modular CBH tam. 2
56.02.2203 Raspa modular CBH tam. 3
56.02.2204 Raspa modular CBH tam. 4
56.02.2205 Raspa modular CBH tam. 5

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.2206 Raspa modular CBH tam. 6
56.02.2207 Raspa modular CBH tam. 7
56.02.2208 Raspa modular CBH tam. 8
56.02.2209 Raspa modular CBH tam. 9
56.02.2210 Raspa modular CBH tam. 10
56.02.2211 Raspa modular CBH tam. 11
56.02.2212 Raspa modular CBH tam. 12
56.02.2213 Cono de prueba estándar CBH
56.02.2214 Cono de prueba lat. CBH
56.02.2314 Escariador 14
56.02.2315 Escariador 15
56.02.2316 Escariador 16
56.02.2317 Escariador 17
56.02.2318 Escariador 18
56.02.2319 Escariador 19
56.02.2320 Escariador 20
56.02.2321 Escariador 21
56.02.2322 Escariador 22
56.02.2323 Escariador 23
56.02.2324 Escariador 24
56.02.2325 Escariador 25
56.02.2410 Osteótomo 4x10
56.02.2415 Osteótomo 5x15
56.02.2420 Osteótomo 5x20
56.02.2501 Raspa modular Cemira tam. 1
56.02.2502 Raspa modular Cemira tam. 2
56.02.2503 Raspa modular Cemira tam. 3
56.02.2504 Raspa modular Cemira tam. 4
56.02.2505 Raspa modular Cemira tam. 5
56.02.2506 Raspa modular Cemira tam. 6

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.2507 Raspa modular Cemira tam. 7
56.02.2508 Raspa modular Cemira tam. 8
56.02.2509 Raspa modular Cemira tam. 9
56.02.2510 Raspa modular Cemira tam. 10
56.02.2511 Raspa modular Cemira tam. 11
56.02.2514 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 4
56.02.2515 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 5
56.02.2516 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 6
56.02.2517 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 7
56.02.2518 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 8
56.02.2519 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 9
56.02.2520 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 10
56.02.3100 Escariador 13 stellaris
56.02.3101 Escariador 14 stellaris
56.02.3102 Escariador 15 stellaris
56.02.3103 Escariador 16 stellaris
56.02.3104 Escariador 17 stellaris
56.02.3105 Escariador 18 stellaris
56.02.3106 Escariador 19 stellaris
56.02.3107 Escariador 20 stellaris
56.02.3108 Escariador 21 stellaris
56.02.3109 Escariador 22 stellaris
56.02.3110 Escariador 23 stellaris
56.02.3112 Escariador 26 stellaris Long
56.02.3113 Escariador 27.5 stellaris Long
56.02.3114 Escariador 29 stellaris Long
56.02.3210 Prótesis de prueba estándar stellaris 13
56.02.3211 Prótesis de prueba estándar stellaris 14
56.02.3212 Prótesis de prueba estándar stellaris 15
56.02.3213 Prótesis de prueba estándar stellaris 16

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.3214 Prótesis de prueba estándar stellaris 17
56.02.3215 Prótesis de prueba estándar stellaris 18
56.02.3216 Prótesis de prueba estándar stellaris 19
56.02.3217 Prótesis de prueba estándar stellaris 20
56.02.3218 Prótesis de prueba estándar stellaris 21
56.02.3219 Prótesis de prueba estándar stellaris 22
56.02.3220 Prótesis de prueba estándar stellaris 23
56.02.3221 Prót. de prueba est.stellaris Long 24.5
56.02.3222 Prót. de prueba est.stellaris Long 26
56.02.3223 Prót. de prueba est.stellaris Long 27.5
56.02.3224 Prót. de prueba est.stellaris Long 29
56.02.3225 Prótesis de prueba estándar stellaris 24
56.02.3240 Prótesis de prueba lat. stellaris 13
56.02.3241 Prótesis de prueba lat. stellaris 14
56.02.3242 Prótesis de prueba lat. stellaris 15
56.02.3243 Prótesis de prueba lat. stellaris 16
56.02.3244 Prótesis de prueba lat. stellaris 17
56.02.3245 Prótesis de prueba lat. stellaris 18
56.02.3246 Prótesis de prueba lat. stellaris 19
56.02.3247 Prótesis de prueba lat. stellaris 20
56.02.3248 Prótesis de prueba lat. stellaris 21
56.02.3249 Prótesis de prueba lat. stellaris 22
56.02.3250 Prótesis de prueba lat. stellaris 23
56.02.3251 Prót. de prueba lat.stellaris Long 24.5
56.02.3252 Prót. de prueba lat.stellaris Long 26
56.02.3253 Prót. de prueba lat.stellaris Long 27.5
56.02.3254 Prót. de prueba lat.stellaris Long 29
56.02.3255 Prótesis de prueba lat. stellaris 24
56.02.3816 Impactor stellaris
56.02.4000 Pieza intermedia p/Airpulse

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.4001 Martillo deslizante CBH
56.02.4002 Adaptador c/palanca basculante CBH
56.02.4003 Adaptador c/palanca basculante Airpulse
56.02.4005 Mazo de percusión
56.02.4006 Impactor/extractor
56.02.4010 Extractor
56.02.4011 Vara roscada p/posicionador CBH
56.02.4012 Vaína guía p/posicionador CBH
56.02.4013 Mango p/posicionador CBH
56.02.4014 Pieza esférica p/impactor-extractor
56.02.4015 Impactor c/palanca basculante CBH
56.02.6001 Impactor Centris
56.02.6004 Cabeza de prueba p/raspa Centris 22 S
56.02.6005 Cabeza de prueba p/raspa Centris 22 M
56.02.6006 Cabeza de prueba p/raspa Centris 22 L
56.02.6009 Cabeza de prueba 22 S
56.02.6010 Cabeza de prueba 22 M
56.02.6011 Cabeza de prueba 22 L
56.02.6014 Centris Cabeza de prueba p/raspa 28 S
56.02.6015 Centris Cabeza de prueba p/raspa 28 M
56.02.6016 Centris Cabeza de prueba p/raspa 28 L
56.02.6019 Cabeza de prueba 28 S s/anillo met.
56.02.6020 Cabeza de prueba 28 M s/anillo met.
56.02.6021 Cabeza de prueba 28 L s/anillo met.
56.02.6030 Impactor de cabeza
56.02.6031 Pieza 22 p/impactor de cabeza
56.02.6035 Impactor
56.02.6110 Fresa de esponjosa Centris 8
56.02.6111 Fresa de esponjosa Centris 10
56.02.6112 Fresa de esponjosa Centris 12

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.6113 Fresa de esponjosa Centris 14
56.02.6114 Fresa de esponjosa Centris 16
56.02.6115 Fresa de esponjosa Centris 18
56.02.6116 Asidero teflón Centris fresa esponjosa
56.02.6125 Raspa modular Centris 1D1
56.02.6126 Raspa modular Centris 2D2
56.02.6127 Raspa modular Centris 3D1
56.02.6128 Raspa modular Centris 4D1
56.02.6129 Raspa modular Centris 5D1
56.02.6130 Raspa modular Centris 1S2
56.02.6131 Raspa modular Centris 2S1
56.02.6132 Raspa modular Centris 2S2
56.02.6133 Raspa modular Centris 2S3
56.02.6134 Raspa modular Centris 3S1
56.02.6135 Raspa modular Centris 3S2
56.02.6136 Raspa modular Centris 3S3
56.02.6137 Raspa modular Centris 4S1
56.02.6138 Raspa modular Centris 4S2
56.02.6139 Raspa modular Centris 4S3
56.02.6140 Raspa modular Centris 5R1
56.02.6141 Raspa modular Centris 5R2
56.02.6155 Prótesis de prueba Centris 1D1
56.02.6156 Prótesis de prueba Centris 2D1
56.02.6157 Prótesis de prueba Centris 3D1
56.02.6158 Prótesis de prueba Centris 4D1
56.02.6159 Prótesis de prueba Centris 5D1
56.02.6160 Prótesis de prueba Centris 1S2
56.02.6161 Prótesis de prueba Centris 2S1
56.02.6162 Prótesis de prueba Centris 2S2
56.02.6163 Prótesis de prueba Centris 2S3

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.6164 Prótesis de prueba Centris 3S1
56.02.6165 Prótesis de prueba Centris 3S2
56.02.6166 Prótesis de prueba Centris 3S3
56.02.6167 Prótesis de prueba Centris 4S1
56.02.6168 Prótesis de prueba Centris 4S2
56.02.6169 Prótesis de prueba Centris 4S3
56.02.6170 Prótesis de prueba Centris 5R1
56.02.6171 Prótesis de prueba Centris 5R2
56.02.6172 Prótesis de prueba Centris 3S1/180
56.02.6173 Prótesis de prueba Centris 3S1/230
56.02.6174 Prótesis de prueba Centris 3S2/180
56.02.6175 Prótesis de prueba Centris 3S2/230
56.02.6176 Prótesis de prueba Centris 4S1/180
56.02.6177 Prótesis de prueba Centris 4S1/230
56.02.6178 Prótesis de prueba Centris 4S2/180
56.02.6179 Prótesis de prueba Centris 4S2/230
56.02.6180 Prótesis de prueba Centris 5R1/175
56.02.6181 Prótesis de prueba Centris 5R1/225
56.02.6183 Guía p/escariador medular flex.
56.02.6184 Escariador medular flex. 8
56.02.6185 Escariador medular flex. 9
56.02.6186 Escariador medular flex. 10
56.02.6187 Escariador medular flex. 11
56.02.6188 Escariador medular flex. 12
56.02.6189 Escariador medular flex. 13
56.02.6190 Escariador medular flex. 14
56.02.6191 Escariador medular flex. 15
56.02.6192 Escariador medular flex. 16
56.02.6193 Escariador medular flex. 17
56.02.6194 Escariador medular flex. 18

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.6200 Fresa Centris para el espolón femoral
56.02.6201 Impactor twinSys
56.02.6202 Mango para raspa twinSys
56.02.6203 Adaptador anteversión p/pos.de vástagos
56.02.6204 Posicionador p/vástagos c/portatornillo
56.02.6206 Cono de prueba est. twinSys
56.02.6207 Cono de prueba lat. twinSys
56.02.6208 Impactor p/cono de prueba twinSys
56.02.6209 Raspa modular twinSys tam. 9
56.02.6210 Raspa modular twinSys tam. 10
56.02.6211 Raspa modular twinSys tam. 11
56.02.6212 Raspa modular twinSys tam. 12
56.02.6213 Raspa modular twinSys tam. 13
56.02.6214 Raspa modular twinSys tam. 14
56.02.6215 Raspa modular twinSys tam. 15
56.02.6216 Raspa modular twinSys tam. 16
56.02.6230 Cono de prueba twinSys XS
56.02.6250 Raspa p/vástagos largos twinSys 12/158
56.02.6251 Raspa p/vástagos largos twinSys 13/168
56.02.6252 Raspa p/vástagos largos twinSys 14/178
56.02.6253 Raspa p/vástagos largos twinSys 15/188
56.02.6260 Cono de prueba p/vástagos largos twinSys
56.03.0001 Bandeja p/instrumental CBH
56.03.4001 CBK Bandeja
56.03.4002 Bandeja intermedia CBK
56.03.4003 Bandeja de esterilizacion para vástago C
56.03.4007 Bandeja CCA/Cemira
56.03.4008 Bandeja intermedia CCA/Cemira
56.03.4010 Bandeja intermedia CBC 1/2
56.03.4011 Bandeja intermedia CBC 2/2

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.03.4012 Tapa CBC

56.03.4015 Tapa CCA

56.03.4016 Cemira Tapa

56.03.5000 Bandeja CBH

56.03.5001 Bandeja intermedia CBH

56.03.5002 Tapa CBH

56.03.6101 Bandeja Centris 1

56.03.6102 Bandeja Centris 2

56.03.6103 Bandeja Centris 3

56.03.6104 Bandeja Centris 4

56.03.6105 Bandeja Centris 5

56.03.6106 Bandeja Centris 6

56.03.6107 Bandeja Centris 7

56.03.6108 Bandeja Centris 8

56.03.6109 Bandeja p/escariador medu. flex.Centris

56.03.6205 twinSys Bandeja 2a gen.

56.03.6206 Bandeja intermedia twinSys 2a gen.

56.03.6207 Tapa twinSys 2a gen.

56.03.6210 Bandeja p/vástagos largos twinSys

56.03.6211 Tapa p/vástagos largos twinSys

5720.00.2 Instrumento de inserción Rotacup

5721.00 Llave de montaje ROTACUP

58.02.0000 Fresa MIS Chana

58.02.0020 Pinza prensora para cabezas cerámicas

58.02.0030 Impactor para cotilos seleXys MIS

58.02.0034 Orientador para impactor de cotilos MIS

58.02.0313 Cabeza de colocación MIS, 32mm

58.02.0315 Cabeza de colocación MIS, 36mm

58.02.0316 Cabezal de colocación acodada

58.02.0317 Cabezal de centraje MIS

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

58.02.0328 Cabeza de colocación RM Pressfit 28mm
58.02.0330 Impactor MIS RM Pressfit
58.02.0332 Cabeza de colocación RM Pressfit 32mm
58.02.0336 Cabeza de colocación RM Pressfit 36mm
58.02.0342 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 32
58.02.0346 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 36
58.02.1062 Soporte para raspa MIS twinSys
58.02.1063 Mango para raspa twinSys single offset
58.02.1073 Mango para raspa MIS L twinSys
58.02.1074 Mango para raspa MIS R twinSys
58.02.2000 Impactor de vástagos
58.02.4002 Adaptador p/pico twinSys IMT
58.02.4005 Destornillador hex. 2.5 c/vaína sujeción
58.02.4008 Mango con anclaje rápido
58.02.4017 Posicionador univ. sin horquilla
58.02.4018 Posicionador univ. con horquilla
58.02.4019 Llave de trinquete,11mm, L 140mm
58.02.4030 Cincel rectangular MIS
58.02.4124 Impactor modular MIS, izquierdo CBH
58.02.4125 Impactor modular MIS, derecho CBH
58.02.4128 Mango para raspa MIS L CBH
58.02.4129 Mango para raspa MIS R CBH
58.02.4130 Mango para raspa MIS L CBC
58.02.4131 Mango para raspa MIS R CBC
58.02.4207 Mango para mandril MIS
58.02.5703 Pinzas largas de Faraboeuf
58.02.5707 Retractor largo puntiagudo
58.02.5708 Retractor largo despuntado
58.02.5712 Separador Aufranc Cobra
58.02.5713 Pinza de Leriche curvada, dentada

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

58.02.5714 Pinza de Leriche curvada, no dentada
58.02.5715 Pinza de Bengolea
58.02.5716 Pinzas de dissección
58.02.5717 Mango para escalpelo 3L
58.02.5718 Arrancador izquierdo
58.02.5719 Arrancador derecho
58.02.5777 Separador extra largo, puntiagudo
58.02.5778 Separador extra largo, despuntado
58.02.5779 Retractor
58.02.6201 Mango para raspa MIS twinSys
58.02.6202 Mango para raspa MIS twinSys
58.02.6207 Raspa twinSys MIS, tamaño 7
58.02.6208 Raspa twinSys MIS, tamaño 8
58.02.6209 Raspa twinSys MIS, tamaño 9
58.02.6210 Raspa twinSys MIS, tamaño 10
58.02.6211 Raspa twinSys MIS, tamaño 11
58.02.6212 Raspa twinSys MIS, tamaño 12
58.02.6213 Raspa twinSys MIS, tamaño 13
58.02.6214 Raspa twinSys MIS, tamaño 14
58.02.6215 Raspa twinSys MIS, tamaño 15
58.02.6216 Raspa twinSys MIS, tamaño 16
58.02.6217 Raspa twinSys MIS, tamaño 17
58.02.6218 Raspa twinSys MIS, tamaño 18
58.02.6227 Raspa twinSys, tamaño 7
58.02.6228 Raspa twinSys, tamaño 8
58.02.6237 Raspa twinSys, tamaño 17
58.03.1100 Bandeja MIS seleXys
58.03.5110 Bandeja básica MIS p.freses acetabolares
5951.00.2 Tensor de cerclaje
5952.00.1 Pasa-hilos, estándar

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5953.00.1 Pasa-hilos, grande
8.14.006 Gradilla para tornillos p/4
8.14.008 Gradilla para tornillos
8.14.011 Bandeja superior s/contenido
8.14.012 Apoyo p/fresa acetabular
8.14.013 Bandeja CCB CCE
8.14.100 Tapa p/bandeja metálica
8.25.100 Caja, sin contenido
8.25.110 Bandeja para instrumental de dedos RM
8.25.111 Tapa para instrumental de dedos RM
8.30.010 Bandeja H1
8.30.011 Bandeja H2
8.30.012 Bandeja H3
8.30.013 Bandeja instrumental CCA
8.30.014 Bandeja superior CCA s/contenido
8.30.018 Bandeja HCBC 8.30.018 s/contenido
8.30.020 Bandeja superior HCBC 8.30.020
81.34.0003 Alambre guía DM DIS 2.4x400
81.34.0004 Broca DM DIS 6 canulada
81.34.0005 Broca DM DIS 10 canulada
81.34.0007 Pasahilos DIS
81.34.0010 Mandril rápido c/mango en T
9930.00 Broca espiral 3.2
EVO2509.55R Hoja de sierra para hombro 90x25x0,89
SI.02.0315 Guía de posicionado RM Classic
SI.02.0316 Cuello de prueba 1S Centris
SI.02.0317 Cuello de prueba 2S Centris
SI.02.0318 Cuello de prueba 3S Centris
SI.02.0319 Cuello de prueba 4S Centris
SI.02.0320 Cuello de prueba 5S Centris

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

SPI000001	Martillo sin rebote 1125g
3.20.500	Extractor
6008.00.04	Tornillo de ajuste
6020.00	Llave dinamométrica
6032.00	Destornillador hexagonal hombro
61.34.0046	Corredera de resección lateral 130°
61.34.0047	Corredera de resección lateral 155°
61.34.0124	Alambre guia de Kirschner 2.5/50
52.34.0191	Vástago optimys std. TAV 1 no cem.
52.34.0192	Vástago optimys std. TAV 2 no cem.
52.34.0193	Vástago optimys std. TAV 3 no cem.
52.34.0194	Vástago optimys std. TAV 4 no cem.
52.34.0195	Vástago optimys std. TAV 5 no cem.
52.34.0196	Vástago optimys std. TAV 6 no cem.
52.34.0197	Vástago optimys std. TAV 7 no cem.
52.34.0198	Vástago optimys std. TAV 8 no cem.
52.34.0199	Vástago optimys std. TAV 9 no cem.
52.34.0200	Vástago optimys std. TAV 10 no cem.
52.34.0201	Vástago optimys lat. TAV 1 no cem.
52.34.0202	Vástago optimys lat. TAV 2 no cem.
52.34.0203	Vástago optimys lat. TAV 3 no cem.
52.34.0204	Vástago optimys lat. TAV 4 no cem.
52.34.0205	Vástago optimys lat. TAV 5 no cem.
52.34.0206	Vástago optimys lat. TAV 6 no cem.
52.34.0207	Vástago optimys lat. TAV 7 no cem.
52.34.0208	Vástago optimys lat. TAV 8 no cem.
52.34.0209	Vástago optimys lat. TAV 9 no cem.
52.34.0210	Vástago optimys lat. TAV 10 no cem.
52.34.0211	Vástago Aoptimys std. TAV 11 no cem.
52.34.0212	Vástago optimys std. TAV 12 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0221 Vástago optimys lat. TAV 11 no cem.

52.34.0222 Vástago optimys lat. TAV 12 no cem.

51.34.0080 Raspa inicial optimys

51.34.0081 Raspa optimys tamaño 1

51.34.0082 Raspa optimys tamaño 2

51.34.0083 Raspa optimys tamaño 3

51.34.0084 Raspa optimys tamaño 4

51.34.0085 Raspa optimys tamaño 5

51.34.0086 Raspa optimys tamaño 6

51.34.0087 Raspa optimys tamaño 7

51.34.0088 Raspa optimys tamaño 8

51.34.0089 Raspa optimys tamaño 9

51.34.0090 Raspa optimys tamaño 10

51.34.0091 Raspa optimys tamaño 11

51.34.0092 Raspa optimys tamaño 12

51.34.0100 Cono de prueba optimys estándar

51.34.0101 Cono de prueba optimys lateral

51.34.0109 Barra transversal corta optimys

51.34.0111 Mango p/raspa optimys doble offset der.

51.34.0112 Mango p/raspa optimys doble offset izq.

51.34.0125 Impactor p/vástago optimys

51.34.0137 Tapa optimys

51.34.0138 Inserto p/bandeja optimys

51.34.0139 Bandeja optimys

Período de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Mathys AG Bettlach

Lugar/es de elaboración: Güterstrasse 5, 2544 Bettlach, Suiza

Expediente Nº 1-47-22215/11-4

DISPOSICIÓN Nº 2767

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº .....2767.....

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

A.N.M.A.T. FOLIO 49 MESA DE ENTRADAS

ANEXO III B

1. REQUISITOS GENERALES

1.1 Modelo de Rótulo

Fabricante:	Mathys Ltd Bettlach
Dirección:	Güterstrasse 5 - P.O. Box
	CH-2544 - Bettlach
	Suiza
Teléfono:	+41 (0) 32 644 1644
Web Site:	http://www.mathysmedical.com

Importador: MTG Group S.R.L.
Dirección: Chingolo 480, Rincón de Milberg, Tigre, Pcia. de Bs As, Argentina

Nombre del Producto	Prótesis de cadera
REF	XXX
Lote	XXX
Cantidad	1

Producto Estéril
Método de esterilización GP
Dispositivo es de un (1) sólo uso. No re-utilizar
Vida Útil: 10 años
Condiciones de almacenaje: En lugar fresco y seco
Si El sello está abierto, El contenido de este embalaje no es recambiable
Instrucciones de Uso y Advertencias en el interior del envase en 6 idiomas.

Director Téc.: Farm. Germán Szmulewicz
Matrícula: MN 6324

Autorizado por La A.N.M.A.T. PM 1991-69

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

Este rótulo corresponde a todos los modelos declarados en el formulario

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

A.N.M.A.T. FOLIO 50 MESA DE ENTRADAS

Instrucciones de uso – vástago femoral

Implantación primaria

Planificación preoperatoria

Posición correcta del implante

Vista de la pelvis; distancia película-foco 120cm

- Vertical A por el centro de la sínfisis y el sacro
- Tangente B en ambas tuberosidades isquiáticas
- Determinación del centro de rotación en el lado sano
- Paralela A' a A por el centro de rotación en la línea B
- Paralela B' a B tangencial a la fosa en forma de lágrima



- Se posiciona una plantilla preoperatoria en el eje central de la pelvis para ajustar el centro de rotación (Fig. 1)
- Copiar el centro de rotación en el lado enfermo, dibujando las líneas A' y B'
- Para este fin se invierte la lámina de planificación sobre el eje central de la pelvis
- Copiar en la lámina el contorno de la pelvis del lado que se va a operar (Fig. 2)



NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6224



Elegir un cotilo del tamaño adecuado con la ayuda de la plantilla preoperatoria de cotilos (Fig. 3).

Dibujar el cotilo en el acetábulo con una inclinación de 40° por A' y B' teniendo en cuenta el centro de rotación. Identificar la posición posterior del implante frente a las marcas óseas (fosa en forma de lágrima, techo craneolateral, osteofitos).

Posicionar la lámina de planificación en el lado sano con la mayor congruencia posible de la hemipelvis.

Dibujar en la lámina el fémur sano con líneas discontinuas (Fig. 4).



Determinar el tamaño del vástago usando la plantilla preoperatoria en el fémur que se va a operar (Fig. 5).

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

A.N.M.A.T. FOLIO 52 MESA DE ENTRADAS

MTG Group





Dibujar el vástago correcto con la plantilla en la misma posición de abducción-aducción como el fémur del lado sano, dibujado con líneas discontinuas (Fig. 6).



Dibujar el fémur a operar encima del vástago elegido.

Medir las referencias óseas (H).

Dibujar el nivel de resección R y confirmar el lugar de la incisión entre el macizo trocantéreo y el límite lateral del vástago (Fig. 7).

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

A.N.M.A.T. FOLIO 53 HOJA DE ENTRADAS

Implantación primaria

La técnica quirúrgica empleada para implantar una prótesis total de cadera se describe a continuación, empleando como ejemplo el acceso por vía transglútea. Existen, además, otras posibles vías de acceso.

El paciente está en posición supina. Incisión longitudinal lateral, de dirección craneal a distal, centrada sobre el trocánter mayor.



Tras la separación del tejido celular subcutáneo y de la fascia lata en dirección de la incisión cutánea, se procede a exponer la porción ventral de la cápsula articular mediante escisión subperióstica de la porción ventral de los músculos glúteos medio y menor como también del vasto lateral, del trocánter mayor.

Apertura en T de la porción ventral de la cápsula articular.



A continuación se procede a la osteotomía lateral del cuello del fémur. Se pretende lograr una inclinación de aproximadamente 45º y una anteversión de 15º.

Se retira la cabeza del fémur.

Se recomienda realizar la preparación del acetábulo y del implante de la copa antes de la implantación del vástago.

Exposición del plano de resección mediante una abducción máxima y una rotación externa de la pierna de 90º. Debe evitarse un empleo excesivo de fuerza por el riesgo de un desgarro del trocánter mayor. Si fuera necesario puede completarse la excisión dorsal de la cápsula articular.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

Apertura de la cavidad medular con un escoplo rectangular para cadera con ángulo de antetorsión de aproximadamente 10º a 15º. La apertura debe ampliarse al máximo lateralmente, procurando no dañar la inserción de los aductores. Esto evita el riesgo de varización del vástago.



La ampliación posterior de la apertura mediante el escariador estrecho facilita la introducción y el centrado de las raspas twinSys MIS que se empleen a continuación.



Atención: Tanto cuando se procede a la apertura de la cavidad medular con el escoplo rectangular para cadera como cuando se introducen el escariador estrecho y las raspas twinSys MIS, debe tenerse en cuenta que la orientación de los instrumentos deberá coincidir con el eje femoral. Con el fin de comprobar la situación intramedular, se recomienda la palpación circular de la cavidad medular con una cucharilla roma. Con ello se reduce el riesgo de la aparición posterior de una posición en varo, o bien en valgo, del implante.



Conectar y asegurar la raspa twinSys MIS menor en el impactor/extractor para proceder luego a un raspado cuidadoso, hasta alcanzar el tamaño planificado preoperatoriamente.

Durante la ampliación gradual de la cavidad medular que se realiza con tamaños crecientes de raspas twinSys MIS, debe tenerse en cuenta que la dirección de avance coincida con el eje del fémur.

Por ello, cada una de las raspas twinSys MIS empleadas se deberá introducir completamente hasta la altura del plano de resección.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767
A.N.M.A.T. FOLIO 55 MESA DE ENTRADAS



Una vez que la mayor de las raspas twinSys MIS, tras golpes moderados de martillo, ha sido introducida al máximo y se encuentra a la altura del fémur osteotomizado, se procede a liberar su unión del impactor/extractor.

El adaptador cono de prueba twinSys (estándar o lateral) se coloca sobre la raspa twinSys MIS y se inserta la cabeza de prueba twinSys elegida.



Antes de la reducción de prueba, se recomienda controlar la profundidad de penetración sobre la base de la masa de referencia preoperatoria.

Reducción de prueba del vástago.



Una vez que el fémur ha sido reposicionado, se procede a comprobar el recorrido articular completo.

En presencia de tensión equilibrada de partes blandas, debe prestarse particular atención a que no se produzcan luxaciones, tanto en extensión como en flexión, por movimientos de rotación interna y externa.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

MTG Group

Implante de un vástago no cementado

Una vez que se haya retirado la raspa twinSys MIS, y con el fin de fomentar la osteointegración posterior, evitar el lavado y secado de la cavidad medular. El lapso de tiempo entre la extracción de la raspa y la implantación del vástago original deberá ser lo más corto posible.

El correspondiente vástago twinSys se atornilla al posicionador para vástagos con portatornillo y se ancla en el lecho de implante previamente preparado.



Una vez alcanzada la profundidad adecuada, se procede a liberar el vástago twinSys del posicionador para vástagos con portatornillo, girando la rueda helicoidal en el sentido contrario al de las agujas del reloj.



Se puede realizar una prueba de reducción adicional con las correspondientes cabezas de prueba twinSys para comprobar el recorrido articular, la tendencia a la luxación y la tensión de los ligamentos del implante colocado.



NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

MTG Group



A continuación se procede a limpiar y secar cuidadosamente el cono y a colocar cuidadosamente la cabeza definitiva de prótesis (Fig. 26).

Reducción de la articulación.

Lavado del espacio articular. Colocación de drenajes de Redon. Reinserción transósea del glúteo menor al trocánter mayor mediante suturas firmes.

Cierre de la herida por planos.

Implante de un vástago cementado

La técnica quirúrgica del vástago cementado twinSys es, hasta la prueba de reducción que se realiza después del proceso de raspado, idéntica a la empleada con el vástago no cementado. Hasta este momento se puede elegir intraoperatoriamente el tipo de anclaje y el implante correspondiente.



El vástago cementado, a diferencia de la raspa twinSys MIS, está infradimensionado en 1mm por cada lado, lo que permite garantizar que exista un revestimiento de cemento homogéneo.

El tapón de la cavidad medular, hecho de esponjosa autóloga, polietileno o de material biorreabsorbible, sintético, se introduce hasta 1cm por debajo de la punta de la prótesis*.



* Atención: Los instrumentos empleados en la determinación del bloqueo de la cavidad medular no están incluidos dentro de la instrumentación estándar de twinSys.

Desbridamiento de la cavidad medular mediante limpieza manual con cucharilla o con cepillo, así como también con lavado abundante o lavado a presión.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

MTG Group



A continuación se realiza un aspirado y secado cuidadoso. Simultáneamente se va mezclando el cemento óseo.

Introducción del tubito de purga de aire y aplicación retrógrada del cemento óseo.

El correspondiente vástago cementado twinSys se atornilla en el posicionador para vástagos con portatornillo.

Introducción lenta, continuada del vástago cementado twinSys hasta alcanzar la posición final.

Simultáneamente se va retirando cuidadosamente el tubito de purga de aire.



Se retira completamente el cemento óseo sobrante, proximalmente desplazado. Mantener el vástago en su posición hasta que se produzca el endurecimiento completo del cemento óseo. A continuación, se libera el vástago del posicionador para vástagos con portatornillo, girando la rueda helicoidal en sentido contrario a las agujas del reloj.

Se puede realizar una prueba de reposicionamiento adicional con las correspondientes cabezas de prueba twinSys, para comprobar el recorrido articular y la tensión de los ligamentos del implante colocado.

A continuación se limpia y seca cuidadosamente el cono y se coloca la cabeza de la prótesis definitiva.



NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324



Reducción de la articulación.

Lavado del espacio articular. Colocación de drenajes de Redon. Reinserción transósea del glúteo menor al trocánter mayor mediante suturas firmes.

Cierre de la herida por planos.

Implantación secundaria

Utilizar las plantillas para planear el tamaño óptimo del cotilo.

Exponer el acetábulo luego de haber preparado la articulación de la cadera y re-seccionado la cabeza femoral. Tener cuidado de remover cualquier osteofito.

1. Preparar la base para el cotillo.



Cuando se prepare el acetábulo, exponer la circunferencia ósea y remover cualquier resto capsular. Cuidadosamente remover los osteofitos. Escarear en incrementos de a 2mm hasta que el hueso subcondrial sangre levemente. Para un calce exacto del cotillo, utilizar el mango de acople rápido para realizar manualmente el escareado final.

Tener cuidado en escarear a la profundidad del implante y preparar la base del implante esponjoso para el sangrado.

Atención: En un hueso esclerótico, tener especial cuidado en escarear la profundidad del acetábulo hasta el sangrado del hueso esclerótico. Esto permite una verificación más precisa de la geometría y profundidad del escareado.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

Atención: En un hueso sólido esclerótico, se recomienda sobre escarear de 1 a 2mm y opcionalmente fijar el implante con tornillos.

El implante es sobre dimensional por aproximadamente 2mm en comparación con el escariador y por aproximadamente 3mm en comparación con el cotilo de prueba.

2. Determinar el tamaño del cotilo

Seleccionar un cotilo de prueba del mismo tamaño que el último escariador utilizado para determinar el tamaño final del cotilo. El panel de visión del cotilo de prueba permite una evaluación del calce del cotillo y la estabilidad del anclaje.

El cotillo de prueba se utiliza para verificar la profundidad, esfericidad y la cobertura ósea del implante.

3. Inserción del cotilo



La elección del tamaño del cotilo depende del press-fit deseado. Normalmente, el tamaño del cotilo seleccionado corresponde al mismo del último escariador utilizado (excepción: hueso esclerótico sólido).

Fijar el cotilo seleccionado al impactor, considerando conectar firmemente el cotilo con la instrumentación. Utilizar la guía de posicionamiento para asegurar la posición óptima.



Se recomienda una pendiente de 40° a 50° y una anteversión de 10°-20°.

Asegurar la correcta posición de los orificios de los tornillos. Los orificios deben realizarse en una dirección cráneo-dorsal para obtener la mejor fijación posible de los tornillos.

Se puede utilizar como opción el post impactor de copa para finalmente calzar la copa en la profundidad de acetábulo.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

4. Cierre del orificio del centro polar



Para cerrar el orificio polar, colocar la tapa polar en el destornillador para el orificio de perforación central y atornillarla.

Asegurar que el tornillo polar se inserte hasta el tope y verificar que no se proyecte en el cotilo.

5. Opcional: Inserción de los tornillos de esponjosa



Como opción se pueden insertar los tornillos de esponjosa de 5.7mm para una fijación adicional. Utilizar el destornillador universal para abrir los orificios de tornillos requeridos.

Utilizar la broca deseada con eje flexible y la broca guía para tornillos de 5.7mm para perforar los orificios.

Considerar que la mejor calidad ósea para la fijación de los tornillos está en la zona cráneo-dorsal del acetábulo.

Antes de la inserción del tornillo, utilizar el medidor de profundidad para definir la longitud necesaria del tornillo. Cuando se inserte el tornillo, asegurarse de avellanar la cabeza del tornillo esponjoso completamente en el orificio del tornillo del cotillo de forma de evitar el impacto. Verificarlo sin fallar antes de insertar el inserto.



Utilizar el destornillador universal para insertar el tornillo.

Atención: La cabeza del tornillo de esponjoso que se proyecte en la copa puede llevar al quiebre del inserto de cerámica.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

6. Reducción de prueba utilizando los insertos de prueba



Seleccionar el inserto de prueba correcto para la reducción de prueba. Escoger el inserto de prueba que corresponda con el tamaño del cotilo (por ejemplo, 50mm de diámetro del cotilo – inserto de prueba EE). Ubicar el inserto manualmente y combinarlo con la cabeza de prueba respectiva (Ø28, 32 o 36).

Realizar la reducción de prueba para verificar el rango e movimiento y el riesgo de impacto.

7. Posición del inserto

Luego de limpiar y secar el interior de la copa, ubicar el inserto manualmente en el cotilo. Una vez que el inserto se haya incrustado correctamente, se pueden fijar los insertos de PE o metamos con un leve golpe al impactor de inserto.

Atención: Cuando se inserte la articulación de carámica-cerámica siempre utilizar un inserto de prueba para realizar la reducción de prueba, y cambiar a un inserto de polletileno en caso de riesgo de impacto.



Colocar el inserto de cerámica final en lugar de forma manual y no utilizar un impactor.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767

1.2 Todos los productos médicos incluyen en su envase las instrucciones de utilización. Las mismas están impresas en 6 idiomas.

1.3 En la etiqueta del envase se encontrará información principal y básica en forma de símbolos, letras y números según cada información. Según reglamentación MERCOSUR.

1.4 Los símbolos y los colores que se utilizan en la etiqueta del producto se ajustan a la reglamentación del MERCOSUR

1.5 No corresponde.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

MTG Group

2787

A.N.M.A.T. POLIO 64 MESA DE ENTRADAS

2. MODELO DE ROTULOS

(el punto nro. 2 incluye las 12 indicaciones de la Disposición)

Fabricante:	**Mathys Ltd Bettlach**
Dirección:	**Güterstrasse 5 - P.O. Box**
	CH-2544 - Bettlach
	Suiza
Teléfono:	**+41 (0) 32 644 1644**
Web Site:	**http://www.mathysmedical.com**

Importador: **MTG Group S.R.L.**
Dirección: **Chingolo 480, Rincón de Milberg, Tigre, Pcia. de Bs As, Argentina**

Nombre del Producto	**Prótesis de cadera**
REF	**XXX**
Lote	**XXX**
Cantidad	**1**

Producto Estéril
Método de esterilización **GP**
Dispositivo es de un (1) sólo uso. No re-utilizar
Vida Útil: **10 años**
Condiciones de almacenaje: En lugar fresco y seco
Si El sello está abierto, El contenido de este embalaje no es recambiable
Instrucciones de Uso y Advertencias en el interior del envase en 6 idiomas.

Director Téc.:	**Farm. Germán Szmulewicz**
Matrícula:	**MN 6324**

Autorizado por La A.N.M.A.T. PM 1991-69

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

Este rótulo corresponde a todos los modelos declarados en el formulario

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767

3. INSTRUCCIONES DE USO

Modelo de rótulo

Fabricante:	Mathys Ltd Bettlach
Dirección:	Güterstrasse 5 - P.O. Box
	CH-2544 - Bettlach
	Suiza
Teléfono:	+41 (0) 32 644 1644
Web Site:	http://www.mathysmedical.com

Importador: MTG Group S.R.L.
Dirección: Chingolo 480, Rincón de Milberg, Tigre, Pcia. de Bs As, Argentina

Nombre del Producto	Prótesis de cadera
REF	XXX
Lote	XXX
Cantidad	1

Producto Estéril
Método de esterilización GP
Dispositivo es de un (1) sólo uso. No re-utilizar
Vida Útil: 10 años
Condiciones de almacenaje: En lugar fresco y seco
Si El sello está abierto, El contenido de este embalaje no es recambiable
Instrucciones de Uso y Advertencias en el interior del envase en 6 idiomas.

Director Téc.:	Farm. Germán Szmulewicz
Matrícula:	MN 6324

Autorizado por La A.N.M.A.T. PM 1991-69

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767

M.A.T. FOLIO 64 MESA DE ENTRADAS

3.1 Directiva de uso

Instrucciones de uso – vástago femoral

Implantación primaria

Planificación preoperatoria

Posición correcta del implante

Vista de la pelvis; distancia película-foco 120cm

- Vertical A por el centro de la sínfisis y el sacro
- Tangente B en ambas tuberosidades isquiáticas
- Determinación del centro de rotación en el lado sano
- Paralela A' a A por el centro de rotación en la línea B
- Paralela B' a B tangencial a la fosa en forma de lágrima
- Se posiciona una plantilla preoperatoria en el eje central de la pelvis para ajustar el centro de rotación (Fig. 1)
- Copiar el centro de rotación en el lado enfermo, dibujando las líneas A' y B'
- Para este fin se invierte la lámina de planificación sobre el eje central de la pelvis





NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324



• Copiar en la lámina el contorno de la pelvis del lado que se va a operar (Fig. 2)

Elegir un cotilo del tamaño adecuado con la ayuda de la plantilla preoperatoria de cotilos (Fig. 3).

Dibujar el cotilo en el acetábulo con una inclinación de 40° por A' y B' teniendo en cuenta el centro de rotación. Identificar la posición posterior del implante frente a las marcas óseas (fosa en forma de lágrima, techo craneolateral, osteofitos).



Posicionar la lámina de planificación en el lado sano con la mayor congruencia posible de la hemipelvis.

Dibujar en la lámina el fémur sano con líneas discontinuas (Fig. 4).



Determinar el tamaño del vástago usando la plantilla preoperatoria en el fémur que se va a operar (Fig. 5).

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324





Dibujar el vástago correcto con la plantilla en la misma posición de abducción-aducción como el fémur del lado sano, dibujado con líneas discontinuas (Fig. 6).



Dibujar el fémur a operar encima del vástago elegido.

Medir las referencias óseas (H).

Dibujar el nivel de resección R y confirmar el lugar de la incisión entre el macizo trocantéreo y el límite lateral del vástago (Fig. 7).

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

Implantación primaria

La técnica quirúrgica empleada para implantar una prótesis total de cadera se describe a continuación, empleando como ejemplo el acceso por vía transglútea. Existen, además, otras posibles vías de acceso.

El paciente está en posición supina. Incisión longitudinal lateral, de dirección craneal a distal, centrada sobre el trocánter mayor.



Tras la separación del tejido celular subcutáneo y de la fascia lata en dirección de la incisión cutánea, se procede a exponer la porción ventral de la cápsula articular mediante escisión subperióstica de la porción ventral de los músculos glúteos medio y menor como también del vasto lateral, del trocánter mayor.

Apertura en T de la porción ventral de la cápsula articular.



A continuación se procede a la osteotomía lateral del cuello del fémur. Se pretende lograr una inclinación de aproximadamente 45º y una anteversión de 15º.

Se retira la cabeza del fémur.

Se recomienda realizar la preparación del acetábulo y del implante de la copa antes de la implantación del vástago.

Exposición del plano de resección mediante una abducción máxima y una rotación externa de la pierna de 90º. Debe evitarse un empleo excesivo de fuerza por el riesgo de un desgarro del trocánter mayor. Si

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

fuera necesario puede completarse la excisión dorsal de la cápsula articular.

Apertura de la cavidad medular con un escoplo rectangular para cadera con ángulo de antetorsión de aproximadamente 10º a 15º. La apertura debe ampliarse al máximo lateralmente, procurando no dañar la inserción de los aductores. Esto evita el riesgo de varización del vástago.



La ampliación posterior de la apertura mediante el escariador estrecho facilita la introducción y el centrado de las raspas twinSys MIS que se empleen a continuación.

Atención: Tanto cuando se procede a la apertura de la cavidad medular con el escoplo rectangular para cadera como cuando se introducen el escariador estrecho y las raspas twinSys MIS, debe tenerse en cuenta que la orientación de los instrumentos deberá coincidir con el eje femoral. Con el fin de comprobar la situación intramedular, se recomienda la palpación circular de la cavidad medular con una cucharilla roma. Con ello se reduce el riesgo de la aparición posterior de una posición en varo, o bien en valgo, del implante.



Conectar y asegurar la raspa twinSys MIS menor en el impactor/extractor para proceder luego a un raspado cuidadoso, hasta alcanzar el tamaño planificado preoperatoriamente.



Durante la ampliación gradual de la cavidad medular que se realiza con tamaños crecientes de raspas twinSys MIS, debe tenerse en cuenta que la dirección de avance coincida con el eje del fémur.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmuiewicz
Farmacéutico
Mat. 6324



Por ello, cada una de las raspas twinSys MIS empleadas se deberá introducir completamente hasta la altura del plano de resección.

Una vez que la mayor de las raspas twinSys MIS, tras golpes moderados de martillo, ha sido introducida al máximo y se encuentra a la altura del fémur osteotomizado, se procede a liberar su unión del impactor/extractor.



El adaptador cono de prueba twinSys (estándar o lateral) se coloca sobre la raspa twinSys MIS y se inserta la cabeza de prueba twinSys elegida.

Antes de la reducción de prueba, se recomienda controlar la profundidad de penetración sobre la base de la masa de referencia preoperatoria.



Reducción de prueba del vástago.

Una vez que el fémur ha sido reposicionado, se procede a comprobar el recorrido articular completo.

En presencia de tensión equilibrada de partes blandas, debe prestarse particular atención a que no se produzcan luxaciones, tanto en extensión como en flexión, por movimientos de rotación interna y externa.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

Implante de un vástago no cementado

Una vez que se haya retirado la raspa twinSys MIS, y con el fin de fomentar la osteointegración posterior, evitar el lavado y secado de la cavidad medular. El lapso de tiempo entre la extracción de la raspa y la implantación del vástago original deberá ser lo más corto posible.



El correspondiente vástago twinSys se atornilla al posicionador para vástagos con portatornillo y se ancla en el lecho de implante previamente preparado.



Una vez alcanzada la profundidad adecuada, se procede a liberar el vástago twinSys del posicionador para vástagos con portatornillo, girando la rueda helicoidal en el sentido contrario al de las agujas del reloj.



Se puede realizar una prueba de reducción adicional con las correspondientes cabezas de prueba twinSys para comprobar el recorrido articular, la tendencia a la luxación y la tensión de los ligamentos del implante colocado.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767

M.A.T. FOLIO 43 MESA DE ENTRADAS



A continuación se procede a limpiar y secar cuidadosamente el cono y a colocar cuidadosamente la cabeza definitiva de prótesis (Fig. 26).

Reducción de la articulación.

Lavado del espacio articular. Colocación de drenajes de Redon. Reinserción transósea del glúteo menor al trocánter mayor mediante suturas firmes.

Cierre de la herida por planos.

Implante de un vástago cementado

La técnica quirúrgica del vástago cementado twinSys es, hasta la prueba de reducción que se realiza después del proceso de raspado, idéntica a la empleada con el vástago no cementado. Hasta este momento se puede elegir intraoperatoriamente el tipo de anclaje y el implante correspondiente.





El vástago cementado, a diferencia de la raspa twinSys MIS, está infradimensionado en 1mm por cada lado, lo que permite garantizar que exista un revestimiento de cemento homogéneo.

El tapón de la cavidad medular, hecho de esponjosa autóloga, polietileno o de material biorreabsorbible, sintético, se introduce hasta 1cm por debajo de la punta de la prótesis*.

* Atención: Los instrumentos empleados en la determinación del bloqueo de la cavidad medular no están incluidos dentro de la instrumentación estándar de twinSys.

Desbridamiento de la cavidad medular mediante limpieza manual con cucharilla o con cepillo, así como también con lavado abundante o lavado a presión.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6624



A continuación se realiza un aspirado y secado cuidadoso. Simultáneamente se va mezclando el cemento óseo.

Introducción del tubito de purga de aire y aplicación retrógrada del cemento óseo.

El correspondiente vástago cementado twinSys se atornilla en el posicionador para vástagos con portatornillo.



Introducción lenta, continuada del vástago cementado twinSys hasta alcanzar la posición final.

Simultáneamente se va retirando cuidadosamente el tubito de purga de aire.



Se retira completamente el cemento óseo sobrante, proximalmente desplazado. Mantener el vástago en su posición hasta que se produzca el endurecimiento completo del cemento óseo. A continuación, se libera el vástago del posicionador para vástagos con portatornillo, girando la rueda helicoidal en sentido contrario a las agujas del reloj.

Se puede realizar una prueba de reposicionamiento adicional con las correspondientes cabezas de prueba twinSys, para comprobar el recorrido articular y la tensión de los ligamentos del implante colocado.

A continuación se limpia y seca cuidadosamente el cono y se coloca la cabeza de la prótesis definitiva.



NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6524



Reducción de la articulación.

Lavado del espacio articular. Colocación de drenajes de Redon. Reinserción transósea del glúteo menor al trocánter mayor mediante suturas firmes.

Cierre de la herida por planos.

Implantación secundaria

Utilizar las plantillas para planear el tamaño óptimo del cotilo.

Exponer el acetábulo luego de haber preparado la articulación de la cadera y re-seccionado la cabeza femoral. Tener cuidado de remover cualquier osteofito.

8. Preparar la base para el cotillo.



Cuando se prepare el acetábulo, exponer la circunferencia ósea y remover cualquier resto capsular. Cuidadosamente remover los osteofitos. Escarear en incrementos de a 2mm hasta que el hueso subcondrial sangre levemente. Para un calce exacto del cotillo, utilizar el mango de acople rápido para realizar manualmente el escareado final.

Tener cuidado en escarear a la profundidad del implante y preparar la base del implante esponjoso para el sangrado.

Atención: En un hueso esclerótico, tener especial cuidado en escarear la profundidad del acetábulo hasta el sangrado del hueso esclerótico. Esto permite una verificación más precisa de la geometría y profundidad del escareado.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

Atención: En un hueso sólido esclerótico, se recomienda sobre escarear de 1 a 2mm y opcionalmente fijar el implante con tornillos.

El implante es sobre dimensional por aproximadamente 2mm en comparación con el escariador y por aproximadamente 3mm en comparación con el cotilo de prueba.

9. Determinar el tamaño del cotilo

Seleccionar un cotilo de prueba del mismo tamaño que el último escariador utilizado para determinar el tamaño final del cotilo. El panel de visión del cotilo de prueba permite una evaluación del calce del cotillo y la estabilidad del anclaje.

El cotillo de prueba se utiliza para verificar la profundidad, esfericidad y la cobertura ósea del implante.

10. Inserción del cotilo



La elección del tamaño del cotilo depende del press-fit deseado. Normalmente, el tamaño del cotilo seleccionado corresponde al mismo del último escariador utilizado (excepción: hueso esclerótico sólido).

Fijar el cotilo seleccionado al impactor, considerando conectar firmemente el cotilo con la instrumentación. Utilizar la guía de posicionamiento para asegurar la posición óptima.



Se recomienda una pendiente de 40° a 50° y una anteversión de 10°-20°.

Asegurar la correcta posición de los orificios de los tornillos. Los orificios deben realizarse en una dirección cráneo-dorsal para obtener la mejor fijación posible de los tornillos.

Se puede utilizar como opción el post impactor de copa para finalmente calzar la copa en la profundidad de acetábulo.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

11. Cierre del orificio del centro polar



Para cerrar el orificio polar, colocar la tapa polar en el destornillador para el orificio de perforación central y atornillarla.

Asegurar que el tornillo polar se inserte hasta el tope y verificar que no se proyecte en el cotilo.

12. Opcional: Inserción de los tornillos de esponjosa



Como opción se pueden insertar los tornillos de esponjosa de 5.7mm para una fijación adicional. Utilizar el destornillador universal para abrir los orificios de tornillos requeridos.

Utilizar la broca deseada con eje flexible y la broca guía para tornillos de 5.7mm para perforar los orificios.

Considerar que la mejor calidad ósea para la fijación de los tornillos está en la zona cráneo-dorsal del acetábulo.

Antes de la inserción del tornillo, utilizar el medidor de profundidad para definir la longitud necesaria del tornillo. Cuando se inserte el tornillo, asegurarse de avellanar la cabeza del tornillo esponjoso completamente en el orificio del tornillo del cotillo de forma de evitar el impacto. Verificarlo sin fallar antes de insertar el inserto.



Utilizar el destornillador universal para insertar el tornillo.

Atención: La cabeza del tornillo de esponjoso que se proyecte en la copa puede llevar al quiebre del inserto de cerámica.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767

13. Reducción de prueba utilizando los insertos de prueba



Seleccionar el inserto de prueba correcto para la reducción de prueba. Escoger el inserto de prueba que corresponda con el tamaño del cotilo (por ejemplo, 50mm de diámetro del cotilo – inserto de prueba EE). Ubicar el inserto manualmente y combinarlo con la cabeza de prueba respectiva (Ø28, 32 o 36).

Realizar la reducción de prueba para verificar el rango e movimiento y el riesgo de impacto.

14. Posición del inserto

Luego de limpiar y secar el interior de la copa, ubicar el inserto manualmente en el cotilo. Una vez que el inserto se haya incrustado correctamente, se pueden fijar los insertos de PE o metamos con un leve golpe al impactor de inserto.

Atención: Cuando se inserte la articulación de carámica-cerámica siempre utilizar un inserto de prueba para realizar la reducción de prueba, y cambiar a un inserto de polietileno en caso de riesgo de impacto.



Colocar el inserto de cerámica final en lugar de forma manual y no utilizar un impactor.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

M.S.A.T. FOLIO 14 MESA DE ENTRADAS

3.2 Eficacia y Seguridad

Contraindicaciones

- Defecto traumático o displástico sin fijación interna suficiente
- Revisiones con defectos óseos extensos
- Revisiones en fracturas periprotésicas
- Sustancia ósea insuficiente y mala calidad del hueso que podría poner en peligro el anclaje estable del implante
- Infección aguda o crónica, tanto local como sistémica (o la existencia de una anamnesia correspondiente)
- Alergia al material que se implantará, sobre todo al metal (p. ej. cobalto, cromo, níquel, etc.)*
- Enfermedad vascular, nerviosa, o muscular grave que podría poner en peligro la extremidad en cuestión
- Cualquier afección concomitante y las adicciones que podrían poner en peligro la función del implante
- Ausencia parcial o total de sistema ligamento
- Pacientes para los que es probable que tenga éxito otro tipo de tratamiento o cirugía reconstructiva

Pares duro en duro

No usar pares duro en duro para copas con una inclinación inferior a 40° o superior a 50°, como por ejemplo, en el tratamiento de las displasias, ya que los implantes podrían dañarse por procesos de sub-luxación o puntos de contacto entre los componentes.

- No implantar un par duro en duro si existe riesgo de contacto entre el vástago y la copa de la cadera. En este caso, usar un par PE de cerámica.

Factores de riesgo

- Actividades corporales fuertes que puedan producir una sobrecarga de la prótesis sustitutiva de la articulación (p.ej. deportes de competición, trabajo físico intenso)
- Pacientes no dispuestos a cooperar, que no estén en situación o no quieran seguir las indicaciones del médico
- Osteoporosis grave
- Malformaciones graves
- Tumores óseos locales
- Transtornos del metabolismo que puedan producir un progresivo empeoramiento de la base ósea firme para el implante (p.ej. Diabetes mellitus, terapias con esteroides, etc.)

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

- Infecciones o un sistema inmune debilitado en general
- Propensión a las caídas graves
- Abuso de alcohol o drogas
- Condiciones neuromusculares o mentales que supongan un riesgo adicional para el fracaso de los implantes
- Adiposis
- Insuficiencia renal: a pesar de que actualmente no hay relación causa-efecto entre los niveles altos de cobalto y de cromo séricos, no se pueden descartar del todo posibles problemas de salud a causa de una leve sobrecarga adicional a largo plazo con estos materiales

Efectos secundarios

- Complicaciones generales asociadas a intervenciones quirúrgicas en general, a fármacos, a instrumentos adicionales utilizados, sangre, etc.
- Complicaciones específicas asociadas con el implante, las cuales puedan resultar de los factores nombrados en el punto 4 (p. ej. variaciones de posición de los componentes protésicos, fractura por fatiga, aflojamiento temprano o tardío, abrasión o desgaste, etc.)
- Dolores
- Reacciones tisulares a consecuencia de alergias o reacciones a objetos extraños frente a partículas de material, así como calcificación periarticular
- Aflojamiento y migración del implante
- Hematoma y curación tardía de la herida
- Neuropatías temporales o permanentes
- Trombosis venosa o embolia pulmonar
- Disfunciones cardiovasculares
- Fracturas óseas resultantes de carga articular unilateral
- Fallos funcionales temporales y duraderos del sistema nervioso
- Infección aguda postoperatoria e infección tardía con posible sepsis
- Movimiento y/o subluxación del implante con reducción resultante de la amplitud del movimiento
- Molestias crecientes en otras articulaciones a causa de trauma intraoperatorio, diferencias de longitud de las extremidades inferiores, medialización femoral o debilidad muscular

Indicaciones para el almacenamiento y la aplicación

Los Implantes están concebidos para ser utilizados solamente una vez. Todos los implantes están embalados de forma individual y estéril en sus correspondientes embalajes de

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767

protección. Conserve cuidadosamente el implante en su correspondiente embalaje de protección, sin abrirlo. Con ello el implante estará protegido de influencias exteriores. Tenga en cuenta, en su caso, las condiciones de almacenamiento que figuran sobre el embalaje. Guarde los implantes en un lugar seco a una temperatura ambiente adecuada. Tenga en cuenta la fecha de caducidad mencionada en el embalaje. No utilice el implante más allá de esa fecha.
Compruebe la integridad del embalaje de protección antes de abrirlo y extraer el implante. Antes de abrir el embalaje de protección, compruebe el tamaño del implante mediante la simulación correspondiente con el implante de manipulación o verificando la planificación preoperativa. Abra el embalaje de protección sólo inmediatamente antes de la utilización, y proceda a colocar el implante inmediatamente tras su extracción del embalaje. Al extraer el implante del embalaje estéril, observe las correspondientes normas locales sobre la asepsia. Antes de realizar la colocación, compruebe la integridad del implante. Utilice solamente implantes en perfecto estado. Los componentes modulares forman parte de un sistema. Podrá por tanto combinarlos sólo con las piezas originales previstas para ello. No reutilice un implante que ya ha sido colocado una vez. Está prohibido modificar los implantes o piezas de implantes mecánicamente o por otros medios, a no ser que su Construcción y su Técnica Quirúrgica así lo prevean expresamente.

Indicaciones sobre la esterilidad

El embalaje está marcado con la palabra inglesa "STERILE" y consta de un embalaje de protección y uno estéril. Sólo un embalaje estéril intacto garantiza la esterilidad. Para el embalaje estéril se han tenido en cuenta las normas y órdenes europeas. Los implantes marcados como "ESTÉRILES" están tratados con rayos Beta/Gamma o con gas plasma. La irradiación gamma se lleva a cabo con una dosis de al menos 25 kGy (2,5 Mrad) y no superior a 35 kGy (3,5 Mrad) en el caso de los implantes de polietileno y plástico, o no superior a 42 kGy (4,2 Mrad) para los demás implantes. La esterilización por gas plasma se efectúa con peróxido de hidrógeno empleando el método STERRAD. La etiqueta correspondiente señala el proceso de esterilización usado.

Indicaciones sobre las informaciones suministradas

Compruebe la coincidencia del implante con las informaciones citadas en el embalaje y sus anexos (referencia, número de identificación, tamaño). Los implantes de cerámica tienen un número de identificación que está marcado de forma bien visible sobre cada implante. Sobre el embalaje, las etiquetas adhesivas incluidas y los anexos del embalaje están visibles otras informaciones (denominación del producto, referencia, número de lote etc.). Las informaciones sobre la composición química y las propiedades mecánicas de los materiales

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

utilizados están disponibles en las correspondientes páginas del catálogo de productos o bien en la correspondiente documentación de producto.
Adhiera las etiquetas adhesivas incluidas en el historial del paciente y en el informe de la operación. Con ello se garantiza plenamente la trazabilidad del implante en todo momento.

Indicaciones pre-, intra- y postoperativas de aviso y seguridad

Antes de la utilización de nuestros productos deberá familiarizarse con la problemática general de la sustitución de articulaciones y las técnicas operativas específicas del producto. La elección del paciente depende en gran medida de su edad, su estado de salud general, el estado del material óseo disponible, de su historial operativo y las operaciones adicionales previsibles. Normalmente, la colocación de un implante sólo está indicada en pacientes con el esqueleto completamente desarrollado. Coloque los componentes de cotilos en un rango de 40–50° de inclinación y 10–20° de anteversión. Fuera de este rango, la amplitud del movimiento se verá limitada, y esto puede provocar impingement de los componentes del implante, subluxación y/o dislocación de la cabeza femoral del cotilo.
Informe a sus pacientes sobre los siguientes puntos:

- La vida útil de los componentes es difícil de determinar, pero siempre es limitada.
- La vida útil del implante también depende del peso corporal y nivel de actividad.
- Los riegos de una operación de implante, así como los posibles efectos de los factores citados bajo los puntos 3 a 4 y de los posibles efectos secundarios citados bajo el punto 5.
- El necesario tratamiento postoperatorio (especialmente sobre las actividades y las cargas de peso posibles).
- La necesidad de informar al médico sobre cualquier modificación anormal observada en la zona operada.

Realice una detallada planificación preoperativa por medio de plantillas radiológicas para evaluar el tamaño del implante y la posición prevista del mismo. Asegúrese de que dispone de un inventario suficiente de tamaños de implante. Utilice siempre una prótesis de pruebas para realizar ensayos. No combine las prótesis de pruebas con componentes destinados a ser implantados de forma permanente. Ponga cuidado en que los componentes de pruebas tengan el mismo tamaño que los implantes permanentes previstos.

Otras indicaciones de alerta y seguridad

Para usuarios de sistemas de cadera Mathys con combinaciones de metal metamys, de cerámica Bionit 2 o ceramys:

- Las combinaciones duras metal-metal metamys y cerámica-cerámica Bionit 2 o ceramys constan de 2 superficies de articulación con geometrías y materiales definidos con exactitud.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767 FOLIO 93 MESA DE ENTRADAS

• Utilice los sistemas de cotilos de cadera de metamos o Bionit 2 / ceramys, sólo con las cabezas femorales previstas para ello, metamys o Bionit 2 / ceramys. En la correspondiente Información de Producto podrá encontrar las combinaciones posibles.

Usted es el único responsable de la elección y la utilización del implante. Mathys SA Bettlach o la representación local de Mathys sólo aceptarán la devolución de aquellos implantes cuyo embalaje de protección esté completamente intacto e íntegro. Mathys SA Bettlach no garantiza la esterilidad si el embalaje de protección está abierto o si se abre el embalaje estéril de forma inadecuada. En ningún caso y bajo ningún concepto se deberán esterilizar de nuevo los implantes de cerámica, UHMW-PE o vitamys (HXLPE) o los que se hayan fabricado con otros materiales sintéticos, ni los implantes con revestimientos porosos de HA o Ti, ya que se deteriora el material. Elimine adecuadamente los embalajes abiertos de los implantes o devuélvalos al fabricante para su eliminación. Sólo los implantes metálicos y que no hayan estado en contacto con tejido corporal u óseo, podrán ser esterilizados de nuevo.

Para la re-esterilización, Mathys SA Bettlach recomienda entregar los implantes al fabricante. Si el implante metálico fuese re-esterilizado por el usuario, este hecho deberá reflejarse en el historial del paciente, debiéndose asimismo guardar la correspondiente documentación probatoria. Los implantes metálicos pueden volver a ser esterilizados por medio de esterilización térmica autorizada según la norma EN 554 o norma estatal similar. Deberán utilizarse embalajes o recipientes adecuados. El embalaje original no podrá ser reutilizado.

En implantes re-esterilizados por el usuario se excluye toda responsabilidad de Mathys SA Bettlach relativa a la esterilidad del implante. En combinaciones con componentes de otros sistemas de implantes, compruebe la compatibilidad de la unión cónica, de la articulación del cotilo o de la unión esférica de la cabeza. La combinación con sistemas endoprotésicos de otros fabricantes sólo se podrá llevar a cabo si existe una autorización expresa por escrito de Mathys SA Bettlach. Las cabezas hemipolares y bipolares de Mathys se articulan directamente con el cartílago bien conservado del cotilo natural. No emplee estas cabezas con sistemas de cotilos protésicos.

Indicaciones sobre implantes de cerámica

Los componentes de cerámica no se pueden re-esterilizar. Los componentes de cerámica son de naturaleza porosa y pueden romperse si se manejan inadecuadamente o se sobrecargan. Se deberá informar al paciente sobre el riesgo de rotura (especialmente en cabezas e insertos de cerámica de sistemas endoprotéticos de cadera). Utilice las cabezas de cerámica sólo en combinación con conos de vástago nuevos de fábrica y en perfecto estado. Tenga siempre muy en cuenta que las piezas del cono estén siempre limpias, secas y libres de cualquier daño y de cualquier residuo. Si se utilizan manguitos especiales de Offset o de revisión en combinación con cabezas de cerámica previstas para ello, primero se deberán insertar los

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

manguitos en la cabeza, limpios y en perfecto estado. Sólo después se lleva a cabo la colocación de la cabeza completa montada sobre el cono del vástago.

Si ya ha colocado una cabeza de cerámica sobre el cono del vástago y después la ha retirado, Usted:

- no podrá ya combinarla con otro vástago.
- no podrá combinar ninguna cabeza de cerámica con ése vástago, con la excepción de las cabezas cerámicas de revisión.

Inserte la cabeza de cerámica con los movimientos adecuados sobre el cono (por medio de un movimiento de giro y con presión axial). No utilice un martillo de metal para la fijación de la cabeza cerámica. Descarte la colocación de una cabeza cerámica que haya caído al suelo o sobre una superficie dura. Si durante una revisión Usted sustituye la cabeza de la prótesis dejando por el contrario en su sitio el vástago protésico, deberá entonces utilizar una cabeza metálica CoCr o una cabeza cerámica de revisión especialmente prevista para ello.

Las cabezas bipolares de cerámica de Mathys sólo pueden combinarse con una cabeza interior cerámica de Mathys. En la correspondiente Información de Producto podrá encontrar las combinaciones posibles. Indicaciones para las revisiones de componentes de cerámica:

En caso de rotura de uno o de ambos componentes cerámicos, proceda como sigue:

- Si la revisión es necesaria para una de las dos partes cerámicas de la articulación, sustituya siempre por principio ambas partes por implantes nuevos
- Retire todas las partículas de cerámica y enjuague abundantemente la herida. Tenga en cuenta la regla básica "una vez cerámica, siempre cerámica"
- A causa del peligro de que permanezcan partículas de cerámica en los tejidos, ya no se podrá utilizar un sistema de metal, puesto que para estos conjuntos articulares existe el peligro de un desgaste acelerado a causa de la abrasión por cuerpos extraños. Por ello deberá utilizar nuevamente un conjunto cerámica-cerámica o bien uno cerámica polietileno.

En caso de rotura del inserto cerámico (si la cabeza cerámica está intacta), proceda como sigue:

- Sustituir la inserción de cerámica por una de polietileno y cambiar la cabeza de cerámica por una cabeza de revisión de cerámica diseñada específicamente para dicho fin
- Sustituya en cualquier caso también el cotilo, si quiere seguir utilizando un conjunto cerámica
- Si, en contra de las recomendaciones precedentes, Usted decide dejar el vástago y/o el cotilo en su sitio, deberá contar con complicaciones como rotura, aflojamiento o desgaste prematuro si utiliza un nuevo componente de cerámica

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

3.3 Descripción del producto y forma de armado

La prótesis total de cadera esta compuesta por:

- Vástago femoral
- Cotilo acetabular e inserto

El vástago recto cónico, posee una eficacia clínica probada desde hace décadas. Su diseño de hombro redondeado lo convierten, entre otras cosas, en una prótesis de primera elección para todos los procesos mínimamente invasivos. La selección entre prótesis cementada y no cementada con el mismo equipo instrumental ofrece una elevada flexibilidad intra-operativa.

El concepto del vástago no cementado

La estabilidad primaria del vástago se consigue mediante una fijación con cuña en la cavidad medular preparada. Gracias a la geometría del vástago de triple conicidad, las fuerzas transversales se transforman en fuerzas de compresión, lo cual reduce el riesgo de una subsidencia postoperatoria. El diseño del vástago y el material escogido, Ti6AL4V, posibilitan una distribución de fuerzas proximal casi natural en los huesos, gracias al tejido esponjoso comprimido previamente.

En la zona proximal del vástago, la geometría transversal y la estructura de superficie aumentada rellenan la cavidad medular. En la zona distal, la configuración rectangular garantiza la estabilidad de la prótesis frente a fuerzas rotacionales actuantes.

Para conseguir una rápida integración ósea se ha aplicado una capa de hidroxiapatita sobre la superficie rugosa chorreada con corindón utilizando el método de la pulverización por plasma.

El concepto del vástago cementado

En comparación con la escofina, la prótesis se ha subdimensionado 1mm por cada lado y ofrece suficiente espacio para una capa de cemento homogénea.

Gracias a la geometría de triple conicidad del vástago, las fuerzas transversales se transforman en fuerzas de compresión, lo que permite un anclaje óptimo del vástago en la capa de cemento, minimizando así la subsidencia postoperatoria.

La superficie pulida al brillo intenso absorbe los micromovimientos en la intersección prótesis/capa de cemento y reduce de este modo el riesgo de aflojamiento. La geometría transversal rectangular redondeada garantiza la estabilidad del vástago frente a las fuerzas rotacionales actuantes.

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

Modularidad de los cotilos

La familia está compuesta por tres superficies de cotilos (TH+, TPS, PC) y tres posibilidades de articulación distintas (PE, metamys, CoC). Todos los cotilos y tipos de aplicación se pueden implantar con una sola instrumentación, lo que permite una mayor flexibilidad intraoperativa.

La región polar del cotilo aplanada refuerza la estabilidad inherente al cotilo a la vez que incrementa la superficie de contacto entre el cotilo y el hueso. Garantiza, además, que la transmisión de fuerzas hacia la periferia sea similar a la transmisión de cargas fisiológica que se produce solamente a través del hueso cortical.

El sobredimensionado de la región ecuatorial del cotilo permite que la fijación primaria del implante en el acetábulo sea óptima. Esto reduce el movimiento que se produce entre el implante y el hueso, proporcionando las condiciones fisiológicas necesarias para que se produzca el crecimiento óseo en torno al implante. Solamente con una estabilidad primaria óptima junto con la reducción del movimiento y las reacciones óseas, se produce la fijación secundaria que proporciona la base necesaria para un implante duradero.

El implante está sobredimensionado respecto a la fresadora (aprox. 2 mm) y el cotilo de prueba (aprox. 3 mm) para que se pueda producir el ajuste a presión.

Para situar el cotilo seleXys en una posición óptima, la preparación exacta con las fresadoras es de máxima importancia.

Para lograr una buena integración del implante (estabilidad secundaria), es necesario el fresado hasta el hueso sangrante.

El cotilo de prueba sirve exclusivamente para controlar la profundidad, así como la esfericidad y el recubrimiento óseo.

El centro de rotación se ha ubicado ligeramente desplazado del cotilo para lograr un mayor ROM (range of motion).

Los cotilos seleXys tienen un diseño óptimo para proporcionar un respaldo seguro a nuestros elementos de cerámica. Los cotilos de pared gruesa no se deforman en condiciones normales durante la impactación.

Por ello se produce

- una óptima unión entre cotilo e inserto
  - sin abrasión del PE
  - elevada seguridad ante roturas cerámicas
- una aplicación sencilla
- las cabezas de los tornillos están hundidas en el cotilo

3.4 No corresponde

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

3.5 Recomendaciones durante la implantación:

Antes de la utilización de nuestros productos deberá familiarizarse con la problemática general de la sustitución de articulaciones y las técnicas operativas específicas del producto. La elección del paciente depende en gran medida de su edad, su estado de salud general, el estado del material óseo disponible, de su historial operativo y las operaciones adicionales previsibles. Normalmente, la colocación de un implante sólo está indicada en pacientes con el esqueleto completamente desarrollado. Coloque los componentes de cotilos en un rango de 40-50° de inclinación y 10-20° de anteversión. Fuera de este rango, la amplitud del movimiento se verá limitada, y esto puede provocar impingement de los componentes del implante, subluxación y/o dislocación de la cabeza femoral del cotilo.

Informe a sus pacientes sobre los siguientes puntos:

- La vida útil de los componentes es difícil de determinar, pero siempre es limitada.
- La vida útil del implante también depende del peso corporal y nivel de actividad.
- Los riegos de una operación de implante, así como los posibles efectos de los factores citados bajo los puntos 3 a 4 y de los posibles efectos secundarios citados bajo el punto 5.
- El necesario tratamiento postoperatorio (especialmente sobre las actividades y las cargas de peso posibles).
- La necesidad de informar al médico sobre cualquier modificación anormal observada en la zona operada.

Realice una detallada planificación preoperativa por medio de plantillas radiológicas para evaluar el tamaño del implante y la posición prevista del mismo. Asegúrese de que dispone de un inventario suficiente de tamaños de implante. Utilice siempre una prótesis de pruebas para realizar ensayos. No combine las prótesis de pruebas con componentes destinados a ser implantados de forma permanente. Ponga cuidado en que los componentes de pruebas tengan el mismo tamaño que los implantes permanentes previstos.

3.6 No corresponde

3.7 Instrucciones en caso de rotura del envase

Si El sello está abierto, El contenido de este embalaje no es recambiable.

3.8 No corresponde

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

3.9 Procedimiento a realizarse antes de utilizar el producto médico

Compruebe la coincidencia del implante con las informaciones citadas en el embalaje y sus anexos (referencia, número de identificación, tamaño). Los implantes de cerámica tienen un número de identificación que está marcado de forma bien visible sobre cada implante. Sobre el embalaje, las etiquetas adhesivas incluidas y los anexos del embalaje están visibles otras informaciones (denominación del producto, referencia, número de lote etc.). Las informaciones sobre la composición química y las propiedades mecánicas de los materiales utilizados están disponibles en las correspondientes páginas del catálogo de productos o bien en la correspondiente documentación de producto.

Adhiera las etiquetas adhesivas incluidas en el historial del paciente y en el informe de la operación. Con ello se garantiza plenamente la trazabilidad del implante en todo momento.

3.10 No corresponde

3.11 No corresponde

3.12 No corresponde

3.13 No se menciona específicamente ninguna medicación especial a administrar previa o posteriormente al implante.

3.14 No corresponde

3.15 No corresponde

3.16 No corresponde

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

2767 27

INSTRUCCIONES DE USO

Modelo de rótulo

Fabricante:	**Mathys Ltd Bettlach**
Dirección:	**Güterstrasse 5 - P.O. Box**
	CH-2544 - Bettlach
	Suiza
Teléfono:	**+41 (0) 32 644 1644**
Web Site:	**http://www.mathysmedical.com**

Importador: **MTG Group S.R.L.**
Dirección: **Chingolo 480, Rincón de Milberg, Tigre, Pcia. de Bs As, Argentina**

Nombre del Producto **Prótesis de cadera**
REF **XXX**
Cantidad **1**
Producto Estéril **GP (Gas Plasma) / R (Radiación)**
Dispositivo es de un (1) sólo uso. No re-utilizar
Vida Útil: **5 años**
Condiciones de almacenaje: En lugar fresco y seco
Si el sello está abierto, el contenido de este embalaje no es recambiable
Instrucciones de Uso y Advertencias en el interior del envase en 6 idiomas.

Director Téc.: **Farm. Germán Szmulewicz**
Matrícula: **MN 6324**

Autorizado por La A.N.M.A.T. PM 1991-69

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

2767 228

ROTULO DEL INSTRUMENTAL

Fabricante:	**Mathys Ltd Bettlach**
Dirección:	**Güterstrasse 5 - P.O. Box**
	CH-2544 - Bettlach
	Suiza
Teléfono:	**+41 (0) 32 644 1644**
Web Site:	**http://www.mathysmedical.com**

Importador: **MTG Group S.R.L.**
Dirección: **Chingolo 480, Rincón de Milberg, Tigre, Pcia. de Bs As, Argentina**

Nombre del Producto	**Prótesis de cadera**
REF	**XXX**
Cantidad	**1**
Producto NO Estéril	
Método de esterilización	**Vapor**
Vida Útil	**10 años**

Condiciones de almacenaje: En lugar fresco y seco
Si el sello está abierto, el contenido de este embalaje no es recambiable
Instrucciones de Uso y Advertencias en el interior del envase en 6 idiomas.

Director Téc.: **Farm. Germán Szmulewicz**
Matrícula: **MN 6324**

Autorizado por La A.N.M.A.T. PM 1991-69

Venta exclusiva a profesionales o Instituciones Sanitarias

Este rótulo corresponde a todos los modelos declarados en el formulario

Germán Szmulewicz
Farmacéutico
Mat. 6324

NICOLAS JUANA
APODERADO
MTG GROUP S.R.L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-22215/11-4

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 2767, y de acuerdo a lo solicitado por MTG Group S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: prótesis de cadera con vástago femoral y cotilo acetabular

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 prótesis, de articulación, para cadera

Marca de (los) producto(s) médico(s): Mathys

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: enfermedad degenerativa de la articulación; pérdida avanzada de sustancia y pérdida funcional de la articulación de cadera causada por artrosis degenerativa, postraumática o reumatoide; fractura o necrosis avascular de la cabeza femoral o fractura del cuello femoral; después de una intervención quirúrgica previa, osteosíntesis, reconstrucción de la articulación, hemiartroplastia o reemplazo total de cadera; coxoartrosis post-traumática o en osteoporosis leve; revisiones con pérdida ligera de hueso; osteoporosis patológica o pronunciada; enfermedad de Paget; la composición y morfología del hueso que permite que el implante permanezca estable

Modelo/s:

101.04.08.44.0 Copa Rotacup 44/AA

101.04.08.46.0 Copa Rotacup 46/BB

101.04.08.48.0 Copa Rotacup 48/CC

101.04.08.50.0	Copa Rotacup 50/DD
101.04.08.52.0	Copa Rotacup 52/EE
101.04.08.54.0	Copa Rotacup 54/FF
101.04.08.56.0	Copa Rotacup 56/GG
101.04.08.58.0	Copa Rotacup 58/HH
101.04.08.60.0	Copa Rotacup 60/II
101.04.08.62.0	Copa Rotacup 62/JJ
101.04.08.64.0	Copa Rotacup 64/KK
101.04.08.66.0	Copa Rotacup 66/KK
101.04.08.68.0	Copa Rotacup 68/KK
101.04.08.70.0	Copa Rotacup 70/LL
101.04.08.72.0	Copa Rotacup 72/LL
101.05.57.15.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x15
101.05.57.20.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x20
101.05.57.25.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x25
101.05.57.30.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x30
101.05.57.35.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x35
101.05.57.40.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x40
101.05.57.45.0	Tornillo de esponjosa Ti 5.7x45
101.05.65.15.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 15mm de cabeza plana
101.05.65.20.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 20mm de cabeza plana
101.05.65.25.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 25mm de cabeza plana
101.05.65.30.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 30mm de cabeza plana
101.05.65.35.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 35mm de cabeza plana
101.05.65.40.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 40mm de cabeza plana
101.05.65.45.0	Tornillo de esponjosa Ø 6,5mm, 45mm de cabeza plana
1124.01	Cabeza CoCr 32 M 14/16
1125.01	Cabeza CoCr 32 L 14/16
1126.01	Cabeza CoCr 32 XL 14/16
1413.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 43/28
1414.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 45/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

1415.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 47/28
1416.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 49/28
1417.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 51/28
1418.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 53/28
1419.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 55/28
1420.61.3	Cabeza bipolar Bionit2 57/28
2.14.000	Tornillo esp. acero 4x28
2.14.001	Tornillo esp. acero 4x32
2.14.002	Tornillo esp. acero 4x34
2.14.003	Tornillo esp. acero 4x36
2.14.004	Tornillo esp. acero 4x38
2.14.005	Tornillo esp. acero 4x40
2.14.006	Tornillo esp. acero 4x44
2.14.007	Tornillo esp. acero 4x48
2.14.008	Tornillo esp. acero 4x52
2.14.013	Tornillo esp. acero 4x26
2.14.014	Tornillo esp. acero 4x24
2.14.015	Tornillo esp. acero 4x22
2.14.300	Cotilo CCB borde normal PE 44/32 cem.
2.14.301	Cotilo CCB borde normal PE 46/32 cem.
2.14.302	Cotilo CCB borde normal PE 48/32 cem.
2.14.303	Cotilo CCB borde normal PE 50/32 cem.
2.14.304	Cotilo CCB borde normal PE 52/32 cem.
2.14.305	Cotilo CCB borde normal PE 54/32 cem.
2.14.306	Cotilo CCB borde normal PE 56/32 cem.
2.14.307	Cotilo CCB borde normal PE 58/32 cem.
2.14.310	Cotilo CCB de borde plano PE 42/32 cem.
2.14.311	Cotilo CCB de borde plano PE 44/32 cem.
2.14.312	Cotilo CCB de borde plano PE 46/32 cem.
2.14.313	Cotilo CCB de borde plano PE 48/32 cem.

2.14.314	Cotilo CCB de borde plano PE 50/32 cem.
2.14.315	Cotilo CCB de borde plano PE 52/32 cem.
2.14.316	Cotilo CCB de borde plano PE 54/32 cem.
2.14.317	Cotilo CCB de borde plano PE 56/32 cem.
2.14.318	Cotilo CCB de borde plano PE 58/32 cem.
2.14.319	Cotilo CCB de borde plano PE 60/32 cem.
2.14.320	Cotilo CCB de borde plano PE 62/32 cem.
2.14.321	Cotilo CCB de borde plano PE 64/32 cem.
2.14.325	Cotilo CCB de borde plano PE 42/28 cem.
2.14.326	Cotilo CCB de borde plano PE 44/28 cem.
2.14.327	Cotilo CCB de borde plano PE 46/28 cem.
2.14.328	Cotilo CCB de borde plano PE 48/28 cem.
2.14.329	Cotilo CCB de borde plano PE 50/28 cem.
2.14.330	Cotilo CCB de borde plano PE 52/28 cem.
2.14.331	Cotilo CCB de borde plano PE 54/28 cem.
2.14.332	Cotilo CCB de borde plano PE 56/28 cem.
2.14.333	Cotilo CCB de borde plano PE 58/28 cem.
2.14.334	Cotilo CCB de borde plano PE 60/28 cem.
2.14.335	Cotilo CCB de borde plano PE 62/28 cem.
2.14.336	Cotilo CCB de borde plano PE 64/28 cem.
2.14.340	Cotilo CCB borde normal PE 44/28 cem.
2.14.341	Cotilo CCB borde normal PE 46/28 cem.
2.14.342	Cotilo CCB borde normal PE 48/28 cem.
2.14.343	Cotilo CCB borde normal PE 50/28 cem.
2.14.344	Cotilo CCB borde normal PE 52/28 cem.
2.14.345	Cotilo CCB borde normal PE 54/28 cem.
2.14.346	Cotilo CCB borde normal PE 56/28 cem.
2.14.347	Cotilo CCB borde normal PE 58/28 cem.
2.14.400	Techo cotiloideo CCE, ø 36mm, acero inox., ESTERIL
2.14.401	Techo cotiloideo CCE, ø 38mm, acero inox., ESTERIL
2.14.402	Techo cotiloideo CCE, ø 40mm, acero inox., ESTERIL

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.14.403	Anillo de refuerzo CCE acero 42
2.14.404	Anillo de refuerzo CCE acero 44
2.14.405	Anillo de refuerzo CCE acero 46
2.14.406	Anillo de refuerzo CCE acero 48
2.14.407	Anillo de refuerzo CCE acero 50
2.14.408	Anillo de refuerzo CCE acero 52
2.14.409	Anillo de refuerzo CCE acero 54
2.14.410	Anillo de refuerzo CCE acero 56
2.14.411	Anillo de refuerzo CCE acero 58
2.30.010	Cabeza CoCr 28 S
2.30.011	Cabeza CoCr 28 M
2.30.012	Cabeza CoCr 28 L
2.30.013	Cabeza CoCr 28 XL
2.30.014	Cabeza CoCr 28 XXL
2.30.020	Cabeza CoCr 32 S
2.30.021	Cabeza CoCr 32 M
2.30.022	Cabeza CoCr 32 L
2.30.023	Cabeza CoCr 32 XL
2.30.024	Cabeza CoCr 32 XXL
2.30.330	Vástago est. CCA acero 7.5 cem.
2.30.331	Vástago est. CCA acero 10 cem.
2.30.332	Vástago est. CCA acero 11.25 cem.
2.30.333	Vástago est. CCA acero 12.5 cem.
2.30.334	Vástago est. CCA acero 13.75 cem.
2.30.335	Vástago est. CCA acero 15 cem.
2.30.336	Vástago est. CCA acero 16.25 cem.
2.30.337	Vástago est. CCA acero 17.5 cem.
2.30.340	Vástago lat. CCA acero 7.5 cem.
2.30.341	Vástago lat. CCA acero 10 cem.
2.30.342	Vástago lat. CCA acero 11.25 cem.

2.30.343	Vástago lat. CCA acero 12.5 cem.
2.30.344	Vástago lat. CCA acero 13.75 cem.
2.30.345	Vástago lat. CCA acero 15 cem.
2.30.346	Vástago lat. CCA acero 16.25 cem.
2.30.347	Vástago lat. CCA acero 17.5 cem.
2.30.350	Vástago est. CCA CoCr 7.5 cem.
2.30.351	Vástago est. CCA CoCr 10 cem.
2.30.352	Vástago est. CCA CoCr 11.25 cem.
2.30.353	Vástago est. CCA CoCr 12.5 cem.
2.30.354	Vástago est. CCA CoCr 13.75 cem.
2.30.355	Vástago est. CCA CoCr 15 cem.
2.30.356	Vástago est. CCA CoCr 16.25 cem.
2.30.357	Vástago est. CCA CoCr 17.5 cem.
2.30.358	Vástago est. CCA CoCr 20 cem.
2.30.360	Vástago lat. CCA CoCr 7.5 cem.
2.30.361	Vástago lat. CCA CoCr 10 cem.
2.30.362	Vástago lat. CCA CoCr 11.25 cem.
2.30.363	Vástago lat. CCA CoCr 12.5 cem.
2.30.364	Vástago lat. CCA CoCr 13.75 cem.
2.30.365	Vástago lat. CCA CoCr 15 cem.
2.30.366	Vástago lat. CCA CoCr 16.25 cem.
2.30.367	Vástago lat. CCA CoCr 17.5 cem.
2.30.368	Vástago lat. CCA CoCr 20 cem.
2.30.400	Cabeza acero 32 S
2.30.401	Cabeza acero 32 M
2.30.402	Cabeza acero 32 L
2.30.403	Cabeza acero 32 XL
2.30.404	Cabeza acero 32 XXL
2.30.410	Cabeza acero 28 S
2.30.411	Cabeza acero 28 M
2.30.412	Cabeza acero 28 L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

2.30.413	Cabeza acero 28 XL
2.30.414	Cabeza acero 28 XXL
2.30.420	Hemicabeza acero 38 S
2.30.421	Hemicabeza acero 40 S
2.30.422	Hemicabeza acero 42 S
2.30.423	Hemicabeza acero 44 S
2.30.424	Hemicabeza acero 46 S
2.30.425	Hemicabeza acero 48 S
2.30.426	Hemicabeza acero 50 S
2.30.427	Hemicabeza acero 52 S
2.30.428	Hemicabeza acero 54 S
2.30.429	Hemicabeza acero 56 S
2.30.430	Hemicabeza acero 58 S
2.31.010	Tapo medular PE, S
2.31.011	Tapo medular PE, M
2.31.012	Tapo medular PE, L
2.31.013	Tapo medular PE, XL
2210.01	Vástago est. estándar CoCr 3/L130 cem.
2211.01	Vástago est. estándar CoCr 4/L135 cem.
2214.01	Vástago est. estándar CoCr 5/L150 cem.
2215.01	Vástago est. estándar CoCr 6/L165 cem.
2221.01	Vástago estándar rev. CoCr L02/L200 cem.
2222.01	Vástago estándar rev. CoCr L03/L250 cem.
2231.01	Vástago lat. estándar CoCr 4/L135 cem.
2234.01	Vástago lat. estándar CoCr 5/L150 cem.
2600.21.1	Vástago dis. GSS-CL TAV 0 no cem.
2601.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 1 no cem.
2602.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 2 no cem.
2603.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 3 no cem.
2604.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 4 no cem.

2605.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 5 no cem.
2606.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 6 no cem.
2607.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 7 no cem.
2608.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 4.5 no cem.
2609.21.1	Vástago TPS GSS-CL TAV 6.5 no cem.
2611.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 1 no cem.
2612.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 2 no cem.
2613.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 3 no cem.
2614.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 4 no cem.
2615.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 5 no cem.
2616.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 6 no cem.
2617.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 7 no cem.
2618.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 4.5 no cem.
2619.21.1	Vástago TPS GSS-CO TAV 6.5 no cem.
2701.01	Vástago GSS CoCr 1 cem.
2702.01	Vástago GSS CoCr 2 cem.
2703.01	Vástago GSS CoCr 3 cem.
2704.01	Vástago GSS CoCr 4 cem.
2705.01	Vástago GSS CoCr 5 cem.
2706.01	Vástago GSS CoCr 6 cem.
2707.01	Vástago GSS CoCr 7 cem.
4.14.000	Tornillo esp. Ti 4x28
4.14.000S	Tornillo esp. Ti 4x28 estéril
4.14.001	Tornillo esp. Ti 4x32
4.14.001S	Tornillo esp. Ti 4x32 estéril
4.14.002	Tornillo esp. Ti 4x34
4.14.002S	Tornillo esp. Ti 4x34 estéril
4.14.003	Tornillo esp. Ti 4x36
4.14.003S	Tornillo esp. Ti 4x36 estéril
4.14.004	Tornillo esp. Ti 4x38
4.14.004S	Tornillo esp. Ti 4x38 estéril

4.14.005	Tornillo esp. Ti 4x40
4.14.005S	Tornillo esp. Ti 4x40 estéril
4.14.006	Tornillo esp. Ti 4x44
4.14.006S	Tornillo esp. Ti 4x44 estéril
4.14.007	Tornillo esp. Ti 4x48
4.14.007S	Tornillo esp. Ti 4x48 estéril
4.14.008	Tornillo esp. Ti 4x52
4.14.008S	Tornillo esp. Ti 4x52 estéril
4.14.013	Tornillo esp. Ti 4x26
4.14.013S	Tornillo esp. Ti 4x26 estéril
4.14.014	Tornillo esp. Ti 4x24
4.14.014S	Tornillo esp. Ti 4x24 estéril
4.14.015	Tornillo esp. Ti 4x22
4.14.015S	Tornillo esp. Ti 4x22 estéril
4.14.400	Anillo de refuerzo CCE Ø 36mm, TiCP ESTERIL
4.14.401	Anillo de refuerzo CCE Ø 38mm, TiCP ESTERIL
4.14.402	Anillo de refuerzo CCE Ø 40mm, TiCP ESTERIL
4.14.403	Anillo de refuerzo CCE Ti 42
4.14.404	Anillo de refuerzo CCE Ti 44
4.14.405	Anillo de refuerzo CCE Ti 46
4.14.406	Anillo de refuerzo CCE Ti 48
4.14.407	Anillo de refuerzo CCE Ti 50
4.14.408	Anillo de refuerzo CCE Ti 52
4.14.409	Anillo de refuerzo CCE Ti 54
4.14.410	Anillo de refuerzo CCE Ti 56
4.14.411	Anillo de refuerzo CCE Ti 58
4.14.501	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 50/32
4.14.502	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 52/32
4.14.503	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 54/32
4.14.504	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 56/32

4.14.505	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 58/32
4.14.506	Cotilo borde normal RM ClassicTiCP 60/32
4.14.740	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 50/32
4.14.741	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 52/32
4.14.742	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 54/32
4.14.743	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 56/32
4.14.744	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 58/32
4.14.745	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 60/32
4.14.746	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 62/32
4.14.747	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 64/32
4.14.748	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 66/32
4.14.749	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 68/32
4.14.750	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 46/28
4.14.751	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 48/28
4.14.752	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 50/28
4.14.753	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 52/28
4.14.754	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 54/28
4.14.755	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 56/28
4.14.756	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 58/28
4.14.757	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 60/28
4.14.758	Cotilo sesgado RM Classic TiCP 62/28
4.14.769	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 60/32
4.14.770	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 62/32
4.14.771	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 64/32
4.14.772	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 66/32
4.14.773	Cotilo de revisión RM Classic TiCP 68/32
4.30.370SC	Vástago est. CBC TAN 5 no cem.
4.30.371SC	Vástago est. CBC TAN 6 no cem.
4.30.372SC	Vástago est. CBC TAN 7 no cem.
4.30.373SC	Vástago est. CBC TAN 8 no cem.
4.30.374SC	Vástago est. CBC TAN 9 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4.30.375SC Vástago est. CBC TAN 10 no cem.
4.30.376SC Vástago est. CBC TAN 11.25 no cem.
4.30.377SC Vástago est. CBC TAN 12.5 no cem.
4.30.378SC Vástago est. CBC TAN 13.75 no cem.
4.30.379SC Vástago est. CBC TAN 15 no cem.
4.30.380SC Vástago est. CBC TAN 16.25 no cem.
4.30.381SC Vástago est. CBC TAN 17.5 no cem.
4.30.382SC Vástago est. CBC TAN 20 no cem.
4.30.390SC Vástago lat. CBC TAN 5 no cem.
4.30.391SC Vástago lat. CBC TAN 6 no cem.
4.30.392SC Vástago lat. CBC TAN 7 no cem.
4.30.393SC Vástago lat. CBC TAN 8 no cem.
4.30.394SC Vástago lat. CBC TAN 9 no cem.
4.30.395SC Vástago lat. CBC TAN 10 no cem.
4.30.396SC Vástago lat. CBC TAN 11.25 no cem.
4.30.397SC Vástago lat. CBC TAN 12.5 no cem.
4.30.398SC Vástago lat. CBC TAN 13.75 no cem.
4.30.399SC Vástago lat. CBC TAN 15 no cem.
4.30.400SC Vástago lat. CBC TAN 16.25 no cem.
4.30.401SC Vástago lat. CBC TAN 17.5 no cem.
4.30.402SC Vástago lat. CBC TAN 20 no cem.
4025.21.45 Tornillo R+V 25
4030.21.45 Tornillo R+V 30
4035.21.45 Tornillo R+V 35
4040.21.45 Tornillo R+V 40
4045.21.45 Tornillo R+V 45
4050.21.45 Tornillo R+V 50
418.020MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x20 estéril
418.025MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x25 estéril
418.030MS Tornillo de esponjosa Ti 6.5x30 estéril

418.035MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x35 estéril
418.040MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x40 estéril
418.045MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x45 estéril
418.050MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x50 estéril
418.055MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x55 estéril
418.060MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x60 estéril
418.065MS	Tornillo de esponjosa Ti 6.5x65 estéril
5.30.010L	Cabeza de cadera Bionit2 28 S
5.30.011L	Cabeza de cadera Bionit2 28 M
5.30.012L	Cabeza de cadera Bionit2 28 L
5.30.020L	Cabeza de cadera Bionit2 32 S
5.30.021L	Cabeza de cadera Bionit2 32 M
5.30.022L	Cabeza de cadera Bionit2 32 L
5.30.030	Cabeza de cadera Bionit2 36 S
5.30.031	Cabeza de cadera Bionit2 36 M
5.30.032	Cabeza de cadera Bionit2 36 L
52.33.9905	Centrador 8/9.5
52.33.9907	Centrador 9.5/10
52.33.9910	Centrador 11.5/11
52.33.9912	Centrador 13/11.5
52.33.9915	Centrador 15/12
52.34.0001	Vástago distal mod. de rev. 14x140
52.34.0002	Vástago distal mod. de rev. 14x200
52.34.0003	Vástago distal mod. de rev. 16x140
52.34.0004	Vástago distal mod. de rev. 16x200
52.34.0005	Vástago distal mod. de rev. 18x140
52.34.0006	Vástago distal mod. de rev. 18x200
52.34.0007	Vástago distal mod. de rev. 20x140
52.34.0008	Vástago distal mod. de rev. 20x200
52.34.0009	Vástago distal mod. de rev. 22x140
52.34.0010	Vástago distal mod. de rev. 22x200

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0011 Vástago distal mod. de rev. 24x140
52.34.0012 Vástago distal mod. de rev. 24x200
52.34.0013 Cuello mod. de rev. con tornillo 50
52.34.0014 Cuello mod. de rev. con tornillo 60
52.34.0015 Cuello mod. de rev. con tornillo 70
52.34.0016 Cuello mod. de rev. con tornillo 80
52.34.0017 Cuello mod. de rev. con tornillo 90
52.34.0018 Cuello mod. de rev. con tornillo 100
52.34.0019 Cuello mod. de rev. con tornillo 110
52.34.0020 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 50
52.34.0021 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 60
52.34.0022 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 70
52.34.0023 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 80
52.34.0024 Cuello lateral mod. de rev.c/tornillo 90
52.34.0025 Cuello lateral mod.de rev.c/tornillo 100
52.34.0026 Cuello lateral mod.de rev.c/tornillo 110
52.34.0032 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 44/28
52.34.0033 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 46/28
52.34.0034 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 48/28
52.34.0035 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 50/28
52.34.0036 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 52/28
52.34.0037 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 54/28
52.34.0038 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 56/28
52.34.0039 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 58/28
52.34.0040 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 60/28
52.34.0041 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 62/28
52.34.0042 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 64/28
52.34.0043 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 66/28
52.34.0044 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 68/28
52.34.0045 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 70/28

52.34.0052 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 48/32
52.34.0053 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 50/32
52.34.0054 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 52/32
52.34.0067 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 52/36
52.34.0068 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 54/36
52.34.0069 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 56/36
52.34.0070 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 58/36
52.34.0071 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 60/36
52.34.0072 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 62/36
52.34.0073 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 64/36
52.34.0074 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 66/36
52.34.0075 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 68/36
52.34.0076 Cotilo RM Pressfit TiCP vitamys 70/36
52.34.0090 Cabeza bipolar CoCrMo 39/22.2
52.34.0091 Cabeza bipolar CoCrMo 40/22.2
52.34.0092 Cabeza bipolar CoCrMo 41/22.2
52.34.0093 Cabeza bipolar CoCrMo 42/22.2
52.34.0094 Cabeza bipolar CoCrMo 43/22.2
52.34.0100 Cabeza bipolar CoCrMo 42/28
52.34.0101 Cabeza bipolar CoCrMo 43/28
52.34.0102 Cabeza bipolar CoCrMo 44/28
52.34.0103 Cabeza bipolar CoCrMo 45/28
52.34.0104 Cabeza bipolar CoCrMo 46/28
52.34.0105 Cabeza bipolar CoCrMo 47/28
52.34.0106 Cabeza bipolar CoCrMo 48/28
52.34.0107 Cabeza bipolar CoCrMo 49/28
52.34.0108 Cabeza bipolar CoCrMo 50/28
52.34.0109 Cabeza bipolar CoCrMo 51/28
52.34.0110 Cabeza bipolar CoCrMo 52/28
52.34.0111 Cabeza bipolar CoCrMo 53/28
52.34.0112 Cabeza bipolar CoCrMo 54/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

52.34.0113 Cabeza bipolar CoCrMo 55/28
52.34.0114 Cabeza bipolar CoCrMo 56/28
52.34.0115 Cabeza bipolar CoCrMo 57/28
52.34.0116 Cabeza bipolar CoCrMo 58/28
52.34.0117 Cabeza bipolar CoCrMo 59/28
52.34.0125 Cabeza de cadera CoCrMo 22.2 S
52.34.0126 Cabeza de cadera CoCrMo 22.2 M
52.34.0127 Cabeza de cadera CoCrMo 22.2 L
52.34.0130 Inserto vitamys estándar seleXys 28/AA
52.34.0131 Inserto vitamys estándar seleXys 28/BB
52.34.0132 Inserto vitamys estándar seleXys 28/CC
52.34.0133 Inserto vitamys estándar seleXys 28/DD
52.34.0134 Inserto vitamys estándar seleXys 28/EE
52.34.0135 Inserto vitamys estándar seleXys 28/FF
52.34.0136 Inserto vitamys estándar seleXys 28/GG
52.34.0137 Inserto vitamys estándar seleXys 28/HH
52.34.0138 Inserto vitamys estándar seleXys 28/II
52.34.0150 Inserto vitamys estándar seleXys 32/DD
52.34.0151 Inserto vitamys estándar seleXys 32/EE
52.34.0152 Inserto vitamys estándar seleXys 32/FF
52.34.0165 Inserto vitamys estándar seleXys 36/FF
52.34.0166 Inserto vitamys estándar seleXys 36/GG
52.34.0167 Inserto vitamys estándar seleXys 36/HH
52.34.0168 Inserto vitamys estándar seleXys 36/II
52.34.0169 Inserto vitamys estándar seleXys 36/JJ
52.34.0170 Inserto vitamys estándar seleXys 36/KK
52.34.0171 Inserto vitamys estándar seleXys 36/LL
52.34.0240 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/AA
52.34.0241 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/BB
52.34.0242 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/CC

52.34.0243 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/DD
52.34.0244 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/EE
52.34.0245 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/FF
52.34.0246 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/GG
52.34.0247 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/HH
52.34.0248 Inserto peraltado seleXys, vitamys 28/II
52.34.0260 Inserto peraltado seleXys, vitamys 32/DD
52.34.0261 Inserto peraltado seleXys, vitamys 32/EE
52.34.0262 Inserto peraltado seleXys, vitamys 32/FF
52.34.0275 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/FF
52.34.0276 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/GG
52.34.0277 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/HH
52.34.0278 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/II
52.34.0279 Inserto peraltado seleXys, vitamys 36/JJ
54.11.0042 Cabeza bipolar acero 42/28
54.11.0044 Cabeza bipolar acero 44/28
54.11.0046 Cabeza bipolar acero 46/28
54.11.0048 Cabeza bipolar acero 48/28
54.11.0050 Cabeza bipolar acero 50/28
54.11.0052 Cabeza bipolar acero 52/28
54.11.0054 Cabeza bipolar acero 54/28
54.11.0056 Cabeza bipolar acero 56/28
54.11.0058 Cabeza bipolar acero 58/28
54.11.1031 Cabeza acero 22 S
54.11.1032 Cabeza acero 22 M
54.11.1033 Cabeza acero 22 L
54.12.0010 Cabeza metamys 28 S
54.12.0020 Cabeza metamys 28 M
54.12.0030 Cabeza metamys 28 L
54.12.0040 Cabeza metamys 28 XL
54.12.0050 Cabeza metamys 28 XXL

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

54.12.0110 Cabeza metamys 32 S
54.12.0120 Cabeza metamys 32 M
54.12.0130 Cabeza metamys 32 L
54.12.0140 Cabeza metamys 32 XL
54.12.0150 Cabeza metamys 32 XXL
54.12.0210 Cabeza metamys 36 S
54.12.0220 Cabeza metamys 36 M
54.12.0230 Cabeza metamys 36 L
54.12.0240 Cabeza metamys 36 XL
54.12.0250 Cabeza metamys 36 XXL
54.47.0010 Cabeza de cadera ceramys, 28 S
54.47.0011 Cabeza de cadera ceramys, 28 M
54.47.0012 Cabeza de cadera ceramys, 28 L
54.47.0110 Cabeza de cadera ceramys, 32 S
54.47.0111 Cabeza de cadera ceramys, 32 M
54.47.0112 Cabeza de cadera ceramys, 32 L
54.47.0113 Cabeza de cadera ceramys, 32 XL
54.47.0210 Cabeza de cadera ceramys, 36 S
54.47.0211 Cabeza de cadera ceramys, 36 M
54.47.0212 Cabeza de cadera ceramys, 36 L
54.47.0213 Cabeza de cadera ceramys, 36 XL
54.47.2010 Cabeza de revisión ceramys, 28 S
54.47.2020 Cabeza de revisión ceramys, 28 M
54.47.2030 Cabeza de revisión ceramys, 28 L
54.47.2040 Cabeza de revisión ceramys, 28 XL
54.47.2110 Cabeza de revisión ceramys, 32 S
54.47.2120 Cabeza de revisión ceramys, 32 M
54.47.2130 Cabeza de revisión ceramys, 32 L
54.47.2140 Cabeza de revisión ceramys, 32 XL
54.47.2210 Cabeza de revisión ceramys, 36 S

54.47.2220 Cabeza de revisión ceramys, 36 M
54.47.2230 Cabeza de revisión ceramys, 36 L
54.47.2240 Cabeza de revisión ceramys, 36 XL
55.08.0025 Tornillo de tarugos, L 25mm
55.08.0030 Tornillo de tarugos, L 30mm
55.08.0035 Tornillo de tarugos, L 35mm
55.08.0040 Tornillo de tarugos, L 40mm
55.08.0045 Tornillo de tarugos, L 45mm
55.17.2846 Inserto metamys expanSys 46/28
55.17.2848 Inserto metamys expanSys 48/28
55.17.2850 Inserto metamys expanSys 50/28
55.17.2852 Inserto metamys expanSys 52/28
55.17.2854 Inserto metamys expanSys 54/28
55.17.2856 Inserto metamys expanSys 56/28
55.17.2858 Inserto metamys expanSys 58/28
55.17.2860 Inserto metamys expanSys 60/28
55.17.2862 Inserto metamys expanSys 62/28
55.17.2864 Inserto metamys expanSys 64/28
55.17.3252 Inserto metamys expanSys 52/32
55.17.3254 Inserto metamys expanSys 54/32
55.17.3256 Inserto metamys expanSys 56/32
55.17.3658 Inserto metamys expanSys 58/36
55.17.3660 Inserto metamys expanSys 60/36
55.17.3662 Inserto metamys expanSys 62/36
55.17.3664 Inserto metamys expanSys 64/36
55.17.3666 Inserto metamys expanSys 66/36
55.17.3668 Inserto metamys expanSys 68/36
55.17.3670 Inserto metamys expanSys 70/36
55.18.2846 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 46/28
55.18.2848 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 48/28
55.18.2850 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 50/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.18.2852 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 52/28
55.18.2854 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 54/28
55.18.2856 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 56/28
55.18.2858 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 58/28
55.18.2860 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 60/28
55.18.2862 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 62/28
55.18.2864 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 64/28
55.18.3252 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 52/32
55.18.3254 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 54/32
55.18.3256 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 56/32
55.18.3656 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 56/36
55.18.3658 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 58/36
55.18.3660 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 60/36
55.18.3662 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 62/36
55.18.3664 Cotilo RM Pressfit TiCP metamys 64/36
55.22.0046 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 46/28
55.22.0048 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 48/28
55.22.0050 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 50/28
55.22.0052 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 52/28
55.22.0054 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 54/28
55.22.0056 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 56/28
55.22.0058 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 58/28
55.22.0060 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 60/28
55.22.0062 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 62/28
55.22.0064 Cotilo ses.RM Classic TiCP metamys 64/28
55.22.1046 Cotilo RM Pressfit TiCP 46/28
55.22.1048 Cotilo RM Pressfit TiCP 48/28
55.22.1050 Cotilo RM Pressfit TiCP 50/28
55.22.1052 Cotilo RM Pressfit TiCP 52/28
55.22.1054 Cotilo RM Pressfit TiCP 54/28

55.22.1056 Cotilo RM Pressfit TiCP 56/28
55.22.1058 Cotilo RM Pressfit TiCP 58/28
55.22.1060 Cotilo RM Pressfit TiCP 60/28
55.22.1062 Cotilo RM Pressfit TiCP 62/28
55.22.1064 Cotilo RM Pressfit TiCP 64/28
55.22.3252 Cotilo RM Pressfit TiCP 52/32
55.22.3254 Cotilo RM Pressfit TiCP 54/32
55.22.3256 Cotilo RM Pressfit TiCP 56/32
55.22.3258 Cotilo RM Pressfit TiCP 58/32
55.22.3260 Cotilo RM Pressfit TiCP 60/32
55.22.3262 Cotilo RM Pressfit TiCP 62/32
55.22.3264 Cotilo RM Pressfit TiCP 64/32
55.23.2846 Copa expanSys 46
55.23.2848 Copa expanSys 48
55.23.2850 Copa expanSys 50
55.23.2852 Copa expanSys 52
55.23.2854 Copa expanSys 54
55.23.2856 Copa expanSys 56
55.23.2858 Copa expanSys 58
55.23.2860 Copa expanSys 60
55.23.2862 Copa expanSys 62
55.23.2864 Copa expanSys 64
55.23.2866 Copa expanSys 66
55.23.2868 Copa expanSys 68
55.23.2870 Copa expanSys 70
55.31.2846 Inserto PE expanSys 46/28
55.31.2848 Inserto PE expanSys 48/28
55.31.2850 Inserto PE expanSys 50/28
55.31.2852 Inserto PE expanSys 52/28
55.31.2854 Inserto PE expanSys 54/28
55.31.2856 Inserto PE expanSys 56/28

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.31.2858 Inserto PE expanSys 58/28
55.31.2860 Inserto PE expanSys 60/28
55.31.2862 Inserto PE expanSys 62/28
55.31.2864 Inserto PE expanSys 64/28
55.31.2946 Inserto antilux expanSys PE 46/28
55.31.2948 Inserto antilux expanSys PE 48/28
55.31.2950 Inserto antilux expanSys PE 50/28
55.31.2952 Inserto antilux expanSys PE 52/28
55.31.2954 Inserto antilux expanSys PE 54/28
55.31.2956 Inserto antilux expanSys PE 56/28
55.31.2958 Inserto antilux expanSys PE 58/28
55.31.2960 Inserto antilux expanSys PE 60/28
55.31.2962 Inserto antilux expanSys PE 62/28
55.31.2964 Inserto antilux expanSys PE 64/28
55.31.3252 Inserto PE expanSys 52/32
55.31.3254 Inserto PE expanSys 54/32
55.31.3256 Inserto PE expanSys 56/32
55.31.3258 Inserto PE expanSys 58/32
55.31.3260 Inserto PE expanSys 60/32
55.31.3262 Inserto PE expanSys 62/32
55.31.3264 Inserto PE expanSys 64/32
55.31.3266 Inserto PE expanSys 66/32
55.31.3268 Inserto PE expanSys 68/32
55.31.3270 Inserto PE expanSys 70/32
55.40.0042 Copa TPS seleXys 42/AA
55.40.0044 Copa TPS seleXys 44/BB
55.40.0046 Copa TPS seleXys 46/CC
55.40.0048 Copa TPS seleXys 48/DD
55.40.0050 Copa TPS seleXys 50/EE
55.40.0052 Copa TPS seleXys 52/FF

55.40.0054 Copa TPS seleXys 54/GG
55.40.0056 Copa TPS seleXys 56/HH
55.40.0058 Copa TPS seleXys 58/II
55.40.0060 Copa TPS seleXys 60/JJ
55.40.0062 Copa TPS seleXys 62/KK
55.40.0064 Copa TPS seleXys 64/KK
55.40.0066 Copa TPS-R seleXys 66/KK
55.40.0068 Copa TPS-R seleXys 68/LL
55.40.0070 Copa TPS-R seleXys 70/LL
55.41.0042 Copa PC seleXys 42/AA
55.41.0044 Copa PC seleXys 44/BB
55.41.0046 Copa PC seleXys 46/CC
55.41.0048 Copa PC seleXys 48/DD
55.41.0050 Copa PC seleXys 50/EE
55.41.0052 Copa PC seleXys 52/FF
55.41.0054 Copa PC seleXys 54/GG
55.41.0056 Copa PC seleXys 56/HH
55.41.0058 Copa PC seleXys 58/II
55.41.0060 Copa PC seleXys 60/JJ
55.41.0062 Copa PC seleXys 62/KK
55.41.0064 Copa PC seleXys 64/KK
55.42.0042 Copa TH seleXys 42/AA
55.42.0044 Copa TH seleXys 44/BB
55.42.0046 Copa TH seleXys 46/CC
55.42.0048 Copa TH seleXys 48/DD
55.42.0050 Copa TH seleXys 50/EE
55.42.0052 Copa TH seleXys 52/FF
55.42.0054 Copa TH seleXys 54/GG
55.42.0056 Copa TH seleXys 56/HH
55.42.0058 Copa TH seleXys 58/II
55.42.0060 Copa TH seleXys 60/JJ

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.42.0062 Copa TH seleXys 62/KK
55.42.0064 Copa TH seleXys 64/KK
55.42.0142 Copa TH+ seleXys 42/AA
55.42.0144 Copa TH+ seleXys 44/BB
55.42.0146 Copa TH+ seleXys 46/CC
55.42.0148 Copa TH+ seleXys 48/DD
55.42.0150 Copa TH+ seleXys 50/EE
55.42.0152 Copa TH+ seleXys 52/FF
55.42.0154 Copa TH+ seleXys 54/GG
55.42.0156 Copa TH+ seleXys 56/HH
55.42.0158 Copa TH+ seleXys 58/II
55.42.0160 Copa TH+ seleXys 60/JJ
55.42.0162 Copa TH+ seleXys 62/KK
55.42.0164 Copa TH+ seleXys 64/KK
55.43.2801 Inserto est. seleXys PE 28/AA
55.43.2802 Inserto est. seleXys PE 28/BB
55.43.2803 Inserto est. seleXys PE 28/CC
55.43.2804 Inserto est. seleXys PE 28/DD
55.43.2805 Inserto est. seleXys PE 28/EE
55.43.2806 Inserto est. seleXys PE 28/FF
55.43.2807 Inserto est. seleXys PE 28/GG
55.43.2808 Inserto est. seleXys PE 28/HH
55.43.2809 Inserto est. seleXys PE 28/II
55.43.2810 Inserto est. seleXys PE 28/JJ
55.43.2811 Inserto est. seleXys PE 28/KK
55.43.2812 Inserto est. seleXys PE 28/LL
55.43.3205 Inserto est. seleXys PE 32/EE
55.43.3206 Inserto est. seleXys PE 32/FF
55.43.3207 Inserto est. seleXys PE 32/GG
55.43.3208 Inserto est. seleXys PE 32/HH

55.43.3209 Inserto est. seleXys PE 32/II
55.43.3210 Inserto est. seleXys PE 32/JJ
55.43.3211 Inserto est. seleXys PE 32/KK
55.43.3212 Inserto est. seleXys PE 32/LL
55.44.2801 Inserto peraltado seleXys PE 28/AA
55.44.2802 Inserto peraltado seleXys PE 28/BB
55.44.2803 Inserto peraltado seleXys PE 28/CC
55.44.2804 Inserto peraltado seleXys PE 28/DD
55.44.2805 Inserto peraltado seleXys PE 28/EE
55.44.2806 Inserto peraltado seleXys PE 28/FF
55.44.2807 Inserto peraltado seleXys PE 28/GG
55.44.2808 Inserto peraltado seleXys PE 28/HH
55.44.2809 Inserto peraltado seleXys PE 28/II
55.44.2810 Inserto peraltado seleXys PE 28/JJ
55.44.2811 Inserto peraltado seleXys PE 28/KK
55.44.2812 Inserto peraltado seleXys PE 28/LL
55.44.3205 Inserto peraltado seleXys PE 32/EE
55.44.3206 Inserto peraltado seleXys PE 32/FF
55.44.3207 Inserto peraltado seleXys PE 32/GG
55.44.3208 Inserto peraltado seleXys PE 32/HH
55.44.3209 Inserto peraltado seleXys PE 32/II
55.44.3210 Inserto peraltado seleXys PE 32/JJ
55.44.3211 Inserto peraltado seleXys PE 32/KK
55.44.3212 Inserto peraltado seleXys PE 32/LL
55.45.2801 Inserto metamys seleXys 28/AA
55.45.2802 Inserto metamys seleXys 28/BB
55.45.2803 Inserto metamys seleXys 28/CC
55.45.2804 Inserto metamys seleXys 28/DD
55.45.2805 Inserto metamys seleXys 28/EE
55.45.2806 Inserto metamys seleXys 28/FF
55.45.2807 Inserto metamys seleXys 28/GG

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.45.2808 Inserto metamys seleXys 28/HH
55.45.2809 Inserto metamys seleXys 28/II
55.45.2810 Inserto metamys seleXys 28/JJ
55.45.2811 Inserto metamys seleXys 28/KK
55.45.2812 Inserto metamys seleXys 28/LL
55.45.3205 Inserto metamys seleXys 32/EE
55.45.3206 Inserto metamys seleXys 32/FF
55.45.3607 Inserto metamys seleXys 36/GG
55.45.3608 Inserto metamys seleXys 36/HH
55.45.3609 Inserto metamys seleXys 36/II
55.45.3610 Inserto metamys seleXys 36/JJ
55.45.3611 Inserto metamys seleXys 36/KK
55.45.3612 Inserto metamys seleXys 36/LL
55.46.2803 Inserto seleXys Bionit2 28/CC
55.46.2804 Inserto seleXys Bionit2 28/DD
55.46.2805 Inserto seleXys Bionit2 28/EE
55.46.2806 Inserto seleXys Bionit2 28/FF
55.46.2807 Inserto seleXys Bionit2 28/GG
55.46.2808 Inserto seleXys Bionit2 28/HH
55.46.2809 Inserto seleXys Bionit2 28/II
55.46.2810 Inserto seleXys Bionit2 28/JJ
55.46.2811 Inserto seleXys Bionit2 28/KK
55.46.2812 Inserto seleXys Bionit2 28/LL
55.46.3205 Inserto seleXys Bionit2 32/EE
55.46.3206 Inserto seleXys Bionit2 32/FF
55.46.3607 Inserto seleXys Bionit2 36/GG
55.46.3608 Inserto seleXys Bionit2 36/HH
55.46.3609 Inserto seleXys Bionit2 36/II
55.46.3610 Inserto seleXys Bionit2 36/JJ
55.46.3611 Inserto seleXys Bionit2 36/KK

55.46.3612 Inserto seleXys Bionit2 36/LL
55.47.2802 Inserto seleXys ceramys, 28/BB
55.47.2803 Inserto seleXys ceramys, 28/CC
55.47.2804 Inserto seleXys ceramys, 28/DD
55.47.3204 Inserto seleXys ceramys, 32/DD
55.47.3205 Inserto seleXys ceramys, 32/EE
55.47.3206 Inserto seleXys ceramys, 32/FF
55.47.3606 Inserto seleXys ceramys, 36/FF
55.47.3607 Inserto seleXys ceramys, 36/GG
55.47.3608 Inserto seleXys ceramys, 36/HH
55.47.3609 Inserto seleXys ceramys, 36/II
55.47.3610 Inserto seleXys ceramys, 36/JJ
55.47.3611 Inserto seleXys ceramys, 36/KK
55.47.3612 Inserto seleXys ceramys, 36/LL
56.11.0001sc Vástago dis. Cemira. acero 1 cem.
56.11.0002sc Vástago dis. Cemira. acero 2 cem.
56.11.0003sc Vástago dis. Cemira. acero 3 cem.
56.11.0004sc Vástago est. Cemira acero 4 cem.
56.11.0005sc Vástago est. Cemira acero 5 cem.
56.11.0006sc Vástago est. Cemira acero 6 cem.
56.11.0007sc Vástago est. Cemira acero 7 cem.
56.11.0008sc Vástago est. Cemira acero 8 cem.
56.11.0009sc Vástago est. Cemira acero 9 cem.
56.11.0010sc Vástago est. Cemira acero 10 cem.
56.11.0011sc Vástago est. Cemira acero 11 cem.
56.11.0014sc Vástago lat. Cemira acero 4 cem.
56.11.0015sc Vástago lat. Cemira acero 5 cem.
56.11.0016sc Vástago lat. Cemira acero 6 cem.
56.11.0017sc Vástago lat. Cemira acero 7 cem.
56.11.0018sc Vástago lat. Cemira acero 8 cem.
56.11.0019sc Vástago lat. Cemira acero 9 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.11.0020sc Vástago lat. Cemira acero 10 cem.
56.11.0055 Vástago dis. Centris 1D1 cem.
56.11.0056 Vástago dis. Centris 2D1 cem.
56.11.0057 Vástago dis. Centris 3D1 cem.
56.11.0058 Vástago dis. Centris 4D1 cem.
56.11.0059 Vástago dis. Centris 5D1 cem.
56.11.0060 Vástago est. Centris 1S2 cem.
56.11.0061 Vástago est. Centris 2S1 cem.
56.11.0062 Vástago est. Centris 2S2 cem.
56.11.0063 Vástago est. Centris 2S3 cem.
56.11.0064 Vástago est. Centris 3S1 cem.
56.11.0065 Vástago est. Centris 3S2 cem.
56.11.0066 Vástago est. Centris 3S3 cem.
56.11.0067 Vástago est. Centris 4S1 cem.
56.11.0068 Vástago est. Centris 4S2 cem.
56.11.0069 Vástago est. Centris 4S3 cem.
56.11.0070 Vástago est. Centris 5R1 cem.
56.11.0071 Vástago est. Centris 5R2 cem.
56.11.0072 Vástago largo Centris 3S1/180 cem.
56.11.0073 Vástago largo Centris 3S1/230 cem.
56.11.0074 Vástago largo Centris 3S2/180 cem.
56.11.0075 Vástago largo Centris 3S2/230 cem.
56.11.0076 Vástago largo Centris 4S1/180 cem.
56.11.0077 Vástago largo Centris 4S1/230 cem.
56.11.0078 Vástago largo Centris 4S2/180 cem.
56.11.0079 Vástago largo Centris 4S2/230 cem.
56.11.0080 Vástago largo Centris 5R1/175 cem.
56.11.0081 Vástago largo Centris 5R1/225 cem.
56.11.1000 Vástago est. twinSys HA 9 no cem.
56.11.1001 Vástago est. twinSys HA 10 no cem.

56.11.1002 Vástago est. twinSys HA 11 no cem.
56.11.1003 Vástago est. twinSys HA 12 no cem.
56.11.1004 Vástago est. twinSys HA 13 no cem.
56.11.1005 Vástago est. twinSys HA 14 no cem.
56.11.1006 Vástago est. twinSys HA 15 no cem.
56.11.1007 Vástago est. twinSys HA 16 no cem.
56.11.1008 Vástago est. twinSys HA 17 no cem.
56.11.1009 Vástago est. twinSys HA 18 no cem.
56.11.1010 Vástago lat. twinSys HA 9 no cem.
56.11.1011 Vástago lat. twinSys HA 10 no cem.
56.11.1012 Vástago lat. twinSys HA 11 no cem.
56.11.1013 Vástago lat. twinSys HA 12 no cem.
56.11.1014 Vástago lat. twinSys HA 13 no cem.
56.11.1015 Vástago lat. twinSys HA 14 no cem.
56.11.1016 Vástago lat. twinSys HA 15 no cem.
56.11.1017 Vástago lat. twinSys HA 16 no cem.
56.11.1018 Vástago lat. twinSys HA 17 no cem.
56.11.1019 Vástago lat. twinSys HA 18 no cem.
56.11.1068 Vástago XS twinSys HA 7 no cem.
56.11.1069 Vástago XS twinSys HA 8 no cem.
56.11.1070 Vástago XS twinSys HA 9 no cem.
56.11.1071 Vástago XS twinSys HA 10 no cem.
56.11.2000 Vástago est. twinSys 9 cem.
56.11.2001 Vástago est. twinSys 10 cem.
56.11.2002 Vástago est. twinSys 11 cem.
56.11.2003 Vástago est. twinSys 12 cem.
56.11.2004 Vástago est. twinSys 13 cem.
56.11.2005 Vástago est. twinSys 14 cem.
56.11.2006 Vástago est. twinSys 15 cem.
56.11.2007 Vástago est. twinSys 16 cem.
56.11.2010 Vástago lat. twinSys 9 cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.11.2011 Vástago lat. twinSys 10 cem.
56.11.2012 Vástago lat. twinSys 11 cem.
56.11.2013 Vástago lat. twinSys 12 cem.
56.11.2014 Vástago lat. twinSys 13 cem.
56.11.2015 Vástago lat. twinSys 14 cem.
56.11.2016 Vástago lat. twinSys 15 cem.
56.11.2017 Vástago lat. twinSys 16 cem.
56.11.3003 Vástago largo twinSys HA 12 no cem.
56.11.3004 Vástago largo twinSys HA 13 no cem.
56.11.3005 Vástago largo twinSys HA 14 no cem.
56.11.3006 Vástago largo twinSys HA 15 no cem.
56.20.0000SC Vástago est. CBH TAN 0 no cem.
56.20.0001SC Vástago est. CBH TAN 01 no cem.
56.20.0101SC Vástago est. CBH TAN 1 no cem.
56.20.0102SC Vástago est. CBH TAN 2 no cem.
56.20.0103SC Vástago est. CBH TAN 3 no cem.
56.20.0104SC Vástago est. CBH TAN 4 no cem.
56.20.0105SC Vástago est. CBH TAN 5 no cem.
56.20.0106SC Vástago est. CBH TAN 6 no cem.
56.20.0107SC Vástago est. CBH TAN 7 no cem.
56.20.0108SC Vástago est. CBH TAN 8 no cem.
56.20.0109SC Vástago est. CBH TAN 9 no cem.
56.20.0110SC Vástago est. CBH TAN 10 no cem.
56.20.0111SC Vástago est. CBH TAN 11 no cem.
56.20.0112SC Vástago est. CBH TAN 12 no cem.
56.20.1000SC Vástago lat. CBH TAN 0 no cem.
56.20.1001SC Vástago lat. CBH TAN 01 no cem.
56.20.1101SC Vástago lat. CBH TAN 1 no cem.
56.20.1102SC Vástago lat. CBH TAN 2 no cem.
56.20.1103SC Vástago lat. CBH TAN 3 no cem.

56.20.1104SC Vástago lat. CBH TAN 4 no cem.
56.20.1105SC Vástago lat. CBH TAN 5 no cem.
56.20.1106SC Vástago lat. CBH TAN 6 no cem.
56.20.1107SC Vástago lat. CBH TAN 7 no cem.
56.20.1108SC Vástago lat. CBH TAN 8 no cem.
56.20.1109SC Vástago lat. CBH TAN 9 no cem.
56.20.1110SC Vástago lat. CBH TAN 10 no cem.
56.20.1111SC Vástago lat. CBH TAN 11 no cem.
56.20.1112SC Vástago lat. CBH TAN 12 no cem.
56.20.1422 Vástago de revisión CBK 14/225 no cem.
56.20.1426 Vástago de revisión CBK 14/265 no cem.
56.20.1430 Vástago de revisión CBK 14/305 no cem.
56.20.1522 Vástago de revisión CBK 15/225 no cem.
56.20.1526 Vástago de revisión CBK 15/265 no cem.
56.20.1530 Vástago de revisión CBK 15/305 no cem.
56.20.1622 Vástago de revisión CBK 16/225 no cem.
56.20.1626 Vástago de revisión CBK 16/265 no cem.
56.20.1630 Vástago de revisión CBK 16/305 no cem.
56.20.1722 Vástago de revisión CBK 17/225 no cem.
56.20.1726 Vástago de revisión CBK 17/265 no cem.
56.20.1730 Vástago de revisión CBK 17/305 no cem.
56.20.1822 Vástago de revisión CBK 18/225 no cem.
56.20.1826 Vástago de revisión CBK 18/265 no cem.
56.20.1830 Vástago de revisión CBK 18/305 no cem.
56.20.1922 Vástago de revisión CBK 19/225 no cem.
56.20.1926 Vástago de revisión CBK 19/265 no cem.
56.20.1930 Vástago de revisión CBK 19/305 no cem.
56.20.2022 Vástago de revisión CBK 20/225 no cem.
56.20.2026 Vástago de revisión CBK 20/265 no cem.
56.20.2030 Vástago de revisión CBK 20/305 no cem.
56.20.2122 Vástago de revisión CBK 21/225 no cem.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.20.2126 Vástago de revisión CBK 21/265 no cem.
56.20.2130 Vástago de revisión CBK 21/305 no cem.
56.20.2222 Vástago de revisión CBK 22/225 no cem.
56.20.2226 Vástago de revisión CBK 22/265 no cem.
56.20.2230 Vástago de revisión CBK 22/305 no cem.
56.20.2326 Vástago de revisión CBK 23/265 no cem.
56.20.2330 Vástago de revisión CBK 23/305 no cem.
56.20.2426 Vástago de revisión CBK 24/265 no cem.
56.20.2430 Vástago de revisión CBK 24/305 no cem.
56.20.2526 Vástago de revisión CBK 25/265 no cem.
56.20.2530 Vástago de revisión CBK 25/305 no cem.
56.20.3130 Vástago estándar stellaris 13
56.20.3140 Vástago estándar stellaris 14
56.20.3150 Vástago estándar stellaris 15
56.20.3160 Vástago estándar stellaris 16
56.20.3170 Vástago estándar stellaris 17
56.20.3180 Vástago estándar stellaris 18
56.20.3190 Vástago estándar stellaris 19
56.20.3200 Vástago estándar stellaris 20
56.20.3210 Vástago estándar stellaris 21
56.20.3220 Vástago estándar stellaris 22
56.20.3230 Vástago estándar stellaris 23
56.20.3240 Vástago estándar stellaris 24
56.20.3245 Vástago estándar stellaris Long 24.5
56.20.3260 Vástago estándar stellaris Long 26
56.20.3275 Vástago estándar stellaris Long 27.5
56.20.3290 Vástago estándar stellaris Long 29
56.20.4130 Vástago lateralizado stellaris 13
56.20.4140 Vástago lateralizado stellaris 14
56.20.4150 Vástago lateralizado stellaris 15

56.20.4160 Vástago lateralizado stellaris 16
56.20.4170 Vástago lateralizado stellaris 17
56.20.4180 Vástago lateralizado stellaris 18
56.20.4190 Vástago lateralizado stellaris 19
56.20.4200 Vástago lateralizado stellaris 20
56.20.4210 Vástago lateralizado stellaris 21
56.20.4220 Vástago lateralizado stellaris 22
56.20.4230 Vástago lateralizado stellaris 23
56.20.4240 Vástago lateralizado stellaris 24
56.20.4245 Vástago lateralizado stellaris Long 24.5
56.20.4260 Vástago lateralizado stellaris Long 26
56.20.4275 Vástago lateralizado stellaris Long 27.5
56.20.4290 Vástago lateralizado stellaris Long 29
5950.21.3 Cerclaje
67092 Hemicabeza acero 38 M
67093 Hemicabeza acero 40 M
67094 Hemicabeza acero 42 M
67095 Hemicabeza acero 44 M
67096 Hemicabeza acero 46 M
67097 Hemicabeza acero 48 M
67098 Hemicabeza acero 50 M
67099 Hemicabeza acero 52 M
67100 Hemicabeza acero 54 M
67101 Hemicabeza acero 56 M
67102 Hemicabeza acero 58 M
1166.12.3 Cabeza de prueba 32 XL 12/14
1167.12.3 Cabeza de prueba 32 XXL 12/14
1173.12.4 Cabeza de prueba 28 S 12/14
1174.12.4 Cabeza de prueba 28 M 12/14
1175.12.4 Cabeza de prueba 28 L 12/14
1177.12.3 Cabeza de prueba 28 XXL 12/14

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

1473.12.2	Cabeza de prueba bipolar 43 BIONIT
1474.12.2	Cabeza de prueba bipolar 45 BIONIT
1475.12.2	Cabeza de prueba bipolar 47 BIONIT
1476.12.2	Cabeza de prueba bipolar 49 BIONIT
1477.12.2	Cabeza de prueba bipolar 51 BIONIT
1478.12.2	Cabeza de prueba bipolar 53 BIONIT
1479.12.2	Cabeza de prueba bipolar 55 BIONIT
1480.12.2	Cabeza de prueba bipolar 57 BIONIT
2270.00	Prótesis de prueba Standard tam. 3 12/14
2271.00	Prótesis de prueba Standard tam. 4 12/14
2274.00	Prótesis de prueba Standard tam. 5 12/14
2275.00	Prótesis de prueba Standard tam. 6 12/14
2281.00	Prótesis de prueba lat.est.tam. 4 12/14
2284.00	Prótesis de prueba Standard tam. 5 12/14
3.14.000	Orientador p/guía perf.RM Classic 1 gen.
3.14.002	Guía de perforación RM Classic 1a gen.
3.14.003	Bulón de centraje RM Classic 1a gen.
3.14.004	Cotilo de prueba RM Classic 50 1a gen.
3.14.005	Cotilo de prueba RM Classic 52 1a gen.
3.14.006	Cotilo de prueba RM Classic 54 1a gen.
3.14.007	Cotilo de prueba RM Classic 56 1a gen.
3.14.008	Cotilo de prueba RM Classic 58 1a gen.
3.14.009	Cotilo de prueba RM Classic 60 1a gen.
3.14.010	Cotilo de prueba RM Classic 48 1a gen.
3.14.012	Cotilo de prueba RM Classic 62 1a gen.
3.14.013	Cotilo de prueba RM Classic 64 1a gen.
3.14.014	Guía de broca 2 y 3.1
3.14.018	Cotilo de prueba RM Classic 66 1a gen.
3.14.019	Cotilo de prueba RM Classic 68 1a gen.
3.14.020	Cotilo de prueba CCB de borde plano 40

3.14.021	Cotilo de prueba CCB de borde plano 42
3.14.022	Cotilo de prueba CCB de borde plano 44
3.14.023	Cotilo de prueba CCB de borde plano 46
3.14.024	Cotilo de prueba CCB de borde plano 48
3.14.025	Cotilo de prueba CCB de borde plano 50
3.14.026	Cotilo de prueba CCB de borde plano 52
3.14.027	Cotilo de prueba CCB de borde plano 54
3.14.028	Cotilo de prueba CCB de borde plano 56
3.14.029	Cotilo de prueba CCB de borde plano 58
3.14.030	Cotilo de prueba CCB de borde plano 60
3.14.031	Cotilo de prueba CCB de borde plano 62
3.14.032	Medidor para tornillos
3.14.033	Guía de broca 3.5/5.8
3.14.034	Cajita para tornillos vacía
3.14.035	Cotilo de prueba CCB de borde normal 36
3.14.036	Cotilo de prueba CCB de borde normal 40
3.14.037	Cotilo de prueba CCB de borde normal 44
3.14.038	Cotilo de prueba CCB de borde normal 46
3.14.039	Cotilo de prueba CCB de borde normal 48
3.14.040	Cotilo de prueba CCB de borde normal 50
3.14.041	Cotilo de prueba CCB de borde normal 52
3.14.042	Cotilo de prueba CCB de borde normal 54
3.14.043	Cotilo de prueba CCB de borde normal 56
3.14.044	Cotilo de prueba CCB de borde normal 58
3.14.045	Medidor para tornillos
3.14.050	Orientador p/guía perf.RM Classic 2 gen.
3.14.052	Guía de perforación RM Classic 2a gen.
3.14.054	Cotilo de prueba RM Classic 46 2a gen.
3.14.055	Cotilo de prueba RM Classic 48 2a gen.
3.14.056	Cotilo de prueba RM Classic 50 2a gen.
3.14.057	Cotilo de prueba RM Classic 52 2a gen.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.14.058	Cotilo de prueba RM Classic 54 2a gen.
3.14.059	Cotilo de prueba RM Classic 56 2a gen.
3.14.060	Cotilo de prueba RM Classic 58 2a gen.
3.14.061	Cotilo de prueba RM Classic 60 2a gen.
3.14.062	Cotilo de prueba RM Classic 62 2a gen.
3.14.063	Cotilo de prueba RM Classic 64 2a gen.
3.14.064	Cotilo de prueba RM Classic 66 2a gen.
3.14.065	Cotilo de prueba RM Classic 68 2a gen.
3.14.074	Cotilo de prueba CCB de borde plano 64
3.14.075	Cotilo de prueba CCB de borde plano 66
3.14.076	Cotilo de prueba CCB de borde plano 68
3.14.251	Avellanador flex. RM Classic 1gen.
3.14.252	Árbol de perf. flex. RM Classic 1a gen.
3.14.253	Macho 3.5
3.14.254	Broca espiral 3.1 p/árbol flex.
3.14.256	Avellanador flex.RM Classic 2 gen.
3.14.257	Árbol perf. flex.RM Classic 46-52 2 gen.
3.14.258	Árbol perf. flex.RM Classic 54-64 2 gen.
3.14.259	Árbol perf. flex.RM Classic 60-68 2 gen.
3.14.266	Fresa acetabular 38
3.14.267	Fresa acetabular 42 s/anillo intermedio
3.14.268	Fresa acetabular 40
3.14.269	Fresa acetabular 44
3.14.270	Fresa acetabular 46
3.14.271	Fresa acetabular 48
3.14.272	Fresa acetabular 50
3.14.273	Fresa acetabular 52
3.14.274	Fresa acetabular 54
3.14.275	Fresa acetabular 56
3.14.276	Fresa acetabular 58

3.14.277	Fresa acetabular 60
3.14.278	Fresa acetabular 62
3.14.279	Fresa acetabular 64 s/anillo intermedio
3.14.280	Fresa acetabular 66 s/anillo intermedio
3.14.281	Fresa acetabular 68 s/anillo intermedio
3.14.285	Medidor para tornillos
3.14.286	Broca espiral 3.5x50
3.14.289	Macho 6.5x60
3.14.290	Macho 6.5x45
3.14.291	Broca espiral 3.5x195
3.14.292	Avellanador 9
3.14.293	Broca espiral 3.5x60
3.14.294	Broca espiral 3.5x75
3.14.299	Broca 6
3.14.501	Mango de sujeción p/cótilos 1a gen.
3.14.503	Impactor recto RM Classic 1a gen.
3.14.505	Pieza p/impactor RM Classic 28 1a gen.
3.14.506	Pieza p/impactor RM Classic 32 1a gen.
3.14.510	Pieza intermedia p/fresa acetabular
3.14.512	Anillo intermedio 50 p/fresa acetabular
3.14.513	Anillo intermedio 52 p/fresa acetabular
3.14.514	Anillo intermedio 54 p/fresa acetabular
3.14.515	Anillo intermedio 56 p/fresa acetabular
3.14.516	Anillo intermedio 58 p/fresa acetabular
3.14.517	Anillo intermedio 60 p/fresa acetabular
3.14.518	Anillo intermedio 62 p/fresa acetabular
3.14.519	Anillo intermedio 64 p/fresa acetabular
3.14.520	Anillo intermedio 66 p/fresa acetabular
3.14.521	Anillo intermedio 68 p/fresa acetabular
3.14.545	Árbol flexible
3.14.547	Impactor curvo p/cotilos

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.14.548	Impactor recto p/cotilos
3.14.549	Pieza plástica CCB 28
3.14.550	Pieza plástica CCB 32
3.14.551	Pieza metálica CCB 28 borde plano
3.14.552	Pieza metálica CCB 32 borde plano
3.14.553	Orientador 40°
3.14.554	Pieza p/desatar anillo interm.de fresa
3.14.555	Pieza intermedia 40 p/fresa acetabular
3.14.556	Pieza intermedia p/fresas L300
3.14.557	Pieza metálica CCB 32 borde normal
3.14.558	Pieza metálica CCB 28 borde normal
3.14.563	Impactor de cemento CCB
3.14.564	Pieza metamys 28 borde plano
3.14.565	Pieza metamys 28 borde normal
3.25.040	Prótesis de prueba proximal pequeña 4
3.25.041	Prótesis de prueba proximal pequeña 4.5
3.25.042	Prótesis de prueba proximal pequeña 5
3.25.045	Prótesis de prueba distal pequeña 4
3.25.046	Prótesis de prueba distal pequeña 4.5
3.25.047	Prótesis de prueba distal pequeña 5
3.25.050	Prótesis de prueba proximal est. 5
3.25.051	Prótesis de prueba proximal est. 5.5
3.25.052	Prótesis de prueba proximal est. 6
3.25.055	Prótesis de prueba proximal est. larga 5
3.25.056	Prótesis de prueba proximal est.larga5.5
3.25.057	Prótesis de prueba proximal est. larga 6
3.25.060	Prótesis de prueba distal est. 5
3.25.061	Prótesis de prueba distal est. 5.5
3.25.062	Prótesis de prueba distal est. 6
3.25.111	Posicionador

3.25.113	Sujetador distal
3.25.250	Fresa cónica RM 4 pequeña
3.25.251	Fresa cónica RM 4.5 pequeña
3.25.252	Fresa cónica RM 5 pequeña
3.25.253	Fresa cónica RM 5 est.
3.25.254	Fresa cónica RM 5.5 est.
3.25.255	Fresa cónica RM 6 est.
3.25.256	Fresa cónica RM 5 larga
3.25.257	Fresa cónica RM 5.5 larga
3.25.258	Fresa cónica RM 6 larga
3.25.259	Fresa cónica RM 7 larga
3.25.272	Broca ø 4.5mm, con acople de anclaje rápido
3.30.005	Calibre p/diametro cabeza
3.30.100	Cabeza de prueba 28 S azul
3.30.101	Cabeza de prueba 28 M azul
3.30.102	Cabeza de prueba 28 L azul
3.30.103	Cabeza de prueba 32 S verde
3.30.104	Cabeza de prueba 32 M verde
3.30.105	Cabeza de prueba 32 L verde
3.30.106	Cabeza de prueba 28 XL azul
3.30.107	Cabeza de prueba 28 XXL azul
3.30.108	Cabeza de prueba 32 XL verde
3.30.109	Cabeza de prueba 32 XXL verde
3.30.130	Regla longitud 20
3.30.131	Guía de perforación 6
3.30.148	Prótesis de prueba estándar CCA 7.5
3.30.149	Prótesis de prueba estándar CCA 10
3.30.150	Prótesis de prueba estándar CCA 11.25
3.30.151	Prótesis de prueba estándar CCA 12.5
3.30.152	Prótesis de prueba estándar CCA 13.75
3.30.153	Prótesis de prueba estándar CCA 15

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.154	Prótesis de prueba estándar CCA 16.25
3.30.155	Prótesis de prueba estándar CCA 17.5
3.30.156	Prótesis de prueba estándar CCA 20
3.30.157	Prótesis de prueba lat. CCA 7.5
3.30.158	Prótesis de prueba lat. CCA 10
3.30.159	Prótesis de prueba lat. CCA 11.25
3.30.160	Prótesis de prueba lat. CCA 12.5
3.30.161	Prótesis de prueba lat. CCA 13.75
3.30.162	Prótesis de prueba lat. CCA 15
3.30.163	Prótesis de prueba lat. CCA 16.25
3.30.164	Prótesis de prueba lat. CCA 17.5
3.30.165	Prótesis de prueba lat. CCA 20
3.30.170	Cabeza de prueba CBC 28 S lat.
3.30.171	Cabeza de prueba CBC 28 M lat.
3.30.172	Cabeza de prueba CBC 28 L lat.
3.30.173	Cabeza de prueba CBC 32 S lat.
3.30.174	Cabeza de prueba CBC 32 M lat.
3.30.175	Cabeza de prueba CBC 32 L lat.
3.30.290	Tijera capsular
3.30.291	Cureta 9 dentada
3.30.292	Cureta 9 no dentada
3.30.293	Cureta 15 dentada
3.30.294	Cureta 15 no dentada
3.30.295	Cureta 27 no dentada
3.30.296	Cincel plano recto 16
3.30.297	Cincel plano curvo 16
3.30.298	Gubia con cuello de cisne 16
3.30.299	Separador p/dislocar la cabeza fem. 26.5
3.30.300	Gubia curva 9
3.30.301	Cincel para cótilo 7.5

3.30.302	Tijeras Lexer 12
3.30.303	Tijeras Lexer 8/200
3.30.304	Tijeras Lexer 8/280
3.30.305	Tijeras Lexer 8/330
3.30.306	Escoplo recto 3/310
3.30.316	Escoplo p/extraer cotilo 7.5
3.30.317	Cureta dentada media
3.30.318	Gancho p/extraer el cemento 8
3.30.319	Gancho p/extraer el cemento 10
3.30.321	Fresa hueca cónica 7.5-10
3.30.322	Fresa hueca cónica 12.5-15
3.30.323	Fresa hueca cónica 17.5-20
3.30.324	Escariador estrecho
3.30.326	Raspa monobloque CCA 7.5
3.30.327	Raspa monobloque CCA 10
3.30.328	Raspa monobloque CCA 11.25
3.30.329	Raspa monobloque CCA 12.5
3.30.330	Raspa monobloque CCA 13.75
3.30.331	Raspa monobloque CCA 15
3.30.332	Raspa monobloque CCA 16.25
3.30.333	Raspa monobloque CCA 17.5
3.30.334	Raspa monobloque CCA 20
3.30.335	Periostómo largo
3.30.336T	Raspa modular CBC 5
3.30.337T	Raspa modular CBC 6
3.30.338T	Raspa modular CBC 7
3.30.339	Raspa para vastagos CBC, modulares 8 mm
3.30.339T	Raspa modular CBC 8
3.30.340T	Raspa modular CBC 9
3.30.341T	Raspa modular CBC 10
3.30.342	Raspa para vastagos CBC, modulares 11.25 mm

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.342T	Raspa modular CBC 11.25
3.30.343T	Raspa modular CBC 12.5
3.30.344T	Raspa modular CBC 13.75
3.30.345T	Raspa modular CBC 15
3.30.346T	Raspa modular CBC 16.25
3.30.347T	Raspa modular CBC 17.5
3.30.348T	Raspa modular CBC 20
3.30.349	Escariador ancho
3.30.350	Raspa modular CCA 7.5
3.30.351	Raspa modular CCA 10
3.30.352	Raspa modular CCA 11.25
3.30.353	Raspa modular CCA 12.5
3.30.354	Raspa modular CCA 13.75
3.30.355	Raspa modular CCA 15
3.30.356	Raspa modular CCA 16.25
3.30.357	Raspa modular CCA 17.5
3.30.358	Raspa modular CCA 20
3.30.359	Escoplo rectangular p/cadera
3.30.390	Raspa modular CBC tam. 5 lat.
3.30.391	Raspa modular CBC tam. 6 lat.
3.30.392	Raspa modular CBC tam. 7 lat.
3.30.393	Raspa modular CBC tam. 8 lat.
3.30.394	Raspa modular CBC tam. 9 lat.
3.30.395	Raspa modular CBC tam. 10 lat.
3.30.396	Raspa modular CBC tam. 11.25 lat.
3.30.397	Raspa modular CBC tam. 12.5 lat.
3.30.398	Raspa modular CBC tam. 13.75 lat.
3.30.399	Raspa modular CBC tam. 15 lat.
3.30.400	Raspa modular CBC tam. 16.25 lat.
3.30.401	Raspa modular CBC tam. 17.5 lat.

3.30.402	Raspa modular CBC tam. 20 lat.
3.30.502	Pinza para protesis
3.30.504	Separador femoral
3.30.510	Retractor afilado 38
3.30.511	Tenáculo S
3.30.512	Tenáculo M
3.30.513	Tenáculo
3.30.514	Separador 24
3.30.515	Separador 43
3.30.516	Hohmann 18
3.30.517	Hohmann 15
3.30.518	Separador de partes blandas largo
3.30.519	Hohmann 22
3.30.520	Separador 40
3.30.521	Separador 22
3.30.522	Separador trocantéreo 40
3.30.523	Langenbeck
3.30.524	Separador femoral 26
3.30.525	Gancha de peso
3.30.526	Peso
3.30.527	Pinzas p/capsula recto
3.30.528	Pinzas p/capsula
3.30.529	Pinzas curvas p/capsula
3.30.530	Extractor p/cabeza femoral
3.30.531	Impactor de esponjosa recto
3.30.532	Impactor de esponjosa curvo
3.30.533	Impactor de esponjosa grande
3.30.534	Impactor/extractor
3.30.535	Impactor de cabeza
3.30.536	Pieza p/impactor de cabeza
3.30.537	Pieza p/impactor 36

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3.30.538	Pieza p/impactor 28
3.30.539	Pieza p/impactor 32
3.30.540	Barra transversal p/escoplo
3.30.541	Gancho de extracción
3.30.542	Pinzas cortas de sujeción p/cemento
3.30.543	Pinzas largas de sujeción p/cemento
3.30.544	Perno extractor
3.30.545	Impactor p/tapón medular 7.5/10
3.30.546	Impactor p/tapón medular 12.5/15
3.30.547	Impactor p/tapón medular
3.30.548	Impactor/extractor
3.30.550	Extractor curvo cadera
3.30.551	Barra transversal larga
3.30.552	Barra transversal larga
3.30.560	Retractor ventral L
3.30.561	Retractor ventral R
3.30.562	Retractor posterior S R
3.30.563	Retractor posterior S L
3.30.564	Retractor posterior M R
3.30.565	Retractor posterior M L
3.30.566	Cureta acodada
3.30.567	Protección de tejidos
3.30.568	Raspatorio Lambotte
3.30.569	Portaagujas
3.30.604	Seperador Cobra pequeno
3.30.605	Seperador acetabular L
3.30.606	Seperador acetabular R
3.30.607	Seperador femoral
3.40.250	Fresa conica para insercion 90°
3.40.251	Fresa conica para cavidad

3.40.252	Escariador medular de mano 7
3.40.253	Escariador medular de mano 8
3.40.254	Escariador medular de mano 9
3.40.255	Escariador medular de mano 10
3.40.256	Escariador medular de mano 11
3.40.257	Escariador medular de mano 12
3.40.258	Escariador medular de mano 13
3.40.259	Escariador medular de mano 14
3.40.260	Broca para la cavidad medular Ø 15mm
3.40.264	Broca Ø 2,0mm
3.40.268	Broca para la cavidad medular Ø 20mm
3.40.272	Broca Ø 4,5mm
3.40.275	Broca plana flex. 2
3.40.276	Fresa
3.40.279	Broca espiral 3.2 dedo RM
3.40.295	Broca Ø 6,0mm
3.40.297	Broca espiral 6
3.40.508	Destornillador hex. 2.5 c/mango
3.40.509	Destornillador hex. 2.5 c/anclaje rapido
3.40.530	Pinzas c/automantenimiento p/tornillos
3.40.535	Mandril para motor AO
3.40.540	Destornillador exagonal 2,5mm
3.40.542	Pieza hex.p/extracción tornillos 3.5
3.40.544	Destornillador hex. largo. 3.5
3.40.545	Destornillador hex. cárdan largo 3.5
3.40.548	Arandela de compresión de silicona, STER
3.40.550	Mango c/anclaje rapido
4042.00.2	Cotilo de prueba ø 42
4044.00.2	Cotilo de prueba Ø 44mm
4046.00.2	Cotilo de prueba Ø 46mm
4048.00.2	Cotilo de prueba Ø 48mm

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4050.00.2 Cotilo de prueba Ø 50mm
4052.00.2 Cotilo de prueba Ø 52mm
4054.00.2 Cotilo de prueba Ø 54mm
4056.00.2 Cotilo de prueba Ø 56mm
4058.00.2 Cotilo de prueba Ø 58mm
4060.00.2 Cotilo de prueba Ø 60mm
4062.00.2 Cotilo de prueba Ø 62mm
4064.00.2 Cotilo de prueba Ø 64mm
4066.00.2 Cotilo de prueba Ø 66mm
4068.00.2 Cotilo de prueba Ø 68mm
4070.00.2 Cotilo de prueba Ø 70mm
4072.00.2 Cotilo de prueba ø 72
41.34.0001 Espátula estéril
501.04.03.00.0 Orientador Rotacup
501.04.03.00.1 Orientador seleXys
501.04.04.00.1 Impactor M 10 rosca prolongada
501.05.01.00.0 Destornillador p/tapa polar seleXys
501.06.01.00.0 Posicionador p/inserto cerám. seleXys 28
501.06.02.00.0 Extractor p/insertos
501.06.07.70.1 Inserto de prueba Ø 70/72mm para cabeza Ø 36mm
5024.00 Broca espiral 3.5x195
5027.00 Broca R+V 390x10
5028.00 Broca R+V 390x12
5029.00 Broca R+V 390x13
503.08.07.55.0 Varilla, longitud 55mm, sin cabeza LOGO/INTEGRO
5030.00 Vaína de protección
5035.00 Sonda de reducción 8
5036.00 Sonda de reducción 10
5037.00 Sonda de reducción 12
51.02.4121 Impactor modular p/impactor IMT

51.02.4122 Impactor p/raspa modular
51.02.4125 Impactor modular p/Airpuls
51.34.0006 Bandeja femoral revisión
51.34.0007 Tapa femoral revisión
51.34.0008 Bandeja intermedia femoral revisión
51.34.0010 Bandeja flexible Osteotome
51.34.0011 Tapa flexible Osteotome
51.34.0019 Post-impactor para copa seleXys
51.34.0020 Asiento canulado Rotacup
51.34.0021 Medidor de profundidad Rotacup
51.34.0025 Bandeja fresas p/vástago de rev. mod.
51.34.0026 Bandeja cuellos prueba p/vást.rev.mod.
51.34.0027 Bandeja instr.div.p/vástago de rev. mod.
51.34.0028 Tapa de bandeja p/vástago de rev. mod.
51.34.0030 Mango para raspa twinSys single offset
51.34.0033 Fresa twinSys p/el espolón femoral 30mm
51.34.0034 Fresa twinSys p/el espolón femoral 40mm
51.34.0057 Raspa twinSys larga 12/158
51.34.0058 Raspa twinSys larga 13/168
51.34.0059 Raspa twinSys larga 14/178
51.34.0060 Raspa twinSys larga 15/188
51.34.0062 Extractor para vástago
51.34.0063 Escariador flexible 8.0, 2 gen.
51.34.0064 Escariador flexible 8.5, 2 gen.
51.34.0065 Escariador flexible 9.0, 2 gen.
51.34.0066 Escariador flexible 9.5, 2 gen.
51.34.0067 Escariador flexible 10.0, 2 gen.
51.34.0068 Escariador flexible 10.5, 2 gen.
51.34.0069 Escariador flexible 11.0, 2 gen.
51.34.0070 Escariador flexible 11.5, 2 gen.
51.34.0071 Escariador flexible 12.0, 2 gen.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0072 Escariador flexible 12.5, 2 gen.
51.34.0073 Escariador flexible 13.0, 2 gen.
51.34.0074 Bandeja ester. p/escariadores flex.2 gen
51.34.0075 Mango para raspa MIS II offset twinSys
51.34.0076 Mango para raspa MIS II recto twinSys
51.34.0134 Cincel rectangular silicón
51.34.0135 Impactor de cabeza silicón
51.34.0136 Extractor curvo silicón
51.34.0143 Cabeza de prueba SC 22.22 S
51.34.0144 Cabeza de prueba LC 22.22 S
51.34.0145 Cabeza de prueba SC 22.22 M
51.34.0146 Cabeza de prueba LC 22.22 M
51.34.0147 Cabeza de prueba SC 22.22 L
51.34.0148 Cabeza de prueba LC 22.22 L
51.34.0149 Cabeza de prueba SC 28 S
51.34.0150 Cabeza de prueba LC 28 S
51.34.0151 Cabeza de prueba SC 28 M
51.34.0152 Cabeza de prueba LC 28 M
51.34.0153 Cabeza de prueba SC 28 L
51.34.0154 Cabeza de prueba LC 28 L
51.34.0155 Cabeza de prueba SC 28 XL
51.34.0156 Cabeza de prueba LC 28 XL
51.34.0157 Cabeza de prueba SC 28 XXL
51.34.0158 Cabeza de prueba LC 28 XXL
51.34.0159 Cabeza de prueba SC 32 S
51.34.0160 Cabeza de prueba LC 32 S
51.34.0161 Cabeza de prueba SC 32 M
51.34.0162 Cabeza de prueba LC 32 M
51.34.0163 Cabeza de prueba SC 32 L
51.34.0164 Cabeza de prueba LC 32 L

51.34.0165 Cabeza de prueba SC 32 XL
51.34.0166 Cabeza de prueba LC 32 XL
51.34.0167 Cabeza de prueba SC 32 XXL
51.34.0168 Cabeza de prueba LC 32 XXL
51.34.0169 Cabeza de prueba SC 36 S
51.34.0170 Cabeza de prueba LC 36 S
51.34.0171 Cabeza de prueba SC 36 M
51.34.0172 Cabeza de prueba LC 36 M
51.34.0173 Cabeza de prueba SC 36 L
51.34.0174 Cabeza de prueba LC 36 L
51.34.0175 Cabeza de prueba SC 36 XL
51.34.0176 Cabeza de prueba LC 36 XL
51.34.0177 Cabeza de prueba SC 36 XXL
51.34.0178 Cabeza de prueba LC 36 XXL
51.34.0181 Bandeja stellaris p/prótesis de prueba
51.34.0183 Bandeja stellaris Long
51.34.0184 Bandeja stellaris p/instrumentos básicos
51.34.0185 Tapa stellaris
51.34.0186 Inserto stellaris para escariadores
51.34.0187 Peso deslizante stellaris
51.34.0188 Gancho modular de extracción izquierdo
51.34.0189 Adaptador twinSys offset doble derecho
51.34.0190 Adaptador twinSys offset doble izquierdo
51.34.0191 Mango p/raspa twinSys DO Woodpecker ida.
51.34.0192 Mango p/raspa twinSys DO Woodpecker dex.
51.34.0193 Mango raspa twinSys DO clavija ida.
51.34.0194 Mango raspa twinSys DO clavija dex.
51.34.0196 Cabezal de centraje RM Pressfit 28
51.34.0197 Cabezal de centraje RM Pressfit 32
51.34.0198 Cabezal de centraje RM Pressfit 36
51.34.0204 Escariador 13 stellaris

51.34.0205 Escariador 14 stellaris
51.34.0206 Escariador 15 stellaris
51.34.0207 Escariador 16 stellaris
51.34.0208 Escariador 17 stellaris
51.34.0209 Escariador 18 stellaris
51.34.0210 Escariador 19 stellaris
51.34.0211 Escariador 20 stellaris
51.34.0212 Escariador 21 stellaris
51.34.0213 Escariador 22 stellaris
51.34.0214 Escariador 23 stellaris
51.34.0215 Escariador 24 stellaris
51.34.0216 Escariador 24.5 stellaris Long
51.34.0217 Escariador 26 stellaris Long
51.34.0218 Escariador 27.5 stellaris Long
51.34.0219 Escariador 29 stellaris Long
51.34.0221 Cabeza de prueba para hemiprótesis 38 M
51.34.0222 Cabeza de prueba para hemiprótesis 40 M
51.34.0223 Cabeza de prueba para hemiprótesis 42 M
51.34.0224 Cabeza de prueba para hemiprótesis 44 M
51.34.0225 Cabeza de prueba para hemiprótesis 46 M
51.34.0226 Cabeza de prueba para hemiprótesis 48 M
51.34.0227 Cabeza de prueba para hemiprótesis 50 M
51.34.0228 Cabeza de prueba para hemiprótesis 52 M
51.34.0229 Cabeza de prueba para hemiprótesis 54 M
51.34.0230 Cabeza de prueba para hemiprótesis 56 M
51.34.0231 Cabeza de prueba para hemiprótesis 58 M
51.34.0235 Gancho modular de extracción derecho
51.34.0237 Cabeza de colocación RM Pressfit 28
51.34.0238 Cabeza de colocación RM Pressfit 32
51.34.0239 Cabeza de colocación RM Pressfit 36

51.34.0240 Destornillador tapa polar largo seleXys
51.34.0241 Destornill. tapa polar largo Ka seleXys
51.34.0242 Destornill. tapa polar Fix/Kar seleXys
51.34.0268 Pieza Cabeza d/colocación RM Pressfit 28
51.34.0269 Pieza Cabeza d/colocación RM Pressfit 32
51.34.0270 Pieza Cabeza d/colocación RM Pressfit 36
51.34.0280 Cabeza de prueba SC XRO 28 S
51.34.0281 Cabeza de prueba SC XRO 28 M
51.34.0282 Cabeza de prueba SC XRO 28 L
51.34.0283 Cabeza de prueba SC XRO 28 XL
51.34.0284 Cabeza de prueba SC XRO 28 XXL
51.34.0285 Cabeza de prueba SC XRO 32 S
51.34.0286 Cabeza de prueba SC XRO 32 M
51.34.0287 Cabeza de prueba SC XRO 32 L
51.34.0288 Cabeza de prueba SC XRO 32 XL
51.34.0289 Cabeza de prueba SC XRO 32 XXL
51.34.0290 Cabeza de prueba SC XRO 36 S
51.34.0291 Cabeza de prueba SC XRO 36 M
51.34.0292 Cabeza de prueba SC XRO 36 L
51.34.0293 Cabeza de prueba SC XRO 36 XL
51.34.0294 Cabeza de prueba SC XRO 36 XXL
51.34.0295 Impactor para vástago MIS con esfera
51.34.0348 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 28
51.34.0352 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 32
51.34.0356 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 36
5100.00.US Raspa modular Unistem tam. 6
5101.00.US Raspa modular Unistem tam. 7
5102.00.US Raspa modular Unistem tam. 8
5103.00.US Raspa modular Unistem tam. 9
5104.00.US Raspa modular Unistem tam. 10
5105.00.US Raspa modular Unistem tam. 11.5

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5106.00.US	Raspa modular Unistem tam. 13
5107.00.US	Raspa UNISTEM modular Tamaño 14.5
5108.00.US	Raspa UNISTEM modular Tamaño 16
5110.00.2	Raspa monobloque Standard tam. 4
5111.00.2	Raspa monobloque Standard tam. 4/L02
5113.00.2	Raspa monobloque Standard tam. 5
5114.00.2	Raspa monobloque Standard tam. 6
5115.00.2	Raspa monobloque Standard tam. L03
5116.00.2	Escariador medular
5131.00.3	Raspa modular R+V 10
5132.00.3	Raspa modular R+V 11
5133.00.3	Raspa modular R+V 12
5134.00.3	Raspa modular R+V 12.5
5135.00	Escoplo rectangular tam. 28x7
5135.00.3	Raspa modular R+V 13
5170.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 0
5171.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 1
5172.00	Raspa modular GSS CO/CLtam. 2
5173.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 3
5174.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 4
5175.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 5
5176.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 6
5177.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 7
5178.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 4.5
5179.00	Raspa modular GSS CO/CL tam. 6.5
52.02.0005	Estrella de medición 8/9.5
52.02.0007	Estrella de medición 9.5/10
52.02.0010	Estrella de medición 11.5/11
52.02.0012	Estrella de medición 13/11.5
52.02.0015	Estrella de medición 15/12

52.02.0128 Cabeza de prueba estándar Fullfix 28 L
52.02.0228 Cabeza de prueba estándar Fullfix 28 M
52.02.0328 Cabeza de prueba estándar Fullfix 28 S
52.02.0428 Cabeza de prueba lat. Fullfix 28 L
52.02.0528 Cabeza de prueba lat. Fullfix 28 M
52.02.0628 Cabeza de prueba lat. Fullfix 28 S
52.02.2002 Raspa modular Fullfix 3
52.02.2003 Raspa/prótesis de prueba mod. Fullfix 4
52.02.2004 Raspa modular Fullfix 5
52.02.2005 Raspa/prótesis de prueba mod.Fullfix 6.2
52.02.2006 Raspa modular Fullfix 7.5
52.02.2007 Raspa/prótesis de prueba mod.Fullfix 8.7
52.02.2009 Raspa modular Fullfix 10
52.02.2010 Raspa/prót. de prueba mod. Fullfix 11.2
52.02.2011 Raspa modular Fullfix 12.5
52.02.4000 Impactor de medición
52.02.4001 Barra roscada p/impactor de medición
52.03.0452 Bandeja intermedia Fullfix
52.03.0468 Bandeja Fullfix
5209.00 Extractor p/cabezas de prueba
5210.00 Extractor p/cabezas
5217.00.2 Impactor p/vástago
5218.00 Barra transversal cónica p/raspas
5220.00.1 Extractor Unistem
5220.00.2 Extractor p/vástago Endodriver
5220.00.51 Extractor p/vástago martillo deslizante
5220.00.52 Extractor p/vástago (Konterhülse)
5220.00.53 Extractor p/vástago (vara roscada M6)
5220.00.54 Extractor p/vástago (husillo M5)
5222.00.1 Pinza de reducción bipolar
5223.00 Impactor

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5225.00	Pieza para impactor 12/14
5226.00	Post-impactor GSS
5228.00	Instrumento de reducción
5229.00	Pieza p/impactor p/cabeza fem.
5234.00	Mango p/impactor de insertos seleXys
5235.00	Pieza 32 p/impactor
5236.00	Pieza 28 p/impactor
5237.00	Impactor p/tapa polar Rotacup
5240.00	Empujador de cotilo para cotilo, Ø int. 28mm
5241.00.3	Mango
5242.00	Empujador de cotilo para cotilo ID 32mm
5244.00.4	Adaptador p/fresas (Harris)
5245.00.3.5	Mango p/raspa
5246.00	Martillo martillo sin contragolpe
5247.00	Martillo diapason p/raspa monobloque
5248.00	Asiento para cotilos de prueba
5250.00	Posicionador de insertos
5251.00-Or	Llave de trinquete Rotacup
5253.00	Pieza 36 p/impactor
5255.00.1	Placa de apoyo Rotacup
5260.00	Bandeja intermed. p/container MARTIN
5262.00	Cubeta p/container de esterilización
5262.00.1	Cubeta para container esterilizador
5262.00.2	Container MARTIN acero
5264.00.5	Tapa p/container MARTIN acero
5273.00	Trocar
5274.00	Pieza p/impactor R+V
54.02.0140	Cabeza de prueba bipolar 40/28
54.02.0142	Cabeza de prueba bipolar 42/28
54.02.0143	Cabeza de prueba bipolar 4328

54.02.0144 Cabeza de prueba bipolar 44/28
54.02.0145 Cabeza de prueba bipolar 45/28
54.02.0146 Cabeza de prueba bipolar 46/28
54.02.0147 Cabeza de prueba bipolar 47/28
54.02.0148 Cabeza de prueba bipolar 48/28
54.02.0149 Cabeza de prueba bipolar 49/28
54.02.0150 Cabeza de prueba bipolar 50/28
54.02.0151 Cabeza de prueba bipolar 51/28
54.02.0152 Cabeza de prueba bipolar 52/28
54.02.0153 Cabeza de prueba bipolar 53/28
54.02.0154 Cabeza de prueba bipolar 54/28
54.02.0155 Cabeza de prueba bipolar 55/28
54.02.0156 Cabeza de prueba bipolar 56/28
54.02.0157 Cabeza de prueba bipolar 57/28
54.02.0158 Cabeza de prueba bipolar 58/28
54.02.1031 Cabeza de prueba 22 S
54.02.1032 Cabeza de prueba 22 M
54.02.1033 Cabeza de prueba 22 L
54.02.1200 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 S
54.02.1201 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 M
54.02.1202 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 L
54.02.1203 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 XL
54.02.1204 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 28 XXL
54.02.1205 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 S
54.02.1206 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 M
54.02.1207 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 L
54.02.1208 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 XL
54.02.1209 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 32 XXL
54.02.1210 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 S
54.02.1211 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 M
54.02.1212 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 L

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

54.02.1213 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 XL

54.02.1214 Cabeza de prueba lat. CCA/Cemira 36 XXL

54.02.1215 Cabeza de prueba 36 S

54.02.1216 Cabeza de prueba 36 M

54.02.1217 Cabeza de prueba 36 L

54.02.1218 Cabeza de prueba 36 XL

54.02.1219 Cabeza de prueba 36 XXL

54.02.4002 Extractor p/cabeza modular

54.02.4003 Pinza de reducción bipolar

54.02.4101 Bulón de combinación bipolar 28

54.03.4001 Bandeja (vacía) para cúpulas móviles bipolares

54.03.4002 Bandeja bipolar

54.03.4004 Tapa cabeza bipolar

5439.00.4 Fresa acetabular 39 ancha

5439.00.5 Fresa acetabular 39 est.

5439.00.6 Fresa acetabular Ø 39mm, MIS

5440.00.4 Fresa acetabular 40 ancha

5440.00.5 Fresa acetabular 40 est.

5440.00.6 Fresa acetabular Ø 40mm, MIS

5441.00.4 Fresa acetabular 41 ancha

5441.00.5 Fresa acetabular 41 est.

5441.00.6 Fresa acetabular Ø 41mm, MIS

5442.00.4 Fresa acetabular 42 ancha

5442.00.5 Fresa acetabular 42 est.

5442.00.6 Fresa acetabular Ø 42mm, MIS

5443.00.4 Fresa acetabular 43 ancha

5443.00.5 Fresa acetabular 43 est.

5443.00.6 Fresa acetabular Ø 43mm, MIS

5444.00.4 Fresa acetabular 44 ancha

5444.00.5 Fresa acetabular 44 est.

5444.00.6 Fresa acetabular Ø 44mm, MIS
5445.00.4 Fresa acetabular 45 ancha
5445.00.5 Fresa acetabular 45 est.
5445.00.6 Fresa acetabular Ø 45mm, MIS
5446.00.4 Fresa acetabular 46 ancha
5446.00.5 Fresa acetabular 46 est.
5446.00.6 Fresa acetabular Ø 46mm, MIS
5447.00.4 Fresa acetabular 47 ancha
5447.00.5 Fresa acetabular 47 est.
5447.00.6 Fresa acetabular Ø 47mm, MIS
5448.00.4 Fresa acetabular 48 ancha
5448.00.5 Fresa acetabular 48 est.
5448.00.6 Fresa acetabular Ø 48mm, MIS
5449.00.4 Fresa acetabular 49 ancha
5449.00.5 Fresa acetabular 49 est.
5449.00.6 Fresa acetabular Ø 49mm, MIS
5450.00.4 Fresa acetabular 50 ancha
5450.00.5 Fresa acetabular 50 est.
5450.00.6 Fresa acetabular Ø 50mm, MIS
5451.00.4 Fresa acetabular 51 ancha
5451.00.5 Fresa acetabular 51 est.
5451.00.6 Fresa acetabular Ø 51mm, MIS
5452.00.4 Fresa acetabular 52 ancha
5452.00.5 Fresa acetabular 52 est.
5452.00.6 Fresa acetabular Ø 52mm, MIS
5453.00.4 Fresa acetabular 53 ancha
5453.00.5 Fresa acetabular 53 est.
5453.00.6 Fresa acetabular Ø 53mm, MIS
5454.00.4 Fresa acetabular 54 ancha
5454.00.5 Fresa acetabular 54 est.
5454.00.6 Fresa acetabular Ø 54mm, MIS

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

5455.00.4	Fresa acetabular 55 ancha
5455.00.5	Fresa acetabular 55 est.
5455.00.6	Fresa acetabular Ø 55mm, MIS
5456.00.4	Fresa acetabular 56 ancha
5456.00.5	Fresa acetabular 56 est.
5456.00.6	Fresa acetabular Ø 56mm, MIS
5457.00.4	Fresa acetabular 57 ancha
5457.00.5	Fresa acetabular 57 est.
5457.00.6	Fresa acetabular Ø 57mm, MIS
5458.00.4	Fresa acetabular 58 ancha
5458.00.5	Fresa acetabular 58 est.
5458.00.6	Fresa acetabular Ø 58mm, MIS
5459.00.4	Fresa acetabular 59 ancha
5459.00.5	Fresa acetabular 59 est.
5459.00.6	Fresa acetabular Ø 59mm, MIS
5460.00.4	Fresa acetabular 60 ancha
5460.00.5	Fresa acetabular 60 est.
5460.00.6	Fresa acetabular Ø 60mm, MIS
5461.00.4	Fresa acetabular 61 ancha
5461.00.5	Fresa acetabular 61 est.
5461.00.6	Fresa acetabular Ø 61mm, MIS
5462.00.4	Fresa acetabular 62 ancha
5462.00.5	Fresa acetabular 62 est.
5462.00.6	Fresa acetabular Ø 62mm, MIS
5463.00.4	Fresa acetabular 63 ancha
5463.00.5	Fresa acetabular 63 est.
5463.00.6	Fresa acetabular Ø 63mm, MIS
5464.00.4	Fresa acetabular 64 ancha
5464.00.5	Fresa acetabular 64 est.
5464.00.6	Fresa acetabular Ø 64mm, MIS

5465.00.4 Fresa acetabular 65 ancha
5465.00.5 Fresa acetabular 65 est.
5465.00.6 Fresa acetabular Ø 65mm, MIS
5466.00.4 Fresa acetabular 66 ancha
5466.00.5 Fresa acetabular 66 est.
5466.00.6 Fresa acetabular Ø 66mm, MIS
5467.00.4 Fresa acetabular 67 ancha
5467.00.5 Fresa acetabular 67 est.
5467.00.6 Fresa acetabular Ø 67mm, MIS
5468.00.4 Fresa acetabular 68 ancha
5468.00.5 Fresa acetabular 68 est.
5468.00.6 Fresa acetabular Ø 68mm, MIS
5469.00.4 Fresa acetabular 69 ancha
5469.00.5 Fresa acetabular 69 est.
5469.00.6 Fresa acetabular Ø 69mm, MIS
5470.00.4 Fresa acetabular 70 ancha
5470.00.5 Fresa acetabular 70 est.
5470.00.6 Fresa acetabular Ø 70mm, MIS
5471.00.4 Fresa acetabular 71 ancha
5471.00.5 Fresa acetabular 71 est.
5471.00.6 Fresa acetabular Ø 71mm, MIS
5472.00.4 Fresa acetabular 72 ancha
5472.00.5 Fresa acetabular 72 est.
5472.00.6 Fresa acetabular Ø 72mm, MIS
55.01.0019 Bandeja instr.de perforación RM Classic
55.01.0020 Bandeja instr.de colocación RM Classic
55.01.0030 Tapa RM Classic
55.02.0000 Guía de posicionado RM Classic 3a gen.
55.02.0001 Guía de posicionado
55.02.0002 Adaptador CCB p/5248.00
55.02.0003 Anillo fijacion 55.02.0000

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.0108 Visor
55.02.0109 Barra p/guía de posicionado
55.02.0301 Mango c/cabezal agarreRM Classic 2a gen.
55.02.0302 Varilla c/placa percu.RM Classic 2a gen.
55.02.0303 Cabezal de centraje RM Classic28 2a gen.
55.02.0304 Cabezal de centraje RM Classic32 2a gen.
55.02.0310 Cabezal de colocación expanSys 28
55.02.0312 Cabezal de colocación expanSys 32
55.02.0314 Cabezal de colocación expanSys 36
55.02.0316 Cabezal de centraje expanSys 28
55.02.0317 Cabezal de centraje expanSys 28 alta
55.02.0318 Cabezal de centraje expanSys 32
55.02.0319 Cabezal de centraje expanSys 36
55.02.0336 Cabezal de centraje RM Classic28 3a gen.
55.02.0337 Cabezal de centraje RM Classic32 3a gen.
55.02.0404 Medidor flexible de profundidad
55.02.0501 Instrumento básico
55.02.0502 Barra de percusión p/posicion.de cotilos
55.02.0506 Cabezal alto de centraje cotilo Giussani
55.02.0508 Cabezal de centraje RM Pressfit 32
55.02.0509 Cabezal de centraje RM Pressfit 36
55.02.0520 Mango c/cabezal de agarre 28
55.02.0521 Mango c/cabezal de agarre 32
55.02.0522 Mango c/cabezal de agarre 36
55.02.0532 Varilla c/placa de percusión
55.02.0535 Cabezal de centraje RM Pressfit 28
55.02.0548 Cotilo de prueba CCN 48
55.02.0599 Bulón de centraje RM Classic 3a gen.
55.02.0600 Orientador curvo RM Classic 3a gen.
55.02.0601 Cotilo de prueba RM Classic 40 3a gen.

55.02.0602 Cotilo de prueba RM Classic 42 3a gen.
55.02.0603 Cotilo de prueba RM Classic 44 3a gen.
55.02.0604 Cotilo de prueba RM Classic 46 3a gen.
55.02.0605 Cotilo de prueba RM Classic 48 3a gen.
55.02.0606 Cotilo de prueba RM Classic 50 3a gen.
55.02.0607 Cotilo de prueba RM Classic 52 3a gen.
55.02.0608 Cotilo de prueba RM Classic 54 3a gen.
55.02.0609 Cotilo de prueba RM Classic 56 3a gen.
55.02.0610 Cotilo de prueba RM Classic 58 3a gen.
55.02.0611 Cotilo de prueba RM Classic 60 3a gen.
55.02.0612 Cotilo de prueba RM Classic 62 3a gen.
55.02.0613 Cotilo de prueba RM Classic 64 3a gen.
55.02.0614 Cotilo de prueba RM Classic 66 3a gen.
55.02.0615 Cotilo de prueba RM Classic 68 3a gen.
55.02.0700 Mango p/cótilos RM Classic 3a gen.
55.02.0701 Impactor recto RM Classic 3a gen.
55.02.0702 Impactor curvo RM Classic 3a gen.
55.02.0703 Orientador recto RM Classic 3a gen.
55.02.1901 Avellanador flex. RM Classic 3 gen
55.02.1903 Árbol de perf. flex. RM Classic 3a gen.
55.02.2000 Pinza gubia de Luer
55.02.2100 Mandril p/motor Hudson
55.02.4001 Impactor p/cotilos CCN
55.02.4022 Pieza p/impactor CCN
55.02.4101 Pieza p/impactor RM Classic 28 2-3 gen
55.02.4102 Pieza p/impactor RM Classic 32 2-3 gen
55.02.4200 Vaína de retención expanSys
55.02.4201 Posicionador básico expanSys
55.02.4202 Vaína distanciadora expanSys
55.02.4204 Rueda roscada expanSys
55.02.4205 Mango de acoplamiento expanSys

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.4206 Vaína de protección p/rosca
55.02.4208 Posicionador p/insertos
55.02.4211 Brida de extracción 46-52
55.02.4212 Manguito de extracción 52-58
55.02.4213 Manguito de extracción 58-64
55.02.4246 Posicionador de copa expanSys 46
55.02.4247 Extenso de copas 46
55.02.4248 Posicionador de copa expanSys 48
55.02.4249 Extenso de copas 48
55.02.4250 Posicionador de copa expanSys 50
55.02.4251 Extenso de copas 50
55.02.4252 Posicionador de copa expanSys 52
55.02.4253 Extenso de copas 52
55.02.4254 Posicionador de copa expanSys 54
55.02.4255 Extenso de copas 54
55.02.4256 Posicionador de copa expanSys 56
55.02.4257 Extenso de copas 56
55.02.4258 Posicionador de copa expanSys 58
55.02.4259 Extenso de copas 58
55.02.4260 Posicionador de copa expanSys 60
55.02.4261 Extenso de copas 60
55.02.4262 Posicionador de copa expanSys 62
55.02.4263 Extenso de copas 62
55.02.4264 Posicionador de copa expanSys 64
55.02.4265 Extenso de copas 64
55.02.4266 Posicionador de copa expanSys 66
55.02.4268 Posicionador de copa expanSys 68
55.02.4270 Posicionador de copa expanSys 70
55.02.4286 Anillo extensor de copas 46
55.02.4287 Anillo extensor de copas 48

55.02.4288 Anillo extensor de copas 50
55.02.4289 Anillo extensor de copas 52
55.02.4290 Anillo extensor de copas 54
55.02.4291 Anillo extensor de copas 56
55.02.4292 Anillo extensor de copas 58
55.02.4293 Anillo extensor de copas 60
55.02.4294 Anillo extensor de copas 62
55.02.4295 Anillo extensor de copas 64
55.02.4346 Anillo extensor de copas expanSys 46
55.02.4348 Anillo extensor de copas expanSys 48
55.02.4350 Anillo extensor de copas expanSys 50
55.02.4352 Anillo extensor de copas expanSys 52
55.02.4354 Anillo extensor de copas expanSys 54
55.02.4356 Anillo extensor de copas expanSys 56
55.02.4358 Anillo extensor de copas expanSys 58
55.02.4360 Anillo extensor de copas expanSys 60
55.02.4362 Anillo extensor de copas expanSys 62
55.02.4364 Anillo extensor de copas expanSys 64
55.02.4366 Anillo extensor de copas expanSys 66
55.02.4368 Anillo extensor de copas expanSys 68
55.02.4370 Anillo extensor de copas expanSys 70
55.02.5205 Mango de acoplamiento RM Pressfit
55.02.5531 Orientador 45°
55.02.5536 Cabezal de impact. c/orla RM Pressfit 28
55.02.5537 Cabezal de impact. c/orla RM Pressfit 32
55.02.5538 Cabezal de impact. c/orla RM Pressfit 36
55.02.6000 Guía de control seleXys AA
55.02.6001 Guía de control seleXys BB
55.02.6002 Guía de control seleXys CC
55.02.6003 Guía de control seleXys DD
55.02.6004 Guía de control seleXys EE

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.02.6005 Guía de control seleXys FF
55.02.6006 Guía de control seleXys GG
55.02.6007 Guía de control seleXys HH
55.02.6008 Guía de control seleXys II
55.02.6009 Guía de control seleXys JJ
55.02.6011 Guía de control seleXys KK
55.02.6014 Guía de control seleXys LL
55.02.6020 Mango seleXys p/guía de control
55.02.6030 Pieza seleXys 42 p/posicionador
55.02.6031 Pieza seleXys 44 p/posicionador
55.02.6032 Pieza seleXys 46 p/posicionador
55.02.6033 Pieza seleXys 48 p/posicionador
55.02.6034 Pieza seleXys 50 p/posicionador
55.02.6035 Pieza seleXys 52 p/posicionador
55.02.6036 Pieza seleXys 54 p/posicionador
55.02.6037 Pieza seleXys 56 p/posicionador
55.02.6038 Pieza seleXys 58 p/posicionador
55.02.6039 Pieza seleXys 60 p/posicionador
55.02.6040 Pieza seleXys 62 p/posicionador
55.02.6041 Pieza seleXys 64 p/posicionador
55.02.6042 Pieza seleXys 66 p/posicionador
55.02.6043 Pieza seleXys 68 p/posicionador
55.02.6044 Pieza seleXys 70 p/posicionador
55.02.6050 Posicionador seleXys
55.02.7001 Opción universal impactor ulterior
55.02.7002 Pieza intermedia para 55.02.7001
55.02.7003 Pieza intermedia curva para 55.02.7001
55.03.0400 Bandeja CCN
55.03.4300 Bandeja expanSys 2a gen.
55.03.4301 Tapa expanSys 2a gen.

55.03.4302 Bandeja intermedia expanSys 2a gen.
55.03.5100 Bandeja fresas acetabulares pares
55.03.5101 Tapa
55.03.5110 Bandeja p/fresas acetabulares impares
55.03.5200 Bandeja base p/cotilos de prueba 42-72mm
55.03.5201 Tapa para basic cotilos de prueba
55.03.5301 Tapa RM Pressfit
55.03.5304 Bandeja RM Pressfit
55.03.5305 Bandeja intermedia RM Pressfit
55.03.6100 Bandeja seleXys
55.03.6101 Tapa seleXys
55.03.6102 Bandeja intermedia seleXys
55.03.6105 Bandeja p. guías de comprobación seleXys
55.03.6106 Tapa p. guías de comprobación seleXys
55.03.6110 Bandeja Posicionador seleXys
55.03.6111 Tapa Posicionador seleXys
55.49.2801 Inserto de prueba seleXys 28/AA
55.49.2802 Inserto de prueba seleXys 28/BB
55.49.2803 Inserto de prueba seleXys 28/CC
55.49.2804 Inserto de prueba seleXys 28/DD
55.49.2805 Inserto de prueba seleXys 28/EE
55.49.2806 Inserto de prueba seleXys 28/FF
55.49.2807 Inserto de prueba seleXys 28/GG
55.49.2808 Inserto de prueba seleXys 28/HH
55.49.2809 Inserto de prueba seleXys 28/II
55.49.2810 Inserto de prueba seleXys 28/JJ
55.49.2811 Inserto de prueba seleXys 28/KK
55.49.2812 Inserto de prueba seleXys 28/LL
55.49.3204 Inserto de prueba seleXys 32/DD
55.49.3205 Inserto de prueba seleXys 32/EE
55.49.3206 Inserto de prueba seleXys 32/FF

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

55.49.3207 Inserto de prueba seleXys 32/GG
55.49.3208 Inserto de prueba seleXys 32/HH
55.49.3209 Inserto de prueba seleXys 32/II
55.49.3210 Inserto de prueba seleXys 32/JJ
55.49.3211 Inserto de prueba seleXys 32/KK
55.49.3212 Inserto de prueba seleXys 32/LL
55.49.3606 Inserto de prueba seleXys 36/FF
55.49.3607 Inserto de prueba seleXys 36/GG
55.49.3608 Inserto de prueba seleXys 36/HH
55.49.3609 Inserto de prueba seleXys 36/II
55.49.3610 Inserto de prueba seleXys 36/JJ
55.49.3611 Inserto de prueba seleXys 36/KK
55.49.3612 Inserto de prueba seleXys 36/LL
55.50.0001 Disco test de alergia CoCrMo ISO-5832-12
55.50.0002 Disco p/test de alergia Ti6AI7Nb 5832-11
55.50.0003 Disco test de alergia FeCrNi ISO 5832-9
5501.00.2 Broca seleXys 3.2
5502.00.2 Árbols flex. seleXy
5503.00.2 Guía de perforacion para sistema de broc
5503.00.3 Guía perforación c/portatornillo seleXys
5504.00.2 Llave cardán para sistema de fresas
5504.00.4 Destornillador cárdan
5505.00.2 Broca corta Ø 3,2mm, (longitud 35mm) para cotilo Pressfit
5510.00 Guía p/medidor de profundidad PROTEK
56.01.0007 Instrumental CCL
56.02.0001 Prótesis de prueba
56.02.0020 Llave fija, 11mm, L 140mm
56.02.0030 Regla, longitud 300
56.02.0038 Cabeza de prueba para hemiprótesis 38 S
56.02.0040 Cabeza de prueba para hemiprótesis 40 S

56.02.0042 Cabeza de prueba para hemiprótesis 42 S
56.02.0044 Cabeza de prueba para hemiprótesis 44 S
56.02.0046 Cabeza de prueba para hemiprótesis 46 S
56.02.0048 Cabeza de prueba para hemiprótesis 48 S
56.02.0050 Cabeza de prueba para hemiprótesis 50 S
56.02.0052 Cabeza de prueba para hemiprótesis 52 S
56.02.0054 Cabeza de prueba para hemiprótesis 54 S
56.02.0056 Cabeza de prueba para hemiprótesis 56 S
56.02.0058 Cabeza de prueba para hemiprótesis 58 S
56.02.0100 Cabeza de prueba CBC 36 S lat.
56.02.0101 Cabeza de prueba CBC 36 M lat.
56.02.0102 Cabeza de prueba CBC 36 L lat.
56.02.0281 Cabezal de raspa de prueba 28 S
56.02.0282 Cabezal de raspa de prueba 28 M
56.02.0283 Cabezal de raspa de prueba 28 L
56.02.0321 Cabezal de raspa de prueba 32 S
56.02.0322 Cabezal de raspa de prueba 32 M
56.02.0323 Cabezal de raspa de prueba 32 L
56.02.1062 Impactor modular twinSys EZ
56.02.1063 Soporte para raspa recto twinSys
56.02.1999 Posicionador universal sin horquilla
56.02.2000 Posicionador MIS con pinta
56.02.2001 Escoplo rectangular CBH
56.02.2002 Extractor de vástago
56.02.2015 Escariador
56.02.2016 Escariador estrecho
56.02.2017 Impactor para macho de rosca
56.02.2100 Raspa modular CBH tam. 0
56.02.2101 Raspa modular CBH tam. 01
56.02.2201 Raspa modular CBH tam. 1
56.02.2202 Raspa modular CBH tam. 2

56.02.2203 Raspa modular CBH tam. 3
56.02.2204 Raspa modular CBH tam. 4
56.02.2205 Raspa modular CBH tam. 5
56.02.2206 Raspa modular CBH tam. 6
56.02.2207 Raspa modular CBH tam. 7
56.02.2208 Raspa modular CBH tam. 8
56.02.2209 Raspa modular CBH tam. 9
56.02.2210 Raspa modular CBH tam. 10
56.02.2211 Raspa modular CBH tam. 11
56.02.2212 Raspa modular CBH tam. 12
56.02.2213 Cono de prueba estándar CBH
56.02.2214 Cono de prueba lat. CBH
56.02.2314 Escariador 14
56.02.2315 Escariador 15
56.02.2316 Escariador 16
56.02.2317 Escariador 17
56.02.2318 Escariador 18
56.02.2319 Escariador 19
56.02.2320 Escariador 20
56.02.2321 Escariador 21
56.02.2322 Escariador 22
56.02.2323 Escariador 23
56.02.2324 Escariador 24
56.02.2325 Escariador 25
56.02.2410 Osteótomo 4x10
56.02.2415 Osteótomo 5x15
56.02.2420 Osteótomo 5x20
56.02.2501 Raspa modular Cemira tam. 1
56.02.2502 Raspa modular Cemira tam. 2
56.02.2503 Raspa modular Cemira tam. 3

56.02.2504 Raspa modular Cemira tam. 4
56.02.2505 Raspa modular Cemira tam. 5
56.02.2506 Raspa modular Cemira tam. 6
56.02.2507 Raspa modular Cemira tam. 7
56.02.2508 Raspa modular Cemira tam. 8
56.02.2509 Raspa modular Cemira tam. 9
56.02.2510 Raspa modular Cemira tam. 10
56.02.2511 Raspa modular Cemira tam. 11
56.02.2514 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 4
56.02.2515 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 5
56.02.2516 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 6
56.02.2517 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 7
56.02.2518 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 8
56.02.2519 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 9
56.02.2520 Prótesis de prueba lat. Cemira tam. 10
56.02.3100 Escariador 13 stellaris
56.02.3101 Escariador 14 stellaris
56.02.3102 Escariador 15 stellaris
56.02.3103 Escariador 16 stellaris
56.02.3104 Escariador 17 stellaris
56.02.3105 Escariador 18 stellaris
56.02.3106 Escariador 19 stellaris
56.02.3107 Escariador 20 stellaris
56.02.3108 Escariador 21 stellaris
56.02.3109 Escariador 22 stellaris
56.02.3110 Escariador 23 stellaris
56.02.3112 Escariador 26 stellaris Long
56.02.3113 Escariador 27.5 stellaris Long
56.02.3114 Escariador 29 stellaris Long
56.02.3210 Prótesis de prueba estándar stellaris 13
56.02.3211 Prótesis de prueba estándar stellaris 14

56.02.3212 Prótesis de prueba estándar stellaris 15
56.02.3213 Prótesis de prueba estándar stellaris 16
56.02.3214 Prótesis de prueba estándar stellaris 17
56.02.3215 Prótesis de prueba estándar stellaris 18
56.02.3216 Prótesis de prueba estándar stellaris 19
56.02.3217 Prótesis de prueba estándar stellaris 20
56.02.3218 Prótesis de prueba estándar stellaris 21
56.02.3219 Prótesis de prueba estándar stellaris 22
56.02.3220 Prótesis de prueba estándar stellaris 23
56.02.3221 Prót. de prueba est.stellaris Long 24.5
56.02.3222 Prót. de prueba est.stellaris Long 26
56.02.3223 Prót. de prueba est.stellaris Long 27.5
56.02.3224 Prót. de prueba est.stellaris Long 29
56.02.3225 Prótesis de prueba estándar stellaris 24
56.02.3240 Prótesis de prueba lat. stellaris 13
56.02.3241 Prótesis de prueba lat. stellaris 14
56.02.3242 Prótesis de prueba lat. stellaris 15
56.02.3243 Prótesis de prueba lat. stellaris 16
56.02.3244 Prótesis de prueba lat. stellaris 17
56.02.3245 Prótesis de prueba lat. stellaris 18
56.02.3246 Prótesis de prueba lat. stellaris 19
56.02.3247 Prótesis de prueba lat. stellaris 20
56.02.3248 Prótesis de prueba lat. stellaris 21
56.02.3249 Prótesis de prueba lat. stellaris 22
56.02.3250 Prótesis de prueba lat. stellaris 23
56.02.3251 Prót. de prueba lat.stellaris Long 24.5
56.02.3252 Prót. de prueba lat.stellaris Long 26
56.02.3253 Prót. de prueba lat.stellaris Long 27.5
56.02.3254 Prót. de prueba lat.stellaris Long 29
56.02.3255 Prótesis de prueba lat. stellaris 24

56.02.3816 Impactor stellaris
56.02.4000 Pieza intermedia p/Airpulse
56.02.4001 Martillo deslizante CBH
56.02.4002 Adaptador c/palanca basculante CBH
56.02.4003 Adaptador c/palanca basculante Airpulse
56.02.4005 Mazo de percusión
56.02.4006 Impactor/extractor
56.02.4010 Extractor
56.02.4011 Vara roscada p/posicionador CBH
56.02.4012 Vaina guía p/posicionador CBH
56.02.4013 Mango p/posicionador CBH
56.02.4014 Pieza esférica p/impactor-extractor
56.02.4015 Impactor c/palanca basculante CBH
56.02.6001 Impactor Centris
56.02.6004 Cabeza de prueba p/raspa Centris 22 S
56.02.6005 Cabeza de prueba p/raspa Centris 22 M
56.02.6006 Cabeza de prueba p/raspa Centris 22 L
56.02.6009 Cabeza de prueba 22 S
56.02.6010 Cabeza de prueba 22 M
56.02.6011 Cabeza de prueba 22 L
56.02.6014 Centris Cabeza de prueba p/raspa 28 S
56.02.6015 Centris Cabeza de prueba p/raspa 28 M
56.02.6016 Centris Cabeza de prueba p/raspa 28 L
56.02.6019 Cabeza de prueba 28 S s/anillo met.
56.02.6020 Cabeza de prueba 28 M s/anillo met.
56.02.6021 Cabeza de prueba 28 L s/anillo met.
56.02.6030 Impactor de cabeza
56.02.6031 Pieza 22 p/impactor de cabeza
56.02.6035 Impactor
56.02.6110 Fresa de esponjosa Centris 8
56.02.6111 Fresa de esponjosa Centris 10

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.6112 Fresa de esponjosa Centris 12
56.02.6113 Fresa de esponjosa Centris 14
56.02.6114 Fresa de esponjosa Centris 16
56.02.6115 Fresa de esponjosa Centris 18
56.02.6116 Asidero teflón Centris fresa esponjosa
56.02.6125 Raspa modular Centris 1D1
56.02.6126 Raspa modular Centris 2D2
56.02.6127 Raspa modular Centris 3D1
56.02.6128 Raspa modular Centris 4D1
56.02.6129 Raspa modular Centris 5D1
56.02.6130 Raspa modular Centris 1S2
56.02.6131 Raspa modular Centris 2S1
56.02.6132 Raspa modular Centris 2S2
56.02.6133 Raspa modular Centris 2S3
56.02.6134 Raspa modular Centris 3S1
56.02.6135 Raspa modular Centris 3S2
56.02.6136 Raspa modular Centris 3S3
56.02.6137 Raspa modular Centris 4S1
56.02.6138 Raspa modular Centris 4S2
56.02.6139 Raspa modular Centris 4S3
56.02.6140 Raspa modular Centris 5R1
56.02.6141 Raspa modular Centris 5R2
56.02.6155 Prótesis de prueba Centris 1D1
56.02.6156 Prótesis de prueba Centris 2D1
56.02.6157 Prótesis de prueba Centris 3D1
56.02.6158 Prótesis de prueba Centris 4D1
56.02.6159 Prótesis de prueba Centris 5D1
56.02.6160 Prótesis de prueba Centris 1S2
56.02.6161 Prótesis de prueba Centris 2S1
56.02.6162 Prótesis de prueba Centris 2S2

56.02.6163 Prótesis de prueba Centris 2S3
56.02.6164 Prótesis de prueba Centris 3S1
56.02.6165 Prótesis de prueba Centris 3S2
56.02.6166 Prótesis de prueba Centris 3S3
56.02.6167 Prótesis de prueba Centris 4S1
56.02.6168 Prótesis de prueba Centris 4S2
56.02.6169 Prótesis de prueba Centris 4S3
56.02.6170 Prótesis de prueba Centris 5R1
56.02.6171 Prótesis de prueba Centris 5R2
56.02.6172 Prótesis de prueba Centris 3S1/180
56.02.6173 Prótesis de prueba Centris 3S1/230
56.02.6174 Prótesis de prueba Centris 3S2/180
56.02.6175 Prótesis de prueba Centris 3S2/230
56.02.6176 Prótesis de prueba Centris 4S1/180
56.02.6177 Prótesis de prueba Centris 4S1/230
56.02.6178 Prótesis de prueba Centris 4S2/180
56.02.6179 Prótesis de prueba Centris 4S2/230
56.02.6180 Prótesis de prueba Centris 5R1/175
56.02.6181 Prótesis de prueba Centris 5R1/225
56.02.6183 Guía p/escariador medular flex.
56.02.6184 Escariador medular flex. 8
56.02.6185 Escariador medular flex. 9
56.02.6186 Escariador medular flex. 10
56.02.6187 Escariador medular flex. 11
56.02.6188 Escariador medular flex. 12
56.02.6189 Escariador medular flex. 13
56.02.6190 Escariador medular flex. 14
56.02.6191 Escariador medular flex. 15
56.02.6192 Escariador medular flex. 16
56.02.6193 Escariador medular flex. 17
56.02.6194 Escariador medular flex. 18

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

56.02.6200 Fresa Centris para el espolón femoral
56.02.6201 Impactor twinSys
56.02.6202 Mango para raspa twinSys
56.02.6203 Adaptador anteversión p/pos.de vástagos
56.02.6204 Posicionador p/vástagos c/portatornillo
56.02.6206 Cono de prueba est. twinSys
56.02.6207 Cono de prueba lat. twinSys
56.02.6208 Impactor p/cono de prueba twinSys
56.02.6209 Raspa modular twinSys tam. 9
56.02.6210 Raspa modular twinSys tam. 10
56.02.6211 Raspa modular twinSys tam. 11
56.02.6212 Raspa modular twinSys tam. 12
56.02.6213 Raspa modular twinSys tam. 13
56.02.6214 Raspa modular twinSys tam. 14
56.02.6215 Raspa modular twinSys tam. 15
56.02.6216 Raspa modular twinSys tam. 16
56.02.6230 Cono de prueba twinSys XS
56.02.6250 Raspa p/vástagos largos twinSys 12/158
56.02.6251 Raspa p/vástagos largos twinSys 13/168
56.02.6252 Raspa p/vástagos largos twinSys 14/178
56.02.6253 Raspa p/vástagos largos twinSys 15/188
56.02.6260 Cono de prueba p/vástagos largos twinSys
56.03.0001 Bandeja p/instrumental CBH
56.03.4001 CBK Bandeja
56.03.4002 Bandeja intermedia CBK
56.03.4003 Bandeja de esterilizacion para vástago C
56.03.4007 Bandeja CCA/Cemira
56.03.4008 Bandeja intermedia CCA/Cemira
56.03.4010 Bandeja intermedia CBC 1/2
56.03.4011 Bandeja intermedia CBC 2/2

56.03.4012 Tapa CBC

56.03.4015 Tapa CCA

56.03.4016 Cemira Tapa

56.03.5000 Bandeja CBH

56.03.5001 Bandeja intermedia CBH

56.03.5002 Tapa CBH

56.03.6101 Bandeja Centris 1

56.03.6102 Bandeja Centris 2

56.03.6103 Bandeja Centris 3

56.03.6104 Bandeja Centris 4

56.03.6105 Bandeja Centris 5

56.03.6106 Bandeja Centris 6

56.03.6107 Bandeja Centris 7

56.03.6108 Bandeja Centris 8

56.03.6109 Bandeja p/escariador medu. flex. Centris

56.03.6205 twinSys Bandeja 2a gen.

56.03.6206 Bandeja intermedia twinSys 2a gen.

56.03.6207 Tapa twinSys 2a gen.

56.03.6210 Bandeja p/vástagos largos twinSys

56.03.6211 Tapa p/vástagos largos twinSys

5720.00.2 Instrumento de inserción Rotacup

5721.00 Llave de montaje ROTACUP

58.02.0000 Fresa MIS Chana

58.02.0020 Pinza prensora para cabezas cerámicas

58.02.0030 Impactor para cotilos seleXys MIS

58.02.0034 Orientador para impactor de cotilos MIS

58.02.0313 Cabeza de colocación MIS, 32mm

58.02.0315 Cabeza de colocación MIS, 36mm

58.02.0316 Cabezal de colocación acodada

58.02.0317 Cabezal de centraje MIS

58.02.0328 Cabeza de colocación RM Pressfit 28mm

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

58.02.0330 Impactor MIS RM Pressfit
58.02.0332 Cabeza de colocación RM Pressfit 32mm
58.02.0336 Cabeza de colocación RM Pressfit 36mm
58.02.0342 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 32
58.02.0346 Cabeza de colocación MIS RM Pressfit 36
58.02.1062 Soporte para raspa MIS twinSys
58.02.1063 Mango para raspa twinSys single offset
58.02.1073 Mango para raspa MIS L twinSys
58.02.1074 Mango para raspa MIS R twinSys
58.02.2000 Impactor de vástagos
58.02.4002 Adaptador p/pico twinSys IMT
58.02.4005 Destornillador hex. 2.5 c/vaína sujeción
58.02.4008 Mango con anclaje rápido
58.02.4017 Posicionador univ. sin horquilla
58.02.4018 Posicionador univ. con horquilla
58.02.4019 Llave de trinquete,11mm, L 140mm
58.02.4030 Cincel rectangular MIS
58.02.4124 Impactor modular MIS, izquierdo CBH
58.02.4125 Impactor modular MIS, derecho CBH
58.02.4128 Mango para raspa MIS L CBH
58.02.4129 Mango para raspa MIS R CBH
58.02.4130 Mango para raspa MIS L CBC
58.02.4131 Mango para raspa MIS R CBC
58.02.4207 Mango para mandril MIS
58.02.5703 Pinzas largas de Faraboeuf
58.02.5707 Retractor largo puntiagudo
58.02.5708 Retractor largo despuntado
58.02.5712 Separador Aufranc Cobra
58.02.5713 Pinza de Leriche curvada, dentada
58.02.5714 Pinza de Leriche curvada, no dentada

58.02.5715 Pinza de Bengolea
58.02.5716 Pinzas de disseccion
58.02.5717 Mango para escalpelo 3L
58.02.5718 Arrancador izquierdo
58.02.5719 Arrancador derecho
58.02.5777 Separador extra largo, puntiagudo
58.02.5778 Separador extra largo, despuntado
58.02.5779 Retractor
58.02.6201 Mango para raspa MIS twinSys
58.02.6202 Mango para raspa MIS twinSys
58.02.6207 Raspa twinSys MIS, tamaño 7
58.02.6208 Raspa twinSys MIS, tamaño 8
58.02.6209 Raspa twinSys MIS, tamaño 9
58.02.6210 Raspa twinSys MIS, tamaño 10
58.02.6211 Raspa twinSys MIS, tamaño 11
58.02.6212 Raspa twinSys MIS, tamaño 12
58.02.6213 Raspa twinSys MIS, tamaño 13
58.02.6214 Raspa twinSys MIS, tamaño 14
58.02.6215 Raspa twinSys MIS, tamaño 15
58.02.6216 Raspa twinSys MIS, tamaño 16
58.02.6217 Raspa twinSys MIS, tamaño 17
58.02.6218 Raspa twinSys MIS, tamaño 18
58.02.6227 Raspa twinSys, tamaño 7
58.02.6228 Raspa twinSys, tamaño 8
58.02.6237 Raspa twinSys, tamaño 17
58.03.1100 Bandeja MIS seleXys
58.03.5110 Bandeja básica MIS p.freses acetabolares
5951.00.2 Tensor de cerclaje
5952.00.1 Pasa-hilos, estándar
5953.00.1 Pasa-hilos, grande
8.14.006 Gradilla para tornillos p/4

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

8.14.008 Gradilla para tornillos

8.14.011 Bandeja superior s/contenido

8.14.012 Apoyo p/fresa acetabular

8.14.013 Bandeja CCB CCE

8.14.100 Tapa p/bandeja metálica

8.25.100 Caja, sin contenido

8.25.110 Bandeja para instrumental de dedos RM

8.25.111 Tapa para instrumental de dedos RM

8.30.010 Bandeja H1

8.30.011 Bandeja H2

8.30.012 Bandeja H3

8.30.013 Bandeja instrumental CCA

8.30.014 Bandeja superior CCA s/contenido

8.30.018 Bandeja HCBC 8.30.018 s/contenido

8.30.020 Bandeja superior HCBC 8.30.020

81.34.0003 Alambre guía DM DIS 2.4x400

81.34.0004 Broca DM DIS 6 canulada

81.34.0005 Broca DM DIS 10 canulada

81.34.0007 Pasahilos DIS

81.34.0010 Mandril rápido c/mango en T

9930.00 Broca espiral 3.2

EVO2509.55R Hoja de sierra para hombro 90x25x0,89

SI.02.0315 Guía de posicionado RM Classic

SI.02.0316 Cuello de prueba 1S Centris

SI.02.0317 Cuello de prueba 2S Centris

SI.02.0318 Cuello de prueba 3S Centris

SI.02.0319 Cuello de prueba 4S Centris

SI.02.0320 Cuello de prueba 5S Centris

SPI000001 Martillo sin rebote 1125g

3.20.500 Extractor

6008.00.04 Tornillo de ajuste
6020.00 Llave dinamométrica
6032.00 Destornillador hexagonal hombro
61.34.0046 Corredera de resección lateral 130°
61.34.0047 Corredera de resección lateral 155°
61.34.0124 Alambre guía de Kirschner 2.5/50
52.34.0191 Vástago optimys std. TAV 1 no cem.
52.34.0192 Vástago optimys std. TAV 2 no cem.
52.34.0193 Vástago optimys std. TAV 3 no cem.
52.34.0194 Vástago optimys std. TAV 4 no cem.
52.34.0195 Vástago optimys std. TAV 5 no cem.
52.34.0196 Vástago optimys std. TAV 6 no cem.
52.34.0197 Vástago optimys std. TAV 7 no cem.
52.34.0198 Vástago optimys std. TAV 8 no cem.
52.34.0199 Vástago optimys std. TAV 9 no cem.
52.34.0200 Vástago optimys std. TAV 10 no cem.
52.34.0201 Vástago optimys lat. TAV 1 no cem.
52.34.0202 Vástago optimys lat. TAV 2 no cem.
52.34.0203 Vástago optimys lat. TAV 3 no cem.
52.34.0204 Vástago optimys lat. TAV 4 no cem.
52.34.0205 Vástago optimys lat. TAV 5 no cem.
52.34.0206 Vástago optimys lat. TAV 6 no cem.
52.34.0207 Vástago optimys lat. TAV 7 no cem.
52.34.0208 Vástago optimys lat. TAV 8 no cem.
52.34.0209 Vástago optimys lat. TAV 9 no cem.
52.34.0210 Vástago optimys lat. TAV 10 no cem.
52.34.0211 Vástago Aoptimys std. TAV 11 no cem.
52.34.0212 Vástago optimys std. TAV 12 no cem.
52.34.0221 Vástago optimys lat. TAV 11 no cem.
52.34.0222 Vástago optimys lat. TAV 12 no cem.
51.34.0080 Raspa inicial optimys

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

51.34.0081 Raspa optimys tamaño 1
51.34.0082 Raspa optimys tamaño 2
51.34.0083 Raspa optimys tamaño 3
51.34.0084 Raspa optimys tamaño 4
51.34.0085 Raspa optimys tamaño 5
51.34.0086 Raspa optimys tamaño 6
51.34.0087 Raspa optimys tamaño 7
51.34.0088 Raspa optimys tamaño 8
51.34.0089 Raspa optimys tamaño 9
51.34.0090 Raspa optimys tamaño 10
51.34.0091 Raspa optimys tamaño 11
51.34.0092 Raspa optimys tamaño 12
51.34.0100 Cono de prueba optimys estándar
51.34.0101 Cono de prueba optimys lateral
51.34.0109 Barra transversal corta optimys
51.34.0111 Mango p/raspa optimys doble offset der.
51.34.0112 Mango p/raspa optimys doble offset izq.
51.34.0125 Impactor p/vástago optimys
51.34.0137 Tapa optimys
51.34.0138 Inserto p/bandeja optimys
51.34.0139 Bandeja optimys

Período de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Mathys AG Bettlach

Lugar/es de elaboración: Güterstrasse 5, 2544 Bettlach, Suiza

Se extiende a MTG Group S.R.L. el Certificado PM-1991-69, en la Ciudad de Buenos Aires, a ....10 MAY 2013..., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº 2767

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.