



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5141

BUENOS AIRES, 05 MAYO 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-000889-16-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ORTOPEDIA RP SRL solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5141

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Consensus nombre descriptivo Sistema de Cadera e instrumental asociado y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para Cadera, de acuerdo con lo solicitado por ORTOPEDIA RP SRL , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 277 y 281 y 282 a 286 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-2222-2, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

E. 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5141

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-000889-16-5

DISPOSICIÓN N°


jb

5141


Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

ANEXO III.B

514
05 MAYO 2016



INFORMACIONES DE LOS ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DE PRODUCTOS MEDICOS

2. ROTULOS. Sistema de cadera.

El modelo del rótulo debe contener las siguientes informaciones:

Nombre del fabricante: CONSENSUS ORTHOPEDICS, INC.

Dirección (incluyendo Ciudad y País): 1115 WINDFIELD WAY, SUITE 100, EL DORADO HILLS CA Estados Unidos de América

Nombre del Importador: Ortopedia RP S.R.L.

Dirección: Tucumán 918, Piso: SS/PB, UF: 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marca: CONSENSUS

Nombre Descriptivo: Sistema de Cadera e instrumental asociado.

Producto médico estéril

Lote:.....

Fecha de fabricación:.....

Fecha de vencimiento:.....

Producto médico de un solo uso

Almacenar en lugar fresco y seco alejado de las altas temperaturas

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado

Estéril por Óxido de Etileno

Director Técnico: Farmacéutica Graciela Luraschi- MN 9535

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM - 2222-2

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

GUSTAVO A. LURASCHI
FARMACEUTICO
M.P. 10366

ORTOPEDIA RP S.R.L.
GRACIELA A. LURASCHI
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
M.N. 9535
TUCUMAN 918 C.A.B.A.



5141

ANEXO III.B

INFORMACIONES DE LOS ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DE PRODUCTOS MEDICOS

2. ROTULOS – Instrumental no estéril

El modelo del rótulo debe contener las siguientes informaciones:

Nombre del fabricante: CONSENSUS ORTHOPEDICS, INC.
Dirección (incluyendo Ciudad y País): 1115 WINDFIELD WAY, SUITE 100, EL DORADO HILLS CA Estados Unidos de América

Nombre del Importador: Ortopedia RP S.R.L.
Dirección: Tucumán 918, Piso: SS/PB, UF: 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nombre Comercial: Consensus
Nombre Descriptivo: Sistema de cadera e instrumental asociado.

Producto médico no estéril

Lote:.....

Producto médico reutilizable


Almacenar en lugar fresco y seco alejado de las altas temperaturas


Esterilizar por Autoclave de vapor

Director Técnico: Farmacéutica Graciela Luraschi– MN 9535

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM – 2222-2

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


GUSTAVO A. LURASCHI
FARMACEUTICO
M.P. 10360


GRACIELA A. LURASCHI
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
M.N. 9535
TUCUMÁN 918 C.A.B.A.

51



3. INSTRUCCIONES DE USO

El modelo de las instrucciones de uso debe contener las siguientes informaciones cuando corresponda:

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

Nombre del fabricante: CONSENSUS ORTHOPEDICS, INC.
Dirección (incluyendo Ciudad y País): 1115 WINDFIELD WAY, SUITE 100, EL DORADO HILLS CA Estados Unidos de América

Nombre del Importador: Ortopedia RP S.R.L.
Dirección: Tucumán 918, Piso: SS/PB, UF: 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nombre Comercial: CONSENSUS
Nombre Descriptivo: Sistema de Cadera e instrumental asociado.

Sistema de cadera

Uso indicado / indicaciones de uso: Necrosis; Fracturas Falta de consolidación, etc.

Producto médico estéril

Producto médico de un solo uso

Almacenar en lugar fresco y seco alejado de las altas temperaturas

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado

Estéril por Óxido de Etileno

Director Técnico: Farmacéutica Graciela Luraschi- MN 9535

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM - 2222-2

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

GUSTAVO A. LURASCHI
FARMACEUTICO
M.P. 10850

ORTOPEDIA RP S.R.L.
GRACIELA A. LURASCHI
DIRECTORA TÉCNICA
FARMACÉUTICA
M.N. 9535
TUCUMÁN 918 C.A.B.A.



INDICACIONES DE USO DEL SISTEMA DE CADERA CONSENSUS® PARA ARTROPLASTIA DE CADERA PRIMARIA:

El SISTEMA DE CADERA de CONSENSUS® está diseñado para la artroplastia total o parcial de cadera y para ser usado con componentes compatibles del SISTEMA DE CADERA de CONSENSUS®.

Las indicaciones de uso son:

- A. Articulaciones con gran deterioro debido a artritis reumatoide, artrosis y artritis postraumática.
- B. Revisión de fracasos de artroplastia de cabeza femoral, de artroplastia acetabular o de otros procedimientos de cadera previos.
- C. Fracturas del fémur proximal.
- D. Necrosis avascular de la cabeza femoral.
- E. Falta de consolidación de fracturas proximales del cuello femoral.
- F. Otras indicaciones, como displasia congénita, conversión de artrodesis, coxa magna, coxa plana, coxa vara, coxa valga, anomalías del desarrollo, trastornos metabólicos y tumorales, osteomalacia, osteoporosis, conversión de pseudoartrosis y anomalías estructurales.

El vástago de cadera de CONSENSUS® está indicado para aplicaciones cementadas o no cementadas.

CONTRAINDICACIONES

- A. Uso en cualquier articulación con infección activa o sospecha de infección latente.
- B. Trastornos neuromusculares o mentales en los cuales los riesgos asociados con los mismos superen los beneficios que se prevé obtener.
- C. Cualquier anomalía del soporte óseo para el implante que ponga en duda la factibilidad de un apoyo y fijación suficientes para el implante.
- D. Pacientes obesos o con sobrepeso que puedan someter la prótesis a cargas excesivas que puedan dar lugar al fracaso del dispositivo.
- E. Cualquier condición patológica de la articulación que pudiera interferir con el logro de un rango apropiado de movimiento, con la estabilidad adecuada de la cabeza y con el correcto encaje y apoyo de la combinación de elementos protésicos.
- F. Laxitud ligamentosa o muscular importante o inadecuada cobertura de partes blandas que permitan el proceso normal de curación y el restablecimiento de la biomecánica correcta de la cadera.

ADVERTENCIAS

- A. Todos los componentes del SISTEMA DE CADERA CONSENSUS se venden esterilizados. Si los paquetes parecen dañados o alterados deberán ser devueltos al proveedor.
- B. No implante ningún dispositivo que haya sido usado, aun cuando parezca que no presenta daños.
- C. Las superficies de las partes cónicas maquinadas del vástago y de la cabeza femoral deben estar limpias y secas en el momento de su ensamblaje para garantizar un encaje correcto del implante.
- D. Se debe tener cuidado de impactar la cabeza femoral de manera correcta para evitar inexactitudes en la longitud del cuello, la separación o la dislocación.
- E. No doble o dé forma a los implantes, ya que podría reducir su resistencia a la fatiga y podría causar el fracaso inmediato o futuro del implante cuando tenga que soportar cargas.
- F. No debe alterarse nunca un implante. La alteración de un implante puede tener un efecto negativo sobre su rendimiento.
- G. El cirujano y el personal de quirófano deben ser sumamente cuidadosos para proteger todos los componentes de ralladuras, mellas o cualquier otro daño que pueda producirse debido al contacto con objetos metálicos o abrasivos. Esto adquiere una importancia especial en el caso de partes móviles pulidas y superficies cónicas maquinadas.
- H. La cabeza femoral de cerámica BioloX delta debe usarse ÚNICAMENTE con vástagos de cadera de titanio con conos de tamaño 12/14 de CONSENSUS ORTHOPEDICS, INC.
- I. Los vástagos femorales de CONSENSUS® debe usarse ÚNICAMENTE con cabezas femorales metálicas de CONSENSUS®, cabezas femorales de cerámica BioloX delta o cabezas femorales de cerámica de circonio.
- J. Las cabezas femorales de CONSENSUS® pueden emplearse ÚNICAMENTE con los componentes acetabulares CONSENSUS-.
- K. Los productos de cadera CONSENSUS no deben usarse junto con la cabeza femoral 28/+10 mm y el inserto con capucha de 20°.

GUSTAVO DURASCHI
FARMACEUTICO
M.P. 18360

ORTOPEDIA RP S.R.L.
GRACIERA DURASCHI
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
M.N. 9535
TUCUMAN 215 C.A.B.A.



514

PRECAUCIONES

- A. Antes de usar cualquier implante, el cirujano debe estar completamente familiarizado con todos los aspectos del procedimiento quirúrgico y las limitaciones del dispositivo.
- B. No puede esperarse que una prótesis para artroplastia resista los mismos niveles de actividad que los del hueso normal sano.
- C. La actividad física excesiva puede causar el fracaso prematuro de un implante como consecuencia de su aflojamiento, fractura o desgaste. Deben evitarse las actividades que sometan la articulación a un grado no razonable de esfuerzo. Los pacientes deben ser informados sobre las limitaciones de la prótesis y cómo modificar sus actividades de manera consecuente.
- D. Los pacientes obesos pueden someter la extremidad afectada a grandes sobrecargas que pueden producir un fracaso acelerado de la articulación. En caso necesario, debe aconsejarse a los pacientes que sigan un programa de reducción o mantenimiento de peso.
- E. Generalmente, la artroplastia está indicada sólo en pacientes que han alcanzado la madurez esquelética. La artroplastia total en pacientes más jóvenes debe considerarse únicamente cuando las indicaciones explícitas superan los riesgos asociados con la cirugía y cuando pueda garantizarse el cumplimiento de los cambios necesarios en cuanto a actividad y carga de la articulación.
- F. La correcta selección del tipo de fijación y colocación del vástago femoral y del componente acetabular son factores de importancia crítica para la prevención de tensiones no habituales y sus potenciales efectos perjudiciales sobre la expectativa de vida del implante.

EFFECTOS ADVERSOS

- A. Todos los reemplazos protésicos pueden causar efectos adversos que incluyen: infección, aflojamiento, fractura, rotura, deformación de los componentes, separación de los componentes o cambios en la posición de los mismos.
- B. Podrían producirse reacciones de hipersensibilidad a los materiales de los componentes, y éstas deben ser descartadas antes de la operación.
- C. La cirugía de artroplastia total está asociada con complicaciones graves que incluyen, pero no se limitan a, lesión de nervios, lesión arterial directa, pseudoaneurisma, oclusión vascular espontánea, trombosis venosa profunda, osificación ectópica, falta de consolidación, dislocación, disociación, infección superficial y profunda, aflojamiento aséptico, fallo de un componente, degradación del cemento y desgaste de terceras partes asociadas con el polimetilmetacrilato o UHMWPE.
- D. Dolor acetabular debido al aflojamiento del implante y/o a la presión localizada asociada con alteraciones del encaje o a inflamación del tejido de etiología desconocida.
- E. Podría ser necesario reintervenir para corregir los efectos adversos.
- F. Excepcionalmente, las complicaciones podrían requerir una artrodesis, un procedimiento Girdlestone o la amputación de la extremidad.
- G. El resto de complicaciones se asocian comúnmente con la cirugía, los medicamentos, el uso de sangre o el uso de dispositivos auxiliares.

MANIPULE CON CUIDADO LOS COMPONENTES ROCIADOS CON PLASMA, CON RECUBRIMIENTO POROSO O RECUBIERTOS DE HIDROXIAPATITA PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL RECUBRIMIENTO O EL ATRAPAMIENTO DE SUCIEDAD EN EL RECUBRIMIENTO.

NO SE DEBERÁ USAR EL AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAR LOS COMPONENTES FABRICADOS CON POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA-ALTO (UHMWPE), POLIMETILMETACRILATO (PMMA) O CERÁMICA.

INSTRUCCIONES DE USO PARA CABEZAS FEMORALES DE CERÁMICA FASE DE PREPARACIÓN

- A. Use cabezas de cerámica solamente con vástagos con conos aprobados para cabezas de cerámica.
- B. Una vez que una cabeza de cerámica haya sido impactada, si se extrae, nunca deberá ser montada en otro vástago.
- C. Nunca debe colocarse una cabeza femoral de cerámica en el cono de un vástago que ha sido previamente usado con otra cabeza de cualquier tipo. Como reemplazo de cualquier tipo de cabeza que haya sido retirada de un cono de vástago, debe emplearse una cabeza de metal.
- D. No use nunca una cabeza de cerámica que se haya caído al suelo.
- E. Evite exponer las cabezas de cerámica a golpes térmicos. No sumerja los componentes de cerámica en líquidos fríos.

GUSTAVO A. LURASCHI
FARMACÉUTICO
M.P. 1976

ORTOPEDIA DE S.R.L.

GRACIELA A. LURASCHI
DIRECTORA TÉCNICA
FARMACÉUTICA
M.N. 2535
TUCUMAN 918 C.A.B.A.

5141



DURANTE LA OPERACIÓN

- Mantenga los instrumentos de metal alejados del cono del implante. La superficie del cono del vástago femoral no debe sufrir ralladuras ni daños.
- Limpie y seque el cono del vástago femoral y la cabeza de cerámica antes de acoplar la cabeza de cerámica.
- Use únicamente impactadores de plástico para ajustar la cabeza de cerámica. No use nunca un impactador de metal.

REEMPLAZO DE CABEZAS DE CERÁMICA FRACTURADAS

En el caso de fractura de una cabeza de cerámica, saque todas las partículas de cerámica de la herida. Si desea reemplazar la cabeza de cerámica fracturada con otra cabeza de cerámica, se deberán cambiar el inserto de polietileno y el vástago femoral. Si el cono del vástago no presenta daños, puede emplearse una cabeza de metal con el vástago existente en lugar de una cabeza de cerámica.

AVISO: De un solo uso: Este producto está previsto para ser usado solo una vez. No intente reutilizarlo, incluso si el dispositivo no parece dañado. Los riesgos incluyen daños que pueden reducir el rendimiento o conducir al fracaso del implante, la contaminación cruzada del paciente, una esterilización inadecuada o defectos en general.

CUIDADO: Eliminación de los dispositivos de implante desechables – Este dispositivo debe considerarse como material biocontaminado y manipularse de manera correspondiente. Los implantes de plástico o metal deben esterilizarse al final y eliminarse siguiendo las políticas y los procedimientos hospitalarios existentes.

INSTRUMENTAL NO ESTERIL

Preparación en el punto de uso:

Retire los excesos de residuos, la sangre y los tejidos de los instrumentos a los 30 minutos, si es posible para ayudar en su eliminación. Si hay retraso de contaminación en los instrumentos, sumergirlos en agua o mantener húmedos para evitar el secado de contaminantes

Transporte:

Si es necesario para el transporte de elementos contaminados, deben ser cubiertos o cerrados en contenedores.

Preparación para descontaminación:

Si es posible, tanto los instrumentos como los elementos de prueba deben ser reprocesados en un estado desmontado o abierto.

Limpieza:

- Soluciones de limpieza de pH neutro se pueden utilizar para la limpieza. Alambres, limpiadores de pipas y cepillos de cerdas pueden ser necesarios y útiles en la eliminación de desechos y contaminantes. Los instrumentos deben estar libres de material de limpieza rallado como pelusas y pelo.
- Algunos instrumentos requieren algún desmontaje para limpieza y / o tienen difícil acceso grietas, partes y texturas que requieren atención al detalle en la limpieza en movimiento.
- Se requiere enjuague completo de instrumentos empapadas en las soluciones de limpieza y enzimáticos.
- Los instrumentos deben enjuagarse a fondo con agua desionizada después de la limpieza.
- El uso de peróxido de hidrógeno puede ayudar en la inspección y la garantía de permitir que los desechos se eliminen totalmente. Re - limpie instrumentos si es necesario. Instrumentos Enjuague a fondo después de usar el peróxido de hidrógeno.
- Procedimientos de limpieza y de descontaminación a fondo también son necesarios para recipientes de organización.

Mantenimiento e Inspección:

- Inspeccione visualmente cada dispositivo para asegurarse que sangre y restos posibles de polvo se han eliminado.
- Inspeccione visualmente cada dispositivo por daños.

GUSTAVO A. LURASCHI
FARMACIA TUBO
M.P. 10368

ORTOPEDIA RP S.R.L.

GRACIELA A. LURASCHI
DIRECTORA TÉCNICA
FARMACÉUTICA
M.N. 19236
TUCUMÁN 118 S.A.B.A.

514



- 3. Compruebe todas las partes móviles para un funcionamiento suave.
- 4. Compruebe que los dispositivos que forman parte de un conjunto más amplio ensamblan con componentes de acoplamiento.

Nota: Si está presente daños o desgaste que pueda comprometer la función del instrumento, no utilice el instrumento, y notificar a la persona responsable correspondiente.

Esterilización:

Tipo de ciclo:
Vapor de prevacio de alta temperatura

Temperatura mínima:
270 gr. F
132 gr. C

Presión:
4 pulso - Max- 26 psi, 2,8 bares,
Min -10 de Hg, 339 mbar

Exposición mínimo Tiempo:
4 Minuto exposición
1 minuto purga

Tiempo mínimo de secado: 30 Minutos.

Almacenamiento:

Guardar y mantener en un ambiente limpio libre de humedad y temperatura extremas, insectos y alimañas. Los instrumentos deben ser protegidos del polvo y cuando se transportan fuera de la instalación, envueltos - un y re- procesados en el centro de atención médica recibida.

E

[Handwritten Signature]
GUSTAVO A. LURASCHI
FARMACEUTICO
M.P. 10360

ORTOPEDIA RP S.R.L.
[Handwritten Signature]
GRACIELA A. LURASCHI
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
M.N. 9535
TUCUMAN 918 C.A.B.A.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-000889-16-5

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 5141, y de acuerdo con lo solicitado por ORTOPEDIA RP SRL, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Cadera e instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 Prótesis, de Articulación, para Cadera

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Consensus

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: SISTEMA DE CADERA de CONSENSUS está diseñado para la artroplastia total o parcial de cadera y para ser usado con componentes compatibles del SISTEMA DE CADERA de CONSENSUS.

Las indicaciones de uso son: A. Articulaciones con gran deterioro debido a artritis reumatoidea, artrosis y artritis reumatoidea.

B. Revisión de fracasos de artroplastia de la cabeza femoral, de artroplastia acetabular o de otros procedimientos de cadera previos.

C. Fracturas del fémur proximal.

Handwritten signature and mark

D. Necrosis avascular de la cabeza femoral.

E. Falta de consolidación de fracturas proximales del cuello femoral.

F. Otras indicaciones , como displasia congénita , conversión de artrodesis , coxa magna , coxa plana, coxa vara , coxa valga , anomalías del desarrollo , trastornos metabólicos y tumorales , osteomalacia , osteoporosis , conversión de pseudoartrosis y anomalías estructurales.

Modelo/s:

Cabeza Femoral (22mm), CoCr, -3mm, 0007-1-2201

Cabeza Femoral (22mm), CoCr, Neutro, 0007-1-2202

Cabeza Femoral (22mm), CoCr, +3mm, 0007-1-2203

Cabeza Femoral (22mm), CoCr, +6mm, 0007-1-2204

Cabeza Femoral (28mm), CoCr, -5mm, 0007-0-2801

Cabeza Femoral (28mm), CoCr, Neutro, 0007-0-2802

Cabeza Femoral (28mm), CoCr, +5mm, 0007-0-2803

Cabeza Femoral (28mm), CoCr, +10mm, 0007-0-2804

Cabeza Femoral (28mm), -5mm, 0007-1-2801

Cabeza Femoral (28mm), Neutro, 0007-1-2802

Cabeza Femoral (28mm), +5mm, 0007-1-2803

Cabeza Femoral (28mm), +10mm, 0007-1-2804

Cabeza Femoral (32mm), CoCr, 0007-1-3201

Cabeza Femoral (32mm), CoCr, 0007-1-3202

Cabeza Femoral (32mm), CoCr, 0007-1-3203

Cabeza Femoral (32mm), CoCr, 0007-1-3204

Cabeza Femoral (36mm), -5mm, 0007-1-3601

Cabeza Femoral (36mm), Neutro, 0007-1-3602

Cabeza Femoral (36mm), +5mm, 0007-1-3603

Cabeza Femoral (36mm), +10mm, 0007-1-3604





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 15mm, 0013-1-6515
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 20mm, 0013-1-6520
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 25mm, 0013-1-6525
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 30mm, 0013-1-6530
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 35mm, 0013-1-6535
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 40mm, 0013-1-6540
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 45mm, 0013-1-6545
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 50mm, 0013-1-6550
Tornillo para Hueso, 6,5mm, Ti, Esponjoso, 55mm, 0013-1-6555
Receptáculo de Cemento, Acetabular (PMMA), 0016-0-0001
Tapón para Orificio de la Cúpula, Acetabular (PMMA), 0016-0-1001
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana (22mm), Tamaño 42mm, 1004-1-2242
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana (22mm), Tamaño 44mm, 1004-1-2244
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 46mm, 1004-1-2846
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 48mm, 1004-1-2848
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 50mm, 1004-1-2850
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 52mm, 1004-1-2852
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 54mm, 1004-1-2854.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 56mm, 1004-1-2856.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 58mm, 1004-1-2858.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 60mm, 1004-1-2860.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 62mm, 1004-1-2862.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 64mm, 1004-1-2864.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 66mm, 1004-1-2866.
Inserto Acetabular, 20 Grados con Campana, 68mm, 1004-1-2868.
Inserto Acetabular (22mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 42mm, 1005-0-2242

C
A

Inserto Acetabular (22mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 44mm, 1005-0-2244

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 46mm, 1005-0-2846.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 48mm, 1005-0-2848.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 50mm, 1005-0-2850.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 52mm, 1005-0-2852.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 54mm, 1005-0-2854.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 56mm 1005-0-2856.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 58mm, 1005-0-2858.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 60mm, 1005-0-2860.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 62mm, 1005-0-2862.


Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 64mm, 1005-0-2864.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 66mm, 1005-0-2866.

Inserto Acetabular (28mm), Polietileno de peso molecular ultra alto 68mm, 1005-0-2868.

Inserto Acetabular (22mm), Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 42mm, 1006-0-2242.

Inserto Acetabular (22mm), Polietileno altamente reticulado, 44mm, 1006-0-2244.

Handwritten signature and a curved mark.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 46mm, 1006-0-2846.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 48mm, 1006-0-2848.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 50mm, 1006-0-2850.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 52mm, 1006-0-2852.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 54mm, 1006-0-2854.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 56mm, 1006-0-2856.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 58mm, 1006-0-2858.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 60mm, 1006-0-2860.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 62mm, 1006-0-2862.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 64mm, 1006-0-2864.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 66mm, 1006-0-2866.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 68mm, 1006-0-2868.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 52mm, 1006-0-3252.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 54mm, 1006-0-3254.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 56mm, 1006-0-3256.

E. A.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 58mm, 1006-0-3258.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 60mm, 1006-0-3260.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 62mm, 1006-0-3262.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 64mm, 1006-0-3264.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 66mm, 1006-0-3266.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 20 Grados con Campana, 68mm, 1006-0-3268.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 56mm, 1006-0-3656.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 58mm, 1006-0-3658.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 60mm, 1006-0-3660.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 62mm, 1006-0-3662.


Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 64mm, 1006-0-3664.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 66mm, 1006-0-3666.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, 20 Grados con Campana, Tamaño 68mm, 1006-0-3668.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 56mm, 1008-0-3656.

Inserto Acetabular (22mm), Polietileno altamente reticulado, 42mm, 1007-0-2242.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- Inserto Acetabular (22mm), Polietileno altamente reticulado, 44mm, 1007-0-2244.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 46mm, 1007-0-2846.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 48mm, 1007-0-2848.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 50mm, 1007-0-2850.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 52mm, 1007-0-2852.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 54mm, 1007-0-2854.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 56mm, 1007-0-2856.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 58mm, 1007-0-2858.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 60mm, 1007-0-2860.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 62mm, 1007-0-2862.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 64mm, 1007-0-2864.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 66mm, 1007-0-2866.
- Inserto Acetabular (28mm), Polietileno altamente reticulado, 68mm, 1007-0-2868.
- Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 52mm, 1007-0-3252.
- Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 54mm, 1007-0-3254.

E

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 56mm, 1007-0-3256.

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 58mm, 1007-0-3258.

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 60mm, 1007-0-3260.

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 62mm, 1007-0-3262.

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 64mm, 1007-0-3264.

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 66mm, 1007-0-3266.

Inserto Acetabular (32mm), Polietileno altamente reticulado, 68mm, 1007-0-3268.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 56mm, 1007-0-3656.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 58mm, 1007-0-3658.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 60mm, 1007-0-3660.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 62mm, 1007-0-3662.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 64mm, 1007-0-3664.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 66mm, 1007-0-3666.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Tamaño 68mm, 1007-0-3668.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 56mm, 1008-0-3656.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 58mm,
1008-0-3658.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 60mm,
1008-0-3660.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 62mm,
1008-0-3662.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 64mm,
1008-0-3664.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 66mm,
1008-0-3666.

Inserto Acetabular, Polietileno altamente reticulado, 36mm, Campana 10, 68mm,
1008-0-3668.

Cabeza Bipolar, CoCr 38mm Diámetro Externo, 1014-0-0038.

Cabeza Bipolar, CoCr 39mm Diámetro Externo, 1014-0-0039.

Cabeza Bipolar, CoCr 40mm Diámetro Externo, 1014-0-0040.

Cabeza Bipolar, CoCr 41mm Diámetro Externo, 1014-0-0041.

Cabeza Bipolar, CoCr 42mm Diámetro Externo, 1014-0-0042.

Cabeza Bipolar, CoCr 43mm Diámetro Externo, 1014-0-0043.

Cabeza Bipolar, CoCr 44mm Diámetro Externo, 1014-0-0044.

Cabeza Bipolar, CoCr 45mm Diámetro Externo, 1014-0-0045.

Cabeza Bipolar, CoCr 46mm Diámetro Externo, 1014-0-0046.

Cabeza Bipolar, CoCr 47mm Diámetro Externo, 1014-0-0047.

Cabeza Bipolar, CoCr 48mm Diámetro Externo, 1014-0-0048.

Cabeza Bipolar, CoCr 49mm Diámetro Externo, 1014-0-0049.

Cabeza Bipolar, CoCr 50mm Diámetro Externo, 1014-0-0050.

Cabeza Bipolar, CoCr 51mm Diámetro Externo, 1014-0-0051.

Cabeza Bipolar, CoCr 52mm Diámetro Externo, 1014-0-0052.

Cabeza Bipolar, CoCr 53mm Diámetro Externo, 1014-0-0053.

Cabeza Bipolar, CoCr 54mm Diámetro Externo, 1014-0-0054.

Cabeza Bipolar, CoCr 55mm Diámetro Externo, 1014-0-0055.

Cabeza Bipolar, CoCr 56mm Diámetro Externo, 1014-0-0056.

Cabeza Bipolar, CoCr 57mm Diámetro Externo, 1014-0-0057.

Cabeza Bipolar, CoCr 58mm Diámetro Externo, 1014-0-0058.

Cabeza Bipolar, CoCr 59mm Diámetro Externo, 1014-0-0059.

Cabeza Bipolar, CoCr 60mm Diámetro Externo, 1014-0-0060.

Cabeza Bipolar, CoCr 61mm Diámetro Externo, 1014-0-0061.

Cabeza Bipolar, CoCr 62mm Diámetro Externo, 1014-0-0062.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 42/43/44mm, 1015-0-4244.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 45/46/47mm, 1015-0-4547.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 48/49/50mm, 1015-0-4850.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 51/52/53mm, 1015-0-5153.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 54/55/56mm, 1015-0-5456.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 57/58/59mm, 1015-0-5759.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, Tamaño 60/61/62mm, 1015-0-6062.

Cabeza Unipolar, Neutro, 40mm, Neutro, 1017-1-1040.

Cabeza Unipolar, Neutro, 41mm, Neutro, 1017-1-1041.

Cabeza Unipolar, Neutro, 42mm, Neutro, 1017-1-1042.

Cabeza Unipolar, Neutro, 43mm, Neutro, 1017-1-1043.

Cabeza Unipolar, Neutro, 44mm, Neutro, 1017-1-1044.

Cabeza Unipolar, Neutro, 45mm, Neutro, 1017-1-1045.

Cabeza Unipolar, Neutro, 46mm, Neutro, 1017-1-1046.

Cabeza Unipolar, Neutro, 47mm, Neutro, 1017-1-1047.

Cabeza Unipolar, Neutro, 48mm, Neutro, 1017-1-1048.

Cabeza Unipolar, Neutro, 49mm, Neutro, 1017-1-1049.

6 2



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Unipolar, Neutro, 50mm, Neutro, 1017-1-1050.
Cabeza Unipolar, Neutro, 51mm, Neutro, 1017-1-1051.
Cabeza Unipolar, Neutro, 52mm, Neutro, 1017-1-1052.
Cabeza Unipolar, Neutro, 53mm, Neutro, 1017-1-1053.
Cabeza Unipolar, Neutro, 54mm, Neutro, 1017-1-1054.
Cabeza Unipolar, Neutro, 55mm, Neutro, 1017-1-1055.
Cabeza Unipolar, Neutro, 56mm, Neutro, 1017-1-1056.
Cabeza Unipolar, Neutro, 57mm, Neutro, 1017-1-1057.
Cabeza Unipolar, Neutro, 58mm, Neutro, 1017-1-1058.
Cabeza Unipolar, Neutro, 59mm, Neutro, 1017-1-1059.
Cabeza Unipolar, Neutro, 60mm, Neutro, 1017-1-1060.
Cabeza Unipolar, Neutro, 61mm, Neutro, 1017-1-1061.
Cabeza Unipolar, Neutro, 40mm, +7mm, 1017-1-2040.
Cabeza Unipolar, Neutro, 41mm, +7mm, 1017-1-2041.
Cabeza Unipolar, Neutro, 42mm, +7mm, 1017-1-2042.
Cabeza Unipolar, Neutro, 43mm, +7mm, 1017-1-2043.
Cabeza Unipolar, Neutro, 44mm, +7mm, 1017-1-2044.
Cabeza Unipolar, Neutro, 45mm, +7mm, 1017-1-2045.
Cabeza Unipolar, Neutro, 46mm, +7mm, 1017-1-2046.
Cabeza Unipolar, Neutro, 47mm, +7mm, 1017-1-2047.
Cabeza Unipolar, Neutro, 48mm, +7mm, 1017-1-2048.
Cabeza Unipolar, Neutro, 49mm, +7mm, 1017-1-2049.
Cabeza Unipolar, Neutro, 50mm, +7mm, 1017-1-2050.
Cabeza Unipolar, Neutro, 51mm, +7mm, 1017-1-2051.
Cabeza Unipolar, Neutro, 52mm, +7mm, 1017-1-2052.
Cabeza Unipolar, Neutro, 53mm, +7mm, 1017-1-2053.
Cabeza Unipolar, Neutro, 54mm, +7mm, 1017-1-2054.
Cabeza Unipolar, Neutro, 55mm, +7mm, 1017-1-2055.
Cabeza Unipolar, Neutro, 56mm, +7mm, 1017-1-2056.
Cabeza Unipolar, Neutro, 57mm, +7mm, 1017-1-2057.

E. J.

Cabeza Unipolar, Neutro, 58mm, +7mm, 1017-1-2058.

Cabeza Unipolar, Neutro, 59mm, +7mm, 1017-1-2059.

Cabeza Unipolar, Neutro, 60mm, +7mm, 1017-1-2060.

Cabeza Unipolar, Neutro, 61mm, +7mm, 1017-1-2061.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, 22mm, Tamaño 38-41, 1018-0-3841.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, 22mm, Tamaño 42-44, 1018-0-4244.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, 22mm, Tamaño 45-47, 1018-0-4547.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, 22mm, Tamaño 48-50, 1018-0-4850.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, 22mm, Tamaño 51-53, 1018-0-5153.

Inserto Bipolar, Polietileno de peso molecular ultra alto, 22mm, Tamaño 54-56, 1018-0-5456.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx38mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1238.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx38mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2238.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx38mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3238.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx38mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4238.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx39mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1239.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx39mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2239.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx39mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3239.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx39mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4239.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx40mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1240.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx40mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2240.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx40mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3240.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx40mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4240.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx41mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1241.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx41mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2241.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx41mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3241.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx41mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4241.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1242.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2242.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3242.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4242.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1243.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2243.

E. A

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3243.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4243.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1244.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2244.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3244.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4244.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1245.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2245.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3245.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4245.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1246.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2246.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3246.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4246.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1247.

5 1



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2247.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3247.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4247.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1248.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2248.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3248.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4248.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1249.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2249.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3249.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4249.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1250.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2250.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3250.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4250.

E. A.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1251.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2251.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3251.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4251.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1252.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2252.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3252.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4252.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1253.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2253.


Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3253.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4253.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1254.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2254.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3254.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4254.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1255.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2255.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3255.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4255.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr -3mm, 1020-0-1256.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2256.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr +3mm, 1020-0-3256.

Pre-ensamblaje Bipolar, 22mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr +6mm, 1020-0-4256.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1842.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2842.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx42mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3842.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1843.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2843.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx43mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3843.

E *r*

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1844.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2844.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx44mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3844.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1845.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2845.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx45mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3845.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1846.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2846.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx46mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3846.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1847.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2847.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx47mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3847.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1848.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2848.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx48mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3848.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1849.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2849.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx49mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3849.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1850.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2850.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx50mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3850.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1851.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2851.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx51mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3851.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1852.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2852.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx52mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3852.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1853.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2853.
- Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx53mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3853.

E. A

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1854.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2854.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx54mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3854.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1855.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2855.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx55mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3855.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1856.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2856.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx56mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3856.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx57mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1857.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx57mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2857.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx57mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3857.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx58mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1858.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx58mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2858.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx58mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3858.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx59mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1859.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx59mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2859.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx59mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3859.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx60mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1860.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx60mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2860.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx60mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3860.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx61mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1861.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx61mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2861.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx61mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3861.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx62mm, Cabeza Femoral, CoCr -5mm, 1020-0-1862.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx62mm, Cabeza Femoral, CoCr +0mm, 1020-0-2862.

Pre-ensamblaje Bipolar, 28mmx62mm, Cabeza Femoral, CoCr +5mm, 1020-0-3862.

Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 42mm, 1703-0-0042.

Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 44mm, 1703-0-0044.


Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 46mm, 1703-0-0046.

Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 48mm, 1703-0-0048.

Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 50mm, 1703-0-0050.

Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 52mm, 1703-0-0052.

Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 54mm, 1703-0-0054.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 56mm, 1703-0-0056.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 58mm, 1703-0-0058.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 60mm, 1703-0-0060.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 62mm, 1703-0-0062.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 64mm, 1703-0-0064.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 66mm, 1703-0-0066.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Tamaño 68mm, 1703-0-0068.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 42mm, 1704-0-0042.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 44mm, 1704-0-0044.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 46mm, 1704-0-0046.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 48mm, 1704-0-0048.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 50mm, 1704-0-0050.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 52mm, 1704-0-0052.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 54mm, 1704-0-0054.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 56mm, 1704-0-0056.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 58mm, 1704-0-0058.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 60mm, 1704-0-0060.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 62mm, 1704-0-0062.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 64mm, 1704-0-0064.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 66mm, 1704-0-0066.
Cúpula Acetabular, Ti Poroso, Sin Agujero, Tamaño 68mm, 1704-0-0068.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 42, 1705-0-2242.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 44, 1705-0-2244.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 46, 1705-0-2246.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 48, 1705-0-2248.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 50, 1705-0-2250.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 52, 1705-0-2252.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 54, 1705-0-2254.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 56, 1705-0-2256.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 58, 1705-0-2258.






Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 60, 1705-0-2260.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 62, 1705-0-2262.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 64, 1705-0-2264.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 66, 1705-0-2266.
Copa Completamente de Polietileno, (22mm), Tamaño 68, 1705-0-2268.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 46, 1705-0-2846.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 48, 1705-0-2848.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 50, 1705-0-2850.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 52, 1705-0-2852.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 54, 1705-0-2854.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 56, 1705-0-2856.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 58, 1705-0-2858.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 60, 1705-0-2860.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 62, 1705-0-2862.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 64, 1705-0-2864.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 66, 1705-0-2866.
Copa Completamente de Polietileno, (28mm), Tamaño 68, 1705-0-2868.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 50, 1705-0-3250.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 52, 1705-0-3252.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 54, 1705-0-3254.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 56, 1705-0-3256.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 58, 1705-0-3258.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 60, 1705-0-3260.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 62, 1705-0-3262.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 64, 1705-0-3264.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 66, 1705-0-3266.
Copa Completamente de Polietileno, (32mm), Tamaño 68, 1705-0-3268.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 42mm, 1706-0-0042.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 44mm, 1706-0-0044.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 46mm, 1706-0-0046.

Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 48mm, 1706-0-0048.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 50mm, 1706-0-0050.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 52mm, 1706-0-0052.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 54mm, 1706-0-0054.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 56mm, 1706-0-0056.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 58mm, 1706-0-0058.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 60mm, 1706-0-0060.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 62mm, 1706-0-0062.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 64mm, 1706-0-0064.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 66mm, 1706-0-0066.
Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Agujereada, 68mm, 1706-0-0068.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 42mm, 1707-0-0042.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 44mm, 1707-0-0044.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 46mm, 1707-0-0046.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 48mm, 1707-0-0048.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 50mm, 1707-0-0050.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 52mm, 1707-0-0052.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 54mm, 1707-0-0054.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 56mm, 1707-0-0056.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 58mm, 1707-0-0058.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 60mm, 1707-0-0060.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 62mm, 1707-0-0062.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 64mm, 1707-0-0064.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 66mm, 1707-0-0066.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Sin Agujeros, 68mm, 1707-0-0068.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 42mm, 1708-0-0042.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 44mm, 1708-0-0044.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 46mm, 1708-0-0046.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 48mm, 1708-0-0048.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 50mm, 1708-0-0050.
Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 52mm, 1708-0-0052.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 54mm, 1708-0-0054.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 56mm, 1708-0-0056.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 58mm, 1708-0-0058.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 60mm, 1708-0-0060.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 62mm, 1708-0-0062.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 64mm, 1708-0-0064.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 66mm, 1708-0-0066.
- Cúpula Acetabular, CS2, Acampanada, Agujereada, 68mm, 1708-0-0068.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 42mm, 1709-0-0042.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 44mm, 1709-0-0044.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 46mm, 1709-0-0046.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 48mm, 1709-0-0048.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 50mm, 1709-0-0050.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 52mm, 1709-0-0052.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 54mm, 1709-0-0054.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 56mm, 1709-0-0056.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 58mm, 1709-0-0058.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 60mm, 1709-0-0060.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 62mm, 1709-0-0062.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 64mm, 1709-0-0064.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 66mm, 1709-0-0066.
- Cúpula Acetabular, CS2, Hemisférica, Sin Agujeros, 68mm, 1709-0-0068.
- Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 22/42mm, 1106-0-2242.
- Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 22/44mm, 1106-0-2244.
- Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/46mm, 1106-0-2846.
- Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/48mm, 1106-0-2848.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/50mm, 1106-0-2850.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/52mm, 1106-0-2852.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/54mm, 1106-0-2854.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/56mm, 1106-0-2856.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/58mm, 1106-0-2858.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/60mm, 1106-0-2860.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/62mm, 1106-0-2862.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/64mm, 1106-0-2864.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/66mm, 1106-0-2866.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/68mm, 1106-0-2868.


Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/52mm, 1106-0-3252.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/54mm, 1106-0-3254.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/56mm, 1106-0-3256.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/58mm, 1106-0-3258.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/60mm, 1106-0-3260.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/62mm, 1106-0-3262.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/64mm, 1106-0-3264.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/66mm, 1106-0-3266.

Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/68mm, 1106-0-3268.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/56mm, 1108-0-3656.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/58mm, 1108-0-3658.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/60mm, 1108-0-3660.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/62mm, 1108-0-3662.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/64mm, 1108-0-3664.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/66mm, 1108-0-3666.

Inserto Acetabular CS2, 10 Grados con Campana, VitalitE, 36/68mm, 1108-0-3668.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 22/42mm, 1107-0-2242.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 22/44mm, 1107-0-2244.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/46mm, 1107-0-2846.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/48mm, 1107-0-2848.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/50mm, 1107-0-2850.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/52mm, 1107-0-2852.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/54mm, 1107-0-2854.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/56mm, 1107-0-2856.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/58mm, 1107-0-2858.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/60mm, 1107-0-2860.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/62mm, 1107-0-2862.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/64mm, 1107-0-2864.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/66mm, 1107-0-2866.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/68mm, 1107-0-2868.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/52mm, 1107-0-3252.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/54mm, 1107-0-3254.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/56mm, 1107-0-3256.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/58mm, 1107-0-3258.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/60mm, 1107-0-3260.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/62mm, 1107-0-3262.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/64mm, 1107-0-3264.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/66mm, 1107-0-3266.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/68mm, 1107-0-3268.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/56mm, 1107-0-3656.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/58mm, 1107-0-3658.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/60mm, 1107-0-3660.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/62mm, 1107-0-3662.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/64mm, 1107-0-3664.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/66mm, 1107-0-3666.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/68mm, 1107-0-3668.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/46mm, +5mm LAT, 1177-0-2846.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/48mm, +5mm LAT, 1177-0-2848.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/50mm, +5mm LAT, 1177-0-2850.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/52mm, +5mm LAT, 1177-0-2852.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/54mm, +5mm LAT, 1177-0-2854.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/56mm, +5mm LAT, 1177-0-2856.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/58mm, +5mm LAT, 1177-0-2858.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/60mm, +5mm LAT, 1177-0-2860.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/62mm, +5mm LAT, 1177-0-2862.


5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/64mm, +5mm LAT, 1177-0-2864.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/66mm, +5mm LAT, 1177-0-2866.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 28/68mm, +5mm LAT, 1177-0-2868.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/46mm, +5mm
LAT, 1166-0-2846.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/48mm, +5mm
LAT, 1166-0-2848.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/50mm, +5mm
LAT, 1166-0-2850.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/52mm, +5mm
LAT, 1166-0-2852.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/54mm, +5mm
LAT, 1166-0-2854.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/56mm, +5mm
LAT, 1166-0-2856.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/58mm, +5mm
LAT, 1166-0-2858.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/60mm, +5mm
LAT, 1166-0-2860.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/62mm, +5mm
LAT, 1166-0-2862.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/64mm, +5mm
LAT, 1166-0-2864.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/66mm, +5mm
LAT, 1166-0-2866.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 28/68mm, +5mm
LAT, 1166-0-2868.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/48mm, +5mm LAT, 1177-0-3248.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/50mm, +5mm LAT, 1177-0-3250.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/52mm, +5mm LAT, 1177-0-3252.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/54mm, +5mm LAT, 1177-0-3254.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/56mm, +5mm LAT, 1177-0-3256.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/58mm, +5mm LAT, 1177-0-3258.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/60mm, +5mm LAT, 1177-0-3260.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/62mm, +5mm LAT, 1177-0-3262.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/64mm, +5mm LAT, 1177-0-3264.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/66mm, +5mm LAT, 1177-0-3266.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 32/68mm, +5mm LAT, 1177-0-3268.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/48mm, +5mm
LAT, 1166-0-3248.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/50mm, +5mm
LAT, 1166-0-3250.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/52mm, +5mm
LAT, 1166-0-3252.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/54mm, +5mm
LAT, 1166-0-3254.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/56mm, +5mm
LAT, 1166-0-3256.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/58mm, +5mm
LAT, 1166-0-3258.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/60mm, +5mm
LAT, 1166-0-3260.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/62mm, +5mm
LAT, 1166-0-3262.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/64mm, +5mm
LAT, 1166-0-3264.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/66mm, +5mm
LAT, 1166-0-3266.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 32/68mm, +5mm
LAT, 1166-0-3268.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/52mm, +5mm LAT, 1177-0-3652.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/54mm, +5mm LAT, 1177-0-3654.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/56mm, +5mm LAT, 1177-0-3656.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/58mm, +5mm LAT, 1177-0-3658.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/60mm, +5mm LAT, 1177-0-3660.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/62mm, +5mm LAT, 1177-0-3662.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/64mm, +5mm LAT, 1177-0-3664.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/66mm, +5mm LAT, 1177-0-3666.
Inserto Acetabular CS2, Neutro, VitalitE, 36/68mm, +5mm LAT, 1177-0-3668.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/52mm, +5mm
LAT, 1188-0-3652.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/54mm, +5mm
LAT, 1188-0-3654.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/56mm, +5mm
LAT, 1188-0-3656.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/58mm, +5mm
LAT, 1188-0-3658.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/60mm, +5mm
LAT, 1188-0-3660.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/62mm, +5mm
LAT, 1188-0-3662.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/64mm, +5mm
LAT, 1188-0-3664.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/66mm, +5mm
LAT, 1188-0-3666.
Inserto Acetabular CS2, 20 Grados con Campana, VitalitE, 36/68mm, +5mm
LAT, 1188-0-3668.
Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-
0042.
Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-
0044.

CA

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0046.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0048.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0050.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0052.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0054.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0056.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0058.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0060.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0062.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0064.


Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0066.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Acampanada, sin cemento, PC, 1718-0-0068.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0042.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0044.

Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0046.






Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0048.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0050.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0052.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0054.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0056.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0058.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0060.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0062.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0064.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0066.
- Cúpula Acetabular, Múltiples agujeros, Hemisférica, sin cemento, PC, 1716-0-0068.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/46mm, +5mm, 1077-0-2846.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/48mm, +5mm, 1077-0-2848.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/50mm, +5mm, 1077-0-2850.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/52mm, +5mm, 1077-0-2852.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/54mm, +5mm, 1077-0-2854.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/56mm, +5mm, 1077-0-2856.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/58mm, +5mm, 1077-0-2858.
- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/60mm, +5mm, 1077-0-2860.

Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/62mm, +5mm, 1077-0-2862.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/64mm, +5mm, 1077-0-2864.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/66mm, +5mm, 1077-0-2866.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 28/68mm, +5mm, 1077-0-2868.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/46mm, +5mm,
1066-0-2846.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/48mm, +5mm,
1066-0-2848.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/50mm, +5mm,
1066-0-2850.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/52mm, +5mm,
1066-0-2852.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/54mm, +5mm,
1066-0-2854.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/56mm, +5mm,
1066-0-2856.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/58mm, +5mm,
1066-0-2858.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/60mm, +5mm,
1066-0-2860.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/62mm, +5mm,
1066-0-2862.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/64mm, +5mm,
1066-0-2864.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/66mm, +5mm,
1066-0-2866.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 28/68mm, +5mm,
1066-0-2868.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/48mm, +5mm, 1077-0-3248.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/50mm, +5mm, 1077-0-3250.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/52mm, +5mm, 1077-0-3252.






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/54mm, +5mm, 1077-0-3254.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/56mm, +5mm, 1077-0-3256.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/60mm, +5mm, 1077-0-3260.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/62mm, +5mm, 1077-0-3262.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/64mm, +5mm, 1077-0-3264.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/66mm, +5mm, 1077-0-3266.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 32/68mm, +5mm, 1077-0-3268.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/48mm, +5mm,
1066-0-3248.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/50mm, +5mm,
1066-0-3250.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/52mm, +5mm,
1066-0-3252.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/54mm, +5mm,
1066-0-3254.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/56mm, +5mm,
1066-0-3256.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/58mm, +5mm,
1066-0-3258.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/60mm, +5mm,
1066-0-3260.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/62mm, +5mm,
1066-0-3262.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/64mm, +5mm,
1066-0-3264.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/66mm, +5mm,
1066-0-3266.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 20 Grados con Campana, 32/68mm, +5mm,
1066-0-3268.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/52mm, +5mm, 1077-0-3652.

E A

Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/54mm, +5mm, 1077-0-3654.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/56mm, +5mm, 1077-0-3656.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/58mm, +5mm, 1077-0-3658.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/60mm, +5mm, 1077-0-3660.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/62mm, +5mm, 1077-0-3662.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/64mm, +5mm, 1077-0-3664.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/66mm, +5mm, 1077-0-3666.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, Neutro, 36/68mm, +5mm, 1077-0-3668.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/52mm, +5mm,
1088-0-3652.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/54mm, +5mm,
1088-0-3654.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/56mm, +5mm,
1088-0-3656.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/58mm, +5mm,
1088-0-3658.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/60mm, +5mm,
1088-0-3660.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/62mm, +5mm,
1088-0-3662.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/64mm, +5mm,
1088-0-3664.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/66mm, +5mm,
1088-0-3666.
Inserto Acetabular CHS, CS2 Plus, 10 Grados con Campana, 36/68mm, +5mm,
1088-0-3668.
Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 48mm,
1166-0-2848.
Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 50mm,
1166-0-2850.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm,
1166-0-2852.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 54mm,
1166-0-2854.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 56mm,
1166-0-2856.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 58mm,
1166-0-2858.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 60mm,
1166-0-2860.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 62mm,
1166-0-2862.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 64mm,
1166-0-2864.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 66mm,
1166-0-2866.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 68mm,
1166-0-2868.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 48mm,
1166-0-3248.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 50mm,
1166-0-3250.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm,
1166-0-3252.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 54mm,
1166-0-3254.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 56mm,
1166-0-3256.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 58mm,
1166-0-3258.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 60mm, 1166-0-3260.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 62mm, 1166-0-3262.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 64mm, 1166-0-3264.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 66mm, 1166-0-3266.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 20, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 68mm, 1166-0-3268.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 46mm, 1177-0-2846.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 48mm, 1177-0-2848.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 50mm, 1177-0-2850.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm, 1177-0-2852.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 54mm, 1177-0-2854.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 56mm, 1177-0-2856.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 58mm, 1177-0-2858.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 60mm, 1177-0-2860.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 62mm, 1177-0-2862.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 64mm, 1177-0-2864.

E *~*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 66mm, 1177-0-2866.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 28mm ID, VitalitE, +5mm, 68mm, 1177-0-2868.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 48mm, 1177-0-3248.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 50mm, 1177-0-3250.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm, 1177-0-3252.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm, 1177-0-3252.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 54mm, 1177-0-3254.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 56mm, 1177-0-3256.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 58mm, 1177-0-3258.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 60mm, 1177-0-3260.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 61mm, 1177-0-3261.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 62mm, 1177-0-3262.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 64mm, 1177-0-3264.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 66mm, 1177-0-3266.
- Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 32mm ID, VitalitE, +5mm, 68mm, 1177-0-3268.

E. ✓

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm, 1177-0-3652.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 54mm, 1177-0-3654.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 56mm, 1177-0-3656.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 60mm, 1177-0-3660.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 62mm, 1177-0-3662.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 64mm, 1177-0-3664.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 66mm, 1177-0-3666.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Neutro, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 68mm, 1177-0-3668.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 52mm, 1188-0-3652.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 54mm, 1188-0-3654.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 56mm, 1188-0-3656.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 58mm, 1188-0-3658.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 60mm, 1188-0-3660.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 62mm, 1188-0-3662.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 64mm, 1188-0-3664.

E →



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 66mm, 1188-0-3666.

Inserto Acetabular CS2 Plus, Campana 10, 36mm ID, VitalitE, +5mm, 68mm, 1188-0-3668.

Cabeza Femoral, -3,5mm, Delta 28mm, BioloX®, 0005-0-2801.

Cabeza Femoral, +0mm, Delta 28mm, BioloX®, 0005-0-2802.

Cabeza Femoral, +3,5mm, Delta 28mm, BioloX®, 0005-0-2803.

Cabeza Femoral, -4mm, Delta 32mm, BioloX®, 0005-0-3201.

Cabeza Femoral, +0mm, Delta 32mm, BioloX®, 0005-0-3202.

Cabeza Femoral, +4mm, Delta 32mm, BioloX®, 0005-0-3203.

Cabeza Femoral, +7mm, Delta 32mm, BioloX®, 0005-0-3204.

Cabeza Femoral, -4mm, Delta 36mm, BioloX®, 0005-0-3601.

Cabeza Femoral, +0mm, Delta 36mm, BioloX®, 0005-0-3602.

Cabeza Femoral, +4mm, Delta 36mm, BioloX®, 0005-0-3603.

Cabeza Femoral, +8mm, Delta 36mm, BioloX®, 0005-0-3604.

Cabeza Femoral, -3,5mm, Zirconia 28mm, 0006-0-2801.

Cabeza Femoral, +0mm, Zirconia 28mm, 0006-0-2802.

Cabeza Femoral, +5mm, Zirconia 28mm, 0006-0-2803.

Cabeza Femoral, -3,5mm, Zirconia 32mm, 0006-0-3201.

Cabeza Femoral, +0mm, Zirconia 32mm, 0006-0-3202.

Cabeza Femoral, +5mm, Zirconia 32mm, 0006-0-3203.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 8, 1010-3-0008.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 9, 1010-3-0009.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 10, 1010-3-0010.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 11, 1010-3-0011.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 12, 1010-3-0012.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 13, 1010-3-0013.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 14, 1010-3-0014.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 15, 1010-3-0015.

E.

Vástago de Cadera, CoCr, Con Cuello, Consensus, Tamaño 16, 1010-3-0016.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0010.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0011.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0012.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0013.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0014.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0015.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0016.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0017.
Vástago Femoral, con Cuello, No Poroso, CoCr, 1012-3-0018.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 8, 1410-3-0008.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 9, 1410-3-0009.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 10, 1410-3-0010.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 11, 1410-3-0011.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 12, 1410-3-0012.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 13, 1410-3-0013.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 14, 1410-3-0014.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 15, 1410-3-0015.
Vástago Femoral, HA/Ti, Sin Cuello, Tamaño 16, 1410-3-0016.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 8, 1510-3-0008.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 9, 1510-3-0009.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 10, 1510-3-0010.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 11, 1510-3-0011.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 12, 1510-3-0012.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 13, 1510-3-0013.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 14, 1510-3-0014.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 15, 1510-3-0015.
Vástago Femoral, Textura de Ti, Sin Cuello, Tamaño 16, 1510-3-0016.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 08, 1610-3-0008.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 09, 1610-3-0009.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 10, 1610-3-0010.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 11, 1610-3-0011.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 12, 1610-3-0012.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 13, 1610-3-0013.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 14, 1610-3-0014.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 15, 1610-3-0015.
Vástago de Cadera, Ti, Sin Cuello, Consensus, Tamaño 16, 1610-3-0016.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 8, 1710-3-0008.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 9, 1710-3-0009.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 10, 1710-3-0010.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 11, 1710-3-0011.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 12, 1710-3-0012.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 13, 1710-3-0013.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 14, 1710-3-0014.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 15, 1710-3-0015.
Vástago de Cadera, Ti, Con Cuello, Consensus, Tamaño 16, 1710-3-0016.

Instrumental asociado

Taladro Angular para Túnel Femoral 0800-0-1400.
Tornillo, Hexagonal Entrelazado Cautivo, Mecha 0800-0-1450.
Mecha, 6,5 X 35MM 0800-0-1465.
Mango en Forma de "T" Universal, Zimmer 0800-0-1600.
Taladro Angular para Túnel Femoral 0800-1-1400.
Mecha, 6,5 X 35MM, Tres Caras Cautivo 0800-1-1465.
Mecha de Taladro, 3,2MM x 35 de Largo 0801-0-3235.
Mecha de Taladro, 3,2MM x 45 de Largo 0801-0-3245.
Mecha de Taladro, 3,2MM x 55 de Largo 0801-0-3255.
Mecha de Taladro, 4,5MM x 35 de Largo 0801-0-4535.
Mecha de Taladro, 4,5MM x 45 de Largo 0801-0-4545.
Mecha de Taladro, 4,5MM x 55 de Largo 0801-0-4555.
Mecha de Taladro, 3,2MM x 35 de Largo 0801-1-3235.

L. A.

Mecha de Taladro, 3,2MM x 55 de Largo 0801-1-3255.

Mecha de Taladro, 4,5MM x 35 de Largo 0801-1-4535.

Mecha de Taladro, 4,5MM x 55 de Largo 0801-1-4555.

Sistema de Cadera Consensus, Plantillas de Rayos X, 118% 1099-0-1003.

Sistema de Cadera Consensus, Plantillas de Rayos X, 110% 1099-0-1004.

Sistema Bipolar Consensus, Plantillas de Rayos X, 118% 1099-0-1403.

Sistema Bipolar Consensus, Plantillas de Rayos X, 110% 1099-0-1404.

Sistema de Cadera Consensus, Insertos Acetabulares con Campana, Plantilla de Rayos X 1099-0-1703.

Guía de Osteotomía de Cuello Femoral, Tamaño 22MM 1800-0-0001.

Gancho para Extracción de Broca a Medida 1800-0-0010.

Caja de Escoplo, Pequeña 1800-0-0110.

Caja de Escoplo, Grande 1800-0-0120.

Canal Femoral, Escariador de Arranque, 6MM 1800-0-0406.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 8MM 1800-0-0508.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 9MM 1800-0-0509.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 10MM 1800-0-0510.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 11MM 1800-0-0511.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 12MM 1800-0-0512.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 13MM 1800-0-0513.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 14MM 1800-0-0514.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 15MM 1800-0-0515.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 16MM 1800-0-0516.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 17MM 1800-0-0517.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 18MM 1800-0-0518.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 19MM 1800-0-0519.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 20MM 1800-0-0520.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 21MM 1800-0-0521.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 22MM 1800-0-0522.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 23MM 1800-0-0523.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 24MM 1800-0-0524.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Canal Femoral, Escariador, Cilíndrico 35MM 1800-0-0525.
Broca Femoral, A Presión 8MM 1800-0-0608.
Broca Femoral, A Presión 9MM 1800-0-0609.
Broca Femoral, A Presión 10MM 1800-0-0610.
Broca Femoral, A Presión 11MM 1800-0-0611.
Broca Femoral, A Presión 12MM 1800-0-0612.
Broca Femoral, A Presión 13MM 1800-0-0613.
Broca Femoral, A Presión 14MM 1800-0-0614.
Broca Femoral, A Presión 15MM 1800-0-0615.
Broca Femoral, A Presión 16MM 1800-0-0616.
Porta Broca Femoral 1800-0-0800.
Mango de Broca, Ensamblaje, Bajo Perfil 1800-0-0810.
Mango de Broca, Un Solo Toque 1800-0-0820.
Llave de Impacto, Ensamblaje de una Sola Pieza, Vástago Consensus 1800-0-0840.
Mango Porta Vástago Femoral (Reemplazo) 1800-0-0851.
Varilla de Alineación 1800-0-0855.
Guía de Alineación, Cúpula Acetabular, CS2 1800-0-0860.
Llave de Impacto de Cabeza Femoral, Mango 1800-0-0900.
Llave de Impacto de Cabeza Femoral, Cabeza 1800-0-0905.
Extractor de Cabeza Femoral 1800-0-1000.
Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 10/11 mm 1800-0-1011.
Planificador Calcáneo Femoral, Pequeño 1800-0-1100.
Planificador Calcáneo Femoral, Grande 1800-0-1101.
Mango de Escariador Acetabular 1800-0-1200.
Bloque de Bisel, Tamaño 1 1800-0-1201.
Bloque de Bisel, Tamaño 2 1800-0-1202.
Bloque de Bisel, Tamaño 3 1800-0-1203.
Bloque de Bisel, Tamaño 4 1800-0-1204.
Bloque de Bisel, Tamaño 5 1800-0-1205.

Bloque de Bisel, Tamaño 6 1800-0-1206.

Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 12/13 mm 1800-0-1213.

Escariador Acetabular, Tamaño 38MM 1800-0-1238.

Escariador Acetabular, Tamaño 39MM 1800-0-1239.

Escariador Acetabular, Tamaño 40MM 1800-0-1240.

Escariador Acetabular, Tamaño 41MM 1800-0-1241.

Escariador Acetabular, Tamaño 42MM 1800-0-1242.

Escariador Acetabular, Tamaño 43MM 1800-0-1243.

Escariador Acetabular, Tamaño 44MM 1800-0-1244.

Escariador Acetabular, Tamaño 45MM 1800-0-1245.

Escariador Acetabular, Tamaño 46MM 1800-0-1246.

Escariador Acetabular, Tamaño 47MM 1800-0-1247.

Escariador Acetabular, Tamaño 48MM 1800-0-1248.

Escariador Acetabular, Tamaño 49MM 1800-0-1249.

Escariador Acetabular, Tamaño 50MM 1800-0-1250.

Escariador Acetabular, Tamaño 51MM 1800-0-1251.

Escariador Acetabular, Tamaño 52MM 1800-0-1252.

Escariador Acetabular, Tamaño 53MM 1800-0-1253.

Escariador Acetabular, Tamaño 54MM 1800-0-1254.

Escariador Acetabular, Tamaño 55MM 1800-0-1255.

Escariador Acetabular, Tamaño 56MM 1800-0-1256.

Escariador Acetabular, Tamaño 57MM 1800-0-1257.

Escariador Acetabular, Tamaño 58MM 1800-0-1258.

Escariador Acetabular, Tamaño 59MM 1800-0-1259.

Escariador Acetabular, Tamaño 60MM 1800-0-1260.

Escariador Acetabular, Tamaño 61MM 1800-0-1261.

Escariador Acetabular, Tamaño 62MM 1800-0-1262.

Escariador Acetabular, Tamaño 63MM 1800-0-1263.

Escariador Acetabular, Tamaño 64MM 1800-0-1264.

Escariador Acetabular, Tamaño 65MM 1800-0-1265.

Escariador Acetabular, Tamaño 66MM 1800-0-1266.

Handwritten signature and a checkmark-like mark.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Escariador Acetabular, Tamaño 67MM 1800-0-1267.
Escariador Acetabular, Tamaño 68MM 1800-0-1268.
Escariador Acetabular, Tamaño 69MM 1800-0-1269.
Escariador Acetabular, Tamaño 70MM 1800-0-1270.
Escariador Acetabular, Tamaño 71MM 1800-0-1271.
Escariador Acetabular, Tamaño 72MM 1800-0-1272.
Escariador Acetabular, Tamaño 73MM 1800-0-1273.
Escariador Acetabular, Tamaño 74MM 1800-0-1274.
Escariador Acetabular, Tamaño 75MM 1800-0-1275.
Escariador Acetabular, Tamaño 76MM 1800-0-1276.
Escariador Acetabular, Tamaño 77MM 1800-0-1277.
Escariador Acetabular, Tamaño 78MM 1800-0-1278.
Porta Cúpula Acetabular / Ensamblaje de Llave de Impacto 1800-0-1300.
Llave de Impacto Inserto Acetabular (22MM) 1800-0-1302.
Llave de Impacto Inserto Acetabular (28MM) 1800-0-1303.
Llave de Impacto Inserto Acetabular (22MM) 1800-0-1322.
Llave de Impacto Inserto Acetabular (32MM) 1800-0-1332.
Llave de Impacto Inserto Acetabular, Mango de Llave de Impacto 1800-0-1400.
Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 14/15 mm 1800-0-1415.
Cabeza de Llave de Impacto, Llave de Impacto Inserto Acetabular (22MM) 1800-0-1422.
Cabeza de Llave de Impacto, Llave de Impacto Inserto Acetabular (28MM) 1800-0-1428.
Cabeza de Llave de Impacto, Llave de Impacto Inserto Acetabular (32MM) 1800-0-1432.
Cabeza de Llave de Impacto, Llave de Impacto Inserto Acetabular (36MM) 1800-0-1436.
Calibrador de Profundidad 1800-0-1500.
Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 16/17 mm 1800-0-1617.
Caja de Instrumental, Acetabular Nro. 1 1800-0-1700.

E A

Caja de Instrumental, Acetabular Nro. 2 1800-0-1800.
Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 18/19 mm 1800-0-1819.
Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 20/21 mm 1800-0-2021.
Calibrador de Canal Distal Femoral, Tamaño 22/23 mm 1800-0-2223.
Guía de Osteotomía de Cuello Femoral, Tamaño 28MM 1800-1-0000.
Guía de Osteotomía, 22mm 1800-1-0001.
Escariador de Arranque, Canal Femoral, 8MM 1800-1-0406.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 8 1800-1-0508.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 9 1800-1-0509.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 10 1800-1-0510.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 11 1800-1-0511.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 12 1800-1-0512.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 13 1800-1-0513.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 14 1800-1-0514.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 15 1800-1-0515.
Escariador Helicoidal RH Recto, Tamaño 16 1800-1-0516.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 8 mm 1800-1-0608.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 9 mm 1800-1-0609.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 10 mm 1800-1-0610.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 11 mm 1800-1-0611.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 12 mm 1800-1-0612.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 13 mm 1800-1-0613.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 14 mm 1800-1-0614.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 15 mm 1800-1-0615.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 16 mm 1800-1-0616.
Porta Broca Femoral 1800-0-0800.
Porta Vástago Femoral 1800-1-0850.
Planificador Calcáneo Femoral, Pequeño 1800-1-1100.
Planificador Calcáneo Femoral, Grande 1800-1-1101.
Mango de Rallador, Acetabular 1800-1-1200.
Rallador, Acetabular, 40MM 1800-1-1240.


E r



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Rallador, Acetabular, 41MM 1800-1-1241.
Rallador, Acetabular, 42MM 1800-1-1242.
Rallador, Acetabular, 43MM 1800-1-1243.
Rallador, Acetabular, 44MM 1800-1-1244.
Rallador, Acetabular, 45MM 1800-1-1245.
Rallador, Acetabular, 46MM 1800-1-1246.
Rallador, Acetabular, 47MM 1800-1-1247.
Rallador, Acetabular, 48MM 1800-1-1248.
Rallador, Acetabular, 49MM 1800-1-1249.
Rallador, Acetabular, 50MM 1800-1-1250.
Rallador, Acetabular, 51MM 1800-1-1251.
Rallador, Acetabular, 52MM 1800-1-1252.
Rallador, Acetabular, 53MM 1800-1-1253.
Rallador, Acetabular, 54MM 1800-1-1254.
Rallador, Acetabular, 55MM 1800-1-1255.
Rallador, Acetabular, 56MM 1800-1-1256.
Rallador, Acetabular, 57MM 1800-1-1257.
Rallador, Acetabular, 58MM 1800-1-1258.
Rallador, Acetabular, 59MM 1800-1-1259.
Rallador, Acetabular, 60MM 1800-1-1260.
Rallador, Acetabular, 61MM 1800-1-1261.
Rallador, Acetabular, 62MM 1800-1-1262.
Rallador, Acetabular, 63MM 1800-1-1263.
Rallador, Acetabular, 64MM 1800-1-1264.
Rallador, Acetabular, 65MM 1800-1-1265.
Rallador, Acetabular, 66MM 1800-1-1266.
Rallador, Acetabular, 67MM 1800-1-1267.
Rallador, Acetabular, 68MM 1800-1-1268.
Porta Cúpula Acetabular, Ensamblaje de Llave de Impacto 1800-1-1300.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 8MM 1800-2-0608.

Broca Femoral, A Presión, Tamaño 9MM 1800-2-0609.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 10MM 1800-2-0610.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 11MM 1800-2-0611.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 12MM 1800-2-0612.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 13MM 1800-2-0613.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 14MM 1800-2-0614.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 15MM 1800-2-0615.
Broca Femoral, A Presión, Tamaño 16MM 1800-2-0616.
Mango de Broca 1800-2-0800.
Porta Vástago Femoral 1800-2-0850.
Porta Cúpula Acetabular, Ensamblaje de Llave de Impacto 1800-2-1300.
Porta Vástago Femoral 1800-3-0850.
Porta Vástago Femoral 1800-4-0850.
Porta Vástago Femoral 1800-5-0850.
Fórceps para Tornillos de Sujeción, 0,22 Pulgadas 1801-0-1320.
Destornillador, Hexagonal, Recto, 3,5MM 1801-0-1340.
Copa Completamente de Polietileno, Colocador, 22MM 1805-0-2200.
Copa Completamente de Polietileno, Colocador, 26MM 1805-0-2600.
Copa Completamente de Polietileno, Colocador, 28MM 1805-0-2800.
Copa Completamente de Polietileno, Colocador, 32MM 1805-0-3200.
Herramienta de Remoción Bipolar, 42/43/44 1814-0-4244.
Herramienta de Remoción Bipolar, 45/46/47 1814-0-4547.
Herramienta de Remoción Bipolar, 48/49/50 1814-0-4850.
Herramienta de Remoción Bipolar, 51/52/53 1814-0-5153.
Herramienta de Remoción Bipolar, 54/55/56 1814-0-5456.
Herramienta de Remoción Bipolar, 57/58/59 1814-0-5759.
Herramienta de Remoción Bipolar, 60/61/62 1814-0-6062.
Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22MM), 38/39/40/41 1815-0-3841.
Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22MM), 42/43/44 1815-0-4244.
Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22MM), 45/46/47 1815-0-4547.
Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22MM), 48/49/50 1815-0-4850.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22MM), 51/52/53 1815-0-5153.
Herramienta de Remoción de Inserto Bipolar (22MM), 54/55/56 1815-0-5456.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 10MM 1850-0-0010.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 11MM 1850-0-0011.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 12MM 1850-0-0012.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 13MM 1850-0-0013.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 14MM 1850-0-0014.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 15MM 1850-0-0015.
Broca Femoral, Cementada, Cilindro Distal Afilado 16MM 1850-0-0016.
Mango de Cabeza Bipolar 1914-0-0000.
Mango de Cabeza Bipolar, Ensamblaje 1914-1-0000.
Mango de Prueba Bipolar, 22MM 1914-1-2200.
Mango de Prueba Bipolar, 28MM 1914-2-2200.
Torre de Alineación 2800-0-0500.
Llave de Impacto de Cúpula Acetabular, Ensamblaje 20185-01.
Llave de Impacto, Ensamblaje de una Sola Pieza, Vástago Consensus 20192-01.
Túnel de Perforación Flexible con Conector, Ensamblaje 20203-01.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), -3mm 0907-0-2805.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +3mm 0907-0-2806.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +6mm 0907-0-2807.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), -3mm 0907-1-2201.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), Neutro 0907-1-2202.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), +3mm 0907-1-2203.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), +6mm 0907-1-2204.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), -5 0907-1-3201.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), 0 0907-1-3202.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), +5 0907-1-3203.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), +10 0907-1-3204.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), -3,5 0907-1-3205.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), +3,5 0907-1-3206.

Cabeza Femoral de Prueba (22mm), -3mm 0907-2-2201.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), Neutro 0907-2-2202.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), +3mm 0907-2-2203.
Cabeza Femoral de Prueba (22mm), +6mm 0907-2-2204.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), -5 0907-2-2801.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), Neutro 0907-2-2802.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +5 0907-2-2803.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +10 0907-2-2804.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), -3,5mm 0907-2-2805.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +3,5mm 0907-2-2806.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), -5 0907-2-3201.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), Neutro 0907-2-3202.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), +5 0907-2-3203.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), +10 0907-2-3204.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), -3,5 0907-2-3205.
Cabeza Femoral de Prueba (32mm), +3,5 0907-2-3206.
Cabeza Femoral de Prueba (36mm), -5 0907-2-3601.
Cabeza Femoral de Prueba (36mm), Neutro 0907-2-3602.
Cabeza Femoral de Prueba (36mm), +5 0907-2-3603.
Cabeza Femoral de Prueba (36mm), +10 0907-2-3604.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), -5 0907-3-2801.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), Neutro 0907-3-2802.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +5 0907-3-2803.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +10 0907-3-2804.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), -3,5 0907-3-2805.
Cabeza Femoral de Prueba (28mm), +3,5 0907-3-2806.
Cuello Femoral de Prueba, 8/9/10/11 1900-1-0811.
Cuello Femoral de Prueba, 12/13/14 1900-1-1214.
Cuello Femoral de Prueba, 15/16 1900-1-1516.
Cuello Femoral de Prueba, 8/9/10/11 1900-2-0811.
Cuello Femoral de Prueba, 12/13/14 1900-2-1214.

Σ ↗



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cuello Femoral de Prueba, 15/16 1900-1-1516.
Cuello de Prueba, Sin Cuello, Consensus PF, Tamaños 08-11 1901-0-0811.
Cuello de Prueba, Sin Cuello, Consensus PF, Tamaños 12-14 1901-0-1214.
Cuello de Prueba, Sin Cuello, Consensus PF, Tamaños 15-16 1901-0-1516.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 44mm 1903-0-0044.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 46mm 1903-0-0046.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 48mm 1903-0-0048.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 50mm 1903-0-0050.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 52mm 1903-0-0052.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 54mm 1903-0-0054.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 56mm 1903-0-0056.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 58mm 1903-0-0058.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 60mm 1903-0-0060.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 62mm 1903-0-0062.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 64mm 1903-0-0064.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 66mm 1903-0-0066.
Cúpula Acetabular de Prueba Tamaño 68mm 1903-0-0068.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 40mm 1903-1-0040.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 42mm 1903-1-0042.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 44mm 1903-1-0044.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 46mm 1903-1-0046.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 48mm 1903-1-0048.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 50mm 1903-1-0050.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 52mm 1903-1-0052.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 54mm 1903-1-0054.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 56mm 1903-1-0056.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 58mm 1903-1-0058.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 60mm 1903-1-0060.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 62mm 1903-1-0062.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 64mm 1903-1-0064.

Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 66mm 1903-1-0066.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 68mm 1903-1-0068.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 70mm 1903-1-0070.
Cúpula Acetabular de Prueba, Ranurado Tamaño 72mm 1903-1-0072.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 50mm 1904-0-2850.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 52mm 1904-0-2852.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 54mm 1904-0-2854.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 56mm 1904-0-2856.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 58mm 1904-0-2858.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 60mm 1904-0-2860.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 62mm 1904-0-2862.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 64mm 1904-0-2864.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 66mm 1904-0-2866.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 68mm 1904-0-2868.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 52mm 1904-0-3252.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 54mm 1904-0-3254.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 56mm 1904-0-3256.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 58mm 1904-0-3258.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 60mm 1904-0-3260.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 62mm 1904-0-3262.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 64mm 1904-0-3264.
Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 66mm 1904-0-3266.

5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 32mm, 68mm 1904-0-3268.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 40mm (22mm Diámetro Interior) 1904-1-2240.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 42mm (22mm Diámetro Interior) 1904-1-2242.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 44mm (22mm Diámetro Interior) 1904-1-2244.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 40mm 1904-1-2840.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 42mm 1904-1-2842.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 44mm 1904-1-2844.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 46mm 1904-1-2846.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 48mm 1904-1-2848.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 50mm 1904-1-2850.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 52mm 1904-1-2852.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 54mm 1904-1-2854.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 56mm 1904-1-2856.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 58mm 1904-1-2858.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 60mm 1904-1-2860.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 62mm 1904-1-2862.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 64mm 1904-1-2864.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 66mm 1904-1-2866.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana Tamaño 68mm 1904-1-2868.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 28mm, 70mm 1904-1-2870.

Inserto Acetabular de Prueba, Con Campana de 20°, 28mm, 72mm 1904-1-2872.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 22/42 1904-2-2242.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 22/44 1904-2-2244.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/46 1904-2-2846.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/48 1904-2-2848.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/50 1904-2-2850.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/52 1904-2-2852.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/54 1904-2-2854.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/56 1904-2-2856.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/58 1904-2-2858.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/60 1904-2-2860.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/62 1904-2-2862.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/64 1904-2-2864.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/66 1904-2-2866.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 28/68 1904-2-2868.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/52 1904-2-3252.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/54 1904-2-3254.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/56 1904-2-3256.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/58 1904-2-3258.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/60 1904-2-3260.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/62 1904-2-3262.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/64 1904-2-3264.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/66 1904-2-3266.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana, 32/68 1904-2-3268.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 42mm 1905-0-0042.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 44mm 1905-0-0044.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 46mm 1905-0-0046.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 48mm 1905-0-0048.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 50mm 1905-0-0050.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 52mm 1905-0-0052.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 54mm 1905-0-0054.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 56mm 1905-0-0056.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 58mm 1905-0-0058.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 60mm 1905-0-0060.
Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 62mm 1905-0-0062.

E



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 64mm 1905-0-0064.

Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 66mm 1905-0-0066.

Cúpula Acetabular de Prueba, CS2, 68mm 1905-0-0068.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 56mm 1906-0-3656.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 58mm 1906-0-3658.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 60mm 1906-0-3660.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 62mm 1906-0-3662.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 64mm 1906-0-3664.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 66mm 1906-0-3666.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Con Campana de 10°, 36mm Diámetro Interior, 68mm 1906-0-3668.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 22/42 1907-0-2242.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 22/44 1907-0-2244.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/46 1907-0-2846.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/48 1907-0-2848.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/50 1907-0-2850.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/52 1907-0-2852.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/54 1907-0-2854.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/56 1907-0-2856.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/58 1907-0-2858.


Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/60 1907-0-2860.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/62 1907-0-2862.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/64 1907-0-2864.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/66 1907-0-2866.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 28/68 1907-0-2868.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/52 1907-0-3252.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/52 1907-0-3254.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/56 1907-0-3256.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/58 1907-0-3258.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/60 1907-0-3260.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/62 1907-0-3262.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/64 1907-0-3264.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/66 1907-0-3266.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 32/68 1907-0-3268.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/56 1907-0-3656.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/58 1907-0-3658.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/60 1907-0-3660.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/62 1907-0-3662.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/64 1907-0-3664.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/66 1907-0-3666.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2, Neutro, Tamaño 36/68 1907-0-3668.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/46mm
1908-0-2846.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/48mm
1908-0-2848.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/50mm
1908-0-2850.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/52mm
1908-0-2852.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/54mm
1908-0-2854.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/56mm
1908-0-2856.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/58mm
1908-0-2858.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/60mm
1908-0-2860.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/62mm
1908-0-2862.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/64mm
1908-0-2864.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/66mm
1908-0-2866.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 28/68mm
1908-0-2868.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/48mm
1908-0-3248.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/50mm
1908-0-3250.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/52mm
1908-0-3252.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/54mm
1908-0-3254.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/56mm
1908-0-3256.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/58mm
1908-0-3258.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/60mm
1908-0-3260.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/62mm
1908-0-3262.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/64mm
1908-0-3264.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/66mm
1908-0-3266.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 32/68mm
1908-0-3268.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/52mm
1908-0-3652.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/54mm
1908-0-3654.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/56mm
1908-0-3656.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/58mm
1908-0-3658.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/60mm
1908-0-3660.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/62mm
1908-0-3662.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/64mm
1908-0-3664.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/66mm
1908-0-3666.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Con Campana de 20°, +5mm, 36/68mm
1908-0-3668.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/46mm 1909-0-2846.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/48mm 1909-0-2848.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/50mm 1909-0-2850.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/52mm 1909-0-2852.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/54mm 1909-0-2854.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/56mm 1909-0-2856.


Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/58mm 1909-0-2858.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/62mm 1909-0-2862.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/64mm 1909-0-2864.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/66mm 1909-0-2866.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 28/68mm 1909-0-2868.





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/48mm 1909-0-3248.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/50mm 1909-0-3250.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/52mm 1909-0-3252.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/54mm 1909-0-3254.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/56mm 1909-0-3256.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/58mm 1909-0-3258.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/60mm 1909-0-3260.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/62mm 1909-0-3262.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/64mm 1909-0-3264.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/66mm 1909-0-3266.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 32/68mm 1909-0-3268.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/52mm 1909-0-3652.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/54mm 1909-0-3654.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/56mm 1909-0-3656.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/58mm 1909-0-3658.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/60mm 1909-0-3660.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/62mm 1909-0-3662.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/64mm 1909-0-3664.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/66mm 1909-0-3666.
Inserto Acetabular de Prueba, CS2 Plus, Neutro, +5mm, 36/68mm 1909-0-3668.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 38mm 1914-0-0038.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 39mm 1914-0-0039.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 40mm 1914-0-0040.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 41mm 1914-0-0041.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 42mm 1914-0-0042.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 43mm 1914-0-0043.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 44mm 1914-0-0044.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 45mm 1914-0-0045.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 46mm 1914-0-0046.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 47mm 1914-0-0047.

Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 48mm 1914-0-0048.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 49mm 1914-0-0049.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 50mm 1914-0-0050.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 51mm 1914-0-0051.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 52mm 1914-0-0052.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 53mm 1914-0-0053.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 54mm 1914-0-0054.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 55mm 1914-0-0055.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 56mm 1914-0-0056.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 57mm 1914-0-0057.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 58mm 1914-0-0058.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 59mm 1914-0-0059.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 60mm 1914-0-0060.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 61mm 1914-0-0061.
Cabeza Bipolar de Prueba, Tamaño 62mm 1914-0-0062.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 38mm 1914-0-2238.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 39mm 1914-0-2239.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 40mm 1914-0-2240.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 41mm 1914-0-2241.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 42mm 1914-0-2242.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 43mm 1914-0-2243.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 44mm 1914-0-2244.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 45mm 1914-0-2245.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 46mm 1914-0-2246.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 47mm 1914-0-2247.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 48mm 1914-0-2248.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 49mm 1914-0-2249.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 50mm 1914-0-2250.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 51mm 1914-0-2251.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 52mm 1914-0-2252.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 53mm 1914-0-2253.

GA



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 54mm 1914-0-2254.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 55mm 1914-0-2255.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 56mm 1914-0-2256.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 38mm 1914-1-2238.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 39mm 1914-1-2239.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 40mm 1914-1-2240.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 41mm 1914-1-2241.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 42mm 1914-1-2242.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 43mm 1914-1-2243.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 44mm 1914-1-2244.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 45mm 1914-1-2245.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 46mm 1914-1-2246.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 47mm 1914-1-2247.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 48mm 1914-1-2248.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 49mm 1914-1-2249.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 50mm 1914-1-2250.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 51mm 1914-1-2251.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 52mm 1914-1-2252.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 53mm 1914-1-2253.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 54mm 1914-1-2254.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 55mm 1914-1-2255.
Cabeza Bipolar de Prueba (22mm), Tamaño 56mm 1914-1-2256.
Inserto Acetabular de Prueba, Ensamblaje, CS2, 22/28mm, Con Campana de 20°
20147-42/68.
Inserto Acetabular de Prueba, Ensamblaje, CS2, 36mm, Con Campana de 10°
20148-42/68.
Inserto Acetabular de Prueba, Ensamblaje, CS2, 32mm, Con Campana de 20°
20150-52/68.
Inserto Acetabular de Prueba, Ensamblaje, Neutro, CS2, 22/28mm 20188-42/68.
Inserto Acetabular de Prueba, Ensamblaje, Neutro, CS2, 32mm, 20189-52/68.

E. A

Inserto Acetabular de Prueba, Ensamblaje, Neutro, CS2, 36mm, 20190-56/68.

Período de vida útil: 5 años

Forma de presentación: unitario

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: CONSENSUS ORTHOPEDICS, INC.

Lugar/es de elaboración: 1115 WINDFIELD WAY, SUITE 100, EL DORADO HILLS
CA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Se extiende a ORTOPEDIA RP SRL el Certificado de Autorización e Inscripción del
PM-2222-2, en la Ciudad de Buenos Aires, a ...**05 MAYO 2016**..., siendo su
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

5141



Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.