



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 10031

BUENOS AIRES, 07 SET. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-11736-13-1 y adjunto 1-47-3110-4142-15-7 del registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones la firma OSTEOLIFE S.R.L., solicita la corrección de la Disposición ANMAT N° 0326/14, por la cual se aprobó la Inscripción en el RPPTM del PM-940-117, denominado: Sistema para artrodesis de rodilla, Marca: OsteoBridge.

Que por error se redactaron mal cuatro modelos en los Anexos de Registro.

Que dicho error material se considera subsanable en los términos de lo normado por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991).

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decretos N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.



DISPOSICIÓN N° 10031

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Rectifícase cuatro modelos de los Anexos de la Disposición ANMAT N° 0326 del 14 de enero de 2014, los cuales quedaran redactados de la siguiente forma:

GA11611 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 110 mm, TiAl6V4, estéril

GA11613 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 130 mm, TiAl6V4, estéril

GA11615 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 150 mm, TiAl6V4, estéril

GA11620 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 200 mm, TiAl6V4, estéril.

En lugar de:

GA11711 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 110 mm, TiAl6V4, estéril

GA11713 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 130 mm, TiAl6V4, estéril

GA11715 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 150 mm, TiAl6V4, estéril

GA11720 OsteoBridge Artrodesis de rodilla Clavo con Cuello, Ø 16 mm, Largo 200 mm, TiAl6V4, estéril

L
n



DISPOSICIÓN N° 10031

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ARTICULO 2°.- Practíquese la atestación correspondiente en el certificado PM-940-117 cuando el mismo se presente acompañado de la copia autenticada de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición; notifíquese a la Dirección Nacional de Productos Médicos. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-11736-13-1 y adjunto 1-47-3110-4142-15-7

DISPOSICION N° 10031

E

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.