



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-1483-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 2 de Noviembre de 2018

**Referencia:** EX-2018-32900721-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente N° EX-2018-32900721-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones RIPEZZI S.R.L., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca RRS nombre descriptivo IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO y nombre técnico Materiales para reconstruir tejidos, de acuerdo con lo solicitado por RIPEZZI S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-52254441-APN-DGA#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-2369-2”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

#### DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-875 - Materiales para reconstruir tejidos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): RRS.

Clase de Riesgo: IV.

Indicación/es autorizada/s: Implante dérmico para el tratamiento del foto envejecimiento y sus consecuencias, tratamiento de la atrofia dérmica, indicado para rellenar depresiones finas. Se implanta en la dermis superficial o profunda como complemento de la matriz intercelular y del tejido subcutáneo para restaurar estructuras anatómicas perdidas de la piel, reemplazando el ácido hialurónico perdido. Tratamiento del foto envejecimiento, sus consecuencias y la atrofia dérmica en: Rostro, Cuello, Escote, Dorso de las manos.

Modelo/s: HYALIFT 35, HYALIFT 75, HYALIFT 75 Proactive.

Período de vida útil: 3 años.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentación: Viales con 5 ml (0,175 Fl.oz.) – Cajas de 2 viales, 6 viales, 12 viales. Jeringas con 3 ml (0,1 Fl.oz.) – Cajas de 1, 2, 4 jeringas.

Método de esterilización: Calor Húmedo.

Nombre del fabricante: SKIN TECH PHARMA GROUP, S.L.

Lugar/es de elaboración: C/Pla de L'Estany, 29, Polígono Industrial El Pla – 17486 Castelló de Empúries, Girona, España.

Expediente N° EX-2018-32900721-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2018.11.02 11:50:59 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO

SubAdministrador

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.11.02 11:51:14 -03'00'

**PROYECTO DE ROTULO**  
Implante de Ácido Hialurónico

**FABRICANTE: SKIN TECH PHARMA GROUP, S.L**

Dirección: C/Pla de L'Estany, 29, Polígono Industrial El Pla – 17486 Castelló de Empúries  
(Girona) (España)

**IMPORTADOR: RIPEZZI SRL**

Dirección: Av. Álvarez Thomas 663 PB, local. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
Teléfono / Fax: 54 11 5368 0516  
e-mail: mherrera@skymedic.com.ar

Marca: RRS®

Modelo: XXX

Fecha de fabricación: XXX

Fecha de vencimiento: XXX

Lote: XXX

Conservar a temperatura ambiente de 2 °C a 35 °C (No congelar)

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado.

No reutilizar. No reprocesar.


Almacenar los productos en condiciones secas y a resguardo de la luz directa del sol.

ESTÉRIL: (CALOR HÚMEDO)

Director Técnico: Dra. Farmacéutica Maria Laura Elgue - MN: 11430

AUTORIZADO POR ANMAT PM: 2369-2

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

  
**Ayelén Rupani**  
Apoderada  
DNI 32.411.138

  
**María Laura Elgue**  
Farmacéutica  
MN 11.430

IF-2018-52254441-APN-DGA#ANMAT

**PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO**

Implante de Ácido Hialurónico

**FABRICANTE: SKIN TECH PHARMA GROUP, S.L**

Dirección: C/Pla de L'Estany, 29, Polígono Industrial El Pla – 17486 Castelló de Empúries  
(Girona) (España)

**IMPORTADOR: RIPEZZI SRL**

Dirección: Av. Álvarez Thomas 663 PB, local . Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  
Teléfono / Fax: 54 11 5368 0516  
e-mail: mherrera@skymedic.com.ar

Marca: RRS®

Modelo: XXX

Conservar a temperatura ambiente de 2 °C a 35 °C (No congelar)

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado.

No reutilizar. No reprocesar.

Almacenar los productos en condiciones secas y a resguardo de la luz directa del sol.

**ESTÉRIL: (CALOR HÚMEDO)**

Director Técnico: Dra. Farmacéutica Maria Laura Elgue - MN: 11430

**AUTORIZADO POR ANMAT PM: 2369-2**

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

**DESCRIPCIÓN:**

RRS® HYALIFT® es un implante cutáneo reabsorbible de alta pureza, fabricado a partir de ácido hialurónico de origen biotecnológico, no animal, obtenido mediante fermentación.

Es un implante de gel estéril, apirógeno, viscoelástico, insoluble en agua, transparente semi-fluido con olor característico, biológicamente compatible (no inmunizante, no inflamable, atóxico).

**Uso previsto:**


Implante dérmico para el tratamiento del fotoenvejecimiento y sus consecuencias, tratamiento de la atrofia dérmica, indicado para rellenar depresiones finas.

Se implanta en la dermis superficial o profunda como complemento de la matriz intercelular y del tejido subcutáneo para restaurar estructuras anatómicas perdidas de la piel, reemplazando el ácido hialurónico perdido.

**Método de uso:**

  
Ayelén Rupani  
Apoderada  
DNI 82.411.138

IF-2018-52254441-APN-DGA#ANMAT

  
María Laura Elgue  
Farmacéutica  
MN 11430

Página 2 de 5

El grupo de dispositivos médicos RRS® HYALIFT® se inyecta con o sin pápulas en la dermis, utilizando una aguja 30G o 32G, con el borde biselado de la aguja hacia abajo. Sin embargo, el facultativo deberá utilizar el método más apropiado, que entre otros pueden ser: inyecciones lineal superficiales múltiples, tunelización retrógrada, en abanico, técnica *criss-cross*, técnica *fish-bone* o incluso las técnicas transdérmicas. También se pueden utilizar técnicas automatizadas para inyección tales como las pistolas mesoterapéuticas

**Técnica de Implante:**

Se inyecta con o sin pápulas utilizando una aguja 30G o 32G en la dermis superficial y profunda o el tejido subcutáneo (según indicación médica), en volúmenes no mayores a 30 ml.

Para garantizar una uniforme distribución del producto, una vez hecho el implante masajee la zona tratada con una leve presión

**Nota importante:**

La inyección puede dejar pequeños puntos de equimosis o incluso hematomas, principalmente en pacientes que tomen ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios o alguna otra medicación que retrase la coagulación. No suele aparecer cuando el producto es inyectado a una profundidad mayor de 1 mm. En pieles sensibles, la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento puede ser conveniente; dicha crema puede causar rojeces o hipersensibilidad en la piel. Una inyección demasiado profunda en el tejido subcutáneo no produce el incremento deseado en el volumen del tejido, ni tampoco la biorrevitalización esperada. El grupo de dispositivos médicos RRS® HYALIFT® puede mezclarse eventualmente con otras soluciones inyectables, dependiendo de las necesidades. En este caso, el facultativo es el responsable de verificar la compatibilidad e idoneidad de los productos que utiliza

**INDICACIONES:**

Tratamiento del fotoenvejecimiento, sus consecuencias y la atrofia dérmica en:

- Rostro
- Cuello
- Escote
- Dorso de las manos


**Contraindicaciones:**

**HYALIFT® está contraindicado para los pacientes que:**

- Tengan alergia a alguno de los ingredientes.
- Presenten infecciones, alteraciones o enfermedades de la piel, o bien secuelas de infecciones de estreptococo.
- Tomen inmunosupresores, bajo terapia cortical, con histórico de enfermedades autoinmunes.
- Tengan diabetes descompensada, reumatismo articular agudo, angina recurrente, endocarditis.
- No hay estudios disponibles para el uso durante el embarazo y la lactancia o en el caso de niños o menores de 18 años

**Precauciones:**

Antes del implante, el facultativo debe informar al paciente sobre los posibles efectos secundarios (dolor, rojeces, equimosis, sensación de escozor, hinchazón, inflamación local, que normalmente desaparecen en 24 horas) y comprobar que el paciente este sano.

  
Ayelén Rupani  
Apoderada  
DNI 32.411.138

IF-2018-52254441-APN-DGA#ANMAT

  
María Laura Elguo  
Farmacéutica  
Página 19 de 50

El grupo de dispositivos médicos **RRS® HYALIFT®** debe utilizarse en condiciones asépticas apropiadas en una clínica autorizada, en pieles saludables y no inflamadas, correctamente desinfectadas.

Un uso no aséptico puede ocasionar infecciones en los puntos de entrada de la inyección

En caso de riesgo de alergia, debe hacerse una prueba antes de la primera inyección. Los resultados de esta prueba se adjuntarán a la historia del paciente. No reutilizar el vial una vez abierto. No utilizar, si el embalaje protector externo presenta serios daños o si hay algún líquido dentro de la caja. No reutilizar o reesterilizar el producto sobrante. Desechar el producto sobrante; desechar la aguja y el vial en los contenedores específicos.

Se debe informar a los pacientes bajo tratamiento de anticoagulantes sobre el riesgo de equimosis o hematomas por el uso de las inyecciones. El paciente debe evitar tomar ácido acetilsalicílico o fármacos antiinflamatorios durante la semana previa a las inyecciones. No inyectar en vasos sanguíneos, huesos, tendones, músculos, ligamentos o cualquier órgano que no sea la piel. Antes de inyectar, comprobar la fecha de caducidad de los viales, jeringas y agujas, así como la integridad del precinto del vial. No utilizar un producto caducado o con aspecto dañado.

**Advertencias:**

El exterior de la presentación no es estéril. Una vez abierta la presentación, utilizar inmediatamente.

No calentar ni congelar la presentación.

El paciente debe ser informado de las características del producto y de sus posibles efectos secundarios, precauciones y contraindicaciones.

No hay estudios disponibles acerca de la intolerancia o posible reacción entre el grupo de dispositivos médicos **RRS® HYALIFT®** y otros productos de relleno, incluso si no son inyectados en la misma zona. En caso de que existan implantes definitivos, el grupo de dispositivos médicos **RRS® HYALIFT®** debe ser utilizado de manera transdérmica (protocolo con **AD ROLL TD®** o **ExcellDerm® Pro**, sin inyectar). El ácido hialurónico precipita al entrar en contacto con cationes de amonio cuaternarios (tales como el cloruro de benzalconio), por lo cual no es recomendable que el grupo de dispositivos médicos **RRS® HYALIFT®** entre en contacto con dicho producto.

Tras el tratamiento y durante 12 horas evitar temperaturas extremas, saunas y *hammam*, exposición directa al sol o UV. Evitar el maquillaje o la aplicación cutánea de cualquier producto que no haya sido recomendado por el médico. El facultativo debe informar al paciente de las posibles reacciones locales relacionadas con la implantación de este dispositivo reabsorbible: rojeces y/o inflamación local que desaparecen en 12-24 horas.

Pueden suceder pequeños edemas o equimosis, que usualmente desaparecen en 24 o 48 horas. En caso de reacción inflamatoria o cualquier otro efecto secundario que no desaparezca en el transcurso de una semana, el paciente debe informar de ello inmediatamente. El médico tratará al paciente mediante un tratamiento adecuado, adaptado al problema.

**Controles a la exposición / protección del personal:**

Protección respiratoria: ninguna.


Protección de la vista: ninguna.

Protección de manos: guantes estériles.


**Estabilidad y reactividad:**

Estabilidad: estable en condiciones normales.

Incompatibilidad (materiales a evitar): el ácido hialurónico precipita al tomar contacto con cationes (como por ej. cloruro de benzalconio).

  
Ayelen Rupani  
Apoderada  
DNI 32411138

IF-2018-52254441-APN-DGA#ANMAT

  
María Laura Elgue  
Farmacéutica  
DNI 311230

Página 4 de 5

Riesgos de descomposición: ninguno.

**Consideraciones para el desecho:**

No hay precauciones acerca del desecho del producto.  
Se desecha de acuerdo con sus regulaciones locales.

**Transporte:**

Este producto no está sujeto a regulaciones para transporte de sustancias peligrosas.


**Manipulación y almacenamiento:**

**Manipulación:**

El producto no debe ser utilizado si el envase protector externo se encuentra seriamente dañado o si hay líquido dentro de la caja.  
No reutilizar o reesterilizar el producto sobrante.  
No utilizar después de la fecha de vencimiento.  
Una vez que la presentación haya sido abierta, utilizar inmediatamente.  
Deberá ser utilizado bajo condiciones asépticas apropiadas.  
Deberá ser utilizado por un profesional calificado.

**Almacenamiento:**

Mantenga alejado de la luz.  
Almacenar a una temperatura entre 2 y 35 °C.  
No congelar.  
No calentar.

  
Ayelén Rupani  
Apoderada  
DNI 32.411.138

  
María Laura Elguero  
Farmacéutica  
MNI 11 430





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:** IF-2018-52254441-APN-DGA#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 17 de Octubre de 2018

**Referencia:** R-IU 2369-02 (2) RIPEZZI

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.10.17 14:44:51 -03'00'

Romina Silvana Oviedo  
Auxiliar administrativo  
Dirección General de Administración  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.10.17 14:44:55 -03'00'

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº: EX-2018-32900721-APN-DGA#ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por RIPEZZI S.R.L., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: **IMPLANTE DE ÁCIDO HIALURÓNICO.**

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-875 - Materiales para reconstruir tejidos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): RRS.

Clase de Riesgo: IV.

Indicación/es autorizada/s: Implante dérmico para el tratamiento del foto envejecimiento y sus consecuencias, tratamiento de la atrofia dérmica, indicado para rellenar depresiones finas. Se implanta en la dermis superficial o profunda como complemento de la matriz intercelular y del tejido subcutáneo para restaurar estructuras anatómicas perdidas de la piel, reemplazando el ácido hialurónico perdido.

WHS

## Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.argentina.gob.ar/anmat> - República Argentina

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km. 10,  
CO. TE. CAR., Paso de los Libres,  
Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé



Tratamiento del foto envejecimiento, sus consecuencias y la atrofia dérmica  
en: Rostro, Cuello, Escote, Dorso de las manos.

Modelo/s: HYALIFT 35, HYALIFT 75, HYALIFT 75 Proactive.

Período de vida útil: 3 años.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentación: Viales con 5 ml (0,175 Fl.oz.) – Cajas de 2 viales, 6  
viales, 12 viales. Jeringas con 3 ml (0,1 Fl.oz.) – Cajas de 1, 2, 4 jeringas.

Método de esterilización: Calor Húmedo.

Nombre del fabricante: SKIN TECH PHARMA GROUP, S.L.

Lugar/es de elaboración: C/Pla de L´Estany, 29, Polígono Industrial El Pla –  
17486 Castelló de Empúrires, Girona, España.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM  
2369-2, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la  
Disposición autorizante.

Expediente Nº EX-2018-32900721-APN-DGA#ANMAT

Disposición Nº

**1483**

Dr. Welco Beloso  
Subadministrador Nacional  
ANMAT

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.argentina.gob.ar/anmat> - República Argentina

Sede Central  
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina  
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME  
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL  
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos  
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza  
Remedios de Escalado de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres  
Ruta Nacional 117, km. 10,  
CÓ.TE.CAR., Paso de los Libres,  
Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

Deleg. Santa Fé  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé