



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-2177-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 30 de Noviembre de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-4791-17-2

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4791-17-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma B&W S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-841-1, denominado: IMPLANTE DENTAL, marca B&W.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-841-1, denominado: IMPLANTE DENTAL, marca B&W según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 0140/10 y tramitado por expediente N° 1-47-18402-09-8.

**ARTÍCULO 2°.-** Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-46769882-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N°

PM-841-1.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4791-17-2

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2018.11.30 11:45:15 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.11.30 11:45:16 -0300

## ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma B&W S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 841-1 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: IMPLANTE DENTAL.

Marca: B&W.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 0140/10 de fecha 13 de enero de 2010.

Tramitado por expediente N° 1-47-18402-09-8.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s:	Implante Cilíndrico de Hexágono Externo GA -Diámetro 3,3 mm. Longitudes: 10, 11.5, 13 , 15 mm Implante Cilíndrico de Hexágono Externo Evolución 2 - Diámetro 3,75 mm. Longitudes: 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18 mm - Diámetro 4,00 mm. Longitudes: 7, 8.5,10, 11.5, 13, 15 mm - Diámetro 5,00 mm. Longitudes: 6, 8, 10 , 12 mm Implante Cónico de	Implante Cilíndrico de Hexágono Externo GA -Diámetro 3,3 mm. Longitudes: 10, 11.5, 13 , 15 mm Implante Cilíndrico de Hexágono Externo Evolución 2 - Diámetro 3,75 mm. Longitudes: 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18 mm - Diámetro 4,00 mm. Longitudes: 7, 8.5,10, 11.5, 13, 15 mm - Diámetro 5,00 mm. Longitudes: 6, 8, 10 , 12 mm Implante Cónico de Hexágono Externo NG

IF-2018-46769882-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Hexágono Externo NG  - Diámetro 3,25 mm.  Longitudes: 10, 11.5, 13 mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 7, 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm</p> <p>- Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10 , 11.5, 13 mm</p> <p>Implante de Cono Morse MEI  - Diámetro 3,25 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 mm</p> <p>Implante Conexión Interna Hexagonal CIH  - Diámetro 3,3 mm.  Longitudes: 10, 11.5, 13 mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm</p> <p>- Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10 , 11.5, 13 , 15 mm</p> <p>Implante Transitorio IT  - Diámetro 2,40 mm.  Longitudes: 10 , 13 mm</p> <p>Implante Cilíndrico de Hexágono Externo 3 J  - Diámetro 3,75 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5, 13 mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5,</p>	<p>- Diámetro 3,25 mm.  Longitudes: 10, 11.5, 13 mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 7, 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm</p> <p>- Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10 , 11.5, 13 mm</p> <p>Implante de Cono Morse MEI  - Diámetro 3,25 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 mm</p> <p>Implante Conexión Interna Hexagonal CIH  - Diámetro 3,3 mm.  Longitudes: 10, 11.5, 13 mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm</p> <p>- Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10 , 11.5, 13 , 15 mm</p> <p>Implante Transitorio IT  - Diámetro 2,40 mm.  Longitudes: 10 , 13 mm</p> <p>Implante Cilíndrico de Hexágono Externo 3 J  - Diámetro 3,75 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5, 13 mm</p> <p>- Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5, 13 mm</p> <p>Implante Sistema E  - Diámetro 3,25 mm.  Longitudes: 8, 10, 11.5, 13,</p>
--	---	---

	<p>13 mm  Implante Sistema E  - Diámetro 3,25 mm.  Longitudes: 8, 10, 11.5, 13, 15, mm  - Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 6, 8,10, 11.5, 13, 15 mm  - Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 6, 8, 10 , 11.5,13 mm  Implante CIR  - Diámetro 3,75 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5, 13 , 15 mm  - Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm  - Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 6, 8, 10 ,12 mm</p>	<p>15, mm  - Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 6, 8,10, 11.5, 13, 15 mm  - Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 6, 8, 10 , 11.5,13 mm  Implante CIR  - Diámetro 3,75 mm.  Longitudes: 8.5, 10, 11.5, 13 , 15 mm  - Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm  - Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 6, 8, 10 ,12 mm  Implante SGI  - Diámetro 3,3 mm.  Longitudes: 10, 11.5, 13, 15 mm  - Diámetro 4,00 mm.  Longitudes: 8.5,10, 11.5, 13 , 15 mm  - Diámetro 5,00 mm.  Longitudes: 8.5, 10 , 11.5, 13 , 15 mm</p>
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-4791-17-2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-46769882-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 20 de Septiembre de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-4791-17-2

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.09.20 17:22:25 -03'00'

Mariano Pablo Manenti  
Jefe I  
Dirección Nacional de Productos Médicos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.09.20 17:22:26 -03'00'