



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-007019-23-1

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-007019-23-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones DIGITAL DINAMIC SISTEM S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

## DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Tecno Instruments (Pvt) Ltd. nombre descriptivo Accesorios para Electrobisturíes y nombre técnico Unidades para electrocirugía, monopolares / bipolares , de acuerdo con lo solicitado por DIGITAL DINAMIC SISTEM S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2024-60417465-APN-DFVGRM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1363-7 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

## DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1363-7

Nombre descriptivo: Accesorios para Electrobisturíes

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
18-231 Unidades para electrocirugía, monopolares / bipolares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Tecno Instruments (Pvt) Ltd.

Modelos:

1- Pinzas bipolares (Bipolar Forceps) (reutilizables): 110-XXX: 110-100, 110-110, 110-120, 110-130, 110-140, 110-150, 110-160, 110-170, 110-180, 110-190, 110-200, 110-206, 110-207, 110-220, 110-310, 110-320, 110-340, 110-350, 110-360, 110-370, 110-440, 110-470 # 110-XXX NS: 110-100 NS, 110-110 NS, 110-140 NS, 110-150 NS, 110-200 NS, 110-220 NS, 110-230 NS, 110-235 NS, 110-320 NS, 110-360 NS, 110-430 NS, 110-440 NS, 110-460 NS # 110-XXX HS: 110-150 HS, 110-220 HS, 110-370 HS, 110-430 HS # 110-XXX IR: 110-230 IR, 110-320 IR, 110-370 IR, 110-430 IR, 110-460 IR # 110-7XX: 110-750, 110-755, 110-760, 110-762, 110-764, 110-766, 110-768 # 110-7XX NS: 110-750 NS, 110-755 NS, 110-760 NS, 110-762 NS, 110-764 NS, 110-766 NS, 110-768 NS # 110-8XX-XX: 110-815-18, 110-815-21, 110-815-23, 110-825-15, 110-825-19 # 310-XXX: 310-110, 310-112, 310-300, 310-122, 310-140, 310-142, 310-150, 310-152, 310-162, 310-165, 310-170, 310-172, 310-200, 310-205 # 310-XXX NS: 310-100 NS, 310-112 NS, 310-300 NS, 310-130 NS, 310-160, 310-170 NS, 310-190 NS # 310-XXX IR: 310-120 IR, 310-150 IR, 310-160 IR, 310-180 IR # 610-XXX: 610-120, 610-122, 610-130, 610-132, 610-142, 610-170, 610-182, 610-185, 610-190, 610-192.

2- Pinzas monopolares (Monopolar Forceps) (reutilizables): 110-5XX HS: 110-530, 110-550, 110-560 HS, 110-580 HS # 110-550 HS NS: 110-530 HS NS, 110-560 HS NS # 340-XXX: 340-100, 340-122, 340-130, 340-140, 340-150, 340-154, 340-164 # 350-XXX: 350-100, 350-122, 350-130, 350-140, 350-150, 350-154, 350-164.

3- Pinzas bipolares (Bipolar Forceps) (de un solo uso): 210-XXX: 210-140, 210-200, 210-300, 210-370 # 210-XXX IR: 210-360 IR # 215-XXX: 215-130, 215-140, 215-145, 215-245, 215-370 # 410-XXX: 410-110, 410-140, 410-180.

4- Mangos Activos (Finger-switch pencil) (reutilizables): 152-105, 152-107, 152-109.

5- Asas (Monopolar Electrodes) (reutilizables): 152-XXX: 152-510, 152-520, 152-530, 152-540, 152-550 # 152-1XX-XX: 152-110-07, 152-110-10, 152-112-07, 152-112-10, 152-118-07, 152-119-07, 152-120-07, 152-122-07, 152-130-07, 152-132-07, 152-140-07, 152-142-07, 152-150-07, 152-152-07, 152-160-07, 152-162-07, 152-115-13, 152-125-13, 152-145-13, 152-165-13, 152-170-04, 152-170-05, 152-170-06, 152-170-07, 152-170-08, 152-170-09, 152-170-10, 152-175-05, 152-175-06, 152-175-07, 152-175-08, 152-175-09, 152-175-10, 152-175-11, 152-175-12, 152-175-13, 152-175-14, 152-175-15, 152-180-05, 152-180-06, 152-180-07, 152-180-08, 152-180-09, 152-180-10, 152-180-11, 152-180-12, 152-180-13, 152-180-14, 152-180-15, 152-190-08, 152-190-09, 152-190-10, 152-190-11, 152-190-12, 152-190-13, 152-190-14, 152-190-15, 152-190-16, 152-190-17, 152-190-18, 152-190-19, 152-190-20, 152-192-10, 152-192-11, 152-192-12, 152-192-13, 152-192-14, 152-192-15, 152-192-16, 152-192-17, 152-192-18, 152-192-19, 152-192-20, 152-192-21, 152-192-22 # 162-XXX: 162-560, 162-570 # 162-1XX-XX: 162-110-07, 162-112-07, 162-120-07, 162-122-07, 162-130-07, 162-132-07, 162-140-07, 162-142-07, 162-150-07, 162-152-07, 162-160-07, 162-162-07, 162-115-13, 162-125-13, 162-145-13, 162-155-13, 162-165-13 # 152-410-XX: 152-410-07, 152-410-13, 152-410-15, 152-410-18 # 172-1XX-XX: 172-120-05, 172-122-05, 172-120-06, 172-122-06, 172-120-07, 172-122-07, 172-120-09, 172-122-09, 172-120-12, 172-122-12, 172-120-15, 172-122-15 # 157-1XX-XX: 157-170-04, 157-170-05, 157-170-06, 157-170-07, 157-170-08, 157-170-09, 157-170-10, 157-175-05, 157-175-06, 157-175-07, 157-175-08, 157-175-09, 157-175-10, 157-180-05, 157-180-06, 157-180-07, 157-180-08, 157-180-09, 157-180-10, 157-180-11, 157-180-12, 157-180-13, 157-180-14, 157-180-15, 157-190-08, 157-190-09, 157-190-10, 157-190-11, 157-190-12, 157-190-13, 157-190-14, 157-190-15, 157-190-16, 157-190-17, 157-190-18, 157-190-19, 157-190-20.

6- Mangos Activos (Finger-switch pencil) (de un solo uso): 150-100, 150-100 T, 150-100 H, 150-100 HT, 150-100 NS, 150-100 NS T, 150-100 NS H, 150-100 NS HT, 150-101, 150-101 T, 150-101 H, 150-101 HT, 150-101 NS, 150-101 NS T, 150-101 NS H, 150-101 NS HT, 150-102, 150-103, 150-104.

7- Asas (Monopolar Electrodes) (de un solo uso): 150-1XX-XX NS: 150-110-06 NS, 150-110-07 NS, 150-110-10 NS, 150-110-16 NS, 150-120-07 NS, 150-120-10 NS, 150-120-15 NS # 151-1XX-XX NS: 151-110-06 NS, 151-110-07 NS, 151-110-10 NS, 151-110-16 NS, 151-120-07 NS, 151-120-10 NS, 151-120-15 NS, 151-160-05 NS, 151-160-13 NS # 150-1XX-XX: 150-110-07, 150-110-10, 150-112-07, 150-112-10, 150-118-07, 150-119-07,

150-120-07, 150-122-07, 150-130-07, 150-132-07, 150-140-07, 150-142-07, 150-150-07, 150-152-07, 150-160-07, 150-162-07, 150-115-13, 150-125-13, 150-145-13, 150-165-13, 150-170-04, 150-170-05, 150-170-06, 150-170-07, 150-170-08, 150-170-09, 150-170-10, 150-175-05, 150-175-06, 150-175-07, 150-175-08, 150-175-09, 150-175-10, 150-175-11, 150-175-12, 150-175-13, 150-175-14, 150-175-15, 150-180-05, 150-180-06, 150-180-07, 150-180-08, 150-180-09, 150-180-10, 150-180-11, 150-180-12, 150-180-13, 150-180-14, 150-180-15 # 155-1XX-XX: 155-170-04, 155-170-05, 155-170-06, 155-170-07, 155-170-08, 155-170-09, 155-170-10, 155-175-05, 155-175-06, 155-175-07, 155-175-08, 155-175-09, 155-175-10, 155-180-05, 155-180-06, 155-180-07, 155-180-08, 155-180-09, 155-180-10, 155-180-11, 155-180-12, 155-180-13, 155-180-14, 155-180-15, 155-190-08, 155-190-09, 155-190-10, 155-190-11, 155-190-12, 155-190-13, 155-190-14, 155-190-15, 155-190-16, 155-190-17, 155-190-18, 155-190-19, 155-190-20 # 150-19X-XX: 150-190-08, 150-190-09, 150-190-10, 150-190-11, 150-190-12, 150-190-13, 150-190-14, 150-190-15, 150-190-16, 150-190-17, 150-190-18, 150-190-19, 150-190-20, 150-192-10, 150-192-11, 150-192-12, 150-192-13, 150-192-14, 150-192-15, 150-192-16, 150-192-17, 150-192-18, 150-192-19, 150-192-20, 150-192-21, 150-192-22, 150-192-23, 150-192-24, 150-192-25, 150-195-08, 150-195-11, 150-195-13, 150-198-11, 150-198-14.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Remover tejidos y controlar el sangrado mediante el uso de corriente eléctrica de alta frecuencia.

Período de vida útil: 1, 2, 4 y 5: 5 años; 3, 6 y 7: 3 años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: 3, 6 y 7: Oxido de etileno.

Nombre del fabricante:

Tecno Instruments (Pvt) Ltd.

Lugar de elaboración:

316-C Small Industrial Estate, Sialkot 51340, Pakistan.

N° 1-0047-3110-007019-23-1

N° Identificador Trámite: 53836

AM
















Digitally signed by PEARSON Enriqueta María  
Date: 2024.06.12 14:01:16 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.06.12 14:01:45 -03:00

## PROYECTO DE ROTULOS

















### Accesorios reutilizables:

Pinzas bipolares (Bipolar Forceps); Pinzas monopolares (Monopolar Forceps); Mangos Activos (Finger-switch pencil); Asas (Monopolar Electrodes)

<b>REF</b> XXX-XXX-XX	<b>CE</b> 1639
<b>DES</b> ABC	<b>MD</b>    
<b>QTY</b> XX Pcs	70% R.H.  40°C   
<b>LOT</b> DD-MM-YY	30% R.H.  5°C 
 YYYY-MM-DD	 Warning: To be used by Qualified surgeon. Sterile before use.
 YYYY-MM-DD	<b>EC REP</b>
	Obelis s. a. Ed. General Wahia 53 1030, Brussels (BELGIUM) Telf: +32(0)2 7325954
<b>Autorizado por ANMAT: PM-1363-7</b> <b>Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias</b> Importado por: Digital Dinamic Sistem S.A. Espinosa 2383 – CABA Director Técnico: Dr. Ernesto Espino-Farm.	 Tecno Instruments (Pvt) Ltd 316-C S.I.E Sialkot-51340 PAKISTAN
	LB-01 Rev:1 01/2023

### Accesorios de un solo uso:

Pinzas bipolares (Bipolar Forceps); Mangos Activos (Finger-switch pencil); Asas (Monopolar Electrodes)

<b>REF</b> XXX-XXX-XX	<b>CE</b> 1639
<b>DES</b> ABC	<b>MD</b>    
<b>QTY</b> XX Pcs	70% R.H.  40°C   
<b>LOT</b> DD-MM-YY	30% R.H.  5°C 
 YYYY-MM-DD	<b>STERILE EO</b> 
 YYYY-MM-DD	 Warning: To be used by Qualified surgeon.
	<b>EC REP</b>
<b>Autorizado por ANMAT: PM-1363-7</b> <b>Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias</b> Importado por: Digital Dinamic Sistem S.A. Espinosa 2383 – CABA Director Técnico: Dr. Ernesto Espino-Farm.	Obelis s. a. Ed. General Wahia 53 1030, Brussels (BELGIUM) Telf: +32(0)2 7325954
	 Tecno Instruments (Pvt) Ltd 316-C S.I.E Sialkot-51340 PAKISTAN
	LB-10 Rev:1 01/2023



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** DIGITAL DINAMIC SISTEM S.A.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.06.08 13:35:07 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.06.08 13:35:08 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-007019-23-1

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº 1-0047-3110-007019-23-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por DIGITAL DINAMIC SISTEM S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 1363-7

Nombre descriptivo: Accesorios para Electrobisturías

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
18-231 Unidades para electrocirugía, monopolares / bipolares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Tecno Instruments (Pvt) Ltd.

Modelos:

1- Pinzas bipolares (Bipolar Forceps) (reutilizables): 110-XXX: 110-100, 110-110, 110-120, 110-130, 110-140,



110-150, 110-160, 110-170, 110-180, 110-190, 110-200, 110-206, 110-207, 110-220, 110-310, 110-320, 110-340, 110-350, 110-360, 110-370, 110-440, 110-470 # 110-XXX NS: 110-100 NS, 110-110 NS, 110-140 NS, 110-150 NS, 110-200 NS, 110-220 NS, 110-230 NS, 110-235 NS, 110-320 NS, 110-360 NS, 110-430 NS, 110-440 NS, 110-460 NS # 110-XXX HS: 110-150 HS, 110-220 HS, 110-370 HS, 110-430 HS # 110-XXX IR: 110-230 IR, 110-320 IR, 110-370 IR, 110-430 IR, 110-460 IR # 110-7XX: 110-750, 110-755, 110-760, 110-762, 110-764, 110-766, 110-768 # 110-7XX NS: 110-750 NS, 110-755 NS, 110-760 NS, 110-762 NS, 110-764 NS, 110-766 NS, 110-768 NS # 110-8XX-XX: 110-815-18, 110-815-21, 110-815-23, 110-825-15, 110-825-19 # 310-XXX: 310-110, 310-112, 310-300, 310-122, 310-140, 310-142, 310-150, 310-152, 310-162, 310-165, 310-170, 310-172, 310-200, 310-205 # 310-XXX NS: 310-100 NS, 310-112 NS, 310-300 NS, 310-130 NS, 310-160, 310-170 NS, 310-190 NS # 310-XXX IR: 310-120 IR, 310-150 IR, 310-160 IR, 310-180 IR # 610-XXX: 610-120, 610-122, 610-130, 610-132, 610-142, 610-170, 610-182, 610-185, 610-190, 610-192.

2- Pinzas monopolares (Monopolar Forceps) (reutilizables): 110-5XX HS: 110-530, 110-550, 110-560 HS, 110-580 HS # 110-550 HS NS: 110-530 HS NS, 110-560 HS NS # 340-XXX: 340-100, 340-122, 340-130, 340-140, 340-150, 340-154, 340-164 # 350-XXX: 350-100, 350-122, 350-130, 350-140, 350-150, 350-154, 350-164.

3- Pinzas bipolares (Bipolar Forceps) (de un solo uso): 210-XXX: 210-140, 210-200, 210-300, 210-370 # 210-XXX IR: 210-360 IR # 215-XXX: 215-130, 215-140, 215-145, 215-245, 215-370 # 410-XXX: 410-110, 410-140, 410-180.

4- Mangos Activos (Finger-switch pencil) (reutilizables): 152-105, 152-107, 152-109.

5- Asas (Monopolar Electrodes) (reutilizables): 152-XXX: 152-510, 152-520, 152-530, 152-540, 152-550 # 152-1XX-XX: 152-110-07, 152-110-10, 152-112-07, 152-112-10, 152-118-07, 152-119-07, 152-120-07, 152-122-07, 152-130-07, 152-132-07, 152-140-07, 152-142-07, 152-150-07, 152-152-07, 152-160-07, 152-162-07, 152-115-13, 152-125-13, 152-145-13, 152-165-13, 152-170-04, 152-170-05, 152-170-06, 152-170-07, 152-170-08, 152-170-09, 152-170-10, 152-175-05, 152-175-06, 152-175-07, 152-175-08, 152-175-09, 152-175-10, 152-175-11, 152-175-12, 152-175-13, 152-175-14, 152-175-15, 152-180-05, 152-180-06, 152-180-07, 152-180-08, 152-180-09, 152-180-10, 152-180-11, 152-180-12, 152-180-13, 152-180-14, 152-180-15, 152-190-08, 152-190-09, 152-190-10, 152-190-11, 152-190-12, 152-190-13, 152-190-14, 152-190-15, 152-190-16, 152-190-17, 152-190-18, 152-190-19, 152-190-20, 152-192-10, 152-192-11, 152-192-12, 152-192-13, 152-192-14, 152-192-15, 152-192-16, 152-192-17, 152-192-18, 152-192-19, 152-192-20, 152-192-21, 152-192-22 # 162-XXX: 162-560, 162-570 # 162-1XX-XX: 162-110-07, 162-112-07, 162-120-07, 162-122-07, 162-130-07, 162-132-07, 162-140-07, 162-142-07, 162-150-07, 162-152-07, 162-160-07, 162-162-07, 162-115-13, 162-125-13, 162-145-13, 162-155-13, 162-165-13 # 152-410-XX: 152-410-07, 152-410-13, 152-410-15, 152-410-18 # 172-1XX-XX: 172-120-05, 172-122-05, 172-120-06, 172-122-06, 172-120-07, 172-122-07, 172-120-09, 172-122-09, 172-120-12, 172-122-12, 172-120-15, 172-122-15 # 157-1XX-XX: 157-170-04, 157-170-05, 157-170-06, 157-170-07, 157-170-08, 157-170-09, 157-170-10, 157-175-05, 157-175-06, 157-175-07, 157-175-08, 157-175-09, 157-175-10, 157-180-05, 157-180-06, 157-180-07, 157-180-08, 157-180-09, 157-180-10, 157-180-11, 157-180-12, 157-180-13, 157-180-14, 157-180-15, 157-190-08, 157-190-09, 157-190-10, 157-190-11, 157-190-12, 157-190-13, 157-190-14, 157-190-15, 157-190-16, 157-190-17, 157-190-18, 157-190-19, 157-190-20.

6- Mangos Activos (Finger-switch pencil) (de un solo uso): 150-100, 150-100 T, 150-100 H, 150-100 HT, 150-100 NS, 150-100 NS T, 150-100 NS H, 150-100 NS HT, 150-101, 150-101 T, 150-101 H, 150-101 HT, 150-101 NS, 150-101 NS T, 150-101 NS H, 150-101 NS HT, 150-102, 150-103, 150-104.

7- Asas (Monopolar Electrodes) (de un solo uso): 150-1XX-XX NS: 150-110-06 NS, 150-110-07 NS, 150-110-10 NS, 150-110-16 NS, 150-120-07 NS, 150-120-10 NS, 150-120-15 NS # 151-1XX-XX NS: 151-110-06 NS, 151-110-07 NS, 151-110-10 NS, 151-110-16 NS, 151-120-07 NS, 151-120-10 NS, 151-120-15 NS, 151-160-05 NS, 151-160-13 NS # 150-1XX-XX: 150-110-07, 150-110-10, 150-112-07, 150-112-10, 150-118-07, 150-119-07, 150-120-07, 150-122-07, 150-130-07, 150-132-07, 150-140-07, 150-142-07, 150-150-07, 150-152-07, 150-160-07, 150-162-07, 150-115-13, 150-125-13, 150-145-13, 150-165-13, 150-170-04, 150-170-05, 150-170-06, 150-

170-07, 150-170-08, 150-170-09, 150-170-10, 150-175-05, 150-175-06, 150-175-07, 150-175-08, 150-175-09, 150-175-10, 150-175-11, 150-175-12, 150-175-13, 150-175-14, 150-175-15, 150-180-05, 150-180-06, 150-180-07, 150-180-08, 150-180-09, 150-180-10, 150-180-11, 150-180-12, 150-180-13, 150-180-14, 150-180-15 # 155-1XX-XX: 155-170-04, 155-170-05, 155-170-06, 155-170-07, 155-170-08, 155-170-09, 155-170-10, 155-175-05, 155-175-06, 155-175-07, 155-175-08, 155-175-09, 155-175-10, 155-180-05, 155-180-06, 155-180-07, 155-180-08, 155-180-09, 155-180-10, 155-180-11, 155-180-12, 155-180-13, 155-180-14, 155-180-15, 155-190-08, 155-190-09, 155-190-10, 155-190-11, 155-190-12, 155-190-13, 155-190-14, 155-190-15, 155-190-16, 155-190-17, 155-190-18, 155-190-19, 155-190-20 # 150-19X-XX: 150-190-08, 150-190-09, 150-190-10, 150-190-11, 150-190-12, 150-190-13, 150-190-14, 150-190-15, 150-190-16, 150-190-17, 150-190-18, 150-190-19, 150-190-20, 150-192-10, 150-192-11, 150-192-12, 150-192-13, 150-192-14, 150-192-15, 150-192-16, 150-192-17, 150-192-18, 150-192-19, 150-192-20, 150-192-21, 150-192-22, 150-192-23, 150-192-24, 150-192-25, 150-195-08, 150-195-11, 150-195-13, 150-198-11, 150-198-14.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Remover tejidos y controlar el sangrado mediante el uso de corriente eléctrica de alta frecuencia.

Período de vida útil: 1, 2, 4 y 5: 5 años; 3, 6 y 7: 3 años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: Por unidad

Método de esterilización: 3, 6 y 7: Oxido de etileno.

Nombre del fabricante:

Tecno Instruments (Pvt) Ltd.

Lugar de elaboración:

316-C Small Industrial Estate, Sialkot 51340, Pakistan.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1363-7 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

N° 1-0047-3110-007019-23-1

N° Identificadorio Trámite: 53836

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta Maria  
Date: 2024.06.12 14:01:11 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.06.12 14:01:13 -03:00